

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00134/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cateter balão valvoplastia

Descrição Detalhada: Cateter Balão Valvoplastia Aplicação: Mitral , Material: Polímero C/ Látex Natural , Tipo: Semi Complacente , Diâmetro: Cerca De 18 A 30 MM, Comprimento Balão: Até Cerca De 25 MM, Componente: Cateter Cerca De 70 CM, Componente Adicional: C/ Conjunto Introdutor , Característica Adicional: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (6)

2 - Cateter balão valvoplastia

Descrição Detalhada: Cateter Balão Valvoplastia Aplicação: Mitral , Material: Polímero C/ Látex Natural , Tipo: Semi Complacente , Diâmetro: Cerca De 18 A 30 MM, Comprimento Balão: Até Cerca De 25 MM, Componente: Cateter Cerca De 70 CM, Componente Adicional: C/ Conjunto Introdutor , Característica Adicional: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

3 - Microcateter

Descrição Detalhada: Microcateter Aplicação: P/ Infusão / Embolização , Modelo: Único Lúmen , Material: Polímero Compatível C/ Dmso, Hidrofílico , Tipo Ponta: Moldável , Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 1,6 Fr , Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 150 CM, Radiopacidade: Radiopaco , Fio Guia: P/ Fio Guia Até 0,014" , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (36)

4 - Microcateter

Descrição Detalhada: Microcateter Aplicação: P/ Infusão / Embolização , Modelo: Único Lúmen , Material: Polímero Compatível C/ Dmso, Hidrofílico , Tipo Ponta: Moldável , Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 1,6 Fr , Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 150 CM, Radiopacidade: Radiopaco , Fio Guia: P/ Fio Guia Até 0,014" , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (36)

5 - Fio Guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: P/ Embolização , Material: Liga Metálica , Revestimento: Hidrofílico , Diâmetro: Ponta Distal 0,014" , Comprimento: Cerca De 200 CM, Tipo Ponta: Ponta Pré-Moldada , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (36)

6 - Fio Guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: P/ Embolização , Material: Liga Metálica , Revestimento: Hidrofílico , Diâmetro: Ponta Distal 0,014" , Comprimento: Cerca De 200 CM, Tipo Ponta: Ponta Pré-Moldada , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (36)

7 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Periférica Modelo: Intracraniano, Reversor De Fluxo , Tipo: Stent Não Farmacológico , Material Plataforma: Liga Metálica , Diâmetro: Cerca De 3,5 A 5,5 X 10 A 50 MM, Sistema Entrega: Auto Expansível , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (70)

8 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Periférica Modelo: Intracraniano, Reversor De Fluxo , Tipo: Stent Não Farmacológico , Material Plataforma: Liga Metálica , Diâmetro: Cerca De 3,5 A 5,5 X 10 A 50 MM, Sistema Entrega: Auto Expansível , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (7)