

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00030/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Equipo bomba infusora

Descrição Detalhada: Equipo Bomba Infusora Material: Pvc Cristal , Tipo Gotejador: Gota Padrão , Tipo Pinça: Regulador De Fluxo E Corta Fluxo , Tipo Conector: Luer C/Tampa , Tipo Câmara: Câmara Gotejadora Flexível , Esterilidade: Estéril,Descartável , Tipo Bureta: Bureta Rígida C/Alça,C/Injetor , Volume Bureta: Mín. 150 ML, Tipo Injetor: Injetor Lateral "Y", Autocicatrizante , Tipo: Parenteral , Tipo Ponta: Ponta Rígida Perfurante C/ Tampa

Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1050
Quantidade Máxima para Adesões: 2100
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1050)
Grupo: G1
Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade

2 - Equipo bomba infusora

Descrição Detalhada: Material: Pvc Cristal, Tipo Gotejador: Gota Padrão, Tipo Pinça: Regulador De Fluxo E Corta Fluxo, Tipo Bomba: Peristáltica Rotativa, Tipo Conector: Luer Rotativo C/Tampa E Filtro, Característica Adicional: Fotossensível, Tipo Câmara: Câmara Flexível C/Filtro Ar, Esterilidade: Estéril,Descartável, Tipo Injetor: Injetor Lateral"Y", Autocicatrizante, Tipo: Parenteral,

Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5060
Quantidade Máxima para Adesões: 10120
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4260), Santa Cruz/RN (800)
Grupo: G1
Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade

3 - Equipo bomba infusora

Descrição Detalhada: Material: Isento De Pvc, Tipo Gotejador: Gota Padrão, Tipo Pinça: Regulador De Fluxo, Tipo Bomba: Peristáltica Linear, Tipo Conector: Luer Rotativo C/Tampa E Filtro, Característica Adicional: Filtro Linha 0,2 Micra, Tipo Câmara: Câmara Flexível C/Filtro Ar, Esterilidade: Estéril,Descartável, Tipo Injetor: Injetor Lateral"Y", Autocicatrizante, Tipo: Parenteral,

Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 16020
Quantidade Máxima para Adesões: 32040
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (16020)
Grupo: G1
Critério de Julgamento: Menor Preço
Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade

4 - Equipo bomba infusora

Descrição Detalhada: Material: Pvc Cristal, Tipo Gotejador: Gota Padrão, Tipo Pinça: Regulador De Fluxo E Corta Fluxo, Tipo Bomba: Peristáltica Linear, Tipo Conector: Conector Escalonado P/ Sonda C/ Tampa, Tipo Câmara: Câmara Flexível C/Filtro Ar, Esterilidade: Estéril, Descartável, Tipo: P/ Nutrição Enteral,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 18050

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 36100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (18050)

Grupo: G1

5 - Equipo infusão sanguínea

Descrição Detalhada: Material: Pvc Cristal, Tipo Gotejador: Gota Padrão, Tipo Pinça: Regulador De Fluxo, Aplicação: P/ Hemotransfusão, Tipo Filtro: Filtro Interno De 210m, Tipo Conector: Conector C/ Trava Rosqueada, Característica Adicional: P/ Bomba Infusora, Tipo Injetor: Injetor Lateral "Y" Autocicatrizante, Câmara: Câmara Dupla Flexível, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2550

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 5100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2550)

Grupo: G1

6 - Equipo bomba infusora

Descrição Detalhada: Equipo Bomba Infusora Material: Pvc Cristal , Tipo Gotejador: Gota Padrão , Tipo Pinça: Regulador De Fluxo , Tipo Bomba: Peristáltica Linear , Tipo Conector: Conector Luer Lock , Característica Adicional: C/Filtro Partículas 15 Micras , Tipo Câmara: Câmara Flexível C/Filtro Ar , Esterilidade: Estéril, Descartável , Tipo: Parenteral

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 33020

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 66040

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (31020), Santa Cruz/RN (2000)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Equipo bomba infusora	1050	Unidade
2	Equipo bomba infusora	5060	Unidade
3	Equipo bomba infusora	16020	Unidade
4	Equipo bomba infusora	18050	Unidade
5	Equipo infusão sanguínea	2550	Unidade
6	Equipo bomba infusora	33020	Unidade