

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00037/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Indicador biológico

Descrição Detalhada: Indicador Biológico Espécie: Bacillus Stearothermophillus , Aplicação: Para Esterilização A Vapor , Tipo: Terceira Geração , Características Adicionais: Resposta Em 1 Hora , Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 535

Quantidade Máxima para Adesões: 1070

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (535)

Grupo: G1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

2 - Indicador biológico

Descrição Detalhada: Indicador Biológico Espécie: Bacillus Stearothermophillus , Aplicação: Para Esterilização A Vapor , Tipo: Segunda Geração , Características Adicionais: Resposta Em 3 Horas , Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2140

Quantidade Máxima para Adesões: 4280

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (2140)

Grupo: G1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

3 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Indicador Químico Características Adicionais: Monitoração Da Concentração De Ácido Peracético , Apresentação: Tira Plástica , Tipo Uso: Externo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2140

Quantidade Máxima para Adesões: 4280

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (2140)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

4 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Indicador Químico Aplicação: Uso Em Lavadora Ultrassônica , Apresentação: Lâmina Em Aço Inox

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 640

Quantidade Máxima para Adesões: 1280

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (640)

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

5 - Reagente analítico

Descrição Detalhada: Reagente Analítico 2 Aplicação: Para Uso Em Lavadoras Desinfetadoras , Reagente: Indicador Para Limpeza De Instrumentais , Composição: Papel Plastificado Com Tinta Reagente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 640

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1280

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (640)

6 - Material laboratório

Descrição Detalhada: Material Laboratório Material: Frasco , Aplicação: P/ Teste Cavitação , Outros Componentes: P/ Lavadoras Ultrassônicas , Tipo: Indicador De Limpeza

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 640

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1280

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (640)

7 - Indicador biológico

Descrição Detalhada: Indicador Biológico Espécie: Bacillus Stearothermophillus , Aplicação: Para Esterilização A Vapor , Componentes Adicionais: Com Indicador Químico E Controle De Processo , Adicionais: Pacote Para Teste , Tipo: Terceira Geração , Características Adicionais: Resposta Em 3 Horas , Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 800

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (800)

8 - Desengripante

Descrição Detalhada: Desengripante Finalidade: Eliminar Ferrugem / Repelir Umidade / Lubrificar , Aplicação: Instrumental Odontológico , Características Adicionais: Concentrado , Apresentação: Solução

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 35

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (35)

9 - Removedor ferrugem

Descrição Detalhada: Removedor Ferrugem Aplicação: Remoção De Crostas E Manchas De Oxidação De Materi , Composição: Ácido Fosfórico/Detergente Não Iônico/Propilglicol

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 35

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (35)

10 - Detergente enzimático

Descrição Detalhada: Detergente Enzimático Composição: A Base De Amilase, Protease, Lipase E Carboidrase

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 110

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 220

Unidade de Fornecimento: Litro

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (110)

11 - Escova Limpeza - Cme

Descrição Detalhada: Escova Limpeza - Cme Material Cerdas: Cerdas De Nylon , Aplicação: P/ Canulado , Haste: Haste Liga Metálica , Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades , Comprimento Total: Cerca De 55 CM, Diâmetro Ponta: Cerca De 7 MM, Tipo Uso: Reprocessável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 65

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (65)

12 - Escova Limpeza - Cme

Descrição Detalhada: Escova Limpeza - Cme Material Cerdas: Cerdas De Nylon , Aplicação: P/ Canulado , Haste: Haste Liga Metálica , Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades , Comprimento Total: Cerca De 50 CM, Diâmetro Ponta: Cerca De 8 MM, Tipo Uso: Reprocessável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 65

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (65)

13 - Escova Limpeza - Cme

Descrição Detalhada: Escova Limpeza - Cme Material Cerdas: Cerdas De Nylon , Aplicação: P/ Endoscópio , Haste: Haste Flexível , Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades , Comprimento Total: Cerca De 160 CM, Diâmetro Ponta: Cerca De 1 MM, Tipo Uso: Reprocessável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 65

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (65)

14 - Escova Limpeza - Cme

Descrição Detalhada: Escova Limpeza - Cme Material Cerdas: Cerdas De Nylon , Aplicação: P/ Endoscópio , Haste: Haste Flexível , Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades , Comprimento Total: Cerca De 240 CM, Diâmetro Ponta: Cerca De 3 MM, Tipo Uso: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 640

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1280

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (640)

15 - Escova limpeza - cme

Descrição Detalhada: Escova Limpeza - Cme Material Cerdas: Cerdas De Nylon , Aplicação: P/ Endoscópio , Haste: Haste Flexível , Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades , Comprimento Total: Cerca De 220 CM, Diâmetro Ponta: Cerca De 5 MM, Tipo Uso: Reprocessável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (70)

16 - Escova

Descrição Detalhada: Escova P/ Citologia Material: Nylon , Uso: Citologia , Tipo Cerdas: Flexível Cilíndrica , Aplicação: Para Canal De 2.4 Mm , Diâmetro: 5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (70)

17 - Escova Limpeza - Cme

Descrição Detalhada: Escova Limpeza - Cme Material Cerdas: Cerdas De Nylon , Aplicação: P/ Endoscópio , Haste: Haste Flexível , Ponta Ativa: Nas Duas Extremidades , Comprimento Total: Cerca De 240 CM, Diâmetro Ponta: Cerca De 3 MM, Tipo Uso: Reprocessável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (70)

18 - Escova laboratório

Descrição Detalhada: Escova Laboratório Comprimento: 90 CM, Diâmetro: 2 CM, Material Cabo: Arame , Material Cerda: Cerda Em Nylon , Acessórios: Ponta Em Pincel , Formato: Cilíndrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (70)

19 - Escova limpeza geral

Descrição Detalhada: Escova Limpeza Geral Material Corpo: Plástico , Material Cerdas: Náilon , Aplicação: Limpeza De Instrumentos Em Geral , Comprimento: 27 CM, Espessura: 2 CM, Largura: 5 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (70)

20 - Esponja limpeza

Descrição Detalhada: Esponja Limpeza Material: Espuma / Fibra Sintética , Aplicação: Limpeza Geral , Abrasividade: Mínima , Características Adicionais: Toda Face Macia , Formato: Retangular

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 430

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 860

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (430)

21 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Indicador Químico Classe: Classe I , Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor , Apresentação: Fita Adesiva , Tipo Uso: Externo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 215

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 430

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (215)

22 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Indicador Químico Componentes Adicionais: Alerta E Indicador De Processo , Classe: Classe Ii , Tipo: Bowie Dick , Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor , Apresentação: Pacote Para Teste , Tipo Uso: Interno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1600

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 3200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (1600)

23 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Indicador Químico Classe: Classe V , Tipo: Integrador , Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor , Apresentação: Tira De Papel , Tipo Uso: Interno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 21400

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 42800

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (21400)

24 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Indicador Químico Classe: Classe I , Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor , Apresentação: Fita Adesiva , Tipo Uso: Externo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (5)

25 - Fita Adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Crepe , Aplicação: Multiuso , Comprimento: 50 M, Cor: Bege , Tipo: Monoface , Largura: 18 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 215

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 430

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (215)

26 - Marcador de instrumental

Descrição Detalhada: Marcador De Instrumental Adicionais: Autoclavável , Características: Com Cor , Materia Prima: Isento De Látex , Tipo: Rolo , Tamanho: Cerca De 6 Mm , Formato: Fita Adesiva

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 110

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 220

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (110)

27 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Embalagem P/ Esterilização Material: Polietileno , Componentes Adicionais: Termoselante , Tamanho: Cerca De 40 X 60 CM, Apresentação: Saco , Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 48180

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 96360

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (48180)

28 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Embalagem P/ Esterilização Material: Polipropileno - Sms , Gramatura / Espessura: Cerca De 40 G/M2, Tamanho: Cerca De 30 X 30 CM, Apresentação: Folha , Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 48180

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 96360

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (48180)

29 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Embalagem P/ Esterilização Material: Polipropileno - Sms , Gramatura / Espessura: Cerca De 50 G/M2, Tamanho: Cerca De 80 X 80 CM, Apresentação: Folha , Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 48180

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 96360

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (48180)

30 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Embalagem P/ Esterilização Material: Polipropileno - Sms , Gramatura / Espessura: Cerca De 50 G/M2, Tamanho: Cerca De 40 X 40 CM, Apresentação: Folha , Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 535

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1070

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (535)

31 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Embalagem P/ Esterilização Material: Polipropileno - Sms , Gramatura / Espessura: Cerca De 50 G/M2, Tamanho: Cerca De 100 X 100 CM, Apresentação: Folha , Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 535

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 1070

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (535)

32 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Crepado , Gramatura / Espessura: Cerca De 78 G/M2, Tamanho: Cerca De 30 X 30 CM, Apresentação: Folha , Tipo Uso: Uso Único , Composição: 3ª Geração

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15300

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 30600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (15300)

33 - Embalagem P/ Esterilização

Descrição Detalhada: Embalagem P/ Esterilização Material: Polietileno De Alta Densidade - Pead , Componentes: C/ Indicador Químico , Componentes Adicionais: Termosselante , Aplicação 1: P/ Esterilização De H2O2 , Tamanho: Cerca De 10 CM, Apresentação: Rolo , Tipo Uso: Uso Único , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Unidade de Fornecimento: Rolo 70,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (15)

34 - Embalagem P/ Esterilização

Descrição Detalhada: Embalagem P/ Esterilização Material: Polietileno De Alta Densidade - Pead , Componentes: C/ Indicador Químico , Componentes Adicionais: Termosselante , Aplicação 1: P/ Esterilização De H2O2 , Tamanho: Cerca De 30 CM, Apresentação: Rolo , Tipo Uso: Uso Único , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Unidade de Fornecimento: Rolo 70,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (15)

35 - Embalagem P/ Esterilização

Descrição Detalhada: Embalagem P/ Esterilização Material: Polietileno De Alta Densidade - Pead , Componentes: C/ Indicador Químico , Componentes Adicionais: Termosselante , Aplicação 1: P/ Esterilização De H2o2 , Tamanho: Cerca De 50 CM, Apresentação: Rolo , Tipo Uso: Uso Único , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 15

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Unidade de Fornecimento: Rolo 70,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (15)

36 - Material hospitalar

Descrição Detalhada: Material Hospitalar Gramatura: Cerca De 50 G/M2, Aplicação: P/ Acondicionamento , Adicional: Polímero , Esterilidade*: Uso Único , Dimensões: Cerca 15 CM, Tipo: Embalagem , Apresentação: Rolo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 17100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 34200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (17100)

37 - Embalagem plástica

Descrição Detalhada: Embalagem Plástica Material: Plástico Transparente , Aplicação: Laboratório , Capacidade: 15 L, Diâmetro: 20 CM, Forma: Pote , Características Adicionais: Com Tampa De Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 17100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 34200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (17100)

38 - Embalagem plástica

Descrição Detalhada: Embalagem Plástica Material: Plástico Transparente , Aplicação: Laboratório , Capacidade: 15 L, Diâmetro: 20 CM, Forma: Pote , Características Adicionais: Com Tampa De Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7650

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 15300

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (7650)

39 - Embalagem plástica

Descrição Detalhada: Embalagem Plástica Material: Plástico Transparente , Aplicação: Laboratório , Capacidade: 15 L, Diâmetro: 20 CM, Forma: Pote , Características Adicionais: Com Tampa De Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 10200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (5100)

40 - Embalagem p

Descrição Detalhada: Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Componentes: C/ Indicador Químico , Componentes Adicionais: Termosselante , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Tamanho: Cerca De 40 CM, Apresentação: Rolo , Tipo Uso: Uso Único , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 110

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 220

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (110)

41 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Componentes: C/ Indicador Químico , Componentes Adicionais: Termosselante , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Tamanho: Cerca De 15 CM, Apresentação: Rolo , Tipo Uso: Uso Único , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 55

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (55)

42 - Embalagem p

Descrição Detalhada: Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Componentes: C/ Indicador Químico , Componentes Adicionais: Termosselante , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Tamanho: Cerca De 30 CM, Apresentação: Rolo , Tipo Uso: Uso Único , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 55

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (55)

43 - Escova

Descrição Detalhada: Escova P/ Citologia Material: Aço Inoxidável , Tipo Cerdas: Cerdas Em Nylon , Aplicação 1: P/ Citologia De Broncoscopia , Comprimento: Até 120 CM, Tipo Uso 1: Descartável , Diâmetro: 2 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 420

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 840

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (420)

44 - Bacitracina

Descrição Detalhada: Bacitracina Composição Química: Zíncica, Mistura De Polipeptídeos Cíclicos , Grau De Pureza: Potência Mínima De 60 Ui/Mg, Teor De Zn De 4 A 6% , Característica Adicional*: Padrão De Referência Analítico , Aspecto Físico*: Pó Branco A Amarelado A Cinzento, Higroscópico , Número De Registro Químico: Cas 1405-89-6 , Origem: De Bacillus Licheniformis Ou B. Subtilis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Unidade de Fornecimento: Miligrama

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (45)

45 - Fita Adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Crepe , Aplicação: Multiuso , Comprimento: 50 M, Cor: Branca , Tipo: Monoface , Largura: 19 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120

Quantidade Máxima para Adesões: 240

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 50,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (120)

46 - Escova degermação

Descrição Detalhada: Escova Degermação Componentes: C/ Limpador De Unhas,Base Que Permita Manuseio A- , Aplicação: Com Clorexidina À 2%, Estéril , Características Adicionais: Embalada Individualmente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7800

Quantidade Máxima para Adesões: 15600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (7800)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Indicador biológico	535	Unidade
2	Indicador biológico	2140	Unidade