

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00058/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Bomba de vácuo - peças , acessórios

Descrição Detalhada: Bomba De Vácuo - Peças / Acessórios Tipo: Kit Manutenção De Válvula , Aplicação: Bomba Mecânica De Vácuo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (2)

2 - Bomba de vácuo - peças , acessórios

Descrição Detalhada: Bomba De Vácuo - Peças / Acessórios Tipo: Kit Manutenção De Válvula , Aplicação: Bomba Mecânica De Vácuo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (2)

3 - Microscópio cirúrgico

Descrição Detalhada: Microscópio Cirúrgico Componentes: Foco Variável Cerca 200 A 415 Mm , Tipo Adaptador: Apocromático, Grade Ocular A Partir 10 X , Outros Componentes: Fonte Luz Fria , Tipo Base: Braços C/ Freio Eletromagnético X/Y, Estativa Solo , Acessórios: Binocular Ajuste Dpt E Mínimo 180°,Zoom Automático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (2)

4 - Microscópio cirúrgico

Descrição Detalhada: Microscópio Cirúrgico Componentes: Foco Variável Cerca 200 A 415 Mm , Tipo Adaptador: Apocromático, Grade Ocular A Partir 10 X , Outros Componentes: Fonte Luz Fria , Tipo Base: Braços C/ Freio Eletromagnético X/Y, Estativa Solo , Acessórios: Binocular Ajuste Dpt E Mínimo 180°,Zoom Automático

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (2)

5 - Reprocessadora automática endoscópios

Descrição Detalhada: Reprocessadora Automática Endoscópios Composição Básica: Painel Digital, Alarmes Segurança , Aplicação: Para Dois Endoscópios , Capacidade: 20 L, Tipo De Uso: Microprocessado, Operação Contínua , Tipo: Para Limpeza, Desinfecção E Secagem , Características Adicionais: Ciclos Programáveis, Portátil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (2)

6 - Conjunto Tricotomia

Descrição Detalhada: Conjunto Tricotomia Componentes: Tricotomizador C/ Lâmina Descartável , Tipo Uso: Lâmina Cabeçote Fixo, Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 14

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (14)

7 - Conjunto Tricotomia

Descrição Detalhada: Conjunto Tricotomia Componentes: Tricotomizador C/ Lâmina Descartável , Tipo Uso: Lâmina Cabeçote Fixo, Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 14

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (14)

8 - Módulo inclusão tecido

Descrição Detalhada: Módulo Inclusão Tecido Componentes: C/ Tela Sensível Ao Toque , Volume Câmara: Reservatório Parafina Até 5 L, Capacidade: Até 100 Cassetes , Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável , Adicional: C/ Bandeja Expurgo, Alarmes , Segurança: C/ Sistema Segurança Falta Energia , Controle De Temperatura: Controle Temperatura Até 70 °

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (2)

9 - Serra fita

Descrição Detalhada: Serra Fita Material Base: Ferro Fundido , Altura: 1.300 MM, Frequência: 60 HZ, Tipo: Horizontal , Tensão Alimentação: 380 V, Potência Motor: 1,5 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (2)

10 - Serra fita

Descrição Detalhada: Serra Fita Material Base: Ferro Fundido , Altura: 1.300 MM, Frequência: 60 HZ, Tipo: Horizontal , Tensão Alimentação: 380 V, Potência Motor: 1,5 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (2)

11 - Equipamento para teste emissão otoacústica

Descrição Detalhada: Equipamento Para Teste Emissão Otoacústica Adicionais: Pasta Abrasiva E Condutiva, Olivas E Eletrodos , Módulo: Bera, Peate, Dpoae, Teoae , Outros Componentes: Fone Inserção, 1 Pré-Amplificador , Tipo: Portátil, Modulo Triagem , Tensão Alimentação: 110/220 V, Composição: Mini Impressora Termo Sensível , Acessórios: Software Coleta/Análise Dados

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (2)

12 - Equipamento para teste emissão otoacústica

Descrição Detalhada: Equipamento Para Teste Emissão Otoacústica Adicionais: Pasta Abrasiva E Condutiva, Olivas E Eletrodos , Módulo: Bera, Peate, Dpoae, Teoae , Outros Componentes: Fone Inserção, 1 Pré-Amplificador , Tipo: Portátil, Modulo Triagem , Tensão Alimentação: 110/220 V, Composição: Mini Impressora Termo Sensível , Acessórios: Software Coleta/Análise Dados

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (2)

13 - Seladora embalagem

Descrição Detalhada: Seladora Embalagem Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Seladora/Embaladroe Filme Pvc , Largura Carretel: 50 CM, Funcionamento: Manual , Potência: 400 W, Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (4)

14 - Seladora embalagem

Descrição Detalhada: Seladora Embalagem Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Seladora/Embaladroe Filme Pvc , Largura Carretel: 50 CM, Funcionamento: Manual , Potência: 400 W, Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (4)