

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90020/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Parafuso de interferência

Descrição Detalhada: Parafuso De Interferência Tipo: Para Reconstrução Ligamentar , Material: Titânio , Modelo: Rosca Total, Sem Cabeça , Diâmetro*: 7 MM, Tipo Uso: Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (70)

Grupo: G1

2 - Lâmina Shaver

Descrição Detalhada: Tipo: Agressivo De Perfil Completo, Haste: Reta, Diâmetro Externo: Cerca De 4,5 MM, Compatibilidade: Compatível C/ Microdebridador, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (80)

Grupo: G1

3 - Lâmina Shaver

Descrição Detalhada: Tipo: Broca Oval, Haste: Reta, Diâmetro Externo: Cerca De 6,5 MM, Compatibilidade: Compatível C/ Microdebridador, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (20)

Grupo: G1

4 - Dispositivo de reconstrução ligamentar

Descrição Detalhada: Prótese Para Ligamento Tipo: Placa Tipo Botão , Formato: Retangular , Material: Titânio , Componentes Adicionais: C/ Fio De Polietileno E Poliéster Trançado Montado , Tipo Uso: Uso Único, Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (60)

Grupo: G1

5 - Âncora de sutura ortopédica

Descrição Detalhada: Âncora De Sutura Ortopédica Material: Titânio , Diâmetro: Cerca De 4,0 MM, Componente: 2 Fios Sutura , Material Do Fio: Polietileno , Componente 1: Agulhado , Componente 2: Sistema De Aplicação , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (15)

Grupo: G1

6 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp , Modelo: Proximal Medial De Tíbia , Quantidade Furos: 5 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 3,5 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (12)

Grupo: G2

7 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Aço Inoxidável , Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida , Tipo: Cortical , Modelo: Bloqueio , Adicionais: Autorosqueante , Modelo Rosca: Rosca Total , Diâmetro: Cerca De 3,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72 **Quantidade Mínima Cotada:** 72

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 144

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (72)

Grupo: G2

8 - Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Placa Ortopédica - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio , Tipo Fixação: Fixação Bloqueada - Lcp , Modelo: Distal De Fêmur , Quantidade Furos: 12 Furos , Diâmetro Furos: P/ Parafuso Cerca De 5,0 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

Grupo: G2

9 - Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos

Descrição Detalhada: Parafuso Ósseo - Pequenos E Grandes Fragmentos Material: Titânio , Tipo Fixação: P/ Fixação Rígida , Tipo: Cortical , Modelo: Bloqueio , Adicionais: Automacheante , Modelo Rosca: Rosca Total , Diâmetro: Cerca De 5,0 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (40)

Grupo: G2

10 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Injetor , Aplicação: P/ Enxerto Ósseo , Componente 1: C/ Sistema Introdutor , Apresentação: Conjunto Completo , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

Grupo: G3

11 - Biomaterial implantável

Descrição Detalhada: Biomaterial Implantável Tipo: Membrana Regeneração Tecidual Guiada , Composição: Matriz Orgânica De Colágeno Tipo I , Origem: Suíno , Características Adicionais: Bioabsorvível , Tamanho: Cerca De 30 X 20 X 0,2 MM, Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (5)

Grupo: G3

12 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Não Vascular , Material: Liga Metálica , Revestimento: Hidrofílico , Diâmetro: 0,021" , Comprimento: Cerca De 450 CM, Tipo Ponta: Ponta Reta , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (15)

13 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária , Componente: Componente Base Tibial , Modelo: Bicondilar , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Tipo Fixação: Cimentada , Característica Fixação: C/ Haste , Tipo Estabilização: Platô Móvel Ou Fixo , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (30)

Grupo: G4

14 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária , Componente: Componente Femoral , Modelo: Bicondilar , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Tipo Fixação: Cimentada , Tipo Estabilização: Com Bloqueio Posterior , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (30)

Grupo: G4

15 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Componente Tibial Superfície Articular , Modelo: Bicondilar , Material: Polietileno , Característica Fixação: Platô Fixo , Tipo Estabilização: Congruência Intercondilar Com Bloqueio , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (30)

Grupo: G4

16 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Componente Patelar , Material: Polietileno , Tipo Estabilização: Com 03 Pinos , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (30)

Grupo: G4

17 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário , Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato) , Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico , Embalagem: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (70)

Grupo: G4

18 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Componente Patelar , Material: Polietileno , Tipo Estabilização: Com 1 A 3 Pinos , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

Grupo: G5

19 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Componente: Componente Base Tibial , Modelo: Bicondilar , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Tipo Fixação: Cimentada , Característica Fixação: C/ Haste , Tipo Estabilização: Platô Móvel Ou Fixo , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

Grupo: G5

20 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Componente: Componente Tibial Superfície Articular , Modelo: Bicondilar , Material: Polietileno , Característica Fixação: Platô Móvel Ou Fixo , Tipo Estabilização: Congruência Intercondilar Com Bloqueio , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

Grupo: G5

21 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Componente: Componente Femoral , Modelo: Bicondilar , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Tipo Fixação: Cimentada , Tipo Estabilização: Com Bloqueio Posterior , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

Grupo: G5

22 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Componente: Bloco De Aumento Tibial , Material: Titânio , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (15)

Grupo: G5

23 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Componente: Cunha Femoral , Modelo: Distal , Material: Titânio , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (15)

Grupo: G5

24 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Revisão , Componente: Componente Haste Tibial / Femoral , Material: Titânio , Tipo Fixação: Cimentação Biológica , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (20)

Grupo: G5

25 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário , Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato) , Características Adicionais: Envelope + Ampola, C/ Antibiótico , Componente: Com Gentamicina , Embalagem: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (40)

Grupo: G5

26 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária , Componente: Componente Tibial Superfície Articular , Modelo: Unicompartimental , Material: Polietileno , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

Grupo: G6

27 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária , Componente: Componente Base Tibial , Modelo: Unicompartimental , Material: Titânio , Tipo Fixação: Cimentação Biológica , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

Grupo: G6

28 - Prótese de joelho

Descrição Detalhada: Prótese De Joelho Tipo Cirurgia: Cirurgia Primária , Componente: Componente Femoral , Modelo: Unicompartimental , Material: Cromo Cobalto Molibdênio , Tipo Fixação: Cimentada , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

Grupo: G6

29 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Cimento Ortopédico Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário , Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato) , Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico , Embalagem: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (10)

Grupo: G6

30 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Tipo: Sistema Lavagem Pulsátil E Aspiração , Componente 1: Peça De Mão C/ Controle Pressão E Velocidade , Componente 2: Led, Protetor De Respingos, Tubo Duplo Cerca 3 M , Tipo 1: À Bateria , Apresentação: Conjunto Completo , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (40)

31 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Não Vascular , Material: Liga Metálica , Revestimento: Hidrofílico , Diâmetro: 0,021" , Comprimento: Cerca De 450 CM, Tipo Ponta: Ponta Retta , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Manaus/AM (15)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Parafuso de interferência	70	Unidade
2	Lâmina Shaver	80	Unidade
3	Lâmina Shaver	20	Unidade
4	Dispositivo de reconstrução ligamentar	60	Unidade
5	Âncora de sutura ortopédica	15	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
6	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	12	Unidade
7	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	72	Unidade
8	Placa ortopédica - pequenos e grandes fragmentos	5	Unidade
9	Parafuso cirúrgico - pequenos e grandes fragmentos	40	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
10	Material especial ortopedia	5	Unidade
11	Biomaterial implantável	5	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Prótese de joelho	30	Unidade
14	Prótese de joelho	30	Unidade
15	Prótese de joelho	30	Unidade
16	Prótese de joelho	30	Unidade
17	Cimento ortopédico	70	Unidade

Grupo 5			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
18	Prótese de joelho	10	Unidade
19	Prótese de joelho	10	Unidade
20	Prótese de joelho	10	Unidade
21	Prótese de joelho	10	Unidade
22	Prótese de joelho	15	Unidade
23	Prótese de joelho	15	Unidade
24	Prótese de joelho	20	Unidade
25	Cimento ortopédico	40	Unidade

Grupo 6			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
26	Prótese de joelho	10	Unidade
27	Prótese de joelho	10	Unidade
28	Prótese de joelho	10	Unidade
29	Cimento ortopédico	10	Unidade