

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90039/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Agulha hipodérmica			
Descrição Detalhada: Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado , Dimensão: 24 G X 3/4" , Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado , Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico , Tipo Fixação: Protetor Plástico , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1800	Quantidade Mínima Cotada: 1800
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 3600
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,50	
Local de Entrega (Quantidade):		Uberlândia/MG (1800)	

2 - Extensor infusão vascular			
Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Tipo: P/ Bomba Injetora Contraste , Vias: 2 Vias , Modelo: Espiralado, Em "Y" , Material: Polímero , Comprimento: Cerca 150 CM, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip , Pressão Máxima: Até Cerca De 300 PSI, Componente Adicional: 2 Seringas C/ Adaptador Perfurante Cerca 200 MI , Características Adicionais: C/ Válvula Antirrefluxo , Tipo Uso: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		200	Quantidade Mínima Cotada: 200
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 400
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,50	
Local de Entrega (Quantidade):		Uberlândia/MG (200)	

3 - Endoprótese luminal			
Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent , Tipo Uso: Traqueal , Modelo: Montgomery , Formato: Em "T" , Composição: Silicone , Diâmetro: 8 MM, Componente: C/ Tampa , Esterilidade: Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		10	Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,50	
Local de Entrega (Quantidade):		Uberlândia/MG (10)	

4 - Campo Cirúrgico Descartável			
Descrição Detalhada: Campo Cirúrgico Descartável Material: Não Tecido 100% Polipropileno - Tipo Sms , Propriedade: Hidrorepelente , Reforço: S/ Reforço , Fixação: Adesiva , Dimensões: Cerca De 100 X 200 CM, Cor: C/ Cor , Esterilidade: Estéril			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1000	Quantidade Mínima Cotada: 1000
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 2000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,50	
Local de Entrega (Quantidade):		Uberlândia/MG (1000)	

5 - Escova limpeza geral

Descrição Detalhada: Escova Limpeza Geral Material Corpo: Plástico , Material Cerdas: Náilon , Comprimento: 27 CM, Aplicação: Limpeza De Instrumentos Em Geral , Largura: 5 CM, Espessura: 2 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (90)

6 - Escova Limpeza - Cme

Descrição Detalhada: Escova Limpeza - Cme Aplicação: P/ Canulado , Material Cerdas: Cerdas De Nylon , Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades , Diâmetro Ponta: Cerca De 5 MM, Haste: Haste Liga Metálica , Comprimento Total: Cerca De 60 CM, Tipo Uso: Reprocessável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 270 **Quantidade Mínima Cotada:** 270

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 540

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (270)

7 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Indicador Químico Classe: Classe I , Tipo Uso: Externo , Apresentação: Etiqueta Dupla Camada Adesiva , Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor , Componentes Adicionais: C/ Sistema Rastreabilidade

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27000 **Quantidade Mínima Cotada:** 27000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 54000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (27000)

8 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Indicador Químico Classe: Classe I , Tipo Uso: Externo , Apresentação: Etiqueta Dupla Camada Adesiva , Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor , Componentes Adicionais: C/ Sistema Rastreabilidade

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9000 **Quantidade Mínima Cotada:** 9000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (9000)

9 - Lacre segurança

Descrição Detalhada: Lacre Segurança Material: Plástico , Aplicação: Para Containers De Instrumentais Cirúrgicos , Características Adicionais: Resistente A Temperaturas Em Torno 200°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (1000)

10 - Lacre segurança

Descrição Detalhada: Lacre Segurança Material: Plástico , Aplicação: Para Containers De Instrumentais Cirúrgicos , Características Adicionais: Resistente A Temperaturas Em Torno 200°C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (2000)

11 - Fita Adesiva

Descrição Detalhada: Fita Adesiva Material: Crepe , Tipo: Monoface , Largura: 18 MM, Comprimento: 50 M, Cor: Bege , Aplicação: Multiuso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 23000

Quantidade Mínima Cotada: 23000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 65,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 46000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (23000)

12 - Escova limpeza geral

Descrição Detalhada: Escova Limpeza Geral Material Corpo: Plástico , Material Cerdas: Náilon , Comprimento: 27 CM, Aplicação: Limpeza De Instrumentos Em Geral , Largura: 5 CM, Espessura: 2 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (40)

13 - Atadura

Descrição Detalhada: Atadura Largura: 7,5 CM, Comprimento: 500 CM, Tipo Embalagem: Embalagem Individual , Material: Rayon

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9000

Quantidade Mínima Cotada: 9000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 5,00 M

Quantidade Máxima para Adesões: 18000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (9000)

14 - Compressa Hospitalar

Descrição Detalhada: Compressa Hospitalar Tipo: Cirúrgica , Material*: 100% Algodão , Dimensões: Cerca De 10 X 10 CM, Características Adicionais*: C/ Fio Radiopaco , Acessórios: C/ Cordão Identificador , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Pacote 10,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 10000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (5000)

15 - Sistema P/ Estomia

Descrição Detalhada: Sistema P/ Estomia Aplicação: Intestinal , Tipo: Bolsa C/ Base Adesiva 1 Peça , Modelo: Fechada , Tipo Bolsa: Antiodor Transparente , Componentes: C/ Filtro Gases , Tipo Base: Adesivo Microporoso E Resina Sintética , Estrutura: Plana , Tipo Recorte Base Adesiva: Pré-Cortada Até 70 Mm , Tipo Uso: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (500)

16 - Dreno cirúrgico

Descrição Detalhada: Dreno Cirúrgico Modelo: Tubular, Centro Rígido C/ 4 Canais , Material: Silicone , Calibre: Cerca De 24 FRENCH, Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa , Volume: Cerca De 100 ML, Componente li: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (200)

17 - Dreno cirúrgico

Descrição Detalhada: Dreno Cirúrgico Modelo: Torácico , Material: Pvc , Calibre: 20 FRENCH, Comprimento: Cerca De 50 CM, Componente li: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (70)

18 - Sonda trato urinário

Descrição Detalhada: Sonda Trato Urinário Modelo: Malecot , Material: Borracha , Calibre: 28 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 40 CM, Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (50)

19 - Sonda trato urinário

Descrição Detalhada: Sonda Trato Urinário Modelo: Pezzer , Material: Borracha , Calibre: 24 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 35 CM, Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (50)

20 - Sonda trato urinário

Descrição Detalhada: Sonda Trato Urinário Modelo: Pezzer , Material: Borracha , Calibre: 28 FRENCH, Conector: Conector Padrão , Comprimento: Cerca 35 CM, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (50)

21 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: Esofágica , Modelo: Sengstaken-Blakemore , Material: Borracha , Vias: 3 Vias , Calibre: Nº 14 , Comprimento: Cerca 60 CM, Componentes: C/ Orifícios E 2 Balões (Gástrico / Esofágico) , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (10)

22 - Dreno cirúrgico

Descrição Detalhada: Dreno Cirúrgico Modelo: Kehr Em "T" , Material: Silicone , Calibre: 12 FRENCH, Comprimento: Cerca De 40 CM, Componente li: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (40)

23 - Dreno cirúrgico

Descrição Detalhada: Dreno Cirúrgico Modelo: Kehr Em "T" , Material: Silicone , Calibre: 14 FRENCH, Comprimento: Cerca De 40 CM, Componente li: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (40)

24 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável , Tipo: Steinmann , Diâmetro: Diâmetro De 3,0 A 3,5 MM, Tipo Corpo: Liso , Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900 **Quantidade Mínima Cotada:** 900

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (900)

25 - Fio De Sutura Agulhado

Descrição Detalhada: Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Poliglecaprone Violeta , Modelo Fio: Monofilamentar , Diâmetro Fio: 3-0 , Comprimento Fio: Cerca De 70 CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo , Modelo Agulha: Cilíndrica , Comprimento Agulha: Cerca De 18 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72

Quantidade Mínima Cotada: 72

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 144

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (72)

26 - Fio ortopédico implantável

Descrição Detalhada: Fio Ortopédico Implantável Material: Aço Inoxidável , Tipo: Para Cerclagem , Diâmetro: Diâmetro 0,8 MM, Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (100)

27 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Vertebral , Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Quantidade Mínima Cotada: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (800)

28 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Curva Judkins - JI , Tamanho Da Curva: C/ 5,0 CM, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (10)

29 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Renal - Rdc , Dimensões: Cerca De 5 Fr X 80 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (50)

30 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Simmons - Sim1 , Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (100)

31 - Pulseira identificação

Descrição Detalhada: Pulseira Identificação Tipo: Prova D'Água , Cor: Branca , Largura: 2 CM, Comprimento: 25 CM, Tipo Material: Atóxico E Antialérgico , Aplicação: Identificação De Pacientes , Características Adicionais: Descartável/Fecho Inviolável , Material: Polietileno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (1000)

32 - Pulseira identificação

Descrição Detalhada: Pulseira Identificação Cor: Branca , Tipo Material: À Prova D'Água , Aplicação: Identificação De Pacientes , Características Adicionais: Cartucho 300 Pulseiras, Tamanho Infantil , Material: Polipropileno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Cartucho **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (20)

33 - Pulseira identificação

Descrição Detalhada: Pulseira Identificação Cor: Branca , Largura: 2,54 CM, Comprimento: 27,94 CM, Tipo Material: À Prova D'Água , Aplicação: Identificação De Pacientes , Características Adicionais: Cartucho 200 Pulseiras, Marca Preta, Fecho Adesivo , Material: Polipropileno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Cartucho **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (100)

34 - Pulseira identificação

Descrição Detalhada: Pulseira Identificação Cor: Branca , Largura: 2,54 CM, Comprimento: 27,94 CM, Tipo Material: À Prova D'Água , Aplicação: Identificação De Pacientes , Características Adicionais: Cartucho 200 Pulseiras, Marca Preta, Fecho Adesivo , Material: Polipropileno

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700 **Quantidade Mínima Cotada:** 700

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Cartucho **Quantidade Máxima para Adesões:** 1400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (700)

35 - Equipo De Infusão Venosa Gravitacional

Descrição Detalhada: Equipo De Infusão Venosa Gravitacional Material: Pvc Transparente , Câmara Gotejamento: Microgotas, Flexível, C/ Filtro , Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete , Comprimento Tubo: Até 180 Cm , Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Uso S/ Agulha , Conector Paciente: Luer , Adicional: C/ Clamp , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (300)

36 - Haste Flexível

Descrição Detalhada: Haste Flexível Material Haste: Plástico , Tipo Haste: Com Ranhuras , Material Ponta: Algodão , Características Adicionais: Com 2 Pontas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000 **Quantidade Mínima Cotada:** 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 75,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (2000)

37 - Peça / acessório - instrumental cirúrgico

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Instrumental Cirúrgico Tipo 2: Lâmina , Material 1: Aço Inoxidável , Aplicação 2: P/ Faca De Blair , Tamanho 2: 6" , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (50)

38 - Reagente para diagnóstico clínico

Descrição Detalhada: Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Uroanálise , Características Adicionais: 10 Parâmetros , Apresentação: Tira

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4000 **Quantidade Mínima Cotada:** 4000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (4000)

39 - Equipo De Infusão Venosa Gravitacional

Descrição Detalhada: Equipo De Infusão Venosa Gravitacional Material: Pvc Transparente , Volume Bureta: Bureta Cerca De 100 ML, Características Bureta: Graduada, C/ Alça, Respiro, Injetor E Filtro , Câmara Gotejamento: Microgotas, Flexível, C/ Filtro , Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete , Comprimento Tubo: Acima De 181 Cm, C/ Priming Reduzido , Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante , Conector Paciente: Luer , Adicional: C/ Clamp , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (100)

40 - Cateter central

Descrição Detalhada: Aplicação: Venoso, Tipo Implante: Inserção Periférica, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca 1 Fr, Vias: Mono Lúmen, Comprimento: Cerca 20 CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa, Componente: Kit Introdutor Completo, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	350
Quantidade Total:	350	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	700
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Uberlândia/MG (350)		

41 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Vias: 4 Vias , Material: Polímero , Comprimento: Cerca 15 CM, Calibre: Cerca 12 FRENCH, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip / Valvulado , Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PSI, Componente Adicional: C/ Clamp , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	500
Quantidade Total:	500	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	1000
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Uberlândia/MG (500)		

42 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Vias: 4 Vias , Material: Polímero , Comprimento: Cerca 15 CM, Calibre: Cerca 12 FRENCH, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip / Valvulado , Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PSI, Componente Adicional: C/ Clamp , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	100
Quantidade Total:	100	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Uberlândia/MG (100)		

43 - Palito

Descrição Detalhada: Palito Material: Madeira , Formato: Roliço , Comprimento: 6 CM, Aplicação: Higiene Dental , Características Adicionais: Embalagem De Papel Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	20
Quantidade Total:	20	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Uberlândia/MG (20)		

44 - Removedor

Descrição Detalhada: Tipo: Solvente Com Hidrocarbonetes Aromáticos, Cor: Incolor, Aspecto Físico: Líquido, Aplicação: Uso Geral,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	50
Quantidade Total:	50	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Unidade de Fornecimento:	Frasco 500,00 ML		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		
Local de Entrega (Quantidade):	Uberlândia/MG (50)		

45 - Sonda trato urinário

Descrição Detalhada: Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material: Pvc , Calibre: 20 FRENCH, Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Comprimento: Cerca 40 CM, Tipo Ponta: Ponta Distal Cilíndrica Fechada , Componentes: C/ Orifícios Laterais , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (1000)

46 - Máscara gasoterapia

Descrição Detalhada: Máscara Gasoterapia Aplicação: Múltipla Função , Modelo: Facial Oval , Material: Cúpula Em Plástico Rígido , Tipo Borda: Coxim Inflável Em Silicone , Tamanho: Adulto G , Tipo Conector: Conector Padrão , Adicionais: C/ Presilha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (200)

47 - Máscara gasoterapia

Descrição Detalhada: Máscara Gasoterapia Aplicação: Múltipla Função , Modelo: Facial Oval , Material: Cúpula Em Plástico Rígido , Tipo Borda: Coxim Inflável Em Plástico , Tamanho: Adulto M , Tipo Conector: Conector Padrão , Adicionais: C/ Presilha

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (200)