

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90028/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea , Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Dimensão Agulha: Cerca De 16 G X 15 Cm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Peça De Mão: Manopla C/ Disparo Semi / Automático , Componente 1: C/ Mandril , Componente 2: C/ Ajuste Profundidade , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (120)

2 - Agulha biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea , Modelo: Aspirativa / Infusão , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Dimensão Agulha: Cerca De 18 G X 10 Cm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Componente 1: C/ Mandril , Componente 2: C/ Ajuste Profundidade , Componente 3: Conector Luer , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (50)

3 - Agulha biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea , Modelo: Aspirativa / Infusão , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Dimensão Agulha: Cerca De 18 G X 10 Cm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Componente 1: C/ Mandril , Componente 2: C/ Ajuste Profundidade , Componente 3: Conector Luer , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 280

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (140)

4 - Agulha biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea , Modelo: Aspirativa / Infusão , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Dimensão Agulha: Cerca De 18 G X 10 Cm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Componente 1: C/ Mandril , Componente 2: C/ Ajuste Profundidade , Componente 3: Conector Luer , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (40)

5 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea , Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Dimensão Agulha: Cerca De 20 G X 20 Cm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Componente 1: C/ Mandril , Compatibilidade: Uso C/ Pistola Automática , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (12)

6 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea , Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Dimensão Agulha: Cerca De 20 G X 15 Cm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Peça De Mão: Manopla C/ Disparo Semi / Automático , Componente 1: C/ Mandril , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (36)

7 - Marcador De Biópsia Tecidual

Descrição Detalhada: Marcador De Biópsia Tecidual Aplicação: Região Mamária / Axilar , Modelo: Fio C/ Ponta Distal De Formato Variado P/ Fixação , Tipo: Implantável, Temporário, Uso Pré Cirúrgico , Material: Liga Metálica , Sistema Introdutor: Cânula Tipo Agulha Graduada , Dimensão Agulha: Cerca De 19 G X 10 Cm , Componente: C/ Ajuste De Profundidade , Imagem: Ecogênica / Radiopaca , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (18)

8 - Coletor de urina

Descrição Detalhada: Coletor De Urina Material*: Polímero , Tipo*: Sistema Fechado , Capacidade*: Cerca De 500 ML, Graduação: Graduada , Válvula: Válvula Anti-Refluxo , Componentes: C/ Sistema De Fixação , Esterilidade*: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (70)

9 - Bolsa aplicação enema

Descrição Detalhada: Bolsa Aplicação Enema Material: Plástico , Tipo: P/ Clister Opaco , Capacidade: 3000 ML, Componentes: C/ Cânula Retal Flexível 2 Vias,C/ Balão , Tipo Uso: Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (20)

10 - Bolsa aplicação enema

Descrição Detalhada: Bolsa Aplicação Enema Material: Plástico , Tipo: P/ Clister Opaco , Capacidade: 2500 ML, Componentes: Sonda Retal Flexível, 3 Vias, Pêra Insuflação , Tipo Uso: Descartável E Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (20)

11 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente , Diâmetro Balão: Cerca De 6,5 Até 10 MM, Comprimento Balão: Cerca De 51 A 100 MM, Marcador: Radiopaco , Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035?? , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (10)

12 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente , Diâmetro Balão: Cerca De 6,5 Até 10 MM, Comprimento Balão: Cerca De 51 A 100 MM, Marcador: Radiopaco , Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035?? , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (15)

13 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente , Diâmetro Balão: Cerca De 6,5 Até 10 MM, Comprimento Balão: Cerca De 26 A 50 MM, Marcador: Radiopaco , Comprimento Cateter: Até 100 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035?? , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (10)

14 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente , Diâmetro Balão: Cerca De 10,5 Até 14 MM, Comprimento Balão: Cerca De 51 A 100 MM, Marcador: Radiopaco , Comprimento Cateter: Até 100 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035?? , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (12)

15 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável , Tipo Curva: Pigtail , Dimensões: Cerca De 5 Fr X 110 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

16 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável , Tipo Curva: Cobra - 2 , Dimensões: Cerca De 4 Fr X 65 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (35)

17 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável , Tipo Curva: Cobra - 2 , Dimensões: Cerca De 5 Fr X 65 CM, Modelo: C/ Furos Laterais , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (20)

18 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Multipurpose - Mp2 , Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (3)

19 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Simmons - Sim2 , Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (3)

20 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Vertebral , Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (15)

21 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter Balão Material: Isento De Látex , Aplicação: Histerosalpingografia , Tipo: Duas Vias , Tipo Uso: Uso Único , Diâmetro: 5 FRENCH, Comprimento: 40 CM, Características Adicionais: Bainha Maleável , Acessórios: Kit C/ Seringa , Conector: C/ Torneira E Conector Luer Em Cada Via , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (60)

22 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto Drenagem Aplicação: Percutânea, Biliar , Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail , Dimensões: Cerca De 10 Fr X 40 Cm , Adicionais: Marcas Radiopacas , Opcionais: Com Sistema Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (40)

23 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto Drenagem Aplicação: Percutânea, Biliar , Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail , Dimensões: Cerca De 12 Fr X 40 Cm , Adicionais: Marcas Radiopacas , Opcionais: Com Sistema Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (30)

24 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto Drenagem Aplicação: Percutânea, Biliar , Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail , Dimensões: Cerca De 14 Fr X 40 Cm , Adicionais: Marcas Radiopacas , Opcionais: Com Sistema Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6)

25 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto Drenagem Aplicação: Percutânea, Biliar , Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail , Dimensões: Cerca De 8 Fr X 40 Cm , Adicionais: Marcas Radiopacas , Opcionais: Com Sistema Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (20)

26 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto Drenagem Aplicação: Percutânea, Multipropósito , Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail , Dimensões: Cerca De 8 Fr X 25 Cm , Componente 1: Estilete E Fio Guia , Adicionais: Marcas Radiopacas , Opcionais: Com Sistema Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (15)

27 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto Drenagem Aplicação: Percutânea, Biliar , Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail , Dimensões: Cerca De 10 Fr X 40 Cm , Adicionais: Marcas Radiopacas , Opcionais: Com Sistema Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (20)

28 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto Drenagem Aplicação: Percutânea, Multipropósito , Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail , Dimensões: Cerca De 8 Fr X 25 Cm , Componente 1: Estilete E Fio Guia , Adicionais: Marcas Radiopacas , Opcionais: Com Sistema Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (10)

29 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto Drenagem Aplicação: Percutânea, Multipropósito , Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail , Dimensões: Cerca De 8 Fr X 25 Cm , Componente 1: Estilete E Fio Guia , Adicionais: Marcas Radiopacas , Opcionais: Com Sistema Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (5)

30 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto Drenagem Aplicação: Percutânea, Multipropósito , Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail , Dimensões: Cerca De 8 Fr X 25 Cm , Componente 1: Estilete E Fio Guia , Adicionais: Marcas Radiopacas , Opcionais: Com Sistema Introduutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	2
Quantidade Total:	2	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Juiz de Fora/MG (2)		

31 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Material Especial Cardiovascular Aplicação*: Uso Em Angioplastia, Para Cateter Balão , Componente 1: Seringa Insufladora C/ Manômetro , Componente 2: Conector Em "Y", Rotor, Tubo Inserção , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	20
Quantidade Total:	20	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Juiz de Fora/MG (20)		

32 - Introduutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introduutor Percutâneo Tipo: Arterial , Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador , Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias , Material: Polímero , Dimensões: Cerca De 7 Fr X 11 Cm , Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta , Diâmetro Fio Guia: 0,035" , Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm , Acessórios: C/ Agulha De Punção , Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	20
Quantidade Total:	20	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Juiz de Fora/MG (20)		

33 - Introduutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introduutor Percutâneo Tipo: Arterial , Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador , Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias , Material: Polímero , Dimensões: Cerca De 8 Fr X 12 Cm , Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta , Diâmetro Fio Guia: 0,038" , Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm , Acessórios: C/ Agulha De Punção , Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	20
Quantidade Total:	20	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Juiz de Fora/MG (20)		

34 - Conjunto nefrostomia percutânea

Descrição Detalhada: Conjunto Nefrostomia Percutânea Diâmetro Do Cateter: Cerca De 6 Fr , Componentes 1: C/ 1 Agulha Punção Chiba 22g , Componentes 2: Agulha Punção, Bainha Introduutora E Fio Guia , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	30
Quantidade Total:	30	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Juiz de Fora/MG (30)		

35 - Conjunto drenagem tórax

Descrição Detalhada: Conjunto Drenagem Tórax Componentes: Agulha 19g X 16,5cm, Ponta Trocarte , Aplicação: P/ Pneumotórax Percutânea , Características Adicionais: Válvula Drenagem Torácica Unidirecional Sem Látex , Adicionais: Dreno Poliuretano 14fr X 29cm Pigtail, 20 Portas , Acessórios: Válvula Segurança 3 Vias, Tubo Conector 30cm , Uso: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34 **Quantidade Mínima Cotada:** 34

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 68

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (34)

36 - Eletrodo

Descrição Detalhada: Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Cardíaca - Ecg , Modelo: De Superfície , Tipo: Adesivo , Material Sensor: P/ Ambiente Ressonância Magnética Mri , Adicional 1: C/ Gel Condutor , Tamanhos: Adulto , Acessório: S/ Cabo , Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000 **Quantidade Mínima Cotada:** 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2000)

37 - Equipo especial

Descrição Detalhada: Equipo De Infusão De Contraste Aplicação: P/ Contraste Radiológico , Material: Pvc Cristal , Tipo Ponteira: Duas Pontas Perfurantes C/ Câmaras , Tipo Pinça: Válvula Anti Refluxo , Tipo Conector: Dois Luer Lock Fêmea, Um Luer Lock Macho , Tipo Filtro: Filtro De Ar , Características Adicionais: P/ Bomba De Seringa Injetora , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360 **Quantidade Mínima Cotada:** 360

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 720

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (360)

38 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Tipo: P/ Bomba Injetora Contraste , Vias: 2 Vias , Modelo: Espiralado, Em "Y" , Material: Polímero , Comprimento: Cerca 250 CM, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip , Pressão Máxima: Até Cerca De 300 PSI, Componente Adicional: Seringas C/ Adaptador Perfurante Cerca 65 E 115 MI , Características Adicionais: C/ Válvula Antirrefluxo , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360 **Quantidade Mínima Cotada:** 360

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 720

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (360)

39 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Tipo: P/ Bomba Injetora Contraste , Vias: 1 Via , Material: Polímero , Comprimento: Cerca 25 CM, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip , Pressão Máxima: Até Cerca De 300 PSI, Características Adicionais: C/ Válvula Antirrefluxo , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3240 **Quantidade Mínima Cotada:** 3240

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6480

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (3240)

40 - Filme Impressora

Descrição Detalhada: Filme Impressora Formato: 28 X 35 CM, Aplicação: Impressora Agfa Dry , Características Adicionais: Filme Dry Dt-2b

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 FL **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (40)

41 - Filme Radiológico

Descrição Detalhada: Filme Radiológico Tipo: Tomografia , Adicional: Para Processamento Seco , Dimensões: 35 X 43 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (3)

42 - Filme Impressora

Descrição Detalhada: Filme Impressora Formato: 8 X 10 POL, Aplicação: Impressora Agfa Drystar

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (40)

43 - Filme Radiológico

Descrição Detalhada: Filme Radiológico Tipo: Mamografia , Adicional: Para Processamento Seco , Dimensões: 25 X 30 C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (50)

44 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular , Material: Nitinol , Revestimento: Hidrofílico , Diâmetro: 0,035" , Comprimento: Cerca De 260 CM, Tipo Ponta: Ponta Curva , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72 **Quantidade Mínima Cotada:** 72

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 144

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (72)

45 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular , Material: Nitinol , Revestimento: Hidrofílico , Diâmetro: 0,035" , Comprimento: Cerca De 260 CM, Tipo Ponta: Ponta Curva , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (30)

46 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular , Material: Aço Inoxidável , Revestimento: Hidrofílico , Diâmetro: 0,035" , Comprimento: Cerca De 180 CM, Tipo Ponta: Ponta Em "J" , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (24)

47 - Gel

Descrição Detalhada: Gel Para Exame Médico Aplicação: Redutor De Impedância Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6)

48 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Aplicação 2: Guia De Biópsia Para Transdutor Endocavitário

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (20)

49 - Microcateter

Descrição Detalhada: Microcateter Aplicação: P/ Infusão / Embolização , Modelo: Duplo Lúmen , Material: Polímero Compatível C/ Dmso, Hidrofílico , Tipo Ponta: Moldável , Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 3 Fr , Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 140 CM, Radiopacidade: Radiopaco , Fio Guia: P/ Fio Guia Até 0,014" , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (5)

50 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 200 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Compatibilidade: Compatível Com Bomba Infusora , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360 **Quantidade Mínima Cotada:** 360

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 720

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (360)

51 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 200 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Compatibilidade: Compatível Com Bomba Infusora , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 720 **Quantidade Mínima Cotada:** 720

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1440

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (720)

52 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea , Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Dimensão Agulha: Cerca De 16 G X 15 Cm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Peça De Mão: Manopla C/ Disparo Semi / Automático , Componente 1: C/ Mandril , Componente 2: C/ Ajuste Profundidade , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (120)

53 - Agulha biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea , Modelo: Aspirativa / Infusão , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Dimensão Agulha: Cerca De 18 G X 10 Cm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Componente 1: C/ Mandril , Componente 2: C/ Ajuste Profundidade , Componente 3: Conector Luer , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (50)

54 - Agulha biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea , Modelo: Aspirativa / Infusão , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Dimensão Agulha: Cerca De 18 G X 10 Cm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Componente 1: C/ Mandril , Componente 2: C/ Ajuste Profundidade , Componente 3: Conector Luer , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 140 **Quantidade Mínima Cotada:** 140

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 280

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (140)

55 - Agulha biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea , Modelo: Aspirativa / Infusão , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Dimensão Agulha: Cerca De 18 G X 10 Cm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Componente 1: C/ Mandril , Componente 2: C/ Ajuste Profundidade , Componente 3: Conector Luer , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (40)

56 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea , Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Dimensão Agulha: Cerca De 20 G X 20 Cm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Componente 1: C/ Mandril , Compatibilidade: Uso C/ Pistola Automática , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (12)

57 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea , Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Dimensão Agulha: Cerca De 20 G X 15 Cm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Peça De Mão: Manopla C/ Disparo Semi / Automático , Componente 1: C/ Mandril , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (36)

58 - Marcador De Biópsia Tecidual

Descrição Detalhada: Marcador De Biópsia Tecidual Aplicação: Região Mamária / Axilar , Modelo: Fio C/ Ponta Distal De Formato Variado P/ Fixação , Tipo: Implantável, Temporário, Uso Pré Cirúrgico , Material: Liga Metálica , Sistema Introdutor: Cânula Tipo Agulha Graduada , Dimensão Agulha: Cerca De 19 G X 10 Cm , Componente: C/ Ajuste De Profundidade , Imagem: Ecogênica / Radiopaca , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (18)

59 - Coletor de urina

Descrição Detalhada: Coletor De Urina Material*: Polímero , Tipo*: Sistema Fechado , Capacidade*: Cerca De 500 ML, Graduação: Graduada , Válvula: Válvula Anti-Refluxo , Componentes: C/ Sistema De Fixação , Esterilidade*: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (70)

60 - Bolsa aplicação enema

Descrição Detalhada: Bolsa Aplicação Enema Material: Plástico , Tipo: P/ Clister Opaco , Capacidade: 3000 ML, Componentes: C/ Cânula Retal Flexível 2 Vias,C/ Balão , Tipo Uso: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (20)

61 - Bolsa aplicação enema

Descrição Detalhada: Bolsa Aplicação Enema Material: Plástico , Tipo: P/ Clister Opaco , Capacidade: 2500 ML, Componentes: Sonda Retal Flexível, 3 Vias, Pêra Insuflação , Tipo Uso: Descartável E Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (20)

62 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente , Diâmetro Balão: Cerca De 6,5 Até 10 MM, Comprimento Balão: Cerca De 51 A 100 MM, Marcador: Radiopaco , Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035?? , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (10)

63 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente , Diâmetro Balão: Cerca De 6,5 Até 10 MM, Comprimento Balão: Cerca De 51 A 100 MM, Marcador: Radiopaco , Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035?? , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (15)

64 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente , Diâmetro Balão: Cerca De 6,5 Até 10 MM, Comprimento Balão: Cerca De 26 A 50 MM, Marcador: Radiopaco , Comprimento Cateter: Até 100 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035?? , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (10)

65 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente , Diâmetro Balão: Cerca De 10,5 Até 14 MM, Comprimento Balão: Cerca De 51 A 100 MM, Marcador: Radiopaco , Comprimento Cateter: Até 100 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035?? , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (12)

66 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável , Tipo Curva: Pigtail , Dimensões: Cerca De 5 Fr X 110 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

67 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável , Tipo Curva: Cobra - 2 , Dimensões: Cerca De 4 Fr X 65 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (35)

68 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável , Tipo Curva: Cobra - 2 , Dimensões: Cerca De 5 Fr X 65 CM, Modelo: C/ Furos Laterais , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (20)

69 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Multipurpose - Mp2 , Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (3)

70 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Simmons - Sim2 , Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (3)

71 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Vertebral , Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (15)

72 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter Balão Material: Isento De Látex , Aplicação: Histerosalpingografia , Tipo: Duas Vias , Tipo Uso: Uso Único , Diâmetro: 5 FRENCH, Comprimento: 40 CM, Características Adicionais: Bainha Maleável , Acessórios: Kit C/ Seringa , Conector: C/ Torneira E Conector Luer Em Cada Via , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (60)

73 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto Drenagem Aplicação: Percutânea, Biliar , Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail , Dimensões: Cerca De 10 Fr X 40 Cm , Adicionais: Marcas Radiopacas , Opcionais: Com Sistema Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (40)

74 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto Drenagem Aplicação: Percutânea, Biliar , Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail , Dimensões: Cerca De 12 Fr X 40 Cm , Adicionais: Marcas Radiopacas , Opcionais: Com Sistema Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (30)

75 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto Drenagem Aplicação: Percutânea, Biliar , Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail , Dimensões: Cerca De 14 Fr X 40 Cm , Adicionais: Marcas Radiopacas , Opcionais: Com Sistema Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6)

76 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto Drenagem Aplicação: Percutânea, Biliar , Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail , Dimensões: Cerca De 8 Fr X 40 Cm , Adicionais: Marcas Radiopacas , Opcionais: Com Sistema Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (20)

77 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto Drenagem Aplicação: Percutânea, Multipropósito , Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail , Dimensões: Cerca De 8 Fr X 25 Cm , Componente 1: Estilete E Fio Guia , Adicionais: Marcas Radiopacas , Opcionais: Com Sistema Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (15)

78 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto Drenagem Aplicação: Percutânea, Biliar , Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail , Dimensões: Cerca De 10 Fr X 40 Cm , Adicionais: Marcas Radiopacas , Opcionais: Com Sistema Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (20)

79 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto Drenagem Aplicação: Percutânea, Multipropósito , Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail , Dimensões: Cerca De 8 Fr X 25 Cm , Componente 1: Estilete E Fio Guia , Adicionais: Marcas Radiopacas , Opcionais: Com Sistema Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (10)

80 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto Drenagem Aplicação: Percutânea, Multipropósito , Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail , Dimensões: Cerca De 8 Fr X 25 Cm , Componente 1: Estilete E Fio Guia , Adicionais: Marcas Radiopacas , Opcionais: Com Sistema Introduutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (5)

81 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto Drenagem Aplicação: Percutânea, Multipropósito , Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail , Dimensões: Cerca De 8 Fr X 25 Cm , Componente 1: Estilete E Fio Guia , Adicionais: Marcas Radiopacas , Opcionais: Com Sistema Introduutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

82 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Material Especial Cardiovascular Aplicação*: Uso Em Angioplastia, Para Cateter Balão , Componente 1: Seringa Insufladora C/ Manômetro , Componente 2: Conector Em "Y", Rotor, Tubo Inserção , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (20)

83 - Introduutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introduutor Percutâneo Tipo: Arterial , Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador , Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias , Material: Polímero , Dimensões: Cerca De 7 Fr X 11 Cm , Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta , Diâmetro Fio Guia: 0,035" , Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm , Acessórios: C/ Agulha De Punção , Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (20)

84 - Introduutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introduutor Percutâneo Tipo: Arterial , Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador , Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias , Material: Polímero , Dimensões: Cerca De 8 Fr X 12 Cm , Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta , Diâmetro Fio Guia: 0,038" , Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm , Acessórios: C/ Agulha De Punção , Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (20)

85 - Conjunto drenagem tórax

Descrição Detalhada: Conjunto Drenagem Tórax Componentes: Agulha 19g X 16,5cm, Ponta Trocarte , Aplicação: P/ Pneumotórax Percutânea , Características Adicionais: Válvula Drenagem Torácica Unidirecional Sem Látex , Adicionais: Dreno Poliuretano 14fr X 29cm Pigtail, 20 Portas , Acessórios: Válvula Segurança 3 Vias, Tubo Conector 30cm , Uso: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (30)

86 - Conjunto drenagem tórax

Descrição Detalhada: Conjunto Drenagem Tórax Componentes: Agulha 19g X 16,5cm, Ponta Trocarte , Aplicação: P/ Pneumotórax Percutânea , Características Adicionais: Válvula Drenagem Torácica Unidirecional Sem Látex , Adicionais: Dreno Poliuretano 14fr X 29cm Pigtail, 20 Portas , Acessórios: Válvula Segurança 3 Vias, Tubo Conector 30cm , Uso: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34 **Quantidade Mínima Cotada:** 34

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 68

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (34)

87 - Eletrodo

Descrição Detalhada: Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Cardíaca - Ecg , Modelo: De Superfície , Tipo: Adesivo , Material Sensor: P/ Ambiente Ressonância Magnética Mri , Adicional 1: C/ Gel Condutor , Tamanhos: Adulto , Acessório: S/ Cabo , Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000 **Quantidade Mínima Cotada:** 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2000)

88 - Equipo especial

Descrição Detalhada: Equipo De Infusão De Contraste Aplicação: P/ Contraste Radiológico , Material: Pvc Cristal , Tipo Ponteira: Duas Pontas Perfurantes C/ Câmaras , Tipo Pinça: Válvula Anti Refluxo , Tipo Conector: Dois Luer Lock Fêmea, Um Luer Lock Macho , Tipo Filtro: Filtro De Ar , Características Adicionais: P/ Bomba De Seringa Injetora , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360 **Quantidade Mínima Cotada:** 360

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 720

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (360)

89 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Tipo: P/ Bomba Injetora Contraste , Vias: 2 Vias , Modelo: Espiralado, Em "Y" , Material: Polímero , Comprimento: Cerca 250 CM, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip , Pressão Máxima: Até Cerca De 300 PSI, Componente Adicional: Seringas C/ Adaptador Perfurante Cerca 65 E 115 MI , Características Adicionais: C/ Válvula Antirrefluxo , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 360 **Quantidade Mínima Cotada:** 360

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 720

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (360)

90 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Tipo: P/ Bomba Injetora Contraste , Vias: 1 Via , Material: Polímero , Comprimento: Cerca 25 CM, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip , Pressão Máxima: Até Cerca De 300 PSI, Características Adicionais: C/ Válvula Antirrefluxo , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3240 **Quantidade Mínima Cotada:** 3240

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6480

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (3240)

91 - Filme Impressora

Descrição Detalhada: Filme Impressora Formato: 28 X 35 CM, Aplicação: Impressora Agfa Dry , Características Adicionais: Filme Dry Dt-2b

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (40)

92 - Filme Radiológico

Descrição Detalhada: Filme Radiológico Tipo: Tomografia , Adicional: Para Processamento Seco , Dimensões: 35 X 43 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (3)

93 - Filme Impressora

Descrição Detalhada: Filme Impressora Formato: 8 X 10 POL, Aplicação: Impressora Agfa Drystar

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (40)

94 - Filme Radiológico

Descrição Detalhada: Filme Radiológico Tipo: Mamografia , Adicional: Para Processamento Seco , Dimensões: 25 X 30 C

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (50)

95 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular , Material: Nitinol , Revestimento: Hidrofílico , Diâmetro: 0,035" , Comprimento: Cerca De 260 CM, Tipo Ponta: Ponta Curva , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72 **Quantidade Mínima Cotada:** 72

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 144

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (72)

96 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular , Material: Nitinol , Revestimento: Hidrofílico , Diâmetro: 0,035" , Comprimento: Cerca De 260 CM, Tipo Ponta: Ponta Curva , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (30)

97 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular , Material: Aço Inoxidável , Revestimento: Hidrofílico , Diâmetro: 0,035" , Comprimento: Cerca De 180 CM, Tipo Ponta: Ponta Em "J" , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (24)

98 - Gel

Descrição Detalhada: Gel Para Exame Médico Aplicação: Redutor De Impedância Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (6)

99 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Aplicação 2: Guia De Biópsia Para Transdutor Endocavitário

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (20)

100 - Microcateter

Descrição Detalhada: Microcateter Aplicação: P/ Infusão / Embolização , Modelo: Duplo Lúmen , Material: Polímero Compatível C/ Dmso, Hidrofílico , Tipo Ponta: Moldável , Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 3 Fr , Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 140 CM, Radiopacidade: Radiopaco , Fio Guia: P/ Fio Guia Até 0,014" , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	5
Quantidade Total:	5	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Juiz de Fora/MG (5)		

101 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 200 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Compatibilidade: Compatível Com Bomba Infusora , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	360
Quantidade Total:	360	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	720
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Juiz de Fora/MG (360)		

102 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 200 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Compatibilidade: Compatível Com Bomba Infusora , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	720
Quantidade Total:	720	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	1440
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Juiz de Fora/MG (720)		