

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90038/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Contraste Radiológico

Descrição Detalhada: Contraste Radiológico Composição: À Base De Óleo De Papoula Iodado , Concentração: A 38% P/P, Com 480 Mg/ML De Iodo ,
Forma Farmacêutica: Solução Injetável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco-Ampola **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (12)

2 - Hemostático absorvível

Descrição Detalhada: Apresentação: Malha, Princípio Ativo: Celulose Oxidada Regenerada, Dimensões: Cerca De 10 X 20 CM, Esterilidade*:
Descartável E Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

3 - Adesivo cirúrgico

Descrição Detalhada: Princípio Ativo: De N-Butil-2-Cianoacrilato, Aspecto Físico: Líquido, Tipo Uso: Uso Único, Esterilidade*: Estéril, Embalagem:
Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Ampola 1,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (100)

4 - Agente embólico

Descrição Detalhada: Tipo: Micropartículas, Composição 1: À Base De Pva, Tamanho: 300 - 500 MICROM, Forma Farmacêutica: Injetável,
Esterilidade: Estéril, Apirogênico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 1,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (40)

5 - Agente Embólico

Descrição Detalhada: Tipo: Micropartículas, Composição 1: À Base De Pva, Tamanho: 710 - 1.000 MICROM, Forma Farmacêutica: Injetável, Esterilidade: Estéril, Apirrogênico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco-Ampola **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (40)

6 - Agente Embólico

Descrição Detalhada: Tipo: Microesferas, Composição 1: À Base De Hidrogel De Polímero Acrílico, Revestimento: Revestida De Gelatina Porcina, Tamanho: 300 - 500 MICROM, Forma Farmacêutica: Injetável, Esterilidade: Estéril, Apirrogênico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco-Ampola **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

7 - Agente Embólico

Descrição Detalhada: Tipo: Líquido, Composição 1: À Base De Copolímero De Evoh, Composição Adicional 1: Em Dmso, C/ Agente De Contraste, Forma Farmacêutica: Injetável, Componentes: C/ Sistema De Aplicação, Esterilidade: Estéril, Apirrogênico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco-Ampola **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

8 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Simmons - Sim3, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (30)

9 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável, Tipo Curva: Head Hunter - 1, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

10 - Cateter central

Descrição Detalhada: Aplicação: Intracraniano, Matéria Prima: Polímero Aramado, Diâmetro: Cerca 6 Fr, Comprimento: Cerca 110 CM, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

11 - Cateter central

Descrição Detalhada: Aplicação: Intracraniano, Matéria Prima: Polímero Aramado, Diâmetro: Cerca 6 Fr, Comprimento: Cerca 110 CM, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

12 - Cateter p/ intervenção

Descrição Detalhada: Tipo De Cateter: Guia, Tipo Material: Polímero Aramado, Tipo Ponta: Ponta Reta, Atraumática, Calibre Externo: Cerca De 6 FRENCH, Comprimento: Cerca De 100 CM, Aplicação: Angiográfico, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

13 - Cateter p/ intervenção

Descrição Detalhada: Tipo De Cateter: Guia, Tipo Material: Polímero Aramado, Tipo Ponta: Ponta Reta, Atraumática, Calibre Externo: Cerca De 8 FRENCH, Comprimento: Cerca De 100 CM, Aplicação: Angiográfico, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

14 - Cateter p/ intervenção

Descrição Detalhada: Tipo De Cateter: Guia, Tipo Material: Polímero Aramado, Tipo Ponta: Ponta Reta, Atraumática, Calibre Externo: Cerca De 6 FRENCH, Comprimento: Cerca De 100 CM, Aplicação: Angiográfico, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

15 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,5 Até 3 MM, Comprimento Balão: Cerca De 51 A 100 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

16 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,5 Até 3 MM, Comprimento Balão: Cerca De 51 A 100 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (40)

17 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,5 Até 3 MM, Comprimento Balão: Cerca De 26 A 50 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,018??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (40)

18 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Material: Semi Complacente, Revestimento: Paclitaxel, Diâmetro Balão: Cerca De 1,5 Até 4 MM, Comprimento Balão: Cerca De 101 A 150 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (30)

19 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 3,5 Até 6 MM, Comprimento Balão: Cerca De 151 A 200 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,018??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (30)

20 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 3,5 Até 6 MM, Comprimento Balão: Cerca De 151 A 200 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,018??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

21 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Material: Semi Complacente, Revestimento: Paclitaxel, Diâmetro Balão: Cerca De 4,0 Até 7 MM, Comprimento Balão: Cerca De 151 A 200 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,018??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (15)

22 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 6,5 Até 10 MM, Comprimento Balão: Cerca De 151 A 200 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,018??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

23 - Laço de captura

Descrição Detalhada: Aplicação: Retirada Corpo Estranho, Material: Nitinol, Uso: Uso C/ Cateter Cerca De 6fr, 100cm, Diâmetro: 6 A 20 MM, Comprimento: 120 CM, Tipo: Laço Triplo, Características: Elástico, Flexível, Resistente A Dobras E Torções, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (12)

24 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Mik, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 80 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

25 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Aplicação: Embolectomia, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 80 CM, Modelo: Tipo Fogarty, Componente 1: Balão De Látex Natural, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

26 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Material: Poliuretano / Poliamida, Aplicação: Oclusão Vascular Temporária, Tipo: C/ Balão Inflável, Comprimento: Cerca De 100 CM, Características Adicionais: Radiopaco, Dimensões Balão: 2 X 10mm, Calibre: 9 FRENCH, Acessórios: C/ Kit Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

27 - Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana

Descrição Detalhada: Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0 MM, Comprimento Balão: Cerca De 30 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (12)

28 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,5 Até 3 MM, Comprimento Balão: Cerca De 51 A 100 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Até 100 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (12)

29 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Material: Poliuretano / Poliamida, Aplicação: Oclusão Vascular Temporária, Tipo: C/ Balão Inflável, Comprimento: Cerca De 100 CM, Características Adicionais: Radiopaco, Dimensões Balão: 2 X 10mm, Calibre: 9 FRENCH, Acessórios: C/ Kit Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

30 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Material: Poliuretano / Poliamida, Aplicação: Oclusão Vascular Temporária, Tipo: C/ Balão Inflável, Comprimento: Cerca De 100 CM, Características Adicionais: Radiopaco, Dimensões Balão: 2 X 10mm, Calibre: 9 FRENCH, Acessórios: C/ Kit Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

31 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Material: Poliuretano / Poliamida, Aplicação: Oclusão Vascular Temporária, Tipo: C/ Balão Inflável, Comprimento: Cerca De 100 CM, Características Adicionais: Radiopaco, Dimensões Balão: 2 X 10mm, Calibre: 9 FRENCH, Acessórios: C/ Kit Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

32 - Microcateter

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Modelo: Único Lúmen, Material: Polímero Compatível C/ Dmso, Hidrofílico, Tipo Ponta: Pré-Moldada, Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 1,6 Fr, Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 150 CM, Radiopacidade: Radiopaco, Fio Guia: Com Fio Guia 0,018", Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

33 - Microcateter

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Modelo: Único Lúmen, Material: Polímero Compatível C/ Dmso, Hidrofílico, Tipo Ponta: Moldável, Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 2,1 Fr, Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 130 CM, Radiopacidade: Radiopaco, Fio Guia: P/ Fio Guia Até 0,021", Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (12)

34 - Microcateter

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Modelo: Único Lúmen, Material: Polímero Compatível C/ Dmso, Hidrofílico, Tipo Ponta: Moldável, Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 2,1 Fr, Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 150 CM, Radiopacidade: Radiopaco, Fio Guia: P/ Fio Guia Até 0,021", Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (12)

35 - Microcateter

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Modelo: Único Lúmen, Material: Polímero Compatível C/ Dmso, Hidrofílico, Tipo Ponta: Moldável, Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 1,9 Fr, Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 150 CM, Radiopacidade: Radiopaco, Fio Guia: P/ Fio Guia Até 0,021", Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (12)

36 - Microcateter

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Modelo: Único Lúmen, Material: Polímero Compatível C/ Dmso, Hidrofílico, Tipo Ponta: Moldável, Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 1,9 Fr, Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 150 CM, Radiopacidade: Radiopaco, Fio Guia: P/ Fio Guia Até 0,021", Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

37 - Microcateter

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Modelo: Único Lúmen, Material: Polímero Compatível C/ Dmso, Hidrofílico, Tipo Ponta: Moldável, Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 1,3 Fr, Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 160 CM, Radiopacidade: Radiopaco, Fio Guia: P/ Fio Guia Até 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

38 - Microcateter

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Modelo: Único Lúmen, Material: Polímero Compatível C/ Dmso, Hidrofílico, Tipo Ponta: Moldável, Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 2,1 Fr, Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 150 CM, Radiopacidade: Radiopaco, Fio Guia: P/ Fio Guia Até 0,025", Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

39 - Microcateter

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Modelo: Duplo Lúmen, Material: Polímero Compatível C/ Dmso, Hidrofílico, Tipo Ponta: Moldável, Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 3 Fr, Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 140 CM, Radiopacidade: Radiopaco, Fio Guia: P/ Fio Guia Até 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

40 - Microcateter

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Modelo: Duplo Lúmen, Material: Polímero Compatível C/ Dmso, Hidrofílico, Tipo Ponta: Moldável, Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 3 Fr, Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 140 CM, Radiopacidade: Radiopaco, Fio Guia: P/ Fio Guia Até 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

41 - Fio guia

Descrição Detalhada: Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,014", Comprimento: Cerca De 300 CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

42 - Fio Guia

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Embolização, Material: Liga Metálica, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: Ponta Distal 0,014", Comprimento: Cerca De 200 CM, Tipo Ponta: Ponta Pré-Moldada, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

43 - Microcateter

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Modelo: Único Lúmen, Material: Polímero Compatível C/ Dmso, Hidrofílico, Tipo Ponta: Moldável, Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 1 Fr, Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 160 CM, Radiopacidade: Radiopaco, Fio Guia: P/ Fio Guia Até 0,010", Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

44 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Tipo: Arterial, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Aramada E Extensão C/ Torneira, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 90 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Diâmetro Fio Guia: 0,038", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (12)

45 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Tipo: Stent Recoberto, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 5 X 20 A 120 MM, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

46 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Tipo: Stent Recoberto, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 5 X 20 A 120 MM, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (30)

47 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Tipo: Stent Recoberto, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 6 X 20 A 120 MM, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (30)

48 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Tipo: Stent Recoberto, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 7 X 20 A 120 MM, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

49 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Tipo: Stent Recoberto, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 8 X 20 A 120 MM, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

50 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Tipo: Stent Recoberto, Adicional 1: C/ Heparina, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 7 X 20 A 120 MM, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (6)

51 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Tipo: Stent Recoberto, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 9 X 20 A 80 MM, Sistema Entrega: Expansível Por Balão, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

52 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Tipo: Stent Recoberto, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 9 X 20 A 80 MM, Sistema Entrega: Expansível Por Balão, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (6)

53 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Tipo: Stent Recoberto, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 5 X 20 A 80 MM, Sistema Entrega: Expansível Por Balão, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (4)

54 - Endoprótese De Aorta

Descrição Detalhada: Aplicação: Torácica, Extensão, Formato: Reta, Tipo: Stent Recoberto, Material Plataforma: Liga Metálica, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (12)

55 - Endoprótese De Aorta

Descrição Detalhada: Aplicação: Torácica, Extensão, Formato: Reta, Tipo: Stent Recoberto, Material Plataforma: Liga Metálica, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (12)

56 - Endoprótese De Aorta

Descrição Detalhada: Aplicação: Abdominal, Corpo Principal, Formato: Bifurcada, Tipo: Stent Recoberto, Material Plataforma: Liga Metálica, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (12)

57 - Endoprótese De Aorta

Descrição Detalhada: Aplicação: Abdominal, Extensão, Formato: Reta, Tipo: Stent Recoberto, Material Plataforma: Liga Metálica, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (12)

58 - Endoprótese De Aorta

Descrição Detalhada: Aplicação: Extensão Ilíaca, Formato: Bifurcada, Tipo: Stent Recoberto, Material Plataforma: Liga Metálica, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (12)

59 - Endoprótese De Aorta

Descrição Detalhada: Aplicação: Extensão Ilíaca, Formato: Reta / Cônica, Tipo: Stent Recoberto, Material Plataforma: Liga Metálica, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

60 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Modelo: Carótida, Reto, Tipo: Stent Não Farmacológico, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 4 A 12 X 20 A 60 MM, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (4)

61 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Modelo: Carótida, Reto, Tipo: Stent Não Farmacológico, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 4 A 12 X 20 A 60 MM, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (4)

62 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Modelo: Carótida, Reto, Tipo: Stent Não Farmacológico, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 4 A 12 X 20 A 60 MM, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (4)

63 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Modelo: Carótida, Reto, Tipo: Stent Não Farmacológico, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 4 A 12 X 20 A 60 MM, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (4)

64 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Modelo: Carótida, Cônico, Tipo: Stent Não Farmacológico, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 5 A 10 X 20 A 40 MM, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

65 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Modelo: Carótida, Cônico, Tipo: Stent Não Farmacológico, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 5 A 10 X 20 A 40 MM, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (8)

66 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Modelo: Carótida, Reto, Tipo: Stent Não Farmacológico, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 4 A 12 X 20 A 60 MM, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (8)

67 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Modelo: Carótida, Reto, Tipo: Stent Não Farmacológico, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 4 A 12 X 20 A 60 MM, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

68 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Modelo: Intracraniano, Reversor De Fluxo, Tipo: Stent Não Farmacológico, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 3,5 A 5,5 X 10 A 50 MM, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (12)

69 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Modelo: Intracraniano, Reversor De Fluxo, Tipo: Stent Não Farmacológico, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 3,5 A 5,5 X 10 A 50 MM, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (12)

70 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Modelo: Intracraniano, Reversor De Fluxo, Tipo: Stent Não Farmacológico, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 3,5 A 5,5 X 10 A 50 MM, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (12)

71 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Modelo: Intracraniano, Reversor De Fluxo, Tipo: Stent Não Farmacológico, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 3,5 A 5,5 X 10 A 50 MM, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (12)

72 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Modelo: Intracraniano, Reversor De Fluxo, Tipo: Stent Não Farmacológico, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 3,5 A 5,5 X 10 A 50 MM, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

73 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Modelo: Intracraniano, Reversor De Fluxo, Tipo: Stent Não Farmacológico, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 3,5 A 5,5 X 10 A 50 MM, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

74 - Cateter p, intervenção

Descrição Detalhada: Tipo De Cateter: Guia P/ Captura Êmbolos, Tipo Uso: Proteção Distal, Tipo Ponta: Ponta Flexível, Calibre Interno: Compatível C/ Guia 0,014", Comprimento: 300 CM, Componente: Filtro Distal C/ Ptf De 3,5 A 5,5mm, Característica Adicional: Bainha Introduzora 6fr, Sistema Troca Rápida, Aplicação: Angioplastia Carotídea, Componentes Adicionais: C/ Cateter Extrator, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (12)

75 - Endoprótese De Aorta

Descrição Detalhada: Aplicação: Oclutor Ilíaco, Formato: Reta Fechada, Tipo: Stent Recoberto, Material Plataforma: Liga Metálica, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

76 - Espiral aneurisma

Descrição Detalhada: Aplicação: Embolização Aneurisma Cerebral, Material: Platina, Diâmetro: Cerca De 10 MM, Comprimento: 40 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (120)

77 - Prótese Vascular

Descrição Detalhada: Tipo: Enxerto Composto, Origem: Inorgânico, Matéria Prima: Dacron, Poliéster, Composição: Impregnado C/ Colágeno Bovino, Modelo: Bifurcado, Porosidade: Baixa Porosidade, Diâmetro: Diâmetro 12 X 6 MM, Comprimento: 40 CM, Tipo Uso: Uso Único, Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

78 - Cateter monitorização

Descrição Detalhada: Tipo: Arterial, Uso: Radial, Tamanho: 2,5 FRENCH, Comprimento: 5 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Material: Polietileno Radiopaco, Componentes: Kit C/ Fio Guia E Agulha Introdutora 22ga, Componente I: Aba P/ Sutura E Fixação,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (400)