



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA

Avenida Eugênio do Nascimento, s/nº - Bairro Dom Bosco

Juiz de Fora-MG, CEP 36038-330

- <http://www.hu-ufjf.ebserh.gov.br>

Processo nº 23765.004865/2024-84

CONJUR - Edital de Pregão de Bens

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 90034/2024

(Processo Administrativo n.º: 23765.004865/2024-84)

OBJETO: Registro de preço (SRP), para aquisição de **Produtos para saúde e Órtese, prótese e materiais especiais - OPME (Balões de dilatação diversos, balão para extração de cálculos biliares, bocal para endoscopia, cânula endoscópica para injeção, cânula para colangiografia retrograda, cateter com cesta para extração de cálculos por litotripsia, cateter para endoscopia digestiva, cateter endoscópico tipo sonda, clipador com clip para hemostasia endoscópica, dilatador biliar, eletrodo tipo cateter p/coagulador de argônio, escala Wechsler WISC-IV, escova para citologia biliar, firos guias biliares diversos, fio guia para dilatador esofágico, kit completo para gastrostomia percutânea, papilótomo, etc...)** para abastecer a Unidade do Sistema Digestivo do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF) unidade hospitalar da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor preço

MODO DE DISPUTA: aberto

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: Conforme item 3.5.1

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 11/07/2024

HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: 9h (Horário de Brasília)

LOCAL: www.gov.br/compras

UASG: 155903

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh, unidade Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora – HU-UFJF, sediado(a) na Rua Catulo Breviglieri, s/nº – Bairro Santa Catarina – Juiz de Fora – MG, CEP: 36036-110, CNPJ 15.126.437/0025-10, UG- 155903, na pessoa do Agente de Licitação/Comissão de Licitação designado pela Portaria constante dos autos, torna público para conhecimento dos interessados que na data, horário e local acima indicados realizará licitação, para registro de preços, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh, versão 2.0, aprovado por meio da Resolução n.º 155/2022 do Conselho de Administração (RLCE 2.0), da Lei n.º 13.303, de 30 de junho de 2016, do Decreto n.º 8.945, de 27 de dezembro de 2016, da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021 (aplicada aos procedimentos para operação da sessão pública, a partir de sua abertura até a etapa de homologação) e do Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023.

1. OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de **Produtos para saúde e Órtese, prótese e materiais especiais - OPME (Balões de dilatação diversos, balão para extração de cálculos biliares, bocal para endoscopia, cânula endoscópica para injeção, cânula para colangiografia retrograda, cateter com cesta para extração de cálculos por litotripsia, cateter para endoscopia digestiva, cateter endoscópico tipo sonda, clipador com clip para hemostasia endoscópica, dilatador biliar, eletrodo tipo cateter p/coagulador de argônio, escala Wechsler WISC-IV, escova para citologia biliar, fios guias biliares diversos, fio guia para dilatador esofágico, kit completo para gastrostomia percutânea, papilótomo, etc...)** para abastecer a Unidade do Sistema Digestivo do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF) unidade hospitalar da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme especificado no Termo de Referência, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. Caso haja divergência entre o descritivo dos itens no Edital e seus Anexos e no Portal de Compras do Governo Federal, prevalecerá o descritivo constante no Edital e seus Anexos.

2. REGISTRO DE PREÇOS

2.1. As regras referentes aos órgãos gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesões são as que constam da minuta de Ata de Registro de Preços.

3. PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

3.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf (Instrução Normativa SEGES/MP n.º 3/2018) e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil.

3.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante se responsabiliza exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no art. 34 da Lei n.º 11.488/2007 - quando permitida a sua participação -, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n.º 123/2006.

3.5.1. Para os itens **1 a 70**, a participação é exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, sociedades cooperativas mencionadas no art. 34 da Lei n.º 11.488/2007, agricultor familiar, produtor rural pessoa física e MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n.º 123/2006.

3.5.1.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.2. Com base no princípio da eficiência, foram criados itens de participação ampla equivalentes aos itens de participação exclusiva, os quais serão abertos no certame licitatório para disputa, mas somente avançarão para as fases de aceitação e negociação caso haja frustração dos itens de participação exclusiva.

3.6. Não poderão disputar esta licitação:

3.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

3.6.3. empresa que se enquadre em alguma das vedações previstas no art. 69 do RLCE 2.0, quais sejam:

3.6.3.1. suspensão no âmbito da Rede Ebserh;

3.6.3.2. declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;

3.6.3.3. impedida de licitar e de contratar com a União;

3.6.3.4. constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;

3.6.3.5. cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;

3.6.3.6. constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

3.6.3.7. cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;

3.6.3.8. que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea;

3.6.3.9. cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja integrante de órgão estatutário, empregado, servidor cedido ou em exercício na Ebserh;

3.6.3.10. cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja integrante do Ministério da Educação ou de Instituições Federais de Ensino Superior e congêneres signatárias de contratos de gestão com a Ebserh;

3.6.3.11. integrante de órgão estatutário, empregado, servidor cedido ou em exercício na Ebserh, bem como integrante do Ministério da Educação ou de Instituições Federais de Ensino e congêneres signatários de contratos de gestão com a Ebserh;

3.6.3.12. quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) integrantes de órgãos estatutários da Ebserh;

- b) empregado, servidor cedido ou em exercício na Ebserh cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou estejam envolvidos no respectivo processo de contratação;
- c) autoridade do Ministério da Educação;
- d) autoridade das Instituições Federais de Ensino Superior e congêneres signatárias de contratos de gestão com a Ebserh.

3.6.3.13. cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a Ebserh há menos de 6 (seis) meses.

3.6.3.14. licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, desde que comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante;

3.6.4. pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

3.6.5. empresa consorciada, isoladamente ou por meio de mais de um consórcio;

3.6.6. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

3.6.7. sociedades cooperativas.

3.7. As vedações previstas no item 3.6.3 serão também aplicadas ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

3.8. Será verificado o enquadramento dos licitantes como parte relacionada para o fim de aplicação da Política de Transações com Partes Relacionadas da Ebserh, disponível em www.gov.br/ebserh.

3.9. Ao participar do pregão, o licitante declara estar ciente de que deve observar o Código de Ética e Conduta da rede Ebserh, disponível em www.gov.br/ebserh.

4. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

4.1. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a ocorrência do certame, qualquer pessoa poderá impugnar ou solicitar esclarecimentos a este edital.

4.2. Caberá ao Agente de Licitação, auxiliado pela equipe de apoio e pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus Anexos, decidir sobre a impugnação ou solicitação de esclarecimentos no prazo de até 1 (um) dia útil, sendo assegurado, na sequência, o prazo de 1 (um) dia útil para a apresentação das propostas pelos licitantes, se for o caso.

4.3. A impugnação ou pedido de esclarecimento poderá ser apresentado por forma eletrônica, pelo e-mail uclic.hu-ufjf@ebserh.gov.br, até às 23h59min da data limite, ou por escrito, à Unidade de Compras e Licitações, no endereço constante do cabeçalho do Edital, no horário de 08h às 18h.

4.4. Quando a impugnação ou esclarecimento for enviado ao Agente de Licitação da Ebserh, exclusivamente por escrito ou em formato digital não editável, ele também deverá ser enviado em mídia (CD, DVD, etc) nos formatos Word (.doc ou .docx) e PDF (.pdf), tendo em vista que o texto da impugnação deverá ser disponibilizado no Portal de Compras do Governo Federal.

4.5. Não serão conhecidas as impugnações ou pedidos de esclarecimentos interpostos após o prazo previsto no item 4.1, bem como os que não forem apresentados na forma estabelecida no item 4.4 deste Edital.

4.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

4.6.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Agente de Licitação, nos autos do processo de licitação.

4.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a Ebserh.

4.8. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

5. **APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**

5.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

5.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

5.2.1. Os anexos de proposta deverão ser encaminhados apenas pelo licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar.

5.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 9.11 e 9.13.1 deste Edital.

5.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

5.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

5.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do [artigo 7º, XXXIII, da Constituição](#);

5.4.3. não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos [incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal](#);

5.4.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

5.5. O licitante organizado em cooperativa - quando permitida a sua participação - deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os seguintes requisitos:

5.5.1. a constituição e o funcionamento da cooperativa observam as regras estabelecidas na legislação aplicável, em especial a [Lei n.º 5.764/1971](#), a [Lei n.º 12.690/2012](#), e a [Lei Complementar n.º 130/2009](#);

5.5.2. a cooperativa apresenta demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados;

5.5.3. qualquer cooperado, com igual qualificação, é capaz de executar o objeto contratado, vedado à Ebserh indicar nominalmente pessoas;

5.5.4. o objeto da licitação se refere, em se tratando de cooperativas enquadradas na [Lei n.º 12.690/2012](#), a serviços especializados constantes do objeto social da cooperativa, a serem executados de forma complementar à sua atuação.

5.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa - quando permitida a sua participação - deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no [artigo 3º da Lei Complementar n.º 123/2006](#), estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus [arts. 42 a 49](#).

5.6.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item.

5.6.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na [Lei Complementar n.º 123/2006](#), mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

5.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 5.4 a 5.6 sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

5.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

5.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

5.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

5.11.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

5.11.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

5.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

5.12.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

5.12.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

5.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 5.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para a Ebserh, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

5.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Ebserh ou de sua desconexão.

5.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

6. PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

6.1.1. valor unitário e total do item;

6.1.2. quantidade;

6.1.3. marca;

6.1.4. fabricante;

6.1.5. descrição complementar do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência.

6.1.5.1. Na descrição complementar do objeto não poderão constar elementos ou informações que identifiquem o licitante ou em relação aos quais o sistema apresente campo próprio para preenchimento, tais como: marca; fabricante do produto; dentre outros.

6.2. 6.2. O licitante não poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação.

6.3. Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.4. Quando dois ou mais itens compuserem um grupo, torna-se obrigatória a cotação para todos os itens que o compõem.

6.5. O licitante deverá declarar, para cada item, em campo próprio do sistema, se o produto ofertado é beneficiado por um dos critérios de margem de preferência indicados no Termo de Referência.

6.6. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

6.7. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

6.8. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

6.9. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

6.10. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

6.11. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.12. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

6.13. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

6.13.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais.

6.14. O descumprimento das regras supramencionadas por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do [art. 71, inciso IX, da Constituição](#); ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

7. ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

7.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

7.2.1. Será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Licitação e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

7.6. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

7.7. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas neste Edital.

7.8. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema

7.9. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de 1%.

7.10. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexecutável.

7.11. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

7.12. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

7.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.12.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.12.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

7.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Licitação, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

7.12.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

7.13. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

7.13.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

7.13.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

7.13.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

7.13.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.14. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “fechado e aberto”, poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e eventuais prorrogações.

7.14.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 7.14, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

7.14.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

7.14.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

7.14.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

7.14.5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Licitação, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

7.14.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

7.15. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

7.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

7.18. No caso de desconexão com o Agente de Licitação, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Licitação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Licitação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

7.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos [arts. 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006](#), regulamentada pelo [Decreto n.º 8.538/2015](#).

7.21.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.21.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

7.21.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.21.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

7.22. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.22.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no [art. 60 da Lei n.º 14.133/2021](#), nesta ordem:

7.22.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

7.22.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações;

7.22.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

7.22.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

7.22.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, ao objeto executado por:

7.22.2.1. empresas brasileiras;

7.22.2.2. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

7.22.2.3. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da [Lei n.º 12.187/2009](#).

7.23. O valor estimado para a contratação será tornado público apenas após o encerramento da etapa de julgamento das propostas.

7.24. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente de Licitação negociará com o primeiro colocado condições mais vantajosas.

7.24.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Ebserh.

7.24.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.24.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

7.24.4. O Agente de Licitação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 4 (quatro) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

7.24.5. É facultado ao Agente de Licitação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante ou, quando não disponível, pelo endereço de e-mail constante no edital, antes de findo o prazo.

7.25. Se, depois de adotada a providência referida no item anterior, não for obtido valor igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, será revogado o item ou a licitação.

7.26. Exitosa a negociação do preço, o Agente de Licitação iniciará a fase de julgamento.

8. FASE DE JULGAMENTO

8.1. O Agente de Licitação verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Sicaf;

b) Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (certidoes-apf.apps.tcu.gov.br).

8.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o [artigo 12 da Lei n.º 8.429/1992](#).

8.3. Caso se constate a existência das vedações transcritas nos itens 3.6.3.4, 3.6.3.5, 3.6.3.6, 3.6.3.7, 3.6.3.8 e 3.6.3.14, a inabilitação deverá ser precedida de realização de diligências para verificar se houve tentativa de fraude por parte das empresas apontadas, por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, datas de abertura, dentre outros, sendo necessária a convocação do fornecedor para manifestação previamente à sua desclassificação.

8.4. Constatada a existência de vedação, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

8.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Licitação verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 3.5.1 e 5.6 deste edital.

8.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de Licitação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da [Instrução Normativa SEGES/MP n.º 3/2018](#).

8.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:

8.7.1. contiver vícios insanáveis;

8.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

8.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

8.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Ebserh;

8.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

8.8. É indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Ebserh.

8.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do Agente de Licitação, que comprove:

8.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

8.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

8.9. A Ebserh poderá realizar diligências para aferir a efetividade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, bem como para facultar a correção de vícios sanáveis, sem que se prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os licitantes.

8.9.1. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

8.9.2. São considerados vícios sanáveis, entre outros, os defeitos materiais atinentes à descrição do objeto da proposta e suas especificações técnicas, incluindo aspectos relacionados à execução do objeto, às formalidades, aos requisitos de representação, às planilhas de composição de preços, à inexequibilidade ou ao valor excessivo de preços unitários quando o julgamento não é realizado sob o regime de empreitada por preço unitário e, de modo geral, aos documentos de conteúdo declaratório sobre situações preexistentes, desde que não alterem a substância da proposta.

8.10. O Agente de Licitação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 4 (quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

8.10.1. É facultado ao Agente de Licitação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante ou, quando não disponível, pelo endereço de e-mail constante no edital, antes de findo o prazo.

8.11. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta.

8.12. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

8.13. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

8.14. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Agente de Licitação, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

8.15. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Agente de Licitação analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

8.16. Caso o Termo de Referência defina a possibilidade de exigência de amostra no período de vigência do contrato ou da ata de registro de preços, será aplicado o procedimento previsto neste edital, no que couber.

8.17. Definido o resultado do julgamento, a Ebserh poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado, observado o procedimento previsto no item 7.24.

8.18. Encerrada a negociação, será iniciado o procedimento de habilitação.

9. FASE DE HABILITAÇÃO

9.1. Os documentos previstos neste Edital, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos do 65 a 69 do RLCE 2.0.

9.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.2.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no [Decreto n.º 8.660, de 29 de janeiro de 2016](#), ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

9.3. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, serão observadas as seguintes exigências:

9.3.1. comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;

9.3.2. indicação de empresa líder do consórcio, que será responsável por sua representação perante a Ebserh;

9.3.3. admissão, para efeito de habilitação técnica, do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, do somatório dos valores de cada consorciado;

9.3.4. demonstração, pelo consórcio, pelo somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, do atendimento aos índices contábeis definidos neste Edital, com o acréscimo de 10%, para fins de qualificação econômico-financeira, na proporção da respectiva participação;

9.3.4.1. quando se tratar de consórcio composto em sua totalidade por micro e pequenas empresas, não será necessário cumprir esse acréscimo percentual na qualificação econômico-financeira;

9.3.5. responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase de Seleção de Fornecedor quanto na de Gestão do Contrato;

9.3.6. constituição e registro do consórcio, antes da celebração do contrato;

9.3.7. no caso de substituição de consorciado, deverá ser expressamente autorizada pela Ebserh e condicionada à comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de capacidade econômico-financeira apresentados pela empresa substituída para fins de habilitação do consórcio.

9.4. Quando permitida a participação de cooperativas, serão observadas as seguintes exigências complementares:

9.4.1. a relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§ 2º a 6º da Lei n.º 5.764/1971;

9.4.2. a declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

9.4.3. o registro previsto no art. 107 da Lei n.º 5.764/1971;

9.4.4. a comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato;

9.4.5. os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; e

9.4.6. a última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n.º 5.764/1971 ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

9.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia.

9.6. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido pela Ebserh, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto no RLCE 2.0.

9.7. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

9.8. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

9.9. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

9.10. Quando a avaliação prévia do local de execução for considerada, conforme previsão do Termo de Referência, imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

9.10.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Ebserh data e horário exclusivos, a ser agendado (indicar forma de agendamento), de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.

9.10.2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria prévia, poderá substituí-la por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

9.11. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

9.11.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. ([Instrução Normativa SEGES/MP n.º 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º](#)).

9.12. É de responsabilidade do licitante, sob pena de desclassificação, conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. ([Instrução Normativa SEGES/MP n.º 3/2018, art. 7º, caput](#)).

9.13. A verificação pelo Agente de Licitação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

9.13.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 4 (quatro), prorrogável por igual período, contado da solicitação do Agente de Licitação, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante ou, quando não disponível, pelo endereço de e-mail constante no edital, antes de findo o prazo.

9.13.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no [art. 36, § 1º, e no art. 39, § 1º, da Instrução Normativa SEGES/ME n.º 73/2022](#).

9.14. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

9.14.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.14.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

9.15. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (art. 66 do RLCE 2.0 e art. 39, § 4º, da Instrução Normativa SEGES/ME n.º 73/2022):

9.15.1. atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame;

9.15.2. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

9.15.3. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

9.16. Na análise dos documentos de habilitação, o Agente de Licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

9.17. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Licitação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 9.13.1.

9.18. Serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação dos licitantes convocados para a apresentação da documentação habilitatória, após concluídos os procedimentos de que trata o item 9.16.

9.19. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação ([art. 4º do Decreto n.º 8.538/2015](#)).

9.20. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

9.21. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

9.22. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.23. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.23.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

9.24. Os documentos a serem apresentados para a comprovação da **habilitação jurídica** são os seguintes:

9.24.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.24.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio eletrônico www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.24.3. No caso de sociedade empresária: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

9.24.4. No caso de sucursal, filial ou agência: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

9.24.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

9.24.6. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

9.24.7. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n.º 5.764/1971;

9.24.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações relevantes ao objeto desta Licitação e à composição societária atual da empresa ou da última consolidação.

9.25. Os documentos a serem apresentados para a comprovação da **habilitação fiscal, seguridade social e trabalhista** são os seguintes:

9.25.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

9.25.2. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.25.3. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n.º 1.751/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.25.4. prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

9.25.5. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452/1943;

9.25.6. cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

9.26. Os documentos relacionados à **capacidade econômico-financeira e qualificação técnico-profissional e/ou técnico-operacional**, quando exigidos, estão previstos no Termo de Referência.

9.27. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n.º 123/2006, estará dispensado da prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual.

9.28. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

9.28.1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que o licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do Edital.

9.29. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, ele será convocado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da Ebserh, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

9.30. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no item anterior acarretará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

9.31. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de Licitação suspenderá a sessão, informando no chat a nova data e horário para a continuidade.

9.32. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

9.32.1. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua inabilitação.

9.32.2. Não atendidas as exigências de habilitação pelo licitante, o Agente de Licitação examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda aos requisitos deste Edital.

9.33. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

9.33.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

9.34. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o licitante será declarado vencedor.

10. RECURSOS

10.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no [art. 165 da Lei n.º 14.133/2021](#).

10.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

10.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada durante o prazo concedido na sessão pública, não inferior a 10 minutos, de forma imediata após o término do julgamento das propostas e do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão;

10.3.2. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

10.3.3. na hipótese de adoção da inversão de fases, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

10.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

10.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.5.1. Os prazos previstos neste item podem ser prorrogados, de forma excepcional, por decisão fundamentada da autoridade competente.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

10.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sudeste/hu-ufjf/aceso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/licitacoes>

11. ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO

11.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado ao Diretor de Administração e Infraestrutura, no caso da Administração Central, ou ao Gerente Administrativo, no caso das unidades hospitalares, que poderá:

11.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

11.1.2. revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade;

11.1.3. proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

11.1.4. adjudicar o objeto e homologar a licitação.

11.2. Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados.

12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

12.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante mais bem classificado terá o prazo de 2 (dois) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no RLCE 2.0.

12.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, mediante solicitação do licitante mais bem classificado, desde que:

12.2.1. a solicitação seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

12.2.2. a justificativa apresentada seja aceita pela Administração.

12.3. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de preços.

12.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quantas forem necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

12.5. O preço registrado, com a indicação dos fornecedores, será divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

12.6. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

12.7. Na hipótese de o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidas, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

13. **FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA**

13.1. Após a homologação da licitação, será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes que:

13.1.1. aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário, observada a classificação na licitação; e

13.1.2. mantiverem sua proposta original.

13.2. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes registrados na ata.

13.2.1. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.

13.2.2. Para fins da ordem de classificação, os licitantes que aceitarem cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

13.3. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

13.3.1. quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos neste edital; ou

13.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de preços, nas hipóteses previstas nos arts. 28 e 29 do Decreto nº 11.462/2023.

13.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preço igual ao do adjudicatário concordar com a contratação em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, a Administração, observados o valor estimado e a sua eventual atualização na forma prevista neste edital, poderá:

13.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

13.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, quando frustrada a negociação de melhor condição.

14. **TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE**

14.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

14.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

14.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Ebserh poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de **05 (cinco) dias**, a contar da data de seu recebimento.

14.2.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Ebserh.

14.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica o reconhecimento de que:

14.3.1. referida Nota está substituindo o contrato;

14.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital e seus Anexos;

14.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos arts. 183 e 184 do RLCE 2.0.

14.4. Previamente à contratação, a Ebserh realizará consulta ao Sicafe para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito da Ebserh, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29 da Instrução Normativa SEGES/MP n.º 03/2018 e, nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei n.º 10.522/2002, consulta prévia ao CADIN.

14.4.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no Sicafe, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

14.4.2. Na hipótese de irregularidade do registro no Sicafe, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Edital e Anexos.

14.5. Na assinatura do contrato ou, se for o caso, da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no Edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a sua vigência.

14.6. Na hipótese de o vencedor da licitação se recusar a assinar o contrato ou, se for o caso, a ata de registro de preços, a Ebserh, poderá revogar a licitação ou convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados em conformidade com este instrumento convocatório.

14.6.1. Os licitantes convocados terão, em momento anterior à assinatura do contrato ou, se for o caso, da ata de registro de preços, as suas propostas e eventuais documentos complementares analisados, negociarão sua proposta com a Ebserh, bem como deverão comprovar os requisitos para habilitação.

14.6.2. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Ebserh caracterizará descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades estabelecidas neste instrumento convocatório e à imediata perda da garantia de proposta, quando exigida, em favor da Ebserh.

15. **SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

15.1. Comete infração administrativa, sujeita à sanção de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Ebserh, sem prejuízo de responsabilidade civil e criminal, o licitante que:

- 15.1.1. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- 15.1.2. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Ebserh em virtude de atos ilícitos praticados;
- 15.1.3. convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ou, se for o caso, da ata de registro de preços, não celebrar o contrato;
- 15.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- 15.1.5. apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- 15.1.6. ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;
- 15.1.7. não manter a proposta; e
- 15.1.8. comportar-se de modo inidôneo, inclusive com a prática de atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei n.º 12.846/2013.

15.2. As sanções do item anterior também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços, que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.

15.3. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o devido processo legal ao licitante, observando-se o procedimento previsto na Lei n.º 13.303/2016, no RLCE 2.0, na Norma Operacional - SEI n.º 7/2023/DAI-EBSERH, aplicando-se subsidiariamente a Lei n.º 9.784/1999.

15.4. A autoridade competente para a aplicação das sanções levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Ebserh, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

15.5. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, for identificada a prática de infração administrativa tipificada pela Lei n.º 12.846/2013, será aberto processo relacionado para levantamento preliminar dos indícios vislumbrados, com elaboração de relatório circunstanciado acerca do tema e posterior remessa à Corregedoria-Geral para tratamento nos termos do Decreto n.º 11.129/2022.

15.5.1. O processamento do PAR ou a negociação de acordo de leniência não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à administração pública federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

15.6. Após o trânsito em julgado do processo, as sanções administrativas aplicadas pela Ebserh deverão ser registradas e publicadas no Sicafe. Quando a sanção aplicada decorrer de Processo Administrativo de Responsabilização - PAR, os dados relativos à penalidade deverão ser incluídos no Cadastro Nacional de Empresas Punidas, de que trata a Lei n.º 12.846/2013.

15.7. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no termo de referência, anexo a este Edital.

16. **DISPOSIÇÕES GERAIS**

16.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

16.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Licitação.

16.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

16.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Ebserh, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

16.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Ebserh não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

16.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na unidade da Ebserh responsável pela licitação.

16.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

16.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as do Termo de Referência.

16.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no Portal da Ebserh e no endereço eletrônico <https://www.gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sudeste/hu-ufjf/aceso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/licitacoes>

16.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

16.10.1. **ANEXO I** – Termo de referência e seus respectivos anexos (Documento SEI nº 39705043);

16.10.2. Os seguintes anexos integram este Termo de Referência:

16.10.2.1. Modelo de Proposta (Documento SEI nº 38684075);

16.10.2.2. Modelo de Termo de Recebimento Provisório (Documento SEI nº 38683853);

16.10.2.3. Modelo de Termo de Recebimento Definitivo (Documento SEI nº 38683879);

16.10.2.4. Modelo Parecer Técnico de Avaliação de Amostra de Material (Documento SEI nº 38684039);

16.10.3. **ANEXO II** – Modelo da Ata de Registro de Preços (Documento SEI nº 40164183);

16.10.4. **ANEXO III** – Declaração de Inexistência de Impedimentos (Documento SEI nº 40157874);

16.10.5. **ANEXO IV** – Estudo Técnico Preliminar da Contratação (Documento SEI nº 38682882).

Juiz de Fora - MG, data da assinatura eletrônica

(assinado eletronicamente)

DANIEL FERNANDES AFONSO

Chefe da Unidade de Compras e Licitações

Matrícula **SIAPÉ: 2275677**

Aprovo o Edital nos termos do artigo 4º, inciso XVIII, da Portaria-SEI nº 08, de 09 de janeiro de 2019, c/c artigo 3º, inciso I, alínea "b", da Portaria-SEI nº 27, de 17 de janeiro de 2023.

(assinado eletronicamente)
BRUNO AZEVEDO GOMES FREITAS
Gerente Administrativo
Matrícula **SIAPE: 1840033**



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Fernandes Afonso, Chefe de Unidade**, em 28/06/2024, às 09:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Bruno Azevedo Gomes Freitas, Gerente**, em 28/06/2024, às 11:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40203348** e o código CRC **B63523E1**.

Referência: Processo nº 23765.004865/2024-84 SEI nº 40203348

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Avenida Eugênio do Nascimento, s/nº - Bairro Dom Bosco
Juiz de Fora-MG, CEP 36038-330
- <http://www.hu-ufjf.ebserh.gov.br>

Termo de Referência - SEI

Processo nº 23765.004865/2024-84

TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0014/2024

LICITAÇÃO ELETRÔNICA

Sistema de Registro de Preços

1 - DEFINIÇÃO DO OBJETO:

1.1. Este termo de referência tem por objetivo a realização de Licitação Eletrônica - Sistema de Registro de preço (SRP), para aquisição de **Produtos para saúde e Órtese, prótese e materiais especiais - OPME (Balões de dilatação diversos, balão para extração de cálculos biliares, bocal para endoscopia, cânula endoscópica para injeção, cânula para colangiografia retrógrada, cateter com cesta para extração de cálculos por litotripsia, cateter para endoscopia digestiva, cateter endoscópico tipo sonda, clipador com clip para hemostasia endoscópica, dilatador biliar, eletrodo tipo cateter p/coagulador de argônio, escala Wechsler WISC-IV, escova para citologia biliar, fios guias biliares diversos, fio guia para dilatador esofágico, kit completo para gastrostomia percutânea, papilótomo, etc...)** para abastecer a Unidade do Sistema Digestivo do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF/EBSEH), conforme condições, quantidades e exigências, estabelecidas neste instrumento.

1.2. Descrição dos itens:

ITEM	AGHU	CATMAT	CÓDIGO EBSEH	DESCRIÇÃO	COMPETITIVIDADE	APRESENTAÇÃO	QTDE	CATEGORIA
1	292224	428329	PROVPPS013112	BALÃO DILATAÇÃO, DIÂMETRO CATETER 4MM, APLICAÇÃO BILIAR, MATERIAL POLIVINIL, DUPLO LUMEN. CONTÉM MARCADORES RADIOPACOS. ATENDE CANAL DE TRABALHO DE 3.2MM. COMPRIMENTO DO BALÃO DE 2CM A 4CM. COMPRIMENTO DO CATETER DE NO MÍNIMO 180CM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	4	-----
2	500821	428329	PROVPPS013113	BALÃO DILATAÇÃO, DIÂMETRO CATETER 6MM, APLICAÇÃO BILIAR, MATERIAL POLIVINIL, DUPLO LUMEN. CONTÉM MARCADORES RADIOPACOS. ATENDE CANAL DE TRABALHO DE 3.2MM. COMPRIMENTO DO BALÃO DE 2CM A 4CM. COMPRIMENTO DO CATETER DE NO MÍNIMO 180CM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	4	-----
				BALÃO DILATAÇÃO,				

3	500822	428329	PROVPPS013114	DIÂMETRO CATETER 8MM, APLICAÇÃO BILIAR, MATERIAL POLIVINIL, DUPLO LUMEN. CONTÉM MARCADORES RADIOPACOS. ATENDE CANAL DE TRABALHO DE 3.2MM. COMPRIMENTO DO BALÃO DE 2CM A 4CM. COMPRIMENTO DO CATETER DE NO MÍNIMO 180CM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	4	OPME
4	500751	428363	EBS07465	BALÃO PARA DILATAÇÃO DE ACALÁSIA, EM PLÁSTICO RESISTENTE, DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): DE 35 MM X 80 MM; COM 200 CM NO MÍNIMO, DUPLO LÚMEN, COMPATÍVEL COM FIO GUIA METÁLICO DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO); COM MARCAÇÕES RADIOPACAS INTERNAS PARA AUXILIAR NO POSICIONAMENTO. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	4	OPME
5	500749	428362	EBS07464	BALÃO PARA DILATAÇÃO DE ACALÁSIA, EM PLÁSTICO RESISTENTE. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): DE 30 MM X 80 MM; COM 200 CM NO MÍNIMO, DUPLO LÚMEN, COMPATÍVEL COM FIO GUIA METÁLICO DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO); COM MARCAÇÕES RADIOPACAS INTERNAS PARA AUXILIAR NO POSICIONAMENTO. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	4	OPME
6	500752	428330	EBS07466	BALÃO PARA DILATAÇÃO DE ACALÁSIA, EM PLÁSTICO RESISTENTE. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): DE 40 MM X 80 MM; COM 200 CM NO MÍNIMO, DUPLO LÚMEN, COMPATÍVEL COM FIO GUIA METÁLICO DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO); COM MARCAÇÕES RADIOPACAS INTERNAS PARA AUXILIAR NO POSICIONAMENTO. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE.	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	4	OPME

				POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS				
7	500767	428302	EBS07461	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA E PILÓRICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DUPLO LÚMEN. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 12 - 13,5 - 15 MM X 55 MM; CATETER 2,3 MM X NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	50	OPME
8	500770	428303	EBS07462	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA E PILÓRICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DUPLO LÚMEN. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 18 - 19 - 20 MM X 55 MM; CATETER 2,3 MM X NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	20	OPME
9	500766	428296	EBS07411	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 10 - 11 - 12 MM X 55 MM; COM NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	60	OPME

				VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS				
10	500753	428327	EBS07455	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 10 - 11 - 12 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	20	OPME
11	500756	428327	EBS07456	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 12 - 13,5 - 15 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	20	OPME
12	500763	428300	EBS07413	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 15 - 16,5 - 18 MM X 55 MM; COM NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	25	OPME

				POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS				
13	500757	428327	EBS07457	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 15 - 16,5 - 18 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	10	OPME
14	500762	428328	EBS07458	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 18 - 19 - 20 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	5	OPME
15	500764	428293	EBS06512	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 6 - 7 - 8 MM X 55 MM; COM NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	20	OPME

16	502166	428327	EBS07459	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 6 - 7 - 8 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	4	OPME
17	500765	428294	EBS07463	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 8 - 9 - 10 MM X 55 MM; COM NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	25	OPME
18	500819	428327	EBS07460	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 8 - 9 - 10 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	4	OPME
				BALÃO PARA EXTRAÇÃO DE CÁLCULOS DAS VIAS				

19	500780	428883	EBS07467	BILIARES, TRIPLO LÚMEN. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 8.5 - 11.5 - 15 MM (INFLADO) X 195 CM; PARA CANAL DE BIÓPSIA DE 2.8 MM, COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) COM CAPACIDADE PARA INJETAR CONTRASTE DITAL; MARCAÇÃO RADIOPACA. ACOMPANHA 3 SERINGAS DE 8.5, 11.5 E 15 MM. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	160	OPME
20	500805	475104	EBS07450	BOCAL PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, TAMANHO ADULTO, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TIRA ELÁSTICA EM MATERIAL LAVÁVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	30	-----
21	500806	475105	EBS07468	BOCAL PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, TAMANHO PEDIÁTRICO, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TIRA ELÁSTICA EM MATERIAL LAVÁVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	10	-----
22	503926	602993	EBS13971	CÂNULA ENDOSCÓPICA PARA INJEÇÃO (AGULHA DE ESCLEROSE). UTILIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE INJETÁVEIS NO TRATO GASTROINTESTINAL, COM AUXÍLIO DE ENDOSCÓPIO. CÂNULA ENDOSCOPIA PARA INJEÇÃO, COM TUBO EXTERNO DA CÂNULA FABRICADO EM PTFE, MEDINDO 2300 MM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO DE 2.3 MM. COM AGULHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMANHO 19 G, RESERVATÓRIO PARA PROTEÇÃO DA AGULHA, EMPUNHADURA ERGONÔMICA E BAINHA PROXIMAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	20	-----

23	503928	602998	EBS08431	CÂNULA ENDOSCÓPICA PARA INJEÇÃO (AGULHA DE ESCLEROSE). UTILIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE INJETÁVEIS NO TRATO GASTROINTESTINAL, COM AUXÍLIO DE ENDOSCÓPIO. CÂNULA ENDOSCOPIA PARA INJEÇÃO, COM TUBO EXTERNO DA CÂNULA FABRICADO EM PTFE, MEDINDO 2300 MM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO DE 2.3 MM. COM AGULHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMANHO 21 G, RESERVATÓRIO PARA PROTEÇÃO DA AGULHA, EMPUNHADURA ERGONÔMICA E BAINHA PROXIMAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	30	-----
24	500799	455984	EBS07469	CÂNULA PARA COLANGIOGRAFIA RETROGRADA VIA ENDOSCÓPICA, DUPLO LÚMEN, 6 FR, 200 CM DE COMPRIMENTO, PONTA TIPO DOMETIP, PARA USO COM FIO GUIA 0.018 POLEGADAS, MATERIAL TEFLON, RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	10	-----
25	500798	455984	EBS07470	CÂNULA PARA COLANGIOGRAFIA RETRÓGRADA VIA ENDOSCÓPICA, DUPLO LÚMEN, 6 FR, 200 CM DE COMPRIMENTO, PONTA TIPO DOMETIP, PARA USO COM FIO GUIA 0.035 POLEGADAS, MATERIAL TEFLON, RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	10	-----
26	500820	428861	EBS08161	CATETER COM CESTA PARA EXTRAÇÃO DE CÁLCULOS DAS VIAS BILIARES POR LITOTRIPSIA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO MÍNIMO 180 CM DE COMPRIMENTO; COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO 4.2 MM, PERMITE INJEÇÃO DE CONTRASTE E USO DE FIO GUIA, MARCAÇÃO RADIOPACA, EXTENSÃO CESTA APROXIMADAMENTE 3 X	Exclusividade	UNIDADE	10	OPME

26	500629	420001	EBS00101	6 CM, SISTEMA MANOPLA ACOPLADA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: O CATETER DEVERÁ SER COMPATÍVEL MANOPLA PARA LITOTRIPSIA/INSUFLAÇÃO ALLIANCE II	ME/EPP	UNIDADE	10	OPME
27	500747	603005	EBS07471	CATETER PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, TIPO INJETOR, TAMANHO 22G, PARTE DISTAL AFILADA; AGULHA DE DIÂMETRO EXTERNO 2,30 CM, COMPRIMENTO 230 CM, COM CONEXÃO LUER LOCK, MATERIAL TEFLON, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	500	-----
28	505528	467038	PROVPPS019902	CATETER PARA ENDOSCÓPIO, TIPO SONDA, AXIAL, COM FILTRO, PARA ENDOSCOPIA ALTA E BAIXA, DIMENSÃO: PARA CANAL CERCA DE 2,3 MM X 220 CM, HASTE ISOLADA, COM CONEXÃO PARA COAGULADOR POR PLASMA DE ARGÔNIO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. COM SAÍDA FRONTAL PARA ELETROCOAGULAÇÃO COM PLASMA DE ARGÔNIO. COMPATÍVEL COM BISTURI DE PLASMA DE ARGÔNIO MARCA ERBE. COMPLEMENTO: DEVERÁ SER ENTREGUE 01 ADAPTADOR COMPATÍVEL.	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	15	OPME
29	505529	467038	PROVPPS019903	CATETER PARA ENDOSCÓPIO, TIPO SONDA, CIRCUNFERENCIAL, COM FILTRO, PARA ENDOSCOPIA ALTA E BAIXA, DIMENSÃO: PARA CANAL CERCA DE 2,3 MM X 220 CM, HASTE ISOLADA, COM CONEXÃO PARA COAGULADOR POR PLASMA DE ARGÔNIO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. COM SAÍDA FRONTAL PARA ELETROCOAGULAÇÃO COM PLASMA DE ARGÔNIO. COMPATÍVEL COM BISTURI DE PLASMA DE ARGÔNIO MARCA ERBE. COMPLEMENTO: DEVERÁ SER ENTREGUE 01 ADAPTADOR COMPATÍVEL.	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	5	OPME
				CLIPADOR COM CLIP PARA HEMOSTASIA ENDOSCÓPICA, DESCARTÁVEL; PARA				

30	500777	445450	EBS08886	USO EM COLONOSCOPIA. FECHAMENTO COM POSSIBILIDADE DE ABRIR E FECHAR, APROXIMADAMENTE 5 VEZES E COM CAPACIDADE DE ROTAÇÃO AUXILIANDO NO REPOSICIONAMENTO. PODE SER UTILIZADO EM AMBIENTES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. PARA COMPRIMENTO DE TRABALHO APROXIMADAMENTE 230 CM, CANAL MÍNIMO DE TRABALHO 2,8 MM E ABERTURA DE CLIP APROXIMADAMENTE 10 MM. MATERIAL DE USO ÚNICO. EMBALAGEM DEVE APRESENTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	200	-----
31	500800	605578	EBS13972	DILATADOR TIPO BILIAR, TAMANHOS 7 FR, 8,5 FR E 10 FR, MATERIAL POLIVINIL, PARA USO EM CANAL DE 2,8 A 4,2 MM, COMPRIMENTO CERCA DE 200 CM. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	30	-----
32	500773	462929	EBS07474	ELETRODO, TIPO CATETER, PARA COLONOSCOPIA. CONEXÃO PARA COAGULADOR DE ARGÔNIO, MATERIAL POLIURETANO, COMPRIMENTO 230 CM, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM COAGULADOR DE ARGÔNIO MARCA WEM	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	2	-----
33	505242	600905	EBS12722	ESCALA WECHSLER DE INTELIGÊNCIA NÃO VERBAL - WSC-IV, PROTOCOLO DE REGISTRO GERAL, COMPOSTO DE 15 SUBTESTES, INSTRUMENTO CLÍNICO DE APLICAÇÃO INDIVIDUAL QUE TEM COMO OBJETIVO AVALIAR A CAPACIDADE INTELLECTUAL DE CRIANÇAS E O PROCESSO DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS. USO EM NEUROPSICOLOGIA	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	1	-----
34	500791	348102	PROVPPS013199	ESCOVA PARA CITOLOGIA BILIAR, DUPLO CANAL, MONTADA EM CATETER 2.6MM, PARA GUIA 0,035", DIÂMETRO 3MM,	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	5	-----

				MARCAÇÕES DISTAIS RADIOPACAS, SISTEMA RETRAÇÃO, COMPRIMENTO 200 CM. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	ME/EPP			
35	500789	462240	EBS13980	FIO GUIA, APLICAÇÃO: NÃO VASCULAR, TIPO BILIAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,018 POLEGADAS, FORMATO PONTA RETA RADIOPACA, APLICAÇÃO CANAL DE 2,8 MM, COMPRIMENTO 400 A 480 CM, ESTÉRIL, REVESTIMENTO LISTRADO PARA VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO FIO GUIA DENTRO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	5	-----
36	500788	452250	EBS07616	FIO GUIA, APLICAÇÃO: NÃO VASCULAR, TIPO BILIAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,025 POLEGADAS, FORMATO PONTA RETA RADIOPACA, APLICAÇÃO CANAL DE 2,8 MM, COMPRIMENTO 400 A 480 CM, ESTÉRIL, REVESTIMENTO LISTRADO PARA VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO FIO GUIA DENTRO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	25	OPME
37	500785	452249	EBS07623	FIO GUIA, APLICAÇÃO: NÃO VASCULAR, TIPO BILIAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,035 POLEGADAS, FORMATO PONTA ANGULADA RADIOPACA, APLICAÇÃO CANAL DE 2,8 MM, COMPRIMENTO 400 A 480 CM, ESTÉRIL, REVESTIMENTO LISTRADO PARA VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO FIO GUIA DENTRO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	25	OPME
				FIO GUIA, APLICAÇÃO: NÃO VASCULAR, TIPO BILIAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,035 POLEGADAS, FORMATO PONTA RETA RADIOPACA, RÍGIDO (TIPO SUPER STIFF),				

38	502490	468427	EBS13981	APLICAÇÃO CANAL DE 2,8 MM, COMPRIMENTO 400 A 480 CM, ESTÉRIL, REVESTIMENTO LISTRADO PARA VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO FIO GUIA DENTRO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	15	-----
39	500774	467083	EBS07927	FIO GUIA, PARA DILATADOR ESOFÁGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO PONTA FLEXÍVEL ESPIRALADA, DIÂMETRO DE 0,035 POLEGADAS POR 250 CM DE COMPRIMENTO, COM MARCAS RADIOPACAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	5	-----
40	262536	458244	EBS06996	KIT DE LIGADURA ELÁSTICA COMPLETO PARA VARIZES DO ESÔFAGO. COMPOSTO POR: 02 (DOIS) TAMBORES OU 02 (DOIS) KITS COM UM TAMBOR, EM CADA KIT/TAMBOR COM, NO MÍNIMO, 06 (SEIS) ELÁSTICOS; ANÉIS DISTRIBUÍDOS EM PONTEIRAS NA PROPORÇÃO DE 10 MM; MANOPLA PLÁSTICA GIRATÓRIA; CATETER GUIA; CORDÃO PARA ACIONAMENTO; COMPATÍVEL COM ENDOSCÓPIO (DIÂMETRO: DE 9,5 MM A 13 MM; COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	150	-----
				KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), COMPOSTO MINIMAMENTE POR: SONDA EM SILICONE 14 FR, COM LINHAS RADIOPACAS, MARCAÇÕES DE PROFUNDIDADE CENTRIMENTRADAS, RETENTOR INTERNO EM FORMATO ANATÔMICO E SEGURO, PONTA DE DILATAÇÃO COM FIO DE TRAÇÃO E ALÇA DE PRENSÃO. DISCO DE FIXAÇÃO INTERNO DE SILICONE RADIOPACO COM ABERTURA DISTAL				

41	500750	440108	EBS01276	ARREDONDADA E DISPOSITIVO DE APLICAÇÃO. FIO DE INSERÇÃO E DISTRIBUIDOR, RETENTOR EXTERNO (ANEL E ÊMBOLO) PARA FIXAÇÃO E APOIO EXTERNO ATRAUMÁTICO EM SILICONE, ALÇA DE SEGURANÇA, ADAPTADOR DE PORTA ALIMENTAÇÃO DUPLO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL E TÂMPA PROTETORA, COM CLAMP PARA FECHAMENTO DA SONDA NA SUA PORÇÃO TUBULAR; FIO GUIA, BISTURI, SERINGA DE 5 ML, AGULHA 14 G. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 440108	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	10	-----
42	501456	440112	EBS01277	KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), COMPOSTO MINIMAMENTE POR: SONDA EM SILICONE 16 FR, COM LINHAS RADIOPACAS, MARCAÇÕES DE PROFUNDIDADE CENTRIMENTRADAS, RETENTOR INTERNO EM FORMATO ANATÔMICO E SEGURO, PONTA DE DILATAÇÃO COM FIO DE TRAÇÃO E ALÇA DE PREENSÃO. DISCO DE FIXAÇÃO INTERNO DE SILICONE RADIOPACO COM ABERTURA DISTAL ARREDONDADA E DISPOSITIVO DE APLICAÇÃO. FIO DE INSERÇÃO E DISTRIBUIDOR, RETENTOR EXTERNO (ANEL E ÊMBOLO) PARA FIXAÇÃO E APOIO EXTERNO ATRAUMÁTICO EM SILICONE, ALÇA DE SEGURANÇA, ADAPTADOR DE PORTA ALIMENTAÇÃO DUPLO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL E TÂMPA PROTETORA, COM CLAMP PARA FECHAMENTO DA SONDA NA SUA PORÇÃO TUBULAR; FIO GUIA, BISTURI, SERINGA DE 5 ML, AGULHA 14 G. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 440112	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	15	-----
				KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), COMPOSTO MINIMAMENTE POR:				

43	500748	440103	EBS01279	SONDA EM SILICONE 20 FR, COM LINHAS RADIOPACAS, MARCAÇÕES DE PROFUNDIDADE CENTRIMENTRADAS, RETENTOR INTERNO EM FORMATO ANATÔMICO E SEGURO, PONTA DE DILATAÇÃO COM FIO DE TRAÇÃO E ALÇA DE PREENSÃO. DISCO DE FIXAÇÃO INTERNO DE SILICONE RADIOPACO COM ABERTURA DISTAL ARREDONDADA E DISPOSITIVO DE APLICAÇÃO. FIO DE INSERÇÃO E DISTRIBUIDOR, RETENTOR EXTERNO (ANEL E ÊMBOLO) PARA FIXAÇÃO E APOIO EXTERNO ATRAUMÁTICO EM SILICONE, ALÇA DE SEGURANÇA, ADAPTADOR DE PORTA ALIMENTAÇÃO DUPLO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL E TÁMPA PROTETORA, COM CLAMP PARA FECHAMENTO DA SONDA NA SUA PORÇÃO TUBULAR; FIO GUIA, BISTURI, SERINGA DE 5 ML, AGULHA 14 G. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 440118	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	30	-----
44	262544	440104	EBS01281	KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), COMPOSTO MINIMAMENTE POR: SONDA EM SILICONE 24 FR, COM LINHAS RADIOPACAS, MARCAÇÕES DE PROFUNDIDADE CENTRIMENTRADAS, RETENTOR INTERNO EM FORMATO ANATÔMICO E SEGURO, PONTA DE DILATAÇÃO COM FIO DE TRAÇÃO E ALÇA DE PREENSÃO. DISCO DE FIXAÇÃO INTERNO DE SILICONE RADIOPACO COM ABERTURA DISTAL ARREDONDADA E DISPOSITIVO DE APLICAÇÃO. FIO DE INSERÇÃO E DISTRIBUIDOR, RETENTOR EXTERNO (ANEL E ÊMBOLO) PARA FIXAÇÃO E APOIO EXTERNO ATRAUMÁTICO EM SILICONE, ALÇA DE SEGURANÇA, ADAPTADOR DE PORTA ALIMENTAÇÃO DUPLO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL E TÁMPA PROTETORA, COM CLAMP PARA FECHAMENTO DA SONDA NA SUA PORÇÃO TUBULAR; FIO GUIA, BISTURI, SERINGA DE 5 ML, AGULHA 14 G. ESTÉRIL, USO ÚNICO.	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	50	-----

				EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 440104				
45	500781	603882	EBS07424	PAPILÓTOMO, TIPO TRIPLO LÚMEN, MODELO CORPO EM TEFLON, NARIZ CURTO, COM FIO CORTE MONOFIL. 20 MM, EXT. 7 FR, DISTAL 5,5 FR, 200 CM, COM MANOPLA 3 PONTOS, COMPATÍVEL COM GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	30	-----
46	500779	603883	EBS07479	PAPILÓTOMO, TIPO TRIPLO LÚMEN, MODELO CORPO EM TEFLON, NARIZ CURTO, COM FIO CORTE MONOFIL. 25 MM, EXT. 7 FR, DISTAL 5,5 FR, 200 CM, COM MANOPLA 3 PONTOS, COMPATÍVEL COM GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	120	-----
47	500782	603881	EBS07480	PAPILÓTOMO, TIPO TRIPLO LÚMEN, MODELO CORPO EM TEFLON, NARIZ CURTO, COM FIO CORTE MONOFIL. 30 MM, EXT. 7 FR, DISTAL 5,5 FR, 200 CM, COM MANOPLA 3 PONTOS, COMPATÍVEL COM GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	15	-----
48	502164	465240	PROVPPS013123	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, TIPO RETIRADA DE CORPO ESTRANHO COM REDE COLETORA, FIO AÇO INOXIDÁVEL, CALIBRE 2,5MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	80	-----

49	500746	465289	EBS07451	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA HEXAGONAL, FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 25 A 29 MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	500	-----
50	500761	465274	EBS07402	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA OVAL, FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 11 A 14 MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	500	-----
51	500745	465278	EBS07452	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA OVAL, FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 25 A 29 MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	200	-----
52	500744	465277	EBS07403	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA OVAL, FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 30 A 35 MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	150	-----
				PINÇA PARA				

53	503922	478168	PROVPPS020433	ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA OVAL, MATERIAL FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 10MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	200	-----
54	500812	442240	EBS09879	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, ENDOPRÓTESE LUMINAL, FUNÇÃO STENT BILIAR, MATERIAL POLÍMERO, SISTEMA INTRODUTOR DE APROXIMADAMENTE 10 FR X 7 CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, PARA CANAL DE TRABALHO DE 3.2 MM OU MAIOR. COM MARCAS RADIOPACAS NA PONTA DISTAL E MARCA ENDOSCÓPICA NA PONTA PROXIMAL. MODELO PRÉ-MONTADA. USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO COM APLICADOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	40	OPME
55	500824	407545	EBS07475	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, ENDOPRÓTESE LUMINAL, FUNÇÃO STENT, AUTOEXPANSÍVEL, ENDOSCÓPICA, ESTRUTURA METÁLICA NÃO RECOBERTA, MATERIAL ESTRUTURA PLATINA, REVESTIDO EM NITINOL, SISTEMA DE IMPLANTE MONTADO EM INTRODUTOR DE APROXIMADAMENTE 8 FR, PRÉ-CARREGADO, DIÂMETRO 10 MM, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE DE 6 A 8 CM, COM MARCAS RADIOPACAS EM PLATINA E IRIIDIUM, USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	5	OPME

				QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA				
56	500815	407551	EBS07477	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, ENDOPRÓTESE LUMINAL, FUNÇÃO STENT, AUTOEXPANSÍVEL, ENDOSCÓPICA, ESTRUTURA METÁLICA RECOBERTA PARCIALMENTE, MATERIAL ESTRUTURA PLATINA, REVESTIDO EM NITINOL, SISTEMA DE IMPLANTE MONTADO EM INTRODUTOR DE APROXIMADAMENTE 8,5 FR, PRÉ-CARREGADO, DIÂMETRO 10 MM, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE DE 6 A 8 CM, COM MARCAS RADIOPACAS EM PLATINA E IRIIDIUM, USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	5	OPME
57	500828	407555	EBS07478	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, ENDOPRÓTESE LUMINAL, FUNÇÃO STENT, AUTOEXPANSÍVEL, ENDOSCÓPICA, ESTRUTURA METÁLICA RECOBERTA TOTALMENTE, MATERIAL ESTRUTURA PLATINA, REVESTIDO EM NITINOL, SISTEMA DE IMPLANTE MONTADO EM INTRODUTOR DE APROXIMADAMENTE 8 FR, PRÉ-CARREGADO, DIÂMETRO 10 MM, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE DE 6 A 8 CM, COM MARCAS RADIOPACAS EM PLATINA E IRIIDIUM, USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO,	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	5	OPME

				TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA				
58	500813	442247	PROVPPS013125	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 10 FR, COMPRIMENTO 10 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	15	-----
59	500814	442247	EBS07439	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 10 FR, COMPRIMENTO 12 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	25	OPME
60	502486	442245	EBS13996	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 7 FR, COMPRIMENTO 07 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	25	-----
61	502488	442245	PROVPPS013127	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 7 FR, COMPRIMENTO 10 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	5	-----
				PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 7 FR, COMPRIMENTO 12 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO				

62	502487	442245	EBS14000	BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	15	OPME
63	500808	442246	EBS14001	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 8,5 FR, COMPRIMENTO 07 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	10	OPME
64	500810	442246	PROVPPS013130	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 8,5 FR, COMPRIMENTO 10 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	5	OPME
65	500811	442246	PROVPPS013131	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 8,5 FR, COMPRIMENTO 12 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	5	OPME
66	500804	466446	EBS05046	SERINGA INSUFLADORA DE 60 ML, PERMITE MEDIR A PRESSÃO EM ATM E EM PSI, POSSUI TRAVA PARA CONFORTO, SEGURANÇA E FÁCIL MANUSEIO, CATETER DE BAIXA COMPLACÊNCIA COM MANÔMETRO PARA INSUFLAR BALÕES DILATADORES HIDROSTÁTICOS. UTILIZADO CONJUNTAMENTE COM A MANOPLA/ PISTOLA DE INSUFLAÇÃO ENDOSCOPICAMENTE EM ESTENOSES DO TRATO	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	3	-----

				GASTROINTESTINAL E/OU ÁRVORE RESPIRATÓRIA. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA				
67	278374	463623	EBS02071	SONDA DE GASTROSTOMIA TRÊS VIAS ADULTO 20 FR COM 230 MM. CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MÉDICO COM FITA RADIOPACA AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO. COM BALÃO DE ANCORAGEM INTERNO DE CAPACIDADE DE 20 ML. MARCAÇÕES PELO MENOS A CADA 2 CENTÍMETROS EM TODA SUA EXTENSÃO. 3 (TRÊS) VIAS, UMA PARA ADMINISTRAÇÃO DA DIETA, UMA PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS E UMA VIA PARA ENCHIMENTO DO BALÃO. ANEL DE FIXAÇÃO EXTERNO COM PONTOS DE ANCORAGEM. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA E RESISTENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	50	-----
68	78	435893	EBS00281	SONDA ESTOMACAL ESOFAGIANA, TIPO SENGSTAKEN- BLAKEMORE Nº 18, EM LÁTEX, FLEXÍVEL, 03 VIAS, EXTREMIDADE DISTAL COM 04 ORIFÍCIOS PARA DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, EXTREMIDADE PROXIMAL COM FUNIL, COM 02 BALÕES EM LÁTEX (GÁSTRICO E ESOFÁGICO), ANÉIS RADIOPACOS ENTRE OS BALÕES. GRADUADA A CADA 5 CM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 100 CM. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 435893	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	2	-----
				SONDA ESTOMACAL ESOFAGIANA, TIPO SENGSTAKEN- BLAKEMORE Nº 21, EM LÁTEX, FLEXÍVEL, 03 VIAS, EXTREMIDADE DISTAL COM 04 ORIFÍCIOS PARA DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, EXTREMIDADE PROXIMAL COM FUNIL, COM 02 BALÕES EM LÁTEX (GÁSTRICO E ESOFÁGICO), ANÉIS	Exclusividade			

69	502472	435895	EBS00282	RADIOPACOS ENTRE OS BALÕES. GRADUADA A CADA 5 CM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 100 CM. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 435895	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	2	-----
70	500343	435890	EBS01907	SONDA FOUCHET 32 FR, COMPRIMENTO MÍNIMO 80 CM, EM PVC SILICONIZADO, BIOCOMPATÍVEL, CONEXÃO FÊMEA COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL E TAMPA PROTETORA. PONTA DISTAL ARREDONDADA E PERFURADA COM FENESTRAS LATERAIS. TODO MATERIAL DEVE SER ATÓXICO, RESISTENTE, TER FLEXIBILIDADE SEGURA, ISENTO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, ATRAUMÁTICA E DE FÁCIL MANUSEIO. ESTÉRIL. USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 435890	Exclusividade ME/EPP	UNIDADE	12	-----
71	292224	428329	PROVPPS013112	BALÃO DILATAÇÃO, DIÂMETRO CATETER 4MM, APLICAÇÃO BILIAR, MATERIAL POLIVINIL, DUPLO LUMEN. CONTÉM MARCADORES RADIOPACOS. ATENDE CANAL DE TRABALHO DE 3.2MM. COMPRIMENTO DO BALÃO DE 2CM A 4CM. COMPRIMENTO DO CATETER DE NO MÍNIMO 180CM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE	4	-----
72	500821	428329	PROVPPS013113	BALÃO DILATAÇÃO, DIÂMETRO CATETER 6MM, APLICAÇÃO BILIAR, MATERIAL POLIVINIL, DUPLO LUMEN. CONTÉM MARCADORES RADIOPACOS. ATENDE CANAL DE TRABALHO DE 3.2MM. COMPRIMENTO DO BALÃO DE 2CM A 4CM. COMPRIMENTO DO CATETER DE NO MÍNIMO 180CM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E	Ampla Concorrência	UNIDADE	4	-----

				VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS				
73	500822	428329	PROVPPS013114	BALÃO DILATAÇÃO, DIÂMETRO CATETER 8MM, APLICAÇÃO BILIAR, MATERIAL POLIVINIL, DUPLO LUMEN. CONTEM MARCADORES RADIOPACOS. ATENDE CANAL DE TRABALHO DE 3.2MM. COMPRIMENTO DO BALÃO DE 2CM A 4CM. COMPRIMENTO DO CATETER DE NO MÍNIMO 180CM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE	4	OPME
74	500751	428363	EBS07465	BALÃO PARA DILATAÇÃO DE ACALÁSIA, EM PLÁSTICO RESISTENTE, DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): DE 35 MM X 80 MM; COM 200 CM NO MÍNIMO, DUPLO LÚMEN, COMPATÍVEL COM FIO GUIA METÁLICO DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO); COM MARCAÇÕES RADIOPACAS INTERNAS PARA AUXILIAR NO POSICIONAMENTO. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE	4	OPME
75	500749	428362	EBS07464	BALÃO PARA DILATAÇÃO DE ACALÁSIA, EM PLÁSTICO RESISTENTE. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): DE 30 MM X 80 MM; COM 200 CM NO MÍNIMO, DUPLO LÚMEN, COMPATÍVEL COM FIO GUIA METÁLICO DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO); COM MARCAÇÕES RADIOPACAS INTERNAS PARA AUXILIAR NO POSICIONAMENTO. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE	4	OPME
76	500752	428330	EBS07466	BALÃO PARA DILATAÇÃO DE ACALÁSIA, EM PLÁSTICO RESISTENTE. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): DE 40 MM X 80 MM; COM 200 CM NO MÍNIMO, DUPLO LÚMEN, COMPATÍVEL COM FIO GUIA METÁLICO DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO); COM MARCAÇÕES RADIOPACAS INTERNAS PARA AUXILIAR NO POSICIONAMENTO. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO.	Ampla Concorrência	UNIDADE	4	OPME

				EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS				
77	500767	428302	EBS07461	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA E PILÓRICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DUPLO LÚMEN. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 12 - 13,5 - 15 MM X 55 MM; CATETER 2,3 MM X NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE	50	OPME
78	500770	428303	EBS07462	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA E PILÓRICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DUPLO LÚMEN. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 18 - 19 - 20 MM X 55 MM; CATETER 2,3 MM X NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE	20	OPME
79	500766	428296	EBS07411	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 10 - 11 - 12 MM X 55 MM; COM NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM	Ampla Concorrência	UNIDADE	60	OPME

				INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS				
80	500753	428327	EBS07455	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 10 - 11 - 12 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	Ampla Concorrência	UNIDADE	20	OPME
81	500756	428327	EBS07456	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 12 - 13,5 - 15 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	Ampla Concorrência	UNIDADE	20	OPME
82	500763	428300	EBS07413	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 15 - 16,5 - 18 MM X 55 MM; COM NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA	Ampla Concorrência	UNIDADE	25	OPME

				ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.				
83	500757	428327	EBS07457	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 15 - 16,5 - 18 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	Ampla Concorrência	UNIDADE	10	OPME
84	500762	428328	EBS07458	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 18 - 19 - 20 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	Ampla Concorrência	UNIDADE	5	OPME
85	500764	428293	EBS06512	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 6 - 7 - 8 MM X 55 MM; COM NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO	Ampla Concorrência	UNIDADE	20	OPME

				PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS				
86	502166	428327	EBS07459	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 6 - 7 - 8 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	Ampla Concorrência	UNIDADE	4	OPME
87	500765	428294	EBS07463	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 8 - 9 - 10 MM X 55 MM; COM NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE	25	OPME
88	500819	428327	EBS07460	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 8 - 9 - 10 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL	Ampla Concorrência	UNIDADE	4	OPME

				VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.				
89	500780	428883	EBS07467	BALÃO PARA EXTRAÇÃO DE CÁLCULOS DAS VIAS BILIARES, TRIPLO LÚMEN. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 8.5 - 11.5 - 15 MM (INFLADO) X 195 CM; PARA CANAL DE BIÓPSIA DE 2.8 MM, COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) COM CAPACIDADE PARA INJETAR CONTRASTE DISTAL; MARCAÇÃO RADIOPAÇA. ACOMPANHA 3 SERINGAS DE 8.5, 11.5 E 15 MM. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE	160	OPME
90	500805	475104	EBS07450	BOCAL PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, TAMANHO ADULTO, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TIRA ELÁSTICA EM MATERIAL LAVÁVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE	30	-----
91	500806	475105	EBS07468	BOCAL PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, TAMANHO PEDIÁTRICO, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TIRA ELÁSTICA EM MATERIAL LAVÁVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE	10	-----
92	503926	602993	EBS13971	CÂNULA ENDOSCÓPICA PARA INJEÇÃO (AGULHA DE ESCLEROSE). UTILIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE INJETÁVEIS NO TRATO GASTROINTESTINAL, COM AUXÍLIO DE ENDOSCÓPIO. CÂNULA ENDOSCOPIA PARA INJEÇÃO, COM TUBO EXTERNO DA CÂNULA FABRICADO EM PTFE, MEDINDO 2300 MM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO DE 2.3 MM. COM AGULHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMANHO 19 G, RESERVATÓRIO PARA PROTEÇÃO DA AGULHA, EMPUNHADURA ERGONÔMICA E BAINHA PROXIMAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E	Ampla Concorrência	UNIDADE	20	-----

				PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE				
93	503928	602998	EBS08431	CÂNULA ENDOSCÓPICA PARA INJEÇÃO (AGULHA DE ESCLEROSE). UTILIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE INJETÁVEIS NO TRATO GASTROINTESTINAL, COM AUXÍLIO DE ENDOSCÓPIO. CÂNULA ENDOSCOPIA PARA INJEÇÃO, COM TUBO EXTERNO DA CÂNULA FABRICADO EM PTFE, MEDINDO 2300 MM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO DE 2.3 MM. COM AGULHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMANHO 21 G, RESERVATÓRIO PARA PROTEÇÃO DA AGULHA, EMPUNHADURA ERGONÔMICA E BAINHA PROXIMAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	Ampla Concorrência	UNIDADE	30	-----
94	500799	455984	EBS07469	CÂNULA PARA COLANGIOGRAFIA RETROGRADA VIA ENDOSCÓPICA, DUPLO LÚMEN, 6 FR, 200 CM DE COMPRIMENTO, PONTA TIPO DOMETIP, PARA USO COM FIO GUIA 0.018 POLEGADAS, MATERIAL TEFLON, RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	Ampla Concorrência	UNIDADE	10	-----
95	500798	455984	EBS07470	CÂNULA PARA COLANGIOGRAFIA RETROGRADA VIA ENDOSCÓPICA, DUPLO LÚMEN, 6 FR, 200 CM DE COMPRIMENTO, PONTA TIPO DOMETIP, PARA USO COM FIO GUIA 0.035 POLEGADAS, MATERIAL TEFLON, RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE	10	-----
				CATETER COM CESTA PARA EXTRAÇÃO DE CÁLCULOS DAS VIAS BILIARES POR LITOTRIPSIA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO MÍNIMO 180 CM DE COMPRIMENTO; COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO 4.2 MM, PERMITE				

96	500829	428861	EBS08161	INJEÇÃO DE CONTRASTE E USO DE FIO GUIA, MARCAÇÃO RADIOPACA, EXTENSÃO CESTA APROXIMADAMENTE 3 X 6 CM, SISTEMA MANOPLA ACOPLADA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: O CATETER DEVERÁ SER COMPATÍVEL MANOPLA PARA LITOTRIPSIA/INSUFLAÇÃO ALLIANCE II	Ampla Concorrência	UNIDADE	10	OPME
97	500747	603005	EBS07471	CATETER PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, TIPO INJETOR, TAMANHO 22G, PARTE DISTAL AFILADA; AGULHA DE DIÂMETRO EXTERNO 2,30 CM, COMPRIMENTO 230 CM, COM CONEXÃO LUER LOCK, MATERIAL TEFLON, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE	500	-----
98	505528	467038	PROVPPS019902	CATETER PARA ENDOSCÓPIO, TIPO SONDA, AXIAL, COM FILTRO, PARA ENDOSCOPIA ALTA E BAIXA, DIMENSÃO: PARA CANAL CERCA DE 2,3 MM X 220 CM, HASTE ISOLADA, COM CONEXÃO PARA COAGULADOR POR PLASMA DE ARGÔNIO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. COM SAÍDA FRONTAL PARA ELETROCOAGULAÇÃO COM PLASMA DE ARGÔNIO. COMPATÍVEL COM BISTURI DE PLASMA DE ARGÔNIO MARCA ERBE. COMPLEMENTO: DEVERÁ SER ENTREGUE 01 ADAPTADOR COMPATÍVEL.	Ampla Concorrência	UNIDADE	15	OPME
99	505529	467038	PROVPPS019903	CATETER PARA ENDOSCÓPIO, TIPO SONDA, CIRCUNFERENCIAL, COM FILTRO, PARA ENDOSCOPIA ALTA E BAIXA, DIMENSÃO: PARA CANAL CERCA DE 2,3 MM X 220 CM, HASTE ISOLADA, COM CONEXÃO PARA COAGULADOR POR PLASMA DE ARGÔNIO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. COM SAÍDA FRONTAL PARA ELETROCOAGULAÇÃO COM PLASMA DE ARGÔNIO. COMPATÍVEL COM BISTURI DE PLASMA DE ARGÔNIO MARCA ERBE. COMPLEMENTO: DEVERÁ SER ENTREGUE 01 ADAPTADOR	Ampla Concorrência	UNIDADE	5	OPME

				COMPATÍVEL.				
100	500777	445450	EBS08886	CLIPADOR COM CLIP PARA HEMOSTASIA ENDOSCÓPICA, DESCARTÁVEL; PARA USO EM COLONOSCOPIA. FECHAMENTO COM POSSIBILIDADE DE ABRIR E FECHAR, APROXIMADAMENTE 5 VEZES E COM CAPACIDADE DE ROTAÇÃO AUXILIANDO NO REPOSICIONAMENTO. PODE SER UTILIZADO EM AMBIENTES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. PARA COMPRIMENTO DE TRABALHO APROXIMADAMENTE 230 CM, CANAL MÍNIMO DE TRABALHO 2,8 MM E ABERTURA DE CLIP APROXIMADAMENTE 10 MM. MATERIAL DE USO ÚNICO. EMBALAGEM DEVE APRESENTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE	200	-----
101	500800	605578	EBS13972	DILATADOR TIPO BILIAR, TAMANHOS 7 FR, 8,5 FR E 10 FR, MATERIAL POLIVINIL, PARA USO EM CANAL DE 2,8 A 4,2 MM, COMPRIMENTO CERCA DE 200 CM. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	Ampla Concorrência	UNIDADE	30	-----
102	500773	462929	EBS07474	ELETRODO, TIPO CATETER, PARA COLONOSCOPIA. CONEXÃO PARA COAGULADOR DE ARGÔNIO, MATERIAL POLIURETANO, COMPRIMENTO 230 CM, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM COAGULADOR DE ARGÔNIO MARCA WEM	Ampla Concorrência	UNIDADE	2	-----
103	505242	600905	EBS12722	ESCALA WECHSLER DE INTELIGÊNCIA NÃO VERBAL - WSC-IV, PROTOCOLO DE REGISTRO GERAL, COMPOSTO DE 15 SUBTESTES, INSTRUMENTO CLÍNICO DE APLICAÇÃO INDIVIDUAL QUE TEM COMO OBJETIVO AVALIAR A CAPACIDADE INTELECTUAL DE CRIANÇAS E O PROCESSO DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS. USO EM NEUROPSICOLOGIA ESCOVA PARA	Ampla Concorrência	UNIDADE	1	-----

104	500791	348102	PROVPPS013199	CITOLOGIA BILIAR, DUPLO CANAL, MONTADA EM CATETER 2.6MM, PARA GUIA 0,035", DIÂMETRO 3MM, MARCAÇÕES DISTAIS RADIOPACAS, SISTEMA RETRAÇÃO, COMPRIMENTO 200 CM. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	Ampla Concorrência	UNIDADE	5	-----
105	500789	462240	EBS13980	FIO GUIA, APLICAÇÃO: NÃO VASCULAR, TIPO BILIAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,018 POLEGADAS, FORMATO PONTA RETA RADIOPACA, APLICAÇÃO CANAL DE 2,8 MM, COMPRIMENTO 400 A 480 CM, ESTÉRIL, REVESTIMENTO LISTRADO PARA VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO FIO GUIA DENTRO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO	Ampla Concorrência	UNIDADE	5	-----
106	500788	452250	EBS07616	FIO GUIA, APLICAÇÃO: NÃO VASCULAR, TIPO BILIAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,025 POLEGADAS, FORMATO PONTA RETA RADIOPACA, APLICAÇÃO CANAL DE 2,8 MM, COMPRIMENTO 400 A 480 CM, ESTÉRIL, REVESTIMENTO LISTRADO PARA VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO FIO GUIA DENTRO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO	Ampla Concorrência	UNIDADE	25	OPME
107	500785	452249	EBS07623	FIO GUIA, APLICAÇÃO: NÃO VASCULAR, TIPO BILIAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,035 POLEGADAS, FORMATO PONTA ANGULADA RADIOPACA, APLICAÇÃO CANAL DE 2,8 MM, COMPRIMENTO 400 A 480 CM, ESTÉRIL, REVESTIMENTO LISTRADO PARA VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO FIO GUIA DENTRO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO	Ampla Concorrência	UNIDADE	25	OPME
				FIO GUIA, APLICAÇÃO: NÃO VASCULAR, TIPO BILIAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO:				

108	502490	468427	EBS13981	HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,035 POLEGADAS, FORMATO PONTA RETA RADIOPACA, RÍGIDO (TIPO SUPER STIFF), APLICAÇÃO CANAL DE 2,8 MM, COMPRIMENTO 400 A 480 CM, ESTÉRIL, REVESTIMENTO LISTRADO PARA VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO FIO GUIA DENTRO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	Ampla Concorrência	UNIDADE	15	-----
109	500786	452243	EBS07624	FIO GUIA, APLICAÇÃO: NÃO VASCULAR, TIPO BILIAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,035 POLEGADAS, FORMATO PONTA RETA RADIOPACA, APLICAÇÃO CANAL DE 2,8 MM, COMPRIMENTO 400 A 480 CM, ESTÉRIL, REVESTIMENTO LISTRADO PARA VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO FIO GUIA DENTRO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO	Ampla Concorrência	UNIDADE	150	OPME
110	500774	467083	EBS07927	FIO GUIA, PARA DILATADOR ESOFÁGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO PONTA FLEXÍVEL ESPIRALADA, DIÂMETRO DE 0,035 POLEGADAS POR 250 CM DE COMPRIMENTO, COM MARCAS RADIOPACAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE	5	-----
111	262536	458244	EBS06996	KIT DE LIGADURA ELÁSTICA COMPLETO PARA VARIZES DO ESÔFAGO. COMPOSTO POR: 02 (DOIS) TAMBORES OU 02 (DOIS) KITS COM UM TAMBOR, EM CADA KIT/TAMBOR COM, NO MÍNIMO, 06 (SEIS) ELÁSTICOS; ANÉIS DISTRIBUÍDOS EM PONTEIRAS NA PROPORÇÃO DE 10 MM; MANOPLA PLÁSTICA GIRATÓRIA; CATETER GUIA; CORDÃO PARA ACIONAMENTO; COMPATÍVEL COM ENDOSCÓPIO (DIÂMETRO: DE 9,5 MM A 13 MM; COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO,	Ampla Concorrência	UNIDADE	150	-----

				DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS				
112	500750	440108	EBS01276	KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), COMPOSTO MINIMAMENTE POR: SONDA EM SILICONE 14 FR, COM LINHAS RADIOPACAS, MARCAÇÕES DE PROFUNDIDADE CENTRIMENTRADAS, RETENTOR INTERNO EM FORMATO ANATÔMICO E SEGURO, PONTA DE DILATAÇÃO COM FIO DE TRAÇÃO E ALÇA DE PREENSÃO. DISCO DE FIXAÇÃO INTERNO DE SILICONE RADIOPACO COM ABERTURA DISTAL ARREDONDADA E DISPOSITIVO DE APLICAÇÃO. FIO DE INSERÇÃO E DISTRIBUIDOR, RETENTOR EXTERNO (ANEL E ÊMBOLO) PARA FIXAÇÃO E APOIO EXTERNO ATRAUMÁTICO EM SILICONE, ALÇA DE SEGURANÇA, ADAPTADOR DE PORTA ALIMENTAÇÃO DUPLO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL E TAMPA PROTETORA, COM CLAMP PARA FECHAMENTO DA SONDA NA SUA PORÇÃO TUBULAR; FIO GUIA, BISTURI, SERINGA DE 5 ML, AGULHA 14 G. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 440108	Ampla Concorrência	UNIDADE	10	-----
113	501456	440112	EBS01277	KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), COMPOSTO MINIMAMENTE POR: SONDA EM SILICONE 16 FR, COM LINHAS RADIOPACAS, MARCAÇÕES DE PROFUNDIDADE CENTRIMENTRADAS, RETENTOR INTERNO EM FORMATO ANATÔMICO E SEGURO, PONTA DE DILATAÇÃO COM FIO DE TRAÇÃO E ALÇA DE PREENSÃO. DISCO DE FIXAÇÃO INTERNO DE SILICONE RADIOPACO COM ABERTURA DISTAL ARREDONDADA E DISPOSITIVO DE APLICAÇÃO. FIO DE INSERÇÃO E DISTRIBUIDOR, RETENTOR EXTERNO (ANEL E ÊMBOLO) PARA	Ampla Concorrência	UNIDADE	15	-----

				FIXAÇÃO E APOIO EXTERNO ATRAUMÁTICO EM SILICONE, ALÇA DE SEGURANÇA, ADAPTADOR DE PORTA ALIMENTAÇÃO DUPLO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL E TÁMPA PROTETORA, COM CLAMP PARA FECHAMENTO DA SONDA NA SUA PORÇÃO TUBULAR; FIO GUIA, BISTURI, SERINGA DE 5 ML, AGULHA 14 G. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 440112				
114	500748	440103	EBS01279	KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), COMPOSTO MINIMAMENTE POR: SONDA EM SILICONE 20 FR, COM LINHAS RADIOPACAS, MARCAÇÕES DE PROFUNDIDADE CENTRIMENTRADAS, RETENTOR INTERNO EM FORMATO ANATÔMICO E SEGURO, PONTA DE DILATAÇÃO COM FIO DE TRAÇÃO E ALÇA DE PREENSÃO. DISCO DE FIXAÇÃO INTERNO DE SILICONE RADIOPACO COM ABERTURA DISTAL ARREDONDADA E DISPOSITIVO DE APLICAÇÃO. FIO DE INSERÇÃO E DISTRIBUIDOR, RETENTOR EXTERNO (ANEL E ÊMBOLO) PARA FIXAÇÃO E APOIO EXTERNO ATRAUMÁTICO EM SILICONE, ALÇA DE SEGURANÇA, ADAPTADOR DE PORTA ALIMENTAÇÃO DUPLO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL E TÁMPA PROTETORA, COM CLAMP PARA FECHAMENTO DA SONDA NA SUA PORÇÃO TUBULAR; FIO GUIA, BISTURI, SERINGA DE 5 ML, AGULHA 14 G. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 440118	Ampla Concorrência	UNIDADE	30	-----
				KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), COMPOSTO MINIMAMENTE POR: SONDA EM SILICONE 24 FR, COM LINHAS RADIOPACAS, MARCAÇÕES DE PROFUNDIDADE CENTRIMENTRADAS, RETENTOR INTERNO EM				

115	262544	440104	EBS01281	FORMATO ANATÔMICO E SEGURO, PONTA DE DILATAÇÃO COM FIO DE TRAÇÃO E ALÇA DE PREENSÃO. DISCO DE FIXAÇÃO INTERNO DE SILICONE RADIOPACO COM ABERTURA DISTAL ARREDONDADA E DISPOSITIVO DE APLICAÇÃO. FIO DE INSERÇÃO E DISTRIBUIDOR, RETENTOR EXTERNO (ANEL E ÊMBOLO) PARA FIXAÇÃO E APOIO EXTERNO ATRAUMÁTICO EM SILICONE, ALÇA DE SEGURANÇA, ADAPTADOR DE PORTA ALIMENTAÇÃO DUPLO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL E TAMPA PROTETORA, COM CLAMP PARA FECHAMENTO DA SONDA NA SUA PORÇÃO TUBULAR; FIO GUIA, BISTURI, SERINGA DE 5 ML, AGULHA 14 G. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 440104	Ampla Concorrência	UNIDADE	50	-----
116	500781	603882	EBS07424	PAPILÓTOMO, TIPO TRIPLO LÚMEN, MODELO CORPO EM TEFLON, NARIZ CURTO, COM FIO CORTE MONOFIL. 20 MM, EXT. 7 FR, DISTAL 5,5 FR, 200 CM, COM MANOPLA 3 PONTOS, COMPATÍVEL COM GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Ampla Concorrência	UNIDADE	30	-----
117	500779	603883	EBS07479	PAPILÓTOMO, TIPO TRIPLO LÚMEN, MODELO CORPO EM TEFLON, NARIZ CURTO, COM FIO CORTE MONOFIL. 25 MM, EXT. 7 FR, DISTAL 5,5 FR, 200 CM, COM MANOPLA 3 PONTOS, COMPATÍVEL COM GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE	120	-----
				PAPILÓTOMO, TIPO TRIPLO LÚMEN, MODELO CORPO EM TEFLON, NARIZ CURTO, COM FIO CORTE MONOFIL. 30 MM, EXT. 7 FR, DISTAL 5,5 FR, 200 CM, COM MANOPLA 3 PONTOS, COMPATÍVEL COM GUIA 0,035				

118	500782	603881	EBS07480	POLEGADAS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE	15	-----
119	502164	465240	PROVPPS013123	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, TIPO RETIRADA DE CORPO ESTRANHO COM REDE COLETORA, FIO AÇO INOXIDÁVEL, CALIBRE 2,5MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE	80	-----
120	501446	465290	EBS07454	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA HEXAGONAL, FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 10 A 14 MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE	1500	-----
121	500746	465289	EBS07451	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA HEXAGONAL, FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 25 A 29 MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE	500	-----
122	500761	465274	EBS07402	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA OVAL, FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 11 A 14 MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.	Ampla Concorrência	UNIDADE	500	-----

				EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS				
123	500745	465278	EBS07452	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA OVAL, FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 25 A 29 MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE	200	-----
124	500744	465277	EBS07403	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA OVAL, FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 30 A 35 MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE	150	-----
125	503922	478168	PROVPPS020433	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA OVAL, MATERIAL FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 10MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE	200	-----
126	501450	465184	EBS11590	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO DE BIÓPSIA, PONTA CONCHA OVAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 230 CM, LÂMINA SEM ESPÍCULA, PARA CANAL DE BIÓPSIA 2,8 MM, APLICAÇÃO ENDOSCOPIA ALTA, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE.	Ampla Concorrência	UNIDADE	200	-----

				POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS				
127	500812	442240	EBS09879	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, ENDOPRÓTESE LUMINAL, FUNÇÃO STENT BILIAR, MATERIAL POLÍMERO, SISTEMA INTRODUTOR DE APROXIMADAMENTE 10 FR X 7 CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, PARA CANAL DE TRABALHO DE 3.2 MM OU MAIOR. COM MARCAS RADIOPACAS NA PONTA DISTAL E MARCA ENDOSCÓPICA NA PONTA PROXIMAL. MODELO PRÉ-MONTADA. USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO COM APLICADOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA	Ampla Concorrência	UNIDADE	40	OPME
128	500824	407545	EBS07475	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, ENDOPRÓTESE LUMINAL, FUNÇÃO STENT, AUTOEXPANSÍVEL, ENDOSCÓPICA, ESTRUTURA METÁLICA NÃO RECOBERTA, MATERIAL ESTRUTURA PLATINA, REVESTIDO EM NITINOL, SISTEMA DE IMPLANTE MONTADO EM INTRODUTOR DE APROXIMADAMENTE 8 FR, PRÉ-CARREGADO, DIÂMETRO 10 MM, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE DE 6 A 8 CM, COM MARCAS RADIOPACAS EM PLATINA E IRIIDIUM, USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA	Ampla Concorrência	UNIDADE	5	OPME
				PRÓTESE DE VIAS BILIARES, ENDOPRÓTESE LUMINAL, FUNÇÃO STENT,				

129	500815	407551	EBS07477	AUTOEXPANSÍVEL, ENDOSCÓPICA, ESTRUTURA METÁLICA RECOBERTA PARCIALMENTE, MATERIAL ESTRUTURA PLATINA, REVESTIDO EM NITINOL, SISTEMA DE IMPLANTE MONTADO EM INTRODUTOR DE APROXIMADAMENTE 8,5 FR, PRÉ-CARREGADO, DIÂMETRO 10 MM, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE DE 6 A 8 CM, COM MARCAS RADIOPACAS EM PLATINA E IRIIDIUM, USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA	Ampla Concorrência	UNIDADE	5	OPME
130	500828	407555	EBS07478	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, ENDOPRÓTESE LUMINAL, FUNÇÃO STENT, AUTOEXPANSÍVEL, ENDOSCÓPICA, ESTRUTURA METÁLICA RECOBERTA TOTALMENTE, MATERIAL ESTRUTURA PLATINA, REVESTIDO EM NITINOL, SISTEMA DE IMPLANTE MONTADO EM INTRODUTOR DE APROXIMADAMENTE 8 FR, PRÉ-CARREGADO, DIÂMETRO 10 MM, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE DE 6 A 8 CM, COM MARCAS RADIOPACAS EM PLATINA E IRIIDIUM, USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA	Ampla Concorrência	UNIDADE	5	OPME
131	500813	442247	PROVPPS013125	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 10 FR, COMPRIMENTO 10 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	Ampla Concorrência	UNIDADE	15	-----

				CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS				
132	500814	442247	EBS07439	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 10 FR, COMPRIMENTO 12 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE	25	OPME
133	502486	442245	EBS13996	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 7 FR, COMPRIMENTO 07 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE	25	-----
134	502488	442245	PROVPPS013127	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 7 FR, COMPRIMENTO 10 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Ampla Concorrência	UNIDADE	5	-----
135	502487	442245	EBS14000	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 7 FR, COMPRIMENTO 12 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE	15	OPME
				PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 8,5 FR, COMPRIMENTO 07 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR,				

136	500808	442246	EBS14001	MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE	10	OPME
137	500810	442246	PROVPPS013130	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 8,5 FR, COMPRIMENTO 10 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE	5	OPME
138	500811	442246	PROVPPS013131	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 8,5 FR, COMPRIMENTO 12 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE	5	OPME
139	500804	466446	EBS05046	SERINGA INSUFLADORA DE 60 ML, PERMITE MEDIR A PRESSÃO EM ATM E EM PSI, POSSUI TRAVA PARA CONFORTO, SEGURANÇA E FÁCIL MANUSEIO, CATETER DE BAIXA COMPLACÊNCIA COM MANÔMETRO PARA INSUFLAR BALÕES DILATADORES HIDROSTÁTICOS. UTILIZADO CONJUNTAMENTE COM A MANOPLA/ PISTOLA DE INSUFLAÇÃO ENDOSCÓPICAMENTE EM ESTENOSES DO TRATO GASTROINTESTINAL E/OU ÁRVORE RESPIRATÓRIA. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA	Ampla Concorrência	UNIDADE	3	-----
				SONDA DE GASTROSTOMIA TRÊS VIAS ADULTO 20 FR COM 230 MM. CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MÉDICO COM FITA RADIOPACA AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO. COM BALÃO DE ANCORAGEM INTERNO DE				

140	278374	463623	EBS02071	CAPACIDADE DE 20 ML. MARCAÇÕES PELO MENOS A CADA 2 CENTÍMETROS EM TODA SUA EXTENSÃO. 3 (TRÊS) VIAS, UMA PARA ADMINISTRAÇÃO DA DIETA, UMA PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS E UMA VIA PARA ENCHIMENTO DO BALÃO. ANEL DE FIXAÇÃO EXTERNO COM PONTOS DE ANCORAGEM. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA E RESISTENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA	Ampla Concorrência	UNIDADE	50	-----
141	78	435893	EBS00281	SONDA ESTOMACAL ESOFAGIANA, TIPO SENGSTAKEN-BLAKEMORE Nº 18, EM LÁTEX, FLEXÍVEL, 03 VIAS, EXTREMIDADE DISTAL COM 04 ORIFÍCIOS PARA DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, EXTREMIDADE PROXIMAL COM FUNIL, COM 02 BALÕES EM LÁTEX (GÁSTRICO E ESOFÁGICO), ANÉIS RADIOPAÇOS ENTRE OS BALÕES. GRADUADA A CADA 5 CM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 100 CM. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 435893	Ampla Concorrência	UNIDADE	2	-----
142	502472	435895	EBS00282	SONDA ESTOMACAL ESOFAGIANA, TIPO SENGSTAKEN-BLAKEMORE Nº 21, EM LÁTEX, FLEXÍVEL, 03 VIAS, EXTREMIDADE DISTAL COM 04 ORIFÍCIOS PARA DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, EXTREMIDADE PROXIMAL COM FUNIL, COM 02 BALÕES EM LÁTEX (GÁSTRICO E ESOFÁGICO), ANÉIS RADIOPAÇOS ENTRE OS BALÕES. GRADUADA A CADA 5 CM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 100 CM. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 435895	Ampla Concorrência	UNIDADE	2	-----
				SONDA FOUCHET 32 FR, COMPRIMENTO MÍNIMO				

143	500343	435890	EBS01907	80 CM, EM PVC SILICONIZADO, BIOCOMPATÍVEL, CONEXÃO FÊMEA COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL E TAMPA PROTETORA. PONTA DISTAL ARREDONDADA E PERFURADA COM FENESTRAS LATERAIS. TODO MATERIAL DEVE SER ATÓXICO, RESISTENTE, TER FLEXIBILIDADE SEGURA, ISENTO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, ATRAUMÁTICA E DE FÁCIL MANUSEIO. ESTÉRIL. USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 435890	Ampla Concorrência	UNIDADE	12	-----
-----	--------	--------	----------	---	--------------------	---------	----	-------

1.3. Deverá ser anexado juntamente à proposta: prospectos, catálogos ou folders para melhor avaliação do produto.

1.4. Caso haja discordância entre o descritivo dos itens no edital e no COMPRASNET (CATMAT), prevalecerá o descritivo constante no Edital.

1.5. Da participação de microempresas e empresas de pequeno porte.

1.5.1. Em cumprimento ao estudo realizado pela Administração Central da Ebserh, registrado na Nota Técnica - SEI nº 4/2022/SCCEN/CAD/DAI-EBSERH (Documento SEI nº 26532509), **haverá** a duplicação de itens exclusivos para a participação de ME/EPP.

1.5.2. Sendo assim, será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no art. 34 da [Lei nº 11.488](#), de 15 de junho de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da [Lei Complementar nº 123](#), de 14 de dezembro de 2006 (atualizada pela LC 147/14).

1.5.3. Em respeito à referida Lei, foi adotada a priorização à participação de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), tendo sido destacados itens de participação exclusiva de ME/EPP, aqueles com valor estimado inferior a R\$ 80.000,00.

1.5.4. Com base no princípio da eficiência, foram criados itens de participação ampla equivalentes aos itens de participação exclusiva, os quais serão abertos no certame licitatório para disputa, mas somente avançarão para as fases de aceitação e negociação caso haja frustração dos itens de participação exclusiva.

1.5.5. Em relação à programação de abertura de itens, será adotada a seguinte sistemática: abertura inicial de itens de participação exclusiva de ME/EPP; passando em sequência aos itens de ampla participação:

Tabela 2 - Ordem de abertura dos itens

Tipo do item	Ordem de abertura
Participação exclusiva de ME/EPP	1º
Participação ampla	2º

1.6. Em atenção ao Manual de Boas Práticas de Gestão das OPME do Ministério da Saúde o planejamento desta aquisição seguiu as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e qualidade das OPME e as quantidades a serem adquiridas foram definidas em função do consumo e da utilização prováveis para o período determinado.

2 - FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

2.1. O presente termo de referência visa a realização de nova licitação eletrônica para continuidade dos serviços prestados pelo Hospital Universitário de Juiz de Fora/EBSERH.

2.2. Os itens em questão são Produtos para saúde, Órtese, Prótese e Materiais Especiais - OPME (Aglhas, seringas e cateteres, Cânulas, Drenos, Tubos e Sondas, Endoscopia, Fios cirúrgicos, cliques e hemostáticos, Gastroenterologia, Insumos para processamento de produtos para saúde e Material médico hospitalar) para atender a Unidade do Sistema Digestivo do Hospital Universitário de Juiz de Fora/Ebserh.

2.3. Os materiais destinados ao serviço de Endoscopia tratam-se de itens essenciais à realização de exames como realização de endoscopia digestiva alta diagnóstica, endoscopia digestiva alta terapêutica, colonoscopia diagnóstica, colonoscopia terapêutica, endoscopia

pediátrica, colonoscopia pediátrica, enteroscopia com duplo balão, CPRE, ultrassom endoscópico e manometria de esôfago.

2.4. Os produtos para a saúde são artigos de uso médico ou laboratorial destinados a fornecer suporte a procedimentos diagnósticos, terapêuticos ou cirúrgicos.

2.4.1. A RDC nº 185, de 22 de Outubro de 2001, define como produtos médicos: "*produto para a saúde, tal como equipamento, aparelho, material, artigo ou sistema de uso ou aplicação médica, odontológica ou laboratorial, destinado à prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou anticoncepção e que não utiliza meio farmacológico, imunológico ou metabólico para realizar sua principal função em seres humanos, podendo entretanto ser auxiliado em suas funções por tais meios*".

2.5. A importância da aquisição dos materiais na instituição hospitalar torna-se vital, em virtude de serem insumos estratégicos de suporte às ações de saúde, cuja falta pode significar interrupções no tratamento, cancelamento de cirurgias, o que comprometeria o atendimento e a qualidade de vida dos pacientes, além de impedir o cumprimento da missão institucional de promover, de forma integrada, o ensino e a assistência aos nossos usuários.

2.6. As quantidades demandadas dos respectivos itens são para atender o consumo do HU/UFJF durante o período de 12 meses.

3 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

3.1. O Hospital Universitário de Juiz de Fora é credenciado pelo Sistema Único de Saúde para prestar assistência à saúde, com ênfase na atenção especializada, na formação de recursos humanos e na produção de conhecimento em saúde, tendo como responsabilidade desenvolver a assistência em saúde com eficiência, qualidade e segurança e, de forma indissociável e integrada, o ensino, a pesquisa e a extensão.

3.2. O detalhamento e as especificações técnicas dos itens foram realizados a partir dos dados contidos no Sistema AGHU e no Catálogo da Rede Ebserh, devidamente padronizados nessa instituição. Sendo assim, nas definições do objeto não foram incluídas especificações irrelevantes, informações desnecessárias ou que limitem a competição.

4 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

4.1. Com base no art. 125 do Regulamento de Licitações e Contratos da EBSEERH, bem como no art. 3º, inciso II, do Decreto nº 11.462/23, será adotado o Sistema de Registro de Preços, pois pelas características do bem a ser adquirido, há a previsão de entregas parceladas durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

4.1.1. Registre-se, ainda, que, especificamente para a aquisição das OPME, o Manual de Boas Práticas de Gestão das OPME do Ministério da Saúde determina, em seu item 4.1, que "as licitações serão realizadas na modalidade Pregão, preferencialmente na forma eletrônica, regulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005 e processadas pelo Sistema de Registro de Preços, instituído pelo Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013".

4.2. O contrato será substituído pela nota de empenho, conforme possibilita o art. 152, § 1º do Regulamento de Licitações e Contratos da EBSEERH.

4.3. A opção da escolha da aquisição pelo Sistema de Registro de Preços – SRP decorre da necessidade de aquisições frequentes e parceladas, além de não ser possível definir previamente o quantitativo exato a ser demandado ao longo do período de vigência da ata.

4.4. O Sistema de Registro de Preços possibilita algumas vantagens, como por exemplo:

4.4.1. A possibilidade de maior economia de escala, devido à possibilidade da participação de diversos órgãos na mesma Ata Registro de Preços, contratando em conjunto produtos ou serviços para o prazo de até 01 (um) ano;

4.4.2. Viabiliza a eficiência administrativa, promovendo a diminuição do número de licitações e reduz os custos operacionais durante o exercício financeiro;

4.4.3. O fornecimento do objeto ocorre somente quando surgir a necessidade em se adquirir os bens de consumo registrados em ata;

4.4.4. Não obrigatoriedade em se adquirir os bens registrados, quer seja em suas quantidades parciais ou totais;

4.4.5. As dotações orçamentárias são indispensáveis somente no momento da contratação;

4.4.6. Atendimento de demandas imprevisíveis;

4.4.7. Redução do volume de estoques, uma vez que a Administração Pública contrata na medida de suas necessidades.

4.5. Adesão à Ata de Registro de Preços:

4.5.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade responsável pela execução das atividades contempladas no art. 1º da Lei nº 13.303/2016 que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 13.303/2016, no Decreto nº 8.945/2016, no Regulamento de Licitações e Contratos da EBSEERH e no Decreto nº 11.462/2023.

4.5.2. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para

adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços

4.5.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.5.4. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

4.5.5. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

4.5.5.1. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 - P).

4.5.6. Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

4.5.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

4.5.7.1 Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

4.5.8. Justifica-se a permissão de adesão à ata de registro de preços para mitigar riscos de desabastecimento ocasionados por rescisões contratuais, sancionamento de fornecedores, entre outros.

4.5.9. A possibilidade de adesão auxilia os hospitais à adquirirem insumos já licitados, garantindo o melhor preço proposto, nos casos de urgência e emergência que há necessidade de aquisição de forma mais rápida e ágil dos insumos. A permissão da adesão irá possibilitar a redução de processos burocráticos, evitando assim a abertura de processos de Dispensa de Licitação, que deverão ser realizados somente em casos excepcionais.

4.6. Proposta de Preços:

4.6.1. A proposta de preços deverá ser anexada no Comprasnet (<https://www.comprasgovernamentais.gov.br>), devidamente assinada pelo seu representante legal e obrigatoriamente contendo especificação completa do produto a ser fornecido, de forma clara e inequívoca, conforme modelo ANEXO I, fazendo constar:

- a) Nome comercial/marca;
- b) Laboratório de origem (Fabricante);
- c) Indicação da apresentação do produto por embalagem;
- d) Quantitativo por embalagem;
- e) Dados de identificação e procedência, data, tipo de esterilização (se for o caso) e prazo de validade;
- f) Número de registro do produto;**
- g) Prazo de entrega do produto (15 dias corridos);**
- h) Validade da proposta (não inferior a 90 dias, conforme edital);**
- i) Prazo de pagamento (30 dias, conforme subitem 8.1 deste termo).**

4.6.2 Anexar juntamente à proposta, prospectos, catálogos ou folders para melhor avaliação do produto. Caso a empresa não apresente tais documentos ou estes não forem suficientes para a avaliação, se a área técnica julgar necessário, poderá ser solicitada amostra física do produto.

4.7. Amostras:

4.7.1. Antes de concluir pela aceitabilidade das propostas, o HU/UFJF, filial Ebserh se reserva no direito de solicitar amostras dos produtos ofertados para avaliação técnica, conforme Art. 127, inciso II do Regulamento de Licitações e Contratos da EBSERH e Norma Operacional - SEI nº 4/2023/DAI-EBSERH.

4.7.2. A amostra poderá ser solicitada após a análise preliminar e aprovação dos documentos de habilitação técnica do licitante provisoriamente classificado em primeiro

lugar.

4.7.3. As amostras serão analisadas a fim de verificar a sua compatibilidade com as especificações técnicas exigidas para o objeto desta licitação, bem como sua qualidade.

4.7.4. A entrega das amostras deverá ser realizada em até **05 (cinco) dias úteis**, após solicitação do HU/UFJF, no endereço a ser indicado por este.

4.7.4.1. A critério do HU/UFJF, filial Ebserh este prazo poderá ser prorrogado por igual período;

4.7.4.2. O licitante que deixar de cumprir o prazo acima será desclassificado.

4.7.5. A quantidade das amostras deverá ser de no mínimo uma unidade por item. Caso o material, por suas características, exija número maior de amostras para a realização do teste, o licitante será comunicado.

4.7.6. As amostras, quando solicitadas, deverão ser apresentadas juntamente com os descritivos técnicos originais, que contenham a descrição detalhada em português, do produto ofertado.

4.7.7. As amostras deverão ser apresentadas ou enviadas com as seguintes informações:

- a) "Amostra para Análise", além dos dados completos da referida amostra;
- b) Licitação: número da licitação e do item a que se refere;
- c) Fornecedor: nome, telefone e e-mail.

4.7.8. A finalidade da amostra é permitir que a área técnica, no julgamento da proposta, possa se certificar de que o item proposto pelo licitante atende a todas as condições e especificações técnicas indicadas na sua descrição, tal como constante no Termo de Referência. Com isso, serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade: conformidade com a especificação solicitada, isto é, apresentar as características físicas adequadas; desempenho técnico; atendimento aos requisitos legais, executando suas funções com eficácia e segurança, de acordo com a finalidade atribuída ao produto, oferecendo segurança durante a utilização, tanto para o paciente quanto para os profissionais durante o seu uso.

4.7.9. Serão avaliados os seguintes aspectos e padrões mínimos de aceitabilidade:

4.7.9.1. Dentre as características físicas, será avaliado a composição/formulação, coloração, dimensão/medidas, graduação, volume, transparência, absorção, conforto, radiopacidade, hidrorrepelência, biocompatibilidade, trama, textura, adesividade, pressão, número de vias, identificação de vias, sistemas de conexões/ajustes e de controle de fluxo, vedação, flexibilidade, janelas. Isenção de agentes tóxicos, resíduos químicos (p. ex. amido), odor, impurezas, desprendimento de fios, abrasividade, corrosão, peças acessórias, dentre outras características do produto. Características da embalagem, ordenação do material dentro da embalagem, rotulagem, métodos de esterilização, transferência asséptica, resistência, durabilidade, integridade, apresentação, quantidade, data de fabricação e validade, lote, dentre outras características do material, quando aplicável.

4.7.9.2. Dentre as características de desempenho técnico, será avaliado sua funcionalidade, no que diz respeito a segurança e facilidade no manuseio e higienização; precisão, resistência e legibilidade das escalas graduadas; conexões/ajustes seguro livre de vazamentos; manutenção de fluxo seguro; manutenção das características durante a utilização respeitando o tempo indicado para a utilização, durabilidade; devendo manter as suas características durante o armazenamento e transporte, e enquanto durar o período de validade, dentre outros, quando aplicável.

4.7.9.3. Dentre os requisitos legais, será avaliado o atendimento a legislação no que se refere a Registro no Ministério da Saúde (RMS), notificação/cadastro no Ministério da Saúde e ou certificação de dispensa de registro, Registro no Ministério do trabalho (CA), Laudos técnicos, Normas técnicas. Informações sobre o emprego correto e seguro do produto, suas características e composição, condições de armazenamento, riscos, advertências e precauções, ações imediatas frente a exposição acidental, entre outros, quando aplicáveis. Em relação a esses quesitos, quando necessário, deverão vir informados no rótulo e ou através de documentos enviados pela empresa junto com a amostra do material. Será observado também o atendimento quanto as solicitações de encaminhamento de documentos pela empresa, entre outras informações, quando aplicáveis.

4.7.9.4. Será verificado, ainda, se o produto ofertado possui algum alerta de restrição ou interdição na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ou mesmo nas filiais Ebserh onde existe controle de qualidade de materiais.

4.7.9.5. Dessa forma, o não atendimento a qualquer um dos requisitos acima torna a proposta do licitante para o item passível de desclassificação.

4.7.10. A equipe técnica se reserva no direito de solicitar informações complementares para avaliação adequada do material, quando necessário.

4.7.11. A análise deverá respeitar o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da amostra pela Equipe de Planejamento da Contratação (EPC), devendo o Parecer Técnico de Análise de Amostras ser remetido, de imediato, após sua conclusão, ao agente de licitação, conforme for o caso.

4.7.11.1. Este prazo poderá ser prorrogado se houver justificativa que embase a

impossibilidade de teste imediato do item.

4.7.12. Os licitantes interessados em acompanhar a avaliação das amostras enviadas, deverão solicitar via e-mail ao agente de licitação. A solicitação será avaliada pela equipe técnica de suporte, sendo viável, será agendado dia, horário, local e comunicado no Portal do Comprasnet.

4.7.13. As decisões relativas às amostras apresentadas serão devidamente motivadas, a fim de atender aos princípios do julgamento objetivo e da igualdade entre os licitantes.

4.7.14. A desclassificação do licitante estará amparada em parecer que indique, de modo completo, as deficiências na amostra do produto a ser adquirido, quando esta é exigida.

4.7.15. Os pareceres técnicos elaborados a partir dos resultados das análises nas amostras serão arquivados pelo HU-UFJF, filial Ebserh e poderão subsidiar avaliações dos processos licitatórios futuros.

4.7.15.1. Nos casos de pareceres técnicos desfavoráveis à aceitação do produto, estes poderão ser utilizados como instrumento para desclassificação do item, salvo quando o licitante apresentar comprovação de que houve uma melhoria no processo de fabricação, que justifique uma nova análise da amostra.

4.7.16. As amostras colocadas à disposição do HU-UFJF, filial Ebserh serão tratadas como protótipos, podendo ser manuseadas, desmontadas ou instaladas pela equipe técnica responsável pela análise, bem como conectadas a equipamentos e submetidas aos testes necessários.

4.7.17. A amostra que tiver a embalagem violada para teste não será devolvida ao licitante, sendo considerada como doação.

4.7.18. Os proponentes que tiverem amostras passíveis de devolução poderão solicitá-las no e-mail ucllc.hu-ufff@ebserh.gov.br, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após serem informados sobre o resultado da análise delas.

4.7.19. As amostras solicitadas pelos proponentes deverão ser retiradas em até 5 (cinco) dias úteis no endereço onde foram entregues, a contar da data de solicitação de devolução.

4.7.20. Caso o proponente não solicite a devolução da amostra no prazo informado, elas poderão ser descartadas ou reaproveitadas pelo HU-UFJF, sem direito a ressarcimento.

4.7.21. Não haverá ressarcimento das amostras em hipótese alguma, ou seja, o quantitativo das amostras enviadas referentes aos produtos aprovados não poderá ser deduzido do quantitativo solicitado na Nota de Empenho. As amostras, quando solicitadas, serão em caráter de doação.

5 - REGIME DE EXECUÇÃO OU FORMA DE FORNECIMENTO:

5.1. O critério de aceitação será o de **menor valor por item**.

6 - FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL:

6.1. Homologado o resultado da licitação, será formalizada Ata de Registro de Preços com vigência de 12 (doze) meses.

6.2. As Atas de Registro de Preços - ARP poderão ser prorrogadas por 12 meses, mediante a necessidade, vantajosidade do preço e anuência do fornecedor.

6.3 A prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços poderá renovar os quantitativos a serem adquiridos, desde que haja acordo específico entre as partes.

6.3.1 Inexistindo acordo entre as partes quanto à renovação dos quantitativos, a prorrogação apenas servirá à execução do saldo remanescente.

6.4. As contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços serão formalizadas por nota de empenho.

7 - MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO E GESTÃO DO CONTRATO:

7.1. O pedido de entrega será formalizado por Ordem de Fornecimento, através do e-mail uace.hu-ufff@ebserh.gov.br.

7.2. Após o recebimento da Ordem de Fornecimento, o fornecedor deve enviar a **previsão de entrega dos insumos em até 2 (dois) dias úteis** para Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques (UACE), por e-mail, contendo:

- a) Número do Documento Fiscal;
- b) Data de emissão do Documento Fiscal;
- c) Data prevista para entrega.

7.3. O prazo máximo de entrega dos bens será de **até 15 (quinze) dias corridos**, contado após recebimento da Ordem de Fornecimento.

7.4. A entrega do(s) insumo(s) deverá ser efetuada na **Unidade de Almoxarifado e Controle de Estoques (UACE-DB)**, em remessa parcelada, no endereço **Av. Eugênio**

do Nascimento, s/n, Dom Bosco - Juiz de Fora - Minas Gerais, no horário das **08:00 às 16:00 horas, nos dias úteis**, salvo solicitação autorizada pela Equipe de Fiscalização da Ata de Registro de Preços (EFARP).

7.5. A data prevista para entrega, estimada inicialmente, deve ser confirmada pela Contratada diretamente, com no mínimo 3 (três) dias úteis de antecedência, sendo que qualquer alteração na data de entrega prevista deve ser comunicada previamente à unidade pela Contratada, respeitado o prazo máximo de entrega previsto neste Termo de Referência.

7.6. Os itens entregues deverão ser acompanhados da **Nota Fiscal**, que deverá conter, além dos itens obrigatórios pela legislação vigente, o número da **Ordem de Fornecimento e da Nota de Empenho** correspondentes, além de informações como: **marca, nome do fabricante, número do lote, data de validade e a quantidade correspondente a cada lote**.

7.7. O prazo de validade dos produtos na data da entrega deverá ser de pelo menos a metade do prazo total recomendado pelo fabricante, desde que não inferior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, salvo os casos em que o fabricante estipula o prazo de validade dos materiais inferior a mínimo exigido nesta cláusula, a partir da data de fabricação.

7.7.1. Serão aceitos itens com validade menor do que 12 (doze) meses desde que a licitante vencedora apresente carta de comprometimento de troca das unidades não consumidas pelo HU-UFJF/Ebserh até a data de validade do item.

7.8. São de responsabilidade da Contratada as condições de conservação dos insumos entregues, abrangendo inclusive resistência das embalagens, data de validade, temperaturas exigidas, presença de sujidade, material estranho e insetos.

7.9. A gestão e a fiscalização da execução do ata consistem na verificação da conformidade da entrega dos materiais, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma do RLCE 2.0.

7.10. Nos termos do art. 165 do RLCE 2.0, será designada Equipe de Fiscalização da Ata de Registro de Preços - EFARP com o objetivo de garantir a observância dos direitos e o cumprimento das obrigações pactuadas, bem como a obediência à legislação pertinente.

7.10.1 Nos termos do art. 164, § 6º, do RLCE 2.0, caso haja Ordem de Fornecimento com valor superior a R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), o recebimento será realizado pela EFARP, em conjunto com a Comissão de Recebimento de Materiais de Consumo nomeada por portaria, com pelo menos três membros titulares, sendo um necessariamente representante da unidade requisitante.

7.11. A EFARP e a empresa a ser contratada utilizarão os seguintes mecanismos de comunicação: reuniões remotas (videochamada/videoconferência) de trabalho, telefones, mensagens eletrônicas (e-mail) e/ou correspondências oficiais, adotando o critério de razoabilidade para definir o meio utilizado e respeitando a formalização devida.

7.12. A verificação da adequação da entrega dos materiais deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

7.13. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais.

7.14. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto no RLCE 2.0.

7.15. A gestão e fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

7.16. A fiscalização, o controle da execução e das obrigações decorrentes deste processo administrativo serão de responsabilidade da Equipe de Fiscalização de Ata de Registro de Preços, por intermédio dos seguintes servidores e/ou empregados públicos:

FUNÇÃO	NOME	SIAPE	CPF
Gestor Titular	Camila Rocha Miranda	215****	***.242.676-**
Fiscal Técnico Titular	Juliana da Silva Moraes	234****	***.571.486-**

7.16.1. Fica designado como gestor substituto o colaborador que for nomeado para substituir o gestor titular na função por este desempenhada, por razões de ausências legais e eventuais, devendo acompanhar e fiscalizar a execução dessas Atas de Registro de Preços, conforme determinado no caput deste artigo.

7.16.2. Fica designado como fiscal técnico substituto o colaborador que for nomeado para substituir o fiscal titular na função por este desempenhada, por razões de ausências legais e eventuais, devendo acompanhar e fiscalizar a execução dessas Atas de Registro de Preços, conforme determinado no caput deste artigo.

8 - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO:

8.1. Os pagamentos serão realizados em conformidade com os materiais efetivamente entregues, até o 30º (trigésimo) dia após o recebimento da Nota Fiscal, por intermédio de crédito em conta corrente.

8.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

8.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras; nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

8.4. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF e nas demais certidões de regularidade para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas na contratação.

8.4.1. Constatando-se a situação de irregularidade da Contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa; o prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, por solicitação da Contratada, a critério da Contratante.

8.4.2. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da Contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

8.4.3. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

8.4.4. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pelo cancelamento da ata, caso a Contratada não regularize sua situação junto ao SICAF e demais certidões de regularidade.

8.5. A Contratada é obrigada a emitir DANFE devendo encaminhar para o e-mail acordado com o requisitante.

8.5.1. A Contratada deverá obrigatoriamente destacar na DANFE a tributação a ser retida, conforme artigo 2º, § 6º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

8.5.2. A DANFE deverá conter na descrição, ou nas informações complementares, os seguintes dados: o número da licitação e os dados bancários para a realização do pagamento (banco, agência e conta corrente).

8.5.3. A DANFE deverá obrigatoriamente expressar os seguintes elementos essenciais:

- a) a data de emissão posterior à de emissão da nota de empenho.
- b) o CNPJ e o endereço deste HU, conforme previsto na Nota de Empenho.
- c) o CNPJ da empresa vencedora, que deverá ser o mesmo informado nos documentos de habilitação da licitação que deu origem ao empenho.

8.5.4. É possível a emissão da DANFE pela filial ou matriz do CNPJ indicado no item 15.3.3., letra "c", desde que a filial ou matriz mantenha as mesmas condições de habilitação previstas na licitação.

8.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

8.7. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime; no entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8.8. A Ebserh não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada que porventura não tenha sido acordada na ata de registro de preços.

8.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula:

I =	$\frac{(6/100)}{365}$
-----	-----------------------

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

8.10. Os materiais serão recebidos provisoriamente no prazo de 2 (dois) dias úteis, pelo(a) fiscal do contrato/ata, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, com base no termo constante no Anexo II, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato/ata para recebimento definitivo.

8.11. Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato/ata, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

8.12. Em caso de constatação, a qualquer tempo, de desvios na qualidade, defeitos de fabricação ou alterações da estabilidade, dentro do prazo de validade, que comprometam a integridade do produto, bem como má fé do fornecedor, condições inadequadas de transporte ou em desacordo com as especificações exigidas, a Contratada fica obrigada a substituir, às suas expensas, o produto defeituoso, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da constatação do vício do produto com a consequente notificação junto ao fornecedor.

8.13. Os materiais serão recebidos definitivamente no prazo de 3 (três) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

8.13.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

8.13.2. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução do objeto, será realizado pelo gestor do contrato/ata, conforme termo constante no Anexo III.

8.13.3. O gestor do contrato/ata analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela fiscalização técnica e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas correções.

8.14. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato/ata.

9 - FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

9.1 Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, a ser contratada mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica, pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, nos termos do art. 32, inciso IV, da Lei nº 13.303/2016.

10 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE FORNECEDOR:

10.1. Modo de disputa:

10.1.1. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa **aberto**.

10.2. Intervalo entre lances:

10.2.1. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor, será de 1%.

10.3. Habilitação jurídica:

10.3.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.3.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

10.3.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

10.3.4. No caso de sucursal, filial ou agência: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

10.3.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

10.3.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764/1971;

10.3.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

10.3.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações relevantes ao objeto desta Licitação e à composição societária atual da empresa ou da última consolidação.

10.4. Regularidade fiscal e trabalhista:

10.4.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

10.4.2. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

10.4.3. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.4.4. prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

10.4.5. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452/1943;

10.4.6. cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

10.5. Qualificação Econômico-Financeira:

10.5.1. certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

10.5.2. balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis do **último exercício social**.

10.5.2.1. a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes desta contratação será verificada mediante a obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas:

$$LG = \text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo} / \text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}$$

$$SG = \text{Ativo Total} / \text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}$$

$$LC = \text{Ativo Circulante} / \text{Passivo Circulante}$$

10.5.2.2. as empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez) por cento do valor da proposta apresentada para o item pertinente;

10.5.2.3. no caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido do licitante qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (art. 3º do Decreto nº 8.538/2015);

10.5.2.4. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;

10.5.2.5. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social.

10.6. Qualificação Técnica:

10.6.1. No que tange aos critérios de **Qualificação Técnica**, os licitantes deverão ANEXAR no COMPRASNET, os seguintes documentos técnicos:

a) Autorização de Funcionamento (AFE) para distribuição de correlatos, expedida pela Agência Nacional da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (ANVISA), do licitante.

b) Licença de Funcionamento Estadual ou Municipal, emitido pelo Serviço de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde Estadual ou Municipal, da sede do licitante.

b.1) Em caso de Alvará Sanitário vencido, o licitante deverá apresentar cópia autenticada e legível da solicitação de sua revalidação, que deverá ser requerida antes do término da validade do alvará, acompanhada do alvará vencido, ou legislação que permita a renovação automática do alvará, acompanhada do alvará vencido.

c) Comprovação dos registros dos produtos ou da notificação ou da

dispensa do registro, no Ministério da Saúde (MS)/Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), devendo constar a validade (dia/mês/ano), por meio de:

- c.1)** Cópia emitida eletronicamente através do sítio da ANVISA. Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia legível do protocolo da solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do registro vencido. A não apresentação do registro ou do protocolo do pedido de revalidação implicará na desclassificação do item cotado;
- c.2)** Cópia da Declaração de Notificação ou do Certificado de Dispensa de Registro do produto emitido pela ANVISA.
- c.3)** Os números de Registros/Certificado de Dispensa de Registro deverão ser identificados com o número do item a que se referem, em ordem crescente, a fim de facilitar o julgamento.
- c.4)** Em caso de registro vencido será analisado o envio da Petição 1 e 2 de Revalidação, legível.
- d)** Comprovação de **aptidão do desempenho de atividade pertinente** e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de atestado (s) fornecido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado ou atestados emitidos pelo conselho profissional competente.
- e)** Certificado de Regularidade da Empresa e do Responsável Técnico no Conselho Profissional competente, dentro do prazo de validade em nome do licitante.
- f)** Para os itens não regulados pela GGTPS/ANVISA, devidamente comprovados pelo licitante, somente será exigida a documentação do item 10.6.1.d.

11 - ORÇAMENTO ESTIMADO:

11.1. Os preços referenciais desta contratação são sigilosos para todos os itens, conforme art .7º do RLCE 2.0, e constam do processo restrito nº 23765.005489/2024-45, sendo disponibilizado a órgãos de controle externo e interno, sempre que solicitado.

11.2. A pesquisa de preços para identificação do custo estimado foi realizada com base na Norma - SEI nº 2/2019/DAI-EBSEH, de 16 de setembro de 2019.

11.2.1. Foram utilizados preços praticados por órgãos públicos (extraídos por meio do Data Warehouse - SIASG), pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data de acesso (parâmetro III) e pesquisa com fornecedores (parâmetro IV).

11.2.2. A metodologia utilizada se baseou no coeficiente de variação da amostra, a fim de determinar a medida de tendência central mais eficaz na escolha do resultado da pesquisa de preços:

- a) Coeficiente de variação menor ou igual a 25%: média simples.
- b) Coeficiente de variação maior que 25%: mediana.

12 - OBRIGAÇÕES DAS PARTES:

12.1. Obrigações da Contratada:

12.1.1. Cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

12.1.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos.

12.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, atendendo aos dispositivos da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes.

12.1.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos.

12.1.5. Manter, durante toda a vigência da ata/contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

12.1.6. Cumprir todas as normas citadas neste Termo e outras que vierem a substituí-las.

12.1.7. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante.

12.1.8. Em relação à Lei n.º 13.709/2018 (LGPD), ao seguinte:

12.1.9. adotar medidas para adequação de suas operações ao cumprimento das legislações de proteção de dados pessoais aplicáveis e das orientações emanadas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), bem como seguir as instruções fornecidas pela Ebserh, inclusive as fixadas na sua Política de Proteção de Dados Pessoais e demais normas e orientações da Ebserh;

12.1.10. assegurar que esse tratamento será limitado ao mínimo necessário para o alcance da(s) finalidade(s) proposta(s);

12.1.11. manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizar;

12.1.12. adotar medidas de segurança, técnicas, administrativas e organizacionais, adequadas para assegurar a proteção dos direitos dos titulares de dados pessoais;

12.1.13. orientar seus colaboradores, contratados ou prepostos de qualquer natureza sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD e daqueles assumidos neste instrumento, bem como a não divulgar indevidamente informações que envolvam dados pessoais a que tenham acesso;

12.1.14. apresentar todos os dados e as informações solicitados pela Contratante em relação ao tratamento de dados pessoais e/ou adotar as providências indicadas;

12.1.15. permitir e contribuir, sempre que necessário, para a realização de auditorias e inspeções relativas à proteção de dados pessoais, realizadas pela Contratante ou por ela designadas;

12.1.16. não subcontratar atividades que envolvam o tratamento de dados pessoais, salvo com prévia autorização por escrito da Contratante e, nessa hipótese, exigir de subcontratados o cumprimento dos deveres decorrentes da LGPD e daqueles assumidos neste instrumento, permanecendo integralmente responsável por garantir a sua observância;

12.1.17. comunicar à Contratante, por escrito, em prazo razoável, qualquer incidente de segurança, tais como acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito, com as informações previstas no §1º do art. 48 da LGPD;

12.1.18. reparar os danos patrimonial, moral, individual e/ou coletivo causados a outrem pelo tratamento de dados pessoais, quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados, quando não tiver seguido as instruções lícitas da Contratante e/ou quando não adotar as medidas de segurança previstas no art. 46 da LGPD;

12.1.19. encerrar o tratamento de dados pessoais pelas partes, nos termos do art. 15 da LGPD, eliminá-los, salvo nas hipóteses previstas no art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

12.2. Obrigações da Contratante:

12.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta.

12.2.2. Prestar à Contratada, em tempo hábil, as informações eventualmente necessárias à entrega dos materiais.

12.2.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

12.2.4. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

12.2.5. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.

12.2.6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de equipe/empregado especialmente designado.

12.2.7. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital.

12.3. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução dos contratos/atas decorrentes da licitação em tela, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

13 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato/ata de registro de preços a Ebserh poderá, garantido o regular processo administrativo, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

13.1.1. Advertência, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para a Administração;

13.1.2. Multa:

a) moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado, a partir do 11º (décimo primeiro) dia, sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias, data a partir da qual o atraso será configurado como inexecução total do objeto;

b) compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato/ata de registro de preços, no caso de inexecução total do objeto;

c) em caso de outras hipóteses de inexecução parcial, poderá ser aplicada multa compensatória de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato/ata de registro de preços, respeitados critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os impactos da obrigação inadimplida.

13.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Rede Ebserh, por prazo não superior a 2 (dois) anos, caso o fornecedor:

- a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
- b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
- c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Ebserh em virtude de atos ilícitos praticados;
- d) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ou da vigência da ata de registro de preços, não celebrar o contrato/ata de registro de preços;
- e) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- f) apresentar documentação falsa exigida para o certame;
- g) ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;
- h) não mantiver a proposta;
- i) falhar ou fraudar na execução do contrato/ata de registro de preços;
- j) comportar-se de modo inidôneo, inclusive com a prática de atos lesivos à Administração Pública previstos na Lei nº 12.846/2013.

13.2. As sanções previstas nos subitens 13.1.1. e 13.1.3. poderão ser aplicadas à Contratada juntamente com as de multa.

13.3. Eventuais multas aplicadas podem ser descontadas de pagamentos a serem efetuados ou compensados em eventuais créditos disponíveis em outros contratos/atas firmados pela Contratada, bem como da garantia contratual, se exigida.

13.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto no RLCE 2.0.

13.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

13.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

14 - GARANTIA DO PRODUTO OU SERVIÇO:

14.1. Não será exigida garantia do produto complementar à legal.

15 - GARANTIA DE EXECUÇÃO (DO CONTRATO):

15.1. Não será exigida garantia de execução.

16 - CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE:

16.1. De acordo com a Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 01, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, a empresa deverá atender aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, tais como:

I – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

II – que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares, caso aplicável;

III – que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e

IV – que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (*Restriction of Certain Hazardous Substances*), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd) bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

16.1.1. A empresa deverá reconhecer seu compromisso sócio-ambiental, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis.

16.2. A contratação adotará práticas de sustentabilidade ambiental de acordo com o que determina a Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 01, de 19 de janeiro de 2010, nos aspectos definidos no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da Advocacia Geral da União (AGU) (2016).

17 - CRITÉRIOS DE REAJUSTE:

17.1. Os preços são fixos e irredutíveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas, exceto nas hipóteses previstas nos Arts. 25 a 27 do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es), caso necessário.

17.2. O preço consignado na Ata de Registro de Preços - ARP será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, pela variação do índice do IPCA.

18 - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

18.1. Por se tratar de licitação que será processada pelo Sistema de Registro de Preços - SRP, a indicação da dotação orçamentária ocorrerá somente no momento da formalização do contrato, nos termos do art. 17º, do Decreto nº. 11.462/23.

19 - SUBCONTRATAÇÃO E CONSÓRCIOS:

19.1. Subcontratação:

19.1.1. Não será admitida a subcontratação do objeto.

20 - ALTERAÇÃO SUBJETIVA:

20.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todas as condições de habilitação exigidas na contratação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato/ata; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato/ata.

21 - MATRIZ DE RISCOS:

21.1. A presente contratação não prevê Matriz de Riscos.

22 - ANEXOS:

22.1. ANEXO I - Modelo de Proposta (SEI nº 38684075);

22.2. ANEXO II - Modelo de Termo de Recebimento Provisório (SEI nº 38683853);

22.3. ANEXO III - Modelo de Termo de Recebimento Definitivo (SEI nº 38683879);

22.4. ANEXO IV - Modelo Parecer Técnico de Avaliação de Amostra de Material (SEI nº 38684039).

Equipe de Planejamento da Contratação (EPC)

Portaria-SEI nº 890/2023 - de 21 de dezembro de 2023

Categoria de Compra: Produtos para saúde, Órtese, Prótese e Materiais Especiais - OPME.

(assinado eletronicamente)

Edmar Cardoso De Lima - Integrante Requisitante da EPC;

Camila Rocha Miranda - Integrante Requisitante da EPC / Chefe do SAFS;

Alan de Paiva Loures - Coordenador da EPC;

Laryssa Nunes Schmitz - Chefe Substituta da UPDE.

1. De acordo.

2. A aquisição de **Produtos para saúde, Órtese, Prótese e Materiais Especiais - OPME** se mostra adequada e atende aos objetivos da instituição.

3. Sendo assim, **aprovo** o Termo de Referência conforme seus próprios fundamentos.

4. Encaminhe-se à área de licitações para início da fase de Seleção de Fornecedor.

(assinado eletronicamente)

André de Lima Xandó Baptista

Chefe da Divisão de Logística e Infraestrutura Hospitalar.

Portaria-SEI nº 27/2023 - de 17 de janeiro de 2023 que subdelega competências no âmbito do HU-UFJF/Ebserh para a prática dos atos de gestão que especifica.



Documento assinado eletronicamente por **Laryssa Nunes Schmitz, Chefe de Unidade, Substituto(a)**, em 10/06/2024, às 15:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Edmar Cardoso de Lima, Assistente Administrativo**, em 11/06/2024, às 08:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Camila Rocha Miranda, Chefe de Setor**, em 11/06/2024, às 09:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Andre de Lima Xando Baptista, Chefe de Divisão**, em 11/06/2024, às 15:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **39705043** e o código CRC **7502F7C6**.

Referência: Processo nº 23765.004865/2024-84 SEI nº 39705043

LOGOTIPO

ANEXO I

À
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh
Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora
CNPJ 15.126.437/0025-10

PROPOSTA DE PREÇOS

Pregão Eletrônico nº ____/____ Processo Administrativo nº 23765.005334/2022-47
UASG: 155903 Data da Licitação: ____/____/____

Dados da empresa	
Razão Social:	CNPJ:
Inscrição Estadual:	
Endereço:	
Cidade/UF:	CEP:
E-mail:	Telefone:
Representante Legal:	
Cargo/Função:	
CPF:	RG:

Item	Descritivo	Apresentação	Quantidade	Valor Unitário	Total
1	Descrição do produto Nome comercial: Registro M. S.: Marca/Fabricante: Modelo: Código do Produto: Apresentação do produto p/embalagem: Quantitativo por embalagem:				
2	Descrição do produto Nome comercial: Registro M. S.: Marca/Fabricante: Modelo: Código do Produto: Apresentação do produto p/embalagem: Quantitativo por embalagem:				

Valor total da Proposta:

LOGOTIPO

O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.

O prazo de entrega dos bens é de 15 dias corridos após a solicitação por parte do HU-UFJF/Ebserh.

O pagamento deverá ser efetuado no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento definitivo do material.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades constantes no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas e financeiros, taxas, seguros e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto a ser contratado na presente licitação.

_____, ____ de _____ de ____.

_____ (Assinatura)

Razão Social:

CNPJ:

Nome do representante:

CPF:

Contato:

OBS.: A proposta da empresa vencedora deverá conter no mínimo as informações solicitadas nesse modelo, quando aplicável.

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Avenida Eugênio do Nascimento, s/nº - Bairro Dom Bosco
Juiz de Fora-MG, CEP 36038-330
- <http://www.hu-ufjf.ebserh.gov.br>

Termo de Recebimento Provisório - SEI

Processo nº 23765.004865/2024-84

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO

1. IDENTIFICAÇÃO

Pregão Eletrônico nº	xx/2021 - Uasg 155903
Ata de registro de preço nº	xx/2021 - Uasg 155903
Nota de Empenho nº	2021NExxxxxx (link)

Contratada	xxx
CNPJ	xxx
Endereço	xxx
Endereço eletrônico	xxx@xxx

2. DADOS DA ORDEM DE FORNECIMENTO

Ordem de Fornecimento nº	xx/202x (link)
Valor total	R\$ xxx
Remessa referente aos itens entregues	1ª
Valor da remessa	R\$ xxx
Data prevista para entrega dessa remessa	xx/xx/202x

3. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

Nota Fiscal nº	xxx (link)
Data de recebimento dos materiais	xx/xx/202x

Cumprimento da obrigação	
[] Entrega no prazo	[] Entrega fora do prazo (xx dias de atraso)
[] Entrega integral	[] Entrega parcial
Observações:	Observações (obrigatório):

Atesto o recebimento provisório do objeto, nos termos indicados acima, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

O recebimento definitivo dos materiais ocorrerá em até 3 dias úteis, desde que não ocorram problemas técnicos ou divergências quanto às

especificações técnicas.

(assinado eletronicamente)
NOME COMPLETO
Fiscal técnico titular/substituto



Documento assinado eletronicamente por **Alan de Paiva Loures, Chefe de Unidade**, em 03/05/2024, às 14:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Edmar Cardoso de Lima, Assistente Administrativo**, em 03/05/2024, às 15:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Camila Rocha Miranda, Chefe de Setor**, em 06/05/2024, às 09:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **38683853** e o código CRC **3CDEB2D9**.

Referência: Processo nº 23765.004865/2024-84

SEI nº 38683853

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Avenida Eugênio do Nascimento, s/nº - Bairro Dom Bosco
Juiz de Fora-MG, CEP 36038-330
- <http://www.hu-ufjf.ebserh.gov.br>

Termo de Recebimento Definitivo - SEI

Processo nº 23765.004865/2024-84

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO

1. IDENTIFICAÇÃO

Pregão Eletrônico nº	xx/2021 - Uasg 155903
Ata de registro de preço nº	xx/2021 - Uasg 155903
Nota de Empenho nº	202xNExxxxxx (link)

Contratada	xxx
CNPJ	xxx
Endereço	xxx
Endereço eletrônico	xxx@xxx

2. DADOS DA ORDEM DE FORNECIMENTO

Ordem de Fornecimento nº	xx/202x (link)
Valor total	R\$ xxx
Remessa referente aos itens entregues	1ª / 2ª / 3ª
Valor da remessa	R\$ xxx
Data prevista para entrega dessa remessa	xx/xx/202x

3. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

Nota Fiscal nº	xxx (link)
Data de recebimento dos materiais	xx/xx/202x
Data do Termo de Recebimento Provisório	xx/xx/202x

Manifestação do Gestor

☐ Cumprimento integral das obrigações	☐ Cumprimento parcial das obrigações
Observações:	Observações (obrigatório):

A validade de todos os insumos entregues está de acordo com o previsto no Termo de Referência? (50% do prazo total da validade)	☐ Sim
	☐ Não (implica em não recebimento dos itens com validade incorreta)

	☐ Sim (xx dias de atraso, resultando em
--	--

Houve atraso injustificado na entrega dos insumos? (IMR nº 1)	glosa no pagamento)
	[] Não (pagamento integral)
Valor devido antes do ajuste no pagamento (referente os itens efetivamente entregues, cumprindo os requisitos do Termo de Referência, com base na Ordem de Fornecimento)	R\$ xxx
Faixa de ajuste no pagamento (IMR nº1)	xxx%
Valor devido à empresa contratada (valor devido antes do ajuste x faixa de ajuste)	R\$ xxx

Atesto o recebimento definitivo do objeto, nos termos indicados acima, após verificada a sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

(assinado eletronicamente)

NOME COMPLETO

Gestor titular/substituto



Documento assinado eletronicamente por **Alan de Paiva Loures, Chefe de Unidade**, em 03/05/2024, às 14:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Edmar Cardoso de Lima, Assistente Administrativo**, em 03/05/2024, às 15:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Camila Rocha Miranda, Chefe de Setor**, em 06/05/2024, às 09:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **38683879** e o código CRC **F8BF0D87**.

Referência: Processo nº 23765.004865/2024-84

SEI nº 38683879

Identificação do avaliador

Unidade da Rede Ebserh:

Nome:

Siape:

Categoria profissional:

Lotação:

Identificação do processo de compra e item

Objeto do processo de compra:

Número do processo SEI da Contratação:

Número do item correspondente à amostra no Edital:

Especificação do item de acordo com Edital:

Código Ebserh (Se houver):

Código do Sistema de Estoque (Se houver):

Identificação da amostra

Data de recebimento:

Quantidade de Amostras recebidas para avaliação:

Fornecedor/CNPJ:

Fabricante/CNPJ:

Marca:

Lote/série:

Avaliação geral do produto e embalagem

Check list	Sim (x)	Não (x)	Não se Aplica	Observações
O produto corresponde ao item solicitado				
A apresentação corresponde à solicitada				
O produto está corretamente identificado conforme TR				
Embalagem está íntegra				
Embalagem proporciona abertura asséptica				
Ausência de resíduos e impurezas na embalagem				
A embalagem permite boa visualização do produto				
A embalagem é adequada ao tipo de produto				

Observações:

Avaliação da funcionalidade

Check list	Sim (x)	Não (x)	Não se Aplica	Descrever riscos, dificuldades ou inconformidades, se for o caso
O produto oferece risco ao profissional				
O produto oferece risco ao paciente				
Há dificuldade de manuseio				

Avaliação específica

Descrever avaliações específicas com relação ao produto e suas funcionalidades:

Parecer final
Avaliação de conformidade da amostra (Aprovada/Reprovada):
Em caso de reprovação, justificar:

Considerando que a aceitação da amostra constitui condição necessária para adjudicação do objeto do certame licitatório, diante das condições pré-estabelecidas no Termo de Referência, após serem submetidas à avaliação, "Aprovo" "Reprovo" as amostras.

Com fé pública, declaro para os devidos fins a responsabilidade técnica pela avaliação de amostras detalhadas neste parecer.

Assinatura e carimbo (se houver)

Processo nº 23765.004865/2024-84

* MINUTA DE DOCUMENTO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº

A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério da Educação, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.126.437/0025-10, UG: **155903**, com sede na Avenida Eugênio do Nascimento, S/N, Bairro: Aeroporto - Juiz de Fora/MG. CEP: 36.038-330, representada por seu Superintendente, **Dimas Augusto Carvalho de Araújo**, matrícula funcional nº 114****, nomeado pela Portaria nº 146, de 10/06/2016, e por seu Gerente Administrativo, **Bruno Azevedo Gomes Freitas**, matrícula funcional nº 184****, nomeado pela Portaria nº 099, de 22/03/2024, ambos no uso das atribuições conferidas pelo art. 154 do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh, versão 2.0, aprovado por meio da Resolução nº 155/2022 do Conselho de Administração (RLCE 2.0), considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para registro de preços nº 90034/2024, publicada no Diário Oficial da União de, processo administrativo nº 23765.004865/2024-84, RESOLVE registrar os preços da empresa, situada na, CEP:, Telefone:, E-mail:, representada por, CPF nº, de acordo com a classificação por ela alcançada e nas quantidades cotadas, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e no Termo de Referência, sujeitando-se as partes às normas constantes no RLCE 2.0, na Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, no Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, no Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. OBJETO

1.1. A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de **produtos para saúde e Órtese, Prótese e Materiais Especiais - OPME**, especificados no item 1 do Termo de Referência, anexo do Edital de PR nº 90034/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta registrada, independentemente de transcrição.

2. PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

ITEM	CATMAT	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	APRESENTAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		BALÃO DILATAÇÃO, DIÂMETRO CATETER 4MM, APLICAÇÃO BILIAR, MATERIAL POLIVINIL, DUPLO LUMEN. CONTÉM MARCADORES RADIOPACOS. ATENDE CANAL DE TRABALHO DE 3.2MM. COMPRIMENTO					

1	428329	DO BALÃO DE 2CM A 4CM. COMPRIMENTO DO CATETER DE NO MÍNIMO 180CM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	4		
2	428329	BALÃO DILATAÇÃO, DIÂMETRO CATETER 6MM, APLICAÇÃO BILIAR, MATERIAL POLIVINIL, DUPLO LUMEN. CONTÉM MARCADORES RADIOPACOS. ATENDE CANAL DE TRABALHO DE 3.2MM. COMPRIMENTO DO BALÃO DE 2CM A 4CM. COMPRIMENTO DO CATETER DE NO MÍNIMO 180CM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	4		
3	428329	BALÃO DILATAÇÃO, DIÂMETRO CATETER 8MM, APLICAÇÃO BILIAR, MATERIAL POLIVINIL, DUPLO LUMEN. CONTÉM MARCADORES RADIOPACOS. ATENDE CANAL DE TRABALHO DE 3.2MM. COMPRIMENTO DO BALÃO DE 2CM A 4CM. COMPRIMENTO DO CATETER DE NO MÍNIMO 180CM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	4		
4	428363	BALÃO PARA DILATAÇÃO DE ACALÁSIA, EM PLÁSTICO RESISTENTE, DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): DE 35 MM X 80 MM; COM 200 CM NO MÍNIMO, DUPLO LÚMEN, COMPATÍVEL COM FIO GUIA METÁLICO DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO); COM MARCAÇÕES RADIOPACAS INTERNAS PARA AUXILIAR NO		UNIDADE	4		

		POSICIONAMENTO. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS					
5	428362	BALÃO PARA DILATAÇÃO DE ACALÁSIA, EM PLÁSTICO RESISTENTE. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): DE 30 MM X 80 MM; COM 200 CM NO MÍNIMO, DUPLO LÚMEN, COMPATÍVEL COM FIO GUIA METÁLICO DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO); COM MARCAÇÕES RADIOPACAS INTERNAS PARA AUXILIAR NO POSICIONAMENTO. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	4		
6	428330	BALÃO PARA DILATAÇÃO DE ACALÁSIA, EM PLÁSTICO RESISTENTE. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): DE 40 MM X 80 MM; COM 200 CM NO MÍNIMO, DUPLO LÚMEN, COMPATÍVEL COM FIO GUIA METÁLICO DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO); COM MARCAÇÕES RADIOPACAS INTERNAS PARA AUXILIAR NO POSICIONAMENTO. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	4		
7	428302	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA E PILÓRICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DUPLO LÚMEN. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 12 - 13,5 -15 MM X 55 MM; CATETER 2,3 MM X NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035		UNIDADE	50		

		POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS					
8	428303	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA E PILÓRICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DUPLO LÚMEN. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 18 - 19 - 20 MM X 55 MM; CATETER 2,3 MM X NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	20		
9	428296	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 10 - 11 - 12 MM X 55 MM; COM NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	60		

10	428327	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 10 - 11 - 12 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.		UNIDADE	20		
11	428327	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 12 - 13,5 -15 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.		UNIDADE	20		
		BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 15 - 16,5 - 18 MM X 55 MM; COM NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO					

12	428300	GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	25		
13	428327	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 15 - 16,5 - 18 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.		UNIDADE	10		
14	428328	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 18 - 19 - 20 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR		UNIDADE	5		

		REGISTRO NA ANVISA/MS.					
15	428293	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 6 - 7 - 8 MM X 55 MM; COM NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	20		
16	428327	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 6 - 7 - 8 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.		UNIDADE	4		
		BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 8 - 9 - 10 MM X 55 MM; COM NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA.					

17	428294	COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	25		
18	428327	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 8 - 9 - 10 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.		UNIDADE	4		
19	428883	BALÃO PARA EXTRAÇÃO DE CÁLCULOS DAS VIAS BILIARES, TRIPLO LÚMEN. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 8.5 - 11.5 - 15 MM (INFLADO) X 195 CM; PARA CANAL DE BIÓPSIA DE 2.8 MM, COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) COM CAPACIDADE PARA INJETAR CONTRASTE DISTAL; MARCAÇÃO RADIOPACA. ACOMPANHA 3 SERINGAS DE 8.5, 11.5 E 15 MM. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	160		
		BOCAL PARA					

20	475104	ENDOSCOPIA DIGESTIVA, TAMANHO ADULTO, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TIRA ELÁSTICA EM MATERIAL LAVÁVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	30		
21	475105	BOCAL PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, TAMANHO PEDIÁTRICO, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TIRA ELÁSTICA EM MATERIAL LAVÁVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	10		
22	602993	CÂNULA ENDOSCÓPICA PARA INJEÇÃO (AGULHA DE ESCLEROSE). UTILIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE INJETÁVEIS NO TRATO GASTROINTESTINAL, COM AUXÍLIO DE ENDOSCÓPIO. CÂNULA ENDOSCOPIA PARA INJEÇÃO, COM TUBO EXTERNO DA CÂNULA FABRICADO EM PTFE, MEDINDO 2300 MM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO DE 2.3 MM. COM AGULHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMANHO 19 G, RESERVATÓRIO PARA PROTEÇÃO DA AGULHA, EMPUNHADURA ERGONÔMICA E BAINHA PROXIMAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE		UNIDADE	20		
		CÂNULA ENDOSCÓPICA PARA INJEÇÃO (AGULHA DE ESCLEROSE). UTILIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE INJETÁVEIS NO TRATO GASTROINTESTINAL, COM AUXÍLIO DE ENDOSCÓPIO. CÂNULA					

23	602998	ENDOSCOPIA PARA INJEÇÃO, COM TUBO EXTERNO DA CÂNULA FABRICADO EM PTFE, MEDINDO 2300 MM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO DE 2.3 MM. COM AGULHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMANHO 21 G, RESERVATÓRIO PARA PROTEÇÃO DA AGULHA, EMPUNHADURA ERGONÔMICA E BAINHA PROXIMAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE		UNIDADE	30		
24	455984	CÂNULA PARA COLANGIOGRAFIA RETROGRADA VIA ENDOSCÓPICA, DUPLO LÚMEN, 6 FR, 200 CM DE COMPRIMENTO, PONTA TIPO DOMETIP, PARA USO COM FIO GUIA 0.018 POLEGADAS, MATERIAL TEFLON, RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.		UNIDADE	10		
25	455984	CÂNULA PARA COLANGIOGRAFIA RETRÓGRADA VIA ENDOSCÓPICA, DUPLO LÚMEN, 6 FR, 200 CM DE COMPRIMENTO, PONTA TIPO DOMETIP, PARA USO COM FIO GUIA 0.035 POLEGADAS, MATERIAL TEFLON, RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	10		
		CATETER COM CESTA PARA EXTRAÇÃO DE CÁLCULOS DAS VIAS BILIARES POR LITOTRIPSIA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO MÍNIMO 180 CM DE COMPRIMENTO; COMPATÍVEL COM CANAL					

26	428861	DE TRABALHO 4.2 MM, PERMITE INJEÇÃO DE CONTRASTE E USO DE FIO GUIA, MARCAÇÃO RADIOPACA, EXTENSÃO CESTA APROXIMADAMENTE 3 X 6 CM, SISTEMA MANOPLA ACOPLADA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: O CATETER DEVERÁ SER COMPATÍVEL MANOPLA PARA LITOTRIPSIA/INSUFLAÇÃO ALLIANCE II		UNIDADE	10		
27	603005	CATETER PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, TIPO INJETOR, TAMANHO 22G, PARTE DISTAL AFILADA; AGULHA DE DIÂMETRO EXTERNO 2,30 CM, COMPRIMENTO 230 CM, COM CONEXÃO LUER LOCK, MATERIAL TEFLON, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	500		
28	467038	CATETER PARA ENDOSCÓPIO, TIPO SONDA, AXIAL, COM FILTRO, PARA ENDOSCOPIA ALTA E BAIXA, DIMENSÃO: PARA CANAL CERCA DE 2,3 MM X 220 CM, HASTE ISOLADA, COM CONEXÃO PARA COAGULADOR POR PLASMA DE ARGÔNIO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. COM SAÍDA FRONTAL PARA ELETROCOAGULAÇÃO COM PLASMA DE ARGÔNIO. COMPATÍVEL COM BISTURI DE PLASMA DE ARGÔNIO MARCA ERBE. COMPLEMENTO: DEVERÁ SER ENTREGUE 01 ADAPTADOR COMPATÍVEL.		UNIDADE	15		
		CATETER PARA ENDOSCÓPIO, TIPO SONDA, CIRCUNFERENCIAL, COM FILTRO, PARA ENDOSCOPIA ALTA E BAIXA, DIMENSÃO: PARA CANAL CERCA DE 2,3 MM					

29	467038	X 220 CM, HASTE ISOLADA, COM CONEXÃO PARA COAGULADOR POR PLASMA DE ARGÔNIO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. COM SAÍDA FRONTAL PARA ELETROCOAGULAÇÃO COM PLASMA DE ARGÔNIO. COMPATÍVEL COM BISTURI DE PLASMA DE ARGÔNIO MARCA ERBE. COMPLEMENTO: DEVERÁ SER ENTREGUE 01 ADAPTADOR COMPATÍVEL.		UNIDADE	5		
30	445450	CLIPADOR COM CLIP PARA HEMOSTASIA ENDOSCÓPICA, DESCARTÁVEL; PARA USO EM COLONOSCOPIA. FECHAMENTO COM POSSIBILIDADE DE ABRIR E FECHAR, APROXIMADAMENTE 5 VEZES E COM CAPACIDADE DE ROTAÇÃO AUXILIANDO NO REPOSICIONAMENTO. PODE SER UTILIZADO EM AMBIENTES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. PARA COMPRIMENTO DE TRABALHO APROXIMADAMENTE 230 CM, CANAL MÍNIMO DE TRABALHO 2,8 MM E ABERTURA DE CLIP APROXIMADAMENTE 10 MM. MATERIAL DE USO ÚNICO. EMBALAGEM DEVE APRESENTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO ANVISA/MS		UNIDADE	200		
31	605578	DILATADOR TIPO BILIAR, TAMANHOS 7 FR, 8,5 FR E 10 FR, MATERIAL POLIVINIL, PARA USO EM CANAL DE 2,8 A 4,2 MM, COMPRIMENTO CERCA DE 200 CM. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.		UNIDADE	30		
		ELETRODO, TIPO CATETER, PARA COLONOSCOPIA. CONEXÃO PARA COAGULADOR DE ARGÔNIO, MATERIAL POLIURETANO, COMPRIMENTO 230 CM,					

32	462929	ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM COAGULADOR DE ARGÔNIO MARCA WEM		UNIDADE	2		
33	600905	ESCALA WECHSLER DE INTELIGÊNCIA NÃO VERBAL - WISC-IV, PROTOCOLO DE REGISTRO GERAL, COMPOSTO DE 15 SUBTESTES, INSTRUMENTO CLÍNICO DE APLICAÇÃO INDIVIDUAL QUE TEM COMO OBJETIVO AVALIAR A CAPACIDADE INTELECTUAL DE CRIANÇAS E O PROCESSO DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS. USO EM NEUROPSICOLOGIA		UNIDADE	1		
34	348102	ESCOVA PARA CITOLOGIA BILIAR, DUPLO CANAL, MONTADA EM CATETER 2.6MM, PARA GUIA 0,035', DIÂMETRO 3MM, MARCAÇÕES DISTAIS RADIOPACAS, SISTEMA RETRAÇÃO, COMPRIMENTO 200 CM. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL		UNIDADE	5		
35	462240	FIO GUIA, APLICAÇÃO: NÃO VASCULAR, TIPO BILIAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,018 POLEGADAS, FORMATO PONTA RETA RADIOPACA, APLICAÇÃO CANAL DE 2,8 MM, COMPRIMENTO 400 A 480 CM, ESTÉRIL, REVESTIMENTO LISTRADO PARA VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO FIO GUIA DENTRO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO		UNIDADE	5		
		FIO GUIA, APLICAÇÃO: NÃO VASCULAR, TIPO BILIAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO:					

36	452250	HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,025 POLEGADAS, FORMATO PONTA RETA RADIOPACA, APLICAÇÃO CANAL DE 2,8 MM, COMPRIMENTO 400 A 480 CM, ESTÉRIL, REVESTIMENTO LISTRADO PARA VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO FIO GUIA DENTRO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO		UNIDADE	25		
37	452249	FIO GUIA, APLICAÇÃO: NÃO VASCULAR, TIPO BILIAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,035 POLEGADAS, FORMATO PONTA ANGULADA RADIOPACA, APLICAÇÃO CANAL DE 2,8 MM, COMPRIMENTO 400 A 480 CM, ESTÉRIL, REVESTIMENTO LISTRADO PARA VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO FIO GUIA DENTRO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO		UNIDADE	25		
38	468427	FIO GUIA, APLICAÇÃO: NÃO VASCULAR, TIPO BILIAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,035 POLEGADAS, FORMATO PONTA RETA RADIOPACA, RÍGIDO (TIPO SUPER STIFF), APLICAÇÃO CANAL DE 2,8 MM, COMPRIMENTO 400 A 480 CM, ESTÉRIL, REVESTIMENTO LISTRADO PARA VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO FIO GUIA DENTRO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL		UNIDADE	15		

		VISUALIZAÇÃO.					
39	467083	FIO GUIA, PARA DILATADOR ESOFÁGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO PONTA FLEXÍVEL ESPIRALADA, DIÂMETRO DE 0,035 POLEGADAS POR 250 CM DE COMPRIMENTO, COM MARCAS RADIOPACAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	5		
40	458244	KIT DE LIGADURA ELÁSTICA COMPLETO PARA VARIZES DO ESÔFAGO. COMPOSTO POR: 02 (DOIS) TAMBORES OU 02 (DOIS) KITS COM UM TAMBOR, EM CADA KIT/TAMBOR COM, NO MÍNIMO, 06 (SEIS) ELÁSTICOS; ANÉIS DISTRIBUÍDOS EM PONTEIRAS NA PROPORÇÃO DE 10 MM; MANOPLA PLÁSTICA GIRATÓRIA; CATETER GUIA; CORDÃO PARA AÇIONAMENTO; COMPATÍVEL COM ENDOSCÓPIO (DIÂMETRO: DE 9,5 MM A 13 MM; COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	150		
		KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), COMPOSTO MINIMAMENTE POR: SONDA EM SILICONE 14 FR, COM LINHAS RADIOPACAS, MARCAÇÕES DE PROFUNDIDADE CENTRIMENTRADAS, RETENTOR INTERNO EM FORMATO ANATÔMICO E SEGURO, PONTA DE DILATAÇÃO COM FIO DE TRAÇÃO E ALÇA DE PREENSÃO. DISCO DE FIXAÇÃO INTERNO DE SILICONE RADIOPACO COM ABERTURA DISTAL					

41	440108	ARREDONDADA E DISPOSITIVO DE APLICAÇÃO. FIO DE INSERÇÃO E DISTRIBUIDOR, RETENTOR EXTERNO (ANEL E ÊMBOLO) PARA FIXAÇÃO E APOIO EXTERNO ATRAUMÁTICO EM SILICONE, ALÇA DE SEGURANÇA, ADAPTADOR DE PORTA ALIMENTAÇÃO DUPLO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL E TAMPA PROTETORA, COM CLAMP PARA FECHAMENTO DA SONDA NA SUA PORÇÃO TUBULAR; FIO GUIA, BISTURI, SERINGA DE 5 ML, AGULHA 14 G. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 440108		UNIDADE	10		
42	440112	KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), COMPOSTO MINIMAMENTE POR: SONDA EM SILICONE 16 FR, COM LINHAS RADIOPACAS, MARCAÇÕES DE PROFUNDIDADE CENTRIMENTRADAS, RETENTOR INTERNO EM FORMATO ANATÔMICO E SEGURO, PONTA DE DILATAÇÃO COM FIO DE TRAÇÃO E ALÇA DE PREENSÃO. DISCO DE FIXAÇÃO INTERNO DE SILICONE RADIOPACO COM ABERTURA DISTAL ARREDONDADA E DISPOSITIVO DE APLICAÇÃO. FIO DE INSERÇÃO E DISTRIBUIDOR, RETENTOR EXTERNO (ANEL E ÊMBOLO) PARA FIXAÇÃO E APOIO EXTERNO ATRAUMÁTICO EM SILICONE, ALÇA DE SEGURANÇA, ADAPTADOR DE PORTA ALIMENTAÇÃO DUPLO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL E TAMPA PROTETORA, COM CLAMP PARA FECHAMENTO DA SONDA NA SUA PORÇÃO TUBULAR; FIO GUIA, BISTURI, SERINGA DE 5		UNIDADE	15		

		ML, AGULHA 14 G. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 440112					
43	440103	KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), COMPOSTO MINIMAMENTE POR: SONDA EM SILICONE 20 FR, COM LINHAS RADIOPACAS, MARCAÇÕES DE PROFUNDIDADE CENTRIMENTRADAS, RETENTOR INTERNO EM FORMATO ANATÔMICO E SEGURO, PONTA DE DILATAÇÃO COM FIO DE TRAÇÃO E ALÇA DE PREENSÃO. DISCO DE FIXAÇÃO INTERNO DE SILICONE RADIOPACO COM ABERTURA DISTAL ARREDONDADA E DISPOSITIVO DE APLICAÇÃO. FIO DE INSERÇÃO E DISTRIBUIDOR, RETENTOR EXTERNO (ANEL E ÊMBOLO) PARA FIXAÇÃO E APOIO EXTERNO ATRAUMÁTICO EM SILICONE, ALÇA DE SEGURANÇA, ADAPTADOR DE PORTA ALIMENTAÇÃO DUPLO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL E TAMPA PROTETORA, COM CLAMP PARA FECHAMENTO DA SONDA NA SUA PORÇÃO TUBULAR; FIO GUIA, BISTURI, SERINGA DE 5 ML, AGULHA 14 G. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 440118		UNIDADE	30		
		KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), COMPOSTO MINIMAMENTE POR: SONDA EM SILICONE 24 FR, COM LINHAS RADIOPACAS, MARCAÇÕES DE					

44	440104	PROFUNDIDADE CENTRIMENTRADAS, RETENTOR INTERNO EM FORMATO ANATÔMICO E SEGURO, PONTA DE DILATAÇÃO COM FIO DE TRAÇÃO E ALÇA DE PREENSÃO. DISCO DE FIXAÇÃO INTERNO DE SILICONE RADIOPACO COM ABERTURA DISTAL ARREDONDADA E DISPOSITIVO DE APLICAÇÃO. FIO DE INSERÇÃO E DISTRIBUIDOR, RETENTOR EXTERNO (ANEL E ÊMBOLO) PARA FIXAÇÃO E APOIO EXTERNO ATRAUMÁTICO EM SILICONE, ALÇA DE SEGURANÇA, ADAPTADOR DE PORTA ALIMENTAÇÃO DUPLO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL E TAMPA PROTETORA, COM CLAMP PARA FECHAMENTO DA SONDA NA SUA PORÇÃO TUBULAR; FIO GUIA, BISTURI, SERINGA DE 5 ML, AGULHA 14 G. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 440104		UNIDADE	50		
45	603882	PAPILÔTOMO, TIPO TRIPLO LÚMEN, MODELO CORPO EM TEFLON, NARIZ CURTO, COM FIO CORTE MONOFIL. 20 MM, EXT. 7 FR, DISTAL 5,5 FR, 200 CM, COM MANOPLA 3 PONTOS, COMPATÍVEL COM GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS.		UNIDADE	30		
		PAPILÔTOMO, TIPO TRIPLO LÚMEN, MODELO CORPO EM TEFLON, NARIZ CURTO, COM FIO CORTE MONOFIL. 25 MM, EXT. 7 FR, DISTAL 5,5 FR, 200 CM, COM MANOPLA 3 PONTOS, COMPATÍVEL					

46	603883	COM GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	120		
47	603881	PAPILÓTOMO, TIPO TRIPLO LÚMEN, MODELO CORPO EM TEFLON, NARIZ CURTO, COM FIO CORTE MONOFIL. 30 MM, EXT. 7 FR, DISTAL 5,5 FR, 200 CM, COM MANOPLA 3 PONTOS, COMPATÍVEL COM GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	15		
48	465240	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, TIPO RETIRADA DE CORPO ESTRANHO COM REDE COLETORA, FIO AÇO INOXIDÁVEL, CALIBRE 2,5MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	80		
49	465289	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA HEXAGONAL, FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 25 A 29 MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	500		
		PINÇA PARA					

50	465274	ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA OVAL, FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 11 A 14 MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	500		
51	465278	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA OVAL, FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 25 A 29 MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	200		
52	465277	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA OVAL, FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 30 A 35 MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	150		
		PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA OVAL, MATERIAL FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 10MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230					

53	478168	CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	200		
54	442240	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, ENDOPRÓTESE LUMINAL, FUNÇÃO STENT BILIAR, MATERIAL POLÍMERO, SISTEMA INTRODUTOR DE APROXIMADAMENTE 10 FR X 7 CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, PARA CANAL DE TRABALHO DE 3.2 MM OU MAIOR. COM MARCAS RADIO PACAS NA PONTA DISTAL E MARCA ENDOSCÓPICA NA PONTA PROXIMAL. MODELO PRÉ-MONTADA. USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO COM APLICADOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA		UNIDADE	40		
		PRÓTESE DE VIAS BILIARES, ENDOPRÓTESE LUMINAL, FUNÇÃO STENT, AUTOEXPANSÍVEL, ENDOSCÓPICA, ESTRUTURA METÁLICA NÃO RECOBERTA, MATERIAL ESTRUTURA PLATINA, REVESTIDO EM NITINOL, SISTEMA DE IMPLANTE MONTADO EM INTRODUTOR DE APROXIMADAMENTE 8 FR, PRÉ-CARREGADO, DIÂMETRO 10 MM,					

55	407545	COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE DE 6 A 8 CM, COM MARCAS RADIOPACAS EM PLATINA E IRIIDIUM, USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA		UNIDADE	5		
56	407551	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, ENDOPRÓTESE LUMINAL, FUNÇÃO STENT, AUTOEXPANSÍVEL, ENDOSCÓPICA, ESTRUTURA METÁLICA RECOBERTA PARCIALMENTE, MATERIAL ESTRUTURA PLATINA, REVESTIDO EM NITINOL, SISTEMA DE IMPLANTE MONTADO EM INTRODUTOR DE APROXIMADAMENTE 8,5 FR, PRÉ-CARREGADO, DIÂMETRO 10 MM, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE DE 6 A 8 CM, COM MARCAS RADIOPACAS EM PLATINA E IRIIDIUM, USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA		UNIDADE	5		
		PRÓTESE DE VIAS BILIARES, ENDOPRÓTESE LUMINAL, FUNÇÃO STENT, AUTOEXPANSÍVEL, ENDOSCÓPICA,					

57	407555	ESTRUTURA METÁLICA RECOBERTA TOTALMENTE, MATERIAL ESTRUTURA PLATINA, REVESTIDO EM NITINOL, SISTEMA DE IMPLANTE MONTADO EM INTRODUTOR DE APROXIMADAMENTE 8 FR, PRÉ-CARREGADO, DIÂMETRO 10 MM, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE DE 6 A 8 CM, COM MARCAS RADIOPACAS EM PLATINA E IRIIDIUM, USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA		UNIDADE	5		
58	442247	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 10 FR, COMPRIMENTO 10 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	15		
59	442247	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 10 FR, COMPRIMENTO 12 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	25		

60	442245	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 7 FR, COMPRIMENTO 07 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	25		
61	442245	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 7 FR, COMPRIMENTO 10 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS.		UNIDADE	5		
62	442245	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 7 FR, COMPRIMENTO 12 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	15		
63	442246	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 8,5 FR, COMPRIMENTO 07 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE		UNIDADE	10		

		DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS					
64	442246	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 8,5 FR, COMPRIMENTO 10 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	5		
65	442246	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 8,5 FR, COMPRIMENTO 12 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	5		
66	466446	SERINGA INSUFLADORA DE 60 ML, PERMITE MEDIR A PRESSÃO EM ATM E EM PSI, POSSUI TRAVA PARA CONFORTO, SEGURANÇA E FÁCIL MANUSEIO, CATETER DE BAIXA COMPLACÊNCIA COM MANÔMETRO PARA INSUFLAR BALÕES DILATADORES HIDROSTÁTICOS. UTILIZADO CONJUNTAMENTE COM A MANOPLA/ PISTOLA DE INSUFLAÇÃO ENDOSCOPICAMENTE EM ESTENOSES DO TRATO GASTROINTESTINAL E/OU ÁRVORE RESPIRATÓRIA. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA		UNIDADE	3		
		SONDA DE GASTROSTOMIA TRÊS VIAS ADULTO 20 FR COM 230 MM. CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MÉDICO COM FITA RADIOPACA AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO. COM					

67	463623	BALÃO DE ANCORAGEM INTERNO DE CAPACIDADE DE 20 ML. MARCAÇÕES PELO MENOS A CADA 2 CENTÍMETROS EM TODA SUA EXTENSÃO. 3 (TRÊS) VIAS, UMA PARA ADMINISTRAÇÃO DA DIETA, UMA PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS E UMA VIA PARA ENCHIMENTO DO BALÃO. ANEL DE FIXAÇÃO EXTERNO COM PONTOS DE ANCORAGEM. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA E RESISTENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA		UNIDADE	50		
68	435893	SONDA ESTOMACAL ESOFAGIANA, TIPO SENGSTAKEN-BLAKEMORE Nº 18, EM LÁTEX, FLEXÍVEL, 03 VIAS, EXTREMIDADE DISTAL COM 04 ORIFÍCIOS PARA DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, EXTREMIDADE PROXIMAL COM FUNIL, COM 02 BALÕES EM LÁTEX (GÁSTRICO E ESOFÁGICO), ANÉIS RADIOPACOS ENTRE OS BALÕES. GRADUADA A CADA 5 CM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 100 CM. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 435893		UNIDADE	2		
		SONDA ESTOMACAL ESOFAGIANA, TIPO SENGSTAKEN-BLAKEMORE Nº 21, EM LÁTEX, FLEXÍVEL, 03 VIAS, EXTREMIDADE DISTAL COM 04 ORIFÍCIOS PARA DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, EXTREMIDADE PROXIMAL COM FUNIL, COM 02 BALÕES EM LÁTEX					

69	435895	(GÁSTRICO E ESOFÁGICO), ANÉIS RADIOPACOS ENTRE OS BALÕES. GRADUADA A CADA 5 CM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 100 CM. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 435895		UNIDADE	2		
70	435890	SONDA FOUCHET 32 FR, COMPRIMENTO MÍNIMO 80 CM, EM PVC SILICONIZADO, BIOCOMPATÍVEL, CONEXÃO FÊMEA COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL E TAMPA PROTETORA. PONTA DISTAL ARREDONDADA E PERFURADA COM FENESTRAS LATERAIS. TODO MATERIAL DEVE SER ATÓXICO, RESISTENTE, TER FLEXIBILIDADE SEGURA, ISENTO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, ATRAUMÁTICA E DE FÁCIL MANUSEIO. ESTÉRIL. USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 435890		UNIDADE	12		
71	428329	BALÃO DILATAÇÃO, DIÂMETRO CATETER 4MM, APLICAÇÃO BILIAR, MATERIAL POLIVINIL, DUPLO LUMEN. CONTÉM MARCADORES RADIOPACOS. ATENDE CANAL DE TRABALHO DE 3.2MM. COMPRIMENTO DO BALÃO DE 2CM A 4CM. COMPRIMENTO DO CATETER DE NO MÍNIMO 180CM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	4		

72	428329	BALÃO DILATAÇÃO, DIÂMETRO CATETER 6MM, APLICAÇÃO BILIAR, MATERIAL POLIVINIL, DUPLO LUMEN. CONTÉM MARCADORES RADIOPACOS. ATENDE CANAL DE TRABALHO DE 3.2MM. COMPRIMENTO DO BALÃO DE 2CM A 4CM. COMPRIMENTO DO CATETER DE NO MÍNIMO 180CM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	4		
73	428329	BALÃO DILATAÇÃO, DIÂMETRO CATETER 8MM, APLICAÇÃO BILIAR, MATERIAL POLIVINIL, DUPLO LUMEN. CONTÉM MARCADORES RADIOPACOS. ATENDE CANAL DE TRABALHO DE 3.2MM. COMPRIMENTO DO BALÃO DE 2CM A 4CM. COMPRIMENTO DO CATETER DE NO MÍNIMO 180CM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	4		
74	428363	BALÃO PARA DILATAÇÃO DE ACALÁSIA, EM PLÁSTICO RESISTENTE, DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): DE 35 MM X 80 MM; COM 200 CM NO MÍNIMO, DUPLO LÚMEN, COMPATÍVEL COM FIO GUIA METÁLICO DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO); COM MARCAÇÕES RADIOPACAS INTERNAS PARA AUXILIAR NO POSICIONAMENTO. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	4		
		BALÃO PARA DILATAÇÃO DE ACALÁSIA, EM PLÁSTICO RESISTENTE. DIMENSÃO (DIÂMETRO X					

75	428362	COMPRIMENTO): DE 30 MM X 80 MM; COM 200 CM NO MÍNIMO, DUPLO LÚMEN, COMPATÍVEL COM FIO GUIA METÁLICO DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO); COM MARCAÇÕES RADIOPACAS INTERNAS PARA AUXILIAR NO POSICIONAMENTO. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	4		
76	428330	BALÃO PARA DILATAÇÃO DE ACALÁSIA, EM PLÁSTICO RESISTENTE. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): DE 40 MM X 80 MM; COM 200 CM NO MÍNIMO, DUPLO LÚMEN, COMPATÍVEL COM FIO GUIA METÁLICO DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO); COM MARCAÇÕES RADIOPACAS INTERNAS PARA AUXILIAR NO POSICIONAMENTO. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	4		
77	428302	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA E PILÓRICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DUPLO LÚMEN. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 12 - 13,5 -15 MM X 55 MM; CATETER 2,3 MM X NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR		UNIDADE	50		

		REGISTRO NA ANVISA/MS					
78	428303	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA E PILÓRICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DUPLO LÚMEN. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 18 - 19 - 20 MM X 55 MM; CATETER 2,3 MM X NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	20		
79	428296	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 10 - 11 - 12 MM X 55 MM; COM NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	60		
		BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 10 - 11 - 12 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO					

80	428327	GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.		UNIDADE	20		
81	428327	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 12 - 13,5 - 15 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.		UNIDADE	20		
82	428300	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 15 - 16,5 - 18 MM X 55 MM; COM NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL		UNIDADE	25		

		VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS					
83	428327	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 15 - 16,5 - 18 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.		UNIDADE	10		
84	428328	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 18 - 19 - 20 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.		UNIDADE	5		
		BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 6 - 7 - 8 MM X 55 MM; COM NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A					

85	428293	PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	20		
86	428327	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 6 - 7 - 8 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.		UNIDADE	4		
87	428294	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 8 - 9 - 10 MM X 55 MM; COM NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E		UNIDADE	25		

		VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS					
88	428327	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 8 - 9 - 10 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.		UNIDADE	4		
89	428883	BALÃO PARA EXTRAÇÃO DE CÁLCULOS DAS VIAS BILIARES, TRIPLO LÚMEN. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 8.5 - 11.5 - 15 MM (INFLADO) X 195 CM; PARA CANAL DE BIÓPSIA DE 2.8 MM, COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) COM CAPACIDADE PARA INJETAR CONTRASTE DISTAL; MARCAÇÃO RADIOPACA. ACOMPANHA 3 SERINGAS DE 8.5, 11.5 E 15 MM. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	160		
90	475104	BOCAL PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, TAMANHO ADULTO, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TIRA ELÁSTICA EM MATERIAL LAVÁVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	30		

91	475105	BOCAL PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, TAMANHO PEDIÁTRICO, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TIRA ELÁSTICA EM MATERIAL LAVÁVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	10		
92	602993	CÂNULA ENDOSCÓPICA PARA INJEÇÃO (AGULHA DE ESCLEROSE). UTILIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE INJETÁVEIS NO TRATO GASTROINTESTINAL, COM AUXÍLIO DE ENDOSCÓPIO. CÂNULA ENDOSCOPIA PARA INJEÇÃO, COM TUBO EXTERNO DA CÂNULA FABRICADO EM PTFE, MEDINDO 2300 MM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO DE 2.3 MM. COM AGULHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMANHO 19 G, RESERVATÓRIO PARA PROTEÇÃO DA AGULHA, EMPUNHADURA ERGONÔMICA E BAINHA PROXIMAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE		UNIDADE	20		
93	602998	CÂNULA ENDOSCÓPICA PARA INJEÇÃO (AGULHA DE ESCLEROSE). UTILIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE INJETÁVEIS NO TRATO GASTROINTESTINAL, COM AUXÍLIO DE ENDOSCÓPIO. CÂNULA ENDOSCOPIA PARA INJEÇÃO, COM TUBO EXTERNO DA CÂNULA FABRICADO EM PTFE, MEDINDO 2300 MM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO DE 2.3 MM. COM AGULHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMANHO 21 G, RESERVATÓRIO PARA PROTEÇÃO DA AGULHA,		UNIDADE	30		

		EMPUNHADURA ERGONÔMICA E BAINHA PROXIMAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE					
94	455984	CÂNULA PARA COLANGIOGRAFIA RETROGRADA VIA ENDOSCÓPICA, DUPLO LÚMEN, 6 FR, 200 CM DE COMPRIMENTO, PONTA TIPO DOMETIP, PARA USO COM FIO GUIA 0.018 POLEGADAS, MATERIAL TEFLON, RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.		UNIDADE	10		
95	455984	CÂNULA PARA COLANGIOGRAFIA RETRÓGRADA VIA ENDOSCÓPICA, DUPLO LÚMEN, 6 FR, 200 CM DE COMPRIMENTO, PONTA TIPO DOMETIP, PARA USO COM FIO GUIA 0.035 POLEGADAS, MATERIAL TEFLON, RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	10		
96	428861	CATETER COM CESTA PARA EXTRAÇÃO DE CÁLCULOS DAS VIAS BILIARES POR LITOTRIPSIA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO MÍNIMO 180 CM DE COMPRIMENTO; COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO 4.2 MM, PERMITE INJEÇÃO DE CONTRASTE E USO DE FIO GUIA, MARCAÇÃO RADIOPACA, EXTENSÃO CESTA APROXIMADAMENTE 3 X 6 CM, SISTEMA MANOPLA ACOPLADA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO		UNIDADE	10		

		PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: O CATETER DEVERÁ SER COMPATÍVEL MANOPLA PARA LITOTRIPSIA/INSUFLAÇÃO ALLIANCE II					
97	603005	CATETER PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, TIPO INJETOR, TAMANHO 22G, PARTE DISTAL AFILADA; AGULHA DE DIÂMETRO EXTERNO 2,30 CM, COMPRIMENTO 230 CM, COM CONEXÃO LUER LOCK, MATERIAL TEFLON, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	500		
98	467038	CATETER PARA ENDOSCÓPIO, TIPO SONDA, AXIAL, COM FILTRO, PARA ENDOSCOPIA ALTA E BAIXA, DIMENSÃO: PARA CANAL CERCA DE 2,3 MM X 220 CM, HASTE ISOLADA, COM CONEXÃO PARA COAGULADOR POR PLASMA DE ARGÔNIO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. COM SAÍDA FRONTAL PARA ELETROCOAGULAÇÃO COM PLASMA DE ARGÔNIO. COMPATÍVEL COM BISTURI DE PLASMA DE ARGÔNIO MARCA ERBE. COMPLEMENTO: DEVERÁ SER ENTREGUE 01 ADAPTADOR COMPATÍVEL.		UNIDADE	15		
99	467038	CATETER PARA ENDOSCÓPIO, TIPO SONDA, CIRCUNFERENCIAL, COM FILTRO, PARA ENDOSCOPIA ALTA E BAIXA, DIMENSÃO: PARA CANAL CERCA DE 2,3 MM X 220 CM, HASTE ISOLADA, COM CONEXÃO PARA COAGULADOR POR PLASMA DE ARGÔNIO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. COM SAÍDA FRONTAL PARA ELETROCOAGULAÇÃO COM PLASMA DE ARGÔNIO. COMPATÍVEL COM BISTURI DE PLASMA DE ARGÔNIO MARCA ERBE. COMPLEMENTO:		UNIDADE	5		

		DEVERÁ SER ENTREGUE 01 ADAPTADOR COMPATÍVEL.					
100	445450	CLIPADOR COM CLIP PARA HEMOSTASIA ENDOSCÓPICA, DESCARTÁVEL; PARA USO EM COLONOSCOPIA. FECHAMENTO COM POSSIBILIDADE DE ABRIR E FECHAR, APROXIMADAMENTE 5 VEZES E COM CAPACIDADE DE ROTAÇÃO AUXILIANDO NO REPOSICIONAMENTO. PODE SER UTILIZADO EM AMBIENTES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. PARA COMPRIMENTO DE TRABALHO APROXIMADAMENTE 230 CM, CANAL MÍNIMO DE TRABALHO 2,8 MM E ABERTURA DE CLIP APROXIMADAMENTE 10 MM. MATERIAL DE USO ÚNICO. EMBALAGEM DEVE APRESENTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO ANVISA/MS		UNIDADE	200		
101	605578	DILATADOR TIPO BILIAR, TAMANHOS 7 FR, 8,5 FR E 10 FR, MATERIAL POLIVINIL, PARA USO EM CANAL DE 2,8 A 4,2 MM, COMPRIMENTO CERCA DE 200 CM. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.		UNIDADE	30		
102	462929	ELETRODO, TIPO CATETER, PARA COLONOSCOPIA. CONEXÃO PARA COAGULADOR DE ARGÔNIO, MATERIAL POLIURETANO, COMPRIMENTO 230 CM, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM COAGULADOR DE ARGÔNIO MARCA WEM		UNIDADE	2		

103	600905	ESCALA WECHSLER DE INTELIGÊNCIA NÃO VERBAL - WISC-IV, PROTOCOLO DE REGISTRO GERAL, COMPOSTO DE 15 SUBTESTES, INSTRUMENTO CLÍNICO DE APLICAÇÃO INDIVIDUAL QUE TEM COMO OBJETIVO AVALIAR A CAPACIDADE INTELECTUAL DE CRIANÇAS E O PROCESSO DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS. USO EM NEUROPSICOLOGIA		UNIDADE	1		
104	348102	ESCOVA PARA CITOLOGIA BILIAR, DUPLO CANAL, MONTADA EM CATETER 2.6MM, PARA GUIA 0,035", DIÂMETRO 3MM, MARCAÇÕES DISTAIS RADIOPACAS, SISTEMA RETRAÇÃO, COMPRIMENTO 200 CM. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL		UNIDADE	5		
105	462240	FIO GUIA, APLICAÇÃO: NÃO VASCULAR, TIPO BILIAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,018 POLEGADAS, FORMATO PONTA RETA RADIOPACA, APLICAÇÃO CANAL DE 2,8 MM, COMPRIMENTO 400 A 480 CM, ESTÉRIL, REVESTIMENTO LISTRADO PARA VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO FIO GUIA DENTRO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO		UNIDADE	5		
106	452250	FIO GUIA, APLICAÇÃO: NÃO VASCULAR, TIPO BILIAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,025 POLEGADAS, FORMATO PONTA RETA RADIOPACA, APLICAÇÃO CANAL DE 2,8 MM, COMPRIMENTO 400 A 480 CM, ESTÉRIL, REVESTIMENTO LISTRADO PARA VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO FIO GUIA DENTRO DO CATETER. EMBALAGEM		UNIDADE	25		

		INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO					
107	452249	FIO GUIA, APLICAÇÃO: NÃO VASCULAR, TIPO BILIAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,035 POLEGADAS, FORMATO PONTA ANGULADA RADIOPACA, APLICAÇÃO CANAL DE 2,8 MM, COMPRIMENTO 400 A 480 CM, ESTÉRIL, REVESTIMENTO LISTRADO PARA VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO FIO GUIA DENTRO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO		UNIDADE	25		
108	468427	FIO GUIA, APLICAÇÃO: NÃO VASCULAR, TIPO BILIAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,035 POLEGADAS, FORMATO PONTA RETA RADIOPACA, RÍGIDO (TIPO SUPER STIFF), APLICAÇÃO CANAL DE 2,8 MM, COMPRIMENTO 400 A 480 CM, ESTÉRIL, REVESTIMENTO LISTRADO PARA VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO FIO GUIA DENTRO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.		UNIDADE	15		
		FIO GUIA, APLICAÇÃO: NÃO VASCULAR, TIPO BILIAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,035 POLEGADAS, FORMATO PONTA RETA RADIOPACA, APLICAÇÃO CANAL DE 2,8 MM, COMPRIMENTO 400 A 480 CM, ESTÉRIL, REVESTIMENTO					

109	452243	LISTRADO PARA VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO FIO GUIA DENTRO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO		UNIDADE	150		
110	467083	FIO GUIA, PARA DILATADOR ESOFÁGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO PONTA FLEXÍVEL ESPIRALADA, DIÂMETRO DE 0,035 POLEGADAS POR 250 CM DE COMPRIMENTO, COM MARCAS RADIOPACAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	5		
111	458244	KIT DE LIGADURA ELÁSTICA COMPLETO PARA VARIZES DO ESÔFAGO. COMPOSTO POR: 02 (DOIS) TAMBORES OU 02 (DOIS) KITS COM UM TAMBOR, EM CADA KIT/TAMBOR COM, NO MÍNIMO, 06 (SEIS) ELÁSTICOS; ANÉIS DISTRIBUÍDOS EM PONTEIRAS NA PROPORÇÃO DE 10 MM; MANOPLA PLÁSTICA GIRATÓRIA; CATETER GUIA; CORDÃO PARA ACIONAMENTO; COMPATÍVEL COM ENDOSCÓPIO (DIÂMETRO: DE 9,5 MM A 13 MM; COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	150		
		KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), COMPOSTO MINIMAMENTE POR: SONDA EM SILICONE 14 FR, COM LINHAS RADIOPACAS,					

112	440108	MARCAÇÕES DE PROFUNDIDADE CENTRIMENTRADAS, RETENTOR INTERNO EM FORMATO ANATÔMICO E SEGURO, PONTA DE DILATAÇÃO COM FIO DE TRAÇÃO E ALÇA DE PREENSÃO. DISCO DE FIXAÇÃO INTERNO DE SILICONE RADIOPACO COM ABERTURA DISTAL ARREDONDADA E DISPOSITIVO DE APLICAÇÃO. FIO DE INSERÇÃO E DISTRIBUIDOR, RETENTOR EXTERNO (ANEL E ÊMBOLO) PARA FIXAÇÃO E APOIO EXTERNO ATRAUMÁTICO EM SILICONE, ALÇA DE SEGURANÇA, ADAPTADOR DE PORTA ALIMENTAÇÃO DUPLO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL E TAMPA PROTETORA, COM CLAMP PARA FECHAMENTO DA SONDA NA SUA PORÇÃO TUBULAR; FIO GUIA, BISTURI, SERINGA DE 5 ML, AGULHA 14 G. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 440108		UNIDADE	10		
113	440112	KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), COMPOSTO MINIMAMENTE POR: SONDA EM SILICONE 16 FR, COM LINHAS RADIOPACAS, MARCAÇÕES DE PROFUNDIDADE CENTRIMENTRADAS, RETENTOR INTERNO EM FORMATO ANATÔMICO E SEGURO, PONTA DE DILATAÇÃO COM FIO DE TRAÇÃO E ALÇA DE PREENSÃO. DISCO DE FIXAÇÃO INTERNO DE SILICONE RADIOPACO COM ABERTURA DISTAL ARREDONDADA E DISPOSITIVO DE APLICAÇÃO. FIO DE INSERÇÃO E DISTRIBUIDOR, RETENTOR EXTERNO (ANEL E ÊMBOLO) PARA FIXAÇÃO E APOIO		UNIDADE	15		

		EXTERNO ATRAUMÁTICO EM SILICONE, ALÇA DE SEGURANÇA, ADAPTADOR DE PORTA ALIMENTAÇÃO DUPLO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL E TAMPA PROTETORA, COM CLAMP PARA FECHAMENTO DA SONDA NA SUA PORÇÃO TUBULAR; FIO GUIA, BISTURI, SERINGA DE 5 ML, AGULHA 14 G. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 440112					
114	440103	KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), COMPOSTO MINIMAMENTE POR: SONDA EM SILICONE 20 FR, COM LINHAS RADIOPACAS, MARCAÇÕES DE PROFUNDIDADE CENTRIMENTRADAS, RETENTOR INTERNO EM FORMATO ANATÔMICO E SEGURO, PONTA DE DILATAÇÃO COM FIO DE TRAÇÃO E ALÇA DE PREENSÃO. DISCO DE FIXAÇÃO INTERNO DE SILICONE RADIOPACO COM ABERTURA DISTAL ARREDONDADA E DISPOSITIVO DE APLICAÇÃO. FIO DE INSERÇÃO E DISTRIBUIDOR, RETENTOR EXTERNO (ANEL E ÊMBOLO) PARA FIXAÇÃO E APOIO EXTERNO ATRAUMÁTICO EM SILICONE, ALÇA DE SEGURANÇA, ADAPTADOR DE PORTA ALIMENTAÇÃO DUPLO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL E TAMPA PROTETORA, COM CLAMP PARA FECHAMENTO DA SONDA NA SUA PORÇÃO TUBULAR; FIO GUIA, BISTURI, SERINGA DE 5 ML, AGULHA 14 G. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO		UNIDADE	30		

		FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 440118					
115	440104	KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), COMPOSTO MINIMAMENTE POR: SONDA EM SILICONE 24 FR, COM LINHAS RADIOPACAS, MARCAÇÕES DE PROFUNDIDADE CENTRIMENTRADAS, RETENTOR INTERNO EM FORMATO ANATÔMICO E SEGURO, PONTA DE DILATAÇÃO COM FIO DE TRAÇÃO E ALÇA DE PREENSÃO. DISCO DE FIXAÇÃO INTERNO DE SILICONE RADIOPACO COM ABERTURA DISTAL ARREDONDADA E DISPOSITIVO DE APLICAÇÃO. FIO DE INSERÇÃO E DISTRIBUIDOR, RETENTOR EXTERNO (ANEL E ÊMBOLO) PARA FIXAÇÃO E APOIO EXTERNO ATRAUMÁTICO EM SILICONE, ALÇA DE SEGURANÇA, ADAPTADOR DE PORTA ALIMENTAÇÃO DUPLO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL E TAMPA PROTETORA, COM CLAMP PARA FECHAMENTO DA SONDA NA SUA PORÇÃO TUBULAR; FIO GUIA, BISTURI, SERINGA DE 5 ML, AGULHA 14 G. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 440104		UNIDADE	50		
116	603882	PAPILÔTOMO, TIPO TRIPLO LÚMEN, MODELO CORPO EM TEFLON, NARIZ CURTO, COM FIO CORTE MONOFIL. 20 MM, EXT. 7 FR, DISTAL 5,5 FR, 200 CM, COM MANOPLA 3 PONTOS, COMPATÍVEL COM GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE		UNIDADE	30		

		FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS.					
117	603883	PAPILÓTOMO, TIPO TRIPLO LÚMEN, MODELO CORPO EM TEFLON, NARIZ CURTO, COM FIO CORTE MONOFIL. 25 MM, EXT. 7 FR, DISTAL 5,5 FR, 200 CM, COM MANOPLA 3 PONTOS, COMPATÍVEL COM GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	120		
118	603881	PAPILÓTOMO, TIPO TRIPLO LÚMEN, MODELO CORPO EM TEFLON, NARIZ CURTO, COM FIO CORTE MONOFIL. 30 MM, EXT. 7 FR, DISTAL 5,5 FR, 200 CM, COM MANOPLA 3 PONTOS, COMPATÍVEL COM GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	15		
119	465240	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, TIPO RETIRADA DE CORPO ESTRANHO COM REDE COLETORA, FIO AÇO INOXIDÁVEL, CALIBRE 2,5MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	80		
		PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA HEXAGONAL, FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 10 A 14 MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE					

120	465290	ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	1500		
121	465289	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA HEXAGONAL, FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 25 A 29 MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	500		
122	465274	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA OVAL, FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 11 A 14 MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	500		
123	465278	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA OVAL, FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 25 A 29 MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE,		UNIDADE	200		

		VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS					
124	465277	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA OVAL, FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 30 A 35 MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	150		
125	478168	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA OVAL, MATERIAL FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 10MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	200		
126	465184	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO DE BIÓPSIA, PONTA CONCHA OVAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 230 CM, LÂMINA SEM ESPÍCULA, PARA CANAL DE BIÓPSIA 2,8 MM, APLICAÇÃO ENDOSCOPIA ALTA, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	200		
		PRÓTESE DE VIAS BILIARES, ENDOPRÓTESE LUMINAL, FUNÇÃO STENT BILIAR, MATERIAL POLÍMERO, SISTEMA INTRODUTOR DE APROXIMADAMENTE 10 FR X 7 CM DE					

127	442240	COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, PARA CANAL DE TRABALHO DE 3.2 MM OU MAIOR. COM MARCAS RADIOPACAS NA PONTA DISTAL E MARCA ENDOSCÓPICA NA PONTA PROXIMAL. MODELO PRÉ-MONTADA. USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO COM APLICADOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA		UNIDADE	40		
128	407545	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, ENDOPRÓTESE LUMINAL, FUNÇÃO STENT, AUTOEXPANSÍVEL, ENDOSCÓPICA, ESTRUTURA METÁLICA NÃO RECOBERTA, MATERIAL ESTRUTURA PLATINA, REVESTIDO EM NITINOL, SISTEMA DE IMPLANTE MONTADO EM INTRODUTOR DE APROXIMADAMENTE 8 FR, PRÉ-CARREGADO, DIÂMETRO 10 MM, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE DE 6 A 8 CM, COM MARCAS RADIOPACAS EM PLATINA E IRIIDIUM, USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE		UNIDADE	5		

		VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA					
129	407551	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, ENDOPRÓTESE LUMINAL, FUNÇÃO STENT, AUTOEXPANSÍVEL, ENDOSCÓPICA, ESTRUTURA METÁLICA RECOBERTA PARCIALMENTE, MATERIAL ESTRUTURA PLATINA, REVESTIDO EM NITINOL, SISTEMA DE IMPLANTE MONTADO EM INTRODUTOR DE APROXIMADAMENTE 8,5 FR, PRÉ-CARREGADO, DIÂMETRO 10 MM, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE DE 6 A 8 CM, COM MARCAS RADIOPACAS EM PLATINA E IRIIDIUM, USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA		UNIDADE	5		
130	407555	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, ENDOPRÓTESE LUMINAL, FUNÇÃO STENT, AUTOEXPANSÍVEL, ENDOSCÓPICA, ESTRUTURA METÁLICA RECOBERTA TOTALMENTE, MATERIAL ESTRUTURA PLATINA, REVESTIDO EM NITINOL, SISTEMA DE IMPLANTE MONTADO EM INTRODUTOR DE APROXIMADAMENTE 8 FR, PRÉ-CARREGADO, DIÂMETRO 10 MM, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE DE 6 A 8 CM, COM MARCAS RADIOPACAS EM PLATINA E IRIIDIUM, USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL		UNIDADE	5		

		ÍTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA					
131	442247	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 10 FR, COMPRIMENTO 10 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	15		
132	442247	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 10 FR, COMPRIMENTO 12 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	25		
133	442245	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 7 FR, COMPRIMENTO 07 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	25		
		PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 7					

134	442245	FR, COMPRIMENTO 10 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS.		UNIDADE	5		
135	442245	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 7 FR, COMPRIMENTO 12 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	15		
136	442246	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 8,5 FR, COMPRIMENTO 07 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	10		
137	442246	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 8,5 FR, COMPRIMENTO 10 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	5		

138	442246	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 8,5 FR, COMPRIMENTO 12 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS		UNIDADE	5		
139	466446	SERINGA INSUFLADORA DE 60 ML, PERMITE MEDIR A PRESSÃO EM ATM E EM PSI, POSSUI TRAVA PARA CONFORTO, SEGURANÇA E FÁCIL MANUSEIO, CATETER DE BAIXA COMPLACÊNCIA COM MANÔMETRO PARA INSUFLAR BALÕES DILATADORES HIDROSTÁTICOS. UTILIZADO CONJUNTAMENTE COM A MANOPLA/ PISTOLA DE INSUFLAÇÃO ENDOSCOPICAMENTE EM ESTENOSES DO TRATO GASTROINTESTINAL E/OU ÁRVORE RESPIRATÓRIA. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA		UNIDADE	3		
140	463623	SONDA DE GASTROSTOMIA TRÊS VIAS ADULTO 20 FR COM 230 MM. CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MÉDICO COM FITA RADIOPACA AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO. COM BALÃO DE ANCORAGEM INTERNO DE CAPACIDADE DE 20 ML. MARCAÇÕES PELO MENOS A CADA 2 CENTÍMETROS EM TODA SUA EXTENSÃO. 3 (TRÊS) VIAS, UMA PARA ADMINISTRAÇÃO DA DIETA, UMA PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS E UMA VIA PARA ENCHIMENTO DO BALÃO. ANEL DE FIXAÇÃO EXTERNO COM PONTOS DE ANCORAGEM. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA E RESISTENTE,		UNIDADE	50		

		COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA					
141	435893	SONDA ESTOMACAL ESOFAGIANA, TIPO SENGSTAKEN-BLAKEMORE Nº 18, EM LÁTEX, FLEXÍVEL, 03 VIAS, EXTREMIDADE DISTAL COM 04 ORIFÍCIOS PARA DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, EXTREMIDADE PROXIMAL COM FUNIL, COM 02 BALÕES EM LÁTEX (GÁSTRICO E ESOFÁGICO), ANÉIS RADIOPACOS ENTRE OS BALÕES. GRADUADA A CADA 5 CM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 100 CM. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 435893		UNIDADE	2		
142	435895	SONDA ESTOMACAL ESOFAGIANA, TIPO SENGSTAKEN-BLAKEMORE Nº 21, EM LÁTEX, FLEXÍVEL, 03 VIAS, EXTREMIDADE DISTAL COM 04 ORIFÍCIOS PARA DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, EXTREMIDADE PROXIMAL COM FUNIL, COM 02 BALÕES EM LÁTEX (GÁSTRICO E ESOFÁGICO), ANÉIS RADIOPACOS ENTRE OS BALÕES. GRADUADA A CADA 5 CM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 100 CM. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 435895		UNIDADE	2		
		SONDA FOUCHET 32 FR, COMPRIMENTO MÍNIMO					

143	435890	80 CM, EM PVC SILICONIZADO, BIOCOMPATÍVEL, CONEXÃO FÊMEA COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL E TAMPA PROTETORA. PONTA DISTAL ARREDONDADA E PERFURADA COM FENESTRAS LATERAIS. TODO MATERIAL DEVE SER ATÓXICO, RESISTENTE, TER FLEXIBILIDADE SEGURA, ISENTO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, ATRAUMÁTICA E DE FÁCIL MANUSEIO. ESTÉRIL. USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 435890	UNIDADE	12		
-----	--------	---	---------	----	--	--

3. ÓRGÃO GERENCIADOR

3.1. O órgão gerenciador será a **EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSEH - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA**, empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério da Educação, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.126.437/0025-10, **UG: 155903**.

3.2. Não há órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços.

4. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. Durante a vigência da ata, qualquer órgão ou entidade responsável pela execução das atividades contempladas no art. 1º da Lei n.º 13.303/2016 que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

4.1.2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do RLCE 2.0 e da Norma - SEI n.º 2/2019/DAI-Ebserh; e

4.1.3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

4.2.1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

4.2.2. Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei n.º 11.488, de 2007, o órgão ou entidade gerenciadora somente

autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão e entidade gerenciadora e participantes ou já destinadas a aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU n.º 2957/2011 – Plenário).

4.3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

4.5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

4.6. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

5. VEDAÇÃO A ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS

5.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

6. VALIDADE

6.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

6.2. A prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços poderá renovar os quantitativos a serem adquiridos, desde que haja acordo específico entre as partes.

6.2.1. Inexistindo acordo entre as partes quanto à renovação dos quantitativos, a prorrogação apenas servirá à execução do saldo remanescente.

6.3. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

7. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

7.1.1. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos do art. 171, VI, do RLCE 2.0;

7.1.2. em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

7.1.3. na hipótese de previsão, no Termo de Referência/Projeto Básico anexo ao Edital, de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos do RLCE 2.0.

7.1.3.1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação.

7.1.3.2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

8. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

8.1. Na hipótese de o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

8.1.1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

8.1.2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

8.1.3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

8.1.4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 171 do RLCE 2.0.

8.2. Na hipótese de o preço de mercado se tornar superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

8.2.1. Nesse caso, o fornecedor encaminhará, com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

8.2.2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 10.1, sem prejuízo das sanções previstas no RLCE 2.0 e na legislação aplicável.

8.2.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados.

8.2.4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 10.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

8.2.5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 8.2

e no item 8.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

8.2.6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 171 do RLCE 2.0.

9. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

9.2. O remanejamento somente poderá ser feito:

9.2.1. de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

9.2.2. de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

9.3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

9.4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto n.º 11.462/2023.

9.5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

9.6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

9.7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 9.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

10. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

10.1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

10.1.1. descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

10.1.2. não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa razoável;

10.1.3. não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto n.º 11.462/2023; ou

10.1.4. enquadrar-se em uma das hipóteses previstas no art. 69 do RLCE 2.0.

10.1.4.1. Na hipótese do item 10.1.4, caso o prazo do impedimento não ultrapasse a vigência da ata de registro de preços, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão

fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos do impedimento.

10.2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 10.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

10.3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

10.4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

10.4.1. por razão de interesse público;

10.4.2. a pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

10.4.3. se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado se tornar superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º, e 27, § 4º, ambos do Decreto n.º 11.462/2023.

11. DAS PENALIDADES

11.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico anexo ao Edital.

11.1.1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

11.2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço, exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidades participantes ou não participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão ou entidade participante ou não participante a aplicação da penalidade.

11.3. O órgão ou entidade participante ou não participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 10.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

12. CONDIÇÕES GERAIS

12.1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência anexo ao Edital.

12.2. É eleito o Foro da Justiça Federal, Subseção Judiciária de Juiz de Fora/MG, para dirimir os litígios que decorrerem da execução desta Ata de Registro de Preços que não possam ser compostos pela conciliação.

Juiz de Fora, Data da última assinatura.

assinado eletronicamente)

REPRESENTANTE LEGAL

REPRESENTANTE LEGAL

(assinado eletronicamente)

BRUNO AZEVEDO GOMES FREITAS

GERENTE ADMINISTRATIVO

(assinado eletronicamente)

DIMAS AUGUSTO CARVALHO DE ARAÚJO

SUPERINTENDENTE



Documento assinado eletronicamente por **Vanessa Castro Abreu, Assistente Administrativo**, em 26/06/2024, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40164183** e o código CRC **E26A392B**.

Referência: Processo nº 23765.004865/2024-84 SEI nº 40164183



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Avenida Eugênio do Nascimento, s/nº - Bairro Dom Bosco, Juiz de Fora/MG, CEP
36038-330
- <http://www.hu-ufjf.ebserh.gov.br>

Declaração - SEI

Processo nº 23765.004865/2024-84

Interessado: @interessados_virgula_espaco@

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTOS

RAZÃO SOCIAL: , inscrita no CNPJ nº **XX.XXX.XXX/XXXX-XX**, declara para fins do disposto no Art. 38 da Lei 13.303/2016 e no Art. 69 do Regulamento de Licitações e Contratos da EBSERH, que **NÃO** se enquadra nas condições de impedimento estabelecidas abaixo:

Art. 69. Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela Ebserh a empresa:

- I - suspensão no âmbito da Rede Ebserh;
- II - declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;
- III - impedida de licitar e de contratar com a União;
- IV - constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada inidônea;
- V - cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea;
- VI - constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
- VII - cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;
- VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea;
- IX - cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja integrante de órgão estatutário, empregado, servidor cedido ou em exercício na Ebserh;

X - cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social seja integrante do Ministério da Educação ou de Instituições Federais de Ensino Superior e congêneres signatárias de contratos de gestão com a Ebserh.

§ 1º Aplica-se a vedação prevista no caput:

I - à contratação, como pessoa física ou em procedimentos licitatórios, na condição de licitante, de integrante de órgão estatutário, empregado, servidor cedido ou exercício na Ebserh, bem como de integrante do Ministério da Educação ou de Instituições Federais de Ensino e congêneres signatários de contratos de gestão com a Ebserh;

II - a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:

a) integrantes de órgãos estatutários da Ebserh;

b) empregado, servidor cedido ou em exercício na Ebserh cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável pela licitação ou estejam envolvidos no respectivo processo de contratação;

c) autoridade do Ministério da Educação;

d) autoridade das Instituições Federais de Ensino Superior e congêneres signatárias de contratos de gestão com a Ebserh.

III - cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a Ebserh há menos de 6 (seis) meses.

§ 2º A vedação prevista no caput também será aplicada ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, desde que comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

§ 3º A aplicação das vedações previstas nos incisos IV a VIII do caput e no § 2º deverá ser precedida de realização de diligências para verificar se houve tentativa de fraude por parte das empresas apontadas, por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, datas de abertura, dentre outros, sendo necessária a convocação do fornecedor para manifestação previamente à sua desclassificação.

§ 4º O disposto nos §§ 2º e 3º deve ser observado quando da emissão de nota de empenho, formalização da contratação e pagamento.

_____, ____ de _____ de _____

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA



Documento assinado eletronicamente por **Daniel Fernandes Afonso, Chefe de Unidade**, em 26/06/2024, às 11:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40157874** e o código CRC **F02263BB**.

Estudo Técnico Preliminar 49/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 23765.004865/2024-84

2. Introdução

A Equipe de Planejamento da Contratação (EPC) permanente, responsável pelas categorias de compras: Produtos para Saúde e Órtese, prótese e materiais especiais - OPME designada pela Portaria-SEI nº 890/2023 – de 21 de dezembro de 2023, publicada no Boletim de Serviço nº 56/2023, elaborou o Estudo Técnico Preliminar (ETP) para a aquisição dos itens constantes na Planilha Avaliação dos Itens - TR 14/2024 - ETS (38626450) e Planilha Avaliação de itens - TR 14/2024 pós av. CCQP (38627226), para análise da sua viabilidade e levantamento dos elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência, de forma que melhor atenda às necessidades do HU-UFJF, em conformidade com o disposto no artigo 28 do Regulamento de Licitações e Contratos da EBSERH e com a IN MP nº 01/2019.

O Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem por objetivo identificar e analisar os cenários para o atendimento da demanda que consta no Documento de Formalização da Demanda (DFD), bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções identificadas, fornecendo as informações necessárias para subsidiar o processo de contratação.

3. Objeto

O objeto deste estudo técnico preliminar é a análise da viabilidade da aquisição de Produtos para saúde, Órtese, Prótese e Materiais Especiais - OPME (Agulhas, seringas e cateteres, Cânulas, Drenos, Tubos e Sondas, Endoscopia, Fios cirúrgicos, cliques e hemostáticos, Gastroenterologia, Insumos para processamento de produtos para saúde e Material médico hospitalar) para atender a Unidade do Sistema Digestivo do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora/EBSERH, conforme quadro abaixo.

Esse objeto pertence às categorias de compra:

- Produtos para Saúde
- Órtese, Prótese e Materiais Especiais - OPME

Informação importante: Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 (atualizada pela LC 147/14).

Em respeito à referida Lei, foi adotada a priorização à participação de microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), tendo sido destacados itens de participação exclusiva de ME/EPP, aqueles com valor estimado igual ou inferior a R\$ 80.000,00.

Com base no princípio da eficiência, foram criados itens de participação ampla equivalentes aos itens de participação exclusiva, os quais serão abertos no certame licitatório para disputa, mas somente avançarão para as fases de aceitação e negociação caso haja frustração dos itens de participação exclusiva.

Em relação à programação de abertura de itens, será adotada a seguinte sistemática: abertura inicial de itens de participação exclusiva de ME/EPP; passando em sequência aos itens de ampla participação.

Quadro 1: Itens a licitar TR 0014/2024

(Após avaliação da EPC e Equipe Técnica de Suporte à EPC)

			CÓDIGO			
--	--	--	--------	--	--	--

ITEM	AGHU	CATMAT	EBSERH	DESCRIÇÃO	COMPETITIVIDADE	APRESENTAÇÃO
1	292224	428329	PROVPPS013112	BALÃO DILATAÇÃO, DIÂMETRO CATETER 4MM, APLICAÇÃO BILIAR, MATERIAL POLIVINIL, DUPLO LUMEN. CONTÉM MARCADORES RADIOFACOS. ATENDE CANAL DE TRABALHO DE 3.2MM. COMPRIMENTO DO BALÃO DE 2CM A 4CM. COMPRIMENTO DO CATETER DE NO MÍNIMO 180CM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
2	500821	428329	PROVPPS013113	BALÃO DILATAÇÃO, DIÂMETRO CATETER 6MM, APLICAÇÃO BILIAR, MATERIAL POLIVINIL, DUPLO LUMEN. CONTÉM MARCADORES RADIOFACOS. ATENDE CANAL DE TRABALHO DE 3.2MM. COMPRIMENTO DO BALÃO DE 2CM A 4CM. COMPRIMENTO DO CATETER DE NO MÍNIMO 180CM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
3	500822	428329	PROVPPS013114	BALÃO DILATAÇÃO, DIÂMETRO CATETER 8MM, APLICAÇÃO BILIAR, MATERIAL POLIVINIL, DUPLO LUMEN. CONTÉM MARCADORES RADIOFACOS. ATENDE CANAL DE TRABALHO DE 3.2MM. COMPRIMENTO DO BALÃO DE 2CM A 4CM. COMPRIMENTO DO CATETER DE NO MÍNIMO 180CM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE

				IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		
4	500751	428363	EBS07465	BALÃO PARA DILATAÇÃO DE ACALÁSIA, EM PLÁSTICO RESISTENTE, DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): DE 35 MM X 80 MM; COM 200 CM NO MÍNIMO, DUPLO LÚMEN, COMPATÍVEL COM FIO GUIA METÁLICO DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO); COM MARCAÇÕES RADIOPACAS INTERNAS PARA AUXILIAR NO POSICIONAMENTO. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
5	500749	428362	EBS07464	BALÃO PARA DILATAÇÃO DE ACALÁSIA, EM PLÁSTICO RESISTENTE. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): DE 30 MM X 80 MM; COM 200 CM NO MÍNIMO, DUPLO LÚMEN, COMPATÍVEL COM FIO GUIA METÁLICO DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO); COM MARCAÇÕES RADIOPACAS INTERNAS PARA AUXILIAR NO POSICIONAMENTO. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
				BALÃO PARA DILATAÇÃO DE ACALÁSIA, EM PLÁSTICO RESISTENTE. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): DE 40 MM X 80 MM; COM 200 CM NO MÍNIMO, DUPLO LÚMEN, COMPATÍVEL COM FIO GUIA METÁLICO DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO); COM		

6	500752	428330	EBS07466	MARCAÇÕES RADIOPACAS INTERNAS PARA AUXILIAR NO POSICIONAMENTO. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
7	500767	428302	EBS07461	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA E PILÓRICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DUPLO LÚMEN. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 12 - 13,5 -15 MM X 55 MM; CATETER 2,3 MM X NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
8	500770	428303	EBS07462	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA E PILÓRICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DUPLO LÚMEN. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 18 - 19 -20 MM X 55 MM; CATETER 2,3 MM X NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE

				ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		
9	500766	428296	EBS07411	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 10 - 11 - 12 MM X 55 MM; COM NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
10	500753	428327	EBS07455	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 10 - 11 - 12 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
				BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO		

11	500756	428327	EBS07456	HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 12 - 13,5 - 15 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
12	500763	428300	EBS07413	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 15 - 16,5 - 18 MM X 55 MM; COM NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
				BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 15 - 16,5 - 18 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO		

13	500757	428327	EBS07457	DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
14	500762	428328	EBS07458	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 18 - 19 -20 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
15	500764	428293	EBS06512	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 6 - 7 - 8 MM X 55 MM; COM NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM.	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE

				ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		
16	502166	428327	EBS07459	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 6 - 7 - 8 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
17	500765	428294	EBS07463	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 8 - 9 - 10 MM X 55 MM; COM NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE

				VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		
18	500819	428327	EBS07460	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 8 - 9 - 10 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
19	500780	428883	EBS07467	BALÃO PARA EXTRAÇÃO DE CÁLCULOS DAS VIAS BILIARES, TRIPLO LÚMEN. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 8.5 - 11.5 - 15 MM (INFLADO) X 195 CM; PARA CANAL DE BIÓPSIA DE 2.8 MM, COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) COM CAPACIDADE PARA INJETAR CONTRASTE DISTAL; MARCAÇÃO RADIOPACA. ACOMPANHA 3 SERINGAS DE 8.5, 11.5 E 15 MM. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
				BOCAL PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, TAMANHO ADULTO, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TIRA ELÁSTICA EM MATERIAL LAVÁVEL, ATÓXICO, NÃO	Exclusividade ME/EPP	

20	500805	475104	EBS07450	ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE
21	500806	475105	EBS07468	BOCAL PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, TAMANHO PEDIÁTRICO, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TIRA ELÁSTICA EM MATERIAL LAVÁVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
22	503926	602993	EBS13971	CÂNULA ENDOSCÓPICA PARA INJEÇÃO (AGULHA DE ESCLEROSE). UTILIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE INJETÁVEIS NO TRATO GASTROINTESTINAL, COM AUXÍLIO DE ENDOSCÓPIO. CÂNULA ENDOSCOPIA PARA INJEÇÃO, COM TUBO EXTERNO DA CÂNULA FABRICADO EM PTFE, MEDINDO 2300 MM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO DE 2.3 MM. COM AGULHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMANHO 19 G, RESERVATÓRIO PARA PROTEÇÃO DA AGULHA, EMPUNHADURA ERGONÔMICA E BAINHA PROXIMAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
				CÂNULA ENDOSCÓPICA PARA INJEÇÃO (AGULHA DE ESCLEROSE). UTILIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE INJETÁVEIS NO TRATO GASTROINTESTINAL, COM AUXÍLIO DE ENDOSCÓPIO.		

23	503928	602998	EBS08431	CÂNULA ENDOSCOPIA PARA INJEÇÃO, COM TUBO EXTERNO DA CÂNULA FABRICADO EM PTFE, MEDINDO 2300 MM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO DE 2.3 MM. COM AGULHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMANHO 21 G, RESERVATÓRIO PARA PROTEÇÃO DA AGULHA, EMPUNHADURA ERGONÔMICA E BAINHA PROXIMAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
24	500799	455984	EBS07469	CÂNULA PARA COLANGIOGRAFIA RETROGRADA VIA ENDOSCÓPICA, DUPLO LÚMEN, 6 FR, 200 CM DE COMPRIMENTO, PONTA TIPO DOMETIP, PARA USO COM FIO GUIA 0.018 POLEGADAS, MATERIAL TEFLON, RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
25	500798	455984	EBS07470	CÂNULA PARA COLANGIOGRAFIA RETRÓGRADA VIA ENDOSCÓPICA, DUPLO LÚMEN, 6 FR, 200 CM DE COMPRIMENTO, PONTA TIPO DOMETIP, PARA USO COM FIO GUIA 0.035 POLEGADAS, MATERIAL TEFLON, RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
				CATETER COM CESTA		

26	500829	428861	EBS08161	PARA EXTRAÇÃO DE CÁLCULOS DAS VIAS BILIARES POR LITOTRIPSIA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO MÍNIMO 180 CM DE COMPRIMENTO; COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO 4.2 MM, PERMITE INJEÇÃO DE CONTRASTE E USO DE FIO GUIA, MARCAÇÃO RADIOPACA, EXTENSÃO CESTA APROXIMADAMENTE 3 X 6 CM, SISTEMA MANOPLA ACOPLADA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: O CATETER DEVERÁ SER COMPATÍVEL MANOPLA PARA LITOTRIPSIA /INSUFLAÇÃO ALLIANCE II	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
27	500747	603005	EBS07471	CATETER PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, TIPO INJETOR, TAMANHO 22G, PARTE DISTAL AFILADA; AGULHA DE DIÂMETRO EXTERNO 2,30 CM, COMPRIMENTO 230 CM, COM CONEXÃO LUER LOCK, MATERIAL TEFLON, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
28	505528	467038	PROVPPS019902	CATETER PARA ENDOSCÓPIO, TIPO SONDA, AXIAL, COM FILTRO, PARA ENDOSCOPIA ALTA E BAIXA, DIMENSÃO: PARA CANAL CERCA DE 2,3 MM X 220 CM, HASTE ISOLADA, COM CONEXÃO PARA COAGULADOR POR PLASMA DE ARGÔNIO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. COM SAÍDA FRONTAL PARA ELETROCOAGULAÇÃO	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE

				COM PLASMA DE ARGÔNIO. COMPATÍVEL COM BISTURI DE PLASMA DE ARGÔNIO MARCA ERBE. COMPLEMENTO: DEVERÁ SER ENTREGUE 01 ADAPTADOR COMPATÍVEL.		
29	505529	467038	PROVPPS019903	CATETER PARA ENDOSCÓPIO, TIPO SONDA, CIRCUNFERENCIAL, COM FILTRO, PARA ENDOSCOPIA ALTA E BAIXA, DIMENSÃO: PARA CANAL CERCA DE 2,3 MM X 220 CM, HASTE ISOLADA, COM CONEXÃO PARA COAGULADOR POR PLASMA DE ARGÔNIO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. COM SAÍDA FRONTAL PARA ELETROCOAGULAÇÃO COM PLASMA DE ARGÔNIO. COMPATÍVEL COM BISTURI DE PLASMA DE ARGÔNIO MARCA ERBE. COMPLEMENTO: DEVERÁ SER ENTREGUE 01 ADAPTADOR COMPATÍVEL.	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
30	500777	445450	EBS08886	CLIPADOR COM CLIP PARA HEMOSTASIA ENDOSCÓPICA, DESCARTÁVEL; PARA USO EM COLONOSCOPIA. FECHAMENTO COM POSSIBILIDADE DE ABRIR E FECHAR, APROXIMADAMENTE 5 VEZES E COM CAPACIDADE DE ROTAÇÃO AUXILIANDO NO REPOSICIONAMENTO. PODE SER UTILIZADO EM AMBIENTES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. PARA COMPRIMENTO DE TRABALHO APROXIMADAMENTE 230 CM, CANAL MÍNIMO DE TRABALHO 2,8 MM E ABERTURA DE CLIP APROXIMADAMENTE 10 MM. MATERIAL DE USO ÚNICO. EMBALAGEM DEVE APRESENTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE

				DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO ANVISA/MS		
31	500800	605578	EBS13972	DILATADOR TIPO BILIAR, TAMANHOS 7 FR, 8,5 FR E 10 FR, MATERIAL POLIVINIL, PARA USO EM CANAL DE 2,8 A 4,2 MM, COMPRIMENTO CERCA DE 200 CM. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
32	500773	462929	EBS07474	ELETRODO, TIPO CATETER, PARA COLONOSCOPIA. CONEXÃO PARA COAGULADOR DE ARGÔNIO, MATERIAL POLIURETANO, COMPRIMENTO 230 CM, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM COAGULADOR DE ARGÔNIO MARCA WEM	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
33	505242	600905	EBS12722	ESCALA WECHSLER DE INTELIGÊNCIA NÃO VERBAL - WISC-IV, PROTOCOLO DE REGISTRO GERAL, COMPOSTO DE 15 SUBTESTES, INSTRUMENTO CLÍNICO DE APLICAÇÃO INDIVIDUAL QUE TEM COMO OBJETIVO AVALIAR A CAPACIDADE INTELLECTUAL DE CRIANÇAS E O PROCESSO DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS. USO EM NEUROPSICOLOGIA	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
34	500791	348102	PROVPPS013199	ESCOVA PARA CITOLOGIA BILIAR, DUPLO CANAL, MONTADA EM CATETER 2.6MM, PARA GUIA 0,035", DIÂMETRO 3MM, MARCAÇÕES DISTAIS RADIO PACAS, SISTEMA	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE

				RETRAÇÃO, COMPRIMENTO 200 CM. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL		
35	500789	462240	EBS13980	FIO GUIA, APLICAÇÃO: NÃO VASCULAR, TIPO BILIAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,018 POLEGADAS, FORMATO PONTA RETA RADIOPACA, APLICAÇÃO CANAL DE 2,8 MM, COMPRIMENTO 400 A 480 CM, ESTÉRIL, REVESTIMENTO LISTRADO PARA VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO FIO GUIA DENTRO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
36	500788	452250	EBS07616	FIO GUIA, APLICAÇÃO: NÃO VASCULAR, TIPO BILIAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,025 POLEGADAS, FORMATO PONTA RETA RADIOPACA, APLICAÇÃO CANAL DE 2,8 MM, COMPRIMENTO 400 A 480 CM, ESTÉRIL, REVESTIMENTO LISTRADO PARA VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO FIO GUIA DENTRO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
				FIO GUIA, APLICAÇÃO: NÃO VASCULAR, TIPO BILIAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,035 POLEGADAS, FORMATO PONTA ANGULADA RADIOPACA, APLICAÇÃO CANAL DE 2,8		

37	500785	452249	EBS07623	MM, COMPRIMENTO 400 A 480 CM, ESTÉRIL, REVESTIMENTO LISTRADO PARA VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO FIO GUIA DENTRO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
38	502490	468427	EBS13981	FIO GUIA, APLICAÇÃO: NÃO VASCULAR, TIPO BILIAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,035 POLEGADAS, FORMATO PONTA RETA RADIOPACA, RÍGIDO (TIPO SUPER STIFF), APLICAÇÃO CANAL DE 2,8 MM, COMPRIMENTO 400 A 480 CM, ESTÉRIL, REVESTIMENTO LISTRADO PARA VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO FIO GUIA DENTRO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
39	500774	467083	EBS07927	FIO GUIA, PARA DILATADOR ESOFÁGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO PONTA FLEXÍVEL ESPIRALADA, DIÂMETRO DE 0,035 POLEGADAS POR 250 CM DE COMPRIMENTO, COM MARCAS RADIOPACAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
				KIT DE LIGADURA ELÁSTICA COMPLETO PARA VARIZES DO		

40	262536	458244	EBS06996	ESÔFAGO. COMPOSTO POR: 02 (DOIS) TAMBORES OU 02 (DOIS) KITS COM UM TAMBOR, EM CADA KIT/TAMBOR COM, NO MÍNIMO, 06 (SEIS) ELÁSTICOS; ANÉIS DISTRIBUÍDOS EM PONTEIRAS NA PROPORÇÃO DE 10 MM; MANOPLA PLÁSTICA GIRATÓRIA; CATETER GUIA; CORDÃO PARA ACIONAMENTO; COMPATÍVEL COM ENDOSCÓPIO (DIÂMETRO: DE 9,5 MM A 13 MM; COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
41	500750	440108	EBS01276	KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), COMPOSTO MINIMAMENTE POR: SONDA EM SILICONE 14 FR, COM LINHAS RADIOPACAS, MARCAÇÕES DE PROFUNDIDADE CENTRIMENTRADAS, RETENTOR INTERNO EM FORMATO ANATÔMICO E SEGURO, PONTA DE DILATAÇÃO COM FIO DE TRAÇÃO E ALÇA DE PREENSÃO. DISCO DE FIXAÇÃO INTERNO DE SILICONE RADIOPACO COM ABERTURA DISTAL ARREDONDADA E DISPOSITIVO DE APLICAÇÃO. FIO DE INSERÇÃO E DISTRIBUIDOR, RETENTOR EXTERNO (ANEL E ÊMBOLO) PARA FIXAÇÃO E APOIO EXTERNO ATRAUMÁTICO EM SILICONE, ALÇA DE SEGURANÇA, ADAPTADOR DE PORTA ALIMENTAÇÃO DUPLO	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE

				COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL E TAMPA PROTETORA, COM CLAMP PARA FECHAMENTO DA SONDA NA SUA PORÇÃO TUBULAR; FIO GUIA, BISTURI, SERINGA DE 5 ML, AGULHA 14 G. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 440108		
42	501456	440112	EBS01277	KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), COMPOSTO MINIMAMENTE POR: SONDA EM SILICONE 16 FR, COM LINHAS RADIOPACAS, MARCAÇÕES DE PROFUNDIDADE CENTRIMENTRADAS, RETENTOR INTERNO EM FORMATO ANATÔMICO E SEGURO, PONTA DE DILATAÇÃO COM FIO DE TRAÇÃO E ALÇA DE PREENSÃO. DISCO DE FIXAÇÃO INTERNO DE SILICONE RADIOPACO COM ABERTURA DISTAL ARREDONDADA E DISPOSITIVO DE APLICAÇÃO. FIO DE INSERÇÃO E DISTRIBUIDOR, RETENTOR EXTERNO (ANEL E ÊMBOLO) PARA FIXAÇÃO E APOIO EXTERNO ATRAUMÁTICO EM SILICONE, ALÇA DE SEGURANÇA, ADAPTADOR DE PORTA ALIMENTAÇÃO DUPLO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL E TAMPA PROTETORA, COM CLAMP PARA FECHAMENTO DA SONDA NA SUA PORÇÃO TUBULAR; FIO GUIA, BISTURI, SERINGA DE 5 ML, AGULHA 14 G. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE

				ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 440112		
43	500748	440103	EBS01279	KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), COMPOSTO MINIMAMENTE POR: SONDA EM SILICONE 20 FR, COM LINHAS RADIOPACAS, MARCAÇÕES DE PROFUNDIDADE CENTRIMENTRADAS, RETENTOR INTERNO EM FORMATO ANATÔMICO E SEGURO, PONTA DE DILATAÇÃO COM FIO DE TRAÇÃO E ALÇA DE PREENSÃO. DISCO DE FIXAÇÃO INTERNO DE SILICONE RADIOPACO COM ABERTURA DISTAL ARREDONDADA E DISPOSITIVO DE APLICAÇÃO. FIO DE INSERÇÃO E DISTRIBUIDOR, RETENTOR EXTERNO (ANEL E ÊMBOLO) PARA FIXAÇÃO E APOIO EXTERNO ATRAUMÁTICO EM SILICONE, ALÇA DE SEGURANÇA, ADAPTADOR DE PORTA ALIMENTAÇÃO DUPLO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL E TAMPA PROTETORA, COM CLAMP PARA FECHAMENTO DA SONDA NA SUA PORÇÃO TUBULAR; FIO GUIA, BISTURI, SERINGA DE 5 ML, AGULHA 14 G. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 440118	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
				KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), COMPOSTO		

44	262544	440104	EBS01281	MINIMAMENTE POR: SONDA EM SILICONE 24 FR, COM LINHAS RADIOPACAS, MARCAÇÕES DE PROFUNDIDADE CENTRIMENTRADAS, RETENTOR INTERNO EM FORMATO ANATÔMICO E SEGURO, PONTA DE DILATAÇÃO COM FIO DE TRAÇÃO E ALÇA DE PREENSÃO. DISCO DE FIXAÇÃO INTERNO DE SILICONE RADIOPACO COM ABERTURA DISTAL ARREDONDADA E DISPOSITIVO DE APLICAÇÃO. FIO DE INSERÇÃO E DISTRIBUIDOR, RETENTOR EXTERNO (ANEL E ÊMBOLO) PARA FIXAÇÃO E APOIO EXTERNO ATRAUMÁTICO EM SILICONE, ALÇA DE SEGURANÇA, ADAPTADOR DE PORTA ALIMENTAÇÃO DUPLO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL E TAMPA PROTETORA, COM CLAMP PARA FECHAMENTO DA SONDA NA SUA PORÇÃO TUBULAR; FIO GUIA, BISTURI, SERINGA DE 5 ML, AGULHA 14 G. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 440104	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
45	500781	603882	EBS07424	PAPILÓTOMO, TIPO TRIPLO LÚMEN, MODELO CORPO EM TEFLON, NARIZ CURTO, COM FIO CORTE MONOFIL. 20 MM, EXT. 7 FR, DISTAL 5,5 FR, 200 CM, COM MANOPLA 3 PONTOS, COMPATÍVEL COM GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE

				PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS.		
46	500779	603883	EBS07479	PAPILÓTOMO, TIPO TRIPLO LÚMEN, MODELO CORPO EM TEFLON, NARIZ CURTO, COM FIO CORTE MONOFIL. 25 MM, EXT. 7 FR, DISTAL 5,5 FR, 200 CM, COM MANOPLA 3 PONTOS, COMPATÍVEL COM GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
47	500782	603881	EBS07480	PAPILÓTOMO, TIPO TRIPLO LÚMEN, MODELO CORPO EM TEFLON, NARIZ CURTO, COM FIO CORTE MONOFIL. 30 MM, EXT. 7 FR, DISTAL 5,5 FR, 200 CM, COM MANOPLA 3 PONTOS, COMPATÍVEL COM GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
48	502164	465240	PROVPPS013123	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, TIPO RETIRADA DE CORPO ESTRANHO COM REDE COLETORA, FIO AÇO INOXIDÁVEL, CALIBRE 2,5 MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE

49	500746	465289	EBS07451	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA HEXAGONAL, FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 25 A 29 MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
50	500761	465274	EBS07402	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA OVAL, FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 11 A 14 MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
51	500745	465278	EBS07452	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA OVAL, FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 25 A 29 MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE,	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE

				VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		
52	500744	465277	EBS07403	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA OVAL, FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 30 A 35 MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
53	503922	478168	PROVPPS020433	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA OVAL, MATERIAL FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 10MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
				PRÓTESE DE VIAS BILIARES, ENDOPRÓTESE LUMINAL, FUNÇÃO STENT BILIAR, MATERIAL POLÍMERO, SISTEMA INTRODUTOR DE APROXIMADAMENTE 10 FR X 7 CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, PARA CANAL DE TRABALHO DE 3.2 MM OU MAIOR. COM MARCAS RADIOPACAS NA PONTA DISTAL E MARCA ENDOSCÓPICA NA PONTA PROXIMAL. MODELO PRÉ-MONTADA. USO ÚNICO.		

54	500812	442240	EBS09879	TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO COM APLICADOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
55	500824	407545	EBS07475	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, ENDOPRÓTESE LUMINAL, FUNÇÃO STENT, AUTOEXPANSÍVEL, ENDOSCÓPICA, ESTRUTURA METÁLICA NÃO RECOBERTA, MATERIAL ESTRUTURA PLATINA, REVESTIDO EM NITINOL, SISTEMA DE IMPLANTE MONTADO EM INTRODUTOR DE APROXIMADAMENTE 8 FR, PRÉ-CARREGADO, DIÂMETRO 10 MM, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE DE 6 A 8 CM, COM MARCAS RADIOPACAS EM PLATINA E IRIIDIUM, USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE

				REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA		
56	500815	407551	EBS07477	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, ENDOPRÓTESE LUMINAL, FUNÇÃO STENT, AUTOEXPANSÍVEL, ENDOSCÓPICA, ESTRUTURA METÁLICA RECOBERTA PARCIALMENTE, MATERIAL ESTRUTURA PLATINA, REVESTIDO EM NITINOL, SISTEMA DE IMPLANTE MONTADO EM INTRODUTOR DE APROXIMADAMENTE 8,5 FR, PRÉ-CARREGADO, DIÂMETRO 10 MM, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE DE 6 A 8 CM, COM MARCAS RADIOPACAS EM PLATINA E IRIIDIUM, USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
				PRÓTESE DE VIAS BILIARES, ENDOPRÓTESE LUMINAL, FUNÇÃO STENT, AUTOEXPANSÍVEL, ENDOSCÓPICA, ESTRUTURA METÁLICA RECOBERTA TOTALMENTE, MATERIAL ESTRUTURA PLATINA, REVESTIDO EM NITINOL, SISTEMA DE IMPLANTE MONTADO EM INTRODUTOR DE APROXIMADAMENTE 8 FR, PRÉ-CARREGADO, DIÂMETRO 10 MM, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE DE 6 A 8 CM, COM MARCAS		

57	500828	407555	EBS07478	RADIOPACAS EM PLATINA E IRIIDIUM, USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
58	500813	442247	PROVPPS013125	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 10 FR, COMPRIMENTO 10 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
59	500814	442247	EBS07439	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 10 FR, COMPRIMENTO 12 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
				PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 7 FR, COMPRIMENTO 07 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL		

60	502486	442245	EBS13996	PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
61	502488	442245	PROVPPS013127	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 7 FR, COMPRIMENTO 10 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
62	502487	442245	EBS14000	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 7 FR, COMPRIMENTO 12 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
63	500808	442246	EBS14001	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 8,5 FR, COMPRIMENTO 07 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE

				PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS		
64	500810	442246	PROVPPS013130	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 8,5 FR, COMPRIMENTO 10 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCAMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
65	500811	442246	PROVPPS013131	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 8,5 FR, COMPRIMENTO 12 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCAMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
66	500804	466446	EBS05046	SERINGA INSUFLADORA DE 60 ML, PERMITE MEDIR A PRESSÃO EM ATM E EM PSI, POSSUI TRAVA PARA CONFORTO, SEGURANÇA E FÁCIL MANUSEIO, CATETER DE BAIXA COMPLACÊNCIA COM MANÔMETRO PARA INSUFLAR BALÕES DILATADORES HIDROSTÁTICOS. UTILIZADO CONJUNTAMENTE COM A MANOPLA/ PISTOLA DE INSUFLAÇÃO ENDOSCOPICAMENTE EM ESTENOSES DO TRATO GASTROINTESTINAL E/OU ÁRVORE RESPIRATÓRIA. EMBALAGEM INDIVIDUAL	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE

				E ESTÉRIL. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA		
67	278374	463623	EBS02071	SONDA DE GASTROSTOMIA TRÊS VIAS ADULTO 20 FR COM 230 MM. CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MÉDICO COM FITA RADIOPACA AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO. COM BALÃO DE ANCORAGEM INTERNO DE CAPACIDADE DE 20 ML. MARCAÇÕES PELO MENOS A CADA 2 CENTÍMETROS EM TODA SUA EXTENSÃO. 3 (TRÊS) VIAS, UMA PARA ADMINISTRAÇÃO DA DIETA, UMA PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS E UMA VIA PARA ENCHIMENTO DO BALÃO. ANEL DE FIXAÇÃO EXTERNO COM PONTOS DE ANCORAGEM. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA E RESISTENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
68	78	435893	EBS00281	SONDA ESTOMACAL ESOFAGIANA, TIPO SENGSTAKEN-BLAKEMORE Nº 18, EM LÁTEX, FLEXÍVEL, 03 VIAS, EXTREMIDADE DISTAL COM 04 ORIFÍCIOS PARA DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, EXTREMIDADE PROXIMAL COM FUNIL, COM 02 BALÕES EM LÁTEX (GÁSTRICO E ESOFÁGICO), ANÉIS RADIOPACOS ENTRE OS BALÕES. GRADUADA A CADA 5 CM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 100 CM. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE

				FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 435893		
69	502472	435895	EBS00282	SONDA ESTOMACAL ESOFAGIANA, TIPO SENGSTAKEN- BLAKEMORE Nº 21, EM LÁTEX, FLEXÍVEL, 03 VIAS, EXTREMIDADE DISTAL COM 04 ORIFÍCIOS PARA DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, EXTREMIDADE PROXIMAL COM FUNIL, COM 02 BALÕES EM LÁTEX (GÁSTRICO E ESOFÁGICO), ANÉIS RADIOPACOS ENTRE OS BALÕES. GRADUADA A CADA 5 CM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 100 CM. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 435895	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE
70	500343	435890	EBS01907	SONDA FOUCHET 32 FR, COMPRIMENTO MÍNIMO 80 CM, EM PVC SILICONIZADO, BIOCOMPATÍVEL, CONEXÃO FÊMEA COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL E TAMPA PROTETORA. PONTA DISTAL ARREDONDADA E PERFURADA COM FENESTRAS LATERAIS. TODO MATERIAL DEVE SER ATÓXICO, RESISTENTE, TER FLEXIBILIDADE SEGURA, ISENTO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, ATRAUMÁTICA E DE FÁCIL MANUSEIO. ESTÉRIL. USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO	Exclusividade ME/EPP Ampla Concorrência	UNIDADE

				NA ANVISA/MS. CATMAT: 435890		
71	292224	428329	PROVPPS013112	BALÃO DILATAÇÃO, DIÂMETRO CATETER 4MM, APLICAÇÃO BILIAR, MATERIAL POLIVINIL, DUPLO LUMEN. CONTÉM MARCADORES RADIOPACOS. ATENDE CANAL DE TRABALHO DE 3.2MM. COMPRIMENTO DO BALÃO DE 2CM A 4CM. COMPRIMENTO DO CATETER DE NO MÍNIMO 180CM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE
72	500821	428329	PROVPPS013113	BALÃO DILATAÇÃO, DIÂMETRO CATETER 6MM, APLICAÇÃO BILIAR, MATERIAL POLIVINIL, DUPLO LUMEN. CONTÉM MARCADORES RADIOPACOS. ATENDE CANAL DE TRABALHO DE 3.2MM. COMPRIMENTO DO BALÃO DE 2CM A 4CM. COMPRIMENTO DO CATETER DE NO MÍNIMO 180CM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE
73	500822	428329	PROVPPS013114	BALÃO DILATAÇÃO, DIÂMETRO CATETER 8MM, APLICAÇÃO BILIAR, MATERIAL POLIVINIL, DUPLO LUMEN. CONTÉM MARCADORES RADIOPACOS. ATENDE CANAL DE TRABALHO DE 3.2MM. COMPRIMENTO DO BALÃO DE 2CM A 4CM. COMPRIMENTO DO CATETER DE NO MÍNIMO 180CM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA	Ampla Concorrência	UNIDADE

				ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		
74	500751	428363	EBS07465	BALÃO PARA DILATAÇÃO DE ACALÁSIA, EM PLÁSTICO RESISTENTE, DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): DE 35 MM X 80 MM; COM 200 CM NO MÍNIMO, DUPLO LÚMEN, COMPATÍVEL COM FIO GUIA METÁLICO DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO); COM MARCAÇÕES RADIOFACAS INTERNAS PARA AUXILIAR NO POSICIONAMENTO. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE
75	500749	428362	EBS07464	BALÃO PARA DILATAÇÃO DE ACALÁSIA, EM PLÁSTICO RESISTENTE. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): DE 30 MM X 80 MM; COM 200 CM NO MÍNIMO, DUPLO LÚMEN, COMPATÍVEL COM FIO GUIA METÁLICO DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO); COM MARCAÇÕES RADIOFACAS INTERNAS PARA AUXILIAR NO POSICIONAMENTO. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE
				BALÃO PARA DILATAÇÃO DE ACALÁSIA, EM PLÁSTICO RESISTENTE. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): DE 40 MM X 80 MM; COM 200 CM NO MÍNIMO, DUPLO LÚMEN, COMPATÍVEL COM FIO GUIA METÁLICO DE 0,035 POLEGADAS		

76	500752	428330	EBS07466	(DIÂMETRO); COM MARCAÇÕES RADIOPACAS INTERNAS PARA AUXILIAR NO POSICIONAMENTO. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE
77	500767	428302	EBS07461	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA E PILÓRICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DUPLO LÚMEN. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 12 - 13,5 -15 MM X 55 MM; CATETER 2,3 MM X NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE
78	500770	428303	EBS07462	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA E PILÓRICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DUPLO LÚMEN. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 18 - 19 -20 MM X 55 MM; CATETER 2,3 MM X NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL,	Ampla Concorrência	UNIDADE

				RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		
79	500766	428296	EBS07411	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 10 - 11 - 12 MM X 55 MM; COM NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE
80	500753	428327	EBS07455	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 10 - 11 - 12 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	Ampla Concorrência	UNIDADE
				BALÃO PARA DILATAÇÃO		

81	500756	428327	EBS07456	ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 12 - 13,5 -15 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	Ampla Concorrência	UNIDADE
82	500763	428300	EBS07413	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 15 - 16,5 - 18 MM X 55 MM; COM NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE
				BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 15 - 16,5 -18 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS		

83	500757	428327	EBS07457	DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	Ampla Concorrência	UNIDADE
84	500762	428328	EBS07458	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 18 - 19 -20 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	Ampla Concorrência	UNIDADE
85	500764	428293	EBS06512	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 6 - 7 - 8 MM X 55 MM; COM NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL	Ampla Concorrência	UNIDADE

				DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		
86	502166	428327	EBS07459	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 6 - 7 - 8 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	Ampla Concorrência	UNIDADE
87	500765	428294	EBS07463	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 8 - 9 - 10 MM X 55 MM; COM NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL	Ampla Concorrência	UNIDADE

				VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		
88	500819	428327	EBS07460	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 8 - 9 - 10 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	Ampla Concorrência	UNIDADE
89	500780	428883	EBS07467	BALÃO PARA EXTRAÇÃO DE CÁLCULOS DAS VIAS BILIARES, TRIPLO LÚMEN. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 8.5 - 11.5 - 15 MM (INFLADO) X 195 CM; PARA CANAL DE BIÓPSIA DE 2.8 MM, COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) COM CAPACIDADE PARA INJETAR CONTRASTE DISTAL; MARCAÇÃO RADIOPACA. ACOMPANHA 3 SERINGAS DE 8.5, 11.5 E 15 MM. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE
90	500805	475104	EBS07450	BOCAL PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, TAMANHO ADULTO, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TIRA ELÁSTICA EM MATERIAL LAVÁVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM	Ampla Concorrência	UNIDADE

				INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		
91	500806	475105	EBS07468	BOCAL PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, TAMANHO PEDIÁTRICO, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TIRA ELÁSTICA EM MATERIAL LAVÁVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE
92	503926	602993	EBS13971	CÂNULA ENDOSCÓPICA PARA INJEÇÃO (AGULHA DE ESCLEROSE). UTILIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE INJETÁVEIS NO TRATO GASTROINTESTINAL, COM AUXÍLIO DE ENDOSCÓPIO. CÂNULA ENDOSCOPIA PARA INJEÇÃO, COM TUBO EXTERNO DA CÂNULA FABRICADO EM PTFE, MEDINDO 2300 MM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO DE 2.3 MM. COM AGULHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMANHO 19 G, RESERVATÓRIO PARA PROTEÇÃO DA AGULHA, EMPUNHADURA ERGONÔMICA E BAINHA PROXIMAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	Ampla Concorrência	UNIDADE
				CÂNULA ENDOSCÓPICA PARA INJEÇÃO (AGULHA DE ESCLEROSE). UTILIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE INJETÁVEIS NO TRATO GASTROINTESTINAL, COM AUXÍLIO DE ENDOSCÓPIO. CÂNULA ENDOSCOPIA		

93	503928	602998	EBS08431	PARA INJEÇÃO, COM TUBO EXTERNO DA CÂNULA FABRICADO EM PTFE, MEDINDO 2300 MM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO DE 2.3 MM. COM AGULHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMANHO 21 G, RESERVATÓRIO PARA PROTEÇÃO DA AGULHA, EMPUNHADURA ERGONÔMICA E BAINHA PROXIMAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	Ampla Concorrência	UNIDADE
94	500799	455984	EBS07469	CÂNULA PARA COLANGIOGRAFIA RETROGRADA VIA ENDOSCÓPICA, DUPLO LÚMEN, 6 FR, 200 CM DE COMPRIMENTO, PONTA TIPO DOMETIP, PARA USO COM FIO GUIA 0.018 POLEGADAS, MATERIAL TEFLON, RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	Ampla Concorrência	UNIDADE
95	500798	455984	EBS07470	CÂNULA PARA COLANGIOGRAFIA RETRÓGRADA VIA ENDOSCÓPICA, DUPLO LÚMEN, 6 FR, 200 CM DE COMPRIMENTO, PONTA TIPO DOMETIP, PARA USO COM FIO GUIA 0.035 POLEGADAS, MATERIAL TEFLON, RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE
				CATETER COM CESTA PARA EXTRAÇÃO DE		

96	500829	428861	EBS08161	CÁLCULOS DAS VIAS BILIARES POR LITOTRIPSIA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO MÍNIMO 180 CM DE COMPRIMENTO; COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO 4.2 MM, PERMITE INJEÇÃO DE CONTRASTE E USO DE FIO GUIA, MARCAÇÃO RADIOPACA, EXTENSÃO CESTA APROXIMADAMENTE 3 X 6 CM, SISTEMA MANOPLA ACOPLADA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: O CATETER DEVERÁ SER COMPATÍVEL MANOPLA PARA LITOTRIPSIA /INSUFLAÇÃO ALLIANCE II	Ampla Concorrência	UNIDADE
97	500747	603005	EBS07471	CATETER PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, TIPO INJETOR, TAMANHO 22G, PARTE DISTAL AFILADA; AGULHA DE DIÂMETRO EXTERNO 2,30 CM, COMPRIMENTO 230 CM, COM CONEXÃO LUER LOCK, MATERIAL TEFLON, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE
98	505528	467038	PROVPPS019902	CATETER PARA ENDOSCÓPIO, TIPO SONDA, AXIAL, COM FILTRO, PARA ENDOSCOPIA ALTA E BAIXA, DIMENSÃO: PARA CANAL CERCA DE 2,3 MM X 220 CM, HASTE ISOLADA, COM CONEXÃO PARA COAGULADOR POR PLASMA DE ARGÔNIO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. COM SAÍDA FRONTAL PARA ELETROCOAGULAÇÃO COM PLASMA DE	Ampla Concorrência	UNIDADE

				ARGÔNIO. COMPATÍVEL COM BISTURI DE PLASMA DE ARGÔNIO MARCA ERBE. COMPLEMENTO: DEVERÁ SER ENTREGUE 01 ADAPTADOR COMPATÍVEL.		
99	505529	467038	PROVPPS019903	CATETER PARA ENDOSCÓPIO, TIPO SONDA, CIRCUNFERENCIAL, COM FILTRO, PARA ENDOSCOPIA ALTA E BAIXA, DIMENSÃO: PARA CANAL CERCA DE 2,3 MM X 220 CM, HASTE ISOLADA, COM CONEXÃO PARA COAGULADOR POR PLASMA DE ARGÔNIO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. COM SAÍDA FRONTAL PARA ELETROCOAGULAÇÃO COM PLASMA DE ARGÔNIO. COMPATÍVEL COM BISTURI DE PLASMA DE ARGÔNIO MARCA ERBE. COMPLEMENTO: DEVERÁ SER ENTREGUE 01 ADAPTADOR COMPATÍVEL.	Ampla Concorrência	UNIDADE
100	500777	445450	EBS08886	CLIPADOR COM CLIP PARA HEMOSTASIA ENDOSCÓPICA, DESCARTÁVEL; PARA USO EM COLONOSCOPIA. FECHAMENTO COM POSSIBILIDADE DE ABRIR E FECHAR, APROXIMADAMENTE 5 VEZES E COM CAPACIDADE DE ROTAÇÃO AUXILIANDO NO REPOSICIONAMENTO. PODE SER UTILIZADO EM AMBIENTES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. PARA COMPRIMENTO DE TRABALHO APROXIMADAMENTE 230 CM, CANAL MÍNIMO DE TRABALHO 2,8 MM E ABERTURA DE CLIP APROXIMADAMENTE 10 MM. MATERIAL DE USO ÚNICO. EMBALAGEM DEVE APRESENTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E	Ampla Concorrência	UNIDADE

				VALIDADE E REGISTRO ANVISA/MS		
101	500800	605578	EBS13972	DILATADOR TIPO BILIAR, TAMANHOS 7 FR, 8,5 FR E 10 FR, MATERIAL POLIVINIL, PARA USO EM CANAL DE 2,8 A 4,2 MM, COMPRIMENTO CERCA DE 200 CM. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	Ampla Concorrência	UNIDADE
102	500773	462929	EBS07474	ELETRODO, TIPO CATETER, PARA COLONOSCOPIA. CONEXÃO PARA COAGULADOR DE ARGÔNIO, MATERIAL POLIURETANO, COMPRIMENTO 230 CM, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM COAGULADOR DE ARGÔNIO MARCA WEM	Ampla Concorrência	UNIDADE
103	505242	600905	EBS12722	ESCALA WECHSLER DE INTELIGÊNCIA NÃO VERBAL - WISC-IV, PROTOCOLO DE REGISTRO GERAL, COMPOSTO DE 15 SUBTESTES, INSTRUMENTO CLÍNICO DE APLICAÇÃO INDIVIDUAL QUE TEM COMO OBJETIVO AVALIAR A CAPACIDADE INTELLECTUAL DE CRIANÇAS E O PROCESSO DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS. USO EM NEUROPSICOLOGIA	Ampla Concorrência	UNIDADE
104	500791	348102	PROVPPS013199	ESCOVA PARA CITOLOGIA BILIAR, DUPLO CANAL, MONTADA EM CATETER 2.6MM, PARA GUIA 0,035", DIÂMETRO 3MM, MARCAÇÕES DISTAIS RADIOPACAS, SISTEMA RETRAÇÃO,	Ampla Concorrência	UNIDADE

				COMPRIMENTO 200 CM. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL		
105	500789	462240	EBS13980	FIO GUIA, APLICAÇÃO: NÃO VASCULAR, TIPO BILIAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,018 POLEGADAS, FORMATO PONTA RETA RADIOPACA, APLICAÇÃO CANAL DE 2,8 MM, COMPRIMENTO 400 A 480 CM, ESTÉRIL, REVESTIMENTO LISTRADO PARA VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO FIO GUIA DENTRO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO	Ampla Concorrência	UNIDADE
106	500788	452250	EBS07616	FIO GUIA, APLICAÇÃO: NÃO VASCULAR, TIPO BILIAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,025 POLEGADAS, FORMATO PONTA RETA RADIOPACA, APLICAÇÃO CANAL DE 2,8 MM, COMPRIMENTO 400 A 480 CM, ESTÉRIL, REVESTIMENTO LISTRADO PARA VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO FIO GUIA DENTRO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO	Ampla Concorrência	UNIDADE
				FIO GUIA, APLICAÇÃO: NÃO VASCULAR, TIPO BILIAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,035 POLEGADAS, FORMATO PONTA ANGULADA RADIOPACA, APLICAÇÃO CANAL DE 2,8 MM, COMPRIMENTO 400 A		

107	500785	452249	EBS07623	480 CM, ESTÉRIL, REVESTIMENTO LISTRADO PARA VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO FIO GUIA DENTRO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO	Ampla Concorrência	UNIDADE
108	502490	468427	EBS13981	FIO GUIA, APLICAÇÃO: NÃO VASCULAR, TIPO BILIAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,035 POLEGADAS, FORMATO PONTA RETA RADIOPACA, RÍGIDO (TIPO SUPER STIFF), APLICAÇÃO CANAL DE 2,8 MM, COMPRIMENTO 400 A 480 CM, ESTÉRIL, REVESTIMENTO LISTRADO PARA VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO FIO GUIA DENTRO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	Ampla Concorrência	UNIDADE
109	500786	452243	EBS07624	FIO GUIA, APLICAÇÃO: NÃO VASCULAR, TIPO BILIAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,035 POLEGADAS, FORMATO PONTA RETA RADIOPACA, APLICAÇÃO CANAL DE 2,8 MM, COMPRIMENTO 400 A 480 CM, ESTÉRIL, REVESTIMENTO LISTRADO PARA VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO FIO GUIA DENTRO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA,	Ampla Concorrência	UNIDADE

				IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO		
110	500774	467083	EBS07927	FIO GUIA, PARA DILATADOR ESOFÁGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO PONTA FLEXÍVEL ESPIRALADA, DIÂMETRO DE 0,035 POLEGADAS POR 250 CM DE COMPRIMENTO, COM MARCAS RADIOPACAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE
111	262536	458244	EBS06996	KIT DE LIGADURA ELÁSTICA COMPLETO PARA VARIZES DO ESÔFAGO. COMPOSTO POR: 02 (DOIS) TAMBORES OU 02 (DOIS) KITS COM UM TAMBOR, EM CADA KIT/TAMBOR COM, NO MÍNIMO, 06 (SEIS) ELÁSTICOS; ANÉIS DISTRIBUÍDOS EM PONTEIRAS NA PROPORÇÃO DE 10 MM; MANOPLA PLÁSTICA GIRATÓRIA; CATETER GUIA; CORDÃO PARA ACIONAMENTO; COMPATÍVEL COM ENDOSCÓPIO (DIÂMETRO: DE 9,5 MM A 13 MM; COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE
				KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), COMPOSTO MINIMAMENTE POR: SONDA EM SILICONE 14 FR, COM LINHAS RADIOPACAS, MARCAÇÕES DE		

112	500750	440108	EBS01276	PROFUNDIDADE CENTRIMENTRADAS, RETENTOR INTERNO EM FORMATO ANATÔMICO E SEGURO, PONTA DE DILATAÇÃO COM FIO DE TRAÇÃO E ALÇA DE PREENSÃO. DISCO DE FIXAÇÃO INTERNO DE SILICONE RADIOPACO COM ABERTURA DISTAL ARREDONDADA E DISPOSITIVO DE APLICAÇÃO. FIO DE INSERÇÃO E DISTRIBUIDOR, RETENTOR EXTERNO (ANEL E ÊMBOLO) PARA FIXAÇÃO E APOIO EXTERNO ATRAUMÁTICO EM SILICONE, ALÇA DE SEGURANÇA, ADAPTADOR DE PORTA ALIMENTAÇÃO DUPLO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL E TAMPA PROTETORA, COM CLAMP PARA FECHAMENTO DA SONDA NA SUA PORÇÃO TUBULAR; FIO GUIA, BISTURI, SERINGA DE 5 ML, AGULHA 14 G. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 440108	Ampla Concorrência	UNIDADE
				KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), COMPOSTO MINIMAMENTE POR: SONDA EM SILICONE 16 FR, COM LINHAS RADIOPACAS, MARCAÇÕES DE PROFUNDIDADE CENTRIMENTRADAS, RETENTOR INTERNO EM FORMATO ANATÔMICO E SEGURO, PONTA DE DILATAÇÃO COM FIO DE TRAÇÃO E ALÇA DE PREENSÃO. DISCO DE FIXAÇÃO INTERNO DE SILICONE RADIOPACO COM ABERTURA DISTAL		

113	501456	440112	EBS01277	ARREDONDADA E DISPOSITIVO DE APLICAÇÃO. FIO DE INSERÇÃO E DISTRIBUIDOR, RETENTOR EXTERNO (ANEL E ÊMBOLO) PARA FIXAÇÃO E APOIO EXTERNO ATRAUMÁTICO EM SILICONE, ALÇA DE SEGURANÇA, ADAPTADOR DE PORTA ALIMENTAÇÃO DUPLO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL E TAMPA PROTETORA, COM CLAMP PARA FECHAMENTO DA SONDA NA SUA PORÇÃO TUBULAR; FIO GUIA, BISTURI, SERINGA DE 5 ML, AGULHA 14 G. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 440112	Ampla Concorrência	UNIDADE
114	500748	440103	EBS01279	KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), COMPOSTO MINIMAMENTE POR: SONDA EM SILICONE 20 FR, COM LINHAS RADIOPACAS, MARCAÇÕES DE PROFUNDIDADE CENTRIMENTRADAS, RETENTOR INTERNO EM FORMATO ANATÔMICO E SEGURO, PONTA DE DILATAÇÃO COM FIO DE TRAÇÃO E ALÇA DE PREENSÃO. DISCO DE FIXAÇÃO INTERNO DE SILICONE RADIOPACO COM ABERTURA DISTAL ARREDONDADA E DISPOSITIVO DE APLICAÇÃO. FIO DE INSERÇÃO E DISTRIBUIDOR, RETENTOR EXTERNO (ANEL E ÊMBOLO) PARA FIXAÇÃO E APOIO EXTERNO ATRAUMÁTICO EM SILICONE, ALÇA DE SEGURANÇA,	Ampla Concorrência	UNIDADE

				ADAPTADOR DE PORTA ALIMENTAÇÃO DUPLO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL E TAMPA PROTETORA, COM CLAMP PARA FECHAMENTO DA SONDA NA SUA PORÇÃO TUBULAR; FIO GUIA, BISTURI, SERINGA DE 5 ML, AGULHA 14 G. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 440118		
115	262544	440104	EBS01281	KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), COMPOSTO MINIMAMENTE POR: SONDA EM SILICONE 24 FR, COM LINHAS RADIOPACAS, MARCAÇÕES DE PROFUNDIDADE CENTRIMENTRADAS, RETENTOR INTERNO EM FORMATO ANATÔMICO E SEGURO, PONTA DE DILATAÇÃO COM FIO DE TRAÇÃO E ALÇA DE PREENSÃO. DISCO DE FIXAÇÃO INTERNO DE SILICONE RADIOPACO COM ABERTURA DISTAL ARREDONDADA E DISPOSITIVO DE APLICAÇÃO. FIO DE INSERÇÃO E DISTRIBUIDOR, RETENTOR EXTERNO (ANEL E ÊMBOLO) PARA FIXAÇÃO E APOIO EXTERNO ATRAUMÁTICO EM SILICONE, ALÇA DE SEGURANÇA, ADAPTADOR DE PORTA ALIMENTAÇÃO DUPLO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL E TAMPA PROTETORA, COM CLAMP PARA FECHAMENTO DA SONDA NA SUA PORÇÃO TUBULAR; FIO GUIA, BISTURI, SERINGA DE 5 ML, AGULHA 14 G. ESTÉRIL, USO ÚNICO.	Ampla Concorrência	UNIDADE

				EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 440104		
116	500781	603882	EBS07424	PAPILÓTOMO, TIPO TRIPLO LÚMEN, MODELO CORPO EM TEFLON, NARIZ CURTO, COM FIO CORTE MONOFIL. 20 MM, EXT. 7 FR, DISTAL 5,5 FR, 200 CM, COM MANOPLA 3 PONTOS, COMPATÍVEL COM GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Ampla Concorrência	UNIDADE
117	500779	603883	EBS07479	PAPILÓTOMO, TIPO TRIPLO LÚMEN, MODELO CORPO EM TEFLON, NARIZ CURTO, COM FIO CORTE MONOFIL. 25 MM, EXT. 7 FR, DISTAL 5,5 FR, 200 CM, COM MANOPLA 3 PONTOS, COMPATÍVEL COM GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE
118	500782	603881	EBS07480	PAPILÓTOMO, TIPO TRIPLO LÚMEN, MODELO CORPO EM TEFLON, NARIZ CURTO, COM FIO CORTE MONOFIL. 30 MM, EXT. 7 FR, DISTAL 5,5 FR, 200 CM, COM MANOPLA 3 PONTOS, COMPATÍVEL COM GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,	Ampla Concorrência	UNIDADE

				PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS		
119	502164	465240	PROVPPS013123	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, TIPO RETIRADA DE CORPO ESTRANHO COM REDE COLETORA, FIO AÇO INOXIDÁVEL, CALIBRE 2,5 MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE
120	501446	465290	EBS07454	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA HEXAGONAL, FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 10 A 14 MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE
121	500746	465289	EBS07451	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA HEXAGONAL, FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 25 A 29 MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO	Ampla Concorrência	UNIDADE

				PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		
122	500761	465274	EBS07402	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA OVAL, FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 11 A 14 MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE
123	500745	465278	EBS07452	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA OVAL, FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 25 A 29 MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE
124	500744	465277	EBS07403	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA OVAL, FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 30 A 35 MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE	Ampla Concorrência	UNIDADE

				IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		
125	503922	478168	PROVPPS020433	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA OVAL, MATERIAL FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 10MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE
126	501450	465184	EBS11590	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO DE BIÓPSIA, PONTA CONCHA OVAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 230 CM, LÂMINA SEM ESPÍCULA, PARA CANAL DE BIÓPSIA 2,8 MM, APLICAÇÃO ENDOSCOPIA ALTA, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE
				PRÓTESE DE VIAS BILIARES, ENDOPRÓTESE LUMINAL, FUNÇÃO STENT BILIAR, MATERIAL POLÍMERO, SISTEMA INTRODUTOR DE APROXIMADAMENTE 10 FR X 7 CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, PARA CANAL DE TRABALHO DE 3.2 MM OU MAIOR. COM MARCAS RADIO PACAS NA PONTA DISTAL E MARCA ENDOSCÓPICA NA PONTA PROXIMAL. MODELO PRÉ-MONTADA. USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE		

127	500812	442240	EBS09879	SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO COM APLICADOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA	Ampla Concorrência	UNIDADE
128	500824	407545	EBS07475	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, ENDOPRÓTESE LUMINAL, FUNÇÃO STENT, AUTOEXPANSÍVEL, ENDOSCÓPICA, ESTRUTURA METÁLICA NÃO RECOBERTA, MATERIAL ESTRUTURA PLATINA, REVESTIDO EM NITINOL, SISTEMA DE IMPLANTE MONTADO EM INTRODUTOR DE APROXIMADAMENTE 8 FR, PRÉ-CARREGADO, DIÂMETRO 10 MM, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE DE 6 A 8 CM, COM MARCAS RADIOPACAS EM PLATINA E IRIIDIUM, USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA	Ampla Concorrência	UNIDADE

129	500815	407551	EBS07477	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, ENDOPRÓTESE LUMINAL, FUNÇÃO STENT, AUTOEXPANSÍVEL, ENDOSCÓPICA, ESTRUTURA METÁLICA RECOBERTA PARCIALMENTE, MATERIAL ESTRUTURA PLATINA, REVESTIDO EM NITINOL, SISTEMA DE IMPLANTE MONTADO EM INTRODUTOR DE APROXIMADAMENTE 8,5 FR, PRÉ-CARREGADO, DIÂMETRO 10 MM, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE DE 6 A 8 CM, COM MARCAS RADIOPACAS EM PLATINA E IRIIDIUM, USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA	Ampla Concorrência	UNIDADE
130	500828	407555	EBS07478	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, ENDOPRÓTESE LUMINAL, FUNÇÃO STENT, AUTOEXPANSÍVEL, ENDOSCÓPICA, ESTRUTURA METÁLICA RECOBERTA TOTALMENTE, MATERIAL ESTRUTURA PLATINA, REVESTIDO EM NITINOL, SISTEMA DE IMPLANTE MONTADO EM INTRODUTOR DE APROXIMADAMENTE 8 FR, PRÉ-CARREGADO, DIÂMETRO 10 MM, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE DE 6 A 8 CM, COM MARCAS RADIOPACAS EM PLATINA E IRIIDIUM, USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE	Ampla Concorrência	UNIDADE

				SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA		
131	500813	442247	PROVPPS013125	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 10 FR, COMPRIMENTO 10 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE
132	500814	442247	EBS07439	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 10 FR, COMPRIMENTO 12 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE
				PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 7 FR, COMPRIMENTO 07 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO,		

133	502486	442245	EBS13996	KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE
134	502488	442245	PROVPPS013127	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 7 FR, COMPRIMENTO 10 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS.	Ampla Concorrência	UNIDADE
135	502487	442245	EBS14000	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 7 FR, COMPRIMENTO 12 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE
136	500808	442246	EBS14001	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 8,5 FR, COMPRIMENTO 07 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE	Ampla Concorrência	UNIDADE

				DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS		
137	500810	442246	PROVPPS013130	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 8,5 FR, COMPRIMENTO 10 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE
138	500811	442246	PROVPPS013131	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 8,5 FR, COMPRIMENTO 12 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	Ampla Concorrência	UNIDADE
139	500804	466446	EBS05046	SERINGA INSUFLADORA DE 60 ML, PERMITE MEDIR A PRESSÃO EM ATM E EM PSI, POSSUI TRAVA PARA CONFORTO, SEGURANÇA E FÁCIL MANUSEIO, CATETER DE BAIXA COMPLACÊNCIA COM MANÔMETRO PARA INSUFLAR BALÕES DILATADORES HIDROSTÁTICOS. UTILIZADO CONJUNTAMENTE COM A MANOPLA/ PISTOLA DE INSUFLAÇÃO ENDOSCÓPICAMENTE EM ESTENOSES DO TRATO GASTROINTESTINAL E/OU ÁRVORE RESPIRATÓRIA. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA	Ampla Concorrência	UNIDADE

140	278374	463623	EBS02071	SONDA DE GASTROSTOMIA TRÊS VIAS ADULTO 20 FR COM 230 MM. CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MÉDICO COM FITA RADIOPACA AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO. COM BALÃO DE ANCORAGEM INTERNO DE CAPACIDADE DE 20 ML. MARCAÇÕES PELO MENOS A CADA 2 CENTÍMETROS EM TODA SUA EXTENSÃO. 3 (TRÊS) VIAS, UMA PARA ADMINISTRAÇÃO DA DIETA, UMA PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS E UMA VIA PARA ENCHIMENTO DO BALÃO. ANEL DE FIXAÇÃO EXTERNO COM PONTOS DE ANCORAGEM. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA E RESISTENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA	Ampla Concorrência	UNIDADE
141	78	435893	EBS00281	SONDA ESTOMACAL ESOFAGIANA, TIPO SENGSTAKEN-BLAKEMORE Nº 18, EM LÁTEX, FLEXÍVEL, 03 VIAS, EXTREMIDADE DISTAL COM 04 ORIFÍCIOS PARA DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, EXTREMIDADE PROXIMAL COM FUNIL, COM 02 BALÕES EM LÁTEX (GÁSTRICO E ESOFÁGICO), ANÉIS RADIOPACOS ENTRE OS BALÕES. GRADUADA A CADA 5 CM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 100 CM. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE,	Ampla Concorrência	UNIDADE

				FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 435893		
142	502472	435895	EBS00282	SONDA ESTOMACAL ESOFAGIANA, TIPO SENGSTAKEN-BLAKEMORE Nº 21, EM LÁTEX, FLEXÍVEL, 03 VIAS, EXTREMIDADE DISTAL COM 04 ORIFÍCIOS PARA DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, EXTREMIDADE PROXIMAL COM FUNIL, COM 02 BALÕES EM LÁTEX (GÁSTRICO E ESOFÁGICO), ANÉIS RADIO PACOS ENTRE OS BALÕES. GRADUADA A CADA 5 CM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 100 CM. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 435895	Ampla Concorrência	UNIDADE
143	500343	435890	EBS01907	SONDA FOUCHET 32 FR, COMPRIMENTO MÍNIMO 80 CM, EM PVC SILICONIZADO, BIOCOMPATÍVEL, CONEXÃO FÊMEA COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL E TAMPA PROTETORA. PONTA DISTAL ARREDONDADA E PERFURADA COM FENESTRAS LATERAIS. TODO MATERIAL DEVE SER ATÓXICO, RESISTENTE, TER FLEXIBILIDADE SEGURA, ISENTO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, ATRAUMÁTICA E DE FÁCIL MANUSEIO. ESTÉRIL. USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE,	Ampla Concorrência	UNIDADE

			FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 435890	
--	--	--	--	--

4. Acréscimos e Supressões de Itens

No Plano Anual de Compras 2024, aprovado pelo Colegiado Executivo do Hospital Universitário de Juiz de Fora, foi previsto o encaminhamento do Termo de Referência nº 0014/2024, cujo objeto é a aquisição Produtos para saúde, Órtese, Prótese e Materiais Especiais - OPME para abastecimento do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora/EBSERH.

TR 2024	OBJETO	CATEGORIA /SUBCATEGORIA DE COMPRA	Nº DE ITENS PROPOSTO (PAC)	Nº DE ITENS INÍCIO DO PLANEJAMENTO	ENCAMINHAR TR À UCL EM:
0014	Aquisição de Insumos para Endoscopia	Produtos para saúde; Órtese, Prótese e Materiais Especiais - OPME.	73	73	03/2024

Ao iniciar o planejamento, haviam 73 itens para o Termo de Referência nº 0014/2024.

Os 73 itens previstos foram avaliados pela Equipe de Planejamento de Contratações (EPC) e pela Equipe Técnica de Suporte à EPC, conforme documentos:

- a) Planilha - Avaliação dos Itens - UPDE_TR 14/2024 (38561163);
- b) Despacho - SEI UPDE/SAFS/DLIH/GAD/HU-UFJF (37895663);
- c) Planilha Avaliação dos Itens - Equipe técnica (38626450);
- d) Despacho - SEI USD/DMED/GAS/HU-UFJF (38626512);
- e) Planilha Avaliação de itens - TR 14/2024 pós av. CCQP (38627226);
- f) Despacho - SEI CCQP/SUP/HU-UFJF (38627248).

4.1. ACRÉSCIMO DE ITENS:

01 (um) item foi padronizado na instituição para compra única.

AGHU	CATMAT	CÓDIGO EBSERH	DESCRIÇÃO COMPLETA	APRESENTAÇÃO

505242	600905	EBS12722	ESCALA WECHSLER DE INTELIGÊNCIA NÃO VERBAL - WISC-IV, PROTOCOLO DE REGISTRO GERAL, COMPOSTO DE 15 SUBTESTES, INSTRUMENTO CLÍNICO DE APLICAÇÃO INDIVIDUAL QUE TEM COMO OBJETIVO AVALIAR A CAPACIDADE INTELECTUAL DE CRIANÇAS E O PROCESSO DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS. USO EM NEUROPSICOLOGIA	UNIDADE
--------	--------	----------	--	---------

4.2. SUPRESSÃO DE ITENS:

01 (um) item foi suprimido do TR 14/2024, conforme justificativa abaixo:

AGHU	CATMAT	CÓDIGO EBSERH	DESCRIÇÃO COMPLETA	JUSTIFICATIVA
500792	464627	PROVPPS013118	FIO GUIA, APLICAÇÃO: NÃO VASCULAR, TIPO BILIAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,018 POLEGADAS, FORMATO PONTA JOTA RADIOPACA, APLICAÇÃO CANAL DE 2,8 MM, COMPRIMENTO 400 A 480 CM, ESTÉRIL, REVESTIMENTO LISTRADO PARA VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO FIO GUIA DENTRO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO	Despadronizado

4.3. QUANTITATIVO FINAL

O Termo de Referência nº 00014/2024 será tramitado com **73 materiais**.

Válido ressaltar que, devido à orientação institucional de duplicação dos itens com valor igual ou inferior a R\$ 80.000,00 para atendimento da Lei Complementar 123, o Termo de Referência nº 00014/2024 será tramitado com **143 itens de licitação**.

5. Descrição da necessidade

O presente termo de referência visa a realização de nova licitação eletrônica para continuidade dos serviços prestados pelo Hospital Universitário de Juiz de Fora/EBSERH.

O Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de Juiz de Fora, vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), mantém exclusividade para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Possui duas unidades – Santa Catarina e Dom Bosco – e capacidade para procedimentos ambulatoriais a cirurgias de alta complexidade. A equipe multidisciplinar é formada por empregados e servidores públicos, professores, técnicos, residentes e alunos da área da saúde.

Os itens em questão são Produtos para saúde, Órtese, Prótese e Materiais Especiais - OPME (Aglhas, seringas e cateteres, Cânulas, Drenos, Tubos e Sondas, Endoscopia, Fios cirúrgicos, cliques e hemostáticos, Gastroenterologia, Insumos para processamento de produtos para saúde e Material médico hospitalar) para atender a Unidade do Sistema Digestivo do Hospital Universitário de Juiz de Fora/Ebserh.

Os materiais destinados ao serviço de Endoscopia tratam-se de itens essenciais à realização de exames como realização de endoscopia digestiva alta diagnóstica, endoscopia digestiva alta terapêutica, colonoscopia diagnóstica, colonoscopia terapêutica, endoscopia pediátrica, colonoscopia pediátrica, enteroscopia com duplo balão, CPRE, ultrassom endoscópico e manometria de esôfago.

Os produtos para a saúde são artigos de uso médico ou laboratorial destinados a fornecer suporte a procedimentos diagnósticos, terapêuticos ou cirúrgicos.

A RDC nº 185, de 22 de Outubro de 2001, define como produtos médicos: *"produto para a saúde, tal como equipamento, aparelho, material, artigo ou sistema de uso ou aplicação médica, odontológica ou laboratorial, destinado à prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou anticoncepção e que não utiliza meio farmacológico, imunológico ou metabólico para realizar sua principal função em seres humanos, podendo entretanto ser auxiliado em suas funções por tais meios"*

A importância da aquisição dos materiais na instituição hospitalar torna-se vital, em virtude de serem insumos estratégicos de suporte às ações de saúde, cuja falta pode significar interrupções no tratamento, cancelamento de cirurgias, o que comprometeria o atendimento e a qualidade de vida dos pacientes, além de impedir o cumprimento da missão institucional de promover, de forma integrada, o ensino e a assistência aos nossos usuários.

As quantidades demandadas dos respectivos itens são para atender o consumo do HU/UFJF durante o período de 12 meses.

6. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoques	Alan de Paiva Loures

7. Descrição dos Requisitos da Contratação

Com base no art. 125 do Regulamento de Licitações e Contratos da EBSE RH, bem como no art. 3º, inciso II, do Decreto nº 11.462/23, será adotado o **Sistema de Registro de Preços**, pois pelas características do bem a ser adquirido, há a previsão de entregas parceladas durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

O **contrato será substituído pela nota de empenho**, conforme possibilita o art. 152, § 1º do Regulamento de Licitações e Contratos da EBSE RH.

A opção da escolha da aquisição pelo Sistema de Registro de Preços – SRP decorre da necessidade de aquisições frequentes e parceladas, além de não ser possível definir previamente o quantitativo exato a ser demandado ao longo do período de vigência da ata.

O Sistema de Registro de Preços possibilita algumas vantagens, como por exemplo:

1. A possibilidade de maior economia de escala, devido à possibilidade da participação de diversos órgãos na mesma Ata Registro de Preços, contratando em conjunto produtos ou serviços para o prazo de até 01 (um) ano;
2. Viabiliza a eficiência administrativa, promovendo a diminuição do número de licitações e reduz os custos operacionais durante o exercício financeiro;
3. O fornecimento do objeto ocorre somente quando surgir a necessidade em se adquirir os bens de consumo registrados em ata;
4. Não obrigatoriedade em se adquirir os bens registrados, quer seja em suas quantidades parciais ou totais;
5. As dotações orçamentárias são indispensáveis somente no momento da contratação;
6. Atendimento de demandas imprevisíveis;
7. Redução do volume de estoques, uma vez que a Administração Pública contrata na medida de suas necessidades;

DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade responsável pela execução das atividades contempladas no art. 1º da Lei nº 13.303/2016 que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras

estabelecidas na Lei nº 13.303/2016, no Decreto nº 8.945/2016, no Regulamento de Licitações e Contratos da EBSEH e no Decreto nº 11.462/23.

A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem anterior, salvo para adesões feitas por órgãos ou entidades de outras esferas federativas, fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de preços.

Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

Tratando-se de item exclusivo para microempresas e empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, o órgão gerenciador somente autorizará a adesão caso o valor da contratação pretendida pelo aderente, somado aos valores das contratações já previstas para o órgão gerenciador e participantes ou já destinadas à aderentes anteriores, não ultrapasse o limite de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) (Acórdão TCU nº 2957/2011 – P).

Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de validade da Ata de Registro de Preços.

Caberá ao órgão gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo para efetivação da contratação, respeitado o prazo de vigência da ata, desde que solicitada pelo órgão não participante.

Justifica-se a permissão de adesão à ata de registro de preços para mitigar riscos de desabastecimento ocasionados por rescisões contratuais, sancionamento de fornecedores, entre outros.

A possibilidade de adesão auxilia os hospitais a adquirirem insumos já licitados, garantindo o melhor preço proposto, nos casos de urgência e emergência que há necessidade de aquisição de forma mais rápida e ágil dos insumos. A permissão da adesão irá possibilitar a redução de processos burocráticos, evitando assim a abertura de processos de Dispensa de Licitação, que deverão ser realizados somente em casos excepcionais.

8. Levantamento de Mercado

Para o objeto em questão, foi feita a análise de mercado, conforme pesquisa de preços anexada pelos planejadores requisitantes no processo SEI, no qual demonstrou-se haver um número suficiente de fornecedores para que haja competição neste mercado.

9. Descrição da solução como um todo

O Hospital Universitário de Juiz de Fora é credenciado pelo Sistema Único de Saúde para prestar assistência à saúde, com ênfase na atenção especializada, na formação de recursos humanos e na produção de conhecimento em saúde, tendo como responsabilidade desenvolver a assistência em saúde com eficiência, qualidade e segurança e, de forma indissociável e integrada, o ensino, a pesquisa e a extensão.

O detalhamento e as especificações técnicas dos itens foram realizados a partir dos dados contidos no Sistema AGHU e no Catálogo da Rede Ebserh, devidamente padronizados nessa instituição. Sendo assim, nas definições do objeto não foram incluídas especificações irrelevantes, informações desnecessárias ou que limitem a competição.

Pela natureza dos itens, não foi constatada necessidade de inclusão de critérios específicos nesta contratação, tais como, consignação, locação ou comodato.

10. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Conforme informado na Planilha Avaliação dos Itens - Equipe técnica (38626450), os quantitativos a serem licitados foram indicados pelo integrantes requisitantes da EPC e avaliados e adequados pela Equipe Técnica de Suporte, pois o demandante possui a informação referente a contratualização do serviço.

A correta mensuração do quantitativos a licitar de cada produto para saúde é essencial para a continuidade da assistência hospitalar de qualidade destinada aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como para a formação dos profissionais de saúde em atuação no Hospital Universitário de Juiz de Fora.

A metodologia de mensuração dos quantitativos levou em consideração:

- a) O estoque atual do material, conforme consulta ao Aplicativo de Gestão para Hospitais Universitários (AGHU).
- b) O consumo institucional atual, consultado o Consumo Mensal Ponderado referente à março de 2024.
- c) Incremento definido pelo novo contrato global.
- d) A metodologia utilizada foi:

$$\hat{\theta}_{ETP} = (\mu_{2024} * |t| * 1,25) + \rho$$

$$\mu_{2024} = \text{média mensal ponderada}_{ref.mar}$$

$$t = \text{tempo em meses, 1 a 12.}$$

$$1,25 \text{ fator de imprevisibilidade}$$

$$\rho = \text{incremento definido por ampliação ou criação de serviços}$$

Onde $t = 12 \text{ meses (vigência da ARP)}$ e $\rho = 0$

Do resultado do cálculo acima, para alguns itens realizou-se o arredondamento para melhor adequação às embalagens disponíveis no mercado.

As necessidades de alteração apontadas pela Equipe Técnica de Suporte, quanto aos descritivos, unidades de fornecimento e códigos analisados, foram remetidos para a Comissão de Controle de Qualidade e Padronização (CCQP), que efetuou as modificações necessárias.

11. Estimativa do Valor da Contratação

[Conteúdo Sigiloso | Justificativa: informação sigilosa com base no art. 34 da Lei 13.303/2016]

12. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

O parcelamento da solução é a regra, devendo a licitação ser realizada por item sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas.

O critério de aceitação será o **de menor valor por item**, pois não há prejuízo para a solução e os mesmos são ofertados por diversas empresas no mercado.

13. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não foram identificadas contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade desta demanda.

14. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A contratação está vinculada à política pública de assistência à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) através do **Contrato N° 08.2022.024** entre o Município de Juiz de Fora, por intermédio da Secretaria de Saúde, e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares junto ao Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora para integrar a Rede de Atenção à Saúde do Município de Juiz de Fora.

O Plano Anual de Compras de Materiais de Consumo 2024, aprovado pelo Colegiado Executivo do Hospital Universitário de Juiz de Fora/EBSERH, prevê o encaminhamento do **Termo de Referência n° 0014/2024** para a Unidade de Compras e Licitações (UCL) no mês de **março de 2024**.

15. Resultados Pretendidos

Entre os benefícios diretos e indiretos que o HU-UFJF almeja com a esta aquisição, destaca-se:

- Adquirir de forma mais vantajosa para a instituição materiais de consumo que supram a necessidade, atendendo os requisitos ambientais e econômico-financeiros;
- Evitar aquisições por meio de dispensa de licitação;
- Garantir o atendimento das demandas assistenciais, de ensino e pesquisa, atendendo da melhor forma possível os usuários do Sistema Único de Saúde.

16. Providências a serem Adotadas

Não se vislumbram necessidades de tomada de providências de adequações para a solução escolhida.

17. Possíveis Impactos Ambientais

De acordo com a Instrução Normativa SLTI/MPOG n.º 01, de 19 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, a empresa deverá atender aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, tais como:

I – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNTNBR – 15448-1 e 15448-2;

II – que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares, caso aplicável;

III – que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e

IV – que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd) bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

A empresa deverá reconhecer seu compromisso sócio-ambiental, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis.

A contratação adotará práticas de sustentabilidade ambiental de acordo com o que determina a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010, nos aspectos definidos no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da Advocacia Geral da União (AGU) (2016).

18. Classificação pela Lei n.º 12.527/2011

O Regulamento de Licitações e Contratos da EBSEH, através do art. 28, XIV, determina que o Estudo Técnico Preliminar da Contratação deverá conter a avaliação da necessidade de classificação do ETP como sigiloso, nos termos da Lei nº 12.527/ 2011 (Lei de Acesso à Informação).

As informações gerais contidas no ETP não se enquadram nas hipóteses de sigilo elencadas pela Lei de Acesso à informação, por não colocarem em risco a segurança da sociedade e do Estado. Estas são, portanto, públicas.

No entanto, há uma exceção: o valor estimado da contratação é sigiloso, por determinação do art. 34 da Lei 13.303/2016 e do art. 7º do Regulamento de Licitações e Contratos da EBSEH, motivo pelo qual restringiu-se a publicidade da Cláusula 11 deste ETP Digital.

19. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

19.1. Justificativa da Viabilidade

Conforme fundamentação acima, especialmente no que tange à solução de mercado escolhida, esta Equipe de Planejamento considera que a aquisição é viável tecnicamente, além de ser necessária para o atendimento das necessidades do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora/EBSEH

20. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

ALAN DE PAIVA LOURES

Membro da Comissão de Contratação



Assinou eletronicamente em 03/05/2024 às 09:13:11.

CAMILA ROCHA MIRANDA

Membro da Comissão de Contratação



Assinou eletronicamente em 02/05/2024 às 15:07:17.

EDMAR CARDOSO DE LIMA

Membro da Comissão de Contratação



Assinou eletronicamente em 02/05/2024 às 10:46:25.

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Avaliação dos Itens_TR 14.2024 - ETS.pdf (562.07 KB)
- Anexo II - Avaliação dos Itens_TR 14.2024 - CCQP.pdf (564.44 KB)

Anexo I - Avaliação dos Itens_TR 14.2024 - ETS.pdf

ÁREA DE PREENCHIMENTO PELO INTEGRANTE REQUISITANTE DA EPC											ÁREA DE PREENCHIMENTO POR INTEGRANTE DA EQUIPE TÉCNICA DE SUPORTE À EPC			
ITEM	AGHU	CÓDIGO EBSERH	CATMAT	DESCRIÇÃO COMPLETA AGHU	APRESENTAÇÃO	ÚLTIMA QUANTIDADE LICITADA	Consumo Ponderado (Mar/2024)	Estoque atual (02/04/2024)	Projeção consumo (CMP x 12 x 1,25)	QUANTITATIVO A LICITAR	OBSERVAÇÕES DO REQUISITANTE	DESCRIPTIVO CONFORME NECESSIDADE? (SIM OU NÃO)	DESCRIPTIVO DESEJADO	OBSERVAÇÕES
1	292224	PROVPPS013112	428329	BALÃO DILATAÇÃO, DIÂMETRO CATETER 4, APLICAÇÃO BILIAR, MATERIAL POLIVINIL, DUPLO LUMEN. CONTÉM MARCADORES RADIOPACOS. ATENDE CANAL DE TRABALHO DE 3.2MM. COMPRIMENTO DE 2CM A 4CM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	UNIDADE	6	0	2	0	4	Não houve consumo nos últimos 12 meses.	SIM		COMPRIMENTO DO CATETER DE NO MÍNIMO 180 CM, TAMANHO DO BALÃO ENTRE 2 E 4 CM EM COMPRIMENTO E 4 MM EM DIÂMETRO.
2	500821	PROVPPS013113	428329	BALÃO DILATAÇÃO, DIÂMETRO CATETER 6, APLICAÇÃO BILIAR, MATERIAL POLIVINIL, DUPLO LUMEN. CONTÉM MARCADORES RADIOPACOS. ATENDE CANAL DE TRABALHO DE 3.2MM. COMPRIMENTO DE 2CM A 4CM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	UNIDADE	4	0	2	0	4	Não houve consumo nos últimos 12 meses.	SIM		COMPRIMENTO DO CATETER DE NO MÍNIMO 180 CM, TAMANHO DO BALÃO ENTRE 2 E 4 CM EM COMPRIMENTO E 6 MM EM DIÂMETRO.
3	500822	PROVPPS013114	428329	BALÃO DILATAÇÃO, DIÂMETRO CATETER 8, APLICAÇÃO BILIAR, MATERIAL POLIVINIL, DUPLO LUMEN. CONTÉM MARCADORES RADIOPACOS. ATENDE CANAL DE TRABALHO DE 3.2MM. COMPRIMENTO DE 2CM A 4CM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	UNIDADE	4	0	2	0	4	Não houve consumo nos últimos 12 meses.	SIM		COMPRIMENTO DO CATETER DE NO MÍNIMO 180 CM, TAMANHO DO BALÃO ENTRE 2 E 4 CM EM COMPRIMENTO E 8 MM EM DIÂMETRO.
4	500751	EBS07465	428363	BALÃO PARA DILATAÇÃO DE ACALÁSIA, EM PLÁSTICO RESISTENTE, DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): DE 35 MM X 80 MM; COM 200 CM NO MÍNIMO, DUPLO LÚMEN, COMPATÍVEL COM FIO GUIA METÁLICO DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO); COM MARCAÇÕES RADIOPACAS INTERNAS PARA AUXILIAR NO POSICIONAMENTO. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	UNIDADE	4	0	2	0	4	Não houve consumo nos últimos 12 meses.	SIM		
5	500749	EBS07464	428362	BALÃO PARA DILATAÇÃO DE ACALÁSIA, EM PLÁSTICO RESISTENTE, DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): DE 30 MM X 80 MM; COM 200 CM NO MÍNIMO, DUPLO LÚMEN, COMPATÍVEL COM FIO GUIA METÁLICO DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO); COM MARCAÇÕES RADIOPACAS INTERNAS PARA AUXILIAR NO POSICIONAMENTO. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	UNIDADE	4	0	2	0	4	Não houve consumo nos últimos 12 meses.	SIM		
6	500752	EBS07466	428330	BALÃO PARA DILATAÇÃO DE ACALÁSIA, EM PLÁSTICO RESISTENTE, DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): DE 40 MM X 80 MM; COM 200 CM NO MÍNIMO, DUPLO LÚMEN, COMPATÍVEL COM FIO GUIA METÁLICO DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO); COM MARCAÇÕES RADIOPACAS INTERNAS PARA AUXILIAR NO POSICIONAMENTO. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	UNIDADE	4	0	2	0	4	Não houve consumo nos últimos 12 meses.	SIM		
7	500767	EBS07461	428302	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA E PILÓRICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DUPLO LÚMEN. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 12 - 13,5 -15 MM X 55 MM; CATETER 2,3 MM X NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUIDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	UNIDADE	40	2	1	30	30	Consumiu 13 unidades nos últimos 12 meses	SIM		50 UNIDADES

ITEM	AGHU	CÓDIGO EBSERH	CATMAT	DESCRIÇÃO COMPLETA AGHU	APRESENTAÇÃO	ÚLTIMA QUANTIDADE LICITADA	Consumo Ponderado (Mar/2024)	Estoque atual (02/04/2024)	Projeção consumo (CMP X 12 x 1,25)	QUANTITATIVO A LICITAR	OBSERVAÇÕES DO REQUISITANTE	DESCRIPTIVO CONFORME NECESSIDADE? (SIM OU NÃO)	DESCRIPTIVO DESEJADO	OBSERVAÇÕES
8	500770	EBS07462	428303	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA E PILÓRICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DUPLO LÚMEN. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 18 - 19 -20 MM X 55 MM; CATETER 2,3 MM X NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	UNIDADE	30	0	3	0	10	Não houve consumo nos últimos 12 meses.	SIM		20 UNIDADES
9	500766	EBS07411	428296	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 10 - 11 - 12 MM X 55 MM; COM NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	UNIDADE	60	2,1	3	32	40	Consumiu 11 unidades nos últimos 12 meses	SIM		60 UNIDADES
10	500753	EBS07455	428327	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 10 - 11 -12 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	30	0	2	0	10	Não houve consumo nos últimos 12 meses.	SIM		20 UNIDADES
11	500756	EBS07456	428327	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 12 - 13,5 -15 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	20	0,6	0	9	10	Consumiu 02 unidades nos últimos 12 meses	SIM		20 UNIDADES
12	500763	EBS07413	428300	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 15 - 16,5 - 18 MM X 55 MM; COM NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	UNIDADE	30	1,5	0	23	15	Consumiu 05 unidades nos últimos 12 meses	SIM		25 UNIDADES
13	500757	EBS07457	428327	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 15 - 16,5 -18 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	20	0	2	0	10	Não houve consumo nos últimos 12 meses.	SIM		

ITEM	AGHU	CÓDIGO EBSERH	CATMAT	DESCRIÇÃO COMPLETA AGHU	APRESENTAÇÃO	ÚLTIMA QUANTIDADE LICITADA	Consumo Ponderado (Mar/2024)	Estoque atual (02/04/2024)	Projeção consumo (CMP X 12 x 1,25)	QUANTITATIVO A LICITAR	OBSERVAÇÕES DO REQUISITANTE	DESCRIPTIVO CONFORME NECESSIDADE? (SIM OU NÃO)	DESCRIPTIVO DESEJADO	OBSERVAÇÕES
14	500762	EBS07458	428328	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 18 - 19 -20 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUIDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	10	0	3	0	5	Não houve consumo nos últimos 12 meses.	SIM		
15	500764	EBS06512	428293	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 6 - 7 - 8 MM X 55 MM; COM NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUIDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	30	1,1	1	17	15	Consumiu 05 unidades nos últimos 12 meses	SIM		20
16	502166	EBS07459	428327	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 6 - 7 - 8 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUIDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	5	0	2	0	4	Não houve consumo nos últimos 12 meses.	SIM		
17	500765	EBS07463	428294	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 8 - 9 - 10 MM X 55 MM; COM NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUIDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	30	1	3	15	20	Consumiu 08 unidades nos últimos 12 meses	SIM		25
18	500819	EBS07460	428327	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 8 - 9 - 10 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUIDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	5	0	2	0	4	Não houve consumo nos últimos 12 meses.	SIM		
19	500780	EBS07467	428883	BALÃO PARA EXTRAÇÃO DE CÁLCULOS DAS VIAS BILIARES, TRIPLO LÚMEN. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 8.5 - 11.5 - 15 MM (INFLADO) X 195 CM; PARA CANAL DE BIÓPSIA DE 2.8 MM, COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) COM CAPACIDADE PARA INJETAR CONTRASTE DISTAL; MARCAÇÃO RADIOPACA. ACOMPANHA 3 SERINGAS DE 8.5, 11.5 E 15 MM. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	UNIDADE	150	5,1	0	77	100	Consumiu 38 unidades nos últimos 12 meses	SIM		160

ITEM	AGHU	CÓDIGO EBSERH	CATMAT	DESCRIÇÃO COMPLETA AGHU	APRESENTAÇÃO	ÚLTIMA QUANTIDADE LICITADA	Consumo Ponderado (Mar/2024)	Estoque atual (02/04/2024)	Projeção consumo (CMP X 12 x 1,25)	QUANTITATIVO A LICITAR	OBSERVAÇÕES DO REQUISITANTE	DESCRIPTIVO CONFORME NECESSIDADE? (SIM OU NÃO)	DESCRIPTIVO DESEJADO	OBSERVAÇÕES
20	500805	EBS07450	475104	BOCAL PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, TAMANHO ADULTO, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TIRA ELÁSTICA EM MATERIAL LAVÁVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	UNIDADE	45	1	17	15	30	Consumiu 10 unidades nos últimos 12 meses	SIM		
21	500806	EBS07468	475105	BOCAL PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, TAMANHO PEDIÁTRICO, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TIRA ELÁSTICA EM MATERIAL LAVÁVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	UNIDADE	15	0	56	0	10	Não houve consumo nos últimos 12 meses.	SIM		
22	503926	PROVPPS013115	602993	CÂNULA ENDOSCÓPICA PARA INJEÇÃO (AGULHA DE ESCLEROSE). UTILIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE INJETÁVEIS NO TRATO GASTROINTESTINAL, COM AUXÍLIO DE ENDOSCÓPIO. CÂNULA ENDOSCÓPIA PARA INJEÇÃO, COM TUBO EXTERNO DA CÂNULA FABRICADO EM PTFE, MEDINDO 2300 MM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO DE 2.3 MM. COM AGULHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMANHO 19 G, RESERVATÓRIO PARA PROTEÇÃO DA AGULHA, EMPUNHADURA ERGONÔMICA E BAINHA PROXIMAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE	UNIDADE	20	0	1,2	0	30	Consumiu 20 unidades nos últimos 12 meses	SIM		
23	503928	EBS08431	602998	CÂNULA ENDOSCÓPICA PARA INJEÇÃO (AGULHA DE ESCLEROSE). UTILIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE INJETÁVEIS NO TRATO GASTROINTESTINAL, COM AUXÍLIO DE ENDOSCÓPIO. CÂNULA ENDOSCÓPIA PARA INJEÇÃO, COM TUBO EXTERNO DA CÂNULA FABRICADO EM PTFE, MEDINDO 2300 MM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO DE 2.3 MM. COM AGULHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMANHO 21 G, RESERVATÓRIO PARA PROTEÇÃO DA AGULHA, EMPUNHADURA ERGONÔMICA E BAINHA PROXIMAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA ASSEPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UNIDADE	30	3,3	6	50	30	Consumiu 26 unidades nos últimos 12 meses	SIM		
24	500799	EBS07469	455984	CÂNULA PARA COLANGIOGRAFIA RETROGRADA VIA ENDOSCÓPICA, DUPLO LÚMEN, 6 FR, 200 CM DE COMPRIMENTO, PONTA TIPO DOMETIP, PARA USO COM FIO GUIA 0.018 POLEGADAS, MATERIAL TEFLON, RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	10	0	2	0	10	Consumiu 02 unidades nos últimos 12 meses	SIM		
25	500798	EBS07470	455984	CÂNULA PARA COLANGIOGRAFIA RETROGRADA VIA ENDOSCÓPICA, DUPLO LÚMEN, 6 FR, 200 CM DE COMPRIMENTO, PONTA TIPO DOMETIP, PARA USO COM FIO GUIA 0.035 POLEGADAS, MATERIAL TEFLON, RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	UNIDADE	20	0	4	0	10	Não houve consumo nos últimos 12 meses.	SIM		
26	500829	EBS08161	428861	CATETER COM CESTA PARA EXTRAÇÃO DE CÁLCULOS DAS VIAS BILIARES POR LITOTRIPSIA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO MÍNIMO 180 CM DE COMPRIMENTO; COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO 4.2 MM, PERMITE INJEÇÃO DE CONTRASTE E USO DE FIO GUIA, MARCAÇÃO RADIOPACA, EXTENSÃO CESTA APROXIMADAMENTE 3 X 6 CM, SISTEMA MANOPLA ACOPLADA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: O CATETER DEVERÁ SER COMPATÍVEL MANOPLA PARA LITOTRIPSIA/INSUFLAÇÃO ALLIANCE II	UNIDADE	12	0	2	0	10	Não houve consumo nos últimos 12 meses.	SIM		
27	500747	EBS07471	603005	CATETER PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, TIPO INJETOR, TAMANHO 22G, PARTE DISTAL AFILADA; AGULHA DE DIÂMETRO EXTERNO 2,30 CM, COMPRIMENTO 230 CM, COM CONEXÃO LUER LOCK, MATERIAL TEFLON, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	UNIDADE	600	7,5	51	113	200	Consumiu 85 unidades nos últimos 12 meses	SIM		500 UNIDADES

ITEM	AGHU	CÓDIGO EBSERH	CATMAT	DESCRIÇÃO COMPLETA AGHU	APRESENTAÇÃO	ÚLTIMA QUANTIDADE LICITADA	Consumo Ponderado (Mar/2024)	Estoque atual (02/04/2024)	Projeção consumo (CMP X 12 x 1,25)	QUANTITATIVO A LICITAR	OBSERVAÇÕES DO REQUISITANTE	DESCRIPTIVO CONFORME NECESSIDADE? (SIM OU NÃO)	DESCRIPTIVO DESEJADO	OBSERVAÇÕES
28	505528	PROVPPS019902	467038	CATETER PARA ENDOSCÓPIO, TIPO SONDA, AXIAL, COM FILTRO, PARA ENDOSCOPIA ALTA E BAIXA, DIMENSÃO: PARA CANAL CERCA DE 2,3 MM X 220 CM, HASTE ISOLADA, COM CONEXÃO PARA COAGULADOR POR PLASMA DE ARGÔNIO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. COM SAÍDA FRONTAL PARA ELETROCOAGULAÇÃO COM PLASMA DE ARGÔNIO. COMPATÍVEL COM BISTURI DE PLASMA DE ARGÔNIO MARCA ERBE. COMPLEMENTO: DEVERÁ SER ENTREGUE 01 ADAPTADOR COMPATÍVEL.	UNIDADE	15	0	0	0	15	RECÉM-PADRONIZADO	SIM		
29	505529	PROVPPS019903	467038	CATETER PARA ENDOSCÓPIO, TIPO SONDA, CIRCUNFERENCIAL, COM FILTRO, PARA ENDOSCOPIA ALTA E BAIXA, DIMENSÃO: PARA CANAL CERCA DE 2,3 MM X 220 CM, HASTE ISOLADA, COM CONEXÃO PARA COAGULADOR POR PLASMA DE ARGÔNIO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. COM SAÍDA FRONTAL PARA ELETROCOAGULAÇÃO COM PLASMA DE ARGÔNIO. COMPATÍVEL COM BISTURI DE PLASMA DE ARGÔNIO MARCA ERBE. COMPLEMENTO: DEVERÁ SER ENTREGUE 01 ADAPTADOR COMPATÍVEL.	UNIDADE	5	0	0	0	5	RECÉM-PADRONIZADO	SIM		
30	500777	EBS08886	445450	CLIPADOR COM CLIP PARA HEMOSTASIA ENDOSCÓPICA, DESCARTÁVEL; PARA USO EM COLONOSCOPIA. FECHAMENTO COM POSSIBILIDADE DE ABRIR E FECHAR, APROXIMADAMENTE 5 VEZES E COM CAPACIDADE DE ROTAÇÃO AUXILIANDO NO REPOSICIONAMENTO. PODE SER UTILIZADO EM AMBIENTES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. PARA COMPRIMENTO DE TRABALHO APROXIMADAMENTE 230 CM, CANAL MÍNIMO DE TRABALHO 2,8 MM E ABERTURA DE CLIP APROXIMADAMENTE 10 MM. MATERIAL DE USO ÚNICO. EMBALAGEM DEVE APRESENTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO ANVISA/MS	UNIDADE	150	4	10	60	150	Consumiu 105 unidades nos últimos 12 meses	SIM		200 UNIDADES, SENDO 50 COM 15 OU 16 MM
31	500800	PROVPPS013116	457320	DILATADOR, TIPO BILIAR, MODELO TIPO SOEHENDRA, TAMANHOS 7FR, 8,5FR e 10FR MATERIAL POLIVINIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA USO EM CANAL DE 2,8 A 4,2MM	UNIDADE	10	0	4	0	5	Não houve consumo nos últimos 12 meses.	SIM		30 UNIDADES. CONSUMO IRÁ AUMENTAR. 10 DE 7 FR, 10 DE 8,5 FR E 10 DE 10 FR.
32	500773	EBS07474	462929	ELETRODO, TIPO CATETER, PARA COLONOSCOPIA. CONEXÃO PARA COAGULADOR DE ARGÔNIO, MATERIAL POLIURETANO, COMPRIMENTO 230 CM, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM COAGULADOR DE ARGÔNIO MARCA WEM	UNIDADE	30	0	0	0	20		SIM		02 UNIDADES SOMENTE.
33	500791	PROVPPS013199	348102	ESCOVA PARA CITOLOGIA BILIAR, DUPLO CANAL, MONTADA EM CATETER 2,6MM, PARA GUIA 0,035", DIÂMETRO 3MM, MARCAÇÕES DISTAIS RADIOPACAS, SISTEMA RETRAÇÃO, COMPRIMENTO 200 CM. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	UNIDADE	10	0	2	0	5	Consumiu 02 unidades nos últimos 12 meses	SIM		
34	500792	PROVPPS013118	464627	FIO GUIA, APLICAÇÃO: NÃO VASCULAR, TIPO BILIAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,018 POLEGADAS, FORMATO PONTA JOTA RADIOPACA, APLICAÇÃO CANAL DE 2,8 MM, COMPRIMENTO 400 A 480 CM, ESTÉRIL, REVESTIMENTO LISTRADO PARA VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO FIO GUIA DENTRO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO	UNIDADE	6	0	0	0	5	Última compra 10/03/2017	SIM		DESPADRONIZAR
35	500789	PROVPPS013119	452250	FIO GUIA, APLICAÇÃO: NÃO VASCULAR, TIPO BILIAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,018 POLEGADAS, FORMATO PONTA RETA RADIOPACA, APLICAÇÃO CANAL DE 2,8 MM, COMPRIMENTO 400 A 480 CM, ESTÉRIL, REVESTIMENTO LISTRADO PARA VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO FIO GUIA DENTRO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO	UNIDADE	10	0	4	0	5	Não houve consumo nos últimos 12 meses.	SIM		

ITEM	AGHU	CÓDIGO EBSERH	CATMAT	DESCRIÇÃO COMPLETA AGHU	APRESENTAÇÃO	ÚLTIMA QUANTIDADE LICITADA	Consumo Ponderado (Mar/2024)	Estoque atual (02/04/2024)	Projeção consumo (CMP X 12 x 1,25)	QUANTITATIVO A LICITAR	OBSERVAÇÕES DO REQUISITANTE	DESCRIPTIVO CONFORME NECESSIDADE? (SIM OU NÃO)	DESCRIPTIVO DESEJADO	OBSERVAÇÕES
36	500788	EBS07616	452250	FIO GUIA, APLICAÇÃO: NÃO VASCULAR, TIPO BILIAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,025 POLEGADAS, FORMATO PONTA RETA RADIOPACA, APLICAÇÃO CANAL DE 2,8 MM, COMPRIMENTO 400 A 480 CM, ESTÉRIL, REVESTIMENTO LISTRADO PARA VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO FIO GUIA DENTRO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO	UNIDADE	23	0,6	4	9	15	Consumiu 10 unidades nos últimos 12 meses	SIM		25 UNIDADES
37	500785	EBS07623	452249	FIO GUIA, APLICAÇÃO: NÃO VASCULAR, TIPO BILIAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,035 POLEGADAS, FORMATO PONTA ANGULADA RADIOPACA, APLICAÇÃO CANAL DE 2,8 MM, COMPRIMENTO 400 A 480 CM, ESTÉRIL, REVESTIMENTO LISTRADO PARA VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO FIO GUIA DENTRO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO	UNIDADE	40	0,9	0	14	25	Consumiu 15 unidades nos últimos 12 meses	SIM		
38	502490	PROVPPS013 120	452243	FIO GUIA, APLICAÇÃO: NÃO VASCULAR, TIPO BILIAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,035 POLEGADAS, FORMATO PONTA RETA RADIOPACA, APLICAÇÃO CANAL DE 2,8 MM, COMPRIMENTO 400 A 480 CM, ESTÉRIL, REVESTIMENTO LISTRADO PARA VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO FIO GUIA DENTRO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPER STIFF FIO GUIA.	UNIDADE	38	0	2	0	15		SIM		
39	500786	EBS07624	452243	FIO GUIA, APLICAÇÃO: NÃO VASCULAR, TIPO BILIAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,035 POLEGADAS, FORMATO PONTA RETA RADIOPACA, APLICAÇÃO CANAL DE 2,8 MM, COMPRIMENTO 400 A 480 CM, ESTÉRIL, REVESTIMENTO LISTRADO PARA VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO FIO GUIA DENTRO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO	UNIDADE	100	5	0	75	80	Consumiu 40 unidades nos últimos 12 meses	SIM		150 UNIDADES
40	500774	PROVPPS013 121	452316	FIO GUIA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO PONTA FLEXÍVEL, APLICAÇÃO USO DILATADORES SAVARY GILLIARD E ENDOSCÓPIOS, COMPRIMENTO 240, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL	UNIDADE	12	0	4	0	5	Não houve consumo nos últimos 12 meses.	SIM		O DESCRIPTIVO CONTIGO NO CÓDIGO EBS07927 ATENDE AO SOLICITADO PELO SETOR
41	262536	EBS06996	458244	KIT DE LIGADURA ELÁSTICA COMPLETO PARA VARIZES DO ESÔFAGO. COMPOSTO POR: 02 (DOIS) TAMBORES OU 02 (DOIS) KITS COM UM TAMBOR, EM CADA KIT/TAMBOR COM, NO MÍNIMO, 06 (SEIS) ELÁSTICOS; ANÉIS DISTRIBUÍDOS EM PONTEIRAS NA PROPORÇÃO DE 10 MM; MANOPLA PLÁSTICA GIRATÓRIA; CATETER GUIA; CORDÃO PARA ACIONAMENTO; COMPATÍVEL COM ENDOSCÓPIO (DIÂMETRO: DE 9,5 MM A 13 MM; COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	UNIDADE	300	5,2	16	78	100	Consumiu 78 unidades nos últimos 12 meses.	SIM		150 UNIDADES

ITEM	AGHU	CÓDIGO EBSERH	CATMAT	DESCRIÇÃO COMPLETA AGHU	APRESENTAÇÃO	ÚLTIMA QUANTIDADE LICITADA	Consumo Ponderado (Mar/2024)	Estoque atual (02/04/2024)	Projeção consumo (CMP X 12 x 1,25)	QUANTITATIVO A LICITAR	OBSERVAÇÕES DO REQUISITANTE	DESCRIPTIVO CONFORME NECESSIDADE? (SIM OU NÃO)	DESCRIPTIVO DESEJADO	OBSERVAÇÕES
42	500750	EBS01276	440108	KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), COMPOSTO MINIMAMENTE POR: SONDA EM SILICONE 14 FR, COM LINHAS RADIOPACAS, MARCAÇÕES DE PROFUNDIDADE CENTRIMENTRADAS, RETENTOR INTERNO EM FORMATO ANATÔMICO E SEGURO, PONTA DE DILATAÇÃO COM FIO DE TRAÇÃO E ALÇA DE PRENSÃO. DISCO DE FIXAÇÃO INTERNO DE SILICONE RADIOPACO COM ABERTURA DISTAL ARREDONDADA E DISPOSITIVO DE APLICAÇÃO. FIO DE INSERÇÃO E DISTRIBUIDOR, RETENTOR EXTERNO (ANEL E ÊMBOLO) PARA FIXAÇÃO E APOIO EXTERNO ATRAUMÁTICO EM SILICONE, ALÇA DE SEGURANÇA, ADAPTADOR DE PORTA ALIMENTAÇÃO DUPLO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL E TAMPA PROTETORA, COM CLAMP PARA FECHAMENTO DA SONDA NA SUA PORÇÃO TUBULAR; FIO GUIA, BISTURI, SERINGA DE 5 ML, AGULHA 14 G. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 440108	UNIDADE	10	0,2	3	3	5	Consumiu 03 unidades nos últimos 12 meses.	SIM		10 UNIDADES
43	501456	EBS01277	440112	KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), COMPOSTO MINIMAMENTE POR: SONDA EM SILICONE 16 FR, COM LINHAS RADIOPACAS, MARCAÇÕES DE PROFUNDIDADE CENTRIMENTRADAS, RETENTOR INTERNO EM FORMATO ANATÔMICO E SEGURO, PONTA DE DILATAÇÃO COM FIO DE TRAÇÃO E ALÇA DE PRENSÃO. DISCO DE FIXAÇÃO INTERNO DE SILICONE RADIOPACO COM ABERTURA DISTAL ARREDONDADA E DISPOSITIVO DE APLICAÇÃO. FIO DE INSERÇÃO E DISTRIBUIDOR, RETENTOR EXTERNO (ANEL E ÊMBOLO) PARA FIXAÇÃO E APOIO EXTERNO ATRAUMÁTICO EM SILICONE, ALÇA DE SEGURANÇA, ADAPTADOR DE PORTA ALIMENTAÇÃO DUPLO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL E TAMPA PROTETORA, COM CLAMP PARA FECHAMENTO DA SONDA NA SUA PORÇÃO TUBULAR; FIO GUIA, BISTURI, SERINGA DE 5 ML, AGULHA 14 G. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 440112	UNIDADE	10	0,2	3	3	5	Consumiu 04 unidades nos últimos 12 meses.	SIM		15 UNIDADES, SENDO 05 UNIDADES DE 16 FR
44	500748	EBS01279	440103	KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), COMPOSTO MINIMAMENTE POR: SONDA EM SILICONE 20 FR, COM LINHAS RADIOPACAS, MARCAÇÕES DE PROFUNDIDADE CENTRIMENTRADAS, RETENTOR INTERNO EM FORMATO ANATÔMICO E SEGURO, PONTA DE DILATAÇÃO COM FIO DE TRAÇÃO E ALÇA DE PRENSÃO. DISCO DE FIXAÇÃO INTERNO DE SILICONE RADIOPACO COM ABERTURA DISTAL ARREDONDADA E DISPOSITIVO DE APLICAÇÃO. FIO DE INSERÇÃO E DISTRIBUIDOR, RETENTOR EXTERNO (ANEL E ÊMBOLO) PARA FIXAÇÃO E APOIO EXTERNO ATRAUMÁTICO EM SILICONE, ALÇA DE SEGURANÇA, ADAPTADOR DE PORTA ALIMENTAÇÃO DUPLO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL E TAMPA PROTETORA, COM CLAMP PARA FECHAMENTO DA SONDA NA SUA PORÇÃO TUBULAR; FIO GUIA, BISTURI, SERINGA DE 5 ML, AGULHA 14 G. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 440118	UNIDADE	40	0	7	0	10	Consumiu 01 unidade nos últimos 12 meses.	SIM		30 UNIDADES

ITEM	AGHU	CÓDIGO EBSERH	CATMAT	DESCRIÇÃO COMPLETA AGHU	APRESENTAÇÃO	ÚLTIMA QUANTIDADE LICITADA	Consumo Ponderado (Mar/2024)	Estoque atual (02/04/2024)	Projeção consumo (CMP X 12 x 1,25)	QUANTITATIVO A LICITAR	OBSERVAÇÕES DO REQUISITANTE	DESCRIPTIVO CONFORME NECESSIDADE? (SIM OU NÃO)	DESCRIPTIVO DESEJADO	OBSERVAÇÕES
45	262544	EBS01281	440104	KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), COMPOSTO MINIMAMENTE POR: SONDA EM SILICONE 24 FR, COM LINHAS RADIOPAICAS, MARCAÇÕES DE PROFUNDIDADE CENTRIMENTRADAS, RETENTOR INTERNO EM FORMATO ANATÔMICO E SEGURO, PONTA DE DILATAÇÃO COM FIO DE TRAÇÃO E ALÇA DE PRENSÃO. DISCO DE FIXAÇÃO INTERNO DE SILICONE RADIOPACO COM ABERTURA DISTAL ARREDONDADA E DISPOSITIVO DE APLICAÇÃO. FIO DE INSERÇÃO E DISTRIBUIDOR, RETENTOR EXTERNO (ANEL E ÊMBOLO) PARA FIXAÇÃO E APOIO EXTERNO ATRAUMÁTICO EM SILICONE, ALÇA DE SEGURANÇA, ADAPTADOR DE PORTA ALIMENTAÇÃO DUPLO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL E TAMPA PROTETORA, COM CLAMP PARA FECHAMENTO DA SONDA NA SUA PORÇÃO TUBULAR; FIO GUIA, BISTURI, SERINGA DE 5 ML, AGULHA 14 G, ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 440104	UNIDADE	40	1,1	1	17	30	Consumiu 18 unidades nos últimos 12 meses	SIM		50 UNIDADES
46	500781	EBS07424	603882	PAPILÔTOMO, TIPO TRIPLÔ LÚMEN, MODELO CORPO EM TEFLON, NARIZ CURTO, COM FIO CORTE MONOFIL. 20 MM, EXT. 7 FR, DISTAL 5,5 FR, 200 CM, COM MANOPLA 3 PONTOS, COMPATÍVEL COM GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	30	0,2	0	3	30	Consumiu 05 unidades nos últimos 12 meses	SIM		
47	500779	EBS07479	603883	PAPILÔTOMO, TIPO TRIPLÔ LÚMEN, MODELO CORPO EM TEFLON, NARIZ CURTO, COM FIO CORTE MONOFIL. 25 MM, EXT. 7 FR, DISTAL 5,5 FR, 200 CM, COM MANOPLA 3 PONTOS, COMPATÍVEL COM GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	100	3,6	6	54	120	Consumiu 28 unidades nos últimos 12 meses	SIM		
48	500782	EBS07480	603881	PAPILÔTOMO, TIPO TRIPLÔ LÚMEN, MODELO CORPO EM TEFLON, NARIZ CURTO, COM FIO CORTE MONOFIL. 30 MM, EXT. 7 FR, DISTAL 5,5 FR, 200 CM, COM MANOPLA 3 PONTOS, COMPATÍVEL COM GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	20	1,1	0	17	15	Consumiu 06 unidades nos últimos 12 meses	SIM		
49	502164	PROVPSS013123	465240	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, TIPO RETIRADA DE CORPO ESTRANHO COM REDE COLETORA, FIO AÇO INOXIDÁVEL, CALIBRE 2,5MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	UNIDADE	100	3,7	0	56	80	Consumiu 34 unidades nos últimos 12 meses	NÃO	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, TIPO RETIRADA DE CORPO ESTRANHO COM REDE COLETORA, FIO AÇO INOXIDÁVEL, CALIBRE 2,5MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	
50	501446	EBS07454	465290	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA HEXAGONAL, FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 10 A 14 MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	UNIDADE	1.500	13,6	163	204	500	Consumiu 311 unidades nos últimos 12 meses	SIM		1500 UNIDADES
51	500746	EBS07451	465289	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA HEXAGONAL, FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 25 A 29 MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	UNIDADE	500	4	7	60	200	Consumiu 25 unidades nos últimos 12 meses	SIM		500 UNIDADES

ITEM	AGHU	CÓDIGO EBSERH	CATMAT	DESCRIÇÃO COMPLETA AGHU	APRESENTAÇÃO	ÚLTIMA QUANTIDADE LICITADA	Consumo Ponderado (Mar/2024)	Estoque atual (02/04/2024)	Projeção consumo (CMP X 12 x 1,25)	QUANTITATIVO A LICITAR	OBSERVAÇÕES DO REQUISITANTE	DESCRIPTIVO CONFORME NECESSIDADE? (SIM OU NÃO)	DESCRIPTIVO DESEJADO	OBSERVAÇÕES
52	500761	EBS07402	465274	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA OVAL, FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 11 A 14 MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	UNIDADE	300	3,5	24	53	150	Consumiu 45 unidades nos últimos 12 meses	SIM		500 UNIDADES
53	500745	EBS07452	465278	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA OVAL, FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 25 A 29 MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	UNIDADE	200	3	31	45	150	Consumiu 60 unidades nos últimos 12 meses	SIM		200 UNIDADES
54	500744	EBS07403	465277	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA OVAL, FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 30 A 35 MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	UNIDADE	150	1	7	15	100	Consumiu 54 unidades nos últimos 12 meses	SIM		150 UNIDADES
55	503922	PROVPPS013122	478168	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA OVAL, MATERIAL FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 10MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	UNIDADE	300	18	50	270	200	Consumiu 130 unidades nos últimos 12 meses	SIM		O DESCRIPTIVO CONTIDO NO CÓDIGO EBSERH EBS07402 NÃO ATENDE AO SOLICITADO PELO SETOR POIS LIMITA A SOMENTE ALÇAS MONOFILAMENTARES, O QUE REDUZ O ESCOPO DE OPÇÕES PARA O SETOR.
56	501450	EBS11590	465184	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO DE BIÓPSIA, PONTA CONCHA OVAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 230 CM, LÂMINA SEM ESPÍCULA, PARA CANAL DE BIÓPSIA 2,8 MM, APLICAÇÃO ENDOSCOPIA ALTA, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	UNIDADE	200	12,5	6	188	200	Consumiu 90 unidades nos últimos 12 meses	SIM		200 UNIDADES
57	500812	EBS09879	442240	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, ENDOPRÓTESE LUMINAL, FUNÇÃO STENT BILIAR, MATERIAL POLÍMERO, SISTEMA INTRODUTOR DE APROXIMADAMENTE 10 FR X 7 CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, PARA CANAL DE TRABALHO DE 3.2 MM OU MAIOR. COM MARCAS RADIOPACAS NA PONTA DISTAL E MARCA ENDOSCÓPICA NA PONTA PROXIMAL. MODELO PRÉ-MONTADA. USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO COM APLICADOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA	UNIDADE	40	0	5	0	25	Consumiu 7 unidades nos últimos 12 meses	SIM		40 UNIDADES

ITEM	AGHU	CÓDIGO EBSERH	CATMAT	DESCRIÇÃO COMPLETA AGHU	APRESENTAÇÃO	ÚLTIMA QUANTIDADE LICITADA	Consumo Ponderado (Mar/2024)	Estoque atual (02/04/2024)	Projeção consumo (CMP X 12 x 1,25)	QUANTITATIVO A LICITAR	OBSERVAÇÕES DO REQUISITANTE	DESCRIPTIVO CONFORME NECESSIDADE? (SIM OU NÃO)	DESCRIPTIVO DESEJADO	OBSERVAÇÕES
58	500824	EBS07475	407545	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, ENDOPRÓTESE LUMINAL, FUNÇÃO STENT, AUTOEXPANSÍVEL, ENDOSCÓPICA, ESTRUTURA METÁLICA NÃO RECOBERTA, MATERIAL ESTRUTURA PLATINA, REVESTIDO EM NITINOL, SISTEMA DE IMPLANTE MONTADO EM INTRODUTOR DE APROXIMADAMENTE 8 FR, PRÉ-CARREGADO, DIÂMETRO 10 MM, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE DE 6 A 8 CM, COM MARCAS RADIOPACAS EM PLATINA E IRIIDIUM, USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA	UNIDADE	5	0	5	0	5	Não houve consumo nos últimos 12 meses.	SIM		5 HOUVE
59	500815	EBS07477	407551	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, ENDOPRÓTESE LUMINAL, FUNÇÃO STENT, AUTOEXPANSÍVEL, ENDOSCÓPICA, ESTRUTURA METÁLICA RECOBERTA PARCIALMENTE, MATERIAL ESTRUTURA PLATINA, REVESTIDO EM NITINOL, SISTEMA DE IMPLANTE MONTADO EM INTRODUTOR DE APROXIMADAMENTE 8,5 FR, PRÉ-CARREGADO, DIÂMETRO 10 MM, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE DE 6 A 8 CM, COM MARCAS RADIOPACAS EM PLATINA E IRIIDIUM, USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA	UNIDADE	8	0	0	0	5		SIM		
60	500828	EBS07478	407555	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, ENDOPRÓTESE LUMINAL, FUNÇÃO STENT, AUTOEXPANSÍVEL, ENDOSCÓPICA, ESTRUTURA METÁLICA RECOBERTA TOTALMENTE, MATERIAL ESTRUTURA PLATINA, REVESTIDO EM NITINOL, SISTEMA DE IMPLANTE MONTADO EM INTRODUTOR DE APROXIMADAMENTE 8 FR, PRÉ-CARREGADO, DIÂMETRO 10 MM, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE DE 6 A 8 CM, COM MARCAS RADIOPACAS EM PLATINA E IRIIDIUM, USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA	UNIDADE	5	0	1	0	5	Não houve consumo nos últimos 12 meses.	SIM		5 HOUVE
61	500813	PROVPPS013125	442247	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 10 FR, COMPRIMENTO 10 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	UNIDADE	25	0,3	0	5	15	Consumiu 7 unidades nos últimos 12 meses	NÃO	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 10 FR, COMPRIMENTO 10 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	O MERCADO OFERTA O TAMANHO 10 FR X 10CM. TEMOS COMO EXEMPLO AS MARCAS BOSTON E MICRO TECH QUE SEMPRE ATENDERAM AO SETOR COM AS DIMENSÕES SOLICITADAS. SENDO ASSIM, O CÓDIGO EBS07439 NÃO ATENDE AO SOLICITADO.
62	500814	EBS07439	442247	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 10 FR, COMPRIMENTO 12 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	UNIDADE	25	0	3	0	5	Consumiu 01 unidade nos últimos 12 meses	NÃO	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 10 FR, COMPRIMENTO 12 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	25 UNIDADE

ITEM	AGHU	CÓDIGO EBSERH	CATMAT	DESCRIÇÃO COMPLETA AGHU	APRESENTAÇÃO	ÚLTIMA QUANTIDADE LICITADA	Consumo Ponderado (Mar/2024)	Estoque atual (02/04/2024)	Projeção consumo (CMP X 12 x 1,25)	QUANTITATIVO A LICITAR	OBSERVAÇÕES DO REQUISITANTE	DESCRIPTIVO CONFORME NECESSIDADE? (SIM OU NÃO)	DESCRIPTIVO DESEJADO	OBSERVAÇÕES
63	502486	PROVPSP013126	442245	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 7 FR, COMPRIMENTO 07 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	UNIDADE	25	0	2	0	5	Não houve consumo nos últimos 12 meses.	NÃO	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 7 FR, COMPRIMENTO 07 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	25 HOUVE
64	502488	PROVPSP013127	442245	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 7 FR, COMPRIMENTO 10 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS.	UNIDADE	15	0	5	0	5	Não houve consumo nos últimos 12 meses.	NÃO	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 7 FR, COMPRIMENTO 10 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	O DESCRIPTIVO EBS09656 NÃO ATENDE AO SETOR POIS É NECESSÁRIO QUE SEJA COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM.
65	502487	PROVPSP013128	442245	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 7 FR, COMPRIMENTO 12 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	UNIDADE	15	0	0	0	5	Consumiu 01 unidade nos últimos 12 meses	NÃO	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 7 FR, COMPRIMENTO 12 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	15 UNIDADE
66	500808	PROVPSP013129	442246	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 8,5 FR, COMPRIMENTO 07 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	UNIDADE	10	0	0	0	5	Consumiu 01 unidade nos últimos 12 meses	NÃO	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 8,5 FR, COMPRIMENTO 07 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	10 UNIDADE
67	500810	PROVPSP013130	442246	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 8,5 FR, COMPRIMENTO 10 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	UNIDADE	10	0	4	0	5	Consumiu 02 unidades nos últimos 12 meses	NÃO	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 8,5 FR, COMPRIMENTO 10 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	O DESCRIPTIVO EBS09880 NÃO ATENDE AO SETOR POIS É NECESSÁRIO QUE SEJA COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM.
68	500811	PROVPSP013131	442246	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 8,5 FR, COMPRIMENTO 12 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	UNIDADE	10	0	1	0	5	Não houve consumo nos últimos 12 meses.	NÃO	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 8,5 FR, COMPRIMENTO 12 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COMPATÍVEL COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	O DESCRIPTIVO EBS12886 NÃO ATENDE AO SETOR POIS É NECESSÁRIO QUE SEJA COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO DE 2.8 MM.
69	500804	EBS05046	466446	SERINGA INSUFLADORA DE 60 ML, PERMITE MEDIR A PRESSÃO EM ATM E EM PSI, POSSUI TRAVA PARA CONFORTO, SEGURANÇA E FÁCIL MANUSEIO, CATETER DE BAIXA COMPLACÊNCIA COM MANÔMETRO PARA INSUFLAR BALÕES DILATADORES HIDROSTÁTICOS. UTILIZADO CONJUNTAMENTE COM A MANOPLA/ PISTOLA DE INSUFLAÇÃO ENDOSCÓPICAMENTE EM ESTENOSSES DO TRATO GASTROINTESTINAL E/OU ÁRVORE RESPIRATÓRIA. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA	UNIDADE	4	0,1	0	2	5	Consumiu 01 unidade nos últimos 12 meses	SIM		REDUZIR PARA 3.

ITEM	AGHU	CÓDIGO EBSERH	CATMAT	DESCRIÇÃO COMPLETA AGHU	APRESENTAÇÃO	ÚLTIMA QUANTIDADE LICITADA	Consumo Ponderado (Mar/2024)	Estoque atual (02/04/2024)	Projeção consumo (CMP X 12 x 1,25)	QUANTITATIVO A LICITAR	OBSERVAÇÕES DO REQUISITANTE	DESCRIPTIVO CONFORME NECESSIDADE? (SIM OU NÃO)	DESCRIPTIVO DESEJADO	OBSERVAÇÕES
70	278374	EBS02071	463623	SONDA DE GASTROSTOMIA TRÊS VIAS ADULTO 20 FR COM 230 MM. CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MÉDICO COM FITA RADIOPACA AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO. COM BALÃO DE ANCORAGEM INTERNO DE CAPACIDADE DE 20 ML. MARCAÇÕES PELO MENOS A CADA 2 CENTÍMETROS EM TODA SUA EXTENSÃO. 3 (TRÊS) VIAS, UMA PARA ADMINISTRAÇÃO DA DIETA, UMA PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS E UMA VIA PARA ENCHIMENTO DO BALÃO. ANEL DE FIXAÇÃO EXTERNO COM PONTOS DE ANCORAGEM. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA E RESISTENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA	UNIDADE	50	1	13	15	30	Consumiu 10 unidades nos últimos 12 meses	SIM		AUMENTAR PARA 50, SENDO 35 DE 20 FR, 05 DE 18 FR, 05 DE 16 FR, 03 DE 14 FR E 02 DE 12 FR.
71	78	EBS00281	435893	SONDA ESTOMACAL ESOFAGIANA, TIPO SENGSTAKEN-BLAKEMORE Nº 18, EM LÁTEX, FLEXÍVEL, 03 VIAS, EXTREMIDADE DISTAL COM 04 ORIFÍCIOS PARA DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, EXTREMIDADE PROXIMAL COM FUNIL, COM 02 BALÕES EM LÁTEX (GÁSTRICO E ESOFÁGICO), ANÉIS RADIOPACOS ENTRE OS BALÕES. GRADUADA A CADA 5 CM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 100 CM. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 435893	UNIDADE	2	0	0	0	2		SIM		
72	502472	EBS00282	435895	SONDA ESTOMACAL ESOFAGIANA, TIPO SENGSTAKEN-BLAKEMORE Nº 21, EM LÁTEX, FLEXÍVEL, 03 VIAS, EXTREMIDADE DISTAL COM 04 ORIFÍCIOS PARA DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, EXTREMIDADE PROXIMAL COM FUNIL, COM 02 BALÕES EM LÁTEX (GÁSTRICO E ESOFÁGICO), ANÉIS RADIOPACOS ENTRE OS BALÕES. GRADUADA A CADA 5 CM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 100 CM. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 435895	UNIDADE	2	0	0	0	2		SIM		
73	500343	EBS01907	435890	SONDA FOUCHET 32 FR, COMPRIMENTO MÍNIMO 80 CM, EM PVC SILICONIZADO, BIOCOMPATÍVEL, CONEXÃO FÊMEA COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL E TAMPA PROTETORA. PONTA DISTAL ARREDONDADA E PERFURADA COM FENESTRAS LATERAIS. TODO MATERIAL DEVE SER ATÓXICO, RESISTENTE, TER FLEXIBILIDADE SEGURA, ISENTO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, ATRAUMÁTICA E DE FÁCIL MANUSEIO. ESTÉRIL. USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 435890	UNIDADE	12	0	12	0	5	Não houve consumo nos últimos 12 meses.	SIM		12 HOUVE

Anexo II - Avaliação dos Itens_TR 14.2024 - CCQP.pdf

AVALIAÇÃO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 0015/2024											
ÁREA DE PREENCHIMENTO PELO INTEGRANTE REQUISITANTE DA EPC							ÁREA DE PREENCHIMENTO DA CCQP OU CFT				
ITEM	AGHU	CÓDIGO EBSERH	CATMAT	 CATMAT SEDE	 CATALOGADO PARA O HU-UFJF?	DESCRIÇÃO COMPLETA AGHU	 DESCRITIVO CONFORME CATÁLOGO?	UNIDADE CONFORME CATÁLOGO ?	CATMAT CONFORME CATÁLOGO?	CÓDIGO EBSERH ADEQUADO?	OBSERVAÇÕES
1	292224	PROVPPS013112	428329	#N/D	#N/D	BALÃO DILATAÇÃO, DIÂMETRO CATETER 4, APLICAÇÃO BILIAR, MATERIAL POLIVINIL, DUPLO LUMEN. CONTÉM MARCADORES RADIOPACOS. ATENDE CANAL DE TRABALHO DE 3.2MM. COMPRIMENTO DE 2CM A 4CM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	BALÃO DILATAÇÃO, DIÂMETRO CATETER 4MM, APLICAÇÃO BILIAR, MATERIAL POLIVINIL, DUPLO LUMEN. CONTÉM MARCADORES RADIOPACOS. ATENDE CANAL DE TRABALHO DE 3.2MM. COMPRIMENTO DO BALÃO DE 2CM A 4CM. COMPRIMENTO DO CATETER DE NO MÍNIMO 180CM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	Ainda não catalogado
2	500821	PROVPPS013113	428329	#N/D	#N/D	BALÃO DILATAÇÃO, DIÂMETRO CATETER 6, APLICAÇÃO BILIAR, MATERIAL POLIVINIL, DUPLO LUMEN. CONTÉM MARCADORES RADIOPACOS. ATENDE CANAL DE TRABALHO DE 3.2MM. COMPRIMENTO DE 2CM A 4CM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	BALÃO DILATAÇÃO, DIÂMETRO CATETER 6MM, APLICAÇÃO BILIAR, MATERIAL POLIVINIL, DUPLO LUMEN. CONTÉM MARCADORES RADIOPACOS. ATENDE CANAL DE TRABALHO DE 3.2MM. COMPRIMENTO DO BALÃO DE 2CM A 4CM. COMPRIMENTO DO CATETER DE NO MÍNIMO 180CM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	Ainda não catalogado
3	500822	PROVPPS013114	428329	#N/D	#N/D	BALÃO DILATAÇÃO, DIÂMETRO CATETER 8, APLICAÇÃO BILIAR, MATERIAL POLIVINIL, DUPLO LUMEN. CONTÉM MARCADORES RADIOPACOS. ATENDE CANAL DE TRABALHO DE 3.2MM. COMPRIMENTO DE 2CM A 4CM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	BALÃO DILATAÇÃO, DIÂMETRO CATETER 8MM, APLICAÇÃO BILIAR, MATERIAL POLIVINIL, DUPLO LUMEN. CONTÉM MARCADORES RADIOPACOS. ATENDE CANAL DE TRABALHO DE 3.2MM. COMPRIMENTO DO BALÃO DE 2CM A 4CM. COMPRIMENTO DO CATETER DE NO MÍNIMO 180CM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	Ainda não catalogado
4	500751	EBS07465	428363	428363	428363	BALÃO PARA DILATAÇÃO DE ACALÁZIA, EM PLÁSTICO RESISTENTE, DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): DE 35 MM X 80 MM; COM 200 CM NO MÍNIMO, DUPLO LÚMEN, COMPATÍVEL COM FIO GUIA METÁLICO DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO); COM MARCAÇÕES RADIOPACAS INTERNAS PARA AUXILIAR NO POSICIONAMENTO. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	SIM	SIM	SIM	SIM	

ok

ok

ok

ITEM	AGHU	CÓDIGO EBSERH	CATMAT	 CATMAT SEDE	 CATALOGADO PARA O HU-UFJF?	DESCRIÇÃO COMPLETA AGHU	 DESCRITIVO CONFORME CATÁLOGO?	UNIDADE CONFORME CATÁLOGO ?	CATMAT CONFORME CATÁLOGO?	CÓDIGO EBSERH ADEQUADO?	OBSERVAÇÕES
5	500749	EBS07464	428362	428362	428362	BALÃO PARA DILATAÇÃO DE ACALÁSIA, EM PLÁSTICO RESISTENTE. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): DE 30 MM X 80 MM; COM 200 CM NO MÍNIMO, DUPLO LÚMEN, COMPATÍVEL COM FIO GUIA METÁLICO DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO); COM MARCAÇÕES RADIOPACAS INTERNAS PARA AUXILIAR NO POSICIONAMENTO. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	SIM	SIM	SIM	SIM	
6	500752	EBS07466	428330	428330	428330	BALÃO PARA DILATAÇÃO DE ACALÁSIA, EM PLÁSTICO RESISTENTE. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): DE 40 MM X 80 MM; COM 200 CM NO MÍNIMO, DUPLO LÚMEN, COMPATÍVEL COM FIO GUIA METÁLICO DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO); COM MARCAÇÕES RADIOPACAS INTERNAS PARA AUXILIAR NO POSICIONAMENTO. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	SIM	SIM	SIM	SIM	
7	500767	EBS07461	428302	428302	428302	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA E PILÓRICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DUPLO LÚMEN. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 12 - 13,5 -15 MM X 55 MM; CATETER 2,3 MM X NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	SIM	SIM	SIM	SIM	
8	500770	EBS07462	428303	428303	428303	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA E PILÓRICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DUPLO LÚMEN. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 18 - 19 -20 MM X 55 MM; CATETER 2,3 MM X NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	SIM	SIM	SIM	SIM	
9	500766	EBS07411	428296	428296	428296	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 10 - 11 - 12 MM X 55 MM; COM NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE ATINGIR TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUÍDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	SIM	SIM	SIM	SIM	

ITEM	AGHU	CÓDIGO EBSERH	CATMAT	 CATMAT SEDE	 CATALOGADO PARA O HU-UFJF?	DESCRIÇÃO COMPLETA AGHU	 DESCRITIVO CONFORME CATÁLOGO?	UNIDADE CONFORME CATÁLOGO ?	CATMAT CONFORME CATÁLOGO?	CÓDIGO EBSERH ADEQUADO?	OBSERVAÇÕES
10	500753	EBS07455	428327	428327	428327	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 10 - 11 -12 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE Atingir TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLuíDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	SIM	SIM	SIM	SIM	
11	500756	EBS07456	428327	428327	428327	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 12 - 13,5 -15 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE Atingir TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLuíDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	SIM	SIM	SIM	SIM	
12	500763	EBS07413	428300	428300	428300	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 15 - 16,5 - 18 MM X 55 MM; COM NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE Atingir TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLuíDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	SIM	SIM	SIM	SIM	
13	500757	EBS07457	428327	428327	428327	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 15 - 16,5 -18 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE Atingir TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLuíDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	SIM	SIM	SIM	SIM	
14	500762	EBS07458	428328	428328	428328	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 18 - 19 -20 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE Atingir TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLuíDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	SIM	SIM	SIM	SIM	

ITEM	AGHU	CÓDIGO EBSERH	CATMAT	 CATMAT SEDE	 CATALOGADO PARA O HU-UFJF?	DESCRIÇÃO COMPLETA AGHU	 DESCRITIVO CONFORME CATÁLOGO?	UNIDADE CONFORME CATÁLOGO ?	CATMAT CONFORME CATÁLOGO?	CÓDIGO EBSERH ADEQUADO?	OBSERVAÇÕES
15	500764	EBS06512	428293	428293	428293	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 6 - 7 - 8 MM X 55 MM; COM NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE Atingir TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUIDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	SIM	SIM	SIM	SIM	
16	502166	EBS07459	428327	428327	428327	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 6 - 7 - 8 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE Atingir TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUIDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	SIM	SIM	SIM	SIM	
17	500765	EBS07463	428294	428294	428294	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 8 - 9 - 10 MM X 55 MM; COM NO MÍNIMO 200 CM. PERMITE Atingir TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUIDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	SIM	SIM	SIM	SIM	
18	500819	EBS07460	428327	428327	428327	BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, TIPO HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 8 - 9 - 10 MM X 80 MM; COM NO MÍNIMO 180 CM. PERMITE Atingir TRÊS DIÂMETROS DISTINTOS DURANTE A DILATAÇÃO DE ACORDO COM A PRESSÃO APLICADA. COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) FIXO E INCLUIDO NO CATETER. PARA CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	SIM	SIM	SIM	SIM	
19	500780	EBS07467	428883	428883	428883	BALÃO PARA EXTRAÇÃO DE CÁLCULOS DAS VIAS BILIARES, TRIPLO LÚMEN. DIMENSÃO (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 8.5 - 11.5 - 15 MM (INFLADO) X 195 CM; PARA CANAL DE BIÓPSIA DE 2,8 MM, COMPATÍVEL COM FIO GUIA DE 0,035 POLEGADAS (DIÂMETRO) COM CAPACIDADE PARA INJETAR CONTRASTE DISTAL; MARCAÇÃO RADIOPACA. ACOMPANHA 3 SERINGAS DE 8.5, 11.5 E 15 MM. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	SIM	SIM	SIM	SIM	

ITEM	AGHU	CÓDIGO EBSERH	CATMAT	EBSERH CATMAT SEDE	EBSERH CATALOGADO PARA O HU-UFJF?	DESCRIÇÃO COMPLETA AGHU	EBSERH	DESCRIPTIVO CONFORME CATÁLOGO?	UNIDADE CONFORME CATÁLOGO ?	CATMAT CONFORME CATÁLOGO?	CÓDIGO EBSERH ADEQUADO?	OBSERVAÇÕES
20	500805	EBS07450	475104	475104	475104	BOCAL PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, TAMANHO ADULTO, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TIRA ELÁSTICA EM MATERIAL LAVÁVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		SIM	SIM	SIM	SIM	
21	500806	EBS07468	475105	475105	475105	BOCAL PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, TAMANHO PEDIÁTRICO, MATERIAL EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TIRA ELÁSTICA EM MATERIAL LAVÁVEL, ATÓXICO, NÃO ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		SIM	SIM	SIM	SIM	
22	503926	PROVPPS013 115	602993	#N/D	#N/D	CÂNULA ENDOSCÓPICA PARA INJEÇÃO (AGULHA DE ESCLEROSE). UTILIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE INJETÁVEIS NO TRATO GASTROINTESTINAL, COM AUXÍLIO DE ENDOSCÓPIO. CÂNULA ENDOSCOPIA PARA INJEÇÃO, COM TUBO EXTERNO DA CÂNULA FABRICADO EM PTFE, MEDINDO 2300 MM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO DE 2.3 MM. COM AGULHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMANHO 19 G, RESERVATÓRIO PARA PROTEÇÃO DA AGULHA, EMPUNHADURA ERGONÔMICA E BAINHA PROXIMAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE		SIM	SIM	SIM	EBS13971	Item catalogado: EBS13971
23	503928	EBS08431	602998	602998	602998	CÂNULA ENDOSCÓPICA PARA INJEÇÃO (AGULHA DE ESCLEROSE). UTILIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE INJETÁVEIS NO TRATO GASTROINTESTINAL, COM AUXÍLIO DE ENDOSCÓPIO. CÂNULA ENDOSCOPIA PARA INJEÇÃO, COM TUBO EXTERNO DA CÂNULA FABRICADO EM PTFE, MEDINDO 2300 MM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO DE 2.3 MM. COM AGULHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMANHO 21 G, RESERVATÓRIO PARA PROTEÇÃO DA AGULHA, EMPUNHADURA ERGONÔMICA E BAINHA PROXIMAL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE		SIM	SIM	SIM	SIM	
24	500799	EBS07469	455984	455984	455984	CÂNULA PARA COLANGIOGRAFIA RETROGRADA VIA ENDOSCÓPICA, DUPLO LÚMEN, 6 FR, 200 CM DE COMPRIMENTO, PONTA TIPO DOMETIP, PARA USO COM FIO GUIA 0.018 POLEGADAS, MATERIAL TEFLON, RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.		SIM	SIM	SIM	SIM	
25	500798	EBS07470	455984	455984	455984	CÂNULA PARA COLANGIOGRAFIA RETRÓGRADA VIA ENDOSCÓPICA, DUPLO LÚMEN, 6 FR, 200 CM DE COMPRIMENTO, PONTA TIPO DOMETIP, PARA USO COM FIO GUIA 0.035 POLEGADAS, MATERIAL TEFLON, RADIOPACO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		SIM	SIM	SIM	SIM	

ok

ITEM	AGHU	CÓDIGO EBSERH	CATMAT	EBSERH CATMAT SEDE	EBSERH CATALOGADO PARA O HU-UFJF?	DESCRIÇÃO COMPLETA AGHU	EBSERH	DESCRIPTIVO CONFORME CATÁLOGO?	UNIDADE CONFORME CATÁLOGO ?	CATMAT CONFORME CATÁLOGO?	CÓDIGO EBSERH ADEQUADO?	OBSERVAÇÕES
26	500829	EBS08161	428861	428861	428861	CATETER COM CESTA PARA EXTRAÇÃO DE CÁLCULOS DAS VIAS BILIARES POR LITOTRIPSIA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO MÍNIMO 180 CM DE COMPRIMENTO; COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO 4.2 MM, PERMITE INJEÇÃO DE CONTRASTE E USO DE FIO GUIA, MARCAÇÃO RADIOPACA, EXTENSÃO CESTA APROXIMADAMENTE 3 X 6 CM, SISTEMA MANOPLA ACOPLADA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: O CATETER DEVERÁ SER COMPATÍVEL MANOPLA PARA LITOTRIPSIA/INSUFLAÇÃO ALLIANCE II		SIM	SIM	SIM	SIM	
27	500747	EBS07471	603005	439898	603005	CATETER PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, TIPO INJETOR, TAMANHO 22G, PARTE DISTAL AFILADA; AGULHA DE DIÂMETRO EXTERNO 2,30 CM, COMPRIMENTO 230 CM, COM CONEXÃO LUER LOCK, MATERIAL TEFLON, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS		SIM	SIM	SIM	SIM	Utilizado CATMAT HU-UFJF, pois o da SEDE está inativo.
28	505528	PROVPPS019 902	467038	#N/D	467038	CATETER PARA ENDOSCÓPIO, TIPO Sonda, AXIAL, COM FILTRO, PARA ENDOSCOPIA ALTA E BAIXA, DIMENSÃO: PARA CANAL CERCA DE 2,3 MM X 220 CM, HASTE ISOLADA, COM CONEXÃO PARA COAGULADOR POR PLASMA DE ARGÔNIO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. COM SAÍDA FRONTAL PARA ELETROCOAGULAÇÃO COM PLASMA DE ARGÔNIO. COMPATÍVEL COM BISTURI DE PLASMA DE ARGÔNIO MARCA ERBE. COMPLEMENTO: DEVERÁ SER ENTREGUE 01 ADAPTADOR COMPATÍVEL.		NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	Ainda não catalogado
29	505529	PROVPPS019 903	467038	#N/D	467038	CATETER PARA ENDOSCÓPIO, TIPO Sonda, CIRCUNFERENCIAL, COM FILTRO, PARA ENDOSCOPIA ALTA E BAIXA, DIMENSÃO: PARA CANAL CERCA DE 2,3 MM X 220 CM, HASTE ISOLADA, COM CONEXÃO PARA COAGULADOR POR PLASMA DE ARGÔNIO, ESTÉRIL, USO ÚNICO. COM SAÍDA FRONTAL PARA ELETROCOAGULAÇÃO COM PLASMA DE ARGÔNIO. COMPATÍVEL COM BISTURI DE PLASMA DE ARGÔNIO MARCA ERBE. COMPLEMENTO: DEVERÁ SER ENTREGUE 01 ADAPTADOR COMPATÍVEL.		NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	Ainda não catalogado
30	500777	EBS08886	445450	445450	445450	CLIPADOR COM CLIP PARA HEMOSTASIA ENDOSCÓPICA, DESCARTÁVEL; PARA USO EM COLONOSCOPIA. FECHAMENTO COM POSSIBILIDADE DE ABRIR E FECHAR, APROXIMADAMENTE 5 VEZES E COM CAPACIDADE DE ROTAÇÃO AUXILIANDO NO REPOSICIONAMENTO. PODE SER UTILIZADO EM AMBIENTES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. PARA COMPRIMENTO DE TRABALHO APROXIMADAMENTE 230 CM, CANAL MÍNIMO DE TRABALHO 2,8 MM E ABERTURA DE CLIP APROXIMADAMENTE 10 MM. MATERIAL DE USO ÚNICO. EMBALAGEM DEVE APRESENTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO ANVISA/MS		SIM	SIM	SIM	SIM	
31	500800	PROVPPS013 116	457320	#N/D	#N/D	DILATADOR, TIPO BILIAR, MODELO TIPO SOEHENDRA, TAMANHOS 7FR, 8.5FR e 10FR MATERIAL POLIVINIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA USO EM CANAL DE 2,8 A 4,2MM		DILATADOR TIPO BILIAR, TAMANHOS 7 FR, 8,5 FR E 10 FR, MATERIAL POLIVINIL, PARA USO EM CANAL DE 2,8 A 4,2 MM, COMPRIMENTO CERCA DE 200 CM. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS.	SIM	605578	EBS13972	Item catalogado: EBS13972

ok

ITEM	AGHU	CÓDIGO EBSERH	CATMAT	 CATMAT SEDE	 CATALOGADO PARA O HU-UFJF?	DESCRIÇÃO COMPLETA AGHU	 DESCRITIVO CONFORME CATÁLOGO?	UNIDADE CONFORME CATÁLOGO ?	CATMAT CONFORME CATÁLOGO?	CÓDIGO EBSERH ADEQUADO?	OBSERVAÇÕES
32	500773	EBS07474	462929	462929	462929	ELETRODO, TIPO CATETER, PARA COLONOSCOPIA, CONEXÃO PARA COAGULADOR DE ARGÔNIO, MATERIAL POLIURETANO, COMPRIMENTO 230 CM, ESTERILIZÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS. DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM COAGULADOR DE ARGÔNIO MARCA WEM	SIM	SIM	SIM	SIM	
33	500791	PROVPPS013199	348102	#N/D	348102	ESCOVA PARA CITOLOGIA BILIAR, DUPLO CANAL, MONTADA EM CATETER 2.6MM, PARA GUIA 0.035", DIÂMETRO 3MM, MARCAÇÕES DISTAIS RADIOPACAS, SISTEMA RETRAÇÃO, COMPRIMENTO 200 CM. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	Ainda não catalogado
34	500792	PROVPPS013118	464627	#N/D	#N/D	FIO GUIA, APLICAÇÃO: NÃO VASCULAR, TIPO BILIAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,018 POLEGADAS, FORMATO PONTA JOTA RADIOPACA, APLICAÇÃO CANAL DE 2.8 MM, COMPRIMENTO 400 A 480 CM, ESTÉRIL, REVESTIMENTO LISTRADO PARA VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO FIO GUIA DENTRO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO	DESPADRONIZAR	DESPADRONIZAR	DESPADRONIZAR	DESPADRONIZAR	DESPADRONIZADO
35	500789	PROVPPS013119	452250	#N/D	#N/D	FIO GUIA, APLICAÇÃO: NÃO VASCULAR, TIPO BILIAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,018 POLEGADAS, FORMATO PONTA RETA RADIOPACA, APLICAÇÃO CANAL DE 2.8 MM, COMPRIMENTO 400 A 480 CM, ESTÉRIL, REVESTIMENTO LISTRADO PARA VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO FIO GUIA DENTRO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO	SIM	SIM	462240	EBS13980	Item catalogado: EBS13980
36	500788	EBS07616	452250	452250	452250	FIO GUIA, APLICAÇÃO: NÃO VASCULAR, TIPO BILIAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,025 POLEGADAS, FORMATO PONTA RETA RADIOPACA, APLICAÇÃO CANAL DE 2.8 MM, COMPRIMENTO 400 A 480 CM, ESTÉRIL, REVESTIMENTO LISTRADO PARA VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO FIO GUIA DENTRO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	
37	500785	EBS07623	452249	452249	452249	FIO GUIA, APLICAÇÃO: NÃO VASCULAR, TIPO BILIAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,035 POLEGADAS, FORMATO PONTA ANGULADA RADIOPACA, APLICAÇÃO CANAL DE 2.8 MM, COMPRIMENTO 400 A 480 CM, ESTÉRIL, REVESTIMENTO LISTRADO PARA VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO FIO GUIA DENTRO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	

ok

ITEM	AGHU	CÓDIGO EBSERH	CATMAT	 CATMAT SEDE	 CATALOGADO PARA O HU-UFJF?	DESCRIÇÃO COMPLETA AGHU	 DESCRITIVO CONFORME CATÁLOGO?	UNIDADE CONFORME CATÁLOGO ?	CATMAT CONFORME CATÁLOGO?	CÓDIGO EBSERH ADEQUADO?	OBSERVAÇÕES
38	502490	PROVPPS013120	452243	#N/D	#N/D	FIO GUIA, APLICAÇÃO: NÃO VASCULAR, TIPO BILIAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,035 POLEGADAS, FORMATO PONTA RETA RADIOPACA, APLICAÇÃO CANAL DE 2,8 MM, COMPRIMENTO 400 A 480 CM, ESTÉRIL, REVESTIMENTO LISTRADO PARA VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO FIO GUIA DENTRO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPER STIFF FIO GUIA.	FIO GUIA, APLICAÇÃO: NÃO VASCULAR, TIPO BILIAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,035 POLEGADAS, FORMATO PONTA RETA RADIOPACA, APLICAÇÃO CANAL DE 2,8 MM, COMPRIMENTO 400 A 480 CM, ESTÉRIL, REVESTIMENTO LISTRADO PARA VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO FIO GUIA DENTRO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO.	SIM	468427	EBS13981	Item catalogado: EBS13981
39	500786	EBS07624	452243	452243	452243	FIO GUIA, APLICAÇÃO: NÃO VASCULAR, TIPO BILIAR, MATERIAL: NITINOL, REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,035 POLEGADAS, FORMATO PONTA RETA RADIOPACA, APLICAÇÃO CANAL DE 2,8 MM, COMPRIMENTO 400 A 480 CM, ESTÉRIL, REVESTIMENTO LISTRADO PARA VISUALIZAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DO FIO GUIA DENTRO DO CATETER. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO	SIM	SIM	SIM	SIM	
40	500774	PROVPPS013121	452316	#N/D	#N/D	FIO GUIA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO PONTA FLEXÍVEL, APLICAÇÃO USO DILATADORES SAVARY GILLIARD E ENDOSCÓPIOS, COMPRIMENTO 240, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL	FIO GUIA, PARA DILATADOR ESOFÁGICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO PONTA FLEXÍVEL ESPIRALADA, DIÂMETRO DE 0,035 POLEGADAS POR 250 CM DE COMPRIMENTO, COM MARCAS RADIOPACAS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	SIM	467083	EBS07927	Item catalogado: EBS07927
41	262536	EBS06996	458244	458244	458244	KIT DE LIGADURA ELÁSTICA COMPLETO PARA VARIZES DO ESÔFAGO. COMPOSTO POR: 02 (DOIS) TAMBORES OU 02 (DOIS) KITS COM UM TAMBOR, EM CADA KIT/TAMBOR COM, NO MÍNIMO, 06 (SEIS) ELÁSTICOS; ANÉIS DISTRIBUÍDOS EM PONTEIRAS NA PROPORÇÃO DE 10 MM; MANOPLA PLÁSTICA GIRATÓRIA; CATETER GUIA; CORDÃO PARA ACIONAMENTO; COMPATÍVEL COM ENDOSCÓPIO (DIÂMETRO: DE 9,5 MM A 13 MM; COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO DE 2,8 MM. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	SIM	SIM	SIM	SIM	

ok

ok

ITEM	AGHU	CÓDIGO EBSERH	CATMAT	 CATMAT SEDE	 CATALOGADO PARA O HU-UFJF?	DESCRIÇÃO COMPLETA AGHU	 DESCRITIVO CONFORME CATÁLOGO?	UNIDADE CONFORME CATÁLOGO ?	CATMAT CONFORME CATÁLOGO?	CÓDIGO EBSERH ADEQUADO?	OBSERVAÇÕES
42	500750	EBS01276	440108	440108	440108	KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), COMPOSTO MINIMAMENTE POR: SONDA EM SILICONE 14 FR, COM LINHAS RADIOPACAS, MARCAÇÕES DE PROFUNDIDADE CENTRIMENTRADAS, RETENTOR INTERNO EM FORMATO ANATÔMICO E SEGURO, PONTA DE DILATAÇÃO COM FIO DE TRAÇÃO E ALÇA DE PREENSÃO. DISCO DE FIXAÇÃO INTERNO DE SILICONE RADIOPACO COM ABERTURA DISTAL ARREDONDADA E DISPOSITIVO DE APLICAÇÃO. FIO DE INSERÇÃO E DISTRIBUIDOR, RETENTOR EXTERNO (ANEL E ÊMBOLO) PARA FIXAÇÃO E APOIO EXTERNO ATRAUMÁTICO EM SILICONE, ALÇA DE SEGURANÇA, ADAPTADOR DE PORTA ALIMENTAÇÃO DUPLO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL E TAMPAS PROTETORA, COM CLAMP PARA FECHAMENTO DA SONDA NA SUA PORÇÃO TUBULAR; FIO GUIA, BISTURI, SERINGA DE 5 ML, AGULHA 14 G. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 440108	SIM	SIM	SIM	SIM	
43	501456	EBS01277	440112	440112	440112	KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), COMPOSTO MINIMAMENTE POR: SONDA EM SILICONE 16 FR, COM LINHAS RADIOPACAS, MARCAÇÕES DE PROFUNDIDADE CENTRIMENTRADAS, RETENTOR INTERNO EM FORMATO ANATÔMICO E SEGURO, PONTA DE DILATAÇÃO COM FIO DE TRAÇÃO E ALÇA DE PREENSÃO. DISCO DE FIXAÇÃO INTERNO DE SILICONE RADIOPACO COM ABERTURA DISTAL ARREDONDADA E DISPOSITIVO DE APLICAÇÃO. FIO DE INSERÇÃO E DISTRIBUIDOR, RETENTOR EXTERNO (ANEL E ÊMBOLO) PARA FIXAÇÃO E APOIO EXTERNO ATRAUMÁTICO EM SILICONE, ALÇA DE SEGURANÇA, ADAPTADOR DE PORTA ALIMENTAÇÃO DUPLO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL E TAMPAS PROTETORA, COM CLAMP PARA FECHAMENTO DA SONDA NA SUA PORÇÃO TUBULAR; FIO GUIA, BISTURI, SERINGA DE 5 ML, AGULHA 14 G. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 440112	SIM	SIM	SIM	SIM	
44	500748	EBS01279	440103	440118	440118	KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), COMPOSTO MINIMAMENTE POR: SONDA EM SILICONE 20 FR, COM LINHAS RADIOPACAS, MARCAÇÕES DE PROFUNDIDADE CENTRIMENTRADAS, RETENTOR INTERNO EM FORMATO ANATÔMICO E SEGURO, PONTA DE DILATAÇÃO COM FIO DE TRAÇÃO E ALÇA DE PREENSÃO. DISCO DE FIXAÇÃO INTERNO DE SILICONE RADIOPACO COM ABERTURA DISTAL ARREDONDADA E DISPOSITIVO DE APLICAÇÃO. FIO DE INSERÇÃO E DISTRIBUIDOR, RETENTOR EXTERNO (ANEL E ÊMBOLO) PARA FIXAÇÃO E APOIO EXTERNO ATRAUMÁTICO EM SILICONE, ALÇA DE SEGURANÇA, ADAPTADOR DE PORTA ALIMENTAÇÃO DUPLO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL E TAMPAS PROTETORA, COM CLAMP PARA FECHAMENTO DA SONDA NA SUA PORÇÃO TUBULAR; FIO GUIA, BISTURI, SERINGA DE 5 ML, AGULHA 14 G. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 440118	SIM	SIM	SIM	SIM	

ITEM	AGHU	CÓDIGO EBSERH	CATMAT	 CATMAT SEDE	 CATALOGADO PARA O HU-UFJF?	DESCRIÇÃO COMPLETA AGHU	 DESCRITIVO CONFORME CATÁLOGO?	UNIDADE CONFORME CATÁLOGO ?	CATMAT CONFORME CATÁLOGO?	CÓDIGO EBSERH ADEQUADO?	OBSERVAÇÕES
45	262544	EBS01281	440104	440104	440104	KIT PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), COMPOSTO MINIMAMENTE POR: SONDA EM SILICONE 24 FR, COM LINHAS RADIOPACAS, MARCAÇÕES DE PROFUNDIDADE CENTRIMENTRADAS, RETENTOR INTERNO EM FORMATO ANATÔMICO E SEGURO, PONTA DE DILATAÇÃO COM FIO DE TRAÇÃO E ALÇA DE PREENSÃO. DISCO DE FIXAÇÃO INTERNO DE SILICONE RADIOPACO COM ABERTURA DISTAL ARREDONDADA E DISPOSITIVO DE APLICAÇÃO. FIO DE INSERÇÃO E DISTRIBUIDOR, RETENTOR EXTERNO (ANEL E ÊMBOLO) PARA FIXAÇÃO E APOIO EXTERNO ATRAUMÁTICO EM SILICONE, ALÇA DE SEGURANÇA, ADAPTADOR DE PORTA ALIMENTAÇÃO DUPLO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL E TAMPA PROTETORA, COM CLAMP PARA FECHAMENTO DA SONDA NA SUA PORÇÃO TUBULAR; FIO GUIA, BISTURI, SERINGA DE 5 ML, AGULHA 14 G. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 440104	SIM	SIM	SIM	SIM	
46	500781	EBS07424	603882	306579	306579	PAPILÔTOMO, TIPO TRIPLO LÚMEN, MODELO CORPO EM TEFLON, NARIZ CURTO, COM FIO CORTE MONOFIL. 20 MM, EXT. 7 FR, DISTAL 5,5 FR, 200 CM, COM MANOPLA 3 PONTOS, COMPATÍVEL COM GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS.	SIM	SIM	SIM	SIM	Utilizado CATMAT HU-UFJF, pois o da SEDE está inativo.
47	500779	EBS07479	603883	334976	334976	PAPILÔTOMO, TIPO TRIPLO LÚMEN, MODELO CORPO EM TEFLON, NARIZ CURTO, COM FIO CORTE MONOFIL. 25 MM, EXT. 7 FR, DISTAL 5,5 FR, 200 CM, COM MANOPLA 3 PONTOS, COMPATÍVEL COM GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS.	SIM	SIM	SIM	SIM	Utilizado CATMAT HU-UFJF, pois o da SEDE está inativo.
48	500782	EBS07480	603881	334976	334976	PAPILÔTOMO, TIPO TRIPLO LÚMEN, MODELO CORPO EM TEFLON, NARIZ CURTO, COM FIO CORTE MONOFIL. 30 MM, EXT. 7 FR, DISTAL 5,5 FR, 200 CM, COM MANOPLA 3 PONTOS, COMPATÍVEL COM GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS.	SIM	SIM	SIM	SIM	Utilizado CATMAT HU-UFJF, pois o da SEDE está inativo.
49	502164	PROVPPS013123	465240	#N/D	#N/D	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, TIPO RETIRADA DE CORPO ESTRANHO COM REDE COLETORA, FIO AÇO INOXIDÁVEL, CALIBRE 2,5MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, TIPO RETIRADA DE CORPO ESTRANHO COM REDE COLETORA, FIO AÇO INOXIDÁVEL, CALIBRE 2,5MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	Ainda não catalogado
50	501446	EBS07454	465290	465290	465290	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA HEXAGONAL, FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 10 A 14 MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	SIM	SIM	SIM	SIM	

ok

ITEM	AGHU	CÓDIGO EBSERH	CATMAT	 CATMAT SEDE	 CATALOGADO PARA O HU-UFJF?	DESCRIÇÃO COMPLETA AGHU	 DESCRITIVO CONFORME CATÁLOGO?	UNIDADE CONFORME CATÁLOGO ?	CATMAT CONFORME CATÁLOGO?	CÓDIGO EBSERH ADEQUADO?	OBSERVAÇÕES
51	500746	EBS07451	465289	465289	465289	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA HEXAGONAL, FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 25 A 29 MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	SIM	SIM	SIM	SIM	
52	500761	EBS07402	465274	465274	465274	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA OVAL, FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 11 A 14 MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	SIM	SIM	SIM	SIM	
53	500745	EBS07452	465278	465278	465278	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA OVAL, FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 25 A 29 MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	SIM	SIM	SIM	SIM	
54	500744	EBS07403	465277	465277	465277	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA OVAL, FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 30 A 35 MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	SIM	SIM	SIM	SIM	
55	503922	PROVPPS013122	478168	#N/D	#N/D	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO ALÇA POLIPECTOMIA, PONTA OVAL, MATERIAL FIO AÇO INOXIDÁVEL, MONO OU MULTIFILAMENTAR, DIÂMETRO DA PONTA: 10MM, DIMENSÃO: PARA CANAL DE 2,8 MM X 230 CM, HASTE ISOLADA, COM MANOPLA COM CONEXÃO PARA BISTURI ELÉTRICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	PROVPPS020433	Solicitado cadastro novamente, pois o item sugerido cód. EBS07402 não atende ao serviço
56	501450	EBS11590	465184	465184	465184	PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, TIPO DE BIÓPSIA, PONTA CONCHA OVAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 230 CM, LÂMINA SEM ESPÍCULA, PARA CANAL DE BIÓPSIA 2,8 MM, APLICAÇÃO ENDOSCOPIA ALTA, AUTOCILAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, FABRICANTE. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS	SIM	SIM	SIM	SIM	

ITEM	AGHU	CÓDIGO EBSERH	CATMAT	 CATMAT SEDE	 CATALOGADO PARA O HU-UFJF?	DESCRIÇÃO COMPLETA AGHU	 DESCRITIVO CONFORME CATÁLOGO?	UNIDADE CONFORME CATÁLOGO ?	CATMAT CONFORME CATÁLOGO?	CÓDIGO EBSERH ADEQUADO?	OBSERVAÇÕES
57	500812	EBS09879	442240	442240	442240	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, ENDOPRÓTESE LUMINAL, FUNÇÃO STENT BILIAR, MATERIAL POLÍMERO, SISTEMA INTRODUTOR DE APROXIMADAMENTE 10 FR X 7 CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, PARA CANAL DE TRABALHO DE 3.2 MM OU MAIOR. COM MARCAS RADIOPACAS NA PONTA DISTAL E MARCA ENDOSCÓPICA NA PONTA PROXIMAL. MODELO PRÉ-MONTADA. USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO COM APLICADOR. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA	SIM	SIM	SIM	SIM	
58	500824	EBS07475	407545	407545	407545	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, ENDOPRÓTESE LUMINAL, FUNÇÃO STENT, AUTOEXPANSÍVEL, ENDOSCÓPICA, ESTRUTURA METÁLICA NÃO RECOBERTA, MATERIAL ESTRUTURA PLATINA, REVESTIDO EM NITINOL, SISTEMA DE IMPLANTE MONTADO EM INTRODUTOR DE APROXIMADAMENTE 8 FR, PRÉ-CARREGADO, DIÂMETRO 10 MM, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE DE 6 A 8 CM, COM MARCAS RADIOPACAS EM PLATINA E IRIIDIUM, USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA	SIM	SIM	SIM	SIM	
59	500815	EBS07477	407551	407551	407551	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, ENDOPRÓTESE LUMINAL, FUNÇÃO STENT, AUTOEXPANSÍVEL, ENDOSCÓPICA, ESTRUTURA METÁLICA RECOBERTA PARCIALMENTE, MATERIAL ESTRUTURA PLATINA, REVESTIDO EM NITINOL, SISTEMA DE IMPLANTE MONTADO EM INTRODUTOR DE APROXIMADAMENTE 8,5 FR, PRÉ-CARREGADO, DIÂMETRO 10 MM, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE DE 6 A 8 CM, COM MARCAS RADIOPACAS EM PLATINA E IRIIDIUM, USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA	SIM	SIM	SIM	SIM	
60	500828	EBS07478	407555	407555	407555	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, ENDOPRÓTESE LUMINAL, FUNÇÃO STENT, AUTOEXPANSÍVEL, ENDOSCÓPICA, ESTRUTURA METÁLICA RECOBERTA TOTALMENTE, MATERIAL ESTRUTURA PLATINA, REVESTIDO EM NITINOL, SISTEMA DE IMPLANTE MONTADO EM INTRODUTOR DE APROXIMADAMENTE 8 FR, PRÉ-CARREGADO, DIÂMETRO 10 MM, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE DE 6 A 8 CM, COM MARCAS RADIOPACAS EM PLATINA E IRIIDIUM, USO ÚNICO. TODO O CONJUNTO DEVE SER APIROGÊNICO, ATÓXICO E ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA QUE PERMITA SUA ABERTURA DE FORMA ASSÉPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA	SIM	SIM	SIM	SIM	

ITEM	AGHU	CÓDIGO EBSERH	CATMAT	 CATMAT SEDE	 CATALOGADO PARA O HU-UFJF?	DESCRIÇÃO COMPLETA AGHU	 DESCRITIVO CONFORME CATÁLOGO?	UNIDADE CONFORME CATÁLOGO ?	CATMAT CONFORME CATÁLOGO?	CÓDIGO EBSERH ADEQUADO?	OBSERVAÇÕES
61	500813	PROVPPS013125	442247	#N/D	#N/D	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 10 FR, COMPRIMENTO 10 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	Ainda não catalogado
62	500814	EBS07439	442247	442247	442247	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 10 FR, COMPRIMENTO 12 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	SIM	SIM	SIM	SIM	
63	502486	PROVPPS013126	442245	#N/D	#N/D	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 7 FR, COMPRIMENTO 07 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	SIM	SIM	SIM	EBS13996	Item catalogado: EBS13996
64	502488	PROVPPS013127	442245	#N/D	#N/D	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 7 FR, COMPRIMENTO 10 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS.	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	Ainda não catalogado
65	502487	PROVPPS013128	442245	#N/D	#N/D	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 7 FR, COMPRIMENTO 12 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	SIM	SIM	SIM	EBS14000	Item catalogado: EBS14000

OK

OK

ITEM	AGHU	CÓDIGO EBSERH	CATMAT	 CATMAT SEDE	 CATALOGADO PARA O HU-UFJF?	DESCRIÇÃO COMPLETA AGHU	 DESCRITIVO CONFORME CATÁLOGO?	UNIDADE CONFORME CATÁLOGO ?	CATMAT CONFORME CATÁLOGO?	CÓDIGO EBSERH ADEQUADO?	OBSERVAÇÕES
66	500808	PROVPPS013129	442246	#N/D	#N/D	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 8,5 FR, COMPRIMENTO 07 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	SIM	SIM	SIM	EBS14001	Item catalogado: EBS14001
67	500810	PROVPPS013130	442246	#N/D	#N/D	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 8,5 FR, COMPRIMENTO 10 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	Ainda não catalogado
68	500811	PROVPPS013131	442246	#N/D	#N/D	PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 8,5 FR, COMPRIMENTO 12 CM, MONTADA EM CATETER INTRODUTOR, MATERIAL PLÁSTICO BIOCOMPATÍVEL, COM MARCADOR RADIOPACO, KIT COM FIO GUIA 0,035 POLEGADAS, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NA ANVISA/MS	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	Ainda não catalogado
69	500804	EBS05046	466446	466446	466446	SERINGA INSUFLADORA DE 60 ML, PERMITE MEDIR A PRESSÃO EM ATM E EM PSI, POSSUI TRAVA PARA CONFORTO, SEGURANÇA E FÁCIL MANUSEIO, CATETER DE BAIXA COMPLACÊNCIA COM MANÔMETRO PARA INSUFLAR BALÕES DILATADORES HIDROSTÁTICOS. UTILIZADO CONJUNTAMENTE COM A MANOPLA/ PISTOLA DE INSUFLAÇÃO ENDOSCÓPICAMENTE EM ESTENOSSES DO TRATO GASTROINTESTINAL E/OU ÁRVORE RESPIRATÓRIA. EMBALAGEM INDIVIDUAL E ESTÉRIL. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA	SIM	SIM	SIM	SIM	
70	278374	EBS02071	463623	463623	463623	SONDA DE GASTROSTOMIA TRÊS VIAS ADULTO 20 FR COM 230 MM. CONFECCIONADA EM SILICONE GRAU MÉDICO COM FITA RADIOPACA AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO. COM BALÃO DE ANCORAGEM INTERNO DE CAPACIDADE DE 20 ML. MARCAÇÕES PELO MENOS A CADA 2 CENTÍMETROS EM TODA SUA EXTENSÃO. 3 (TRÊS) VIAS, UMA PARA ADMINISTRAÇÃO DA DIETA, UMA PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS E UMA VIA PARA ENCHIMENTO DO BALÃO. ANEL DE FIXAÇÃO EXTERNO COM PONTOS DE ANCORAGEM. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA E RESISTENTE, COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO ANVISA	SIM	SIM	SIM	SIM	
71	78	EBS00281	435893	435893	435893	SONDA ESTOMACAL ESOFAGIANA, TIPO SENGSTAKEN-BLAKEMORE Nº 18, EM LÁTEX, FLEXÍVEL, 03 VIAS, EXTREMIDADE DISTAL COM 04 ORIFÍCIOS PARA DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, EXTREMIDADE PROXIMAL COM FUNIL, COM 02 BALÕES EM LÁTEX (GÁSTRICO E ESOFÁGICO), ANÉIS RADIOPACOS ENTRE OS BALÕES. GRADUADA A CADA 5 CM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 100 CM. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 435893	SIM	SIM	SIM	SIM	

OK

ITEM	AGHU	CÓDIGO EBSERH	CATMAT	 CATMAT SEDE	 CATALOGADO PARA O HU-UFJF?	DESCRIÇÃO COMPLETA AGHU	 DESCRITIVO CONFORME CATÁLOGO?	UNIDADE CONFORME CATÁLOGO ?	CATMAT CONFORME CATÁLOGO?	CÓDIGO EBSERH ADEQUADO?	OBSERVAÇÕES
72	502472	EBS00282	435895	435895	435895	SONDA ESTOMACAL ESOFAGIANA, TIPO SENGSTAKEN-BLAKEMORE Nº 21, EM LÁTEX, FLEXÍVEL, 03 VIAS, EXTREMIDADE DISTAL COM 04 ORIFÍCIOS PARA DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, EXTREMIDADE PROXIMAL COM FUNIL, COM 02 BALÕES EM LÁTEX (GÁSTRICO E ESOFÁGICO), ANÉIS RADIOPACOS ENTRE OS BALÕES. GRADUADA A CADA 5 CM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 100 CM. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 435895	SIM	SIM	SIM	SIM	
73	500343	EBS01907	435890	435890	435890	SONDA FOUCHET 32 FR, COMPRIMENTO MÍNIMO 80 CM, EM PVC SILICONIZADO, BIOCOMPATÍVEL, CONEXÃO FÊMEA COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL E TAMPA PROTETORA. PONTA DISTAL ARREDONDADA E PERFURADA COM FENESTRAS LATERAIS. TODO MATERIAL DEVE SER ATÓXICO, RESISTENTE, TER FLEXIBILIDADE SEGURA, ISENTO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, ATRAUMÁTICA E DE FÁCIL MANUSEIO. ESTÉRIL. USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, DADOS DO FABRICANTE, FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. CATMAT: 435890	SIM	SIM	SIM	SIM	
				#N/D	#N/D						

xx