

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2024-001 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea , Modelo: Aspirativa / Infusão , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Dimensão Agulha: Cerca De 18 G X 15 Cm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Componente 1: C/ Mandril , Componente 2: C/ Ajuste Profundidade , Componente 3: Conector Luer , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (80)

2 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea , Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Dimensão Agulha: Cerca De 20 G X 15 Cm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Peça De Mão: Manopla C/ Disparo Semi / Automático , Componente 1: C/ Mandril , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (500)

3 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea , Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Dimensão Agulha: Cerca De 20 G X 15 Cm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Peça De Mão: Manopla C/ Disparo Semi / Automático , Componente 1: C/ Mandril , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (90)

4 - Agulha

Descrição Detalhada: Agulha Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Introdutora P/ Fio Guia Até 0,038" , Tipo Ponta Agulha: Trocar , Dimensões: Cerca De 19 G X 15 CM, Adicional: C/ Cateter Ptfé , Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

5 - Agulha

Descrição Detalhada: Agulha Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Introdutora P/ Fio Guia Até 0,038" , Tipo Ponta Agulha: Trocar , Dimensões: Cerca De 19 G X 15 CM, Adicional: C/ Cateter Ptfé , Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (21)

6 - Agulha Punção Óssea

Descrição Detalhada: Agulha Punção Óssea Modelo: P/ Aspiração, Biópsia, Infusão , Aplicação: Intraóssea / Medula Óssea , Tipo: Jamshidi , Dimensões: Cerca De 8 G X 10 Cm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Peça De Mão: C/ Empunhadura , Componente 1: C/ Mandril , Componente 3: Conector Luer , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (40)

7 - Agulha Punção Óssea

Descrição Detalhada: Agulha Punção Óssea Modelo: P/ Aspiração, Biópsia , Aplicação: Intraóssea / Medula Óssea , Dimensões: Cerca De 12 G X 10 Cm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Peça De Mão: C/ Empunhadura , Componente 1: C/ Mandril , Componente 2: C/ Ajuste De Profundidade , Componente 3: Conector Luer , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 210

Quantidade Mínima Cotada: 210

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 420

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (210)

8 - Agulha Punção Óssea

Descrição Detalhada: Agulha Punção Óssea Modelo: P/ Aspiração, Biópsia, Infusão , Aplicação: Intraóssea / Medula Óssea , Tipo: Jamshidi , Dimensões: Cerca De 14 G X 10 Cm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Peça De Mão: C/ Empunhadura , Componente 1: C/ Mandril , Componente 3: Conector Luer , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (90)

9 - Agulha Punção Óssea

Descrição Detalhada: Agulha Punção Óssea Modelo: P/ Aspiração, Biópsia , Aplicação: Intraóssea / Medula Óssea , Dimensões: Cerca De 18 G X 1,5 A 5 Cm, Ajustável , Material Agulha: Aço Inoxidável , Peça De Mão: Rosqueável , Componente 2: C/ Ajuste De Profundidade , Componente 3: Conector Luer , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

10 - Agulha anestésica

Descrição Detalhada: Agulha Anestésica Aplicação: P/ Bloqueio De Plexo , Material: Aço Inoxidável, Centimetrada , Dimensão: 21 G X 4" , Tipo Ponta: Bisel Especial 30°, Isolado C/ Teflon , Componente: C/ Cabo Eletrodo Isolado , Componente li: Tubo P/ Injetar Em Pvc , Conector Universal: Conector Fêmea C/ Tampa , Característica Adicional: P/ Neuroestimulador , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	611	Quantidade Mínima Cotada:	611
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1222
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (611)		

11 - Agulha anestésica

Descrição Detalhada: Agulha Anestésica Aplicação: P/ Bloqueio De Plexo , Material: Aço Inoxidável, Centimetrada , Dimensão: 22 G X 2" , Tipo Ponta: Bisel Especial 30°, Isolado C/ Teflon , Componente: C/ Cabo Eletrodo Isolado , Componente li: Tubo P/ Injetar Em Pvc , Conector Universal: Conector Fêmea C/ Tampa , Característica Adicional: P/ Neuroestimulador , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	482	Quantidade Mínima Cotada:	482
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	964
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (482)		

12 - Agulha anestésica

Descrição Detalhada: Agulha Anestésica Aplicação: P/ Bloqueio De Plexo , Material: Aço Inoxidável, Centimetrada , Dimensão: 21 G X 4" , Tipo Ponta: Bisel Especial 30°, Isolado C/ Teflon , Componente: C/ Cabo Eletrodo Isolado , Componente li: Tubo P/ Injetar Em Pvc , Conector Universal: Conector Fêmea C/ Tampa , Característica Adicional: P/ Neuroestimulador , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	168	Quantidade Mínima Cotada:	168
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	336
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (168)		

13 - Agulha anestésica

Descrição Detalhada: Agulha Anestésica Aplicação: P/ Bloqueio De Plexo , Material: Aço Inoxidável, Centimetrada , Dimensão: 22 G X 2" , Tipo Ponta: Bisel Especial 30°, Isolado C/ Teflon , Componente: C/ Cabo Eletrodo Isolado , Componente li: Tubo P/ Injetar Em Pvc , Conector Universal: Conector Fêmea C/ Tampa , Característica Adicional: P/ Neuroestimulador , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (40)		

14 - Agulha anestésica

Descrição Detalhada: Agulha Anestésica Aplicação: P/ Raquidiana , Material: Aço Inoxidável , Dimensão: 25 G X 2" , Tipo Ponta: Ponta Quincke , Componente: C/ Mandril , Conector Universal: Conector Luer Lock, Cônico E Transparente , Característica Adicional: Pediátrico/Neonatal , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 175 **Quantidade Mínima Cotada:** 175

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 350

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (175)

15 - Agulha anestésica

Descrição Detalhada: Agulha Anestésica Aplicação: P/ Raquidiana , Material: Aço Inoxidável , Dimensão: 20 G X 6" , Tipo Ponta: Ponta Quincke , Componente: C/ Mandril , Conector Universal: Conector Luer Lock, C/ Visor Transparente , Característica Adicional: Longa , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (25)

16 - Agulha anestésica

Descrição Detalhada: Agulha Anestésica Aplicação: P/ Raquidiana , Material: Aço Inoxidável , Dimensão: 27 G X 4 3/4" , Tipo Ponta: Ponta Quincke , Componente: C/ Mandril Ajustado , Conector Universal: Conector Luer Lock, C/ Visor Transparente , Característica Adicional: P/ Obesos , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 75 **Quantidade Mínima Cotada:** 75

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 150

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (75)

17 - Agulha Punção Óssea

Descrição Detalhada: Agulha Punção Óssea Modelo: P/ Aspiração, Biópsia , Aplicação: Intraóssea / Medula Óssea , Dimensões: Cerca De 14 G X 1,5 A 7,5 Cm, Ajustável , Material Agulha: Aço Inoxidável , Peça De Mão: C/ Empunhadura E Rosqueável , Componente 1: C/ Mandril , Componente 2: C/ Ajuste De Profundidade , Componente 3: Conector Luer , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

18 - Agulha Punção Óssea

Descrição Detalhada: Agulha Punção Óssea Modelo: P/ Aspiração, Biópsia , Aplicação: Intraóssea / Medula Óssea , Dimensões: Cerca De 18 G X 1,5 A 7,5 Cm, Ajustável , Material Agulha: Aço Inoxidável , Peça De Mão: C/ Empunhadura E Rosqueável , Componente 1: C/ Mandril , Componente 2: C/ Ajuste De Profundidade , Componente 3: Conector Luer , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (70)

19 - Agulha Punção Óssea

Descrição Detalhada: Agulha Punção Óssea Modelo: P/ Aspiração, Biópsia , Aplicação: Intraóssea / Medula Óssea , Dimensões: Cerca De 18 G X 1,5 A 5 Cm, Ajustável , Material Agulha: Aço Inoxidável , Peça De Mão: Rosqueável , Componente 2: C/ Ajuste De Profundidade , Componente 3: Conector Luer , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

20 - Agulha Punção Óssea

Descrição Detalhada: Agulha Punção Óssea Modelo: P/ Infusão , Aplicação: Intraóssea / Medula Óssea , Dimensões: Cerca De 16 G X 0,5 A 1,5 Cm, Ajustável , Material Agulha: Aço Inoxidável , Peça De Mão: C/ Empunhadura , Componente 2: C/ Ajuste De Profundidade , Componente 3: Conector Luer , Componente Adicional: C/ Aplicador , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

21 - Agulha punção óssea

Descrição Detalhada: Agulha Punção Óssea Modelo: P/ Infusão , Aplicação: Intraóssea / Medula Óssea , Dimensões: Cerca De 18 G X 1,5 A 2,5 Cm, Ajustável , Material Agulha: Aço Inoxidável , Peça De Mão: C/ Empunhadura , Componente 2: C/ Ajuste De Profundidade , Componente 3: Conector Luer , Componente Adicional: C/ Aplicador , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

22 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea , Modelo: Aspirativa / Infusão , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Tipo: Chiba , Dimensão Agulha: Cerca De 18 G X 15 Cm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Componente 2: C/ Ajuste Profundidade , Componente 3: Conector Luer , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

23 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea , Modelo: Aspirativa / Infusão , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Tipo: Chiba , Dimensão Agulha: Cerca De 18 G X 20 Cm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Componente 2: C/ Ajuste Profundidade , Componente 3: Conector Luer , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (40)

24 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea , Modelo: Aspirativa / Infusão , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Tipo: Chiba , Dimensão Agulha: Cerca De 20 G X 15 Cm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Componente 2: C/ Ajuste Profundidade , Componente 3: Conector Luer , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (24)

25 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea , Modelo: Aspirativa / Infusão , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Tipo: Chiba , Dimensão Agulha: Cerca De 20 G X 20 Cm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Componente 2: C/ Ajuste Profundidade , Componente 3: Conector Luer , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (60)

26 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea , Modelo: Aspirativa / Infusão , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Tipo: Chiba , Dimensão Agulha: Cerca De 22 G X 15 Cm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Componente 2: C/ Ajuste Profundidade , Componente 3: Conector Luer , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (40)

27 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea , Modelo: Aspirativa / Infusão , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Tipo: Chiba , Dimensão Agulha: Cerca De 22 G X 20 Cm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Componente 2: C/ Ajuste Profundidade , Componente 3: Conector Luer , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (100)

28 - Agulha

Descrição Detalhada: Agulha Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Punção Cateter Implantável , Tipo Ponta Agulha: C/ Bisel Não Cortante , Dimensões: Cerca De 22 G X 20 MM, Tipo Fixação: C/ Asa De Fixação E Coxim Protetor , Adicional: Tubo Extensor C/ Clamp , Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor , Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

29 - Agulha

Descrição Detalhada: Agulha Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Punção Cateter Implantável , Tipo Ponta Agulha: C/ Bisel Não Cortante , Dimensões: Cerca De 20 G X 25 MM, Tipo Fixação: C/ Asa De Fixação , Adicional: Tubo Extensor C/ Clamp , Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor , Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1383 **Quantidade Mínima Cotada:** 1383

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2766

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1383)

30 - Agulha

Descrição Detalhada: Agulha Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Punção Cateter Implantável , Tipo Ponta Agulha: C/ Bisel Não Cortante , Dimensões: Cerca De 22 G X 15 MM, Tipo Fixação: C/ Asa De Fixação , Adicional: Tubo Extensor C/ Clamp , Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor , Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (600)

31 - Agulha

Descrição Detalhada: Agulha Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Punção Cateter Implantável , Tipo Ponta Agulha: C/ Bisel Não Cortante , Dimensões: Cerca De 22 G X 25 MM, Tipo Fixação: C/ Asa De Fixação , Adicional: Tubo Extensor C/ Clamp , Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor , Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (20)

32 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Aplicação: Embolectomia , Material: Polímero , Dimensões: Cerca De 2 Fr X 80 CM, Modelo: Tipo Fogarty , Componente 1: Balão De Látex Natural , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (15)

33 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Aplicação: Embolectomia , Material: Polímero , Dimensões: Cerca De 3 Fr X 80 CM, Modelo: Tipo Fogarty , Componente 1: Balão De Látex Natural , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (30)

34 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Aplicação: Embolectomia , Material: Polímero , Dimensões: Cerca De 4 Fr X 80 CM, Modelo: Tipo Fogarty , Componente 1: Balão De Látex Natural , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (30)

35 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Aplicação: Embolectomia , Material: Polímero , Dimensões: Cerca De 5 Fr X 80 CM, Modelo: Tipo Fogarty , Componente 1: Balão De Látex Natural , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

36 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Aplicação: Embolectomia , Material: Polímero , Dimensões: Cerca De 6 Fr X 80 CM, Modelo: Tipo Fogarty , Componente 1: Balão De Látex Natural , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

37 - Cateter monitorização

Descrição Detalhada: Cateter Monitorização Tipo: Arterial , Uso: Femural , Tamanho: 3 FRENCH, Comprimento: 8 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material: Polietileno Radiopaco , Componentes: Kit C/ Fio Guia E Agulha Introdutora , Componente I: Aba P/ Sutura E Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1002 **Quantidade Mínima Cotada:** 1002

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2004

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1002)

38 - Cateter monitorização

Descrição Detalhada: Cateter Monitorização Tipo: Arterial , Uso: Radial , Tamanho: 2,5 FRENCH, Comprimento: 5 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material: Polietileno Radiopaco , Componentes: Kit C/ Fio Guia E Agulha Introdutora 22ga , Componente I: Aba P/ Sutura E Fixação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 224 **Quantidade Mínima Cotada:** 224

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 448

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (224)

39 - Cateter monitorização

Descrição Detalhada: Cateter Monitorização Tipo: Débito Cardíaco Contínuo , Aplicação: Termodiluição , Quantidade Vias: 6 Vias , Tamanho: 7,5 FRENCH, Comprimento: 110 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material: Polímero Radiopaco , Componentes: C/ Sistema Introdutor , Componente I: Kit C/ Fio Guia E Dilatador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

40 - Cateter monitorização

Descrição Detalhada: Cateter Monitorização Uso: Arteria Pulmonar , Aplicação: Termodiluição , Quantidade Vias: 4 Vias , Tamanho: 7,5 FRENCH, Comprimento: 110 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material: Polímero Radiopaco , Componentes: C/ Sistema Introdutor , Componente I: Kit C/ Fio Guia E Dilatador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10)

41 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Tipo Implante: Inserção Periférica , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Diâmetro: Cerca 3 Fr , Vias: Mono Lúmen , Comprimento: Cerca 55 CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Componente: Kit Introdutor Completo , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (11)

42 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Tipo Implante: Inserção Periférica , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Diâmetro: Cerca 5 Fr , Vias: Duplo Lúmen , Comprimento: Cerca 55 CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp Em Todas Vias E Tampas , Componente: Kit Introdutor Completo , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41 **Quantidade Mínima Cotada:** 41

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 82

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (41)

43 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Tipo Implante: Inserção Periférica , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Diâmetro: Cerca 3 Fr , Vias: Duplo Lúmen , Comprimento: Cerca 55 CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp Em Todas Vias E Tampas , Componente: Kit Introdutor Completo , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

44 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Tipo Implante: Inserção Periférica , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Diâmetro: Cerca 4 Fr , Vias: Duplo Lúmen , Comprimento: Cerca 55 CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp Em Todas Vias E Tampas , Componente: Kit Introdutor Completo , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

45 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Tipo Implante: Inserção Periférica , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Diâmetro: Cerca 1 Fr , Vias: Mono Lúmen , Comprimento: Cerca 20 CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Componente: Kit Introdutor Completo , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (21)

46 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Tipo Implante: Inserção Periférica , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Diâmetro: Cerca 3 Fr , Vias: Mono Lúmen , Comprimento: Cerca 55 CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Componente: Kit Introdutor Completo , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

47 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Tipo Implante: Inserção Periférica , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Diâmetro: Cerca 4 Fr , Vias: Mono Lúmen , Comprimento: Cerca 55 CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Componente: Kit Introdutor Completo , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

48 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Tipo Implante: Inserção Periférica , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Diâmetro: Cerca 4 Fr , Vias: Mono Lúmen , Comprimento: Cerca 55 CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Componente: Kit Introdutor Completo , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 110

Quantidade Mínima Cotada: 110

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 220

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (110)

49 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Tipo Implante: Inserção Periférica , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Diâmetro: Cerca 5 Fr , Vias: Mono Lúmen , Comprimento: Cerca 55 CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Componente: Kit Introdutor Completo , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	5
Quantidade Total:	5	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (5)		

50 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Tipo Implante: Inserção Periférica , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Diâmetro: Cerca 6 Fr , Vias: Triplo Lúmen , Comprimento: Cerca 55 CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp Em Todas Vias E Tampas , Componente: Kit Introdutor Completo , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	5
Quantidade Total:	5	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (5)		

51 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Tipo Implante: Inserção Periférica , Matéria Prima: Silicone Radiopaco , Diâmetro: Cerca 2 Fr , Vias: Mono Lúmen , Comprimento: Cerca 30 CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Componente: Kit Introdutor Completo , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	22
Quantidade Total:	22	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	44
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (22)		

52 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Tipo Implante: Inserção Periférica , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Diâmetro: Cerca 4 Fr , Vias: Mono Lúmen , Comprimento: Cerca 55 CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Componente: Kit Introdutor Completo , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	6
Quantidade Total:	6	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	12
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (6)		

53 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Tipo Implante: Inserção Periférica , Matéria Prima: Silicone Radiopaco , Diâmetro: Cerca 5 Fr , Vias: Mono Lúmen , Comprimento: Cerca 55 CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Componente: Kit Introdutor Completo , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	5
Quantidade Total:	5	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (5)		

54 - Cateter periférico

Descrição Detalhada: Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 14 GAU, Comprimento: Cerca 50 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (200)

55 - Cateter periférico

Descrição Detalhada: Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 18 GAU, Comprimento: Cerca 45 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10536

Quantidade Mínima Cotada: 10536

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 21072

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (10536)

Grupo: G1

56 - Cateter periférico

Descrição Detalhada: Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 20 GAU, Comprimento: Cerca 30 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42041

Quantidade Mínima Cotada: 42041

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84082

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (42041)

Grupo: G1

57 - Cateter periférico

Descrição Detalhada: Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 22 GAU, Comprimento: Cerca 25 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 44088

Quantidade Mínima Cotada: 44088

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 88176

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (44088)

Grupo: G1

58 - Cateter para anestesia

Descrição Detalhada: Cateter Para Anestesia Uso: Epidural Contínua , Material: Polímero Radiopaco , Calibre: Cerca De 20 G , Adicionais: Marcas De Profundidade , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (25)

59 - Cateter para anestesia

Descrição Detalhada: Cateter Para Anestesia Uso: Epidural Contínua , Material: Polímero Radiopaco , Calibre: Cerca De 16 G , Adicionais: Marcas De Profundidade , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 225 **Quantidade Mínima Cotada:** 225

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 450

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (225)

60 - Cateter para anestesia

Descrição Detalhada: Cateter Para Anestesia Uso: Epidural Contínua , Material: Polímero Radiopaco , Calibre: Cerca De 18 G , Adicionais: Marcas De Profundidade , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240 **Quantidade Mínima Cotada:** 240

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 480

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (240)

61 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Tipo Implante: Totalmente Implantável , Matéria Prima: Silicone, Reservatório Polímero , Diâmetro: Introdutor Cerca 5 Fr , Comprimento: Até 100 CM, Componente: Kit Introdutor Completo , Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (3)

62 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso / Arterial , Tipo Implante: Umbilical , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Diâmetro: Cerca 4 Fr , Vias: Mono Lúmen , Comprimento: Cerca 40 CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 84 **Quantidade Mínima Cotada:** 84

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 168

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (84)

63 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso / Arterial , Tipo Implante: Umbilical , Matéria Prima: Pvc Radiopaco , Diâmetro: Cerca 5 Fr , Vias: Mono Lúmen , Comprimento: Cerca 40 CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	38
Quantidade Total:	38	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	76
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (38)		

64 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Vias: Mono Lúmen , Lúmen: 22 GAU, Comprimento: Cerca 20 CM, Tipo Fixação: Fixação Subcutânea , Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Componente: Kit Introdutor Completo , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	19
Quantidade Total:	19	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	38
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (19)		

65 - Cateter p, terapia renal

Descrição Detalhada: Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise , Durabilidade: Temporário , Modelo: Duplo Lúmen , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Diâmetro: 7 FRENCH, Comprimento: 10 CM, Tamanho: Pediátrico , Tipo Fixação: Aba P/ Sutura E Fixação , Componente I: Kit C/ Dilatador E Fio Guia De 0,032" , Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	5
Quantidade Total:	5	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (5)		

66 - Cateter p, terapia renal

Descrição Detalhada: Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise , Durabilidade: Temporário , Modelo: Duplo Lúmen , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Diâmetro: Cerca De 9 FRENCH, Comprimento: Cerca De 12 CM, Tipo Fixação: Asa Distal P/ Fixação À Pele , Características Adicionais I: Conectores Luer Lock C/ Tampas , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	5
Quantidade Total:	5	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (5)		

67 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Tipo Implante: Inserção Periférica , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Diâmetro: Cerca 3 Fr , Vias: Mono Lúmen , Comprimento: Cerca 55 CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Componente: Kit Introdutor Completo , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	5
Quantidade Total:	5	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (5)		

68 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Matéria Prima: Silicone Radiopaco , Diâmetro: Cerca 4 Fr , Vias: Mono Lúmen , Comprimento: Cerca 70 CM, Tipo Fixação: Fixação Subcutânea , Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Componente: Kit Introdutor Completo , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	5
Quantidade Total:	5	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (5)		

69 - Marcador De Biópsia Tecidual

Descrição Detalhada: Marcador De Biópsia Tecidual Aplicação: Região Mamária / Axilar , Modelo: Clip C/ Formato Variado P/ Fixação , Tipo: Implantável, Permanente , Material: Titânio , Sistema Introdutor: Cânula Tipo Agulha Graduada C/ Aplicador , Dimensão Agulha: Cerca De 17 G X 15 Cm , Imagem: Ecogênica / Radiopaca , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	40
Quantidade Total:	40	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (40)		

70 - Conjunto procedimento médico

Descrição Detalhada: Conjunto Procedimento Médico Aplicação: P/ Anestesia , Composição Básica: C/ No Mínimo : Agulha Ponta Tuohy 16 G , Componentes: C/ Cateter Epidural Em Nylon, Filtro 0,2 Micra , Outros Componentes: Seringas E 1 C/ Perda Resistência , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	100
Quantidade Total:	100	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (100)		

71 - Conjunto procedimento médico

Descrição Detalhada: Conjunto Procedimento Médico Aplicação: P/ Anestesia , Composição Básica: C/ No Mínimo : Agulha Ponta Tuohy 18 G , Componentes: C/ Cateter Epidural Em Nylon, Filtro 0,2 Micra , Outros Componentes: Seringas E 1 C/ Perda Resistência , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	100
Quantidade Total:	100	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (100)		

72 - Cateter periférico

Descrição Detalhada: Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diametro: 19 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	100
Quantidade Total:	100	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Santa Maria/RS (100)		

73 - Cateter periférico

Descrição Detalhada: Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 21 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (100)

74 - Cateter periférico

Descrição Detalhada: Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 23 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (100)

75 - Cateter periférico

Descrição Detalhada: Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 25 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (200)

76 - Cateter periférico

Descrição Detalhada: Cateter Periférico Aplicação: Venoso , Modelo: Tipo Escalpe , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 27 GAU, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor , Conector: Conector Padrão C/ Tampa , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (100)

77 - Fixador P/ Dispositivo Médico

Descrição Detalhada: Fixador P/ Dispositivo Médico Aplicação: P/ Cateter Central / Picc - Uso S/ Sutura , Material: Base Adesiva De Não Tecido , Componente Adicional: C/ Presilha De Fixação , Tamanho: Neonatal , Tipo Uso: Estéril , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1201

Quantidade Mínima Cotada: 1201

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2402

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (1201)

78 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 150 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Compatibilidade: Compatível Com Bomba Infusora , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 350 **Quantidade Mínima Cotada:** 350

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 700

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (350)

79 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 150 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Compatibilidade: Compatível Com Bomba Infusora , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (100)

80 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polipropileno , Capacidade: 200 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Compatibilidade: Compatível Com Bomba Infusora , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (50)

81 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Tipo: P/ Bomba Injetora Contraste , Vias: 2 Vias , Modelo: Espiralado, Em "Y" , Material: Polímero , Comprimento: Cerca 250 CM, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip , Pressão Máxima: Até Cerca De 300 PSI, Componente Adicional: Seringas C/ Adaptador Perfurante Cerca 65 E 115 MI , Características Adicionais: C/ Válvula Antirrefluxo , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (300)

82 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Tipo: P/ Bomba Injetora Contraste , Vias: 2 Vias , Modelo: Espiralado, Em "Y" , Material: Polímero , Comprimento: Cerca 150 CM, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip , Pressão Máxima: Até Cerca De 300 PSI, Componente Adicional: 2 Seringas C/ Adaptador Perfurante Cerca 200 MI , Características Adicionais: C/ Válvula Antirrefluxo , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (50)

83 - Seringa

Descrição Detalhada: Seringa Material: Polímero , Capacidade: Cerca 200 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip , Modelo: Pressão Máxima Até Cerca De 300 Psi , Compatibilidade: Compatível Com Bomba Injetora Contraste , Esterilidade: Estéril, Descartável , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (300)

84 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Tipo: P/ Bomba Injetora Contraste , Vias: 2 Vias , Modelo: Espiralado, Em "Y" , Material: Polímero , Comprimento: Cerca 150 CM, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip , Pressão Máxima: Até Cerca De 300 PSI, Componente Adicional: 2 Seringas C/ Adaptador Perfurante Cerca 200 MI , Características Adicionais: C/ Válvula Antirrefluxo , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (500)

85 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Tipo: P/ Bomba Injetora Contraste , Vias: 2 Vias , Modelo: Espiralado, Em "Y" , Material: Polímero , Comprimento: Cerca 150 CM, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip , Pressão Máxima: Até Cerca De 300 PSI, Componente Adicional: 2 Seringas C/ Adaptador Perfurante Cerca 200 MI , Características Adicionais: C/ Válvula Antirrefluxo , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (400)

86 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter Balão Material: Poliuretano , Aplicação: Contrapulsção Aórtica , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Capacidade: 34 ML, Características Adicionais: Guia 0,025" X 145cm , Calibre: 7,5 FRENCH, Acessórios: Agulha, Dilatador, Extensão, Tampa Conector

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

87 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter Balão Material: Poliuretano , Aplicação: Contrapulsção Aórtica , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Capacidade: 40 ML, Características Adicionais: Guia 0,025" X 145cm , Calibre: 7,5 FRENCH, Acessórios: Agulha, Dilatador, Extensão, Tampa Conector

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Santa Maria/RS (5)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
55	Cateter periférico	10536	Unidade
56	Cateter periférico	42041	Unidade
57	Cateter periférico	44088	Unidade