

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90067/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cateter balão valvoplastia

Descrição Detalhada: Cateter Balão Valvoplastia Aplicação: Aórtico , Material: Polímero , Tipo: Não Complacente , Diâmetro: Cerca De 4 A 30 MM, Comprimento Balão: De 20 A 60 MM, Componente: Cateter Cerca De 100 CM, Característica Adicional: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (20)

2 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo , Modelo: Definitivo , Aplicação: Epicárdico , Tipo: Bipolar , Fixação: Fixação Ativa , Conexão: Conector Tipo Is-1 , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (10)

3 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo , Modelo: Definitivo , Aplicação: Epicárdico , Tipo: Bipolar , Fixação: Fixação Ativa , Conexão: Conector Tipo Is-1 , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (15)

4 - Cateter balão valvoplastia

Descrição Detalhada: Cateter Balão Valvoplastia Aplicação: Mitral , Material: Polímero , Tipo: Semi Complacente , Diâmetro: Cerca De 14 A 20 MM, Comprimento Balão: Até Cerca De 50 MM, Componente: Cateter Cerca De 100 CM, Componente Adicional: C/ Conjunto Introduutor , Característica Adicional: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (15)

5 - Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana Material: Não Complacente , Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0 MM, Comprimento Balão: Cerca De 30 MM, Marcador: Radiopaco , Comprimento Cateter: Cerca De 140 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014" , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (200)

6 - Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana Material: Não Complacente , Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0 MM, Comprimento Balão: Cerca De 30 MM, Marcador: Radiopaco , Comprimento Cateter: Cerca De 140 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014" , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900 **Quantidade Mínima Cotada:** 900

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (900)

7 - Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana Material: Semi Complacente , Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0 MM, Comprimento Balão: Cerca De 30 MM, Marcador: Radiopaco , Comprimento Cateter: Cerca De 140 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014" , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900 **Quantidade Mínima Cotada:** 900

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (900)

8 - Cateter balão p/ angioplastia periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente , Revestimento: Paclitaxel , Diâmetro Balão: Cerca De 1,5 Até 4 MM, Comprimento Balão: Cerca De 26 A 50 MM, Marcador: Radiopaco , Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014?? , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130 **Quantidade Mínima Cotada:** 130

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 260

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (130)

9 - Cateter balão p/ angioplastia periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente , Revestimento: Paclitaxel , Diâmetro Balão: Cerca De 1,5 Até 4 MM, Comprimento Balão: Cerca De 26 A 50 MM, Marcador: Radiopaco , Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014?? , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 220 **Quantidade Mínima Cotada:** 220

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 440

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (220)

10 - Cateter balão p/ angioplastia periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente , Revestimento: Paclitaxel , Diâmetro Balão: Cerca De 1,5 Até 4 MM, Comprimento Balão: Cerca De 26 A 50 MM, Marcador: Radiopaco , Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014?? , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 280 **Quantidade Mínima Cotada:** 280

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 560

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (280)

11 - Cateter balão p/ angioplastia periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente , Revestimento: Paclitaxel , Diâmetro Balão: Cerca De 1,5 Até 4 MM, Comprimento Balão: Cerca De 26 A 50 MM, Marcador: Radiopaco , Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014?? , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (180)

12 - Cateter balão p/ angioplastia periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente , Revestimento: Paclitaxel , Diâmetro Balão: Cerca De 1,5 Até 4 MM, Comprimento Balão: Cerca De 26 A 50 MM, Marcador: Radiopaco , Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014?? , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (20)

13 - Espiral aneurisma

Descrição Detalhada: Espiral Neurovascular Aplicação: Embolização Arterial E Venosa , Material: Aço Inoxidável C/ Fibras Sintéticas , Diâmetro: Cerca De 3 A 10 MM, Comprimento: Cerca De 3 A 12 CM, Tipo Liberação: Destacável , Componente I: Compatível C/ Diâmetro Estendido De 0,035" , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (150)

14 - Endoprótese Coronária

Descrição Detalhada: Endoprótese Coronária Tipo: Stent Farmacológico , Revestimento: Biolimus, Everolimus, Sirolimus Ou Zotarolimus , Material Plataforma: Liga Metálica , Dimensão: Cerca De 2,5 X Até 40 Mm , Espessura Haste: Haste Menor Ou Igual A 120 MICROM, Modelo: Permanente, Expansível Por Balão , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000 **Quantidade Mínima Cotada:** 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (2000)

15 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Periférica Tipo: Stent Não Farmacológico , Material Plataforma: Liga Metálica , Diâmetro: Cerca De 5 X 20 A 120 MM, Sistema Entrega: Auto Expansível , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (150)

16 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Periférica Tipo: Stent Não Farmacológico , Material Plataforma: Liga Metálica , Diâmetro: Cerca De 6 X 20 A 120 MM, Sistema Entrega: Auto Expansível , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (60)

17 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Periférica Tipo: Stent Não Farmacológico , Material Plataforma: Liga Metálica , Diâmetro: Cerca De 7 X 20 A 120 MM, Sistema Entrega: Auto Expansível , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (60)

18 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Periférica Modelo: Carótida, Cônico , Tipo: Stent Não Farmacológico , Material Plataforma: Liga Metálica , Diâmetro: Cerca De 5 A 10 X 20 A 40 MM, Sistema Entrega: Auto Expansível , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (50)

19 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Pigtail - Centimetrada , Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (100)

20 - Cateter balão p/ angioplastia periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente , Revestimento: Paclitaxel , Diâmetro Balão: Cerca De 1,5 Até 4 MM, Comprimento Balão: Cerca De 26 A 50 MM, Marcador: Radiopaco , Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014?? , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (150)

21 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente , Diâmetro Balão: Cerca De 10,5 Até 14 MM, Comprimento Balão: Cerca De 151 A 200 MM, Marcador: Radiopaco , Comprimento Cateter: Até 100 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035?? , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (200)

22 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente , Diâmetro Balão: Cerca De 6,5 Até 10 MM, Comprimento Balão: Até 25 MM, Marcador: Radiopaco , Comprimento Cateter: Até 100 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,018?? , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160 **Quantidade Mínima Cotada:** 160

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 320

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (160)

23 - Cateter balão valvoplastia

Descrição Detalhada: Cateter Balão Valvoplastia Aplicação: Aórtico , Material: Polímero , Tipo: Não Complacente , Diametro: Cerca De 4 A 30 MM, Comprimento Balão: De 20 A 60 MM, Componente: Cateter Cerca De 100 CM, Característica Adicional: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (20)

24 - Cateter balão valvoplastia

Descrição Detalhada: Cateter Balão Valvoplastia Aplicação: Mitral , Material: Polímero , Tipo: Semi Complacente , Diametro: Cerca De 14 A 20 MM, Comprimento Balão: Até Cerca De 50 MM, Componente: Cateter Cerca De 100 CM, Componente Adicional: C/ Conjunto Introdutor , Característica Adicional: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (20)

25 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo , Modelo: Definitivo , Aplicação: Epicárdico , Tipo: Bipolar , Fixação: Fixação Ativa , Conexão: Conector Tipo Is-1 , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (10)

26 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo , Modelo: Definitivo , Aplicação: Epicárdico , Tipo: Bipolar , Fixação: Fixação Ativa , Conexão: Conector Tipo Is-1 , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (10)

27 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter Balão Material: Poliuretano , Aplicação: Expansor De Endoprótese , Tipo Uso: Uso Único , Comprimento: 100 CM, Características Adicionais: Compatível Com Fio Guia De 0,035" , Calibre: 12 A 16 FRENCH, Diâmetro Balão: 10 A 55 MM, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (90)

28 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese Vascular Tipo: Enxerto , Origem: Inorgânico , Matéria Prima: Ptfе , Modelo: Reto , Diâmetro: Diâmetro 6 MM, Tipo Uso: Uso Único, Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)