

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90046/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cateter p, intervenção

Descrição Detalhada: Cateter P/ Intervenção Tipo De Cateter: Guia P/ Captura Êmbolos , Tipo Uso: Proteção Distal , Tipo Material: Nitinol Revestido De Heparina , Calibre Interno: Compatível C/ Guia 0,014" , Componente: Filtro Distal De 3 A 7mm , Característica Adicional: Montado Em Sistema Baixo Perfil , Componentes Adicionais: Marcas Radiopacas Proximais Em Tungstênio , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (15)

2 - Agente Embólico

Descrição Detalhada: Agente Embólico Tipo: Micropartículas , Composição 1: À Base De Pva , Tamanho: 710 - 1.000 MICROM, Forma Farmacêutica: Injetável , Esterilidade: Estéril, Apirrogênico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco-Ampola **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (100)

3 - Microbalão

Descrição Detalhada: Microbalão Aplicação: Oclusão / Destacável , Material: Látex Natural , Tipo: Complacente , Diâmetro: Cerca De 11 A 15 MM, Comprimento Balão: De 21 A 30 MM, Componente Adicional: C/ Válvula , Característica Adicional: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

4 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter Balão Material: Poliuretano , Aplicação: Angiográfico , Tipo: Flexível, Balão Insuflável , Tipo Uso: Uso Único , Diâmetro: 5 FRENCH, Comprimento: 80 CM, Características Adicionais: C/ Furos Laterais, Radiopaco , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (200)

5 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter Balão Material: Poliuretano , Aplicação: Angiográfico , Tipo: Flexível, Balão Insuflável , Tipo Uso: Uso Único , Diâmetro: 5 FRENCH, Comprimento: 80 CM, Características Adicionais: C/ Furos Laterais, Radiopaco , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	55
Quantidade Total:	55	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	110
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (55)

6 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente , Revestimento: Paclitaxel , Diâmetro Balão: Cerca De 4,0 Até 7 MM, Comprimento Balão: Cerca De 101 A 150 MM, Marcador: Radiopaco , Comprimento Cateter: Até 100 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035?? , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	205
Quantidade Total:	205	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	410
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (205)

7 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter Balão Material: Poliuretano / Poliamida , Aplicação: Oclusão Vascular Temporária , Tipo: C/ Balão Inflável , Comprimento: Cerca De 100 CM, Características Adicionais: Radiopaco , Dimensões Balão: 2 X 10mm , Calibre: 9 FRENCH, Acessórios: C/ Kit Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	40
Quantidade Total:	40	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (40)

8 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Aplicação: Fluxo Contínuo , Material: Polímero, C/ Traçado Em Aço Inoxidável , Tipo Curva: Curva Dupla , Dimensões: Cerca De 5 Fr X 90 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	10
Quantidade Total:	10	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

9 - Espiral aneurisma

Descrição Detalhada: Espiral Neurovascular Aplicação: Embolização Aneurisma Cerebral , Material: Platina , Dimensão: 6 X 3 MM, Comprimento: 60 MM, Componente I: Compatível C/ Fio De Liberação 0,018" , Componente II: Compatível C/ Ressonância Magnética , Características Adicionais: Baixo Perfil , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	50
Quantidade Total:	50	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50)

10 - Espiral aneurisma

Descrição Detalhada: Espiral Neurovascular Aplicação: Embolização Arterial E Venosa , Material: Platina, C/ Fibras Sintéticas Espaçadas , Diâmetro: Cerca De 3 A 10 MM, Comprimento: Cerca De 3 A 12 CM, Tipo Liberação: Destacável , Componente I: Compatível C/ Diâmetro Estendido De 0,035" , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (70)

11 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial , Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador , Componente 2: Aramada E Extensão C/ Torneira , Material: Polímero , Dimensões: Cerca De 6 Fr X 70 Cm , Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta , Diâmetro Fio Guia: 0,038" , Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm , Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

12 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial , Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador , Componente 2: Aramada E Extensão C/ Torneira , Material: Polímero , Dimensões: Cerca De 6 Fr X 70 Cm , Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta , Diâmetro Fio Guia: 0,038" , Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm , Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (10)

13 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Prótese Cardíaca Tipo: Fechamento , Aplicação: Defeitos Do Septo, Oclusão Percutânea , Material: Duplo Disco Em Malha De Nitinol , Modelo: Autoexpansível , Componente: Sistema De Liberação Tipo Rosca , Componente I: Balão P/ Medida C/ Comp De 4,5 A 5,5cm , Diâmetro: 4 A 38 MM, Características Adicionais: Compatível C/ Fio Guia 0,035" , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (60)

14 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Prótese Cardíaca Tipo: Fechamento , Aplicação: Oclusão De Ducto , Material: Malha Nitinol , Revestimento: Preenchido C/ Fibra De Poliéster , Modelo: Autoexpansível , Componente: Sistema De Liberação Tipo Rosca , Componente I: C/ Saia De Retenção , Diâmetro: 12 - 10 MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20)

15 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Prótese Cardíaca Tipo: Fechamento , Aplicação: Oclusão De Ducto , Material: Malha Nitinol , Revestimento: Preenchido C/ Fibra De Poliéster , Modelo: Autoexpansível , Componente: Sistema De Liberação Tipo Rosca , Componente I: C/ Saia De Retenção , Diâmetro: 10 - 8 MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	15
Quantidade Total:	15	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (15)

16 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Prótese Cardíaca Tipo: Fechamento , Aplicação: Defeitos Do Septo, Oclusão Percutânea , Material: Duplo Disco Em Malha De Nitinol , Modelo: Autoexpansível , Componente: Pino Central P/ Fixação Sistema Liberador , Componente I: Cinta Central , Diâmetro: 8 MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	15
Quantidade Total:	15	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (15)

17 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Prótese Cardíaca Tipo: Fechamento , Aplicação: Defeitos Do Septo, Oclusão Percutânea , Material: Malha Nitinol , Revestimento: Preenchido C/ Fibra De Poliéster , Modelo: Duplo Disco C/ Cintura Curta Expansível , Componente: Liberação Tipo Rosca , Componente I: Cinta Central , Diâmetro: Cintura De 12 A 14 MM, Características Adicionais: P/ Cateter De 7 A 8fr , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	50
Quantidade Total:	50	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50)

18 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Prótese Cardíaca Tipo: Fechamento , Aplicação: Defeitos Septo Ventricular , Material: Nitinol C/ Fibras Em Poliéster , Modelo: Duplo Disco C/ Espirais , Componente: Montado Em Bainha Introdutora Em Ptfé , Componente I: Kit C/ Manopla, Conector Y , Tamanho: 12 X 6 Mm , Características Adicionais: C/ Fio Guia De 0,035" , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	50
Quantidade Total:	50	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50)

19 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Prótese Cardíaca Tipo: Fechamento , Aplicação: Oclusão De Ducto , Material: Malha Nitinol , Revestimento: Preenchido C/ Fibra De Poliéster , Modelo: Autoexpansível , Componente: Sistema De Liberação Tipo Rosca , Componente I: C/ Saia De Retenção , Diâmetro: 6 - 4 MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	20
Quantidade Total:	20	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (20)

20 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Prótese Cardíaca Tipo: Fechamento , Aplicação: Oclusão De Ducto , Material: Malha Nitinol , Revestimento: Preenchido C/ Fibr De Poliéster , Modelo: Autoexpansível , Componente: Sistema De Liberação Tipo Rosca , Componente I: C/ Saia De Retenção , Diâmetro: 10 - 8 MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Belo Horizonte/MG (50)