

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90039/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cateter monitorização			
Descrição Detalhada: Cateter Monitorização Tipo: Arterial , Uso: Radial , Tamanho: 3 FRENCH, Comprimento: 5 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material: Polietileno Radiopaco , Componentes: Kit C/ Fio Guia E Agulha Introdutora , Componente I: Aba P/ Sutura E Fixação			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		200	Quantidade Mínima Cotada: 200
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 400
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75			
Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (200)			

2 - Agulha Escleroterapia Via Endoscópica			
Descrição Detalhada: Agulha Escleroterapia Via Endoscópica Material Agulha: Aço Inoxidável , Dimensão Agulha: Cerca De 23 G X 5 Mm , Compatibilidade: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm , Material Cateter: Cateter Em Ptfе , Peça De Mão: Manopla, C/ Injetor Único , Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		60	Quantidade Mínima Cotada: 60
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 120
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75			
Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (60)			

3 - Cateter central			
Descrição Detalhada: Cateter Central Tipo Implante: Totalmente Implantável , Matéria Prima: Silicone, Reservatório Polímero , Diâmetro: Introdutor Cerca 7 Fr , Comprimento: Até 100 CM, Componente: Kit Introdutor Completo , Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		40	Quantidade Mínima Cotada: 40
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 80
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75			
Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (40)			

4 - Cateter para anestesia			
Descrição Detalhada: Cateter Para Anestesia Uso: Epidural Contínua , Material: Polímero Radiopaco , Calibre: Cerca De 18 G , Adicionais: Marcas De Profundidade , Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		100	Quantidade Mínima Cotada: 100
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 200
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75			
Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (100)			

5 - Cateter para anestesia

Descrição Detalhada: Cateter Para Anestesia Uso: Epidural Contínua , Material: Polímero Radiopaco , Calibre: Cerca De 16 G , Adicionais: Marcas De Profundidade , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (80)

6 - Cateter periférico

Descrição Detalhada: Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 14 GAU, Comprimento: Cerca 50 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800 **Quantidade Mínima Cotada:** 800

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (800)

7 - Cateter periférico

Descrição Detalhada: Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 16 GAU, Comprimento: Cerca 50 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (500)

8 - Cateter periférico

Descrição Detalhada: Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 18 GAU, Comprimento: Cerca 30 MM, Componente Adicional: C/ Asa De Fixação, Tubo Extensor C/ Clamp , Conector: Conector Padrão C/ Injetor Lateral , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1400 **Quantidade Mínima Cotada:** 1400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (1400)

9 - Cateter periférico

Descrição Detalhada: Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 20 GAU, Comprimento: Cerca 30 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000 **Quantidade Mínima Cotada:** 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (10000)

10 - Cateter periférico

Descrição Detalhada: Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 22 GAU, Comprimento: Cerca 25 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	17000	Quantidade Mínima Cotada:	17000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	34000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Campina Grande/PB (17000)		

11 - Cateter periférico

Descrição Detalhada: Cateter Periférico Material Cateter: Polímero Radiopaco , Aplicação: Venoso , Material Agulha: Agulha Aço Inox , Diâmetro: 22 GAU, Comprimento: Cerca 20 MM, Conector: Conector Padrão , Componente 1: Câmara Refluxo C/ Filtro , Componente 2: C/ Sistema Segurança Segundo Nr/32 , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	12000	Quantidade Mínima Cotada:	12000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	24000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Campina Grande/PB (12000)		

12 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Aplicação: Embolectomia , Material: Polímero , Dimensões: Cerca De 4 Fr X 80 CM, Modelo: Tipo Fogarty , Componente 1: Balão De Látex Natural , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Campina Grande/PB (50)		

13 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Aplicação: Embolectomia , Material: Polímero , Dimensões: Cerca De 5 Fr X 80 CM, Modelo: Tipo Fogarty , Componente 1: Balão De Látex Natural , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Campina Grande/PB (50)		

14 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Aplicação: Embolectomia , Material: Polímero , Dimensões: Cerca De 6 Fr X 80 CM, Modelo: Tipo Fogarty , Componente 1: Balão De Látex Natural , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Campina Grande/PB (50)		

15 - Cateter oxigenoterapia

Descrição Detalhada: Cateter Oxigenoterapia Material Tubo: Pvc Flexível Grau Médico , Tipo: Tipo Óculos,Pronga Silicone Contorno Arredondado , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Tamanho: Adulto , Características Adicionais: A Prova De Deformação E Torção, 2,10m , Tipo Adaptador: Conector Universal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4100 **Quantidade Mínima Cotada:** 4100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (4100)

16 - Cateter oxigenoterapia

Descrição Detalhada: Cateter Oxigenoterapia Material Tubo: Pvc Flexível Grau Médico , Tipo: Tipo Óculos,Pronga Silicone Contorno Arredondado , Tipo Uso: Descartável , Esterilidade: Estéril , Tamanho: Infantil , Características Adicionais: A Prova De Deformação E Torção, 2,10m , Tipo Adaptador: Conector Universal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1100 **Quantidade Mínima Cotada:** 1100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (1100)

17 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Tipo Implante: Totalmente Implantável , Matéria Prima: Silicone, Reservatório Polímero , Diâmetro: Introdutor Cerca 5 Fr , Comprimento: Até 100 CM, Componente: Kit Introdutor Completo , Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (40)

18 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Tipo Implante: Totalmente Implantável , Matéria Prima: Silicone, Reservatório Polímero , Diâmetro: Introdutor Cerca 6 Fr , Comprimento: Até 100 CM, Componente: Kit Introdutor Completo , Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (20)

19 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Tipo Implante: Totalmente Implantável , Matéria Prima: Silicone, Reservatório Polímero , Diâmetro: Introdutor Cerca 7 Fr , Comprimento: Até 100 CM, Componente: Kit Introdutor Completo , Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (35)

20 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Tipo Implante: Totalmente Implantável , Matéria Prima: Silicone, Reservatório Polímero , Diâmetro: Introdutor Cerca 9 Fr , Comprimento: Até 100 CM, Componente: Kit Introdutor Completo , Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (25)

21 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso / Arterial , Tipo Implante: Umbilical , Matéria Prima: Pvc Radiopaco , Diâmetro: Cerca 5 Fr , Vias: Mono Lúmen , Comprimento: Cerca 40 CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (40)

22 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso / Arterial , Tipo Implante: Umbilical , Matéria Prima: Pvc Radiopaco , Diâmetro: Cerca 6 Fr , Vias: Mono Lúmen , Comprimento: Cerca 40 CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (20)

23 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Tipo Implante: Inserção Periférica , Matéria Prima: Silicone Radiopaco , Diâmetro: Cerca 2 Fr , Vias: Mono Lúmen , Comprimento: Cerca 30 CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Componente: Kit Introdutor Completo , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (30)

24 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Tipo Implante: Inserção Periférica , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Diâmetro: Cerca 4 Fr , Vias: Mono Lúmen , Comprimento: Cerca 55 CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Componente: Kit Introdutor Completo , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (20)

25 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Tipo Implante: Inserção Periférica , Matéria Prima: Silicone Radiopaco , Diâmetro: Cerca 5 Fr , Vias: Mono Lúmen , Comprimento: Cerca 55 CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Componente: Kit Introdutor Completo , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (20)

26 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Tipo Implante: Inserção Periférica , Matéria Prima: Silicone Radiopaco , Diâmetro: Cerca 3 Fr , Vias: Mono Lúmen , Comprimento: Cerca 55 CM, Conector: Conectores Padrão, Clamp E Tampa , Componente: Kit Introdutor Completo , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (35)

27 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Diâmetro: Cerca 3 Fr , Vias: Duplo Lúmen , Lúmen: 22 GAU, Comprimento: Cerca 15 CM, Tipo Fixação: Fixação Subcutânea , Conector: Conectores Padrão, Clamp Em Todas Vias E Tampas , Componente: Kit Introdutor Completo , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (30)

28 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Diâmetro: Cerca 4 Fr , Vias: Duplo Lúmen , Lúmen: 22 GAU, Comprimento: Cerca 20 CM, Tipo Fixação: Fixação Subcutânea , Conector: Conectores Padrão, Clamp Em Todas Vias E Tampas , Componente: Kit Introdutor Completo , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (150)

29 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Diâmetro: Cerca 7 Fr , Vias: Duplo Lúmen , Lúmen: 14 A 18 GAU, Comprimento: Cerca 20 CM, Tipo Fixação: Fixação Subcutânea , Conector: Conectores Padrão, Clamp Em Todas Vias E Tampas , Componente: Kit Introdutor Completo , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (300)

30 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Diâmetro: Cerca 7 Fr , Vias: Triplo Lúmen , Lúmen: 16 A 18 GAU, Comprimento: Cerca 20 CM, Tipo Fixação: Fixação Subcutânea , Conector: Conectores Padrão, Clamp Em Todas Vias E Tampas , Componente: Kit Introdutor Completo , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	250
Quantidade Total:	250	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Campina Grande/PB (250)		

31 - Cateter central

Descrição Detalhada: Cateter Central Aplicação: Venoso , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Diâmetro: Cerca 5 Fr , Vias: Duplo Lúmen , Lúmen: 18 A 20 GAU, Comprimento: Cerca 20 CM, Tipo Fixação: Fixação Subcutânea , Conector: Conectores Padrão, Clamp Em Todas Vias E Tampas , Componente: Kit Introdutor Completo , Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	150
Quantidade Total:	150	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Campina Grande/PB (150)		

32 - Cateter monitorização

Descrição Detalhada: Cateter Monitorização Uso: Arteria Pulmonar , Aplicação: Termodiluição , Quantidade Vias: 4 Vias , Tamanho: 7,5 FRENCH, Comprimento: 110 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único , Material: Polímero Radiopaco , Componentes: C/ Sistema Introdutor , Componente I: Kit C/ Fio Guia E Dilatador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	50
Quantidade Total:	50	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Campina Grande/PB (50)		

Grupo: G1

33 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso , Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador , Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias , Material: Polímero Hidrofílico , Dimensões: Cerca De 7 Fr X 11 Cm , Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J", Diâmetro Fio Guia: 0,038" , Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm , Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	50
Quantidade Total:	50	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Campina Grande/PB (50)		

Grupo: G1

34 - Conector Uso Médico

Descrição Detalhada: Conector Uso Médico Aplicação: P/Acesso Vascular , Material 1: Polímero , Material 2: C/ Membrana Silicone , Modelo: Sistema Fechado , Componente 1: Conexão Luer , Componente 2: Valvulado , Característica Adicional: P/ Uso Sem Agulha , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7000 **Quantidade Mínima Cotada:** 7000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (7000)

35 - Equipo especial - uso médico

Descrição Detalhada: Equipo Especial - Uso Médico Aplicação: P/ Irrigação Cirúrgica De Soluções, Bomba Infusora , Número Vias: 2 Vias , Material: Pvc Transparente , Conector Solução: Pontas Perfurantes , Regulador De Fluxo Manual: Clamps Em Todas As Vias , Comprimento Total Do Tubo: Cerca De 500 Cm, C/ Derivação Em Y , Conector Distal: Compatível C/ Instrumental , Compatibilidade: C/ Equipamento , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (40)

36 - Equipo especial

Descrição Detalhada: Equipo De Infusão De Contraste Aplicação: P/ Contraste Radiológico , Material: Pvc Cristal , Tipo Ponteira: Duas Pontas Perfurantes C/ Câmaras , Tipo Pinça: Válvula Anti Refluxo , Tipo Conector: Dois Luer Lock Fêmea, Um Luer Lock Macho , Tipo Filtro: Filtro De Ar , Características Adicionais: P/ Bomba De Seringa Injetora , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 450 **Quantidade Mínima Cotada:** 450

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 900

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (450)

37 - Equipo de infusão venosa gravitacional

Descrição Detalhada: Equipo De Infusão Venosa Gravitacional Material: Pvc Âmbar P/ Solução Fotossensível , Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Respiro E Filtro , Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete , Comprimento Tubo: Até 180 Cm , Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante , Conector Paciente: Luer , Adicional: C/ Capa Protetora P/ Frasco E Clamp , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (1000)

38 - Equipo De Infusão Venosa Gravitacional

Descrição Detalhada: Equipo De Infusão Venosa Gravitacional Material: Pvc Transparente , Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Filtro , Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete , Comprimento Tubo: Até 180 Cm , Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante , Conector Paciente: Luer , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35000 **Quantidade Mínima Cotada:** 35000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (35000)

39 - Equipo De Infusão Venosa Gravitacional

Descrição Detalhada: Equipo De Infusão Venosa Gravitacional Material: Pvc Transparente , Câmara Gotejamento: Microgotas, Flexível, C/ Filtro , Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete , Comprimento Tubo: Até 180 Cm , Tipo Injetor Lateral: S/ Injetor , Conector Paciente: Luer , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (300)

40 - Equipo De Nutrição Enteral

Descrição Detalhada: Equipo De Nutrição Enteral Material: Pvc, C/ Cor , Tipo: Gravitacional, 1 Via , Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível , Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete , Conector Dieta: Ponta Perfurante C/ Respiro , Conector Paciente: Escalonado , Comprimento Total Do Tubo: Até 180 Cm , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6000

Quantidade Mínima Cotada: 6000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (6000)

41 - Equipo De Infusão Venosa Gravitacional

Descrição Detalhada: Equipo De Infusão Venosa Gravitacional Material: Pvc Transparente , Volume Bureta: Bureta Cerca De 100 ML, Características Bureta: Graduada, C/ Alça, Respiro, Injetor E Filtro , Câmara Gotejamento: Microgotas, Flexível, C/ Filtro , Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete , Comprimento Tubo: Acima De 181 Cm, C/ Priming Reduzido , Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante , Conector Paciente: Luer , Adicional: C/ Clamp , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (50)

42 - Equipo De Transfusão De Hemocomponentes

Descrição Detalhada: Equipo De Transfusão De Hemocomponentes Material: Pvc Transparente , Tipo: Gravitacional, 2 Vias, C/ Derivação Em Y , Câmara Gotejamento: Macrogotas, Câmara Dupla, C/ Filtro , Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete , Comprimento Tubo: Até 180 Cm , Conector Paciente: Luer , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (200)

43 - Equipo especial - uso médico

Descrição Detalhada: Equipo Especial - Uso Médico Aplicação: P/ Medir Pvc - Pressão Venosa Central , Material: Pvc Transparente , Conector Solução: Ponta Perfurante , Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível , Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete E Clamp , Comprimento Total Do Tubo: Até 180 Cm, C/ Derivação Em Y , Conector Distal: Luer , Adicional: C/ Escala Graduada Em Cm , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (100)

44 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Tipo: P/ Bomba Infusora , Vias: 1 Via , Material: Polímero , Comprimento: Cerca 120 CM, Calibre: Cerca 6 FRENCH, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip , Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PSI, Componente Adicional: C/ Clamp , Características Adicionais: Fotossensível , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200 **Quantidade Mínima Cotada:** 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (1200)

45 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Vias: 1 Via , Material: Polímero , Comprimento: Cerca 120 CM, Calibre: Cerca 12 FRENCH, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip , Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PSI, Componente Adicional: C/ Clamp , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1700 **Quantidade Mínima Cotada:** 1700

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 3400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (1700)

46 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Vias: 4 Vias , Material: Polímero , Comprimento: Cerca 15 CM, Calibre: Cerca 12 FRENCH, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip , Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PSI, Componente Adicional: C/ Clamp , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4500 **Quantidade Mínima Cotada:** 4500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 9000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (4500)

47 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent , Tipo Uso: Ureteral , Formato: Duplo J (Pigtail) , Material Estrutura: Poliuretano , Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor , Dimensões: Cerca De 3 Fr X 10 A 20 CM, Componente li: C/ Marcas Radiopacas , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (25)

48 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent , Tipo Uso: Ureteral , Formato: Duplo J (Pigtail) , Material Estrutura: Poliuretano , Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor , Dimensões: Cerca De 4 Fr X 20 A 30 Cm , Componente li: C/ Marcas Radiopacas , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (20)

49 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent , Tipo Uso: Ureteral , Formato: Duplo J (Pigtail) , Material Estrutura: Poliuretano , Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor , Dimensões: Cerca De 5 Fr X 20 A 30 Cm , Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (25)

50 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent , Tipo Uso: Ureteral , Formato: Duplo J (Pigtail) , Material Estrutura: Poliuretano , Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor , Dimensões: Cerca De 6 Fr X 20 A 30 Cm , Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (20)

51 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent , Tipo Uso: Ureteral , Formato: Duplo J (Pigtail) , Material Estrutura: Poliuretano , Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor , Dimensões: Cerca De 7 Fr X 24 A 30 Cm , Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (40)

52 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Material Especial Cardiovascular Aplicação*: P/ Monitorização Pressão Arterial Invasiva , Componente 1: Transdutor C/ Dispositivo Fluxo Cerca 3 Ml/H , Componente 2: Linha C/ Equipo, Torneira Valvulada , Adicionais: 2 Extensores , Tamanho: Cerca De 30 E 120 Cm , Esterilidade: Estéril, Descartável , Compatibilidade: Compatibilidade Específica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (250)

53 - Sistema De Derivação

Descrição Detalhada: Sistema De Derivação Modelo: Ventricular Externa - Dve , Adicionais: Radiopaco , Tipo Cateter: Cateter Ventricular De Silicone , Componente 1: Sistema Fechado C/ Conectores, Câmara Graduada , Componente 2: Bolsa Coletora , Tamanho: Adulto , Opcionais: Conjunto Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (10)

54 - Sistema De Derivação

Descrição Detalhada: Sistema De Derivação Modelo: Ventrículo-Peritoneal - Dvp , Adicionais: Radiopaco , Tipo Cateter: Cateter Ventricular E Peritoneal De Silicone , Componente 1: Válvula Unidirecional De Média Pressão , Componente 2: Reservatório De Coleta De Liquor , Tamanho: Adulto , Opcionais: Conjunto Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (20)

55 - Sistema De Derivação

Descrição Detalhada: Sistema De Derivação Modelo: Ventrículo-Peritoneal - Dvp , Adicionais: Radiopaco , Tipo Cateter: Cateter Ventricular E Peritoneal De Silicone , Componente 1: Válvula Unidirecional De Média Pressão , Componente 2: Reservatório De Coleta De Liquor , Tamanho: Infantil , Opcionais: Conjunto Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (15)

56 - Tampa protetora uso médico

Descrição Detalhada: Tampa Protetora Uso Médico Aplicação 1: P/ Conectores - Equipo, Extensor, Seringa, Cateter , Tipo: Luer Lock , Material: Polímero , Tipo Uso: Estéril, Uso Único , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000 **Quantidade Mínima Cotada:** 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (10000)

57 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Vias: 2 Vias , Material: Polímero , Comprimento: Cerca 20 CM, Calibre: Cerca 12 FRENCH, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip , Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PSI, Componente Adicional: C/ Clamp , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9000 **Quantidade Mínima Cotada:** 9000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (9000)

58 - Equipo especial - uso médico

Descrição Detalhada: Equipo Especial - Uso Médico Aplicação: P/ Irrigação Cirúrgica De Soluções, Gravitacional , Número Vias: 4 Vias , Material: Pvc Transparente , Conector Solução: Pontas Perfurantes , Regulador De Fluxo Manual: Clamps Em Todas As Vias , Comprimento Total Do Tubo: Até 180 Cm, C/ Derivação Em Y , Conector Distal: Compatível C/ Instrumental , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (60)

59 - Garrote

Descrição Detalhada: Garrote Material*: Borracha Sintética, Isento De Látex Natural , Tipo*: Tipo Fita , Dimensões: Cerca De 2,5 X 35 CM, Apresentação: Em Rolo, Pré Cortada, Embalagem Dispensadora , Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (1000)

60 - Adaptador Uso Médico

Descrição Detalhada: Adaptador Uso Médico Aplicação: P/ Transferência / Irrigação De Soluções , Tipo 2: Ponta Perfurante / Luer Lock , Material: Polímero , Componente 1: C/ Tampas , Tipo Uso: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10000 **Quantidade Mínima Cotada:** 10000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (10000)

61 - Extensor infusão vascular

Descrição Detalhada: Extensor Infusão Vascular Tipo: P/ Bomba Injetora Contraste , Vias: 1 Via , Material: Polímero , Comprimento: Cerca 25 CM, Tipo Conexão: Luer Lock / Slip , Pressão Máxima: Até Cerca De 300 PSI, Características Adicionais: C/ Válvula Antirrefluxo , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1400 **Quantidade Mínima Cotada:** 1400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (1400)

62 - Cateter p, terapia renal

Descrição Detalhada: Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise , Durabilidade: Temporário , Modelo: Duplo Lúmen , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Diâmetro: Cerca De 9 FRENCH, Comprimento: Cerca De 12 CM, Tipo Fixação: Asa Distal P/ Fixação À Pele , Características Adicionais I: Conectores Luer Lock C/ Tampas , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (15)

63 - Cateter p, terapia renal

Descrição Detalhada: Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise , Durabilidade: Temporário , Modelo: Triplo Lúmen, Reto , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Diâmetro: 12 FRENCH, Comprimento: 20 CM, Tipo Fixação: Asa Distal P/ Fixação À Pele , Componente I: Kit C/ Fio Guia Em J, Dilatador E Agulha 18g , Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas , Características Adicionais I: Conectores C/ Tampa , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (40)

64 - Cateter p, terapia renal

Descrição Detalhada: Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise , Durabilidade: Temporário , Modelo: Triplo Lúmen, Reto , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Diâmetro: Cerca De 12 FRENCH, Comprimento: Cerca De 15 CM, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador E Agulha , Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas , Características Adicionais I: Conectores C/ Tampa , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (60)

65 - Cateter p, terapia renal

Descrição Detalhada: Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise , Durabilidade: Temporário , Modelo: Duplo Lúmen , Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco , Diâmetro: Cerca De 12 FRENCH, Comprimento: Cerca De 15 CM, Componente I: Kit C/ Fio Guia, Dilatador E Agulha , Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas , Características Adicionais I: Conectores C/ Tampa , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (20)

66 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema Extrator Material: Nitinol , Tipo: Dormia C/ Cesta C/ 4 Fios , Calibre: Cerca De 3 FRENCH, Comprimento: Cerca De 90 CM, Aplicação: P/ Cálculo Renal Ou Ureteral , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (35)

67 - Filtro capilar dialisador

Descrição Detalhada: Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética , Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar , Superfície Corporal: Superfície De 0,6 A 1,0 M2, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (20)

68 - Filtro capilar dialisador

Descrição Detalhada: Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética , Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar , Superfície Corporal: Superfície De 1,1 A 1,5 M2, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (20)

69 - Filtro capilar dialisador

Descrição Detalhada: Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética , Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar , Superfície Corporal: Superfície De 1,6 A 2,0 M2, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190 **Quantidade Mínima Cotada:** 190

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 380

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (190)

70 - Filtro capilar dialisador

Descrição Detalhada: Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética , Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar , Superfície Corporal: Superfície De 2,1 A 2,5 M2, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190 **Quantidade Mínima Cotada:** 190

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 380

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (190)

71 - Isolador pressão

Descrição Detalhada: Isolador Pressão Material: Pvc - Cloreto De Polivinila , Esterilidade: Estéril , Aplicação: Uso Em Máquina Hemodiálise , Tipo Conector: Conector Luer Lock

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 240 **Quantidade Mínima Cotada:** 240

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 480

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (240)

72 - Conjunto nefrostomia percutânea

Descrição Detalhada: Conjunto Nefrostomia Percutânea Tipo Cateter: Malecot , Diâmetro Do Cateter: Cerca De 14 Fr , Componentes 1: C/ 1 Agulha Punção Chiba 22g , Componentes 2: Agulha Punção, Bainha Introdutora E Fio Guia , Componentes 3: C/ 3 Dilatadores , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (12)

73 - Linha sangue

Descrição Detalhada: Linha Sangue Tipo: Venoso , Aplicação: P/ Máquina De Proporção , Material: Tubo Flexível Em Pvc , Modelo: Catabolha C/ Filtro , Diâmetro: Cerca De 8 MM, Tipo Pinça: Pinça Clamp Corta-Fluxo , Tipo Conector: Conector Dialisador Rosqueado , Componente: Injetor Lateral Autocicatrizante , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (200)

74 - Linha sangue

Descrição Detalhada: Linha Sangue Tipo: Venoso , Aplicação: P/ Máquina De Proporção , Material: Tubo Flexível Em Pvc , Modelo: Catabolha C/ Filtro , Diâmetro: Cerca De 8 MM, Tipo Pinça: Pinça Clamp Corta-Fluxo , Tipo Conector: Conector Dialisador Rosqueado , Componente: Injetor Lateral Autocicatrizante , Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (200)

75 - Sistema p, correção da incontinência urinária

Descrição Detalhada: Sistema P/ Correção Da Incontinência Urinária Uso: Feminina , Modelo: Suporte Suburetral , Via: Transobturatória , Material: Faixa De Polipropileno Monofilamentar , Componente: Sistema Completo Para Implantação , Tipo Uso: Uso Único , Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (30)

76 - Solução Para Hemodiálise

Descrição Detalhada: Solução Para Hemodiálise Componentes: Sódio, Potássio, Cálcio, Magnésio , Componentes Adicionais: Cloreto, Bicarbonato, Glicose , Concentração: 140 + 2 + 1,5 + 0,5 + 111 + 35 + 5,55 MMOL/L, Forma Farmacêutica: Solução Para Infusão , Adicional: Sistema Fechado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900

Quantidade Mínima Cotada: 900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Bolsa 5,00 L

Quantidade Máxima para Adesões: 1800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (900)

77 - Linha sangue

Descrição Detalhada: Linha Sangue Tipo: Arterial E Venosa , Aplicação: P/ Plasmaférese , Material: Tubo Em Pvc , Modelo: Linha Solução E Reposição , Tipo Conector: Conectores, Clamps E Injetores , Tipo Sensor: Transdutor De Pressão , Componente: Bolsa Vazia De 5l , Outros Componentes: Extensão P/ Bomba Heparina , Características Adicionais: Kit C/ Plasmafiltro P/ Adulto , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (100)

78 - Linha sangue

Descrição Detalhada: Linha Sangue Tipo: Arterial E Venosa , Aplicação: Hemodiálise Prolongada , Material: Tubo Em Pvc , Modelo: Linha Solução E Reposição , Tipo Conector: Conectores, Clamps E Injetores , Tipo Sensor: Transdutor De Pressão , Componente: Bolsa Vazia De 2l E 5l , Outros Componentes: Extensão P/ Bomba Heparina , Características Adicionais: Kit C/ Hemofiltro P/ Crianças Acima De 10kg , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (20)

79 - Linha sangue

Descrição Detalhada: Linha Sangue Tipo: Arterial E Venosa , Aplicação: Hemodiálise Prolongada , Material: Tubo Em Pvc , Modelo: Linha Solução E Reposição , Tipo Conector: Conectores, Clamps E Injetores , Tipo Sensor: Transdutor De Pressão , Componente: Bolsa Vazia De 2l E 5l , Outros Componentes: Extensão P/ Bomba Heparina , Características Adicionais: Kit C/ Hemofiltro P/ Crianças Acima De 10kg , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (20)

80 - Solução Para Hemodiálise

Descrição Detalhada: Solução Para Hemodiálise Componentes: C/ Cloreto De Sódio, Potássio, Cálcio , Componentes Adicionais: Magnésio E Ácido Acético , Concentração: Em Concentrações Fisiológicas , Forma Farmacêutica: Solução Estéril E Apirogênica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Galão 5,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (250)

81 - Solução Para Hemodiálise

Descrição Detalhada: Solução Para Hemodiálise Componentes: Bicarbonato De Sódio , Concentração 1: 8,4% , Forma Farmacêutica: Solução Estéril Apirogênica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 270 **Quantidade Mínima Cotada:** 270

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Galão 5,00 L **Quantidade Máxima para Adesões:** 540

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (270)

82 - Filtro capilar dialisador

Descrição Detalhada: Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética , Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar , Superfície Corporal: Superfície De 1,6 A 2,0 M2, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (20)

83 - Filtro capilar dialisador

Descrição Detalhada: Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética , Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar , Superfície Corporal: Superfície De 1,6 A 2,0 M2, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (20)

84 - Cateter vias urinárias

Descrição Detalhada: Cateter Vias Urinárias - Ureteral Uso: Urografia Retrógrada , Tipo Ponta: Ponta Reta Aberta , Material: Polímero , Dimensões: Cerca De 6 Fr X 70 Cm , Adicionais: Radiopaco , Opcionais: C/ Sistema Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (30)

85 - Ácido peracético

Descrição Detalhada: Ácido Peracético Concentrações: 5% , Forma Fisica: Solução Aquosa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Litro **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (15)

86 - Equipo De Infusão Venosa Gravitacional

Descrição Detalhada: Equipo De Infusão Venosa Gravitacional Material: Pvc Transparente , Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Filtro , Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete , Comprimento Tubo: Até 180 Cm , Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante , Conector Paciente: Luer , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (1000)

87 - Agulha

Descrição Detalhada: Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Aplicação: P/ Fístula Arterio Venosa , Tipo Ponta Agulha: C/ Bisel Trifacetado , Dimensões: 16 GAU, Tipo Fixação: C/ Asa De Fixação , Adicional: Tubo Extensor C/ Clamp , Conector: Conector Luer Lock Ou Slip, Protetor , Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campina Grande/PB (200)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
32	Cateter monitorização	50	Unidade
33	Introdutor percutâneo	50	Unidade