

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90062/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Membrana substituição dura-máter

Descrição Detalhada: Membrana Substituição Dura-Máter Tipo: Biologicamente Inerte , Materia Prima: Ptfе Expandido , Estrutura: Barreira Protetora , Dimensões (Comp X Larg): 6 X 6 CM, Uso: Canal Espinhal , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

2 - Material especial neurocirurgia

Descrição Detalhada: Aplicação*: P/ Discectomia Cervical Percutânea, Material*: Aço Inoxidável, Componente 1: C/ Trocater, Obturador, Trefina E Fio Guia, Componente 2: Cânula De Corte, Componente 3: Tubo Injetor De Contraste, Adicionais: Tubo Aspirador C/ Coletor, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

3 - Material especial neurocirurgia

Descrição Detalhada: Aplicação*: P/ Biópsia Cerebral, Tipo: Guiada Por Estereotaxia, Componente 1: Agulha Coletora C/ Bloquedor De Profundidade, Componente 2: Buchas P/ Guia Da Agulha, Componente 3: Cerca 12 Parafusos P/ Fixação Do Halo No Crânio, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

4 - Fio de sutura agulhado

Descrição Detalhada: Material Fio: Nylon / Poliamida Preto, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 0 / 1-0, Comprimento Fio: Cerca De 70 CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 30 MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (120)

5 - Fio de sutura agulhado

Descrição Detalhada: Material Fio: Nylon / Poliamida Preto, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 3-0, Comprimento Fio: Cerca De 45 CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 24 MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (120)

6 - Fio de sutura agulhado

Descrição Detalhada: Material Fio: Polipropileno Azul, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 4-0, Comprimento Fio: Cerca De 90 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 1/2 Círculo Nas Extremidades, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 26 MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (120)

7 - Fio De Sutura Agulhado

Descrição Detalhada: Material Fio: Polipropileno Azul, Modelo Fio: Monofilamentar, Diâmetro Fio: 5-0, Comprimento Fio: Cerca De 70 CM, Tipo Agulha: 2 Agulhas 1/2 Círculo Nas Extremidades, Modelo Agulha: Cilíndrica, Comprimento Agulha: Cerca De 14 MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (120)

8 - Fio de sutura agulhado

Descrição Detalhada: Material Fio: Poliglactina Violeta, Modelo Fio: Multifilamentar, Diâmetro Fio: 2-0, Comprimento Fio: Cerca De 70 CM, Tipo Agulha: Agulha 3/8 Círculo, Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida, Comprimento Agulha: Cerca De 30 MM, Esterilidade: Estéril, Apresentação: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (120)

9 - Hemostático absorvível

Descrição Detalhada: Apresentação: Malha, Princípio Ativo: Celulose Oxidada Regenerada, Dimensões: Cerca De 5 X 35 CM, Esterilidade*: Descartável E Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 12,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

10 - Hemostático Absorvível

Descrição Detalhada: Apresentação: Malha, Princípio Ativo: Celulose Oxidada Regenerada, Dimensões: Cerca De 5 X 10 CM, Esterilidade*: Descartável E Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 10,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

11 - Cera para osso

Descrição Detalhada: Composição: Cera De Abelhas E Palmitato Isopropílico, Tipo Uso: Hemostático, Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Envelope 2,50 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (40)

12 - Dreno cirúrgico

Descrição Detalhada: Modelo: Tubular, Material: Silicone, Calibre: 18 FRENCH, Componente: Introdutor Em Aço Inoxidável, Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa, Volume: Cerca De 500 ML, Conector Universal: C/ Conector Duplo, Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo E Extensor C/ Clamp, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

13 - Capa Uso Médico

Descrição Detalhada: Compatibilidade: C/ Microscópio Cirúrgico, Aplicação: P/ Paramentação Do Equipamento, Material: Plástico Transparente, Fixação: C/ Fixação Ajustável, Adicional: C/ Visor, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

14 - Sistema De Derivação

Descrição Detalhada: Modelo: Ventricular Externa - Dve, Adicionais: Radiopaco, Tipo Cateter: Cateter Ventricular De Silicone, Componente 1: Sistema Fechado C/ Conectores, Câmara Graduada, Componente 2: Bolsa Coletora, Tamanho: Adulto, Opcionais: Conjunto Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

15 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Vertebroplastia Percutânea, Componente 1: Sistema Introdutor E De Biópsia Vertebral, Componente 2: C/ Dispositivo P/ Aplicação De Cimento Ósseo, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

16 - Dreno cirúrgico

Descrição Detalhada: Modelo: Laminar, Material: Silicone, Calibre: 15 FRENCH, Componente: Introdutor Em Aço Inoxidável, Componente Adicional: C/ Reservatório Graduado - Pressão Negativa, Volume: Cerca De 100 ML, Conector Universal: C/ Conector, Componente I: C/ Válvula Antirrefluxo E Extensor C/ Clamp, Componente Ii: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

17 - Introdutor Percutâneo

Descrição Detalhada: Componente 1: Dilatador, Material: Aço Inoxidável E Polímero, Dimensões: Cerca De 65 CM, Adicionais: P/ Implantar Cateter Dvp, Esterilização: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

18 - Sistema De Derivação

Descrição Detalhada: Modelo: Ventrículo-Peritoneal - Dvp, Adicionais: Radiopaco, Tipo Cateter: Cateter Ventricular E Peritoneal De Silicone, Componente 1: Válvula Unidirecional De Média Pressão, Componente 2: Reservatório De Coleta De Liquor, Tamanho: Adulto, Opcionais: Conjunto Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

19 - Sistema De Derivação

Descrição Detalhada: Modelo: Ventrículo-Peritoneal - Dvp, Adicionais: Radiopaco, Tipo Cateter: Cateter Ventricular E Peritoneal De Silicone, Componente 1: Válvula Unidirecional De Alta Pressão, Componente 2: Reservatório De Coleta De Liquor, Tamanho: Adulto, Opcionais: Conjunto Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

20 - Cateter monitorização

Descrição Detalhada: Tipo: Pressão Intracraniana, Uso: Procedimentos Parenquimatosos, Aplicação: Subdural, Ventricular E Epidural, Tamanho: 5 FRENCH, Comprimento: 60 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Material: Poliuretano, Componentes: C/ Sensor De Temperatura, Componente I: Semicondutor Ótico, Componentes Adicionais: Adaptável A Todos Monitores,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

21 - Sistema De Derivação

Descrição Detalhada: Modelo: Ventrículo-Peritoneal - Dvp, Adicionais: C/ Cateter Pressão Intracraniana, Tipo Cateter: Equipo C/ Sensor P/ Regulagem, Componente 1: Sistema Fechado C/ Conectores, Componente 2: Bolsa Coletora, Tamanho: Adulto, Opcionais: Compatível C/ Equipamento De Drenagem, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

22 - Cimento ortopédico

Descrição Detalhada: Composição: Pó C/ 40 G De Polimetilmetacrilato + Sulfato Bário, Apresentação: Líquido Contendo 20ml De Mma (Metilmetacrilato), Características Adicionais: Envelope + Ampola, S/ Antibiótico, Embalagem: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (40)

23 - Broca cirúrgica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta Ativa: Cilíndrica, Tipo: Corte Moderado, Diâmetro: Cerca De 7,9 MM, Comprimento Haste: Haste Longa, Encaixe: Encaixe Específico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

24 - Broca cirúrgica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável - Diamantada, Formato Ponta Ativa: Redonda, Tipo: Corte Moderado, Diâmetro: 2,0 MM, Comprimento Haste: 100 MM, Encaixe: Encaixe Específico, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

25 - Broca cirúrgica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável - Diamantada, Formato Ponta Ativa: Redonda, Tipo: Corte Médio, Diâmetro: 3,0 MM, Comprimento Haste: 100 MM, Encaixe: Encaixe Específico, Tipo Uso: Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

26 - Regulador pressão

Descrição Detalhada: Tipo Equipamento: 2 Manômetros(Entrada/Saída), Pressão Máxima Saída: 0 A 10 KGF/CM2, Pressão Máxima Entrada: 0 A 315 KGF/CM2, Modelo: Ajustável, Material Corpo: Latão Cromado, Características Adicionais: Uma Única Manopla De Trabalho(0 A 10 Kgf/Cm²), Aplicação: P/ Cilindro De Nitrogênio,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

27 - Broca cirúrgica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta Ativa: Cônica, Tipo: Laminada, Diâmetro: 2,3 MM, Comprimento Haste: 155 MM, Encaixe: Encaixe Específico, Característica Adicional: P/ Craniótomo, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

28 - Broca cirúrgica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Autobloqueante, Diâmetro: 14 MM, Característica Adicional: P/ Craniótomo, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

29 - Broca cirúrgica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Autobloqueante, Diâmetro: 11 MM, Característica Adicional: P/ Craniótomo, Tipo Uso: Descartável, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

30 - Equipo Especial - Uso Médico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Irrigação Cirúrgica De Soluções, Gravitacional, Número Vias: 2 Vias, Material: Pvc Transparente, Conector Solução: Pontas Perfurantes, Regulador De Fluxo Manual: Clamps Em Todas As Vias, Comprimento Total Do Tubo: Até 180 Cm, C/ Derivação Em Y, Conector Distal: Compatível C/ Instrumental, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (10)

31 - Cureta uso médico

Descrição Detalhada: Modelo: Hardy, Tipo: Fenestrada, Tamanho Ponta: Cerca De 6 Mm, Formato: Ponta Angulada, Baioneta, Aplicação: P/ Hipófise, Comprimento Total: Cerca De 26 CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

32 - Cureta Uso Médico

Descrição Detalhada: Modelo: Hardy, Tipo: Fenestrada, Tamanho Ponta: Cerca De 4 Mm, Formato: Ponta Angulada, Baioneta, Aplicação: P/ Hipófise, Comprimento Total: Cerca De 26 CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

33 - Espéculo Uso Médico

Descrição Detalhada: Aplicação: Nasal, Modelo: Cushing, Ponta Ativa: Lâminas Cerca De 90 MM, Travamento: C/ Trava Tipo Rosca, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

34 - Espéculo Uso Médico

Descrição Detalhada: Aplicação: Nasal, Modelo: Cushing, Ponta Ativa: Lâminas Cerca De 70 MM, Travamento: C/ Trava Tipo Rosca, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

35 - Pinça para bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Bipolar, Modelo Haste: Haste Baioneta, Comprimento Total: 20 CM, Tipo Ponta: Ponta Curva, Diâmetro Ponta: 1,0 MM, Tipo Uso: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

36 - Pinça Para Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Modelo: Bipolar, Modelo Haste: Haste Baioneta, Comprimento Total: 18 A 19 CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Diâmetro Ponta: 1,0 MM, Tipo Uso: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (4)

37 - Caixa P/ Esterilização

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Característica: C/ Tampa E Furos, S/ Trava, Dimensões 2: Cerca De 40 X 30 X 10 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

38 - Introdutor Percutâneo

Descrição Detalhada: Componente 1: Dilatador, Material: Aço Inoxidável, Dimensões: Cerca De 35 CM, Adicionais: P/ Implantar Cateter Dvp, Esterilização: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

39 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Componente 1: Dilatador, Material: Aço Inoxidável, Dimensões: Cerca De 55 CM, Adicionais: P/ Implantar Cateter Dvp, Esterilização: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)