

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90090/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Agulha Biópsia			
Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via De Acesso: Percutânea , Modelo: Aspirativa / Infusão , Aplicação: P/ Tecidos Moles , Tipo: Chiba , Dimensão Agulha: Cerca De 22 G X 15 Cm , Material Agulha: Aço Inoxidável , Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada , Componente 2: C/ Ajuste Profundidade , Componente 3: Conector Luer , Esterilidade: Estéril, Uso Único , Embalagem: Individual			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	20
Quantidade Total:	20	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Florianópolis/SC (20)		

2 - Agulha Biópsia			
Descrição Detalhada: Via De Acesso: Percutânea, Modelo: Aspirativa / Infusão, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Tipo: Chiba, Dimensão Agulha: Cerca De 22 G X 20 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Componente 2: C/ Ajuste Profundidade, Componente 3: Conector Luer, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	10
Quantidade Total:	10	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Florianópolis/SC (10)		

3 - Agulha Biópsia			
Descrição Detalhada: Via De Acesso: Percutânea, Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Dimensão Agulha: Cerca De 14 G X 10 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Componente 1: C/ Mandril, Compatibilidade: Uso C/ Pistola Automática, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	450
Quantidade Total:	450	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	900
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Florianópolis/SC (450)		
Grupo: G1			

4 - Agulha Biópsia			
Descrição Detalhada: Via De Acesso: Percutânea, Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Dimensão Agulha: Cerca De 18g X 25 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Componente 1: C/ Mandril, Compatibilidade: Uso C/ Pistola Automática, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	90
Quantidade Total:	90	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	180
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	Florianópolis/SC (90)		
Grupo: G1			

5 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Via De Acesso: Percutânea, Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Dimensão Agulha: Cerca De 14 G X 10 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Componente 1: C/ Mandril, Compatibilidade: Uso C/ Pistola Automática, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (70)

Grupo: G1

6 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Via De Acesso: Percutânea, Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Dimensão Agulha: Cerca De 18 G X 15 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Peça De Mão: Manopla C/ Disparo Semi / Automático, Componente 1: C/ Mandril, Componente 2: C/ Ajuste Profundidade, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 260

Quantidade Mínima Cotada: 260

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 520

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (260)

7 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Via De Acesso: Percutânea, Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Dimensão Agulha: Cerca De 20 G X 15 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Peça De Mão: Manopla C/ Disparo Semi / Automático, Componente 1: C/ Mandril, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (60)

8 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Via De Acesso: Percutânea, Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Dimensão Agulha: Cerca De 14 G X 10 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Componente 1: C/ Mandril, Compatibilidade: Uso C/ Pistola Automática, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 230

Quantidade Mínima Cotada: 230

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 460

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (230)

Grupo: G1

9 - Agulha Biópsia

Descrição Detalhada: Via De Acesso: Percutânea, Modelo: C/ Gaveta P/ Amostra, Aplicação: P/ Tecidos Moles, Dimensão Agulha: Cerca De 14 G X 15 Cm, Material Agulha: Aço Inoxidável, Imagem: Ecogênica / Radiopaca, Graduada, Componente 1: C/ Mandril, Compatibilidade: Uso C/ Pistola Automática, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 190 **Quantidade Mínima Cotada:** 190

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 380

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (190)

10 - Papel para impressão - uso hospitalar

Descrição Detalhada: Material: Termosensível, Aplicação*: P/ Cardiotocógrafo, Dimensões: Cerca 100 X 120 MM, Apresentação: Formulário Contínuo, Dobra Em "Z", Compatibilidade: Compatibilidade C/ Equipamento,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Embalagem 200,00 FL **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

11 - Bobina papel impressora

Descrição Detalhada: Tipo Papel: Térmico, Comprimento: 22 M, Largura: 49 MM, Aplicação: Processador Estatístico Sp1200 Gehaka,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (20)

12 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Aplicação: Naso Biliar, Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail, Dimensões: Cerca De 10 Fr X 300 Cm, Componente 1: Fio Guia Revestido Ptfte, Adicionais: Extensor, Conector E Tubo Nasal, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (40)

13 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Aplicação: Percutânea, Biliar, Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail, Dimensões: Cerca De 12 Fr X 40 Cm, Adicionais: Marcas Radiopacas, Opcionais: Com Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (40)

14 - Eletrodo Uso Médico

Descrição Detalhada: Aplicação 1: P/ Monitorização Cardíaca - Ecg, Modelo: De Superfície, Tipo: Precordial C/ Pera, Material Sensor: Banhado A Prata E Silicône, Tamanhos: Adulto, Acessório: S/ Cabo, Esterilidade: Reutilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Embalagem 6,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (20)

15 - Filme radiológico

Descrição Detalhada: Tipo: Mamografia, Adicional: Para Processamento Seco, Dimensões: 25 X 30 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8000 **Quantidade Mínima Cotada:** 8000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (8000)

Grupo: G2

16 - Filme radiológico

Descrição Detalhada: Tipo: Raio-X, Adicional: Para Processamento Seco, Dimensões: 35 X 43 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (400)

Grupo: G2

17 - Gel condutor

Descrição Detalhada: Composição: A Base De Água, Características Adicionais: Ph Neutro,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500 **Quantidade Mínima Cotada:** 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 3000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1500)

18 - Acessório para equipamento médico

Descrição Detalhada: Tipo: Guia De Agulha, Aplicação: P/ Biópsia De Mama, Tipo Uso: Procedimento Guiado Por Estereotaxia, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 10 G, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (20)

19 - Acessório para equipamento médico

Descrição Detalhada: Tipo: Guia De Agulha, Aplicação: P/ Biópsia De Mama, Tipo Uso: Procedimento Guiado Por Estereotaxia, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 10 G, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (20)

20 - Conjunto nefrostomia percutânea

Descrição Detalhada: Tipo Cateter: Pigtail, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 10 Fr, Componentes 1: C/ 1 Agulha Punção Chiba 22g, Componentes 2: Agulha Punção, Bainha Introdutora E Fio Guia, Componentes 3: C/ 3 Dilatadores, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (45)

21 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Aplicação: Percutânea, Biliar, Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 40 Cm, Adicionais: Marcas Radiopacas, Opcionais: Com Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45 **Quantidade Mínima Cotada:** 45

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (45)

22 - Solução limpeza

Descrição Detalhada: Composição Básica: Ácidos Graxos, Finalidade: Limpeza De Superfícies, Aplicação: Lavagem De Estruturas Metálicas,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 500,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1)

23 - Pano Limpeza

Descrição Detalhada: Material: Fibra Poliéster E Celulose, Comprimento: 30,48 CM, Largura: 38 CM, Características Adicionais: Resistente A Solventes/Rolo Picotado/Baixo, Aplicação: Limpeza Bancada/Equipamento/Peça/Acessório -,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1)

24 - Impresso padronizado

Descrição Detalhada: Material: Papel Sulfite, Tipo: Fichas Picotadas Para Controle De Exames, Gramatura: 120 G/M2, Comprimento: 100 MM, Largura: 35 MM, Cor: 1/0, Características Adicionais: Folha Com 16 Fichas, Conforme Modelo Do Órgão, Aplicação: Ficha De Controle De Exame De Eletrocardiograma, Quantidade Páginas: 100,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (120)

25 - Gel

Descrição Detalhada: Aplicação: Redutor De Impedância Elétrica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 650 **Quantidade Mínima Cotada:** 650

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 100,00 G **Quantidade Máxima para Adesões:** 1300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (650)

26 - Pera uso médico

Descrição Detalhada: Aplicação 1: Uso C/ Eletrodo Precordial - Ecg, Materia Prima: Látex Natural, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Reutilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (40)

27 - Protetor radiológico

Descrição Detalhada: Modelo: P/ Tireóide Tipo Viseira, Material: Borracha Plumbífera, Proteção Tecido: Equivalência De 0,50 MM, Adicional 1: Ajustável, Impermeável, Tamanhos: Adulto,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (25)

28 - Protetor radiológico

Descrição Detalhada: Modelo: Conjunto Saia E Blusa, Material: Borracha Plumbífera, Proteção Tecido: Equivalência De 0,50 MM, Adicional 1: Ajustável, Impermeável, Tamanhos: Adulto,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (10)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Agulha Biópsia	450	Unidade
4	Agulha Biópsia	90	Unidade
5	Agulha Biópsia	70	Unidade
8	Agulha Biópsia	230	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
15	Filme radiológico	8000	Unidade
16	Filme radiológico	400	Unidade