

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90106/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Peça equipamento médico

Descrição Detalhada: Peça Equipamento Médico Compatível: Compatível C/ Equipamento , Tipo 1: Cabo Revestido Silicone , Função: Iluminação C/ Fibras Ópticas , Dimensão: Cerca 3,5 Mm X 200 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

2 - Redutor uso médico

Descrição Detalhada: Aplicação*: P/ Vedação Trocarte, Material*: Aço Inoxidável E Polímero Isento Látex Natural, Dimensões: Cerca De 11 Para 5 MM, Esterilidade*: Reutilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

3 - Redutor uso médico

Descrição Detalhada: Aplicação*: P/ Vedação Trocarte, Material*: Aço Inoxidável E Polímero Isento Látex Natural, Dimensões: Cerca De 12,5 Para 5 MM, Esterilidade*: Reutilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

4 - Camisa endoscópica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cânula Superfície Lisa, Componente 1: C/ 2 Torneiras, Componente 2: S/ Obturador, Tamanho: Cerca De 3 X 300 MM, Tipo Uso: Reutilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

5 - Camisa endoscópica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cânula Superfície Lisa, Componente 1: C/ 1 Torneira, Componente 2: S/ Obturador, Tamanho: Cerca De 5 X 180 MM, Tipo Uso: Reutilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3)

6 - Camisa Endoscópica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cânula Superfície Lisa, Componente 2: Obturador C/ Ponta Distal Romba Não Cortante, Tamanho: Cerca De 4 X 130 MM, Compatibilidade: Compatível C/ Ventriculoscópio, Esterilidade: Reutilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3)

7 - Camisa endoscópica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável C/ Ponta Cerâmica, Tipo: Cânula Superfície Lisa, Componente 1: C/ 2 Torneiras, Componente 2: Obturador C/ Ponta Distal Romba Não Cortante, Tamanho: Cerca De 8 X 230 MM, Tipo Uso: Reutilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3)

8 - Camisa endoscópica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cânula Superfície Lisa, Componente 1: S/ Torneira, Componente 2: S/ Obturador, Tamanho: Cerca De 4 X 300 MM, Tipo Uso: Reutilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3)

9 - Camisa endoscópica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cânula Superfície Lisa, Componente 1: C/ 1 Torneira, Componente 2: S/ Obturador, Tamanho: Cerca De 5 X 180 MM, Tipo Uso: Reutilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3)

10 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Videocirurgia, Tipo Uso: Monopolar, Tipo: Hook Tipo Gancho, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 5 MM, Haste: Haste Reta, Comprimento Haste: Cerca De 35 CM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (10)

11 - Cânula Instrumental

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Aspiração E Irrigação, Modelo: Videocirurgia, Diâmetro: Cerca De 5,0 MM, Haste: Reta, Comprimento Total: Cerca De 36 CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (2)

12 - Ótica Uso Médico

Descrição Detalhada: Ângulo Visão: 30°, Revestimento: Aço Inoxidável, Formato: Reta, Rígida, Dimensão: Cerca De 10 X 300 MM, Adicional 2: Compatível Com Fibra Óptica, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1)

13 - Ótica Uso Médico

Descrição Detalhada: Ângulo Visão: 30°, Revestimento: Aço Inoxidável, Formato: Reta, Rígida, Dimensão: Cerca De 4 X 300 MM, Adicional 2: Compatível Com Fibra Óptica, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (1)

14 - Ótica Uso Médico

Descrição Detalhada: Ângulo Visão: 30°, Revestimento: Aço Inoxidável, Formato: Reta, Rígida, Dimensão: Cerca De 3 X 300 MM, Adicional 2: Compatível Com Fibra Óptica, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3)

15 - Pinça p/ videocirurgia

Descrição Detalhada: Aplicação: Apreensão Atraumática, Modelo 2: Oval Fenestrada, Formato Ponta: Curva, Haste: Haste S/ Isolamento, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Componente: Manopla C/ Cremalheira, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3)

16 - Tesoura instrumental

Descrição Detalhada: Modelo 2: P/ Histeroscopia, Tipo Ponta: Ponta Reta, Característica Ponta: Romba, Haste: Haste Flexível, Comprimento Total: Cerca De 34 CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3)

17 - Porta-Agulha P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Formato Ponta: Ponta Reta, Adicional 1: C/ Vídea, Haste: Haste S/ Isolamento, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 45 Cm, Componente: Manopla Em Metal C/ Cremalheira, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3)

18 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Aplicação: Dissecção, Modelo 1: Maryland, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Componente: Manopla S/ Cremalheira, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3)

19 - Pinça p/ videocirurgia

Descrição Detalhada: Aplicação: Apreensão Atraumática, Modelo 2: Oval Fenestrada, Formato Ponta: Curva, Haste: Haste S/ Isolamento, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Componente: Manopla C/ Cremalheira, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3)

20 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Aplicação: Apreensão Atraumática, Modelo 1: (Reddik Olsen), Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Componente: Manopla S/ Cremalheira, Outros Componentes: C/ Conexão P/ Bisturi Monopolar, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3)

21 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Aplicação: Apreensão Atraumática, Modelo 1: Debakey, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Componente: Manopla S/ Cremalheira, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3)

22 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Aplicação: Apreensão Traumática, Modelo 2: 2 X 3 Dentes, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 10 Mm X 35 Cm, Componente: Manopla C/ Mola, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3)

23 - Cânula Instrumental

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Aspiração E Irrigação, Modelo: Videocirurgia, Diâmetro: Cerca De 10,0 MM, Haste: Reta, Comprimento Total: Cerca De 36 CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3)

24 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Aplicação: Apreensão Atraumática, Modelo 1: Fenestrada, Formato Ponta: Reta, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Componente: Manopla C/ Cremalheira, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3)

25 - Tesoura p, bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Videocirurgia, Tipo*: Monopolar, Modelo: Metzenbaum, Ponta: Ponta Curva, Material*: Aço Inoxidável, Diâmetro: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Adicional: Rotatória, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

26 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Aplicação: Dissecção, Modelo 1: Maryland, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Componente: Manopla S/ Cremalheira, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

27 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Aplicação: Apreensão Traumática, Modelo 2: 2 X 4 Dentes, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Componente: Manopla C/ Cremalheira, Outros Componentes: C/ Conexão P/ Bisturi Monopolar, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

28 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Aplicação: Apreensão Traumática, Modelo 2: 2 X 4 Dentes, Haste: Haste Isolada, Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm, Componente: Manopla C/ Cremalheira, Outros Componentes: C/ Conexão P/ Bisturi Monopolar, Características Adicionais: Giratória, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

29 - Redutor uso médico

Descrição Detalhada: Aplicação*: P/ Vedação Trocarte, Material*: Aço Inoxidável E Polímero Isento Látex Natural, Dimensões: Cerca De 11 Para 5 MM, Esterilidade*: Reutilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3)

30 - Redutor uso médico

Descrição Detalhada: Aplicação*: P/ Vedação Trocarte, Material*: Aço Inoxidável E Polímero Isento Látex Natural, Dimensões: Cerca De 12 Para 10 MM, Esterilidade*: Reutilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (3)

31 - Trocarte

Descrição Detalhada: Material*: Aço Inoxidável, Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Lisa, Válvula: Vedante Em Silicone, Componente 2: S/ Obturador, Dimensões: Cerca 10 X 150 MM, Tipo Uso: Reutilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

32 - Obturador

Descrição Detalhada: Material*: Aço Inoxidável, Tipo Ponta: Ponta Distal Piramidal Não Cortante, Dimensões: P/ Uso Em Trocarte Cerca De 10 X 100 MM, Tipo Uso: Reutilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

33 - Bandeja

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lisa, Dimensões: Cerca De 25 X 15 X 1 CM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (20)

34 - Bandeja

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lisa, Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 4 CM, Esterilidade: Esterilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (10)

35 - Bandeja

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lisa, Dimensões: Cerca De 30 X 20 X 1 CM, Esterilidade: Esterilizável,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

36 - Bandeja metálica

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 33 CM, Largura: 27 CM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (10)

37 - Bandeja

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lisa, Dimensões: Cerca De 40 X 30 X 2 CM, Esterilidade: Esterilizável,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

38 - Bandeja

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Lisa, Dimensões: Cerca De 40 X 30 X 4 CM, Esterilidade: Esterilizável,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

39 - Cuba uso hospitalar

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox, Formato: Retangular, Profundidade: Cerca De 5 CM, Dimensões: Cerca De 30 X 20 CM,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

40 - Cuba uso hospitalar

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox, Formato: Retangular, Profundidade: Cerca De 5 CM, Dimensões: Cerca De 50 X 35 CM,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (5)

41 - Cuba uso hospitalar

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox, Formato: Tipo Rim, Capacidade: Cerca De 700 ML,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (20)

42 - Jarra uso hospitalar

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox Aisi 440 Ou 420a, Capacidade: 2 L, Características Adicionais: Bordas Arredondadas,S/ Arestas,S/ Emendas, Acessórios: Com Alça,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Florianópolis/SC (20)