

ANEXO C - DESCRITIVO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM 1- ESTERILIZADORA À BAIXA TEMPERATURA (PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO)

1. Esterilizadora à Baixa Temperatura com as seguintes características mínimas:

- 1.1. Esterilizadora por vapor de peróxido de hidrogênio para esterilização a baixa temperatura;
- 1.2. Permitir a esterilização no mínimo de instrumentais de videocirurgia, óticas, cabos de fibra ótica, circuitos respiratórios etc.;
- 1.3. **Possuir uma ou duas portas de acesso. No caso de duas portas deverá oferecer a opção de bloquear uma das portas;**
- 1.4. Possuir Painel de Comando, com tela LCD touchscreen colorida de no mínimo 5 polegadas, para seleção do Programa de Esterilização;
- 1.5. Possuir Programas de Esterilização pré-configurados;
- 1.6. Possuir impressora acoplada ao equipamento, e que imprima no mínimo os seguintes dados: temperatura de ciclo, número do equipamento, número da carga, e fases do ciclo com data e hora;
- 1.7. Possuir câmara de esterilização com capacidade de volume interno de no mínimo **120 litros. Não serão aceitas câmaras cilíndricas;**
- 1.8. Possuir Gabinete Externo do Equipamento com dimensão de Largura (frente do equipamento) de no máximo **950 mm** e comprimento máximo **de 1200 mm.**
- 1.9. Possuir Sistema de Aviso que sinalize o final da execução dos Programas de Esterilização.
- 1.10. Possuir Sistema de inserção/retirada dos insumos de peróxido de hidrogênio no equipamento sem contato direto entre o operador e o peróxido de hidrogênio.

2. Acessórios e/ou Periféricos:

- 2.1. Caso o equipamento necessite, fornecer nobreak compatível com o equipamento.
- 2.2. Fornecer todos os acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e de suas especificações supracitadas;
- 2.3. Fornecer no mínimo 02 Kits de Cestos de Carga para Carregamento da Câmara de Esterilização.
- 2.4. Fornecer bobinas de Papel para Impressora durante a vigência do contrato.
- 2.5. Fornecer fitas de Impressão para compatível com a impressora do equipamento (caso seja impressora matricial), durante a vigência do contrato.

3. Alimentação elétrica:

- 4.1 Tensão de entrada **220V ± 10%**, 60 Hz.

OBS.: OS ITENS DESSE DESCRITIVO NÃO INFORMADOS NA PROPOSTA PODERÃO SER CONSIDERADOS COMO NÃO ATENDIDOS.