

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
Avenida Roraima 1000, Prédio 22 - Bairro Camobi
Santa Maria-RS, CEP 97105-900
- <http://husm-ufsm.ebserh.gov.br>

Termo de Apostilamento - SEI

Processo nº 23541.000179/2024-69

PRIMEIRO ADENDO AO PREGÃO 119/2024

1. No descritivo do item 4, onde se lia

Indicador biológico de leitura rápida em 20 minutos próprio para esterilizadoras à peróxido de hidrogênio e plenamente compatível com o equipamento locado. Deve acompanhar incubadora específica com alimentação elétrica 220 V - 60 Hz. Apresentação em ampolas autocontidas.

Leia-se:

Indicador biológico de leitura rápida em até 30 minutos próprio para esterilizadoras à peróxido de hidrogênio e plenamente compatível com o equipamento locado. Deve acompanhar incubadora específica com alimentação elétrica 220 V - 60 Hz. Apresentação em ampolas autocontidas.

2. No ANEXO C - DESCRITIVO COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ITEM 1- ESTERILIZADORA À BAIXA TEMPERATURA (PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO), onde se lia:

[...]

1.7 Possuir câmara de esterilização retangular com capacidade de volume interno de no mínimo 120 litros de área útil;

1.8 Possuir Gabinete Externo do Equipamento com dimensão de Largura (frente do equipamento) de no máximo 900 mm +/- 50 mm e comprimento máximo de 1100 mm +/- 50 mm.

2. Suporte Remoto e Diagnósticos:

[...]

Leia-se:

[...]

1.7 Possuir câmara de esterilização com capacidade de volume interno de no mínimo 120 litros. Não serão aceitas câmaras cilíndricas;

1.8 Possuir Gabinete Externo do Equipamento com dimensão de Largura (frente do equipamento) de no máximo 950 mm e comprimento máximo de 1200 mm.

[...]

3. A data e o horário referidos no item 1do Edital ficam alterados, passando a vigorar os seguintes:

Dia: 08/11/2024

Horário: 09:00 horas (horário de Brasília)

4. **Caso a empresa tenha inserido sua proposta no sistema, deverá inserir novamente.**

5. Permanecem inalteradas as demais condições do Pregão 119/2024.



Documento assinado eletronicamente por **Joao Batista de Vasconcellos, Gerente**, em 17/10/2024, às 11:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, caput, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ebserh.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **43404015** e o código CRC **EAE2F2B1**.

