

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90077/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Embalagem P/ Esterilização Material: Polietileno De Alta Densidade - Pead , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado , Aplicação 1: P/ Esterilização De H2o2 , Apresentação: Envelope , Componentes Adicionais: Termosselante , Tamanho: Cerca De 10 X 30 CM, Componentes: C/ Indicador Químico , Tipo Uso: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8000 **Quantidade Mínima Cotada:** 8000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (8000)

Grupo: G1

2 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Material: Polietileno De Alta Densidade - Pead, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Aplicação 1: P/ Esterilização De H2o2, Apresentação: Rolo, Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 30 CM, Componentes: C/ Indicador Químico, Tipo Uso: Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 70,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (60)

Grupo: G1

3 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Material: Polietileno De Alta Densidade - Pead, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Aplicação 1: P/ Esterilização De H2o2, Apresentação: Rolo, Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 50 CM, Componentes: C/ Indicador Químico, Tipo Uso: Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 70,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (30)

Grupo: G1

4 - Embalagem p, esterilização

Descrição Detalhada: Material: Polietileno De Alta Densidade - Pead, Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado, Aplicação 1: P/ Esterilização De H2o2, Apresentação: Rolo, Componentes Adicionais: Termosselante, Tamanho: Cerca De 30 CM, Componentes: C/ Indicador Químico, Tipo Uso: Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 70,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (60)

5 - Adaptador Uso Médico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Capnógrafo, Tipo 1: Uso Em Circuito Ventilatório, Tipo 2: Tubular, Reto, Material: Polímero, Tamanho: Adulto, Tipo Uso: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (250)

6 - Adaptador Uso Médico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Capnógrafo, Tipo 1: Uso Em Circuito Ventilatório, Tipo 2: Tubular, Reto, Material: Polímero, Tamanho: Adulto, Tipo Uso: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (250)

7 - Adaptador Uso Médico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Capnógrafo, Tipo 1: Uso Em Circuito Ventilatório, Tipo 2: Tubular, Reto, Material: Polímero, Tamanho: Adulto, Tipo Uso: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (100)

8 - Cassete

Descrição Detalhada: Composição: Com Indicador Químico, Características Adicionais: 58% De Peróxido De Hidrogênio, Aplicação: Para Esterilização Por Peróxido De Hidrogênio, Apresentação: Com Ampolas Plásticas, Capacidade: Para 5 Ciclos,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 480 **Quantidade Mínima Cotada:** 480

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 960

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (480)

9 - Adaptador Uso Médico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Capnógrafo, Tipo 1: Uso Em Circuito Ventilatório, Tipo 2: Tubular, Reto, Material: Polímero, Tamanho: Adulto, Tipo Uso: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (600)

10 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Classe: Classe I, Tipo Uso: Externo, Apresentação: Fita Adesiva, Características Adicionais: Para Esterilização Por Peróxido De Hidrogênio,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (6)

11 - Indicador químico

Descrição Detalhada: Classe: Classe I, Tipo Uso: Interno, Apresentação: Tira Plástica, Características Adicionais: Para Esterilização Por Peróxido De Hidrogênio,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3750 **Quantidade Mínima Cotada:** 3750
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 7500
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (3750)

12 - Indicador biológico

Descrição Detalhada: Tipo: Segunda Geração, Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura, Espécie: Bacillus Stearothermophilus, Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 0
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75
Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (600)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Embalagem p, esterilização	8000	Unidade
2	Embalagem p, esterilização	60	Rolo 70,00 M
3	Embalagem p, esterilização	30	Rolo 70,00 M
4	Embalagem p, esterilização	60	Rolo 70,00 M