

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90106/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Microcateter

Descrição Detalhada: Microcateter Aplicação: P/ Infusão / Embolização , Modelo: Único Lúmen , Material: Polímero Compatível C/ Dmso, Hidrofílico , Tipo Ponta: Moldável , Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 1,9 Fr , Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 150 CM, Radiopacidade: Radiopaco , Fio Guia: P/ Fio Guia Até 0,021" , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Quantidade Mínima Cotada: 6
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 12

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (6)

Grupo: G1

2 - Microbalão

Descrição Detalhada: Aplicação: Oclusão / Destacável, Material: Látex Natural, Tipo: Complacente, Diametro: Cerca De 11 A 15 MM, Comprimento Balão: De 21 A 30 MM, Componente Adicional: C/ Válvula, Característica Adicional: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Quantidade Mínima Cotada: 6
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 12

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (6)

Grupo: G1

3 - Agulha

Descrição Detalhada: Agulha Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Transeptal , Dimensões: Cerca De 18 G X 70 CM, Tipo Uso: Descartável, Estéril, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 14
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Quantidade Mínima Cotada: 14
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 28

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (14)

4 - Cateter balão valvoplastia

Descrição Detalhada: Aplicação: Mitral, Material: Polímero C/ Látex Natural, Tipo: Semi Complacente, Diametro: Cerca De 18 A 30 MM, Comprimento Balão: Até Cerca De 25 MM, Componente: Cateter Cerca De 70 CM, Componente Adicional: C/ Conjunto Introdutor, Característica Adicional: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 12
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Quantidade Mínima Cotada: 12
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 24

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (12)

5 - Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana Material: Semi Complacente , Revestimento: Paclitaxel , Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0 MM, Comprimento Balão: Cerca De 15 MM, Marcador: Radiopaco , Comprimento Cateter: Cerca De 140 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014" , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (250)

6 - Cateter balão p/ angioplastia coronariana

Descrição Detalhada: Material: Não Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0 MM, Comprimento Balão: Cerca De 15 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014" , Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (250)

7 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Judkins - JI, Tamanho Da Curva: C/ 3,0 CM, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

8 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Judkins - Jr, Tamanho Da Curva: C/ 3,5 CM, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (45)

9 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Judkins - Jr, Tamanho Da Curva: C/ 4,0 CM, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (40)

10 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Voda - VI, Tamanho Da Curva: C/ 4,0 CM, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

11 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Voda - VI, Tamanho Da Curva: C/ 4,0 CM, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32 **Quantidade Mínima Cotada:** 32

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 64

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (32)

12 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Curva Voda - VI , Tamanho Da Curva: C/ 4,0 CM, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (15)

13 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Curva Voda - VI , Tamanho Da Curva: C/ 3,5 CM, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (6)

14 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Judkins - JI, Tamanho Da Curva: C/ 3,0 CM, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (120)

15 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Curva Judkins - Jr , Tamanho Da Curva: C/ 3,5 CM, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (4)

16 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Curva Judkins - Jr , Tamanho Da Curva: C/ 4,0 CM, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (6)

17 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Curva Judkins - JI , Tamanho Da Curva: C/ 3,5 CM, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (150)

18 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Judkins - JI, Tamanho Da Curva: C/ 3,0 CM, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (100)

19 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Judkins - JI, Tamanho Da Curva: C/ 5,0 CM, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

20 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Judkins - JI, Tamanho Da Curva: C/ 5,0 CM, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (4)

21 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Curva Judkins - JI , Tamanho Da Curva: C/ 5,0 CM, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

22 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Multipurpose - Mp1 , Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

23 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Mamária - Im , Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

24 - Sistema para compressão

Descrição Detalhada: Tipo: Disco Compressor, Aplicação: Artéria Femoral, Modelo: Regulável, Característica Adicionais: C/ Base E Suporte,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (6)

25 - Endoprótese De Aorta

Descrição Detalhada: Aplicação: Extensão Ilíaca, Formato: Reta / Cônica, Tipo: Stent Recoberto, Material Plataforma: Liga Metálica, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 225 **Quantidade Mínima Cotada:** 225

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 450

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (225)

26 - Fio guia

Descrição Detalhada: Aplicação: Vascular, Material: Nitinol, Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfе, Diâmetro: 0,014", Comprimento: Cerca De 195 CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (18)

27 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular , Material: Aço Inoxidável , Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfе , Diâmetro: 0,035" , Comprimento: Cerca De 150 CM, Tipo Ponta: Ponta Em "J" , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

28 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular , Material: Aço Inoxidável , Revestimento: Hidrofílico , Diâmetro: 0,014" , Comprimento: Cerca De 190 CM, Tipo Ponta: Ponta Em "J" , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160 **Quantidade Mínima Cotada:** 160

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 320

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (160)

29 - Introduutor percutâneo

Descrição Detalhada: Tipo: Arterial, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Aramada E Extensão C/ Torneira, Material: Polímero Hidrofílico, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 55 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Diâmetro Fio Guia: 0,038", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (14)

30 - Torneirinha

Descrição Detalhada: Modelo: Manifold C/ 3 Torneiras, Vias: 5 Vias, Material*: Polímero, Tipo Conector: Luer Lock / Slip, Pressão Máxima: Alta Pressão Até 1200 PSI, Tipo Uso: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 900 **Quantidade Mínima Cotada:** 900

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (900)

31 - Seringa

Descrição Detalhada: Material: Polipropileno, Capacidade: 200 ML, Tipo Bico: Bico Central Luer Lock Ou Slip, Compatibilidade: Compatível Com Bomba Infusora, Esterilidade: Estéril, Descartável, Apresentação: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (300)

32 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial , Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador , Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias , Material: Polímero , Dimensões: Cerca De 8 Fr X 11 Cm , Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta , Diâmetro Fio Guia: 0,035" , Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm , Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26 **Quantidade Mínima Cotada:** 26

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 52

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (26)

33 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Tipo: Arterial/Venoso, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador , Componente 2: Aramada E Extensão C/ Torneira Multivias , Material: Polímero Hidrofílico, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 45 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta , Diâmetro Fio Guia: 0,038" , Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (18)

34 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial , Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador , Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias , Material: Polímero , Dimensões: Cerca De 5 Fr X 11 Cm , Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta , Diâmetro Fio Guia: 0,035" , Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm , Acessórios: C/ Agulha De Punção , Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (500)

35 - Fio guia

Descrição Detalhada: Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,014", Comprimento: Cerca De 190 CM, Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (40)

36 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Pigtail, Dimensões: Cerca De 4 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (15)

37 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Conjunto Drenagem Aplicação: Percutânea, Biliar , Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail , Dimensões: Cerca De 8 Fr X 40 Cm , Adicionais: Marcas Radiopacas , Opcionais: Com Sistema Introdutor , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90 **Quantidade Mínima Cotada:** 90

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (90)

38 - Cateter balão valvoplastia

Descrição Detalhada: Cateter Balão Valvoplastia Aplicação: Pulmonar , Material: Polímero , Tipo: Semi Complacente , Diametro: Cerca De 15 A 40 MM, Comprimento Balão: De 40 A 60 MM, Componente: Cateter Cerca De 110 CM, Característica Adicional: Radiopaco , Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (35)

39 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,5 Até 3 MM, Comprimento Balão: Cerca De 101 A 150 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (40)

40 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Material: Pouiuretano/Poliamida, Aplicação: Semi-Complacente, Tipo: Flexível, Balão Insuflável, Tipo Uso: Descartável, Diâmetro: 15 MM, Comprimento: 40 MM, Características Adicionais: Alta Pressão, Aortico Ou Pulmonar, Acessórios: Cateter 110cm, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

41 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,5 Até 3 MM, Comprimento Balão: Cerca De 151 A 200 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,018??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 59

Quantidade Mínima Cotada: 59

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 118

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (59)

42 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 3,5 Até 6 MM, Comprimento Balão: Cerca De 26 A 50 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (7)

43 - Cateter balão p/ angioplastia periférica

Descrição Detalhada: Material: Semi Complacente, Revestimento: Paclitaxel, Diâmetro Balão: Cerca De 1,5 Até 4 MM, Comprimento Balão: Cerca De 26 A 50 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014??, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (6)

44 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Curva Mik , Dimensões: Cerca De 5 Fr X 80 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 90

Quantidade Mínima Cotada: 90

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 180

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (90)

45 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Vertebral, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 145 **Quantidade Mínima Cotada:** 145
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 290
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (145)

46 - Cateter p, intervenção

Descrição Detalhada: Tipo De Cateter: Angiográfico, Tipo Material: Corpo De Malha De Aço, C/ Nailon E Poliuretano, Calibre Externo: Cerca De 5 FRENCH, Comprimento: Cerca De 90 CM, Componente I: Radiopaco, Aplicação: Embolização Uterina, Esterilidade: Estéril, Uso Único,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

47 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Aplicação: Embolectomia, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 80 CM, Modelo: Tipo Fogarty, Componente 1: Balão De Látex Natural, Esterilidade: Estéril, Uso Único,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (15)

48 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero , Tipo Curva: Cobra - 2 , Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 55 **Quantidade Mínima Cotada:** 55
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 110
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (55)

49 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Pigtail, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 125 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (80)

50 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Pigtail, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 125 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (12)

51 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Simmons - Sim2, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (25)

52 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Vertebral, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (15)

53 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Aplicação: Percutânea, Biliar, Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail, Dimensões: Cerca De 12 Fr X 40 Cm, Adicionais: Marcas Radiopacas, Opcionais: Com Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (25)

54 - Conjunto drenagem

Descrição Detalhada: Aplicação: Percutânea, Biliar, Componente: Cateter Polímero Ponta Pigtail, Dimensões: Cerca De 10 Fr X 40 Cm, Adicionais: Marcas Radiopacas, Opcionais: Com Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 35 **Quantidade Mínima Cotada:** 35
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 70
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00
Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (35)

55 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Aplicação*: Conector P/ Hemodinâmica, Material: Policarbonato C/ Válvula Silicone, Componente 1: Conector Em "Y", Componente 2: Válvula Hemostática C/ Sistema Puxa Empurra, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (50)

56 - Conjunto nefrostomia percutânea

Descrição Detalhada: Diâmetro Do Cateter: Cerca De 6 Fr, Componentes 1: C/ 1 Agulha Punção Chiba 22g, Componentes 2: Agulha Punção, Bainha Introdutora E Fio Guia, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (70)

57 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Tipo: Arterial, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira, Material: Polímero Hidrofílico, Dimensões: Cerca De 4 Fr X 11 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Diâmetro Fio Guia: 0,035", Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

58 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Tipo: Arterial, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Aramada E Extensão C/ Torneira, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 90 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Diâmetro Fio Guia: 0,038", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

59 - Cateter balão valvoplastia

Descrição Detalhada: Aplicação: Pulmonar, Material: Polímero, Tipo: Semi Complacente, Diametro: Cerca De 15 A 40 MM, Comprimento Balão: De 40 A 60 MM, Componente: Cateter Cerca De 110 CM, Característica Adicional: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (10)

60 - Endoprótese De Aorta

Descrição Detalhada: Endoprótese De Aorta Aplicação: Oclutor Ilíaco , Formato: Reta Fechada , Tipo: Stent Recoberto , Material Plataforma: Liga Metálica , Sistema Entrega: Auto Expansível , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (8)

61 - Endoprótese De Aorta

Descrição Detalhada: Aplicação: Abdominal, Corpo Principal, Formato: Bifurcada, Tipo: Stent Recoberto, Material Plataforma: Liga Metálica, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (4)

62 - Fio guia

Descrição Detalhada: Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 260 CM, Tipo Ponta: Ponta Curva, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (120)

63 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular , Material: Aço Inoxidável , Revestimento: Hidrofílico , Diâmetro: 0,035" , Comprimento: Cerca De 145 CM, Tipo Ponta: Ponta Em "J" , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (20)

64 - Fio guia

Descrição Detalhada: Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,014", Comprimento: Cerca De 300 CM, Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (60)

65 - Fio guia

Descrição Detalhada: Aplicação: Vascular, Material: Nitinol, Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfе, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 150 CM, Tipo Ponta: Ponta Curva, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500 **Quantidade Mínima Cotada:** 500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (500)

66 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Tipo Curva: Amplatz - Al2, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 100 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (12)

67 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Tipo: Arterial, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 9 Fr X 11 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Diâmetro Fio Guia: 0,035", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Acessórios: C/ Agulha De Punção, Esterilização: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (6)

68 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Tipo: Arterial/Venoso, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Aramada E Extensão C/ Torneira, Material: Polímero Hidrofílico, Dimensões: Cerca De 9 Fr X 30 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Diâmetro Fio Guia: 0,038", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

69 - Endoprótese De Aorta

Descrição Detalhada: Aplicação: Torácica, Extensão, Formato: Reta, Tipo: Stent Recoberto, Material Plataforma: Liga Metálica, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

70 - Laço de captura

Descrição Detalhada: Aplicação: Retirada Corpo Estranho, Material: Nitinol, Uso: Uso C/ Cateter Cerca De 6fr, 100cm, Diâmetro: 6 A 20 MM, Comprimento: 120 CM, Tipo: Laço Triplo, Características: Elástico, Flexível, Resistente A Dobras E Torções, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (4)

71 - Microcateter

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Modelo: Único Lúmen, Material: Polímero Compatível C/ Dmso, Hidrofílico, Tipo Ponta: Moldável, Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 2,1 Fr, Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 110 CM, Radiopacidade: Radiopaco, Fio Guia: P/ Fio Guia Até 0,025", Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (15)

72 - Microcateter

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Modelo: Único Lúmen, Material: Polímero Compatível C/ Dmso, Hidrofílico, Tipo Ponta: Moldável, Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 1,3 Fr, Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 160 CM, Radiopacidade: Radiopaco, Fio Guia: P/ Fio Guia Até 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27 **Quantidade Mínima Cotada:** 27

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 54

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (27)

73 - Fio Guia

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Embolização, Material: Liga Metálica, Revestimento: Hidrofílico C/ Ptfе, Diâmetro: Ponta Distal 0,008", Comprimento: Cerca De 200 CM, Tipo Ponta: Ponta Moldável, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (15)

74 - Fio Guia

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Embolização, Material: Liga Metálica, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: Ponta Distal 0,014", Comprimento: Cerca De 200 CM, Tipo Ponta: Ponta Pré-Moldada, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (25)

75 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Modelo: Venoso, Tipo: Stent Não Farmacológico, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 12 X 40 A 150 MM, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (36)

76 - Cateter p, intervenção

Descrição Detalhada: Tipo De Cateter: P/ Proteção Cerebral - Êmbolos, Tipo Uso: Proteção Proximal, Calibre Externo: Cerca De 9 FRENCH, Comprimento: Cerca De 100 CM, Componente: 02 Balões Complacentes - Proximal E Distal, Componente I: Radiopaco, Aplicação: Angioplastia Carotídea, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (8)

77 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Modelo: Venoso, Tipo: Stent Não Farmacológico, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 12 X 40 A 150 MM, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (5)

78 - Cateter balão valvoplastia

Descrição Detalhada: Aplicação: Mitral, Material: Polímero C/ Látex Natural, Tipo: Semi Complacente, Diametro: Cerca De 18 A 30 MM, Comprimento Balão: Até Cerca De 25 MM, Componente: Cateter Cerca De 70 CM, Componente Adicional: C/ Conjunto Introdutor, Característica Adicional: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (2)

79 - Endoprótese De Aorta

Descrição Detalhada: Endoprótese De Aorta Aplicação: Extensão Ilíaca, Formato: Reta / Cônica, Tipo: Stent Recoberto, Material Plataforma: Liga Metálica, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (25)

80 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,5 Até 3 MM, Comprimento Balão: Cerca De 151 A 200 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Acima De 101 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,018??, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (6)

81 - Endoprótese De Aorta

Descrição Detalhada: Endoprótese De Aorta Aplicação: Abdominal, Corpo Principal, Formato: Bifurcada, Tipo: Stent Recoberto, Material Plataforma: Liga Metálica, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1)

82 - Endoprótese De Aorta

Descrição Detalhada: Endoprótese De Aorta Aplicação: Torácica, Extensão, Formato: Reta, Tipo: Stent Recoberto, Material Plataforma: Liga Metálica, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1)

83 - Microcateter

Descrição Detalhada: Microcateter Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Modelo: Único Lúmen, Material: Polímero Compatível C/ Dmso, Hidrofílico, Tipo Ponta: Moldável, Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 1,3 Fr, Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 160 CM, Radiopacidade: Radiopaco, Fio Guia: P/ Fio Guia Até 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (3)

84 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Periférica Modelo: Venoso, Tipo: Stent Não Farmacológico, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 12 X 40 A 150 MM, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (4)

85 - Endoprótese Vascular Periférica

Descrição Detalhada: Endoprótese Vascular Periférica Modelo: Venoso, Tipo: Stent Não Farmacológico, Material Plataforma: Liga Metálica, Diâmetro: Cerca De 12 X 40 A 150 MM, Sistema Entrega: Auto Expansível, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Recife/PE (1)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Microcateter	6	Unidade
2	Microbalão	6	Unidade