

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024-003 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Unidade Móvel De Anestesia

Descrição Detalhada: Unidade Móvel De Anestesia Rotâmetro: C/ Controle De Fluxo Eletrônico , Vaporizador: Multiagente P/ Mínimo 4, Controle Eletrônico , Ventilador Pulmonar: Sensor Fluxo De Fio Aquecido, Tela Mínimo 15" , Aplicação: Neonatal A Obeso , Recursos Adicionais Mínimos: Limpeza Do Anestésico Do Circuito Ativo E Passivo , Capacidade De Armazenamento: Mínimo 2000 Eventos , Transferência De Dados: C/ Fio , Recursos De Segurança: Checagem Semiautomática, Bateria E Alarmes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (6)

2 - Aparelho estudo urodinâmico

Descrição Detalhada: Aparelho Estudo Urodinâmico Componentes: C/Sensores Fluxo E Volume,Cadeira , Componentes Adicionais: Amplificador Eletromiografia,Transdutores Pressão , Características Adicionais: Exames De Urofluxometria,Cistometria,Miccional , Características Adicionais 1: Eletromiografia,Emissão Laudos,Gráficos,Nomogramas , Acessórios: Software Compatível C/Equipamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

3 - Aspirador cirúrgico

Descrição Detalhada: Aspirador Cirúrgico Modelo: Elétrico Móvel , Pressão De Vácuo: Cerca De 750 MmHg , Fluxo De Aspiração: A Partir 50 Lpm , Tipo Frasco: 2 Frascos Em Plástico , Volume: Cerca De 3 L X 3 L , Componentes: Sistema Antitransbordamento, Filtro Bacteriológico , Adicionais: Acionamento Por Pedal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (24)

4 - Bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Bisturi Elétrico Modelo: Radiofrequência , Modo De Operação Monopolar: Monopolar , Potência Máxima Corte Monopolar: De 100 A 150 W, Tipo De Corte: Corte Puro E No Mínimo 3 Mistos , Modo De Operação: Bipolar, Micro E Macro , Outros Componentes: Alarme, Memória , Compatibilidade: Compatível C/ Coagulador Argônio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

Grupo: G1

5 - Coagulador por plasma de argônio

Descrição Detalhada: Coagulador Por Plasma De Argônio Tipo Mostrador: Painei C/ Mostrador E Ajuste Digital , Ajuste: Ajuste Do Fluxo De Gás Até 10 L/M , Tipo Válvula: Válvula De Segurança De Sobrepressão , Pressão Máxima: Pressão Máxima Entrada De Gás Cerca De 29 Psi , Tipo Uso: Uso C/ Bisturi Elétrico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

Grupo: G1

6 - Aspirador Cirúrgico

Descrição Detalhada: Aspirador Cirúrgico Modelo: Bomba Peristáltica Com Função Irrigação , Pressão De Vácuo: Cerca De 150 Mmhg , Fluxo De Aspiração: Até 1 Lpm , Tipo Frasco: 1 Frasco De Vidro , Volume: Cerca De 500 MI , Adicionais: Acionamento Por Pedal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

Grupo: G2

7 - Insuflador

Descrição Detalhada: Insuflador Uso Médico Tipo: Eletrônico,De Co2 , Volume: 35 L/MIN, Tipo Alarme: Alarmes Visuais E/Ou Sonoros , Tipo Indicador: Entupimentos,Válvula Fechada,Cilindro,Conexões , Indicação: Pressão Abdominal De 3 A 25mmhg , Controle: 3 Níveis De Controle(Baixo,Médio E Alto) , Características Adicionais: Volume Entre 0 E 999l,Indicador Pressão Cilindro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

Grupo: G2

8 - Bomba de infusão

Item Cancelado

Descrição Detalhada: Bomba De Infusão Material: P/ Ambiente Ressonância Magnética Mri , Tipo: Injetora De Contraste, Uso C/ 2 Seringas , Vazão: Fluxo Programável , Características Adicionais: Módulo Comando C/ Tela Sensível Ao Toque , Características Adicionais 01: Sensor Ar / Bólus , Acessórios: Pedestal, Base C/ Rodízios, Freio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

9 - Bomba de infusão

Item Cancelado

Descrição Detalhada: Bomba De Infusão Material: P/ Ambiente Ressonância Magnética Mri , Tipo: Injetora De Contraste, Uso C/ 2 Seringas , Vazão: Fluxo Programável , Características Adicionais: Módulo Comando C/ Tela Sensível Ao Toque , Características Adicionais 01: Sensor Ar / Bôlus , Acessórios: Pedestal, Base C/ Rodízios, Freio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

10 - Bomba de infusão

Item Cancelado

Descrição Detalhada: Bomba De Infusão Material: P/ Ambiente Ressonância Magnética Mri , Tipo: Injetora De Contraste, Uso C/ 2 Seringas , Vazão: Fluxo Programável , Características Adicionais: Módulo Comando C/ Tela Sensível Ao Toque , Características Adicionais 01: Sensor Ar / Bôlus , Acessórios: Pedestal, Base C/ Rodízios, Freio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

11 - Medidor

Descrição Detalhada: Medidor Uso Médico Tipo: Pressão De Cuff Em Tubo Endotraqueal , Tipo Medição: Manômetro Analógico Aço , Faixa Trabalho: Graduação De 0 A 120cmh2o , Características Adicionais: Monitor Integrado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (6)

12 - Ventilômetro

Descrição Detalhada: Ventilômetro Faixa Trabalho: 0 A 100 L, Medidor: Medida Volume/Minuto E Volume Corrente , Características Adicionais: Turbina Sensível P/Medir Fluido Gás,Analógico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (4)

13 - Foco

Descrição Detalhada: Foco Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil , Cúpula: 1 Cúpula , Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H , Luminosidade: Cerca De 160.000 Lux , Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis , Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi , Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios , Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer , Adicional 3: C/ Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (4)

14 - Foco

Descrição Detalhada: Foco Tipo: Cirúrgico Auxiliar, Portátil , Cúpula: 1 Cúpula , Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H , Luminosidade: Cerca De 120.000 Lux , Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis , Estrutura 1: Haste Rígida Metálica, C/ Pintura Epóxi , Rodízios: Base Metálica E Plástica, C/ Rodízios , Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer , Adicional 3: C/ Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5)

15 - Marca-Passo Cardíaco Externo Temporário

Descrição Detalhada: Tipo: Bicameral, Programação: Síncrono / Assíncrono, Ajuste: Sensibilidade, Frequência E Ativação, Gabinete: Termoplástico Resistente, Componente 1: C/ Conexão Unipolar E Bipolar, Componente 2: C/ Alarme, Alimentação: À Bateria, Tipo Uso: Reutilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (4)

16 - Máquina De Hemodiálise

Descrição Detalhada: Máquina De Hemodiálise Sistema De Dosagem: Proporcional , Fluxo: De 300 A 800 L/MIN, Tipo Tela: Mínimo De 12" C/ Ajuste Sensível Ao Toque , Parâmetros Mínimos: Pressão De Dialisato, Ptm, Tempo, Perfil Uf, Sódio , Recursos De Segurança: Alarmes, Backup De Bateria , Recursos Adicionais Mínimos: Auto Teste E Armazenamento De Dados Externo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3)

17 - Mesa cirúrgica

Descrição Detalhada: Mesa Cirúrgica Tipo Estrutura: Aço Inoxidável , Acabamento Tampo Leito: Tampo Radiotransparente C/Suporte E Gaveta P/Rx , Tipo Movimento Elevação: Trendelemburg,Reverso,Lateral Esquerdo E Direito , Perneira: Com Perneira , Ombreira: Com Ombreira , Suporte Lateral: Com Suporte Lateral , Comando Movimento: Elétrico/Pneumático , Características Adicionais: Arco De Narcose, Porta-Coxas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10)

18 - Monitor imagem

Descrição Detalhada: Monitor Imagem Tamanho Tela: 15,6 POL, Tipo Tela: Led , Consumo: 24 W, Tensão Operação: 100 A 240 VCA, Largura: 484 MM, Altura: 266 MM, Profundidade: 70 MM, Resolução Imagem: 3840 X 2160 DPI, Tipo Entrada: Sdi/Fibra Óptica , Características Adicionais: Comutação Automática , Tipo Imagem: Winde Screen

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (5)

19 - Analisador parâmetros equipamento saúde

Descrição Detalhada: Analisador Parâmetros Equipamento Saúde Funções: E Simulador De Oxímetro De Pulso , Parâmetros: Saturação Spo2, Ritmo Cardíaco, Taxa Perfusão , Frequência: Spo2 80 A 100%, 30 A 245 Bpm, Perfusão 0,2 A 10 % , Características Adicionais: Tela Lcd, Controle Stand Alone , Adicional 2: Portátil, Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

20 - Eletroencefalógrafo

Descrição Detalhada: Eletroencefalógrafo Modelo: Headbox , Número De Canais: Mínimo 8 , Resolução Dos Dados: Mínimo 16 Bits , Taxa De Amostragem: Até 128 Pontos/Seg , Parâmetros Mínimos: Ecg, Spo2, Vídeo Eeg, Poligrafia Neo, Emg, Peate , Transferência De Dados: Com Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

21 - Equipamentos de imagem uso médico

Descrição Detalhada: Equipamentos De Imagem Uso Médico Sistema: Câmera De Vídeo P/ Endoscopia , Tipo: C/ Gravação Integrada De Vídeo E Imagem , Características: Conexão P/ Módulos , Componente: Controle Automático Da Fonte De Luz , Componente I: Resolução Cerca De 1920 X 1080 Pixels , Componentes Adicionais: C/ 2 Canais Simultâneos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

22 - Endoscópio

Descrição Detalhada: Endoscópio Flexível Tipo: Neuroendoscópio Flexível , Modelo: Encaixe Universal,9 Fr,Diâmetro Espaço 3mm , Diâmetro: 2 Canais(1,2 E 0,6mm) , Acessórios: 9000 Real Pixel Imagem

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

23 - Videoendoscópio

Descrição Detalhada: Videoendoscópio Composição: 1 Gastrovídeo(Endoscópio Flexível,140°,4 A 100mm) , Componentes: 1 Pinça Biópsia Fenestrada,1 Escova Limpeza Canal , Acessórios: Up 210;1370mm;3 Centrais Process. De Vídeo , Outros Componentes: Cabo Ligação,4 Suportes Autocolantes , Características Adicionais: 2 Sist.Captura Imagens Digital(Até 600 Imagens) , Tipo: 1 Videobroncosc. Flexível,Ccd Colorido,1 Fonte Luz , Aditivos: 1 Vídeocolonosc.Pediátrico,2 Vídeocolon.,Organizad

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

Grupo: G3

24 - Videobroncoscópio

Descrição Detalhada: Videobroncoscópio Tipo: C/Processamento Video-Endoscopia Imagem Digital , Tipo Monitor: Ccd Colorido Alta Resolução Tela Cheia , Componentes: Comando P/Ponte Distal,Video Printer,Acessórios , Acessórios: Canal De Biópsia 2,8mm , Comprimento Área De Trabalho: 600 MM, Diâmetro Externo: 6,3 MM, Angulação: Visão Frontal 120°,180°Acima, 130° Abaixo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

Grupo: G3

25 - Videobroncoscópio

Descrição Detalhada: Videobroncoscópio Tipo: C/Processamento Video-Endoscopia Imagem Digital , Tipo Monitor: Ccd Colorido Alta Resolução Tela Cheia , Componentes: Comando P/Ponte Distal,Video Printer,Acessórios , Acessórios: Canal De Biópsia 2,8mm , Comprimento Área De Trabalho: 600 MM, Diâmetro Externo: 6,3 MM, Angulação: Visão Frontal 120°,180°Acima, 130° Abaixo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

Grupo: G3

26 - Mobiliário especial uso hospitalar

Descrição Detalhada: Mobiliário Especial Uso Hospitalar Tipo: Armário , Capacidade Carga: P/ Cerca 12 Endoscópios , Modelo: C/ Monitoramento Temperatura E Umidade , Formato: Pressão De Ar Positiva E Filtro Antimicrobiano , Características: C/ Lâmpadas Led E Germicida , Características Adicionais: Porta Elétrica, Abertura C/ Cartão Magnético , Tipo Fixação: C/ Alarme

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

27 - Nasofibrosκόpio

Descrição Detalhada: Nasofibrosκόpio Tipo: Nasofibrolaringoscópio , Angulação: 180 E 100° , Comprimento: 34 CM, Diâmetro: 3,5 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3)

28 - Aparelho ultrassonografia

Descrição Detalhada: Aparelho Ultrassonografia Material Gabinete: Led/Lcd, Sensível Toque, Mínimo 20" , Aplicação: Diagnóstico , Características Adicionais: Doppler Colorido, Cego, Pulsado, Bidirecional, B/M , Componentes: Linear, Convexo, Setorial, Elastografia , Outros Componentes: Transesofágico, Endocavitário, Intra Operatório , Componentes Adicionais: Software 3d A Mão Livre E Automático

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (3)

29 - Aparelho ultrassonografia

Descrição Detalhada: Aparelho Ultrassonografia Material Gabinete: Unidade C/ Rodízio , Aplicação: Multifuncional , Características Adicionais: Doppler Colorido, Modo Contínuo E Pulsado , Outros Componentes: Monitor Alta Resolução , Componentes Adicionais: Ajuste Digital, C/ Painei De Controle

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (7)

30 - Mamógrafo

Item Cancelado

Descrição Detalhada: Mamógrafo Ajuste: Microprocessado C/ Software , Componente: Imagem Digital , Potência Máxima: Raio-X Até 80 MA, Compressão: Cerca De 5 Cm De Compressão , Adicional: C/ Sistema De Localização P/ Biópsia , Outros Componentes: Por Estereotaxia , Acessórios: Mesa Paciente, Gerador, Teclado/Tela Lcd Portátil , Características Adicionais*: Punção Manual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

31 - Intensificador de imagem uso radiologico

Item Cancelado

Descrição Detalhada: Intensificador De Imagem Uso Radiologico Componentes: Arco Cirúrgico, Fluoroscopia Contínua E Pulsada , Tipo Foco: Radiografia Digital, Exposição Direta , Angulação: Subtração Digital, Frequência Mínima 6 Imagens/Seg , Medidor: Visualização Positiva/Negativo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

32 - Polígrafo cardíaco

Descrição Detalhada: Polígrafo Cardíaco Tipo Programação: Hemodinâmica,Eletrofisiologia,Análise Dos Exames , Componentes: Computador 1ghz, 128mb,20gb,Unidade Cd,Disco 3 1/2 , Outros Componentes: Teclado, Mouse, Windows, Amplificador Interface , Acessórios: Console, 2 Pressão Invasiva, 2 Temperatura , Características Adicionais: 40 Canais, 12 Derivações Ecg Periférico , Tipo Registro: 12 Ecg Intracavitários,4 Auxiliares Sinais Externo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

33 - Gravador De Holter

Descrição Detalhada: Aplicação: Adulto E Pediátrico, Composição: Unidade Gravadora Portátil, Número De Vias: P/ Cabo De 3,4 Ou 10 Vias, Recursos De Gravação: Grava 3 Ou 12 Derivações E Até 336 H, Recursos Adicionais Mínimos: Marcapasso E Resolução De 2 Bits, Alimentação: Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Cartão De Memória C/ Entrada Usb Ou Serial,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (8)

34 - Monitor Ambulatorial De Pressão Arterial - Mapa

Descrição Detalhada: Monitor Ambulatorial De Pressão Arterial - Mapa Método De Medição: Oscilométrico Com Deflação Escalonada , Período Mínimo De Medição: 24 H , Memória: Interna, Mínimo 300 Eventos , Componente: Unidade Gravadora Portátil C/ Relógio , Componente 2: Software Básico , Alimentação: Bateria Recarregável , Transferência De Dados: Com Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (8)

35 - Aparelho raios x

Item Cancelado

Descrição Detalhada: Aparelho Raios X Potência Aparelho: 50 A 125 KV, Tipo Aparelho: Móvel, C/Ampolas De Raio X , Aplicação: Uso Médico , Tensão Alimentação: 220 V, Frequência: 60 HZ, Características Adicionais: Gerador Alta Frequência, Controle De Kv E Mas, Aci , Adicionais: C/Descarga Tempo Capacitor,C/ 300 Mas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (4)

36 - Aparelho raios x

Item Cancelado

Descrição Detalhada: Aparelho Raios X Aplicação: Fixo , Tipo: Digital , Adicional: Formato Dicom , Corrente: Máximo De 800 MA, Tensão: Máximo De 125 KV, Componente: Mesa De Comando, Estativa De Chão , Outros Componentes: Colimador, Bucky E Mesa , Capacidade 1: Mínimo De 130 K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

37 - Autoclave

Descrição Detalhada: Autoclave Material: Aço Inoxidável , Tipo*: Horizontal , Modelo: Pré-Vácuo , Operação: Automática, Microprocessada , Característica Adicional: Tela Mínimo 7" Sensível Toque , Adicional: Com Impressora Acoplada , Volume Câmara: Cerca De 550 L, Outros Componentes: 2 Portas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	4	Quantidade Mínima Cotada:	4
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	8
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Belém/PA (4)		

38 - Foco

Descrição Detalhada: Foco Tipo: Cirúrgico De Teto , Cúpula: 1 Cúpula , Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H , Luminosidade: Cerca De 140.000 Lux , Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis , Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	7	Quantidade Mínima Cotada:	7
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	14
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Belém/PA (7)		

39 - Esterilizador

Descrição Detalhada: Equipamento Para Esterilização Material: Aço Inoxidável , Aplicação: Plasma De Peróxido De Hidrogênio Baixa Temperatura , Tipo Uso: Microprocessado , Capacidade: Cerca De 100 L, Componentes: Com Tela De Toque, Ciclos Programáveis , Outros Componentes: Com 2 Prateleiras

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Belém/PA (2)		

40 - Lavadora termodesinfectora

Descrição Detalhada: Lavadora Termodesinfectora Material: Aço Inoxidável , Tipo: Para Limpeza, Desinfecção E Secagem , Capacidade: 285 L, Uso: Automática, Microprocessada , Características Adicionais: Ciclos Programáveis , Composição Básica: 2 Portas, Visor Vidro , Componentes Adicionais: 6 Cestos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Belém/PA (2)		

41 - Eletrocardiógrafo

Descrição Detalhada: Aplicação: Adulto E Pediátrico , Número De Canais: 12, Tipo Tela Do Console: Tela Cerca De 15 A 17" Com Visor Gráfico, Modelo Console: Operação No Console, Alimentação: Bivolt Automático E Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Com Fio, Impressora: Com Impressora Integrada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Belém/PA (10)		

42 - Monitor multiparâmetro

Descrição Detalhada: Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado/Modular , Parâmetros: Ecg, Pni, Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc , Registros: Mínimo 8 Curvas Simultâneas , Tipo De Tela: Tela Lcd Cerca 15", Alta Resolução , Características Adicionais: Conectividade De Rede , Componentes: Alarmes , Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores , Uso: De Neonatal A Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (4)

Grupo: G4

43 - Monitor Multiparâmetro

Descrição Detalhada: Monitor Multiparâmetro Tipo: De Monitorização P/ Débito Cardíaco, Não Invasivo , Parâmetros: Vs, Ivs, Dc, Ic, Rtp, Irtip , Tipo De Tela: Tela Lcd/Led, Alta Resolução , Componentes: Memória, Alarme , Acessórios: Conector Usb, Completo Com Cabos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (40)

Grupo: G4

44 - Central monitorização

Descrição Detalhada: Central Monitorização Componentes: 2 Telas Lcd 19" Alta Resolução , Outros Componentes: Extensão Licença P/16 Monitores , Rede: Troca Servidor Da Central,Teclado,Mouse,Software , Capacidade: Visualizar,Silenciar E Ajustar Limites De Alarmes , Tipo Processador: Registrador Gráfico Contínuo 2 Canais Tempo Real , Características Adicionais: Licença Gerenciamento E Controle Remoto De Alarmes

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (4)

Grupo: G4

45 - Ventilador artificial eletrônico

Descrição Detalhada: Ventilador Artificial Eletrônico Modelo: Neonatal/Pediátrico/Adulto , Modos Ventilação: Vcv, Simv, Cpap, A/C, Vni, Bilevel , Parâmetros Ventilatórios: Parâmetros Vc, Fr, Fio2, Peep , Características Adicionais 01: Bateria Interna, C/ Cinta Torácica , Características Adicionais 02: Tela Monitorização Gráfica , Características Adicionais 3: Tomografia De Impedância Elétrica Torácica Tie , Alarmes: Alarmes Audiovisuais , Circuitos: Com Circuitos E Filtros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (24)

46 - Lâmpada fenda

Descrição Detalhada: Lâmpada Fenda Características Adicionais: Inclinação De 5°, 10°, 15° E 20° , Tensão Nominal: 110 V, Campo De Visão: Distância Interpupilar 55 A 75mm , Largura Da Fenda: Comprimento 0 A 9mm X 1 A 8mm , Fonte Luz: Lâmpada Halógena 12v, Lâmpada Diodo Laser Vermelho , Cor Filtros: Filtro Azul, Absorção De Calor E Cinza , Ângulo Da Fenda: 0° A 180°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (8)

47 - Facoemulsificador

Descrição Detalhada: Facoemulsificador Composição: Módulo Facoemulsif.,Vitrect.Anterior(750 Cortes) , Componentes: Unidade Computador, Controle Remoto Anterior , Outros Componentes: Pedal Duplo Linear,Módulo Bomba Venturi , Acessórios: Módulo Cautério (Cabo,Pinça,Caneta,Ponteira) , Características Adicionais: Ponteira 0,3mm,Canetas I/A(Reta 0,3;Curva 0,3mm) , Aditivos: Caneta I/A Sem Ponteira,Caneta Irrigação , Tipo Suporte: Carro C/Elevação Automática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

48 - Pneumotonômetro

Descrição Detalhada: Pneumotonômetro Faixa Medição: De 0 A 60 MMHG, Distância Alcance: Do Bico - 11 MM, Incremento Escala Medição: 1 MMHG, Escala Observação: 15x9 MM, Capacidade Memória: Máximo - 10 Dimensões Para Cada Olho , Comprimento: 340 MM, Largura: 299 MM, Altura: 484 MM, Peso: 16 KG, Aplicação: Oftalmologia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

49 - Cadeira clínica

Descrição Detalhada: Cadeira Clínica Aplicação: Oftalmológica , Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Poliuretana , Acabamento Do Assento: Espuma De Alta Densidade , Tipo De Pés: Com 4 Rodízios , Acionamento: Elétrico/Hidráulico , Capacidade: Até 250 Kg , Características Adicionais: Perneira E Braço Estofados Escamoteáveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (8)

50 - Videoendoscópio

Descrição Detalhada: Videoendoscópio Composição: Videolaringoscópio , Componentes: Adulto , Acessórios: C/ Guia P/ Catéter 16 A 18 Fr , Tipo: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (6)

51 - Transpassador de paciente

Descrição Detalhada: Transpassador De Paciente Tipo: Tipo Guincho , Revestimento: Estrutura Aço Tubular , Capacidade: Até 200 KG, Componentes: C/ Rodízios, Cesto C/ Tiras De Regulagem , Características Adicionais: Elétrico, C/ Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (4)

52 - Equipamento Cardioversor Externo

Descrição Detalhada: Sincronismo: C/ Monitor De Ecg E Desfibrilador Externo, Parâmetros Mínimos: Mp Externo E Spo2, Recursos Adicionais Mínimos: Pni, Etco2, Temperatura, Fr, Auxílio Rcp, Tipo Gabinete: Tela C/ Visor Gráfico E Pás Externas, Características Técnicas: Onda Bifásica, Comando Nas Pás, Alarmes E Memória, Impressora: Com Impressora Integrada, Alimentação: Bivolt Automático, Bateria Recarregável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10)

53 - Oxímetro digital

Descrição Detalhada: Oxímetro Digital Tipo: Portátil , Faixa Medição Oxigênio: 0 A 199 PER, Tolerância Máxima Erro Medição: 1% Para 0,1 Mg/L , Faixa Temperatura: -5 A 45 °C, Tipo Correção Pressão Atmosférica: Manual , Características Adicionais: Mostrador Lcd, Tempo Reação Máx. 10s, Memória Min.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (10)

54 - Berço hospitalar

Item Cancelado

Descrição Detalhada: Berço Hospitalar Tipo: Aquecido , Material Da Estrutura: Aço Carbono, Pintura Eletrostática , Componentes: Sistema Calor Irradiante , Painel Controle: Ajuste Digital, Visor Iluminado , Base Do Leito: Leito Cesto Em Acrílico , Sensor: Sensores Temperatura , Pés: Pés Rodízios , Acessórios: Suporte Soro, Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (6)

55 - Incubadora neonatal

Item Cancelado

Descrição Detalhada: Incubadora Neonatal Material Cúpula: Cúpula De Acrílico , Tipo Cúpula: Dupla Parede , Painel Controle: Painel De Controle Digital , Módulo I: Servo Controle De Temperatura, Umidade , Módulo II: C/ Balança , Componentes: C/ Mínimo 5 Portinholas, Manga Íris , Tipo Uso: Radiotransparente , Suporte: Altura Regulável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (6)

56 - Impedânciometro

Descrição Detalhada: Impedânciometro Tipo: Automático,Lcd , Aplicação: Timpanometria,Reflexos Ipsi E Contralateral,Decay , Uso: Função Tubária Audiometria Via Aérea , Tipo Memória: Memória 75 Reflexos P/Orelha , Tipo Registro: Gráficos No Visor E Posterior Impressão , Frequência: Timpanometria(226,678,800,1000hz)Ipsi(500/4000hz) , Características Adicionais: Via Aérea:Puro,4 Freq. Tom Prova,Decay , Funções Básicas: F.Tubária(125/8000hz),Contralateral(250/8000hz) , Pressão: -600 A +300dapa;Complascência: 0,1 A 8ml , Outros Componentes: Mínimo De 3 Estímulos De Ruídos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Belém/PA (2)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
4	Bisturi elétrico	2	Unidade
5	Coagulador por plasma de argônio	2	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
6	Aspirador Cirúrgico	2	Unidade
7	Insuflador	2	Unidade

Grupo 3			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
23	Videoendoscópio	2	Unidade
24	Videobroncoscópio	2	Unidade
25	Videobroncoscópio	2	Unidade

Grupo 4			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
42	Monitor multiparâmetro	4	Unidade
43	Monitor Multiparâmetro	40	Unidade
44	Central monitorização	4	Unidade