

Estudo Técnico Preliminar 113/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 23763.003377/2024-70

2. Descrição da necessidade

2.1. Objeto

2.1.1. Aquisição de Instrumentais Cirúrgicos - **PEDIATRIA** para atender as necessidades do HU-UFSCar.

2.2. Descrição da necessidade de contratação

Considerando a contratação de colaboradores médicos cirurgiões e médicos anestesiológicos;

Considerando o processo de ampliação de leitos e especialidades atendidas e também processo de ampliação das demandas cirúrgicas pactuadas com o Município de São Carlos;

Considerando a necessidade de disponibilizar este serviço assistencial, tanto a nível pediátrico quanto adulto a pacientes admitidos no HU-UFSCar;

Considerando que as demandas bem como os descritivos dos itens foram estimados pela Equipe do Centro Cirúrgico;

Considerando que as quantidades solicitadas contemplam a previsão de demanda estimada para um ano de consumo para o serviço de cirurgia do HU-UFSCar;

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos	Naiara Aline dos Santos
Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos	Andréia Cristina da Silva Jordão Emerenciano Pontes
Unidade de Bloco Cirúrgico e Processamento de Materiais Esterilizados	Roberta Lazari Padavini

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. Requisitos quanto à escolha da solução

4.1.1. O solicitado no presente estudo é classificado como bem comum, ou seja, é objetivamente definido por meio de especificações usuais no mercado São itens comumente usados em outras instituições de saúde, ademais são itens padronizados na rede Ebserh.

4.2. Requisitos de qualificação para habilitação dos proponentes

4.2.1. Poderão participar do processo empresas que se enquadrem como Micro Empresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), conforme legislação vigente (LC 123/06 - art. 48, I e III e LC 147/2014). Serão abertas propostas para grandes empresas somente se houver condições específicas previstas em lei, e também serão abertas para grandes empresas itens desertos e fracassados em itens que foram destinados exclusivamente para ME/EPP, que estarão apresentados como itens espelhos.

4.2.3. Serão admitidas as participações de empresas reunidas em consórcio para aumentar a competitividade e possibilitar que empresas que isoladamente não teriam condições de disputar, por falta de recursos financeiros, ou por restrição na comprovação de capacidade técnica.

4.2.4. Será necessária a comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto dessa licitação, ou com item pertinente, por meio de apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público e privado.

4.2.4.1. Para fins de comprovação para fornecimento, deverá o proponente apresentar no mínimo 1 (um) comprovante de aptidão. Esse deverá dizer respeito a contratos executados, apresentando as seguintes características:

4.2.4.1.1. Papel timbrado do emitente do comprovante de aptidão com identificação e assinatura do responsável (da empresa privada ou pública ou órgão emitente), além dos seguintes dados da empresa emitente: Razão Social, CNPJ e endereço.

4.2.4.1.2. Dados do proponente que está classificado em primeiro lugar no processo licitatório: Razão Social e CNPJ.

4.2.4.1.3. A descrição do item ofertado, compatível com o solicitado no Pregão Eletrônico/Termo de Referência.

4.2.4.1.4. As quantidades fornecidas.

4.3. Requisitos e Critérios de Sustentabilidade

4.3.1. Como práticas do ponto de vista da Sustentabilidade em observância da instrução normativa critérios sustentabilidade N° 01 de 19 de janeiro de 2010 no seu artigo 5°, faz-se necessário, sempre que possível que:

4.3.1.1. Os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2;

4.3.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

4.3.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

4.3.4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 4

4.4. Condições de Fornecimento

4.4.1. Os produtos deverão ser entregues com prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses contados do recebimento definitivo da mercadoria pelo Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos do HU-UFSCar.

4.4.2. As empresas que receberem comunicado para substituição de materiais por apresentarem problemas técnicos/defeitos ou por não respeitarem as condições supracitadas, deverão providenciar a reposição dos produtos para o HU-UFSCar dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da comunicação da ocorrência à CONTRATADA.

4.4.3. A apresentação dos produtos deverá ser em caixas, devidamente identificadas quanto ao número de lote, data de fabricação, prazo de validade.

4.4.4. Na constatação de qualquer alteração na qualidade ou composição do produto durante a inspeção de entrega ou com temperatura fora da faixa estipulada pelo fabricante como a ideal para a conservação do produto, o licitante vencedor deverá comprometer-se a trocá-lo, sem qualquer ônus para Instituição. A fim de garantir a integridade do produto, respeitando suas características físico-químicas e microbiológicas as entregas via correspondência não serão aceitas. 4.4.5. Os rótulos das embalagens dos produtos deverão cumprir as legislações pertinentes. 4.2.3. Serão admitidas as participações de empresas reunidas em consórcio para aumentar a competitividade e possibilitar que empresas que isoladamente não teriam condições de disputar, por falta de recursos financeiros, ou por restrição na comprovação de capacidade técnica. 4.2.4. Será necessária a comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto dessa licitação, ou com item pertinente, por meio de apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público e privado. 4.2.4.1. Para fins de comprovação para fornecimento, deverá o proponente apresentar no mínimo 1 (um) comprovante de aptidão. Esse deverá dizer respeito a contratos executados, apresentando as seguintes características: 4.2.4.1.1. Papel timbrado do emitente do comprovante de aptidão com identificação e assinatura do responsável (da empresa privada ou pública ou órgão emitente), além dos seguintes dados da empresa emitente: Razão Social, CNPJ e endereço. 4.2.4.1.2. Dados do proponente que está classificado

em primeiro lugar no processo licitatório: Razão Social e CNPJ. 4.2.4.1.3. A descrição do item ofertado, compatível com o solicitado no Pregão Eletrônico/Termo de Referência. 4.2.4.1.4. As quantidades fornecidas. 4.3. Requisitos e Critérios de Sustentabilidade 4.3.1. Como práticas do ponto de vista da Sustentabilidade em observância da instrução normativa critérios sustentabilidade N° 01 de 19 de janeiro de 2010 no seu artigo 5º, faz-se necessário, sempre que possível que: 4.3.1.1. Os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2; 4.3.2. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 4.3.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; 4.3.4. Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs). 4.4. Condições de Fornecimento 4.4.1. Os produtos deverão ser entregues com prazo de validade mínimo de 18 (dezoito) meses contados do recebimento definitivo da mercadoria pelo Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos do HU-UFSCar. 4.4.2. As empresas que receberem comunicado para substituição de materiais por apresentarem problemas técnicos/defeitos ou por não respeitarem as condições supracitadas, deverão providenciar a reposição dos produtos para o HU-UFSCar dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da comunicação da ocorrência à CONTRATADA. 4.4.3. A apresentação dos produtos deverá ser em caixas, devidamente identificadas quanto ao número de lote, data de fabricação, prazo de validade. 4.4.4. Na constatação de qualquer alteração na qualidade ou composição do produto durante a inspeção de entrega ou com temperatura fora da faixa estipulada pelo fabricante como a ideal para a conservação do produto, o licitante vencedor deverá comprometer-se a trocá-lo, sem qualquer ônus para Instituição. A fim de garantir a integridade do produto, respeitando suas características físico-químicas e microbiológicas as entregas via correspondência não serão aceitas. 4.4.5. Os rótulos das embalagens dos produtos deverão cumprir as legislações pertinentes.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Os insumos solicitados são compatíveis com produtos disponíveis no mercado. O objeto não apresenta complexidade técnica superior que justifique consulta pública para a definição de solução técnica mais adequada, tendo em vista que os bens a serem adquiridos apresentam características comuns do mercado.

5.2. A contratação será feita por Pregão Eletrônico - SRP.

5.3. Quanto ao levantamento de custo, será realizada uma fundamentada pesquisa dos preços praticados no mercado, através de estimativa do custo da contratação contemplando o valor máximo global e mensal estabelecido em decorrência da identificação dos elementos que compõem o preço dos medicamentos, por meio do preenchimento das planilhas de custos e formação de preços.

5.4.1. A fonte a ser adotada como referência de contratações similares por outros órgãos e entidades será realizada preferencialmente no Portal de Compras do Governo Federal, com o uso do Painel de Preços, que tem o objetivo de racionalizar o gasto público, reduzir tempo de contratação e disponibilizar dados confiáveis e transparentes. As informações contidas no Painel de Preços apoiam os gestores públicos na realização de pesquisas de mercado, análise e comparação de preços de referência na aquisição de bens e contratação de serviços gerais para a Administração Pública. Poderão também ser utilizados orçamentos de potenciais fornecedores de processos licitatórios. As estimativas de preços serão realizadas de acordo com o disposto na Norma-SEI nº 3/2024/DAI-EBSERH

6. Descrição da solução como um todo

6.1. Demonstração de compatibilidade das necessidades da Ebserh com a futura contratação

6.1.1. Em atendimento ao art. 35º, inciso III, do RLCE 2.0., informamos a descrição da solução como um todo. A solução visa gerir com competência, agilidade, continuidade e transparência a continuidade das atividades da rede.

6.1.2. Em atendimento ao art. 93º, do RLCE 2.0, informamos que os itens solicitados constituem instrumentais já padronizados no Hospital Universitário de São Carlos - HU-UFSCar.

6.1.3. Os descritivos dos itens foram revisados conforme o Catálogo de Padronização de Tecnologias em Saúde da Rede Ebserh.

6.1.4. Os códigos dos itens foram revisados conforme o Catálogo de Materiais (CATMAT), do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG), do Ministério da Economia (ME).

6.1.5. Os bens objeto da presente contratação caracterizam-se como de natureza comum, de acordo com art. 32, inciso IV, da Lei 13.303/16, tendo em vista que são geralmente oferecidos por diversos fornecedores e são facilmente comparáveis entre si, de modo a permitir a decisão de compra com base no menor preço, por meio de especificações usuais praticadas no mercado.

6.2. Apresentação da relação custo/benefício da contratação

6.2.1. Considerando-se o custo total estimado obtido pela realização de Pesquisa de preços referenciais, os benefícios se devem a continuidade dos serviços realizados pelo HU-UFSCar, prestados tanto aos usuários, sendo que a interrupção do fornecimento desses medicamentos prejudicariam as atividades operacionais e assistenciais do Hospital. Os custos unitários dos instrumentais foram obtidos de acordo com a Norma Operacional - SEI nº 3/2024/SCCEN/CAD/DAI-EBSERH vigente, o que corrobora o esforço desta Instituição na adequação dos atos administrativos praticados com as normativas regentes e na melhoria contínua, almejando sempre a maior eficiência no uso dos recursos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. O quantitativo da tabela em anexo, foi levantado pelos profissionais especialistas alocados no centro cirúrgico, o qual relacionaram os itens necessários a cada tipo de cirurgia com base no contratualizado com a Prefeitura Municipal de São Carlos

7.2. Tabela com o quantitativo planejamento apresentado no Documento de Finalização (DFD 1):

ITEM	EBSERH	CATMAT	INSTRUMENTAL	QTD
1	EBS04523	474118	AFASTADOR cirúrgico, tipo FARABEUF, LÂMINA cerca de 06 mm, COMPRIMENTO cerca de 100 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 ° C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	8
2	EBS11960	474120	AFASTADOR cirúrgico, tipo FARABEUF, LÂMINA cerca de 13 mm, COMPRIMENTO cerca de 125 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 ° C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	4
3	EBS04559	473934	AFASTADOR cirúrgico, tipo LANGENBECK REVERSO, COMPRIMENTO cerca de 22 cm, LÂMINA cerca de 60 x 10 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	2
			AFASTADOR cirúrgico, tipo LANGENBECK, COMPRIMENTO cerca de 22 cm, LÂMINA cerca de 35 x 10 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL,	

4	EBS14534	473919	autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	4
5	EBS04555	473914	AFASTADOR cirúrgico, tipo MINI LANGENBECK, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, LÂMINA cerca de 18 x 6 mm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	6
6	EBS04528	473863	AFASTADOR cirúrgico, tipo SENN MULLER, AGUDO, COMPRIMENTO cerca de 16 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	6
7	EBS14960	439949	Agulha PARA PUNÇÃO TIPO VERESS, COMPRIMENTO 70 mm, esterilidade ESTÉRIL, tipo uso ESTERILIZÁVEL, material AÇO INOXIDÁVEL, para pneumoperitônio, COM PONTA RETRÁTIL. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.Aprs: unidade	5
8		444116	Clipador para cliques de titânio, tamanho pequeno, de comprimento de aproximadamente 20 cm, reutilizável e esterilizável, com boa fixação dos cliques nos tecidos humanos. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Garantia de 10 anos. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	3
9		444122	Clipador para videocirurgia, para cliques de titânio, tamanho médio, com haste giratória e de comprimento de aproximadamente 25 cm, com diâmetro de cerca de 5 mm, reutilizável e esterilizável, com boa fixação dos cliques nos tecidos humanos. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Garantia de 10 anos. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	2
10		462924	Eletrodo bisturi elétrico para videocirurgia, tipo gancho (hook), com ponteira em aço inoxidável, com haste reta isolada, de dimensão de cerca de 3 mm X 20 cm, com conexão para monopolar, esterilizável e reutilizável. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para	2

			sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	
11		462926	Eletrodo bisturi elétrico para videocirurgia, tipo gancho (hook), com ponteira em aço inoxidável, com haste reta isolada, de dimensão de cerca de 5 mm X 20 cm, com conexão para monopolar, esterilizável e reutilizável. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	3
12	EBS06648	470216	ENDOSCÓPIO RÍGIDO (óptica), modelo tipo HOPKINS, para observação, autoclavável. ÂNGULO DE VISÃO (AV): 30° (trinta graus); DIMENSÕES: 3,0 mm (diâmetro) x cerca de 18 cm (comprimento). Sistema óptico avançado, com lentes em forma de bastão, resultando em imagens com excelente resolução e contraste. Permitida variação de +/- 5% nas medidas.Aprs: unidade	2
13	EBS12271	453698	ESPÁTULA cirúrgica RIBBON, tipo MALEÁVEL, COMPRIMENTO cerca de 18 cm x cerca de 12 mm DE LARGURA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Garantia de 10 anos. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	10
14	EBS13566	468060	PINÇA anatômica, tipo DIETRICH, ponta RETA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 16 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Garantia de 10 anos. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	10
15		468061	PINÇA cirúrgica (anatômica), tipo DIETRICH, ponta RETA, COMPRIMENTO CERCA DE 18 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135° C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Garantia de 10 anos. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	10
16	EBS08382	468056	PINÇA cirúrgica (anatômica), tipo DIETRICH, ponta RETA, COMPRIMENTO CERCA DE 20 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135° C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Garantia de 10 anos. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	10
			PINÇA cirúrgica, tipo BABCOCK, ponta RETA,	

17	EBS04703	467730	SERRILHADA, COMPRIMENTO cerca de 16 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135°C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Garantia de 10 anos. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	14
18	EBS04746	467788	PINÇA cirúrgica, tipo BABY MIXTER, COMPRIMENTO CERCA DE 14 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Garantia de 10 anos. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	16
19	EBS04835	467745	PINÇA cirúrgica, tipo DISSECÇÃO (anatômica), SERRILHADA, COMPRIMENTO CERCA DE 14 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	10
20	EBS04824	467857	PINÇA cirúrgica, tipo HALSTEAD MOSQUITO, ponta CURVA, SERRILHADA, COMPRIMENTO CERCA DE 12 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Garantia de 10 anos. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	40
21	EBS04827	467860	PINÇA cirúrgica, tipo HALSTEAD MOSQUITO, ponta RETA, 1 x 2 DENTE, COMPRIMENTO CERCA DE 12 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Garantia de 10 anos. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	10
22	EBS04822	467854	PINÇA cirúrgica, tipo HALSTEAD MOSQUITO, ponta RETA, SERRILHADA, COMPRIMENTO CERCA DE 12 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Garantia de 10 anos. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	40
			PINÇA cirúrgica, tipo KELLY, ponta CURVA, SERRILHADA, COMPRIMENTO CERCA DE 14 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO	

23	EBS04806	467838	INOXIDÁVEL AISI 420, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Garantia de 10 anos. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	40
24	EBS04751	467799	PINÇA cirúrgica, tipo KOCHER, ponta RETA, 1 X 2 DENTE, COMPRIMENTO CERCA DE 14 cm, COM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Garantia de 10 anos. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	30
25	EBS07874	468018	PINÇA cirúrgica, tipo MICRO ADSON, ponta RETA, 1 x 2 dente, com furos laterais, COMPRIMENTO CERCA DE 12 cm, SEM CREMALHEIRA. Material AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Garantia de 10 anos. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	12
26		465097	Pinça para videocirurgia para apreensão atraumática, tipo allis, com haste isolada, de dimensão de cerca de 3 mm X 20 cm, com manopla sem cremalheira, com conexão para bisturi monopolar, giratória, esterelizável e reutilizável. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	2
27		465098	Pinça para videocirurgia para apreensão atraumática, tipo allis, com haste isolada, de dimensão de cerca de 5 mm X 20 cm, com manopla sem cremalheira, com conexão para bisturi monopolar, giratória, esterelizável e reutilizável. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	3
28		465100	Pinça para videocirurgia para apreensão atraumática, tipo Babcock, com haste isolada, de dimensão de cerca de 3 mm X 20 cm, com manopla com cremalheira, com conexão para bisturi monopolar, giratória, esterelizável e reutilizável. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	2
			Pinça para videocirurgia para apreensão atraumática,	

29		465103	tipo Babcock, com haste isolada, de dimensão de cerca de 5 mm X 20 cm, com manopla com cremalheira, com conexão para bisturi monopolar, giratória, esterelizável e reutilizável. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	3
30		465120	Pinça para videocirurgia para apreensão atraumática, tipo Reddik Olsen, com haste isolada, de dimensão de cerca de 3 mm X 25 cm, com manopla com cremalheira, com conexão para bisturi monopolar, giratória, esterelizável e reutilizável. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	2
31		465121	Pinça para videocirurgia para apreensão atraumática, tipo Reddik Olsen, com haste isolada, de dimensão de cerca de 5 mm X 25 cm, com manopla com cremalheira, com conexão para bisturi monopolar, giratória, esterelizável e reutilizável. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	3
32		465130	Pinça para videocirurgia para apreensão traumática, com dentes 2x4, com haste isolada, de dimensão de cerca de 3 mm X 20 cm, com manopla com cremalheira, com conexão para bisturi monopolar, giratória, esterelizável e reutilizável. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	2
33		465129	Pinça para videocirurgia para apreensão traumática, com dentes 2x4, com haste isolada, de dimensão de cerca de 5 mm X 20 cm, com manopla com cremalheira, com conexão para bisturi monopolar, giratória, esterelizável e reutilizável. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	3
34		465136	Pinça para videocirurgia para dissecação, tipo kelly, com haste isolada, de dimensão de cerca de 3 mm X 20 cm, com manopla sem cremalheira, com conexão para bisturi bipolar, com cabo incluso, giratória, esterelizável e reutilizável. Material AÇO	2

			INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	
35		465135	Pinça para videocirurgia para dissecação, tipo kelly, com haste isolada, de dimensão de cerca de 3 mm X 20 cm, com manopla sem cremalheira, com conexão para bisturi monopolar, giratória, esterelizável e reutilizável. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	2
36		465138	Pinça para videocirurgia para dissecação, tipo kelly, com haste isolada, de dimensão de cerca de 5 mm X 20 cm, com manopla sem cremalheira, com conexão para bisturi bipolar, com cabo incluso, giratória, esterelizável e reutilizável. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	3
37		465137	Pinça para videocirurgia para dissecação, tipo kelly, com haste isolada, de dimensão de cerca de 5 mm X 20 cm, com manopla sem cremalheira, com conexão para bisturi monopolar, giratória, esterelizável e reutilizável. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	3
38		465141	Pinça para videocirurgia para dissecação, tipo maryland, com haste isolada, de dimensão de cerca de 3 mm X 20 cm, com manopla sem cremalheira, com conexão para bisturi monopolar, giratória, esterelizável e reutilizável. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	2
39		465142	Pinça para videocirurgia para dissecação, tipo maryland, com haste isolada, de dimensão de cerca de 5 mm X 20 cm, com manopla sem cremalheira, com conexão para bisturi monopolar, giratória, esterelizável e reutilizável. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	3

40		465147	Pinça para videocirurgia para dissecação, tipo mixer, com haste isolada, de dimensão de cerca de 3 mm X 20 cm, com manopla sem cremalheira, com conexão para bisturi monopolar, giratória, esterilizável e reutilizável. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	2
41		465148	Pinça para videocirurgia para dissecação, tipo mixer, com haste isolada, de dimensão de cerca de 5 mm X 20 cm, com manopla sem cremalheira, com conexão para bisturi monopolar, giratória, esterilizável e reutilizável. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	3
42		471288	Porta-agulha para videocirurgia, de aço inoxidável, com ponta curva, com vídea, com haste sem isolamento, de dimensão de cerca de 3 mm X 20 cm, com manopla em metal e com cremalheira, esterilizável e reutilizável. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	2
43		471290	Porta-agulha para videocirurgia, de aço inoxidável, com ponta curva, com vídea, com haste sem isolamento, de dimensão de cerca de 5 mm X 20 cm, com manopla em metal e com cremalheira, esterilizável e reutilizável. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	3
44		471281	Porta-agulha para videocirurgia, de aço inoxidável, com ponta reta, com vídea, com haste sem isolamento, de dimensão de cerca de 3 mm X 20 cm, com manopla em metal e com cremalheira, esterilizável e reutilizável. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	2
			Porta-agulha para videocirurgia, de aço inoxidável, com ponta reta, com vídea, com haste sem isolamento, de dimensão de cerca de 5 mm X 20 cm, com manopla em metal e com cremalheira, esterilizável e	

45		471282	reutilizável. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	3
46		471274	Porta-agulha para videocirurgia, de aço inoxidável, tipo contra porta-agulha, com ponta curva, com vídea, com haste sem isolamento, de dimensão de cerca de 3 mm X 20 cm, com manopla em metal e com cremalheira, esterelizável e reutilizável. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	2
47		471275	Porta-agulha para videocirurgia, de aço inoxidável, tipo contra porta-agulha, com ponta curva, com vídea, com haste sem isolamento, de dimensão de cerca de 5 mm X 20 cm, com manopla em metal e com cremalheira, esterelizável e reutilizável. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	3
48	EBS06679	471152	PORTA-AGULHA, tipo MAYO HEGAR, ponta RETA, com VÍDEA, COMPRIMENTO cerca de 14 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Garantia de 10 anos. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	20
49	EBS08277	471166	PORTA-AGULHA, tipo MAYO HEGAR, ponta RETA, com VÍDEA, COMPRIMENTO cerca de 16 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Garantia de 10 anos. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	20
50	EBS12979	471145	PORTA-AGULHA, tipo MAYO HEGAR, ponta RETA, haste reta, COMPRIMENTO cerca de 12 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Garantia de 10 anos. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	20
51	EBS14910	446485	Redutor de trocarte, redução de cerca de 5 mm para 3 mm, em aço inoxidável e polímero, reutilizável. Compatível com equipamento karl storz.Aprs: unidade. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de	2

			rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	
52		463104	Tesoura para videocirurgia, tipo metzembaum, com ponta curva, de aço inoxidável, com haste isolada, de dimensão de cerca de 3 mm X 20 cm, com manopla sem cremalheira, com conexão para bisturi monopolar, esterilizável e reutilizável. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	2
53		4631105	Tesoura para videocirurgia, tipo metzembaum, com ponta CURVA, de aço inoxidável, com haste isolada, de dimensão de cerca de 5 mm X 20 cm, com manopla sem cremalheira, com conexão para bisturi monopolar, esterilizável e reutilizável. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	3
54		463100	Tesoura para videocirurgia, tipo metzembaum, com ponta RETA, de aço inoxidável, com haste isolada, de dimensão de cerca de 5 mm X 20 cm, com manopla sem cremalheira, com conexão para bisturi monopolar, esterilizável e reutilizável. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	3
55		465719	TROCARTE DE CISTOSTOMIA PARA SONDA 10 - 12. Tipo CÂNULA, com superfície lisa, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 10 cm. Fabricado em AÇO INOXIDÁVEL AISI 420, autoclavável. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	2
56		446919	Trocarte PONTA PIRAMIDAL, TAMANHO cerca de 3 mm x cerca de 45 mm, conjunto, material em AÇO INOXIDÁVEL, cânula com superfície LISA, válvula vedante manual e automático, com torneira para insuflação, obturador ponta distal piramidal cortante e RETRÁTIL. REPROCESSÁVEL e ESTERELIZÁVEL. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	7
			Trocarte PONTA PIRAMIDAL, TAMANHO cerca de 5 mm x cerca de 75 mm, conjunto, material em	

57		451601	AÇO INOXIDÁVEL, cânula com superfície LISA, válvula vedante manual e automático, com torneira para insuflação, obturador ponta distal piramidal cortante e RETRÁTIL. REPROCESSÁVEL e ESTERELIZÁVEL. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	15
58	EBS14914	475376	Tubo para aspiração e irrigação, uso com válvula bidirecional ou manoplas modulares, TAMANHO 3 mm x 20 cm, uso em videocirurgia, haste reta, material em aço inoxidável. Esterilizável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS.Aprs: unidade	2
59		475376	Tubo para aspiração e irrigação, uso com válvula bidirecional ou manoplas modulares, TAMANHO 5 mm x 20 cm, uso em videocirurgia, haste reta, material em aço inoxidável. Esterilizável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS.Aprs: unidade. Material AÇO INOXIDÁVEL, autoclavável até 135 °C. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser.Aprs: unidade	3

8. Estimativa do Valor da Contratação

[Conteúdo Sigiloso | Justificativa: 8.1 Os preços referenciais desta contratação são sigilosos, nos termos do art. 7º do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh - RLCE 2.0 e constam do processo restrito nº 23763.003461/2024-93.]

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1 Pela natureza do bem, será considerada na licitação a melhor proposta de preço por item, com previsão de entrega parcelada por solicitação da unidade demandante. O fornecimento dos insumos ocorrerá sempre que solicitado pela Setor de Abastecimento Farmacêutico e Suprimentos do Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos à empresa contratada durante o período de vigência da ata de registro de preços.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Não se aplica.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1. Esta contratação está alinhada ao planejamento estratégico, uma vez que estão entre os objetivos do HU-UFSCar: "Tornar-se um hospital resolutivo, referência em serviços de alta e média complexidade, prestando assistência humanizada e de qualidade" e "Empregar os recursos de maneira eficiente, visando à sustentabilidade e ao equilíbrio do hospital". Além disso, há alinhamento ao Plano Anual de Compras do HU-UFSCar, conforme Planilha PAC 2024 HU-UFSCar.

12. Classificação quanto à Lei 12.527

12.1. Trata a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011 do acesso às informações públicas.12.1.1. Neste contexto, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) - que é uma empresa pública de direito privado, vinculada ao Ministério da Educação, com a finalidade de prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS, assim como prestar às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública - enquadra-se no artigo 1º, parágrafo único, inciso II: Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei: I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, o Judiciário e do Ministério Público; II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.12.1.2. Considerando o Art. 3º da referida Lei, os procedimentos previstos destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes: I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; II - divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações; III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; V - desenvolvimento do controle social da administração pública.12.1.3. Em seu Art. 4º Lei leva em consideração: I - informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato; II - documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato; III - informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado; IV - informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável; V - tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação; VI - disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas; VII - autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema; VIII - integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino; IX - primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações.12.1.4. Levando em consideração os aspectos apresentados da Lei, consideramos que o Estudo Técnico Preliminar da Contratação (ETP Digital) ao ser concluído, enquadra-se na legislação vigente, contemplando especialmente o Art. 4º nos incisos I, II, V, VI e VII.

12.2. Cabe aqui ressaltar que o acesso às informações apresentadas no presente instrumento de estudo é público, conforme os níveis de acesso e publicidade permitidos nos sistemas informatizados utilizados na instituição: o Sistema Eletrônico de Informações (SEI); e o ETP Digital, disponível no site compras.gov.br

13. Benefícios a serem alcançados com a contratação

13.1 Assegurar o abastecimento dos insumos contemplados nesta solicitação.

13.2. Garantir a correta instrumentação para a realização de cirurgias.

14. Providências a serem adotadas

14.1 A fiscalização deste processo fica sob a responsabilidade da equipe de colaboradores designada em portaria.

15. Possíveis Impactos Ambientais

15.1. No HU-UFSCar há protocolos para descarte seguro de todos os resíduos.

16. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando os itens e o valor de referencia, esta equipe considera a aquisição viável

17. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

ANDREIA CRISTINA DA SILVA JORDAO EMERENCIANO PONTES

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 07/10/2024 às 15:04:26.

NAIARA ALINE DOS SANTOS

Membro da comissão de contratação