

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90133/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Ótica Uso Médico

Descrição Detalhada: Endoscópio Rígido Ângulo Visão: 30°, Revestimento: Aço Inoxidável, Formato: Reta, Rígida, Dimensão: Cerca De 3 X 300MM, Adicional 2: Compatível Com Fibra Óptica, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (6)

2 - Ótica Uso Médico

Descrição Detalhada: Endoscópio Rígido Ângulo Visão: 30°, Revestimento: Aço Inoxidável, Formato: Reta, Rígida, Dimensão: Cerca De 3 X 300 MM, Adicional 2: Compatível Com Fibra Óptica, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

3 - Pinça Articulada Cortante

Descrição Detalhada: Pinça Articulada Cortante Modelo: Microcirurgia De Laringe, Diâmetro Ponta: Cerca De 4,0 MM, Tipo Ponta: Boca P/ Cima, Adicional: Concha, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 24 CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (6)

4 - Pinça Articulada Cortante

Descrição Detalhada: Pinça Articulada Cortante Modelo: Microcirurgia De Laringe, Diâmetro Ponta: Cerca De 4,0 MM, Tipo Ponta: Boca P/ Cima, Adicional: Concha, Haste: Haste Reta, Comprimento Total: Cerca De 24 CM, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (6)

5 - Tesoura eletrocirúrgica

Descrição Detalhada: Tesoura P/ Videocirurgia Aplicação: P/ Videocirurgia, Tipo*: Bipolar, Modelo: Metzenbaum, Ponta: Ponta Curva, Material*: Aço Inoxidável, Diâmetro: Cerca De 5 Mm X 40 Cm, Adicional: Rotatória, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (6)

6 - Tesoura eletrocirúrgica

Descrição Detalhada: Tesoura P/ Videocirurgia Aplicação: P/ Videocirurgia, Tipo*: Bipolar, Modelo: Metzenbaum, Ponta: Ponta Curva, Material*: Aço Inoxidável, Diâmetro: Cerca De 5 Mm X 40 Cm, Adicional: Rotatória, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (6)

7 - Camisa endoscópica

Descrição Detalhada: Camisa Endoscópica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cânula Superfície Lisa, Componente 1: C/ 1 Torneira, Componente 2: S/ Obturador, Tamanho: Cerca De 5 X 180 MM, Tipo Uso: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (6)

8 - Camisa endoscópica

Descrição Detalhada: Camisa Endoscópica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cânula Superfície Lisa, Componente 1: C/ 1 Torneira, Componente 2: S/ Obturador, Tamanho: Cerca De 5 X 180 MM, Tipo Uso: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (6)

9 - Camisa Endoscópica

Descrição Detalhada: Camisa Endoscópica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cânula Superfície Lisa, Componente 2: Obturador C/ Ponta Distal Romba Não Cortante, Tamanho: Cerca De 4 X 130 MM, Compatibilidade: Compatível C/ Ventriculoscópio, Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (6)

10 - Camisa Endoscópica

Descrição Detalhada: Camisa Endoscópica Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cânula Superfície Lisa, Componente 2: Obturador C/ Ponta Distal Romba Não Cortante, Tamanho: Cerca De 4 X 130 MM, Compatibilidade: Compatível C/ Ventriculoscópio, Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (6)

11 - Peça,acessório - instrumental cirúrgico

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Instrumental Cirúrgico Tipo: Selo Vedante, Tipo Carretel, Material: Borracha, Aplicação: P/ Camisa Endoscópica, Tipo Uso: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (5)

12 - Peça,acessório - instrumental cirúrgico

Descrição Detalhada: Peça / Acessório - Instrumental Cirúrgico Tipo: Selo Vedante, Tipo Carretel, Material: Borracha, Aplicação: P/ Camisa Endoscópica, Tipo Uso: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (5)