

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Conjunto circulação extracorpórea

Descrição Detalhada: Conjunto Circulação Extracorpórea Tipo Uso: Tamanho Adulto , Componentes: Oxigenador De Membrana (2,02m²)P/Troca Gasosa , Aplicação: Reservatório Cardiotomia E Cardioplegia Sanguíneos , Outros Componentes: Filtro De Linha Arterial , Características Adicionais: Descartável E Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (200)

2 - Bomba centrífuga sanguínea

Descrição Detalhada: Aplicação: Para Cec E/Ou Circulação Assistida, Características Adicionais: C/ Tambor De Centrifugação E Canais De Fluxo, Esterilidade: Estéril, Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (200)

3 - Conjunto coleta componentes sangue

Descrição Detalhada: Aplicação: Para Sistema De Autotransfusão, Composição Básica: Câmara Separação, Linhas Aspiração E Transferência, Componentes: Bolsa Expurgo, Bolsa Ch, Reservatório Cardiotomia, Outros Componentes: Adaptadores E Linhas Conexão, Esterilidade: Estéril, Apirogênico, Descartável, Características Adicionais: Sistema Fechado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (250)

4 - Estabilizador

Descrição Detalhada: Tipo: De Tecido Para Cirurgia Cardíaca, Componentes: 2 Estabilizadores Ligados A Braço Articulado, Outros Componentes: Válvula Retenção, Características Adicionais: Descartável, Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

5 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Material: Polímero, Isento Látex Natural, Componente 1: Balão Intra-Aórtico - Bia, Volume 40 MI, Componente 2: Cerca De 260 X 15 Mm, Componente 3: Cateter Cerca De 725 Mm, Adicionais: Conjunto Introdutor Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

6 - Transdutor uso médico

Descrição Detalhada: Compatível: P/ Monitor Multiparâmetro, Aplicação: De Pressão Arterial Invasiva, Componente 1: S/ Dispositivo De Fluxo, Esterilidade: Reutilizável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

7 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Aplicação*: P/ Monitorização Pressão Arterial Invasiva, Componente 1: 2 Transdutores C/ Dispositivo Fluxo Cerca 3 MI/H, Componente 2: Linha C/ Equipo, Torneira Valvulada, Componente 3: Sensor, Adicionais: 2 Extensores, Tamanho: Cerca De 120 E 150 Cm, Esterilidade: Estéril, Compatibilidade: Compatibilidade Específica,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (36)

8 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Tipo: Biológica, Aplicação: Válvula Aórtica, Material: Confeccionada C/ Válvula Porcina, Revestimento: Estrutura De Pericárdio Bovino, Tamanho: N° 19, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

9 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Tipo: Biológica, Aplicação: Válvula Mitral, Material: Confeccionada C/ Válvula Porcina, Revestimento: Estrutura De Pericárdio Bovino, Tamanho: N° 25, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

10 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Tipo: Mecânica Giratória, Aplicação: Válvula Aórtica, Material: Carbono Pirolítico, Revestimento: Revestido Em Ptfе, Modelo: Duplo Folheto, Componente: Fluxo Central, Abertura 90°, Tamanho: N° 25, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (40)

11 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Tipo: Mecânica Giratória, Aplicação: Válvula Mitral, Material: Carbono Pirolítico, Revestimento: Revestido Em Ptfе, Modelo: Duplo Folheto, Componente: Fluxo Central, Abertura 90°, Diâmetro: 25 Até 33 MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (40)

12 - Enxerto tipo patch

Descrição Detalhada: Modelo: Orgânico, Material 1: Pericárdio Bovino, Características Adicionais: C/ Monocúspide Cerca De 5 Mm, Dimensão: Cerca De 50 CM2, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (40)

13 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Tipo: Enxerto Composto, Origem: Inorgânico, Matéria Prima: Dacron, Poliéster, Composição: Impregnado C/ Colágeno Bovino, Modelo: Reto, Porosidade: Alta Porosidade, Diâmetro: Diâmetro 20 MM, Comprimento: 30 CM, Tipo Uso: Uso Único, Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

14 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Tipo: Enxerto Composto, Origem: Inorgânico, Matéria Prima: Dacron, Poliéster, Composição: Impregnado C/ Colágeno Bovino, Modelo: Reto, Valvado, Porosidade: Baixa Porosidade, Diâmetro: Diâmetro 19 MM, Tipo Uso: Uso Único, Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (20)

15 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Tipo: Enxerto, Origem: Inorgânico, Matéria Prima: Ptfе, Expandido, Modelo: Reto, Diâmetro: Diâmetro 6 MM, Componentes: C/ Anéis Removíveis, Tipo Uso: Uso Único, Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (10)

16 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Tipo: Enxerto Composto, Origem: Inorgânico, Matéria Prima: Dacron, Poliéster, Composição: Impregnado C/ Colágeno Bovino, Modelo: Reto, Valvado, Porosidade: Baixa Porosidade, Diâmetro: Diâmetro 31 MM, Comprimento: 12 CM, Tipo Uso: Uso Único, Estéril,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (25)

17 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Tipo: Biológica, Aplicação: Válvula Aórtica, Material: Stent Autoexpansível De Nitinol, Revestimento: Estrutura De Pericárdio Bovino, Tamanho: Anel Aórtico Até 27, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

18 - Punch aórtico

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Formato: Corte Redondo, Diâmetro: Cerca De 5,0 Mm, Estrutura: Corpo Em Polímero, Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (200)

19 - Pá para desfibrilador

Descrição Detalhada: Tipo Equipamento: Externo Automático - Dea, Modelo: Tipo Eletrodo, Adesiva, Tamanho: Adulto, Apresentação*: Par, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilidade: Descartável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (200)

20 - Cateter monitorização

Descrição Detalhada: Tipo: Arterial, Uso: Radial, Tamanho: 2,5 FRENCH, Comprimento: 5 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Material: Polietileno Radiopaco, Componentes: Kit C/ Fio Guia E Agulha Introdutora 22ga, Componente I: Aba P/ Sutura E Fixação,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400 **Quantidade Mínima Cotada:** 400

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (400)

21 - Shunt

Descrição Detalhada: Aplicação*: Coranária, Materia Prima: Polímero, Diâmetro*: Cerca De 2 MM, Esterilidade*: Descartável, Estéril, Embalagem: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (15)

22 - Tubo para coleta de amostra biológica

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Uso: Para Prova De Coagulação Ativada, Característica Adicional: Para Automação,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (1000)

23 - Cateter monitorização

Descrição Detalhada: Tipo: Arterial, Tamanho: Cerca De 4 FRENCH, Comprimento: Cerca De 12 CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Material: Poliuretano, Componentes: Kit C/ Fio Guia E Agulha Introdutora 18 Ga, Componente I: Aba P/ Sutura E Fixação,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (50)

24 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Tipo: Arterial, Tipo Ponta: Ponta Curva, Polímero, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 18 FRENCH, Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (200)

25 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Tipo: Arterial, Femoral, Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero, Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 18 FRENCH, Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Componente 2: C/ Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

26 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Tipo: Venosa, Femoral, Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero, Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 24 FRENCH, Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Componente 2: C/ Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (3)

27 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Tipo: Venosa, Estágio Duplo, Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 36/46 FRENCH, Tipo Conector: Conector 1/2 POL, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 170 **Quantidade Mínima Cotada:** 170

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 340

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (170)

28 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Tipo: Venosa, Estágio Duplo, Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 36/50 FRENCH, Tipo Conector: Conector 1/2 POL, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)

29 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Tipo: Venosa, Estágio Único, Tipo Ponta: Ponta 90°, Polímero, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 24 FRENCH, Tipo Conector: Conector 1/4 POL, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (15)

30 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Tipo: Venosa, Estágio Único, Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 24 FRENCH, Tipo Conector: Conector 1/4 POL, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70 **Quantidade Mínima Cotada:** 70

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (70)

31 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Tipo: Cardioplegia Anterógrada, Óstio Coronário, Tipo Ponta: Ponta 45°, Polímero, Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação, Haste: Haste Metálica, Diâmetro: Cerca De 12 FRENCH, Tipo Conector: Conector Padrão, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (40)

32 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Tipo: Venosa, Estágio Triplo, Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 30/46/38 FRENCH, Tipo Conector: Conector 3/8 POL, Esterilidade: Estéril, Uso Único,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Teresina/PI (5)