

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90098/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cateter balão p/ angioplastia coronariana			
Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0MM, Comprimento Balão: Cerca De 20MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	150	Quantidade Mínima Cotada:	150
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	300
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (150)		

2 - Cateter balão p/ angioplastia coronariana			
Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0 MM, Comprimento Balão: Cerca De 15 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	50	Quantidade Mínima Cotada:	50
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	100
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (50)		

3 - Cateter balão p/ angioplastia coronariana			
Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0MM, Comprimento Balão: Cerca De 15MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	150	Quantidade Mínima Cotada:	150
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	300
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (150)		

4 - Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana			
Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0MM, Comprimento Balão: Cerca De 30MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	800	Quantidade Mínima Cotada:	800
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1600
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	BRASÍLIA/DF (800)		

5 - Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0 MM, Comprimento Balão: Cerca De 10 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (150)

6 - Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana Material: Não Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0 MM, Comprimento Balão: Cerca De 25 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)

7 - Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana Material: Não Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0 MM, Comprimento Balão: Cerca De 25 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000 **Quantidade Mínima Cotada:** 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1000)

8 - Cateter balão p/ angioplastia coronariana

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana Material: Não Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0 MM, Comprimento Balão: Cerca De 15 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (40)

9 - Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana Material: Semi Complacente, Revestimento: Paclitaxel, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0 MM, Comprimento Balão: Cerca De 15 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

10 - Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Coronariana Material: Não Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,0 A 6,0 MM, Comprimento Balão: Cerca De 10 MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Cerca De 140 CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (200)

11 - Filtro cardiovascular

Descrição Detalhada: Filtro Intravascular Uso: Veia Cava, Durabilidade: Temporário, Via Implante: Jugular Ou Femural, Materia Prima: Ligas De Níquel E Titânio, Formato: Tulipa, Diâmetro Filtro: 25 A 30MM, Sistema Entrega: Pré-Montada Em Bainha Introdutora 6fr, Componente 1: Kit C/ Dilatador E Fio Guia, Componentes 2: C/ Cateter Extrator, Componentes Adicionais: Baixo Perfil, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

12 - Microcateter

Descrição Detalhada: Microcateter Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Modelo: Único Lúmen, Material: Polímero Compatível C/ Dmso, Hidrofílico, Tipo Ponta: Moldável, Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 1,6 Fr, Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 150 CM, Radiopacidade: Radiopaco, Fio Guia: P/ Fio Guia Até 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (150)

13 - Microcateter

Descrição Detalhada: Microcateter Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Modelo: Único Lúmen, Material: Polímero Compatível C/ Dmso, Hidrofílico, Tipo Ponta: Moldável, Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 2,1 Fr, Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 150CM, Radiopacidade: Radiopaco, Fio Guia: P/ Fio Guia Até 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (150)

14 - Microcateter

Descrição Detalhada: Microcateter Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Modelo: Duplo Lúmen, Material: Polímero Compatível C/ Dmso, Hidrofílico, Tipo Ponta: Moldável, Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 3 Fr, Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 140 CM, Radiopacidade: Radiopaco, Fio Guia: P/ Fio Guia Até 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (50)

15 - Endoprótese Coronária

Descrição Detalhada: Endoprótese Coronária Tipo: Stent Farmacológico, Revestimento: Biolimus, Everolimus, Sirolimus Ou Zotarolimus, Material Plataforma: Liga Metálica, Dimensão: Cerca De 2,0 X Até 40 Mm, Espessura Haste: Haste Menor Ou Igual A 120 MICROM, Modelo: Permanente, Expansível Por Balão, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (150)

16 - Endoprótese coronária

Descrição Detalhada: Endoprótese Coronária Tipo: Stent Farmacológico, Revestimento: Biolimus, Everolimus, Sirolimus Ou Zotarolimus, Material Plataforma: Liga Metálica, Dimensão: Cerca De 2,25 X Até 40 Mm, Espessura Haste: Haste Menor Ou Igual A 120 MICROM, Modelo: Permanente, Expansível Por Balão, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750 **Quantidade Mínima Cotada:** 750

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (750)

17 - Endoprótese Coronária

Descrição Detalhada: Endoprótese Coronária Tipo: Stent Farmacológico, Revestimento: Biolimus, Everolimus, Sirolimus Ou Zotarolimus, Material Plataforma: Liga Metálica, Dimensão: Cerca De 3,5 X 41 A 60 Mm, Espessura Haste: Haste Menor Ou Igual A 120 MICROM, Modelo: Permanente, Expansível Por Balão, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (20)

18 - Endoprótese Coronária

Descrição Detalhada: Endoprótese Coronária Tipo: Stent Farmacológico, Revestimento: Biolimus, Everolimus, Sirolimus Ou Zotarolimus, Material Plataforma: Liga Metálica, Dimensão: Cerca De 2,0 X Até 40 Mm, Espessura Haste: Haste Menor Ou Igual A 120 MICROM, Modelo: Permanente, Expansível Por Balão, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (150)

19 - Endoprótese Coronária

Descrição Detalhada: Endoprótese Coronária Tipo: Stent Farmacológico, Revestimento: Biolimus, Everolimus, Sirolimus Ou Zotarolimus, Material Plataforma: Liga Metálica, Dimensão: Cerca De 2,0 X Até 40 Mm, Espessura Haste: Haste Menor Ou Igual A 120 MICROM, Modelo: Permanente, Expansível Por Balão, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 750 **Quantidade Mínima Cotada:** 750

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (750)

20 - Cateter p, intervenção

Descrição Detalhada: Cateter P/ Intervenção Tipo De Cateter: Guia P/ Captura Êmbolos, Tipo Uso: Proteção Distal, Tipo Material: Aço Inóx C/ Poliuretano, Calibre Interno: Compatível C/ Guia 0,014", Componente: Filtro Distal De 3,5 A 5,5mm, Característica Adicional: Montado Em Fio Guia, Aplicação: Angioplastia, Componentes Adicionais: Baixo Perfil, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 70

Quantidade Mínima Cotada: 70

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 140

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (70)