

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90122/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Venosa, Estágio Duplo, Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 32/40FRENCH, Tipo Conector: Conector 1/2POL, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (250)

2 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Cardioplegia Anterógrada, Óstio Coronário, Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero, Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação, Haste: Haste Polímero, Diâmetro: Cerca De 20FRENCH, Tipo Conector: Conector Padrão, Componente 2: C/ Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (120)

3 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Arterial, Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero, Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 24FRENCH, Tipo Conector: Conector 3/8POL, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (300)

4 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Venosa, Estágio Triplo, Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 30/30/30FRENCH, Tipo Conector: Conector 3/8POL, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (80)

5 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Venosa, Estágio Único, Tipo Ponta: Ponta 90°, Polímero, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 28FRENCH, Tipo Conector: Conector 3/8POL, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 120 **Quantidade Mínima Cotada:** 120

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 240

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (120)

6 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Arterial, Femoral, Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero, Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 20FRENCH, Tipo Conector: Conector 3/8POL, Componente 2: C/ Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (15)

7 - Cânula Cardíaca

Descrição Detalhada: Cânula Cardíaca Tipo: Venosa, Femoral, Tipo Ponta: Ponta Reta, Polímero, Componente 1: C/ Dispositivo P/ Fixação, Haste: Haste Polímero Aramada, Diâmetro: Cerca De 18FRENCH, Tipo Conector: Conector 3/8POL, Componente 2: C/ Sistema Introdutor, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (15)

8 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter Balão Material: Poliuretano, Aplicação: Contrapulsção Aórtica, Tipo Uso: Descartável, Capacidade: 34ML, Características Adicionais: Guia 0,025" X 145cm, Calibre: 7,5FRENCH, Acessórios: Agulha, Dilatador, Extensão, Tampa Conector, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (40)

9 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter Balão Material: Poliuretano, Aplicação: Contrapulsção Aórtica, Tipo Uso: Descartável, Capacidade: 34ML, Características Adicionais: Guia 0,025" X 145cm, Calibre: 7,5FRENCH, Acessórios: Agulha, Dilatador, Extensão, Tampa Conector, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (30)

10 - Bomba centrífuga sanguínea

Descrição Detalhada: Bomba Centrífuga Cardiopulmonar Aplicação: Para Cec E/Ou Circulação Assistida, Características Adicionais: C/ Tambor De Centrifugação E Canais De Fluxo, Esterelidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (300)

11 - Cabo conexão

Descrição Detalhada: Cabo Conexão Material: Cobre Estanhado, Seção Nominal: 4MM2, Tipo Conexão: Banana S/ Isolação, Jacaré Pequeno, Revestimento: Pvc Média Flex, Tensão Isolamento: 1000V, Corrente Nominal: 16A, Comprimento Cabo: 1020MM, Características Adicionais: Abertura Do Jacaré: 6 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (200)

12 - Marca-Passo Cardíaco Implantável

Descrição Detalhada: Marca-Passo Cardíaco Implantável Configuração Do Sistema: Bicameral Epicárdico Is-1, Material Carcaça: Liga Metálica, Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensores Acelerômetro E Fisiológico, Automaticidade De Estimulação E Detecção: Autocaptura, Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina, Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos, Compatível: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (150)

13 - Marca-Passo Cardíaco Implantável

Descrição Detalhada: Marca-Passo Cardíaco Implantável Configuração Do Sistema: Unicameral Epicárdico Is-1, Material Carcaça: Liga Metálica, Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensores Acelerômetro E Fisiológico, Automaticidade De Estimulação E Detecção: Autocaptura, Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina, Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos, Compatível: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (60)

14 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial/Venoso, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 11 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J", Diâmetro Fio Guia: 0,035", Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm, Acessórios: C/ Agulha De Punção, Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 220 **Quantidade Mínima Cotada:** 220

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 440

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (220)

15 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 8 Fr X 12 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Diâmetro Fio Guia: 0,038", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Acessórios: C/ Agulha De Punção, Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130 **Quantidade Mínima Cotada:** 130

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 260

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (130)

16 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira Multivias, Material: Polímero, Dimensões: Cerca De 8 Fr X 12 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Diâmetro Fio Guia: 0,038", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Acessórios: C/ Agulha De Punção, Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (80)

17 - Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo, Modelo: P/ Marcapasso Temporário Externo, Aplicação: Endocárdico, Tipo: Bipolar, Dimensões: Cerca De 110CM, Conexão: Conector Para Gerador, Componente li: C/ Sistema De Entrega Cerca De 5 Fr, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160 **Quantidade Mínima Cotada:** 160

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 320

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (160)

18 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo, Modelo: Definitivo, Aplicação: Epicárdico, Tipo: Unipolar, Fixação: Fixação Ativa, Conexão: Conector Tipo Is-1, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (60)

19 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo, Modelo: De Choque, Fixação: Fixação Ativa, Conexão: Conector Tipo Df-4, Componente I: Dupla Mola, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 160 **Quantidade Mínima Cotada:** 160

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 320

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (160)

20 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo, Modelo: Definitivo, Aplicação: Endocárdico, Tipo: Bipolar, Fixação: Fixação Ativa, Conexão: Conector Tipo Is-1, Componente Iii: Condicionado P/Ressonância Magnética, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (150)

21 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo, Modelo: Definitivo, Aplicação: Endocárdico, Tipo: Bipolar, Fixação: Fixação Ativa, Conexão: Conector Tipo Is-1, Componente Iii: Condicionado P/Ressonância Magnética, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (180)

22 - Sistema implantável p, estimulação cardíaca

Descrição Detalhada: Sistema Implantável P/ Estimulação Cardíaca Componente: Eletrodo, Modelo: Definitivo, Aplicação: Endocárdico, Tipo: Bipolar, Fixação: Fixação Ativa, Conexão: Conector Tipo Is-1, Componente Iii: Condicionado P/Ressonância Magnética, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (15)

23 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Prótese Cardíaca Tipo: Biológica, Aplicação: Válvula Aórtica, Material: Confeccionada C/ Válvula Porcina, Revestimento: Estrutura De Pericárdio Bovino, Tamanho: N° 25, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (100)

24 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Prótese Cardíaca Tipo: Biológica, Aplicação: Válvula Mitral, Material: Confeccionada C/ Válvula Porcina, Revestimento: Estrutura De Pericárdio Bovino, Tamanho: N° 31, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (60)

25 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Prótese Cardíaca Tipo: Mecânica Giratória, Aplicação: Válvula Aórtica, Material: Carbono Pírolítico, Revestimento: Revestido Em Ptfе, Modelo: Duplo Folheto, Componente: Fluxo Central, Abertura 90°, Tamanho: N° 25, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (40)

26 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Prótese Cardíaca Tipo: Mecânica Giratória, Aplicação: Válvula Mitral, Material: Carbono Pírolítico, Revestimento: Revestido Em Ptfе, Modelo: Duplo Folheto, Componente: Fluxo Central, Abertura 90°, Tamanho: Anel Aórtico Até 29, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (60)

27 - Prótese cardíaca

Descrição Detalhada: Prótese Cardíaca Tipo: Anel De Suporte, Aplicação: Anuloplastia Mitral, Revestimento: Revestido Em Poliéster, Modelo: Semirígida, Diâmetro: 25MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (10)

28 - Prótese vascular

Descrição Detalhada: Prótese Vascular Tipo: Enxerto Composto, Origem: Inorgânico, Matéria Prima: Dacron, Poliéster, Composição: Impregnado C/ Colágeno Bovino, Modelo: Reto, Valvado, Porosidade: Baixa Porosidade, Diâmetro: Diâmetro 27MM, Comprimento: 12CM, Tipo Uso: Uso Único, Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

29 - Enxerto tipo patch

Descrição Detalhada: Enxerto Tipo Patch Modelo: Orgânico, Material 1: Pericárdio Bovino, Características Adicionais: Não Aldeídico, Dimensão: Cerca De 50CM2, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (150)

30 - Hemoconcentrador

Descrição Detalhada: Hemoconcentrador Material: Poliacrilonitrila, Aplicação: P/ Circulação Extra-Corpórea, Tamanho: Adulto, Características Adicionais: Membrana 1,1m², Priming 70ml, Pressão 500mmhg, Tipo Uso: Descartável E Estéril, Tipo Filtro: 20MICRA

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (300)

31 - Conjunto coleta componentes sangue

Descrição Detalhada: Conjunto Coleta Componentes Sangue Aplicação: Para Sistema De Autotransfusão, Composição Básica: Câmara Separação, Linhas Aspiração E Transferência, Componentes: Bolsa Expurgo, Bolsa Ch, Reservatório Cardiotomia, Outros Componentes: Adaptadores E Linhas Conexão, Características Adicionais: Sistema Fechado, Esterilidade: Estéril, Apirogênico, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (50)

32 - Conjunto circulação extracorpórea

Descrição Detalhada: Conjunto Circulação Extracorpórea Tipo Uso: Tamanho Adulto, Componentes: Oxigenador De Membrana (2,02m²)P/Troca Gasosa, Aplicação: Reservatório Cardiotomia E Cardioplegia Sanguíneos, Outros Componentes: Filtro De Linha Arterial, Características Adicionais: Descartável E Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (300)

33 - Sensor

Descrição Detalhada: Sensor Uso Médico Aplicação: Débito Cardíaco E Pressão Intravascular, Material 1: Polímero, Modelo: P/ Cateter Arterial, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (50)

34 - Punch aórtico

Descrição Detalhada: Punch Aórtico Material: Aço Inoxidável, Formato: Corte Redondo, Diâmetro: Cerca De 4,5 Mm, Estrutura: Corpo Em Polímero, Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180 **Quantidade Mínima Cotada:** 180

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 360

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (180)

35 - Cola Biológica De Albumina

Descrição Detalhada: Cola Biológica De Albumina Composição: Soro Albumina Purificado 45% + Glutaraldeído 10%, Acessórios: Com 4 Pontas Aplicadoras,Embalagem Dupla, Uso: Apirogênico, Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 5,00 ML **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (100)

36 - Cardioversor Desfibrilador Implantável

Descrição Detalhada: Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Ressincronizador Df4 + Is-1 Multissítio, Material Carcaça: Liga Metálica, Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensores Acelerômetro E Fisiológico, Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina, Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos, Compatibilidade: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (50)

37 - Cardioversor desfibrilador implantável

Descrição Detalhada: Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Unicameral Transvenoso Df4, Material Carcaça: Liga Metálica, Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensores Acelerômetro E Fisiológico, Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina, Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos, Compatibilidade: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

38 - Cardioversor desfibrilador implantável

Descrição Detalhada: Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Bicameral Transvenoso Df4, Material Carcaça: Liga Metálica, Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensores Acelerômetro E Fisiológico, Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina, Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos, Compatibilidade: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (80)

39 - Cardioversor Desfibrilador Implantável

Descrição Detalhada: Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Bicameral Transvenoso Df4, Material Carcaça: Liga Metálica, Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Fisiológico, Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina, Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos, Compatibilidade: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (60)

40 - Cardioversor Desfibrilador Implantável

Descrição Detalhada: Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Unicameral Transvenoso Df-1, Material Carcaça: Liga Metálica, Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Acelerômetro, Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina, Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos, Compatibilidade: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

41 - Cardioversor Desfibrilador Implantável

Descrição Detalhada: Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Ressincronizador Df4 + Is-1 Multissítio, Material Carcaça: Liga Metálica, Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensor Fisiológico, Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina, Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos, Compatibilidade: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40 **Quantidade Mínima Cotada:** 40

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (40)

42 - Cardioversor Desfibrilador Implantável

Descrição Detalhada: Cardioversor Desfibrilador Implantável Configuração Do Sistema: Cdi Ressincronizador Df4 + Is-1 Multissítio, Material Carcaça: Liga Metálica, Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensores Acelerômetro E Fisiológico, Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina, Quantidade Motores: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos, Compatibilidade: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (12)

43 - Marca-Passo Cardíaco Implantável

Descrição Detalhada: Marca-Passo Cardíaco Implantável Configuração Do Sistema: Ressincronizador Trans E Epi Is-1 Multissítio, Material Carcaça: Liga Metálica, Sensor P/ Adaptação Frequência Cardíaca: Sensores Acelerômetro E Fisiológico, Autenticidade De Estimulação E Detecção: Autocaptura, Monitoramento Remoto Do Paciente: Telemedicina, Longevidade: Vida Útil Projetada Mínimo 5 Anos, Compatível: Condicionado Mri

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (20)

44 - Cateter monitorização

Descrição Detalhada: Cateter Monitorização Uso: Arteria Pulmonar, Aplicação: Termodiluição, Quantidade Vias: 4 Vias, Tamanho: 7FRENCH, Comprimento: 110CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Material: Polímero Radiopaco, Componentes: C/ Sistema Introdutor, Componente I: Kit C/ Fio Guia E Dilatador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (100)

45 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Material Especial Cardiovascular Aplicação*: P/ Monitorização Pressão Arterial Invasiva, Componente 1: Transdutor C/ Dispositivo Fluxo Cerca 3 MI/H, Componente 2: Linha C/ Equipo, Torneira Valvulada, Adicionais: 2 Extensores, Tamanho: Cerca De 30 E 120 Cm, Esterilidade: Estéril, Descartável, Compatibilidade: Compatibilidade Específica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1600

Quantidade Mínima Cotada: 1600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 3200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Vitória/ES (1600)