

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90124/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Tipo: Tipo Vortex, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Rotação: Até 2500RPM, Componentes: Pés Ventosas Em Borracha, Capacidade: Até 50ML

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

2 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Tipo: Orbital, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade, Rotação: Até 250 RPM, Adicional: Plataforma Cerca De 30 X 30 Cm, Componentes: Com Presilhas Em Aço, Temporização: Temporizador Até 60 MIN

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

3 - Material fisioterapia

Descrição Detalhada: Material Fisioterapia Tipo: Eletromiógrafo De Pressão, Aplicação: P/Reabilitação Musculatura Vaginal, Componentes: Cabo Força,Sonda Vaginal Inflável,Insuflador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

4 - Equipamento P/ Aquecimento - Uso Médico

Descrição Detalhada: Equipamento P/ Aquecimento - Uso Médico Modelo: Caixa Térmica De Bancada, Compartimento Único, Aplicação: P/ Gel - Soluções, Tipo Aquecimento: Calor Seco, De Contato, Temperatura: Ajuste Manual, Cerca De 30 °C A 70 °C, Dimensões (C X L X A) / Capacidade: Frasco Até 250ML, Componentes: Termostato Regulador De Temperatura, Fonte Alimentação Energia: Rede Elétrica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

5 - Módulo inclusão tecido

Descrição Detalhada: Módulo Inclusão Tecido Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painele De Controle, Programável, Componentes: C/ Visor E Painele Controle, Capacidade: Até 100 Cassetes, Característica Adicional: Controle Temperatura Até 80 °C, Adicional: C/ Bandeja Expurgo, Alarmes, Segurança: C/ Sistema Segurança Falta Energia, Volume Câmara: Reservatório Parafina Até 5 L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

6 - Medidor condutividade

Descrição Detalhada: Medidor Condutividade Precisão Relativa: 1 PER, Aplicação: Em Soluções Aquosas E Alcoólicas/Resistividade, Características Adicionais: Escala De 0 A 2000, Duração Bateria De 60 Horas, Modelo: Microprocessado De Bancada, Tipo: Digital, Funções: Calibração Automática E Temperatura De Compensação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

7 - Doppler

Descrição Detalhada: Doppler Tipo: Vascular, Modelo: Portátil,Peso 650 Gramas, Componentes: Intensidade Menor Que 10mw/Cm2,C/Capa Protetora, Tensão Alimentação: 6 Pilhas Aa De 1,5 V

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (3)

8 - Eletroencefalógrafo

Descrição Detalhada: Eletroencefalógrafo Modelo: Headbox, Número De Canais: De 26 A 54, Resolução Dos Dados: Mínimo 16 Bits, Taxa De Amostragem: Até 256 Pontos/Seg, Parâmetros Mínimos: Ecg, Spo2, Vídeo Eeg E Poligrafia Neonatal, Transferência De Dados: Com Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

9 - Equipamento diagnóstico clínico

Descrição Detalhada: Equipamento Diagnóstico Clínico Método: P/ Análise De Tempo De Coagulação, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painele De Controle, Programável, Adicional: Com Alarme Sonoro E Visual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (3)

10 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Material*: Gabinete Aço Inox, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 80 L, Temperatura: Até 200 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Adicional: C/ Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (3)

11 - Freezer vertical

Descrição Detalhada: Freezer Vertical Capacidade: 300 L, Voltagem: Bivolt V, Características Adicionais: 5 Gavetas Em Aço/Compressor Hermético/4 Rodízios E, Funções: Display Digital/Alarme/Conecção Usb/Degelo Manual, Temperatura Operação: -20°C A -30°C °C, Aplicação: Laboratório, Quantidade De Portas: 1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

12 - Homogeneizador

Descrição Detalhada: Homogeneizador Aplicação: P/ Coleta De Sangue, Tipo Ajuste: Ajuste Digital Microprocessado, Tipo: Tipo Gangorra, Capacidade 1: Até 650 ML, Componentes: C/ Filtro Em Linha, Controle De Fluxo, Componentes Adicionais: Seladora, Presilha Segurança, Temporizador, Outros Componentes: Leitora Código Barras E Alarme, Adicional: Tecnologia Sem Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (3)

13 - Misturador

Descrição Detalhada: Misturador Tipo: Homogeneizador, Tipo Ajuste: Ajuste Digital Microprocessado, Programável, Rotação Máxima: Até 4.000 Opm, Outros Componentes: Microesferas Para Disrupção De Amostras, Adicional: C/ Sistema De Segurança, Aplicação 1: Para Tubos E Microtubos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

14 - Videoendoscópio

Descrição Detalhada: Videoendoscópio Composição: Videolaringoscópio, Componentes: Adulto, Acessórios: C/ Guia P/ Catéter 16 A 18 Fr, Tipo: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (3)

15 - Reprocessadora automática endoscópios

Descrição Detalhada: Reprocessadora Automática Endoscópios Tipo: Para Limpeza, Desinfecção E Secagem, Capacidade: 15L, Tipo De Uso: Microprocessado, Operação Contínua, Características Adicionais: Ciclos Programáveis, Composição Básica: Tela De Toque, Alarmes Segurança, Componentes Adicionais: Com Teste De Vazamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

16 - Monitor Ambulatorial De Pressão Arterial - Mapa

Descrição Detalhada: Monitor Ambulatorial De Pressão Arterial - Mapa Método De Medição: Oscilométrico, Período Mínimo De Medição: 72 H, Memória: Interna, Mínimo 400 Eventos, Componente: Unidade Gravadora Portátil C/ Relógio, Componente 2: Software Básico, Alimentação: Bateria, Transferência De Dados: Com Fio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (6)

17 - Envelopadora

Descrição Detalhada: Envelopadora Formato Papel: A4/Carta/Ofício I E Ofício Ii, Gramatura: 75 A 90 G/M2, Tipo Alimentação: Portrait E Landscape, Produção Aproximada: Até 20.000 Envelopes, Tipo Colador: Removível, Capacidade Cola: 20.000 Envelopes/1 UN/KG, Capacidade Produção: 7.200 Ou 9.000 Envelopes UN/H, Componentes: Serrilha, Colador E Guias De Alinhamento, Tipo Sistema: Sensores, Formato Envelopes: 2 Ou 3 Dobras, Tipo Monitoração: Eletrônica, Aplicação: Confecção Envelopes E Dobradora Papéis, Características Adicionais: Abastecimento Contínuo E Manutenção Operacional

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1), Salvador/BA (2)

18 - Micróto

Descrição Detalhada: Micróto Tipo*: Manual, Modelo: Rotativo, Ajuste: Ajuste Mecânico, Espessura Corte: Corte Até 60 Micra, Espessura Desbaste: Desbaste Até 600 Micra, Adicional: C/ Sistema Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

19 - Gravador De Holter

Descrição Detalhada: Gravador De Holter Aplicação: Adulto E Pediátrico, Composição: Unidade Gravadora Portátil, Número De Vias: P/ Cabo De 3,4 Ou 10 Vias, Recursos De Gravação: Grava 3 Ou 12 Derivações E Até 336 H, Recursos Adicionais Mínimos: Marcapasso E Resolução De 2 Bits, Alimentação: Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Cartão De Memória C/ Entrada Usb Ou Serial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

20 - Aparelho raios x

Descrição Detalhada: Aparelho Raios X Aplicação: Uso Odontológico, Potência Cabeçote: Tensão Do Tubo 60 Kv, Adicionais: Portátil, Componentes: Microprocessado, Painel Lcd, Sensor Digital

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

21 - Manômetro

Descrição Detalhada: Manômetro Material Caixa: Aço Inox Aisi 304, Diâmetro Mostrador: 100MM, Tipo Rosca Conexão: 1/2" Bsp, Faixa Escala: 0 A 10KGF/CM2, Características Adicionais: Com Glicerina

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Margem de Preferência Normal (%): 10,00 **Margem de Preferência Adicional (%):**

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

22 - Conjunto para análise

Descrição Detalhada: Conjunto Para Análise Composição Básica: Quantitativo De Proteínas, Metodologia Aplicada: Precipitação E Colorimétrico, Apresentação: Teste, Características Adicionais: Para Eletroforese Bidimensional

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

23 - Aparelho densitometria óssea

Descrição Detalhada: Aparelho Densitometria Óssea Tipo: Corpo Inteiro, Tecnologia: Fan Beam - Dxa Com Iva (Avaliação Imediata Coluna), Sistema Operacional: Windows Xp, Características Adicionais: Sistema De Varredura De Multidetectors - 64 Dete

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)