

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90128/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Papel Térmico

Descrição Detalhada: Papel Térmico Largura: 110MM, Aplicação: Aparelho Ultra-Sonografia, Marca Sony Upp 110 S, Características Adicionais: Printer Preto E Branco

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Rolo 20,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

2 - Estetoscópio

Descrição Detalhada: Estetoscópio Tipo: Biauricular, Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone, Haste: Haste Aço Inox, Tubo: Tubo "Y" Pvc, Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (600)

3 - Estetoscópio

Descrição Detalhada: Estetoscópio Tipo: Biauricular, Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone, Haste: Haste Aço Inox, Tubo: Tubo "Y" Silicone, Auscultador: Auscultador Aço Inox C/ Anel De Borracha, Tamanho: Pediátrico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (200)

4 - Estetoscópio

Descrição Detalhada: Estetoscópio Tipo: Biauricular, Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone, Haste: Haste Aço Inox, Tubo: Tubo "Y" Silicone, Auscultador: Auscultador Aço Inox, Tamanho: Neonatal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (100)

5 - Esfigmomanômetro

Descrição Detalhada: Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (200)

6 - Esfigmomanômetro

Descrição Detalhada: Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Tecido, Tipo Fecho: Fecho Em Metal, Tamanho: Infantil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (100)

7 - Aparelho diagnóstico , terapêutico

Descrição Detalhada: Aparelho Diagnóstico / Terapêutico Tipo 1: Lanterna Clínica, Componentes 3: C/ Led, Fonte Alimentação: À Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (150)

8 - Oxímetro

Descrição Detalhada: Oxímetro Uso Médico Tipo: Dedo, Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100%, Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 24H, Alimentação: Pilha, Acessórios: C/ Sensor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600 **Quantidade Mínima Cotada:** 600

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 1200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (600)

9 - Termômetro

Descrição Detalhada: Termômetro Tipo: Laser Digital, Faixa Medição Temperatura: - 50 °C A 500°C, Aplicação: Laboratório, Elemento Expansão: Infravermelho, Características Adicionais: Emissividade Ajustável, Memória E Desligamento Au, Resolução: 0,1°C, Precisão: 2PER, Alimentação: Bateria 9 Vcc

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

10 - Acessório mobiliário hospitalar

Descrição Detalhada: Acessório Mobiliário Hospitalar Tipo: Manga Íris, Aplicação*: Compatível C/ Incubadora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

11 - Refratômetro

Descrição Detalhada: Refratômetro Tipo Aparelho: Portátil, Tipo Display: Analógico, Aplicação: P/ Determinação Da Densidade De Proteínas, Faixa Medição: Até 12 G/Dl, Faixa Medição 1: Cerca De 1.000 A 1.050 Sg, Faixa Medição 2: Cerca De 1.3300 Ri A 1.3600 Ri, Características Adicionais 1: Compensação De Temperatura Automática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (20)

12 - Filtro

Descrição Detalhada: Filtro Uso Médico Tipo: Absorção De Água, Modelo: P/ Capnografia, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (12)

13 - Papel Para Impressão - Uso Hospitalar

Descrição Detalhada: Papel Para Impressão De Exames - Uso Hospitalar Material: Termosensível, Modelo: Milimetrado, Dimensões: Cerca 210MM, Apresentação: Bobina, Compatibilidade: Compatibilidade C/ Equipamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Bobina 30,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (60)

14 - Papel Para Impressão - Uso Hospitalar

Descrição Detalhada: Papel Para Impressão De Exames - Uso Hospitalar Material: Termosensível, Modelo: Milimetrado, Dimensões: Cerca 50MM, Apresentação: Bobina, Compatibilidade: Compatibilidade C/ Equipamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Bobina 20,00 M **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (50)