

REQUISIÇÃO DE MATERIAL - RM

ABERTA

Processo:23523046718202343

Número RM: UPDE-000286/2023

Usuário: rosangela.bogea

Data: 30/11/2023

Folha: 1

Item	Cód. Almoarifado	Cód. EBSERH	CATMAT	Especificação	Qtd.	Unid.
1	3113201821	EBS08652	465146	PINÇA CIRURGICA CURVA PARA DISSECÇÃO, TIPO MARYLAND, DUPLA AÇO MANDIBULAR, DIAM. 05MM, COMPRIMENTO 36CM, COM PINO CONEXAO PARA COGULAÇÃO, EM AÇO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL, BIPOLAR, GIRATORIA, INTERCAMBIAVEL, ROTATORIO, DESMONTAVEL, COMPOSTA DE EMPUNHADEIRA ISOLADA SEM CREMALHEIRA, TUBO EXTERNO E HASTE INTERNA, COMPATÍVEL COM APARELHO KARL STORZ. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.	25	UN
2	3110600602	EBS08662	463111	TESOURA ELETROCIRURGICA, TIPO METZEMBAUM, DIAM. 05MM, COMPRIMENTO 36CM, EM AÇO INOXIDAVEL, ROTATORIA, INTERCAMBIAVEL E UNIPOLAR, SEM TRAVA, DESMONTAVEL, GIRATORIA, ISOLADA, COM CONECTOR DE CAUTERIO MONOPOLAR. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.	25	UN
3	3170150601		436255	CABO DE DIATERMIA DE ALTA FREQUENCIA UNIPOLAR PARA LIGAÇÃO DE INSTRUMENTOS AO BISTURI, D= 04MM, C=300CM, COMPATÍVEL COM KARL STORZ 26002M. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.	25	UN
4	3112303524	EBS12734	465121	PINÇA ENDOSCÓPICA CLICK LINE, TIPO REDDICK-OLSEN, DIAM. 03MM, COMPRIMENTO 36CM, DUPLA AÇO, COM ADAPTADOR LUER-LOCK, AUTOCLAVAVEL, DESMONTAVEL, ABERTURA BILATERAL, GIRATORIA, ROBUSTA, COM CONEXAO PARA COAGULAÇÃO UNIPOLAR, COM CONEXAO DE IRRIGAÇÃO LUER-LOCK PARA LIMPEZA, COMPOSTA DE EMPUNHADEIRA, HASTE INTERNA E TUBO EXTERNO, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO UTILIZADO NA INSTITUIÇÃO, MODELO IMAGE 1S H-3-Z, KARL STORZ. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.COM APARELHO KARL STORZ. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.	10	UN
5	3114100404	EBS11705	482191	AFASTADOR CIRÚRGICO AUTOESTÁTICO, MODELO THOMPSON, COM 4 BARRAS, ARTICULADO, COM LÂMINAS DIVERSAS, NÃO CORTANTE, COM TRAVA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	3	UN
6	5010043	EBS13078	603945	ELEMENTO DE TRABALHO, BIPOLAR, COM MOLA DE AÇÃO ATIVA PELO DEDO POLEGAR, PARA CIRURGIAS RESSECTOSCÓPICAS, COMPATÍVEL COM RESSECTOSCÓPIO DE 26 FR. COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO KARL STORZ.	8	UN
7	5010031	EBS11977	467168	CAMISA ENDOSCÓPICA PARA RESSECTOSCÓPIO, ROTATÓRIA, EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 26 FR (8 MM), TORNEIRAS PARA IRRIGAÇÃO CONTÍNUA, PONTA OBLÍQUA COM OBTURADOR, BAINHA PARA IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO DE FLUXO CONTÍNUO COM PONTA DE CERÂMICA; CAMISA INTERNA ROTATÓRIA. REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM COM DADOS DE ROTULAGEM EXIGIDOS PARA PRODUTOS PARA SAÚDE QUE PERMITAM A RASTREABILIDADE. COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO KARL STORZ.	25	UN
8	3116409935	EBS11885	477819	ALICATE DE PRESSÃO, SEM CORTE, ARTICULAÇÃO DUPLA, COMPRIMENTO CERCA DE 25 CM. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL COM EXTRA TRATAMENTO CONTRA OXIDAÇÃO. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. GARANTIA DE 10 ANOS. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	13	UN
9	3062801527		463021	ELETRODO TIPO ROLLER BALL PEQUENO DE 3,0 MM PARA UTILIZAÇÃO EM ELEMENTO DE TRABALHO COMPATÍVEL COM A MARCA KARL STORZ	80	UN
10	3112500111	EBS09625	480287	PINÇA EXTRATORA DE CÁLCULO, TAMANHO CERCA DE 11 FR X 40 CM COMPRIMENTO, COM 3 GARRAS (PINÇA TRIDENTE). MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER.	25	UN
11	3110600925		275781	EVACUADOR DE ELLIK, MATERIAL COLETADOR DE VIDRO, MATERIAL PARA SUÇÃO: LÁTEX, MATERIAL CONECTOR: METÁLICO ADAPTÁVEL À BISTURI ELÉTRICO KARL STORZ .	65	UN
12	3110302458		446422	TROCATER COM PONTA PIRAMIDAL, DIAM. 06MM, AUTOCLAVAVEL, VALVULA MULTIFUNCIONAL COM OBTURADOR E TORNEIRA DE INSUFLAÇÃO, COMPRIMENTO DE TRABALHO UTIL DE 10,5CM, COM VALVULA MULTIFUNCIONAL DE RETENÇÃO DE GAS, COM SISTEMA DE DESMONTAGEM. COMPATÍVEL COM APARELHO KARL STORZ. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO.	30	UN

Observação da Requisição: RP COMPLEMENTAR_RM 286/2023_ UPME_INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS.

REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO:

1-AGRUPAMENTOS: NÃO

2- COMODATOS NECESSÁRIOS: NÃO

3-NATUREZA DE DESPESA: MATERIAL HOSPITALAR GERAL .

4-MATERIAL: COMUM () OPME() INSTRUMENTAL (x)

5- CONSIGNADOS: SIM () NÃO (X)

6.PRAZO DE ENTREGA:

6.1 MATERIAL COMUM E OPME: 20 DIAS CORRIDOS

6.2 INSTRUMENTAL (NACIONAL: 60 DIAS CORRIDOS; IMPORTADO: 90 DIAS CORRIDOS) (x).