

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90039/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Pinça P/ Videocirurgia Aplicação: Dissecção , Modelo 1: Maryland , Haste: Haste Isolada , Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm , Componente: Manopla S/ Cremalheira , Características Adicionais: Giratória , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (25)

2 - Tesoura p, bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Tesoura P/ Videocirurgia Aplicação: P/ Videocirurgia , Tipo*: Monopolar , Modelo: Metzenbaum , Ponta: Ponta Curva , Material*: Aço Inoxidável , Diâmetro: Cerca De 5 Mm X 35 Cm , Adicional: Rotatória , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (25)

3 - Acessório para equipamento médico

Descrição Detalhada: Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Cabo , Aplicação: Diatermia , Tipo Uso: Alta Frequência, Monopolar , Acessórios: Conectores Compatíveis C/ Equipamento , Esterilidade: Reusável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (25)

4 - Pinça P/ Videocirurgia

Descrição Detalhada: Pinça P/ Videocirurgia Aplicação: Apreensão Atraumática , Modelo 1: (Reddik Olsen) , Haste: Haste Isolada , Dimensão: Cerca De 5 Mm X 35 Cm , Componente: Manopla S/ Cremalheira , Outros Componentes: C/ Conexão P/ Bisturi Monopolar , Características Adicionais: Giratória , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (10)

5 - Afastador Cirúrgico Autoestático

Descrição Detalhada: Afastador Cirúrgico Autoestático Modelo: Thompson , Componente 1: C/ 4 Barras , Componente 2: Lâminas Diversas , Travamento: C/ Trava , Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (3)

6 - Elemento de trabalho

Descrição Detalhada: Elemento De Trabalho Modelo: Ativo , Material: Aço Inoxidável , Conexão: P/ Bisturi Bipolar , Compatibilidade: Compatibilidade Específica , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (8)

7 - Camisa endoscópica

Descrição Detalhada: Camisa Endoscópica Material: Aço Inoxidável , Tipo: Cânula Superfície Lisa , Modelo: Articulada , Componente 1: S/ Torneira , Componente 2: S/ Obturador , Adicional 1: C/ Empunhadura , Adicional 2: C/ Fibra Ótica , Compatibilidade: Compatível C/ Mediastinoscópio , Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25 **Quantidade Mínima Cotada:** 25

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (25)

8 - Alicate Uso Médico

Descrição Detalhada: Alicate Uso Médico Modelo: De Pressão , Tipo: S/ Corte , Articulação: Articulação Dupla , Comprimento Total: Cerca De 26 CM, Material: Aço Inoxidável , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (13)

9 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Elemento De Trabalho , Tamanho: 24 Ch , Tipo Uso: Bipolar , Tipo: Ponta Bola , Material Ponteira: Aço Inoxidável , Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 3 MM, Haste: Haste Reta , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80 **Quantidade Mínima Cotada:** 80

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (80)

10 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Extração De Cálculo , Tipo Ponta: Com 3 Garras , Tipo Fio: Aço Inoxidável , Dimensão: Cerca De 11 Fr X 40 Cm , Haste: Haste S/ Isolamento , Componente 2: Manopla , Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	25	Quantidade Mínima Cotada:	25
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	50
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	São Luís/MA (25)		

11 - Evacuador de ellik

Descrição Detalhada: Evacuador De Ellik Material Coletador: Completo, Bulbo De Vidro , Material Pera Sucção: Pêra De Borracha , Material Conector: Conector Metálico , Características Adicionais: Com Adaptador Para Camisa Ressectoscópica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	65	Quantidade Mínima Cotada:	55
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	130
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	São Luís/MA (65)		

12 - Trocarte

Descrição Detalhada: Trocarte Apresentação: Conjunto , Material*: Aço Inoxidável , Tipo Cânula: Cânula C/ Superfície Lisa , Válvula: Vedante Manual E Automático , Componente 1: Torneira P/ Insuflação , Componente 2: Obturador Ponta Distal Piramidal Cortante , Dimensões: Cerca 5 X 100 MM, Tipo Uso: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	30	Quantidade Mínima Cotada:	30
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	60
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	São Luís/MA (30)		