

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90026/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Eletrodo			
Descrição Detalhada: Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Neuro , Modelo: Duas Agulhas , Tipo: C/ Espiral De Inserção, Corkscrew , Material Sensor: Aço Inoxidável , Dimensões: Calibre Cerca De 0,6 MM, Acessório: C/ Cabos Trançados Compatíveis C/ Equipamento , Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		252	Quantidade Mínima Cotada: 252
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 504
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,75	
Local de Entrega (Quantidade):		Curitiba/PR (252)	
Grupo: G1			

2 - Eletrodo			
Descrição Detalhada: Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Neuro , Modelo: Agulha , Tipo: Monopolar, Ponta Cônica , Material Sensor: Aço Inoxidável , Dimensões: Cerca De 15 A 75 X 0,35 A 0,50 MM, Acessório: S/ Cabo , Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		216	Quantidade Mínima Cotada: 216
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 432
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,75	
Local de Entrega (Quantidade):		Curitiba/PR (216)	
Grupo: G1			

3 - Eletrodo

Descrição Detalhada: Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Neuro , Modelo: Duas Agulhas , Tipo: Subdérmica , Material Sensor: Aço Inoxidável , Dimensões: Cerca De 12 A 17 X 0,40 A 0,45 MM, Acessório: C/ Cabos Trançados Compatíveis C/ Equipamento , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1008

Quantidade Mínima Cotada: 1008

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2016

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (1008)

Grupo: G1

4 - Eletrodo			
Descrição Detalhada: Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Neuro , Modelo: De Superfície , Tipo: Adesivo , Material Sensor: Prata/Prata Clorada , Adicional 1: C/ Gel Condutor , Tamanhos: Adulto , Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento , Esterilidade: Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		144	Quantidade Mínima Cotada: 144
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 288
Intervalo Mínimo entre Lances (%):		0,75	
Local de Entrega (Quantidade):		Curitiba/PR (144)	
Grupo: G1			

5 - Eletrodo

Descrição Detalhada: Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Neuro , Modelo: De Superfície , Tipo: Cúpula , Material Sensor: Banhado A Ouro , Tamanhos: Adulto , Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento , Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (36)

Grupo: G1

6 - Eletrodo

Descrição Detalhada: Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Neuro , Modelo: De Superfície , Tipo: Cúpula , Material Sensor: Banhado A Ouro , Tamanhos: Adulto , Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento , Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 144 **Quantidade Mínima Cotada:** 144

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 288

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (144)

Grupo: G1

7 - Eletrodo

Descrição Detalhada: Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Neuro , Modelo: De Superfície , Tipo: Cúpula , Material Sensor: Banhado A Ouro , Tamanhos: Adulto , Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento , Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72 **Quantidade Mínima Cotada:** 72

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 144

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (72)

Grupo: G1

8 - Eletrodo

Descrição Detalhada: Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Neuro , Modelo: De Superfície , Tipo: Cúpula , Material Sensor: Banhado A Ouro , Tamanhos: Adulto , Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento , Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 72 **Quantidade Mínima Cotada:** 72

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 144

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (72)

Grupo: G1

9 - Eletrodo

Descrição Detalhada: Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Neuro , Modelo: De Superfície , Tipo: Cúpula , Material Sensor: Banhado A Ouro , Tamanhos: Adulto , Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento , Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (36)

Grupo: G1

10 - Eletrodo

Descrição Detalhada: Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Neuro , Modelo: De Superfície , Tipo: Cúpula , Material Sensor: Banhado A Ouro , Tamanhos: Adulto , Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento , Esterilidade: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36 **Quantidade Mínima Cotada:** 36

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (36)

Grupo: G1

11 - Eletrodo

Descrição Detalhada: Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Neuro , Modelo: De Superfície , Tipo: Adesivo , Material Sensor: Prata/Prata Clorada , Adicional 1: C/ Gel Condutor , Tamanhos: Adulto , Acessório: S/ Cabo , Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (12)

Grupo: G1

12 - Eletrodo Implantável - Neuro

Descrição Detalhada: Eletrodo Implantável - Neuro Modelo: C/ Cabo , Aplicação: Cortical Ou Subdural , Quantidade: C/ 12 Eletrodos , Material: Platina E Iridio , Tipo: Montado Em Placa De Silicone , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (12)

Grupo: G1

13 - Eletrodo

Descrição Detalhada: Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Neuro , Modelo: De Superfície , Tipo: Adesivo , Material Sensor: Prata/Prata Clorada , Adicional 1: C/ Gel Condutor , Tamanhos: Adulto , Acessório: S/ Cabo , Esterilidade: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (12)

Grupo: G1

14 - Eletrodo

Descrição Detalhada: Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Monitorização Neuro , Modelo: Agulha , Tipo: Subdérmica , Material Sensor: Aço Inoxidável , Dimensões: Cerca De 12 A 17 X 0,40 A 0,45 MM, Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (12)

Grupo: G1

15 - Eletrodo

Descrição Detalhada: Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Rizotomia Percutânea Por Radiofrequência , Material Sensor: Aço Inoxidável , Adicional 2: Uso Agulha C/ Isolante Térmico , Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (12)

Grupo: G1

16 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Caneta , Tipo Uso: Monopolar , Tipo: Ponta Bola , Material Ponteira: Aço Inoxidável , Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 2,5 MM, Haste: Haste Reta , Comprimento Haste: Cerca De 5 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 36

Quantidade Mínima Cotada: 36

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 72

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (36)

Grupo: G1

17 - Eletrodo Bisturi Elétrico

Descrição Detalhada: Eletrodo Bisturi Elétrico Aplicação: P/ Videocirurgia , Tipo Uso: Monopolar , Tipo: Hook Tipo Gancho , Material Ponteira: Aço Inoxidável , Dimensão Ponta: Diâmetro Cerca De 5 MM, Haste: Haste Reta , Comprimento Haste: Cerca De 42,5 CM, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Curitiba/PR (6)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Eletrodo	252	Unidade
2	Eletrodo	216	Unidade
3	Eletrodo	1008	Unidade
4	Eletrodo	144	Unidade
5	Eletrodo	36	Unidade
6	Eletrodo	144	Unidade
7	Eletrodo	72	Unidade
8	Eletrodo	72	Unidade
9	Eletrodo	36	Unidade
10	Eletrodo	36	Unidade
11	Eletrodo	12	Unidade
12	Eletrodo Implantável - Neuro	12	Unidade
13	Eletrodo	12	Unidade
14	Eletrodo	12	Unidade
15	Eletrodo	12	Unidade
16	Eletrodo Bisturi Elétrico	36	Unidade
17	Eletrodo Bisturi Elétrico	6	Unidade