

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90011/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Câmara conservação

Descrição Detalhada: Câmara Conservação Tipo Gabinete: Vertical , Capacidade Armazenagem: 504 L, Voltagem: 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (8)

2 - Refrigerador de laboratório

Descrição Detalhada: Refrigerador De Laboratório Tipo: Para Medicamentos , Tipo Comando: Painel Com Teclas Soft-Touch , Tipo Porta: Porta Vidro Duplo Antiembaçante Abertura Vertical , Tipo Revestimento: Revestimento Externo/Interno Pintura Epóxibranca , Características Adicionais: Ventilação Coolers/Isolamento Térmico Poliuretano , Tensão Alimentação: 220 V, Capacidade: 500

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

3 - Equipamento Cardioversor Externo

Descrição Detalhada: Sincronismo: C/ Monitor De Ecg E Desfibrilador Externo, Parâmetros Mínimos: Mp Externo E Spo2, Recursos Adicionais Mínimos: Pni, Etco2, Temperatura, Fr, Auxílio Rcp, Tipo Gabinete: Tela C/ Visor Gráfico E Pás Externas, Características Técnicas: Onda Bifásica, Comando Nas Pás, Alarmes E Memória, Impressora: Com Impressora Integrada, Alimentação: Bivolt Automático, Bateria Recarregável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (12)

4 - Autoclave

Descrição Detalhada: Autoclave Material: Aço Inox , Tipo*: Horizontal, Bancada , Modelo: Vapor Saturado , Operação: Automática, Digital , Característica Adicional: Sistemas De Secagem E Segurança , Volume Câmara: Cerca De 55 L, Composição: Sensores Temperatura E Pressão, Alarmes , Outros Componentes: Com 3 Bandejas, 1 Porta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

5 - Lavadora ultrassônica

Descrição Detalhada: Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, De Bancada , Material: Gabinete E Tampa Em Aço Inoxidável , Ajuste: Pannel Digital , Capacidade: Cerca De 20 L, Temperatura: Temperatura Até 60 °C, Adicional 1: Cesto C/ Saídas P/ Cerca De 12 Canulados , Característica: Abastecimento E Escoamento Manual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

6 - Pré-coluna para hplc

Descrição Detalhada: Pré-Coluna Para Hplc Material: Silica , Revestimento: Aço Inoxidável , Comprimento: 10 MM, Diâmetro: 4 MM, Aplicação: Cromatografia Líquida De Alto Desempenho , Características Adicionais: Ligada A Cadeias De C-18 , Tamanho Partículas: 5 MICR

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

7 - Aparelho purificador de água

Descrição Detalhada: Aparelho Purificador De Água Tipo: Osmose Reversa/Eletrorreionização Ou Destilação , Voltagem: 110/220 V, Vazão: 20 L/H, Características Adicionais: Lâmpada Ultravioleta/Micro Filtro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

8 - Laringoscópio

Descrição Detalhada: Laringoscópio Tipo Lâmpada: De Fibra Ótica , Componentes: C/ 7 Lâminas , Componentes Adicionais: C/Cabo , Material 2: Em Aço Inoxidável , Tamanho Cabo: Adulto E Infantil , Embalagem*: C/ Estojo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (10)

9 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Material*: Gabinete Aço Inox , Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável , Capacidade: Cerca De 80 L, Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna , Adicional: C/ Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

10 - Banho maria

Descrição Detalhada: Ajuste: Ajuste Digital Com Pannel De Controle, Volume: Cerca De 10 L, Componentes: Com Termômetro Digital, Temperatura: Até 100 °C, Adicional: Com Agitação De Água, Temporização: Com Temporizador Até 10.000 MIN,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4)

11 - Caixa térmica

Descrição Detalhada: Caixa Térmica Material: Polietileno Alta Densidade E Poliuretano , Capacidade: 50 L, Características Adicionais: Tampa Articulada; Alça Telescópica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (10)

12 - Esfigmomanômetro

Descrição Detalhada: Esfigmomanômetro Ajuste: Digital , Tipo*: De Pulso , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto , Característica Adicional: C/ Frequencímetro

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (10)

13 - Esfigmomanômetro

Descrição Detalhada: Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Aneróide , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Infantil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (15)

14 - Esfigmomanômetro

Descrição Detalhada: Esfigmomanômetro Ajuste: Analógico, Coluna Mercúrio , Uso: Pedestal C/ Rodízios , Tipo*: De Braço , Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon , Tipo Fecho: Fecho Em Velcro , Tamanho: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (60)

15 - Estetoscópio

Descrição Detalhada: Estetoscópio Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone , Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Pvc , Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha , Tamanho: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (50)

16 - Estetoscópio

Descrição Detalhada: Estetoscópio Tipo: Biauricular , Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone , Haste: Haste Aço Inox , Tubo: Tubo "Y" Silicone , Auscultador: Auscultador Aço Inox C/ Anel De Borracha , Tamanho: Pediátrico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (30)

17 - Micropipeta

Descrição Detalhada: Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 10 MCL, Tipo*: Monocanal, Digital , Ajuste: Volume Regulável , Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte , Componentes Adicionais: Com Carregador Bateria , Adicional: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (10)

18 - Micropipeta

Descrição Detalhada: Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 100 MCL, Tipo*: Monocanal, Digital , Ajuste: Volume Regulável , Componentes: Com Ejetor De Ponteira , Componentes Adicionais: Com Carregador Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (10)

19 - Micropipeta

Descrição Detalhada: Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 1000 MCL, Tipo*: Monocanal, Digital , Ajuste: Volume Regulável , Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte , Componentes Adicionais: Com Carregador Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (10)

20 - Micropipeta

Descrição Detalhada: Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 5 ML, Tipo*: De Repetição, Digital , Ajuste: Volume Regulável , Componentes: Com Ejetor De Ponteira , Componentes Adicionais: Com Carregador Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (10)

21 - Termohigrômetro

Descrição Detalhada: Termohigrômetro Tipo: Digital , Altura: 71 MM, Comprimento: 71 MM, Espessura: 28 MM, Faixa Temperatura: -10 A 70 °C, Resolução: 0,1 °C, Aplicação: Monitoramento Temperatura E Humidade , Faixa Medição Umidade Relativa: 0 A 100 PE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (50)

22 - Termômetro

Descrição Detalhada: Termômetro Tipo: Capela, Duas Colunas , Faixa Medição Temperatura: -35 A +50 °C, Aplicação: Geladeira E Caixa Térmica Transporte Medicamentos , Elemento Expansão: Mercúrio , Material: Plástico , Comprimento: 240 MM, Características Adicionais: Máxima E Mínima, Dispositivo Fixação E Botão Para , Largura: 70 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50 **Quantidade Mínima Cotada:** 50

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (50)

23 - Dispositivo p, medidas antropométricas

Descrição Detalhada: Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Tipo*: Tipo Balança C/ Régua , Modelo: Elétrica , Material*: Aço C/ Pintura Eletrostática , Escala Graduação: C/ Escala Métrica - Mm E Cm , Faixa Medição: Cerca De 2,0 M, Componente I: C/ Visor Digital , Componente Ii: Tapete De Borracha , Componente Iii: Pés Reguláveis , Capacidade Máxima Carga: Até 300 K

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (10)

24 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Encapsuladora , Padrão: Manual Com Bordas Curvas , Uso: Indústrias Farmacêuticas, Químicas, Alimentícias , Características Adicionais 1: Capacidade 60 Capsulas, Base E Placa Para Cápsulas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

25 - Aspirador cirúrgico

Descrição Detalhada: Aspirador Cirúrgico Modelo: Elétrico Móvel , Pressão De Vácuo: Cerca De 750 Mmhg , Fluxo De Aspiração: De 31 A 49 Lpm , Tipo Frasco: 2 Frascos Em Plástico , Volume: Cerca De 4 L X 4 L , Componentes: Sistema Antitransbordamento, Filtro Bacteriológico , Adicionais: Acionamento Por Pedal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (20)

26 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: P/ Microhematócrito , Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade , Capacidade: Até 24 Capilares , Rotação: Até 15.000 RPM, Temporização: Temporizador Até 60 MIN, Componentes: C/ Trava Segurança Na Tampa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (3)

27 - Coagulador por plasma de argônio

Descrição Detalhada: Coagulador Por Plasma De Argônio Tipo Mostrador: Painel C/ Mostrador E Ajuste Digital , Ajuste: Ajuste Do Fluxo De Gás Até 10 L/M , Tipo Válvula: Válvula De Segurança De Sobrepressão , Pressão Máxima: Pressão Máxima Entrada De Gás Cerca De 29 Psi , Tipo Uso: Uso C/ Bisturi Elétrico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

28 - Cadeira clínica

Descrição Detalhada: Cadeira Clínica Aplicação: Oftalmológica , Material: Aço Inoxidável , Acabamento Da Estrutura: Pintura Poliuretana , Acabamento Do Assento: Espuma De Alta Densidade , Tipo De Pés: Com 4 Rodízios , Acionamento: Elétrico/Hidráulico , Capacidade: Até 250 Kg , Características Adicionais: Perneira E Braço Estofados Escamoteáveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7 **Quantidade Mínima Cotada:** 7

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (7)

29 - Polissonógrafo

Descrição Detalhada: Apresentação: Headbox C/ Psg, Capacidade De Monitorização Do Sistema: P/ 1 Paciente, Número Mínimo De Canais: 42 Canais, Parâmetros Mínimos: Eeg, Ecg, Eog, Emg, Resp, Spo2, Etco2 E Holter, Componente: Software Básico, C/ Recurso P/ Vídeo Eeg, Alimentação: Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Com Fio,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (3)

30 - Polissonógrafo

Descrição Detalhada: Apresentação: Headbox C/ Psg, Capacidade De Monitorização Do Sistema: P/ 1 Paciente, Número Mínimo De Canais: 42 Canais, Parâmetros Mínimos: Eeg, Ecg, Eog, Emg, Resp, Spo2, Etco2 E Holter, Componente: Software Básico, C/ Recurso P/ Vídeo Eeg, Alimentação: Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Com Fio,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (3)

31 - Polissonógrafo

Descrição Detalhada: Apresentação: Headbox C/ Psg, Capacidade De Monitorização Do Sistema: P/ 1 Paciente, Número Mínimo De Canais: 42 Canais, Parâmetros Mínimos: Eeg, Ecg, Eog, Emg, Resp, Spo2, Etco2 E Holter, Componente: Software Básico, C/ Recurso P/ Vídeo Eeg, Alimentação: Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Com Fio,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (3)

32 - Equipamento Cme

Descrição Detalhada: Equipamento Cme Operação: Limpeza Pressurizada , Aplicação: P/ Instrumental , Material: Gabinete Em Aço Inoxidável , Painei Controle: Ajuste Mecânico , Adicional 1: C/ 1 Pistola , Adicional 2: P/ Água Quente, Ar Comprimido , Adicional 3: Vapor Saturado E Seco , Capacidade: Reservatório C/ Abastecimento Automático Cerca 5 L , Tipo Uso: De Bancada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (3)

33 - Equipamento para esterilização

Descrição Detalhada: Equipamento Para Esterilização Aplicação: Esterilização Por Osmose Reserva , Tipo Uso: Microprocessado , Capacidade: 60 L/H, Características Adicionais: 2 Filtros De Sedimentos , Componentes: 3 Carcaças De Polipropileno , Outros Componentes: Reservatório Para Menos 50 Litros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (8)

34 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Tipo De Análise: De Fluorescência , Tipo: Invertido , Aumento: Oculares Até 10x , Componentes: Iluminação Transmitida , Outros Componentes: Objetivas C/ Contraste De Fase , Adicional: Inclinação Até 45°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

35 - Videoendoscópio

Descrição Detalhada: Videoendoscópio Composição: 1 Gastrovídeo(Endoscópio Flexível,140°,4 A 100mm) , Componentes: 1 Pinça Biópsia Fenestrada,1 Escova Limpeza Canal , Acessórios: Up 210;1370mm;3 Centrais Process. De Vídeo , Outros Componentes: Cabo Ligação,4 Suportes Autocolantes , Características Adicionais: 2 Sist.Captura Imagens Digital(Até 600 Imagens) , Tipo: 1 Videobroncosc. Flexível,Ccd Colorido,1 Fonte Luz , Aditivos: 1 Videocolonosc.Pediátrico,2 Videocolon.,Organizad

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (4)

36 - Videoendoscópio

Descrição Detalhada: Videoendoscópio Composição: Videocolonogastrosópio E Videoduodenogastrosópio , Acessórios: Fonte De Luz Xenon 300w, Central Processadora Vídeo , Outros Componentes: Monitor 20", Gravador Dvd, Color Videoprinter , Tipo: Videogastrosópio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

37 - Videoendoscópio

Descrição Detalhada: Videoendoscópio Composição: Digestivo Alta/Baixa Eletrônico Completo , Componentes: Processador Vídeo Y/C,Rgb,Fonte Xenon 300w , Acessórios: Monitor 500 Lin.,14",Pall,Ntsc,Videoprinter Color. , Outros Componentes: 420 Linhas,Estabilizador 2kva,Gastro Eletrônico , Características Adicionais: Ccd Color,1030mm,Diâm.Ext. 11mm,Canal 2,8mm,140° , Tipo: Videocolono, Ccd Color,1680mm, Diâm.Ext.15mm , Aditivos: Canal 3,7mm,140°

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (5)

38 - Videoendoscópio

Descrição Detalhada: Videoendoscópio Composição: Extremidade Distal Cerca De 5 Mm , Componentes: Diâmetro Do Canal Cerca De 1,5 Mm , Acessórios: Comprimento De Cerca De 100 Cm , Outros Componentes: Alta Resolução, Campo De Visão 140° , Características Adicionais: C/ Válvulas E Cânulas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

39 - Bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Bisturi Elétrico Modelo: Radiofrequência , Modo De Operação Monopolar: Monopolar , Potência Máxima Corte Monopolar: De 301 A 400 W, Tipo De Coagulação: Coagulação, Spray E Fulguração , Tipo De Corte: Corte Puro E No Mínimo 3 Mistos , Modo De Operação: Bipolar, Micro E Macro , Outros Componentes: Alarme, Memória , Compatibilidade: Compatível C/ Coagulador Argônio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): João Pessoa/PB (2)

