

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90050/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Circuito Respiratório

Descrição Detalhada: Circuito Respiratório Material: Silicone, Modelo: C/ 5 Traqueias, Diâmetro Traqueia: Cerca De 15MM, Comprimento Traqueia: Cerca De 60, 60, 60, 60, 40CM, Conector: C/ Conector "Y", Dreno Coletor De Água: C/ 2 Drenos, Linha Adicional: C/ Linha Proximal, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (60)

2 - Circuito Respiratório

Descrição Detalhada: Circuito Respiratório Material: Silicone, Modelo: C/ 2 Traqueias, Diâmetro Traqueia: Cerca De 22 MM, Comprimento Traqueia: Cerca De 125, 125 CM, Conector: C/ Conector "Y", Dreno Coletor De Água: Sem Dreno, Linha Adicional: Sem Linha, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (60)

3 - Acessório para equipamento médico

Descrição Detalhada: Acessório Para Equipamento Médico Tipo: Umidificador, Aplicação: P/ Sistema Ventilação, Dimensões: Até 1 L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250 **Quantidade Mínima Cotada:** 250

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (250)

4 - Material gasoterapia

Descrição Detalhada: Material Gasoterapia Modelo: Macronebulizador, Saída: P/ Ar Comprimido, Tipo Máscara: Máscara Em Plástico, C/ Ajuste, Tamanho: Adulto, Tipo Frasco: Frasco Acrílico Graduado, C/ Tampa, Volume: Cerca De 500 ML, Tipo Extensão: Traqueia Corrugada Em Pvc C/ Conectores, Comprimento Extensão: Cerca De 2,0 M, Componentes: Conector Metal C/Rosca, Esterilidade*: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150 **Quantidade Mínima Cotada:** 150

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (150)

5 - Material gasoterapia

Descrição Detalhada: Material Gasoterapia Modelo: Micronebulizador, Saída: P/ Oxigênio, Tipo Máscara: Máscara Em Plástico, Tamanho: Adulto, Tipo Frasco: Frasco Plástico Graduado, C/ Tampa, Volume: Cerca De 10 ML, Tipo Extensão: Extensor Em Pvc C/ Conectores, Comprimento Extensão: Cerca De 1,5 M, Esterilidade*: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (200)

6 - Material gasoterapia

Descrição Detalhada: Material Gasoterapia Modelo: Micronebulizador, Saída: P/ Oxigênio, Tipo Máscara: Máscara Em Plástico, Tamanho: Infantil, Tipo Frasco: Frasco Plástico Graduado, C/ Tampa, Volume: Cerca De 10 ML, Tipo Extensão: Extensor Em Pvc C/ Conectores, Comprimento Extensão: Cerca De 1,5 M, Esterilidade*: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (100)

7 - Linha Amostra Gases

Descrição Detalhada: Linha Amostra Gases Material: Polímero, Tipo: Tubular, Conexão: Conectores Compatíveis C/ Equipamento, Comprimento: Cerca De 2,5 M, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (80)

8 - Material gasoterapia

Descrição Detalhada: Material Gasoterapia Modelo: Macronebulizador, Saída: P/ Oxigênio, Tipo Máscara: Máscara Em Plástico, Tamanho: Infantil, Tipo Frasco: Frasco Plástico Graduado, C/ Tampa, Volume: Cerca De 500 ML, Tipo Extensão: Traqueia Corrugada Em Pvc C/ Conectores, Comprimento Extensão: Cerca De 1,0 M, Característica Adicional: Conector Metal C/Rosca, Esterilidade*: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (30)

9 - Reanimador manual

Descrição Detalhada: Reanimador Manual Material Balão: Silicone, Capacidade Balão: Cerca 2,0 L, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone, Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 60 Cmh2o, Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula, Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc, Tamanhos: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (40)

10 - Reanimador manual

Descrição Detalhada: Reanimador Manual Material Balão: Silicone, Capacidade Balão: Cerca 250 ML, Componente 1: Máscara Plástico Rígido C/ Coxim Silicone, Tipo Válvula: Válvula Unidirecional Pop Off Cerca 40 Cmh20, Componente 2: Reservatório De O2 Em Plástico C/ Válvula, Componentes 3: Entrada De O2 E Extensor Pvc, Tamanhos: Neonatal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Niterói/RJ (80)