



EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

EMITIDO EM 17/06/2025 16:02

Ebserh

RELATÓRIO DOS MATERIAIS A SEREM LICITADOS

Licitação: 23528.002216/2025-70 - PR 90072/2025 - HUOL

Gestora: 4000 - HUOL

Assunto: PREGÃO Nº.: 90072/2025-AQUISIÇÃO DE MATERIAL REAGENTE QUÍMICO PARA REALIZAÇÃO DE TESTE DO SUOR, COM EVENTUAL NECESSIDADE DE COMODATO (PARTE II).

Tipo: MATERIAIS

Status: SETOR DE COMPRAS - EM ANÁLISE - SETOR COMPRAS

Objeto Aquisição de material reagente químico para realização de Teste do Suor, com eventual
Detalhado: necessidade de comodato (Parte II).

LISTA DOS MATERIAIS

Item	Especificação do Material	Unid.	Quant. Interna	Quant. Externa	Quant. Total
------	---------------------------	-------	----------------	----------------	--------------

LOTE/GRUPO 1: Reagente químico para realização de Teste do Suor

1	3011000001460	CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA TESTE DO SUOR. COMPONENTES: 12 DISCOS DE PILOCARPINA, 6 COLETORES, 6 RECIPIENTES SELÁVEIS. COMPATÍVEL COM CLORIDRÔMETRO WESCOR (DISPONÍVEL NA INSTITUIÇÃO), REFERÊNCIA: SS-032, OU EQUIPAMENTO EQUIVALENTE A SER FORNECIDO EM COMODATO.	UNIDADE	340	0	340
---	---------------	---	---------	-----	---	-----

CÓD. EBSERH: EBS09028. CATMAT: 451006.

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 340

2	3011000001462	ELETRODO CONDUTOR DE PRATA NEGATIVO/CÁTODO (PRETO), PARA TESTE DO SUOR; COMPATÍVEL COM CLORIDRÔMETRO WESCOR (DISPONÍVEL NA INSTITUIÇÃO), REFERÊNCIA: RP-482, OU EQUIPAMENTO EQUIVALENTE A SER FORNECIDO EM COMODATO.	UNIDADE	5	0	5
---	---------------	--	---------	---	---	---

CÓD. EBSERH: EBS09035. CATMAT: 448531.

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 5

3	3011000001461	ELETRODO CONDUTOR DE PRATA POSITIVO/ÂNODO (VERMELHO), PARA TESTE DO SUOR; COMPATÍVEL COM CLORIDRÔMETRO WESCOR (DISPONÍVEL NA INSTITUIÇÃO), REFERÊNCIA: RP-481, OU EQUIPAMENTO EQUIVALENTE A SER FORNECIDO EM COMODATO.	UNIDADE	5	0	5
---	---------------	--	---------	---	---	---

CÓD. EBSERH: EBS09038. CATMAT: 448531.

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 5

4	3011000001463	ELETRODO DE MEDIÇÃO DE DUPLA PONTA PARA TESTE DO SUOR; COMPATÍVEL COM CLORIDRÔMETRO WESCOR (DISPONÍVEL NA INSTITUIÇÃO), REFERÊNCIA: RP-483, OU EQUIPAMENTO EQUIVALENTE A SER FORNECIDO EM COMODATO.	UNIDADE	5	0	5
---	---------------	---	---------	---	---	---

CÓD. EBSERH: EBS09034. CATMAT: 473312.

Quant. Int.

155013 - EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 5

5	3011000001465	KIT REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE CLORETO EM TESTE DO SUOR. COMPONENTES: SOLUÇÃO DE GELATINA E SOLUÇÕES TAMPÃO. COMPATÍVEL COM CLORIDRÔMETRO WESCOR (DISPONÍVEL NA INSTITUIÇÃO), REFERÊNCIA: SS-248 (37 SOLUÇÕES), OU EQUIPAMENTO EQUIVALENTE A SER FORNECIDO EM COMODATO.	UNIDADE	10	0	10
---	---------------	--	---------	----	---	----

CÓD. EBSE RH: EBS09105. CATMAT: 380452.

Quant. Int.

155013 - EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 10

6	3011000001464	SOLUÇÃO PADRÃO PARA DETERMINAÇÃO DE CLORETO EM TESTE DO SUOR, CONTENDO 100 MMOL/L DE NA CL EM ÁGUA. COMPATÍVEL COM CLORIDRÔMETRO WESCOR (DISPONÍVEL NA INSTITUIÇÃO), REFERÊNCIA: SS-251, OU EQUIPAMENTO EQUIVALENTE A SER FORNECIDO EM COMODATO. APRESENTAÇÃO: AMPOLAS DE 10 ML.	UNIDADE	10	0	10
---	---------------	---	---------	----	---	----

CÓD. EBSE RH: EBS09183. CATMAT: 451026.

Quant. Int.

155013 - EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 10

7	3011000001466	SOLUÇÕES CONTROLE PARA DETERMINAÇÃO DE CLORETO EM TESTE DO SUOR. COMPONENTES: 3 NÍVEIS DE CONTROLE COM CERCA DE 40 MMOL/L, 70 MMOL/L E 130 MMOL/L. COMPATÍVEL COM CLORIDRÔMETRO WESCOR (DISPONÍVEL NA INSTITUIÇÃO), REFERÊNCIA: SS-150, OU EQUIPAMENTO EQUIVALENTE A SER FORNECIDO EM COMODATO. APRESENTAÇÃO: KIT CONTENDO AMPOLAS DOS 3 NÍVEIS.	UNIDADE	10	0	10
---	---------------	---	---------	----	---	----

CÓD. EBSE RH: EBS09179. CATMAT: 451028.

Quant. Int.

155013 - EBSE RH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE NATAL 10