

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90035/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Material: Gabinete, Aplicação 1: Umidificador E Base Aquecida, Componentes 2: Tela C/ Controle De Temperatura, Característica Adicional: C/ Alarme Sonoro, Aplicação 2: P/ Ventilador Artificial

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio Grande/RS (6)

2 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 2: Gerador E Calibrador De Umidade Com Cuba, Padrão: Digital, Portátil, Uso 1: Calibração De Instrumentos De Medição De Umidade E, Características Adicionais 2: Temperatura Até 50 °C, Umidade Relativa De 5 A 95%

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio Grande/RS (6)

3 - Ventilador não invasivo

Descrição Detalhada: Ventilador Não Invasivo Tipo*: Gerador De Fluxo, Tipo Uso: Em Rede De O2 E Ar Comprimido, Aplicação: Neonatal, Modos Ventilação: Pressão Em Selo D'Água, Faixa De Pressão: Cerca De 0 A 15 Cm H20, Controles: Controle De Fluxo E Concentração De O2, Válvula: Válvula Segurança, Componente 3: Misturador De Gases, Componente 4: Alarme, Adicional*: Umidificador, Adicional 1: Traqueias

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio Grande/RS (6)

4 - Fotóforo

Descrição Detalhada: Fotóforo Tipo: Capacete Regulável Circunferência E Altura Cabeça, Tipo Lâmpada: Led, Potência: Mínimo De 5W, Características Adicionais: C/ Ajuste Intensidade Luz, S/ Fio, Lâmpada / Vida Útil: Cerca De 50.000H, Alimentação: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio Grande/RS (6)

5 - Ventilador artificial eletrônico

Descrição Detalhada: Ventilador Artificial Eletrônico Tipo 01: Transporte, Modelo: Pediátrico/Adulto, Modos Ventilação: Vcv, Simv,Cpap,Ps, A/C, Parâmetros Ventilatórios: Parâmetros Vc, Fr, Fio2, Peep, Componentes: Válvulas Reguladoras De Pressão, Alarmes: Alarmes Audiovisuais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Rio Grande/RS (2)