

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90078/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Introdutor percutâneo

Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Aramada E Extensão C/ Torneira, Material: Polímero Hidrofílico, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 55 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Reta, Diâmetro Fio Guia: 0,038", Comprimento Fio Guia: Acima 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Quantidade Mínima Cotada: 60
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 120

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (60)

Grupo: G1

2 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema Extrator Material: Aço Inoxidável, Tipo: Dormia C/ Cesta C/ 3 Fios, Calibre: Cerca De 3 FRENCH, Comprimento: Cerca De 90 CM, Aplicação: P/ Cálculo Renal Ou Ureteral, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Quantidade Mínima Cotada: 60
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 120

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (60)

Grupo: G1

3 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Uso: Descartável E Estéril, Componentes 3: Fibra Laser, Cerca 300 Micra, Com Conector

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Quantidade Mínima Cotada: 60
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 120

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (60)

Grupo: G2

4 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Uso: Descartável E Estéril, Componentes 3: Fibra Laser, Cerca 300 Micra, Com Conector

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 60
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Quantidade Mínima Cotada: 60
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 120

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (60)

Grupo: G2

5 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Uso: Descartável E Estéril, Componentes 3: Fibra Laser, Cerca 300 Micra, Com Conector

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60 **Quantidade Mínima Cotada:** 60

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (60)

Grupo: G2

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Introdutor percutâneo	60	Unidade
2	Sistema extrator	60	Unidade

Grupo 2			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
3	Peça , componente equipamento hospitalar	60	Unidade
4	Peça , componente equipamento hospitalar	60	Unidade
5	Peça , componente equipamento hospitalar	60	Unidade