

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90069/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Trocarte

Descrição Detalhada: Trocarte Aplicação: Para Artroscopia, Apresentação: Conjunto, Material*: Polímero, Isento Látex Natural, Tipo Cânula: Cânula Rosqueada, Válvula: Vedante Em Silicone, Componente 1: Torneira P/ Insuflação, Componente 2: Obturador Ponta Distal Cônica Não Cortante, Dimensões: Cerca 6 X 120MM, Tipo Uso: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	100
Quantidade Total:	100	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (100)

Grupo: G1

2 - Material especial ortopedia

Descrição Detalhada: Material Especial Ortopedia Aplicação: P/ Sutura Em Artroscopia, Componente 1: Dispositivo P/ Inserção, Componente 2: C/ 2 Placas P/ Fixação, Componente 3: Fio De Sutura Não Absorvível, Tipo 1: P/ Único Ponto, Apresentação: Conjunto Completo, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	60
Quantidade Total:	60	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	120
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (60)

Grupo: G1

3 - Probe

Descrição Detalhada: Probe Aplicação: P/ Quantificação De Radiações Gama, Compatibilidade: Compatível C/ Monitor Portátil, Formato: Reto, Apresentação: Reutilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	60
Quantidade Total:	60	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	120
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (60)

Grupo: G1

4 - Equipo especial - uso médico

Descrição Detalhada: Equipo Especial - Uso Médico Aplicação: P/ Irrigação Cirúrgica De Soluções, Bomba Infusora, Número Vias: 2 Vias, Material: Pvc Transparente, Conector Solução: Pontas Perfurantes, Regulador De Fluxo Manual: Clamps Em Todas As Vias, Comprimento Total Do Tubo: Cerca De 500 Cm, C/ Derivação Em Y, Conector Distal: Compatível C/ Instrumental, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	100
Quantidade Total:	100	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade		
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,50		

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (100)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Trocarte	100	Unidade
2	Material especial ortopedia	60	Unidade
3	Probe	60	Unidade
4	Equipo especial - uso médico	100	Unidade