

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90017/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cateter p, terapia renal

Descrição Detalhada: Cateter P/ Terapia Renal Tipo Uso: Hemodiálise, Durabilidade: Longa Permanência, Modelo: Duplo Lúmen, Matéria Prima: Poliuretano Radiopaco, Diâmetro: Cerca De 12FRENCH, Comprimento: Cerca De 28CM, Tipo Fixação: Único Anel De Poliéster P/ Fixação, Componente I: Kit C/ Estilete, Tunelizador, Componente Ii: Introduutor Bipartido, Componente Iii: Clamps C/ Cores Distintas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30 **Quantidade Mínima Cotada:** 30

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (30)

2 - Filtro capilar dialisador

Descrição Detalhada: Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética, Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 0,1 A 0,5M2, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (300)

3 - Filtro capilar dialisador

Descrição Detalhada: Filtro Capilar Dialisador Material: Membrana Sintética, Permeabilidade: Alto Fluxo Capilar, Superfície Corporal: Superfície De 0,6 A 1,0M2, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200 **Quantidade Mínima Cotada:** 200

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (200)

4 - Equipo De Diálise Peritoneal

Descrição Detalhada: Equipo De Diálise Peritoneal Material: Pvc Transparente, Tipo: Extensão P/ Drenagem, Número Total De Vias: 1 Via, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (100)

5 - Conjunto coleta componentes sangue

Descrição Detalhada: Conjunto Coleta Componentes Sangue Aplicação: Para Plasmaférese Terapêutica, Composição Básica: Linhas De Aspiração E Retorno, Componentes: Bolsa Plasma, Bolsa Expurgo, Outros Componentes: Adaptadores E Linhas Conexão, Características Adicionais: Sistema Fechado, Esterilidade: Estéril, Apirogênico, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (100)

6 - Reagente Analítico 2

Descrição Detalhada: Reagente Analítico 2 Aplicação: Quantitativo De Peróxido De Hidrogênio, Apresentação: Tubo De Vidro, Concentração: Até 3PPM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Frasco 50,00 MG

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (200)

7 - Tampa protetora uso médico

Descrição Detalhada: Tampa Protetora Uso Médico Aplicação 1: P/ Conectores - Equipo, Extensor, Seringa, Cateter, Tipo: Luer Slip, Material: Polímero, Tipo Uso: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (100)

8 - Reagente analítico

Descrição Detalhada: Reagente Analítico 2 Reagente: Conjunto De Reagentes, Aplicação: Quantitativo De Dureza Total Em Água, Apresentação: Teste, Características Adicionais: Colorimétrico, Concentração: Faixa De Análise 20 A 500MG/L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Uberlândia/MG (40)