

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Colposcópio

Descrição Detalhada: Colposcópio Tipo: Trinocular, Alta Resolução, Ocular Fixa, Ajustável, Tipo Filtro Luz: Filtro Luz Verde Removível, Capacidade Aumento: Aumento De 3 A 16 Vezes, Características Adicionais: Resolução Mín. 470 Linhas, Distância Focal: 300 Mm A 400 Mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (8)

2 - Aparelho Diagn / Terap

Descrição Detalhada: Aparelho Diagnóstico / Terapêutico Tipo 1: Amnioscópio, Modelo: Portátil, Componentes 3: C/ Led, Acessórios: C/ 3 Pontas De Acrílico Translúcido, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (8)

3 - Estetoscópio

Descrição Detalhada: Estetoscópio Tipo: Biauricular, Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone, Haste: Haste Aço Inox, Tubo: Tubo "Y" Pvc, Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox C/ Anel De Borracha, Tamanho: Adulto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4)

4 - Guincho

Descrição Detalhada: Guincho Tipo: Elétrico, Capacidade: 250KG, Alimentação: Bateria Recarregável, Quantidade Bateria: 2UN, Voltagem Bateria: 12V, Amperagem Bateria: 7A, Características Adicionais: Com Carregador De 90/240 Volts

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

5 - Sistema Computadorizado Para Teste Ergométrico

Descrição Detalhada: Sistema Computadorizado Para Teste Ergométrico Tipo Do Aparelho Para Teste De Esforço: Esteira Ergométrica Uso Médico, Características: C/ Elevação E Velocidade Ajustáveis, Capacidade: Mínimo 120KG, Número Traçados No Monitor: 12, Recursos Adicionais Mínimos: Ecg Repouso/Estresse, Fc Alvo, Pa, Spo2 E Vo2, Componente: Software Básico, Capacidade De Armazenamento: Até 7 H

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4)

6 - Monitor de imagem e cirurgia - uso médico

Descrição Detalhada: Monitor De Imagem E Cirurgia - Uso Médico Tipo Tela: Tela Em Lcd Colorida, Dimensão: Cerca De 20POL, Resolução: Cerca De 2100 X 2800 Pixels, Componente 1: Entrada E Saída Vídeo Hdmi, Dvi, Vga, Display Port, Componente 2: Conexão Usb, Componente 3: Calibração Automática De Cores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (15)

7 - Monitor de imagem e cirurgia - uso médico

Descrição Detalhada: Monitor De Imagem E Cirurgia - Uso Médico Tipo Tela: Tela Em Lcd Colorida, Dimensão: Cerca De 20POL, Resolução: Cerca De 2100 X 2800 Pixels, Componente 1: Entrada E Saída Vídeo Hdmi, Dvi, Vga, Display Port, Componente 2: Conexão Usb, Componente 3: Calibração Automática De Cores

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (8)

8 - Monitor multiparâmetro

Descrição Detalhada: Monitor Multiparâmetro Tipo: Pré Configurado/Modular, Parâmetros: Ecg, Pni, Pi, Spo2, Temp, Resp, Dc, Registros: Mínimo 8 Curvas Simultâneas, Tipo De Tela: Tela Lcd Cerca 15", Alta Resolução, Características Adicionais: Conectividade De Rede, Componentes: Alarmes, Acessórios: Completo Com Cabos E Sensores, Uso: De Neonatal A Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

9 - Espirômetro

Descrição Detalhada: Espirômetro Modelo: Tela Em Lcd, Sensível Ao Toque, Dimensão: Cerca De 7POL, Tipo De Análise: No Mínimo Fvc, Fev, Pef, Fef, Vc, Componente I: Sensor Fluxo/Volume Turbina Bidirecional, Componente Ii: Método Medição Interrupção Infravermelhos, Componente Iii: C/ Software, Volume: Máximo 10L, Interface: Usb, Transmissão S/ Fio, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4)

Grupo: G1

10 - Notebook

Descrição Detalhada: Notebook Tela: Até 14POL, Interatividade Da Tela: Sem Interatividade, Memória Ram: 4 A 8GB, Núcleos Por Processador: Superior A 8, Armazenamento Hdd: 1TB., Armazenamento Ssd: Sem Disco Ssd, Bateria: Definido Pelo Fabricante, Alimentação: Bivolt Automática, Sistema Operacional: Proprietário, Garantia On Site: 12MESES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (4)

Grupo: G1

11 - Facoemulsificador

Descrição Detalhada: Facoemulsificador Composição: Módulo Facoemulsif., Vitrect. Anterior (750 Cortes), Componentes: Unidade Computador, Controle Remoto Anterior, Outros Componentes: Pedal Duplo Linear, Módulo Bomba Venturi, Acessórios: Módulo Cautério (Cabo, Pinça, Caneta, Ponteira), Características Adicionais: Ponteira 0,3mm, Canetas I/A (Reta 0,3; Curva 0,3mm), Aditivos: Caneta I/A Sem Ponteira, Caneta Irrigação, Tipo Suporte: Carro C/Elevação Automática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
9	Espirômetro	4	Unidade
10	Notebook	4	Unidade