

Proposta de Orçamento

Ao

Hospital Universitário Professor Edgard Santos

ATT: Engenharia Clínica

Salvador – BA

PROPOSTA DE PREÇO N.6077/2025

Manutenção Corretiva

REF. OS 6077

Equipamento: Videocolonoscópio

Marca: FUJIFILM

Modelo: EC-530WL3

N. De Série: LC643K034

PARECER TÉCNICO: Após análise do nosso departamento técnico, informamos que o equipamento apresenta interferência na imagem devido à infiltração causada pelo vazamento através do canal de trabalho que se encontra furado e mancha na parte inferior, lente objetiva e lentes da guia de luz superficialmente arranhadas, sistema de angulação pesado devido a desgaste.

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: Desmontagem total do aparelho, desumidificação, troca do sistema de angulação, borracha da ponta flexível, anel fixador, cabos de comando, canal de trabalho, canais de ar/água, canal auxiliar, ajustes, testes finais e limpeza do aparelho.

SERVIÇO	QTD	Valor R\$
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	07	R\$ 18.897,46
VALOR TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 18.897,46(Dezoito mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta seis centavos)		

Observações:

O equipamento é original e possui suas características como descrito no registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA. Qualquer alteração ou manutenção por empresa não autorizada pelo fabricante FUJIFILM ou pela empresa nacional detentora do registro junto a ANVISA, implicará em crime contra saúde pública, como previsto no ART. 273 do código penal brasileiro.

Em razão de tratar-se de um equipamento com componentes internos inacessíveis sem a desmontagem total das partes, poderá haver a necessidade de reparo em outros itens que não foram relacionados. Caso isso ocorra, será informado ao cliente e cobrado o valor necessário para solucionar o problema encontrado. Uma vez cientes dos riscos, gostaríamos de pedir vossa autorização por escrito ou via e-mail.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Aparelhos que sofreram processo de infiltração, mesmo depois da desumidificação, podem apresentar manchas, embaçamento e interferência na imagem, ruptura das guias de luz, bem como fungos. **NÃO ESTÃO COBERTOS PELOS SERVIÇOS EXECUTADOS.**

- **GARANTIA DOS SERVIÇOS:** 90 (noventa) dias para os serviços executados, salvo o uso indevido do Equipamento.
- **VALIDADE DO ORÇAMENTO:** 15 Dias
- **FORMA DE PAGAMENTO:** Boleto
- **PRAZO DE ENTREGA:** 30(trinta) dias após a aprovação do orçamento ou empenho, datado, assinado e devolvido por e-mail. Em caso de contrato de manutenção, será atendido o prazo estabelecido em contrato
- **NÃO SENDO APROVADO O ORÇAMENTO DE CONserto, O EQUIPAMENTO SERÁ DEVOLVIDO VIA TRANSPORTADORA, COM FRETE E SEGURO POR CONTA DO CLIENTE.**

OBSERVAÇÕES: EM CASO DO CLIENTE OPTAR PELA NÃO TROCA DE ALGUMA PEÇA QUE ESTEJA DENTRO DO ORÇAMENTO, E QUE NO FUTURO VENHA CAUSAR DANO OU PANE NO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DO MESMO, O CLIENTE ASSINARÁ UM TERMO DE COMPROMISSO SE RESPONSABILIZANDO POR SUA OPÇÃO.

Lauro de Freitas, 17 de julho de 2025



Salute Serviços Hospitalares Ltda.
CNPJ: 11.386.336/0001-50
Silvio Guiraudeli
Sócio-Diretor