

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90034/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Cateter p, intervenção			
Descrição Detalhada: Cateter P/ Intervenção Tipo De Cateter: Guia P/ Captura Êmbolos, Tipo Uso: Proteção Distal, Tipo Ponta: Ponta Flexível, Calibre Interno: Compatível C/ Guia 0,014", Comprimento: 300CM, Componente: Filtro Distal C/ Ptf De 3,5 A 5,5mm, Característica Adicional: Bainha Introdutora 6fr, Sistema Troca Rápida, Aplicação: Angioplastia Carotídea, Componentes Adicionais: C/ Cateter Extrator, Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75			
Local de Entrega (Quantidade):		São Luís/MA (50)	

2 - Cateter p, intervenção			
Descrição Detalhada: Cateter P/ Intervenção Tipo De Cateter: Guia P/ Captura Êmbolos, Tipo Uso: Proteção Distal, Tipo Ponta: Ponta Flexível, Calibre Interno: Compatível C/ Guia 0,014", Comprimento: 190CM, Componente: Cesto Em Poliuretano C/ Nitinol, 3 A 6mm De Diâm, Característica Adicional: Bainha Introdutora 6fr, Sistema Troca Rápida, Aplicação: Angioplastia Carotídea, Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75			
Local de Entrega (Quantidade):		São Luís/MA (50)	

3 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica			
Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente, Revestimento: Paclitaxel, Diâmetro Balão: Cerca De 4,0 Até 7MM, Comprimento Balão: Cerca De 101 A 150MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Acima De 101CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,018??, Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		50	Quantidade Mínima Cotada: 50
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 100
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75			
Local de Entrega (Quantidade):		São Luís/MA (50)	

4 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica			
Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 6,5 Até 10MM, Comprimento Balão: Acima De 201MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Acima De 101CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??, Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		200	Quantidade Mínima Cotada: 200
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 400
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75			
Local de Entrega (Quantidade):		São Luís/MA (200)	

5 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter Balão Material: Poliuretano, Aplicação: Expansor De Endoprótese, Tipo Uso: Uso Único, Comprimento: 100CM, Características Adicionais: Compatível Com Fio Guia De 0,035", Calibre: 12 A 16FRENCH, Diâmetro Balão: 10 A 55MM, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (200)

6 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter Balão Material: Poliuretano, Aplicação: Expansor De Endoprótese, Tipo Uso: Uso Único, Comprimento: 100CM, Características Adicionais: Compatível Com Fio Guia De 0,035", Calibre: 12 A 16FRENCH, Diâmetro Balão: 10 A 55MM, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (50)

7 - Cateter balão

Descrição Detalhada: Cateter Balão Material: Poliuretano, Aplicação: Expansor De Endoprótese, Tipo Uso: Uso Único, Comprimento: 100CM, Características Adicionais: Compatível Com Fio Guia De 0,035", Calibre: 12 A 16FRENCH, Diâmetro Balão: 10 A 55MM, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (150)

8 - Cateter balão p/ angioplastia periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Acima De 14MM, Comprimento Balão: Cerca De 26 A 50MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Acima De 101CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (150)

9 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,5 Até 3MM, Comprimento Balão: Cerca De 26 A 50MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Até 100CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (300)

10 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,5 Até 3MM, Comprimento Balão: Cerca De 101 A 150MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Acima De 101CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,018??, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (300)

11 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 1,5 Até 3MM, Comprimento Balão: Cerca De 101 A 150MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Acima De 101CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,018??, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (500)

12 - Cateter balão valvoplastia

Descrição Detalhada: Cateter Balão Valvoplastia Aplicação: Mitral, Material: Polímero, Tipo: Semi Complacente, Diametro: Cerca De 14 A 20MM, Comprimento Balão: Até Cerca De 50MM, Componente: Cateter Cerca De 100CM, Componente Adicional: C/ Conjunto Introduzidor, Característica Adicional: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (100)

13 - Cateter balão valvoplastia

Descrição Detalhada: Cateter Balão Valvoplastia Aplicação: Pulmonar, Material: Polímero, Tipo: Não Complacente, Diametro: Cerca De 2 A 40MM, Comprimento Balão: De 10 A 100MM, Componente: Cateter Cerca De 70 A 120CM, Característica Adicional: Radiopaco, Tipo Uso: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (300)

14 - Cateter balão p/ angioplastia periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 3,5 Até 6MM, Comprimento Balão: Cerca De 51 A 100MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Até 100CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (80)

15 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 3,5 Até 6MM, Comprimento Balão: Cerca De 101 A 150MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Até 100CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (300)

16 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 3,5 Até 6MM, Comprimento Balão: Cerca De 151 A 200MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Até 100CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (300)

17 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 3,5 Até 6MM, Comprimento Balão: Até 25MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Acima De 101CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Quantidade Mínima Cotada: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 120

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (60)

18 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 6,5 Até 10MM, Comprimento Balão: Acima De 201MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Até 100CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,018??, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (150)

19 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 6,5 Até 10MM, Comprimento Balão: Acima De 201MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Acima De 101CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (150)

20 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 6,5 Até 10MM, Comprimento Balão: Cerca De 151 A 200MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Acima De 101CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (150)

21 - Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica

Descrição Detalhada: Cateter Balão P/ Angioplastia Periférica Material: Semi Complacente, Diâmetro Balão: Cerca De 10,5 Até 14MM, Comprimento Balão: Até 25MM, Marcador: Radiopaco, Comprimento Cateter: Até 100CM, Compatibilidade: P/ Fio Guia Cerca De 0,035??, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (100)

22 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Head Hunter - 1, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 125CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (50)

23 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Curva Mik, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 80CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (100)

24 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Multipurpose - Mp1, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (100)

25 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Simmons - Sim3, Dimensões: Cerca De 6 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (100)

26 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Cobra - 2, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (200)

27 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Vertebral, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (200)

28 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Material: Polímero, Tipo Curva: Multipurpose - Mp1, Dimensões: Cerca De 5 Fr X 100CM, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (100)

29 - Filtro cardiovascular

Descrição Detalhada: Filtro Intravascular Uso: Veia Cava, Durabilidade: Permanente, Via Implante: Jugular Ou Femural, Materia Prima: Ligas De Cobalto, Crômio E Níquel, Formato: Tulipa, Sistema Entrega: Pré-Montada Em Bainha Introdutora 7fr, Componente 1: Kit C/ Dilatador, Agulha , Fio Guia 0,035", Componentes Adicionais: Baixo Perfil, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (50)

30 - Filtro cardiovascular

Descrição Detalhada: Filtro Intravascular Uso: Veia Cava, Durabilidade: Permanente, Via Implante: Jugular Ou Femural, Materia Prima: Ligas De Níquel E Titânio, Formato: Cônico, Diâmetro Filtro: Cerca De 30MM, Sistema Entrega: Pré-Montada Em Bainha Introdutora 7fr, Componente 1: Kit C/ Dilatador E Fio Guia, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (50)

31 - Filtro cardiovascular

Descrição Detalhada: Filtro Intravascular Uso: Veia Cava, Durabilidade: Permanente, Via Implante: Jugular Ou Femural, Materia Prima: Ligas De Níquel E Titânio, Formato: Lanterna, Sistema Entrega: Pré-Montada Em Bainha Introdutora 6fr, Características: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Componentes Adicionais: Baixo Perfil, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (50)

32 - Filtro cardiovascular

Descrição Detalhada: Filtro Intravascular Uso: Veia Cava, Durabilidade: Temporário, Via Implante: Jugular, Materia Prima: Ligas De Cobalto, Crômio E Níquel, Formato: Cônico, Sistema Entrega: Pré-Montada Em Bainha Introdutora 7fr, Componente 1: Kit C/ Dilatador E Fio Guia, Componentes Adicionais: Baixo Perfil, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50

Quantidade Mínima Cotada: 50

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 100

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (50)

33 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,018", Comprimento: Cerca De 300CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (500)

34 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,018", Comprimento: Cerca De 145CM, Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (300)

35 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfе, Diâmetro: 0,018", Comprimento: Cerca De 180CM, Tipo Ponta: Ponta Espiral Reta Flexível, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (200)

36 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,018", Comprimento: Cerca De 150CM, Tipo Ponta: Ponta Curva, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (200)

37 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,018", Comprimento: Cerca De 300CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (200)

38 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,018", Comprimento: Cerca De 300CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (300)

39 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,018", Comprimento: Cerca De 300CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (200)

40 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,014", Comprimento: Cerca De 260CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (300)

41 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 180CM, Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (200)

42 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 260CM, Tipo Ponta: Ponta Curva, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (300)

43 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Nitinol, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 260CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (200)

44 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 180CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (150)

45 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 150CM, Tipo Ponta: Ponta Curva, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Quantidade Mínima Cotada: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 300

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (150)

46 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfé, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 260CM, Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (300)

47 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Nitinol, Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfé, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 175CM, Tipo Ponta: Ponta Curva, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Quantidade Mínima Cotada: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (300)

48 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Nitinol, Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfé, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 150CM, Tipo Ponta: Ponta Curva, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (100)

49 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Nitinol, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 260CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Quantidade Mínima Cotada: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (500)

50 - Fio guia			
Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Não Vascular, Material: Nitinol, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 450CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril, Descartável			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	São Luís/MA (100)		
51 - Fio guia			
Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfé, Diâmetro: 0,035", Comprimento: Cerca De 300CM, Tipo Ponta: Ponta Em "J", Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	São Luís/MA (100)		
52 - Introdutor percutâneo			
Descrição Detalhada: Introdutor Percutâneo Tipo: Arterial, Componente 1: Bainha Valvulada C/ Saída Lateral, Dilatador, Componente 2: Extensão C/ Torneira, Material: Polímero Hidrofílico, Dimensões: Cerca De 4 Fr X 13 Cm, Componente 3: C/ Fio Guia Ponta Em "J", Diâmetro Fio Guia: 0,038", Comprimento Fio Guia: Até 45 Cm, Esterilização: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	100	Quantidade Mínima Cotada:	100
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	200
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	São Luís/MA (100)		
53 - Microcateter			
Descrição Detalhada: Microcateter Aplicação: P/ Infusão / Embolização, Modelo: Duplo Lúmen, Material: Polímero Compatível C/ Dmso, Hidrofílico, Tipo Ponta: Moldável, Diâmetro Interno Ponta Distal: Cerca De 3 Fr, Comprimento Total Do Cateter: Cerca De 140CM, Radiopacidade: Radiopaco, Fio Guia: P/ Fio Guia Até 0,014", Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	300
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	600
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	São Luís/MA (300)		
54 - Prótese cardíaca			
Descrição Detalhada: Prótese Cardíaca Tipo: Oclutor, Aplicação: Fechamento Septo Atrial Esquerdo, Material: Malha Nitinol, Revestimento: Preenchido C/ Fibras De Poliéster, Modelo: Autoexpansível, Componente: Sistema De Liberação Tipo Rosca, Componente I: C/ Disco 22mm, Diâmetro: 18MM, Esterilidade: Estéril, Uso Único			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,75		
Local de Entrega (Quantidade):	São Luís/MA (40)		

55 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Vascular, Material: Aço Inoxidável, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,018", Comprimento: Cerca De 300CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300 **Quantidade Mínima Cotada:** 300

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 600

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (300)

56 - Cateter p, hemodinâmica

Descrição Detalhada: Cateter P/ Hemodinâmica Aplicação: Suporte, Material: Polímero, C/ Revestimento Hidrofílico, Dimensões: Cerca De 3 Fr X 150CM, Ponta: Ponta Cônica, Componente 1: C/ Manopla, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100 **Quantidade Mínima Cotada:** 100

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (100)