

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90050/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Dispositivo p, medidas antropométricas

Descrição Detalhada: Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Tipo*: Tipo Balança C/ Régua, Modelo: Elétrica, Material*: Aço C/ Pintura Eletrostática, Escala Graduação: C/ Escala Métrica - Mm E Cm, Faixa Medição: Cerca De 2,0M, Componente I: C/ Visor Digital, Componente Ii: Tapete De Borracha, Componente Iii: Pés Reguláveis, Capacidade Máxima Carga: Até 300KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (5)

2 - Balança Pesar Pessoas

Descrição Detalhada: Balança Pesar Pessoas Capacidade: Até 500KG, Dimensão Plataforma: Cerca De 100 X 100CM, Alimentação: Bateria, Características Adicionais: C/ Pés, Visor Digital, Antiderrapante, De Piso, Modelo: C/ Rampa Bilateral P/ Acesso De Cadeirante, Estrutura: Aço Carbono

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)

3 - Dispositivo p, medidas antropométricas

Descrição Detalhada: Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Tipo*: Tipo Balança Pediátrica, Modelo: Elétrica, Material*: Gabinete Plástico, Componente I: C/ Visor E Ajuste Digital, Componente Ii: Concha Anatômica Em Polipropileno Injetado, Componente Iii: Pés Reguláveis, Capacidade Máxima Carga: Até 15KG

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (5)

4 - Banho maria

Descrição Detalhada: Banho Maria Ajuste: Ajuste Digital Com Painel De Controle, Volume: Cerca De 15L, Componentes: Com Tampa Cônica, Temperatura: Até 150°C, Adicional: Com Agitação De Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)

5 - Refrigerador de laboratório

Descrição Detalhada: Refrigerador De Laboratório Tipo: Vertical, Faixa Temperatura Interna: Refrigerador 2 A 14°C E Freezer -20 A -30°, Tipo Alarme: Com Alarme De Abertura De Porta, Tipo Controle: Controle De Temperatura Microprocessado, Tipo Sinalizador: Display Digital De Temperatura, Tipo Porta: Porta Dupla Com Trava, Tipo Revestimento: Resina Poliéster Sob Aço Zincado, Características Adicionais: 2 Compartimentos Independentes, Tipo Fechamento Portas: Porta Com Chaveamento., Tensão Alimentação: 115V, Capacidade: 420L

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (7)

6 - Eletrocardiógrafo

Descrição Detalhada: Eletrocardiógrafo Aplicação: Adulto, Pediátrico E Neonatal, Número De Canais: 3, 6 E 12, Tipo Tela Do Console: Tela Cerca De 12 A 15" Com Visor Gráfico, Modelo Console: Operação No Console, Alimentação: Bivolt Automático, Transferência De Dados: Com E Sem Fio, Impressora: Com Impressora Integrada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (4)

7 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Material*: Gabinete Aço Inox, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Painel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 100L, Temperatura: Até 70°C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna, Adicional: C/ Vedação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)

8 - Freezer vertical

Descrição Detalhada: Freezer Vertical Capacidade: 160L, Voltagem: 220/380V, Altura: 150CM, Largura: 80CM, Profundidade: 60CM, Características Adicionais: Painel De Controle Digital, Alarme Visual E Sonoro, Temperatura Operação: -30°C, Aplicação: Laboratório, Quantidade De Portas: 1

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)

9 - Aspirador Cirúrgico

Descrição Detalhada: Aspirador Cirúrgico Modelo: Elétrico Móvel, Pressão De Vácuo: Cerca De 650 MmHg, Fluxo De Aspiração: De 31 A 49 Lpm, Tipo Frasco: 2 Frascos Em Plástico, Volume: Cerca De 4 L X 4 L, Componentes: Sistema Antitransbordamento, Filtro Bacteriológico, Adicionais: Acionamento Por Pedal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)

10 - Coagulador por plasma de argônio

Descrição Detalhada: Coagulador Por Plasma De Argônio Tipo Mostrador: Pannel C/ Mostrador E Ajuste Digital, Ajuste: Ajuste Do Fluxo De Gás Até 10 L/M, Tipo Válvula: Válvula De Segurança De Sobrepressão, Pressão Máxima: Pressão Máxima Entrada De Gás Cerca De 29 Psi, Tipo Uso: Uso C/ Bisturi Elétrico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)

11 - Aparelho estudo urodinâmico

Descrição Detalhada: Aparelho Estudo Urodinâmico Componentes: C/Sensores Fluxo E Volume,Cadeira, Componentes Adicionais: Amplificador Eletromiografia,Transdutores Pressão, Características Adicionais: Exames De Urofluxometria,Cistometria,Miccional, Características Adicionais 1: Eletromiografia,Emissão Laudos,Gráficos,Nomogramas, Acessórios: Software Compatível C/Equipamento

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)

12 - Dispositivo Portátil Para Terapia Respiratória

Descrição Detalhada: Dispositivo Portátil Para Terapia Respiratória Tipo De Funcionamento: Pressão / Vibração, Nível De Esforço: Alto, Modelo: Tipo Cachimbo, Ponta Distal C/ Orifícios, Material: Polímero C/ Esfera Metálica Interna, Componente: C/ Bocal, Componente Adicional: C/ Clipe Nasal, Tipo Uso: Uso Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (6)

13 - Videobroncoscópio

Descrição Detalhada: Videobroncoscópio Tipo: Flexível, Tipo Monitor: Ccd Colorido, Componentes: Faixa De Observação 3 - 50 Mm, Acessórios: Canal De Trabalho Cerca De 1,2, Comprimento Área De Trabalho: 600MM, Diâmetro Externo: Cerca De 3,0MM, Angulação: Visão Frontal 100°, 180° Acima, 130° Abaixo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)

14 - Oxímetro uso médico

Descrição Detalhada: Oxímetro Uso Médico Tipo: Pulso, Parâmetro Adicional: C/ Curva Pletismográfica, Faixa Medição Saturação 1: 0 A 100%, Faixa Medição Pulso 1: Cerca De 20 A 250BPM, Autonomia Sistema 1: Cerca 16H, Alimentação: Bateria, Acessórios: C/ Sensor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (15)

15 - Bisturi elétrico

Descrição Detalhada: Bisturi Elétrico Modelo: Radiofrequência, Modo De Operação Monopolar: Monopolar, Potência Máxima Corte Monopolar: De 301 A 400W, Tipo De Coagulação: Coagulação, Spray E Fulguração, Tipo De Corte: Corte Puro E No Mínimo 3 Mistos, Modo De Operação: Bipolar, Micro E Macro, Outros Componentes: Alarme, Memória, Compatibilidade: Compatível C/ Coagulador Argônio

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)

16 - Perfurador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Perfurador Cirúrgico Manual Modelo: Crustchfield, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)

17 - Aparelho avaliação gordura corporal

Descrição Detalhada: Aparelho Analisador Percentual Gordura Corporal Método: Bioimpedância, Função: Massa Celular Corporal, Extracelular, Magra, Gorda, Funções Básicas: Massa Corporal, Tx Metabólica Basal, Água Corp, Total, Adicionais: Água Intracelular, Extracelular, Relação Ecm/Bcm, Características Adicionais: Retância +Ou-0,2%, Amplitude 0-300 Omhs, Res. 0,1ohm, Resistência: Precisão + Ou - 1%, Amplitude: 200-1500OHMS, Resolução: 0,1OHMS, Ângulo: Ângulo De Fase Precisão +Ou- 0,2%, 0 A 20°, 0,1omhs

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)

18 - Aparelho diagnóstico , terapêutico

Descrição Detalhada: Aparelho Diagnóstico / Terapêutico Tipo 1: P/ Manometria De Alta Resolução, Aplicação: Esofágica E Anorretal, Modelo: Elétrico, Material: Gabinete Plástico, Componentes 1: C/ Bomba De Perfusão, Software, Componente 2: C/ 24 Transdutores De Pressão E 24 Canais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)

19 - Aparelho diagnóstico , terapêutico

Descrição Detalhada: Aparelho Diagnóstico / Terapêutico Tipo 1: P/ Phmetria, Aplicação: Esofágica, Modelo: Portátil, Material: Gabinete Plástico, Ajuste: C/ Ajuste Digital, Componentes 1: Software P/ Interface C/ Computador, Componente 2: P/ Até 4 Canais, Componentes 3: C/ Memória, Fonte Alimentação: À Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)

20 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo 2: Gerador E Calibrador De Umidade Com Cuba, Padrão: Digital, Portátil, Uso 1: Calibração De Instrumentos De Medição De Umidade E, Características Adicionais 2: Temperatura Até 50 °C, Umidade Relativa De 5 A 95%

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (3)

21 - Ureterorrenoscópio

Descrição Detalhada: Ureterorrenoscópio Tipo: Flexível, Comprimento: Cerca De 65CM, Angulação: Av 0°, Deflexão 270°/270°, Diâmetro: Cerca De 7,5FRENCH, Características Adicionais: Canal De Trabalho De 3,6fr,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)

22 - Aparelho controle coagulação

Descrição Detalhada: Aparelho Controle Coagulação Componentes: Leitor Óptico/Mecânico E Imunoturbidimetrica, Tensão Alimentação: 110/220V, Aplicação: Medição De Tp/Ttpa/Fibrinogênio E Fatores, Frequência: 60HZ

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (1)

23 - Dermatoscópio

Descrição Detalhada: Dermatoscópio Tipo: Portátil, Acessórios: Ampliação De Até 10 X, Cabo Metal, Halógena, Componentes: C/ 2 Lentes, Estojo Próprio, Tensão: À Bateria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)

24 - Dermatoscópio

Descrição Detalhada: Dermatoscópio Tipo: Portátil, Visor: Lcd, Ajuste Luz, Imagem, Zoom, Acessórios: Ampliação Mínima 10 X, Led, Componentes: Luz Polarizada E Não Polarizada, Interface: Usb, Transmissão S/ Fio, Fonte Alimentação: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)

25 - Aparelho eletroestimulador neuromuscular

Descrição Detalhada: Aparelho Eletroestimulador Neuromuscular Componentes: Sistema Diagnóstico Padrão Emg/Ep, Adicionais: Amplificador Mínimo 4canais,2saídas(Dim/Touchprof), Corrente: Estimulador Corrente Constante, Características Adicionais: Estimulador Manuais Ativo E Passivo, Acessórios: Pc C/Placa P.Iv,2ghz,256mb Ram,Hd 40gb,Cdrw

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)

26 - Aparelho iluminador transdérmico

Descrição Detalhada: Aparelho Iluminador Transdérmico Aplicação: Visualizar Vasos Sanguíneos, Material: Diodos Emissores De Luz, Característica Adicional: Móvel C/ Rodízios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)

27 - Reprocessadora automática endoscópios

Descrição Detalhada: Reprocessadora Automática Endoscópios Tipo: Para Limpeza, Desinfecção E Secagem, Capacidade: 20L, Tipo De Uso: Microprocessado, Operação Contínua, Aplicação: Para Dois Endoscópios, Características Adicionais: Ciclos Programáveis, Portátil, Composição Básica: Painel Digital, Alarmes Segurança

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)

28 - Equipamento odontológico

Descrição Detalhada: Equipamento Odontológico Tipo: Ultrassom, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Material Ponteira: Aço Inoxidável, Material Corpo: Plástico Abs, Indicação: Periodontia/Endodontia/Prótese/Dentística, Fonte: Elétrico, Componentes: Peça De Mão, 5 Ponteiras, Pedal, Componentes Adicionais: Bomba Peristáltica/ Reservatório P/ Líquido/Pedal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)

29 - Garrote Penumático

Descrição Detalhada: Garrote Penumático Tipo: Microprocessado, Modelo: 1 Canal, Funcionamento: Compressor Interno, Controles: Ajuste De Pressão(Mmhg)E Tempo(Min), Componente: Alarmes, Tipo Bateria: Bateria Recarregável, Componentes: Tubos, Conectores, Cabo De Força, Adicionais: Jogo De 4 Braçadeiras Com Mangueitos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (3)

30 - Ventilômetro

Descrição Detalhada: Ventilômetro Faixa Trabalho: 0,01 A 20L, Medidor: Resoluções 0,01l Até 1l, 1l Até 20l, Precisão 5%, Características Adicionais: Wright, Mostrador Analógico, Todos Gases Medicinais

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)

31 - Ventilador artificial eletrônico

Descrição Detalhada: Ventilador Artificial Eletrônico Modelo: Pediátrico/Adulto, Modos Ventilação: Vcv, Simv, Cpap, A/C, Vni, Bilevel, Parâmetros Ventilatórios: Parâmetros Vc, Fr, Fio2, Peep, Características Adicionais 01: Umidificador Aquecido, Alarmes: Alarmes Audiovisuais, Circuitos: Com Circuitos E Filtros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (10)

32 - Aparelho purificador de água

Descrição Detalhada: Aparelho Purificador De Água Tipo: Osmose Reversa/Eletrodeionização Ou Destilação, Voltagem: 110/220V, Vazão: 10L/H, Material Gabinete: Polipropileno, Acessórios: Tanque Externo Para Armazenamento De Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (3)

33 - Endoscópio

Descrição Detalhada: Endoscópio Flexível Tipo: Flexível, Diâmetro: Cerca De 5MM, Compatibilidade: C/ Canal De Trabalho Cerca De 2 Mm, Comprimento: Cerca De 60CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)

34 - Equipamento - uso oftalmológico

Descrição Detalhada: Equipamento - Uso Oftalmológico Tipo: Tomógrafo Segmento Anterior, Scheimpflug, Componentes: Monitor Alta Resolução, Câmera Ccd, Rotatório 360°, Aplicação: Diagnóstico, Características 1: Software Ceratocone, Catarata, Refrativa, Córnea, Características Adicionais: Cálculo Lio, Paquimetria, Biometria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)

35 - Retinógrafo

Descrição Detalhada: Retinógrafo Tipo: Digital Não Midriático, Tipo Imagem: Mínimo Campo Amplo Wf Imagem Periférica, Tipo Controle: Captura, Processa, Trata, Arquivo, Exporta Imagem, Tipo Visor: Monitor Lcd, Tipo Mesa: Mesa Elétrica, Base Testa E Queixo Ajustável, Tipo Iluminação: Fonte De Luz C/ Controle De Intensidade, Tipo Câmara: Colorido E Autofluorescência Faf, Componentes Outros: C/ Software E Hardware Mínimos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)

36 - Balança precisão

Descrição Detalhada: Balança Precisão Capacidade Máxima: 3KG, Resolução: 0,1G, Tipo Painel: Cristal Líquido Com Iluminação, Características Adicionais: Painel Selado, Tara Automática, Saída Rs 232

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (5)

37 - Boroscopia

Descrição Detalhada: Boroscopia Tipo Display: Lcd 2,7 Pol, Diâmetro Câmara: 5,5MM, Interface: Rca, 30fps Por Segundo, Campo De Visão: 57GRA, Dimensões: 190 X 98,50 X 195MM, Grau Proteção: Ip67, Características Adicionais: Cabo Com Câmara Na Ponta, Cabo Rca, Maleta Para

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)

38 - Equipamento - uso oftalmológico

Descrição Detalhada: Equipamento - Uso Oftalmológico Tipo: Tomógrafo Segmento Anterior, Scheimpflug, Componentes: Monitor Alta Resolução, Câmara Ccd, Rotatório 360°, Aplicação: Diagnóstico, Características 1: Software Ceratocone, Catarata, Refrativa, Córnea, Características Adicionais: Cálculo Lio, Paquimetria, Biometria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): São Carlos/SP (2)