

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90051/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Berço hospitalar

Descrição Detalhada: Berço Hospitalar Acionamento: Elétrico, Material Da Estrutura: Aço Inoxidável, Base Do Leito: Leito Estrado Articulado, Tipo Grade: Grades Laterais Deslizantes, Tipo Cabeceira / Peseira: Cabeceira E Peseira Em Poliuretano Removíveis, Pés: Pés C/ Rodízios E Travas, Dimensões: Cerca De 80 X 170CM, Carga Mínima: 80KG, Acessórios: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 22

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (11)

2 - Berço hospitalar

Descrição Detalhada: Berço Hospitalar Acionamento: Elétrico, Material Da Estrutura: Aço Inoxidável, Base Do Leito: Leito Estrado Articulado, Tipo Grade: Grades Laterais Deslizantes, Tipo Cabeceira / Peseira: Cabeceira E Peseira Em Poliuretano Removíveis, Pés: Pés C/ Rodízios E Travas, Dimensões: Cerca De 80 X 170CM, Carga Mínima: 80KG, Acessórios: Bateria Recarregável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (1)

3 - Eletrocardiógrafo

Descrição Detalhada: Eletrocardiógrafo Aplicação: Adulto E Pediátrico, Número De Canais: 12, Tipo Tela Do Console: Tela Cerca De 15 A 17" Com Visor Gráfico, Modelo Console: Operação No Console, Alimentação: Bivolt Automático E Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Com Fio, Impressora: Com Impressora Integrada

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (9)

4 - Eletrocardiógrafo

Descrição Detalhada: Eletrocardiógrafo Aplicação: Adulto E Pediátrico, Número De Canais: 12, Tipo Tela Do Console: Tela Cerca De 15 A 17" Com Visor Gráfico, Modelo Console: Operação No Console, Alimentação: Bivolt Automático E Bateria Recarregável, Transferência De Dados: Com Fio, Impressora: Com Impressora Integrada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (1)

5 - Aspirador Cirúrgico

Descrição Detalhada: Aspirador Cirúrgico Modelo: Elétrico Móvel, Pressão De Vácuo: Cerca De 650 Mmhg, Fluxo De Aspiração: De 15 A 30 Lpm, Tipo Frasco: 2 Frascos Em Plástico, Volume: Cerca De 5 L X 5 L, Componentes: Sistema Antitransbordamento, Filtro Bacteriológico, Adicionais: Acionamento Por Pedal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (9)

6 - Aspirador Cirúrgico

Descrição Detalhada: Aspirador Cirúrgico Modelo: Elétrico Móvel, Pressão De Vácuo: Cerca De 650 Mmhg, Fluxo De Aspiração: De 15 A 30 Lpm, Tipo Frasco: 2 Frascos Em Plástico, Volume: Cerca De 5 L X 5 L, Componentes: Sistema Antitransbordamento, Filtro Bacteriológico, Adicionais: Acionamento Por Pedal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (1)

7 - Sistema Aquecimento Ar

Descrição Detalhada: Sistema Aquecimento Ar Tipo: Por Conversão, Comprimento: 38CM, Largura: 41CM, Altura: 28CM, Peso: 7,30KG, Potência: 1000W, Corrente: 10A, Tensão Alimentação: 220V, Acessórios: Mantas:12 Para Corpos Internos, 12 Para Superior, Características Adicionais: Mangueira De 1,5 M Retrátil E Auto Estável; Fio De

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (9)

8 - Sistema Aquecimento Ar

Descrição Detalhada: Sistema Aquecimento Ar Tipo: Por Conversão, Comprimento: 38CM, Largura: 41CM, Altura: 28CM, Peso: 7,30KG, Potência: 1000W, Corrente: 10A, Tensão Alimentação: 220V, Acessórios: Mantas:12 Para Corpos Internos, 12 Para Superior, Características Adicionais: Mangueira De 1,5 M Retrátil E Auto Estável; Fio De

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (1)

9 - Garrote pneumático

Descrição Detalhada: Garrote Pneumático Tipo: Microprocessado, Modelo: 2 Canais, Funcionamento: Rede De Ar Comprimido, Controles: Ajuste De Pressão(Mmhg)E Tempo(Min), Componente: Alarmes, Tipo Bateria: Bateria Recarregável, Componentes: Tubos, Conectores, Cabo De Força, Adicionais: Jogo De 4 Braçadeiras Com Manguitos, Opcionais: Pedestal Com Apoio E Rodízios

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (3)

10 - Medidor

Descrição Detalhada: Medidor Uso Médico Tipo: Pressão De Cuff Em Tubo Endotraqueal, Tipo Medição: Manômetro Analógico Aço, Faixa Trabalho: Graduação De 0 A 120cmh2o, Características Adicionais: Monitor Integrado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Lagarto/SE (10)