

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90077/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Equipamento laser terapêutico

Descrição Detalhada: Equipamento Laser Terapêutico Fonte: Diodo Laser E Led, Comprimento Onda: Até Cerca De 830 Nm, Potencia De Saída: Energia Ajustável, Método Aplicação: Uso C/ Caneta Individual E Combinada - Cluster, Modo De Operação: Modo Pulsada E Contínua, Componente Adicional: Timer, Frequência: Cerca De 1 A 80 Hz, Componentes Adicionais: Óculos De Proteção

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (8)

2 - Aparelho avaliação gordura corporal

Descrição Detalhada: Aparelho Analisador Percentual Gordura Corporal Método: Bioimpedância, Função: Massa Celular Corporal, Extracelular, Magra, Gorda, Funções Básicas: Massa Corporal, Tx Metabólica Basal, Água Corp, Total, Adicionais: Água Intracelular, Extracelular, Relação Ecm/Bcm, Características Adicionais: Retância +Ou-0,2%, Amplitude 0-300 Omhs, Res. 0,1ohm, Resistência: Precisão + Ou - 1%, Amplitude: 200-1500OHMS, Resolução: 0,1OHMS, Ângulo: Ângulo De Fase Precisão +Ou- 0,2%, 0 A 20°, 0,1omhs

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

3 - Equipamento Laser Terapêutico

Descrição Detalhada: Equipamento Laser Terapêutico Fonte: Fibra, Comprimento Onda: Até 2100 Nm, Potencia De Saída: Potência Máxima De No Mínimo 60W, Modo De Operação: Emissão Pulsada, Componentes Adicionais: Pedal Comando

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

4 - Manovacuômetro

Descrição Detalhada: Manovacuômetro Componentes: Digital, Portátil, À Bateria, Uso: Escala De - 1999,9 A 1999,9 Pa, Aplicação: Laboratório, Tipo Embalagem: Gabinete Plástico, Ajuste Digital C/ Visor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

5 - Aparelho diagnóstico , terapêutico

Descrição Detalhada: Aparelho Diagnóstico / Terapêutico Tipo 1: Analisador De Gases Metabólicos, Aplicação: P/ Ergoespiometria, Modelo: Portátil, Material: Gabinete Plástico, Tipo De Análise: No Mínimo Vo2, Vco2, Feo2, Feco2, Ve, Rq, Componentes 1: Software P/ Interface C/ Computador, Componentes 3: C/ Memória

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

6 - Seladora elétrica

Descrição Detalhada: Seladora Elétrica Tipo: Portátil, Manual, Com Bateria, Cabo Coaxial 1,90 M, Aplicação: P/ Tubos De Bolsas De Sangue, Capacidade: 1000 Selagens Por Carga, Operação: Proteção Superaquecimento, Eletrônica, Frequência, Componentes: Carregador Baterias, Bolsa Para Transporte, Características Adicionais: Microprocessador, Led, Solda Picote, Grau 6,5 Mm, Voltagem: 110 E Ou 220v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

7 - Equipamento - uso oftalmológico

Descrição Detalhada: Equipamento - Uso Oftalmológico Tipo: Tomógrafo Ótico, Scanner 3d, Componentes: Monitor De Vídeo Integrado, Aplicação: Segmento Anterior E Posterior, Características 1: Velocidade Scan Cerca De 100.000 A-Scan/Seg, Características 2: Comprimento De Onda Cerca De 1050 Nm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

8 - Retinógrafo

Descrição Detalhada: Retinógrafo Tipo: Digital Não Midriático, Tipo Imagem: Mínimo Campo Amplo Wf Imagem Periférica, Tipo Controle: Captura, Processa, Trata, Arquivo, Exporta Imagem, Tipo Visor: Monitor Lcd, Tipo Mesa: Mesa Elétrica, Base Testa E Queixo Ajustável, Tipo Iluminação: Fonte De Luz C/ Controle De Intensidade, Tipo Câmara: Colorido E Autofluorescência Faf, Componentes Outros: C/ Software E Hardware Mínimos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

9 - Paquímetro - uso médico

Descrição Detalhada: Paquímetro - Uso Médico Tipo: Corneano, Modelo: Função Biométrica, Cálculo De Lio, Adicionais: Velocidades De Ultrassom Para Diferentes Cataratas, Voltagem: 110/220V, Frequência: 60HZ, Funções: Multi Map E Single Map, Entrada Para Cartão Memória, Tipo Impressora: Impressora Embutida, Tipo Monitor: Monitor Colorido, Características Adicionais: Porta Serial, Ponta De Probe De A-Scan

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

10 - Dispositivo p

Descrição Detalhada: Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Tipo*: Exoftalmômetro De Hertel, Material*: Alumínio Anodizado, Escala Graduação: C/ Escala Métrica - Mm E Cm, Adicional: Portátil

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

11 - Refrator

Descrição Detalhada: Refrator Tipo: Autorefrator Com Ceratômetro, Componentes: Fx Esfera -25 A +22d, Diâmetro Pupila Mínimo 2mm, Outros Componentes: Modo Curvatura Córnea, Raio Curvatura Córnea, Composição: Índice Refração 1,3375, Refração Córnea 0,12/0, 25d, Características Adicionais: Astigmatismo Córnea, Ângulo Axial De Astg. Córnea

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

12 - Equipamento - uso oftalmológico

Descrição Detalhada: Equipamento - Uso Oftalmológico Tipo: Terapêutico, Radiação Ultravioleta, Uva, Aplicação: P/ Córnea, Características 1: C/ Software, Portátil, Características 2: Comprimento De Onda Cerca De 365 Nm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

13 - Equipamento - uso oftalmológico

Descrição Detalhada: Equipamento - Uso Oftalmológico Tipo: Tomógrafo Segmento Anterior, Scheimpflug, Componentes: Monitor Alta Resolução, Câmera Ccd, Rotatório 360°, Aplicação: Diagnóstico, Características 1: Software Ceratocone, Catarata, Refrativa, Córnea, Características Adicionais: Cálculo Lio, Paquimetria, Biometria

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

14 - Sistema para teste de acuidade visual

Descrição Detalhada: Sistema Para Teste De Acuidade Visual Caracteres: Optotipos Snellen, Letras, Números, Desenhos, Etdr, Outros Componentes: C De Landolt, Luz Worth, Verde-Vermelho, Ishihara, Tipo Tela: Lcd Mínimo De 19", Distância Focal: Distância De Trabalho 3 A 6m, Acessórios: Controle Remoto, Controle: Controle Variável De Contraste, Alimentação: 110/220v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

15 - Cadeira clínica

Descrição Detalhada: Cadeira Clínica Aplicação: Oftalmo/Otorrino/Radiologia, Material: Estrutura Em Aço, Acabamento Da Estrutura: Pintura Eletrostática, Carenagem De Poliestireno, Acabamento Do Assento: Poliuretano Injetado, Pvc Laminado Sem Costura, Tipo De Pés: Base Fixa C/ Apoio De Pés, Acionamento: Mecânico, Inclinação Encosto: Encosto Ajustável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

16 - Mesa cirúrgica

Descrição Detalhada: Mesa Cirúrgica Tipo Estrutura: Aço Inoxidável, Tipo Movimento Elevação: Trendelemburg, Encosto Cabeça Escamoteável, Suporte Lateral: Suporte Soro, Suporte Cilindro, Bateria Recarr., Tipo Fixação: Freio Múltiplo, Comando Movimento: Controle Remoto E Manual, Aplicação: P/ Oftalmologia, Altura: Altura Mínima 60cm Máxima 80cmCM, Características Adicionais: Grade Escamoteável C/Trava, Apoio Braço Cirurgião, Outros Componentes: 3 Memórias Programáveis

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (2)

17 - Acessório P/ Cme

Descrição Detalhada: Acessório P/ Cme Tipo 1: Pistola, Aplicação: P/ Limpeza E Secagem De Instrumental, Material: Liga Metálica E Silicone, Adicional 3: C/ Ponteiros Diversas, Compatibilidade: Compatível C/ Rede De Ar E Água

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Juiz de Fora/MG (3)