

ANEXO C – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS ITENS DO OBJETO

ITEM 1 – EQUIPAMENTO PARA CONEXÃO ESTÉRIL DE EXTREMIDADES DE TUBOS DE PVC (BOLSAS DE SANGUE)

1. DESCRIÇÃO

- 1.1. Sistema composto de 01 (um) único equipamento de conexão estéril automatizado;
- 1.2. Tecnologia de radiofrequência ou lâminas de cobre;
- 1.3. Deve ser capaz de fornecer soldagem uniforme do material;
- 1.4. Sem contato manual com o operador;
- 1.5. Sistema fechado que garanta a esterilidade e a manutenção original da validade dos hemocomponentes;
- 1.6. Adequado para a conexão entre tubos de PVC grau médico-hospitalar de bolsas de sangue, filtros para leucorredução, bolsas de transferência e conjunto de aférese;
- 1.7. Tempo de processamento inferior à 45 segundos;
- 1.8. A conexão deve ser feita entre tubos: seco/seco, seco/molhado, molhado/molhado;
- 1.9. O equipamento deve permitir a execução de uma única soldagem entre tubos de PVC confeccionados de acordo com os padrões da legislação vigente;
- 1.10. Deverá ser fornecido um nobreak com potência que permita o funcionamento autônomo (sem energia elétrica) por no mínimo quinze (15) minutos, com alarme sonoro para bateria e descarga.

2. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

- 2.1. Equipamento e periféricos deverão ser fornecidos em 220 V/ 60HZ ou bivolt automático;
- 2.2. Plug de alimentação deverá atender a NBR – 14136

3. DOCUMENTAÇÃO

4. Deverá ser fornecido manual em português;
5. Registro na ANVISA.