

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90106/2025-000

1 - Itens da Licitação

1 - Equipos P/ Bomba De Infusão

Descrição Detalhada: Equipos P/ Bomba De Infusão Material: Pvc Âmbar P/ Solução Fotossensível, Material Adicional: Com Segmento De Silicone, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Respiro E Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Roleta, Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm, Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante, Conector Solução: Ponta Perfurante, Conector Paciente: Luer, Adicional: C/ Capa Protetora P/ Frasco, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 14000
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (14000)
Grupo: G1

2 - Equipos De Nutrição Enteral

Descrição Detalhada: Equipos De Nutrição Enteral Material: Pvc, C/ Cor, Tipo: P/ Bomba Infusão, Com Segmento De Silicone, 2 Vias, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Roleta, Conector Dieta: Ponta Perfurante C/ Respiro E Filtro, Conector Via Adicional: Luer, Conector Paciente: Escalonado, Comprimento Total Do Tubo: Até 180 Cm, Adicional: C/ Clamp, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 32000
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (32000)
Grupo: G1

3 - Equipos P/ Bomba De Infusão

Descrição Detalhada: Equipos P/ Bomba De Infusão Material: Pvc Transparente, Material Adicional: Sem Segmento De Silicone, Volume Bureta: Bureta Cerca De 150ML, Características Bureta: Graduada, C/ Alça, Respiro, Injetor E Filtro, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Roleta, Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm, Tipo Injetor Lateral: C/ 1 Injetor, Autocicatrizante, Conector Solução: Ponta Perfurante, Conector Paciente: Luer, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10000
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (10000)
Grupo: G1

4 - Equipo P/ Bomba De Infusão

Descrição Detalhada: Equipo P/ Bomba De Infusão Material: Sem Pvc E Dehp, Transparente, Material Adicional: Com Segmento De Silicone, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, C/ Respiro E Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm, Tipo Injetor Lateral: S/ Injetor, Conector Solução: Ponta Perfurante, Conector Paciente: Luer, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 103000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (103000)

Grupo: G1

5 - Equipo De Transfusão De Hemocomponentes

Descrição Detalhada: Equipo De Transfusão De Hemocomponentes Material: Pvc Transparente, Tipo: P/ Bomba De Infusão, Com Segmento De Silicone, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Câmara Dupla, C/ Filtro, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Comprimento Tubo: Acima De 181 Cm, Conector Paciente: Luer, Adicional: C/ Clamp, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (7000)

Grupo: G1

6 - Equipo De Nutrição Enteral

Descrição Detalhada: Equipo De Nutrição Enteral Material: Pvc, C/ Cor, Tipo: P/ Bomba Infusão, Com Segmento De Silicone, 1 Via, Câmara Gotejamento: Macrogotas, Flexível, Regulador De Fluxo Manual: Pinça Rolete, Conector Dieta: Ponta Perfurante C/ Respiro E Filtro, Conector Paciente: Escalonado, Comprimento Total Do Tubo: Acima De 181 Cm, Compatibilidade: C/ Equipamento, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Tipo Embalagem: Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): São Luís/MA (24000)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Equipo P/ Bomba De Infusão	14000	Unidade
2	Equipo De Nutrição Enteral	32000	Unidade
3	Equipo P/ Bomba De Infusão	10000	Unidade
4	Equipo P/ Bomba De Infusão	103000	Unidade
5	Equipo De Transfusão De Hemocomponentes	7000	Unidade
6	Equipo De Nutrição Enteral	24000	Unidade