

1 - Itens da Licitação

Descrição Detalhada: Locação de Central de Ar Comprimido Medicinal Duplex, 100% isento de óleo, monitor de ponto de orvalho, capacidade de produção mínima de 150m³/hora cada unidade compressora e reservatório 1.000L. Montagem sobre base. Com sistema de monitoramento remoto.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (24)

Grupo: G1

Descrição Detalhada: Locação de Central de Ar Comprimido Medicinal Duplex, 100% isento de óleo, monitor de ponto de orvalho, capacidade de produção mínima de 75m³/hora cada unidade compressora e reservatório 500L. Montagem sobre base. Com sistema de monitoramento remoto.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
---------------------------	-----------------------

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (24)

Grupo: G1

Descrição Detalhada: Locação de Central de Vácuo Clínica duplex, 100% isenta de água, palhetas lubrificadas, com capacidade de produção mínima de Vácuo de 245m³/hora e reservatório 1.000L. Montagem sobre base. Com sistema de monitoramento remoto.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (24)

Grupo: G1

4 - Locação de Equipamentos para Consumo de Gases

Descrição Detalhada: Locação de Central de Vácuo Clínica duplex, 100% isenta de água, palhetas lubrificadas, com capacidade de produção mínima de Vácuo de 70m³/hora e reservatório 500L. Montagem sobre base. Com sistema de monitoramento remoto.

Local Instalação: CPPHO - Centro Pediátrico Professor Hosannah de Oliveira Rua Padre Feijó, nº 29, Canela.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (24)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Locação de Compressor de Ar	24	UNIDADE
2	Locação de Compressor de Ar	24	UNIDADE
3	Locação de Equipamentos para Consumo de Gases	24	UNIDADE
4	Locação de Equipamentos para Consumo de Gases	24	UNIDADE