

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90079/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Protetor radiológico

Descrição Detalhada: Protetor Radiológico - Tipo Vestuário Modelo: Avental Frente Longo, Ombro E Costa Longo, Material: Borracha C/ Tungstênio, Proteção Tecido: Equivalência Frente 0,50, Ombro E Costa 0,25MM, Adicional 1: Ajustável, Impermeável, Tamanhos: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15 **Quantidade Mínima Cotada:** 15

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (15)

2 - Mobiliário radiológico

Descrição Detalhada: Mobiliário Radiológico Tipo: Suporte Para Avental Plumbífero De Parede, Material: Aço, Componentes: Com 5 Cabides Em Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (10)

3 - Protetor radiológico

Descrição Detalhada: Protetor Radiológico - Tipo Vestuário Modelo: Conjunto Saia E Blusa, Material: Borracha Plumbífera, Proteção Tecido: Equivalência De 0,50MM, Adicional 1: Ajustável, Impermeável, Tamanhos: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (5)

4 - Protetor radiológico

Descrição Detalhada: Protetor Radiológico - Tipo Vestuário Modelo: Luva Tipo Escudo, Material: Borracha Plumbífera, Proteção Tecido: Equivalência De 0,50MM, Adicional 1: Ajustável, Impermeável, Tamanhos: Adulto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (5)

5 - Mobiliário radiológico

Descrição Detalhada: Mobiliário Radiológico Tipo: Suporte Para Avental Plumbífero Móvel, Material: Aço, Componentes: Com 5 Cabides Em Aço Inoxidável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (9)

6 - Mobiliário radiológico

Descrição Detalhada: Mobiliário Radiológico Tipo: Biombo Reto, Material: Aço, Revestimento: Blindado Com Chumbo 1 Mm, Dimensão: 0,80 X 2,10M, Outros Componentes: Com Visor Plumbífero, Dimensão Visor: Cerca De 10 X 15CM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Macapá/AP (2)