

# Estudo Técnico Preliminar 28/2025

## 1. Informações Básicas

Número do processo: 23531.003260/2025-09

## 2. Descrição da necessidade

Este Estudo Preliminar pretende analisar a viabilidade técnica e econômica, bem como fornecer informações necessárias para subsidiar o processo de aquisição de **Produtos Para a Saúde- PPS e Outros Insumos Hospitalares (Fios Cirúrgicos, Clipes, Telas e Hemostáticos)**, para o Hospital Universitário Getúlio Vargas, filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – Ebserh.

Logo, infere-se a necessidade de aquisição de **Produtos Para a Saúde- PPS e Outros Insumos Hospitalares (Fios Cirúrgicos, Clipes, Telas e Hemostáticos)**, a fim de proporcionar o ressuprimento de estoque de materiais para atendimento das demandas dos mais variados departamentos relacionados à prestação da assistência à saúde aos pacientes e administração, garantindo uma assistência de qualidade, que favoreça a melhora no estado de saúde, oferecendo os cuidados necessários para garantir seu bem-estar, como também prevenindo danos e complicações, reforçando, desta forma, a real necessidade dos itens.

Forçoso, portanto, reconhecer a importância desses materiais/insumos ao abastecimento desta unidade hospitalar, os quais representam, muitas vezes, um fator decisivo para o sucesso das terapêuticas e dos procedimentos assistenciais aos quais os pacientes estão submetidos. Ainda, a aquisição é indispensável para a manutenção dos estoques dos itens que são diariamente utilizados no âmbito dos hospitais universitários federais. Assim, esta aquisição visa fornecer registros de preço para utilização deste HUF, de acordo com a estimativa média de consumo destes insumos para o período de 12 (doze) meses. A demanda foi definida por meio da Lista de Materiais juntada ao **Processo SEI 23531.003260/2025-09 (Licitações e Contratos: Licitação)**, visando a eficiente gestão dos recursos disponíveis.

Para ratificar a listagem dos itens, foi realizada a análise da contratação anterior para identificar as inconsistências ocorridas nas fases do planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão do contrato, com a finalidade de prevenir a ocorrência dessas nos ulteriores termos de referência ou projetos básicos.

Ao observar a fase de planejamento e seleção de fornecedor de contratações anteriores, não foram identificadas falhas a serem sanadas ou questionamentos a serem corrigidos e adequados. Já com referência à gestão de contratos/atas de Registro de Preços, de modo geral, aqueles nos quais foram formalizadas vendas de materiais utilizados em hospitais foram devidamente cumpridos. Em relação aos atrasos de fornecimento, quando há prejuízo evidente à instituição, o procedimento institucionalmente estabelecido consiste em solicitar a abertura de processo administrativo para apuração de irregularidades por parte dos fornecedores, podendo estes serem penalizados de acordo com as sanções administrativas previstas no instrumento convocatório.

Conforme Portaria Ebserh nº 8, de 9 de janeiro de 2019, os gestores dos Hospitais Universitários Federais da Rede Ebserh devem atuar com relativa autonomia administrativa para promover a execução logística de suas unidades hospitalares, executando processos locais de compras e de gestão orçamentária e financeira.

Neste sentido, a aquisição dos itens listados destina-se a cumprir as metas pactuadas no planejamento de contratações anuais. Outrossim visa garantir o atendimento assistencial realizado nos diversos setores de internação do Hospital Universitário Getúlio Vargas, dentro dos padrões de qualidade almejados e das normas de segurança pertinentes tanto para os pacientes como para os profissionais de saúde.

## 3. Área requisitante

| Área Requisitante                                                                   | Responsável                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Unidade de Planejamento e Dimensionamento de Estoque (UPDE/SAFS/DLIH/GAD/HUGV-Ufam) | Pablo Maurício Martins Dias |

## 4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Requisitos de participação:

Para participação neste Pregão deverão ser observados:

- a) as previsões constantes no Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh, que define quais são as condições impeditivas de participar de licitações e de ser contratada pela Ebserh;
- b) a Política de Transações com partes relacionadas da Ebserh atualizada está disponível no link, onde será verificado o enquadramento dos licitantes como parte relacionada.
- c) o atendimento por parte do licitante ao art. 7º, XXXIII da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que prevê " proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos";
- d) a participação de interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação e que estejam com Credenciamento regular no SICAF, conforme disposto no artigo 9º da Instrução Normativa nº 03, de 2018.

Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

- que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
- nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;
- nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa;
- que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus Anexos;
- que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- que a proposta foi elaborada de forma independente;
- que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição da República;
- que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no artigo 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Outras previsões / condições da licitação a ser realizada:

- Não há previsão de participação de empresas reunidas em consórcio, uma vez que a experiência prática demonstra que as licitações que permitem essa participação são aquelas que envolvem serviços de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica, em que empresas, de forma isolada, não teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital, o que não se verifica no presente caso;
- Da mesma forma, não há previsão de condições de participação de Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição, em razão do Acórdão TCU 746/2014 – Plenário, que firma entendimento no sentido de que é vedado às Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição, participarem de processos licitatórios promovidos pela Administração Pública Federal.

Requisitos de habilitação: Habilitação Jurídica:

- No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

- Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio [www.portaldomicroempreendedor.gov.br](http://www.portaldomicroempreendedor.gov.br);
- No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
- No caso de sucursal, filial ou agência: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
- No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
- No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764/1971;
- No caso de agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, § 2º, do Decreto nº 7.775/2012.
- No caso de produtor rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 971/2009 (arts. 17 a 19 e 165).
- No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização; Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações relevantes ao objeto desta Licitação e à composição societária atual da empresa ou da última consolidação.

## 5. Levantamento de Mercado

Os itens solicitados constituem materiais que são comumente comprados pelos HUFs da Rede Ebserh e visam atender às necessidades do HUGV na prestação de serviços de assistência à saúde da população e nas atividades de ensino.

Durante o processo de planejamento da contratação dos materiais, são revisados descritivos, códigos CATMAT (Catálogo de Materiais do Portal de Compras) e os registros dos materiais disponíveis na Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

A opção pela aquisição por Sistema de Registro de Preços – SRP decorre da característica de caráter continuado e a necessidade de aquisições parceladas, bem como do fato de que essa modalidade é a que melhor se coaduna com o planejamento institucional do HUGV-UFAM/EBSERH.

Após análise das licitações anteriores e das metodologias utilizadas na pesquisa de mercado, observou-se que não houve modificações na forma de aquisição desses itens.

Constatou-se ainda nos certames pesquisados, que os órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta licitam de forma semelhante a esta entidade. Desta forma, não se vislumbra a justificativa que enseje a mudança da atual metodologia de aquisições, até mesmo para evitar entendimentos inconsistentes por parte do mercado interessado.

Em atenção ao disposto no Art. 48, I e III, da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, modificada pela Lei Complementar 139, de 10 de novembro de 2013 e mais especificamente no art. 10 do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015, que trata da exclusividade de participação das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte para os itens licitados com valor total inferior à R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sugerimos o seu afastamento com fulcro no Art. 10º, inciso II, do supracitado Decreto 8.538/2015, quais sejam:

"Art. 10. Não se aplica o disposto nos art. 6º ao art. 8º quando:

- I - não houver o mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;
- II - O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e as empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado, justificadamente;

III - A licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos Arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 1993, excetuadas as dispensas tratadas pelos incisos I e II do caput do referido art. 24, nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente por microempresas e empresas de pequeno porte, observados, no que couber, os incisos I, II e IV do caput deste artigo; ou

IV - O tratamento diferenciado e simplificado não for capaz de alcançar, justificadamente, pelo menos um dos objetivos previstos no art. 1º.

Parágrafo único. Para o disposto no inciso II do caput, considera-se não vantajosa a contratação quando:

I - Resultar em preço superior ao valor estabelecido como referência; ou

II - A natureza do bem, serviço ou obra for incompatível com a aplicação dos benefícios”.

Como também previsto no art. 49, inciso III, da LC 123/2006:

“Art. 49. Não se aplica o disposto nos Arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando:

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratada”

Para o processo licitatório em tela, não haverá a aplicação da exclusividade/cota reservada para ME/EPP, no intuito de reduzir os riscos de desabastecimento e/ou interrupção dos serviços prestados por este hospital e dos possíveis prejuízos para a Administração caso os itens fracassem.

Tal medida se dar pelo histórico em licitações desta Instituição concluídas recentemente, as quais restaram comprometidas quando da aplicação da exclusividade para ME/EPP. Além disso, obteve-se um aproveitamento muito abaixo do esperado devido ao quantitativo expressivo de itens licitados homologados com atrasos na entrega ou não entregues pelos licitantes.

Quando não se obtém um índice de sucesso satisfatório na licitação, o custo (materiais, financeiros, pessoal e de tempo) com a realização de uma nova licitação (repetição) onera demasiadamente a Administração Pública.

Ademais, a ampla concorrência entre os fornecedores poderá favorecer o ganho de escala à Administração, uma vez que os próprios fabricantes dos medicamentos a serem licitados poderão participar do certame, o que não ocorreria, em tese, caso os itens fossem exclusivos à participação de fornecedores de menor porte, os quais repassariam os custos da intermediação comercial.

Destarte, afastamos a aplicação dos benefícios, de forma a ampliar ao máximo possível a competição a todas as particulares interessados na participação desse certame, independentemente de seu porte empresarial, inclusive os próprios fabricantes dos materiais que serão licitados por este certame, nos termos do Art. 49, inciso III.

Os demais benefícios previstos na legislação supracitada, aplicados às ME/EPP, serão respeitados na realização do certame.

## 6. Descrição da solução como um todo

Os itens objeto do presente registro de preços caracterizam-se como de natureza comum, tendo em vista que são geralmente ofertados no mercado e são facilmente comparáveis entre si, de modo a permitir a decisão de compra com base no menor preço, por meio de especificações usuais praticadas no mercado.

O procedimento de aquisição será conduzido através de Pregão Eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preços - SRP, critério de julgamento menor preço unitário, nos termos do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh, objetivando a assinatura de atas de registro de preços, que permitirão as contratações pelas unidades participantes.

A completa descrição da solução, consta desse estudo preliminar, com eventuais atualizações decorrentes do seu amadurecimento. Caso haja divergência entre o descritivo dos itens no Edital e seus Anexos e no Portal de Compras do Governo Federal, prevalecerá o descritivo constante no primeiro, conforme consta também no Anexo 1 deste Estudo (Anexo 1 - Itens a serem licitados).

## 7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

A respeito da quantidade a ser contratada, o art. 125, inciso III, do RLCE 2.0, prevê que o planejamento da aquisição de bens deve considerar a expectativa de consumo anual e observar, na determinação das unidades e quantidades a serem adquiridas, o consumo e utilização prováveis, cuja estimativa deve ser obtida, sempre que possível, mediante adequadas técnicas quantitativas. Assim, mesmo no registro de preços, em que não há obrigatoriedade de aquisição, a estimativa deve ser a mais fiel possível, para que não se crie falsa expectativa no fornecedor. Essa medida é de fundamental importância para evitar que o fornecedor que, em razão do volume licitado, tenha praticado valores atrativos à Ebserh, não se interesse em participar de certames futuros ao constatar que o quantitativo efetivamente adquirido em contratações anteriores teria sido ínfimo frente ao seu custo de fornecimento.

Os quantitativos foram estabelecidos por meio da aplicação de métodos estatísticos estimativos.

Os quantitativos estimados foram avaliados através do consumo histórico de utilização dos produtos obtidos a partir do tratamento dos dados capturados do sistema AGHU, levando em consideração não apenas o valor apurado anualmente, mas também possíveis quebras na cadeia de suprimento ou substituições realizadas de forma temporária ou permanente, bem como o quantitativo necessário ao suprimento adequado para o atendimento dos diversos serviços, patologias e pactuações conveniadas através do contrato de gestão. Assim, o quantitativo estimado leva em consideração o quantitativo pleno desejado para o funcionamento dos setores do HUGV.

Dessa forma, deve-se considerar também que o consumo pode apresentar oscilações, compreendendo períodos sazonais e/ou eventual ampliação do nível de serviço.

Esta EPC levou ainda em consideração fatores que podem ocorrer e atrasar ou até mesmo interromper o fornecimento dos produtos, tais como: demora no próximo processo licitatório, distância geográfica do fornecedor, tempo médio na reposição de estoques e periodicidade das compras, disponibilidade orçamentária, dentre tantas, algumas até mesmo, inesperadas.

Como se trata de bens consumíveis, a quantidade requerida se baseia no consumo dos anos anteriores, acrescida, eventualmente, de uma média de 20% a 30% de variação para segurança institucional. O acréscimo foi estimado com margem de segurança (Estoque de Segurança + Estoque mínimo para 30 dias) em quantidade suficiente para suportar variações de consumo no período necessário a abertura de processo licitatório (lead time de aproximadamente 5 meses), levando em consideração um nível de serviço de 95% (percentual de segurança na cobertura de estoque, ou seja, probabilidade de que não haverá falta do produto durante o período de reposição estabelecido). Por fim, solicitamos que a Intenção de Registro de Preço (IRP) seja devidamente divulgada no termo do art. 89, § 3º do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh 2.0.

### QUANTITATIVOS DA AQUISIÇÃO

#### DETALHAMENTO DO OBJETO:

| ITEM | EBSERH   | CATMAT | COD. AGHU | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | APRESENTAÇÃO | QUANTIDADE |
|------|----------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 1    | EBS00669 | 487672 | 401729    | Fio de SUTURA, tipo AÇO INOXIDÁVEL 5, não absorvível, AGULHA de 47 a 48 mm, cortante, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 4 x 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde. | ENVELOPE     | 200        |
| 2    | EBS00676 | 437278 | 402429    | Fio DE KIRSCHNER 1 mm, não absorvível, material AÇO INOXIDÁVEL, CORPO LISO e ponta cortante, COMPRIMENTO DE 28 a 30 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDADE      | 60         |
| 3    | EBS00679 | 437278 | 402436    | Fio DE KIRSCHNER 1,5 mm, não absorvível, material AÇO INOXIDÁVEL, CORPO LISO e ponta cortante, COMPRIMENTO DE 28 a 30 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE      | 100        |

|    |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |
|----|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 4  | EBS00681 437278 | 402437 | Fio DE KIRSCHNER 1,8 mm, não absorvível, material AÇO INOXIDÁVEL, cortante, COMPRIMENTO DE 28 a 30 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE  | 60    |
| 5  | EBS00682 437278 | 402438 | Fio DE KIRSCHNER 2 mm, não absorvível, material AÇO INOXIDÁVEL, CORPO LISO e ponta cortante, COMPRIMENTO DE 28 a 30 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDADE  | 280   |
| 6  | EBS00684 437278 | 402439 | Fio DE KIRSCHNER 2,5 mm, não absorvível, material AÇO INOXIDÁVEL, CORPO LISO e ponta cortante, COMPRIMENTO DE 28 a 30 cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDADE  | 180   |
| 7  | EBS00686 437279 | 402441 | Fio de KIRSCHNER/STEINMANN 3 mm, não absorvível, material AÇO INOXIDÁVEL, corpo LISO e ponta CORTANTE, COMPRIMENTO DE 28 a 30 cm. Uso único.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDADE  | 400   |
| 8  | EBS00687 437279 | 402442 | Fio de KIRSCHNER/STEINMANN 3,5 mm, não absorvível, material AÇO INOXIDÁVEL, corpo LISO e ponta CORTANTE, COMPRIMENTO DE 28 a 30 cm. Uso único.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE  | 110   |
| 9  | EBS00688 437280 | 402443 | Fio de KIRSCHNER/STEINMANN 4 mm, não absorvível, material AÇO INOXIDÁVEL, corpo LISO e ponta CORTANTE, COMPRIMENTO DE 28 a 30 cm. Uso único.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDADE  | 250   |
| 10 | EBS00689 437280 | 402445 | Fio de KIRSCHNER/STEINMANN 4,5 mm, não absorvível, material AÇO INOXIDÁVEL, corpo LISO e ponta CORTANTE, COMPRIMENTO DE 28 a 30 cm. Uso único.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE  | 60    |
| 11 | EBS00690 437310 | novo   | Fio de KIRSCHNER/STEINMANN 5 mm, não absorvível, material AÇO INOXIDÁVEL, corpo LISO e ponta CORTANTE, COMPRIMENTO DE 28 a 30 cm. Uso único.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDADE  | 60    |
| 12 | EBS00696 487452 | 401739 | Fio de SUTURA, tipo NYLON 2-0, monofilamento, não absorvível, cor PRETO. AGULHA DE 30 mm, TRIANGULAR CORTE REVERSO e CURVATURA 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde. | ENVELOPE | 9.800 |
| 13 | EBS00701 487453 | novo   | Fio de SUTURA, tipo NYLON 2-0, monofilamento, não absorvível, cor PRETO. AGULHA DE 35 a 36 mm, cortante e COM CURVATURA 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.        | ENVELOPE | 1.200 |
|    |                 |        | Fio de SUTURA, tipo NYLON 10-0, monofilamento, não absorvível, cor PRETO. AGULHA DE 6,5 mm e CURVATURA 3/8 DE CÍRCULO ESPATULADA. COMPRIMENTO DO FIO DE 15 cm. Estéril, uso único. Envelope                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |

|    |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |        |
|----|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 14 | EBS00703 487391 | novo   | individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.<br><br>Fio de SUTURA, tipo NYLON 10-0, monofilamento, não absorvível, cor PRETO. DUAS (02) AGULHAS ESPATULADAS DE 6,5 mm e CURVATURA 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 30 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método | ENVELOPE | 1.000  |
| 15 | EBS00706 487394 | 401679 | de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.<br><br>Fio de SUTURA, tipo NYLON 3-0, monofilamento, não absorvível, cor PRETO. AGULHA DE 29 a 30 mm, TRIANGULAR CORTE REVERSO e CURVATURA 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado                                      | ENVELOPE | 400    |
| 16 | EBS00713 487445 | 401742 | ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.<br><br>Fio de SUTURA, tipo NYLON 4-0, monofilamento, não absorvível, cor PRETO. AGULHA DE 19 a 20 mm, CILÍNDRICA e CURVATURA 3/8 DE CÍRCULO, TRIANGULAR CORTE REVERSO. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado                | ENVELOPE | 10.000 |
| 17 | EBS00718 487427 | 401747 | de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.<br><br>Fio de SUTURA, tipo NYLON 4-0, monofilamento, não absorvível, cor PRETO. AGULHA DE 30 mm, CURVATURA 3/8 DE CÍRCULO, CORTE REVERSO, ponta e corpo TRIANGULARES. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado                           | ENVELOPE | 6.800  |
| 18 | EBS00719 487429 |        | ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ENVELOPE | 6.800  |

|    |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |  |
|----|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--|
|    |                 |        | <p>procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.</p> <p>Fio de SUTURA, tipo NYLON 5-0, monofilamento, não absorvível, cor PRETO. AGULHA DE 19 a 20 mm, triangular corte reverso e CURVATURA 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.</p> |          |       |  |
| 19 | EBS00739 487416 | 401743 | <p>Fio de SUTURA, tipo NYLON 8-0, monofilamento, não absorvível, cor PRETO. AGULHA DE 6,3 a 6,5 mm CILÍNDRICO e CURVATURA 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 13 a 15 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.</p>                                                                                                                                    | ENVELOPE | 1.600 |  |
| 20 | EBS00752 487401 |        | <p>Fio de SUTURA, tipo NYLON 9-0, monofilamento, não absorvível, cor PRETO. DUAS (02) AGULHAS ESPATULADAS de 6,4 a 6,5 mm e CURVATURA 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 25 a 30 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.</p>                                                                                                                        | ENVELOPE | 1.200 |  |
| 21 | EBS00756 487399 | 401683 | <p>Fio de SUTURA, tipo NYLON 0-0, monofilamento, não absorvível, cor PRETO. AGULHA DE 30 mm, TRIANGULAR CORTE REVERSO e CURVATURA 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.</p>                                                                                                                                 | ENVELOPE | 1.200 |  |
| 22 | EBS00764 604352 | 401734 | <p>Fio de SUTURA, tipo NYLON 2-0, monofilamento, não absorvível, cor PRETO. AGULHA DE 19 a 20 mm, CURVATURA 3/8 DE CÍRCULO CORTE REVERSO, ponta e corpo da AGULHA TRIANGULARES. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 cm. Estéril, uso único. Envelope</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ENVELOPE | 5.500 |  |

|    |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |       |
|----|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 23 | EBS00769 487450 | 404229 | individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.                                                                                                                                                                                                                                  | ENVELOPE | 1.200 |
| 24 | EBS00782 463655 | 294386 | Fita CARDÍACA, EM ALGODÃO, BRANCO, trançado, não absorvível. MEDIDA DE 0,30 x 0,35 x 80 cm (+/- 5 cm de variação). Embalagem individual com abertura asséptica, contendo lote, validade conforme legislação vigente. ESTÉRIL, uso único.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDADE  | 910   |
| 25 | EBS00785 431238 | 294413 | Hemostático ABSORVÍVEL, a partir de CELULOSE OXIDADA regenerada, de alta densidade, EM FORMA DE MALHA. MEDIDAS DE 100 mm x 200 mm (+/- 5 mm de variação). Proteção bactericida, absorção rápida de no máximo 4 minutos e tempo de absorção completa de no máximo 14 dias. Estéril, uso único. Embalagem individual, resistente, com abertura em pétala e asséptica, contendo dimensões do produto, lote, validade. Apresentar procedência e registro, conforme a legislação vigente.                                                                                                               | UNIDADE  | 500   |
| 26 | EBS00789 431231 | 294389 | Hemostático DE GELATINA ABSORVÍVEL, a partir de tecido de origem bovina ou porcina. Aplicação tópica de ação mecânica. Matriz dobrável, EM FORMATO RETANGULAR, POROSA. MEDIDAS DE 50 mm x 75 mm x 10 mm (+/- 5 mm de variação). Atóxico, liofilizado, pH neutro. Estéril, uso único. Embalagem individual, resistente, contendo lote, validade, procedência do produto e registro, conforme a legislação vigente.                                                                                                                                                                                  | UNIDADE  | 610   |
| 27 | EBS00800 487228 | 401755 | Fio de SUTURA, tipo POLIDIOXANONA 1, monofilamento sintético absorvível, cor VIOLETA. AGULHA DE 64 a 66 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO LAÇADO/LOOP DE 125 (+/- 5) cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde. | ENVELOPE | 630   |
| 28 | EBS00817 487186 | 401685 | Fio de SUTURA, tipo POLIDIOXANONA 7-0, monofilamento sintético absorvível, cor VIOLETA. DUAS (02) AGULHAS DE 9,0 a 9,5 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da                                                               | ENVELOPE | 400   |

|    |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |
|----|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|    |                 |        | esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |
| 29 | EBS00823 487644 | 401687 | Fio de SUTURA, tipo POLIÉSTER 2-0, TRANÇADO, não absorvível, cor VERDE. DUAS (02) AGULHAS DE 25 a 26 mm, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO ponta CILÍNDRICA e corpo RETANGULAR/CILÍNDRICO. COMPRIMENTO DO FIO DE 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.     | ENVELOPE | 1.000 |
| 30 | EBS00829 604657 | 401691 | Fio de SUTURA, tipo POLIÉSTER 3-0, TRANÇADO, não absorvível, cor VERDE. AGULHA CILÍNDRICA DE 26 mm, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.                                                         | ENVELOPE | 600   |
| 31 | EBS00845 487654 | 401692 | Fio de SUTURA, tipo POLIÉSTER 5, revestido com POLIBUTILATO ou revestimento similar, TRANÇADO, não absorvível, cor VERDE. AGULHA DE 47 a 48 mm, TAPERCUT, CURVATURA DE ½ CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 4 x 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde. | ENVELOPE | 1.200 |
| 32 | EBS00852 600141 | 294344 | Fio de SUTURA, tipo ALGODÃO (30%) e POLIÉSTER (70%) 0, TORCIDO, não absorvível, cor AZUL. SEM AGULHA. COMPRIMENTO DO FIO DE 15 x 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.                                                                            | ENVELOPE | 1.500 |
|    |                 |        | Fio de SUTURA, tipo ALGODÃO (30%) e POLIÉSTER (70%) 2-0, TORCIDO, não absorvível, cor AZUL. SEM AGULHA. COMPRIMENTO DO FIO DE 15 x 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |

|    |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |       |
|----|-----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 33 | EBS00857 600140 | 401695 | transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.<br><br>Fio de SUTURA, tipo ALGODÃO (30%) e POLIÉSTER (70%) 3-0, TORCIDO, não absorvível, cor AZUL. SEM AGULHA.<br>COMPRIMENTO DO FIO DE 15 x 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao                                                                                            | ENVELOPE | 1.500 |
| 34 | EBS00861 600139 | 401697 | método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.<br><br>Fio de SUTURA, tipo POLIGLACTINA 0, sintético absorvível, cor VIOLETA. AGULHA DE 35 a 37 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao                     | ENVELOPE | 2.000 |
| 35 | EBS00866 487152 | 401698 | método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.<br><br>Fio de SUTURA, tipo POLIGLACTINA 1, sintético absorvível, cor VIOLETA. AGULHA DE 48 a 50 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 90 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao                     | ENVELOPE | 4.500 |
| 36 | EBS00874 487170 | 401701 | método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.<br><br>Fio de SUTURA, tipo POLIGLACTINA 3-0, sintético absorvível, TRANÇADO, cor VIOLETA. AGULHA DE 30 a 31 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao | ENVELOPE | 4.300 |
| 37 | EBS00887 487125 | 401709 | método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.<br><br>Fio de SUTURA, tipo POLIGLACTINA 3-0, sintético absorvível, TRANÇADO, cor VIOLETA. AGULHA DE 30 a 32 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao | ENVELOPE | 2.200 |

|    |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       |
|----|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 38 | EBS00888 487115 | 401707 | método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.<br><br>Fio de SUTURA, tipo POLIGLACTINA 5-0, sintético absorvível, TRANÇADO, cor VIOLETA. DUAS (02) AGULHAS DE 7,9 a 8,7 mm, ESPATULADA, CURVATURA DE 1/4 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado    | ENVELOPE | 3.900 |
| 39 | EBS00902 487095 | 294366 | ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.<br><br>Fio de SUTURA, tipo POLIGLACTINA 6-0, sintético absorvível, TRANÇADO, cor VIOLETA. DUAS (02) AGULHAS DE 7,9 a 8,7 mm, ESPATULADA, CURVATURA DE 1/4 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado | ENVELOPE | 530   |
| 40 | EBS00906 487091 | 294367 | ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.<br><br>Fio de SUTURA, tipo POLIGLACTINA 7-0, sintético absorvível, TRANÇADO, cor VIOLETA. DUAS (02) AGULHAS DE 6 a 7 mm, ESPATULADA, CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado     | ENVELOPE | 240   |
| 41 | EBS00907 487088 | 401712 | ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.<br><br>Fio de SUTURA, tipo POLIGLACTINA 2-0, sintético absorvível, TRANÇADO, cor VIOLETA. AGULHA DE 40 a 41 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado                 | ENVELOPE | 240   |
| 42 | EBS00912 487132 | 401702 | de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.<br><br>Fio de SUTURA, tipo POLIGLACTINA 4-0, sintético absorvível, TRANÇADO, cor VIOLETA.                                                                                                                                                                        | ENVELOPE | 4.800 |

|    |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       |
|----|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 43 | EBS00918 487105 | 401711 | <p>AGULHA DE 25 a 26 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.</p> <p>Fio de SUTURA, tipo POLIGLECAPRONE 4-0, absorvível, cor INCOLOR. AGULHA DE 18 a 20 mm, TRIANGULAR CORTE REVERSO e CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.</p> | ENVELOPE | 2.600 |
| 44 | EBS00954 487240 | 401745 | <p>Fio de SUTURA, tipo POLIPROPILENO 2-0, monofilamento, não absorvível, cor AZUL. DUAS (02) AGULHAS DE 20 a 22 mm, CILÍNDRICAS E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ENVELOPE | 1.700 |
| 45 | EBS00971 487526 | 294374 | <p>Fio de SUTURA, tipo POLIPROPILENO 2-0, monofilamento, não absorvível, cor AZUL. DUAS (02) AGULHAS DE 20 a 22 mm, CILÍNDRICAS E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ENVELOPE | 960   |
| 46 | EBS00972 487517 | 401715 | <p>Fio de SUTURA, tipo POLIPROPILENO 3-0, monofilamento, não absorvível, cor AZUL. DUAS (02) AGULHAS 20 a 22 mm, CILÍNDRICA E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO, corpo RETANGULAR. COMPRIMENTO DO FIO DE 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ENVELOPE | 1.488 |
| 47 | EBS00976 487514 | 401714 | <p>Fio de SUTURA, tipo POLIPROPILENO 3-0, monofilamento, não absorvível, cor AZUL. DUAS (02) AGULHAS DE 15 a 17 mm, CILÍNDRICA E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ENVELOPE | 720   |

|    |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |
|----|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|    |                 |        | identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |
|    |                 |        | Fio de SUTURA, tipo POLIPROPILENO 4-0, monofilamento, não absorvível, cor AZUL. DUAS (02) AGULHAS 20 a 22 mm, CILÍNDRICA E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO, corpo RETANGULAR. COMPRIMENTO DO FIO DE 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.             | ENVELOPE | 1.440 |
| 48 | EBS00979 487505 | 294379 | Fio de SUTURA, tipo POLIPROPILENO 5-0, monofilamento, não absorvível, cor AZUL. DUAS (02) AGULHAS 15 a 17 mm, CILÍNDRICA E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO, corpo RETANGULAR. COMPRIMENTO DO FIO DE 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.             | ENVELOPE | 960   |
| 49 | EBS00984 487497 | 401717 | Fio de SUTURA, tipo POLIPROPILENO 6-0, monofilamento, não absorvível, cor AZUL. DUAS (02) AGULHAS 12 a 13 mm, CILÍNDRICA E CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO, corpo RETANGULAR/QUADRADO. COMPRIMENTO DO FIO DE 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde. | ENVELOPE | 1.200 |
| 50 | EBS00997 487488 | 401718 | Fio de SUTURA, tipo POLIPROPILENO 7-0, monofilamento, não absorvível, cor AZUL. DUAS (02) AGULHAS DE 13 mm, CILÍNDRICAS E CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO, corpo RETANGULAR. COMPRIMENTO DO FIO DE 60 a 70 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.      | ENVELOPE | 288   |
| 51 | EBS01003 487477 | 400735 | Fio de SUTURA, tipo SEDA 0, TRANÇADO, não absorvível, cor PRETO. AGULHA 30 a 32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |

|    |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |       |
|----|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 52 | EBS01011 487573 | 401722 | <p>CILÍNDRICA, CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.</p> <p>Fio de SUTURA, tipo SEDA 2-0, TRANÇADO, não absorvível, cor PRETO. AGULHA 30 a 32 mm CILÍNDRICA, CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.</p> | ENVELOPE | 1.200 |
| 53 | EBS01012 487571 | 401727 | <p>Fio de SUTURA, tipo SEDA 3-0, TRANÇADO, não absorvível, cor PRETO. AGULHA 30 a 32 mm CILÍNDRICA, CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ENVELOPE | 2.160 |
| 54 | EBS01016 487564 | 401728 | <p>Fio de SUTURA, tipo SEDA 3-0, TRANÇADO, não absorvível, cor PRETO. AGULHA 30 a 32 mm CILÍNDRICA, CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ENVELOPE | 1.200 |
| 55 | EBS01024 487545 | 401721 | <p>Fio de SUTURA, tipo SEDA 6-0, TRANÇADO, não absorvível, cor PRETO. DUAS (02) AGULHAS ESPATULADAS de 6,5 mm, CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO, ponta ESPATULADA (oftalmologia). COMPRIMENTO DO FIO DE 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ENVELOPE | 480   |
| 56 | EBS01042 487024 | 401731 | <p>Fio de SUTURA, tipo CATGUT CROMADO 0, absorvível, multifilamentar, torcido, cor marrom. AGULHA DE 30 a 32 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ENVELOPE | 384   |

|    |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |     |
|----|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
|    |                 |        | identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.                                                                                                                                                                                                      |          |     |
|    |                 |        | Fio de SUTURA, tipo CATGUT CROMADO 1, absorvível, multifilamentar, torcido, cor marrom. AGULHA DE 90 mm, ponta ROMBA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao                                                                                                |          |     |
| 57 | EBS01048 487030 | 401730 | método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde. | ENVELOPE | 384 |
|    |                 |        | Fio de SUTURA, tipo CATGUT CROMADO 2-0, absorvível, multifilamentar, torcido, cor marrom. AGULHA DE 30 a 32 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao                                                                                       |          |     |
| 58 | EBS01052 487014 | 401735 | método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde. | ENVELOPE | 384 |
|    |                 |        | Fio de SUTURA, tipo CATGUT CROMADO 3-0, absorvível, multifilamentar, torcido, cor marrom. AGULHA DE 30 a 32 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao                                                                                       |          |     |
| 59 | EBS01057 487003 | 401733 | método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde. | ENVELOPE | 384 |
|    |                 |        | Fio de SUTURA, tipo CATGUT SIMPLES 0, absorvível, multifilamentar, torcido, cor amarela. AGULHA DE 30 a 31 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao                                                                                           |          |     |
| 60 | EBS01069 486975 | 401740 | método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde. | ENVELOPE | 480 |
|    |                 |        | Fio de SUTURA, tipo CATGUT SIMPLES 2-0, absorvível, multifilamentar, torcido, cor amarela. AGULHA DE 20 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao                                                                                           |          |     |

|    |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |     |
|----|-----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| 61 | EBS01076 486959 | 401746 | <p>método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.</p> <p>Fio de SUTURA, tipo CATGUT SIMPLES 2-0, absorvível, multifilamentar, torcido, cor amarela. AGULHA DE 30 a 31 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao</p> | ENVELOPE | 480 |
| 62 | EBS01079 486960 | 401746 | <p>método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.</p> <p>Fio de SUTURA, tipo CATGUT SIMPLES 2-0, absorvível, multifilamentar, torcido, cor amarela. AGULHA DE 40 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao</p>         | ENVELOPE | 480 |
| 63 | EBS01080 486965 | 401741 | <p>método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.</p> <p>Fio de SUTURA, tipo CATGUT SIMPLES 3-0, absorvível, multifilamentar, torcido, cor amarela. AGULHA DE 30 a 31 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao</p> | ENVELOPE | 480 |
| 64 | EBS01084 486950 | 401750 | <p>método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.</p> <p>Fio de SUTURA, tipo CATGUT SIMPLES 4-0, absorvível, multifilamentar, torcido, cor amarela. AGULHA DE 20 a 22 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao</p>    | ENVELOPE | 480 |
| 65 | EBS01086 486943 | 401752 | <p>método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.</p> <p>Fio de SUTURA, tipo CATGUT SIMPLES 5-0, absorvível, multifilamentar, torcido, cor amarela.</p>                                                                                                                                                         | ENVELOPE | 480 |

|    |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |       |
|----|-----------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 66 | EBS01090 604757 | 401753 | AGULHA DE 15 a 17 mm, CILÍNDRICA, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.                                                                          | ENVELOPE | 480   |
| 67 | EBS01098 273052 | 9016   | Cera PARA OSSO, composição CERA DE ABELHAS E PALMITATO ISOPROPÍLICO, tipo USO HEMOSTÁTICO, envelope com 2,5 gr. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade de esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.                                                        | ENVELOPE | 840   |
| 68 | EBS01991 439240 | 402449 | Fio PARA CERCLAGEM, material AÇO INOXIDÁVEL, tipo descartável, DIÂMETRO 1 mm. Rolo com 10 metros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE  | 10    |
| 69 | EBS01992 437277 | 402451 | Fio PARA CERCLAGEM, material AÇO INOXIDÁVEL, tipo descartável, DIÂMETRO 1,2 mm. Rolo com 10 metros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDADE  | 20    |
| 70 | EBS02189 487461 |        | Fio de SUTURA, tipo NYLON 0, monofilamento, não absorvível, cor PRETO. AGULHA DE 40 mm, TRIANGULAR CORTE REVERSO E CURVATURA 3/8 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 45 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde. | UNIDADE  | 5.256 |
| 71 | EBS02390 437888 | 294745 | ADESIVO CIRÚRGICO de derivados de CIANOACRILATO; 1 mg/ml; líquido tópico ESTÉRIL. Para coaptação de peles sensíveis e pequenas incisões, deve fazer o fechamento rápido do ferimento, indolor, biocompatível, estéril. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS. Apresentação: FRASCO-AMPOLA COM CERCA DE 1 ml.                                                                                                                                                | UNIDADE  | 50    |
| 72 | EBS05689 487650 | 401680 | Fio de SUTURA, tipo POLIÉSTER 2, TRANÇADO, não absorvível, cor VERDE. AGULHA CORTANTE DE 39 a 41 mm, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 a 75 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de                                                                                                                                          | ENVELOPE | 480   |

|    |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |
|----|-----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
|    |                 |        | identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |
|    |                 |        | Fio de SUTURA, tipo POLIPROPILENO 4-0, monofilamento, não absorvível, cor AZUL. DUAS (02) AGULHAS 25 a 26 mm, CILÍNDRICA E CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO, corpo QUADRADO. COMPRIMENTO DO FIO DE 90 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.                                                                                                           | ENVELOPE | 1.704 |
| 73 | EBS05697 487512 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |
| 74 | EBS06708 476575 | 400825 | TELA cirúrgica, inorgânica, material POLIPROPILENO, MEDINDO acima de 950 (+/- 100) cm²; TAMANHO cerca de 25 x 35 cm. Implantável, ESTÉRIL, de uso único. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número do lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. CÓD SUS: 07.02.05.055-5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE  | 200   |
| 75 | EBS06709 435029 | 400824 | TELA cirúrgica, inorgânica, material POLIPROPILENO, MEDINDO entre 101 e 400 cm²; TAMANHO cerca de 15 x 20 cm. Implantável, ESTÉRIL, de uso único. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número do lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. CÓD SUS: 07.02.05.056-3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDADE  | 200   |
| 76 | EBS06710 436908 | 400775 | TELA cirúrgica, inorgânica, material POLIPROPILENO, MEDINDO até 100 cm²; TAMANHO cerca de 6 x 11 cm. Implantável, ESTÉRIL, de uso único. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número do lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. CÓD SUS: 07.02.05.057-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE  | 1.000 |
| 77 | EBS06713 435030 | 400825 | TELA cirúrgica, inorgânica, material POLIPROPILENO, MEDINDO 950 (+/- 100) cm², TAMANHO cerca de 30 x 30 cm. Implantável, ESTÉRIL, de uso único. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, número do lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. CÓD SUS: 07.02.05.055-5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDADE  | 200   |
| 78 | EBS06811 443988 | 400445 | CLIQUE uso cirúrgico, material TITÂNIO, tamanho MÉDIO, compatível com clipador laparoscópico. ESTÉRIL, descartável. Caixa com 30 cartuchos de 06 unidades. Embalagem em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, número do lote, data de fabricação, validade do produto e registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Etiqueta de rastreabilidade para identificação em prontuário do paciente. Compatível com equipamento em uso ou a ser comodado/ locado/ adquirido pelo HUF. CLIPE uso cirúrgico, material TITÂNIO, tamanho MÉDIO-GRANDE. ESTÉRIL, descartável. Caixa com 30 cartuchos de 06 unidades. Embalagem em | UNIDADE  | 360   |

|    |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |       |
|----|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 79 | EBS06812 443990 | 400635 | papel grau cirúrgico com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, número do lote, data de fabricação, validade do produto e registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Etiqueta de rastreabilidade para identificação em prontuário do paciente. Compatível com equipamento em uso ou a ser comodatado/ locado/ adquirido pelo HUF.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDADE | 2.000 |
| 80 | EBS06815 444132 | 400630 | CLIPADOR (aplicador de clipe), tipo ENDOSCÓPICO, modelo automático descartável, tamanho para CLIPES DE TITÂNIO DE 10 mm. CLIPE uso cirúrgico, material POLÍMERO, tipo com SISTEMA DE TRAVA, tamanho EXTRA-GRANDE 16 mm, aplicação: uso ENDOSCÓPICO. ESTÉRIL, descartável. Embalagem em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, número do lote, data de fabricação, validade do produto e registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Etiqueta de rastreabilidade para identificação em prontuário do paciente. Compatível com equipamento em uso ou a ser comodatado/ locado/ adquirido pelo HUF. | UNIDADE | 30    |
| 81 | EBS06817 443991 | 400634 | CLIPE uso cirúrgico, material POLÍMERO, tipo com SISTEMA DE TRAVA, tamanho GRANDE 13 mm, aplicação: uso ENDOSCÓPICO. ESTÉRIL, descartável. Embalagem em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, número do lote, data de fabricação, validade do produto e registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Etiqueta de rastreabilidade para identificação em prontuário do paciente. Compatível com equipamento em uso ou a ser comodatado/ locado/ adquirido pelo HUF.                                                                                                                                | UNIDADE | 65    |
| 82 | EBS06818 443992 | 400633 | CLIPE uso cirúrgico, material POLÍMERO, tipo com SISTEMA DE TRAVA, tamanho GRANDE 13 mm, aplicação: uso ENDOSCÓPICO. ESTÉRIL, descartável. Embalagem em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, número do lote, data de fabricação, validade do produto e registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Etiqueta de rastreabilidade para identificação em prontuário do paciente. Material deve ser compatível com clipador utilizado na instituição e/ou especificado em edital, ou a ser comodatado/ locado/ adquirido pelo HUF.                                                                  | UNIDADE | 64    |
| 83 | EBS06819 443987 | 0      | CLIPE uso cirúrgico, material TITÂNIO, tipo HEMOSTÁTICO, tamanho GRANDE 11,4 mm. ESTÉRIL, descartável. Embalagem em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, número do lote, data de fabricação, validade do produto e registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Etiqueta de rastreabilidade para identificação em prontuário do paciente. Compatível com equipamento em uso ou a ser comodatado/ locado/ adquirido pelo HUF.                                                                                                                                                                    | UNIDADE | 144   |
| 84 | EBS06820 443990 | 0      | CLIPE uso cirúrgico, material TITÂNIO, tipo LIGADURA, tamanho MÉDIO-GRANDE, COM RANHURAS LONGITUDINAIS. ESTÉRIL, descartável. Embalagem em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, número do lote, data de fabricação, validade do produto e registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Etiqueta de rastreabilidade para identificação em prontuário do paciente. Compatível com equipamento em uso ou a ser comodatado/ locado/ adquirido pelo HUF. Hemostático ABSORVÍVEL, a partir de                                                                                                         | UNIDADE | 144   |

|    |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |       |
|----|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 85 | EBS07643 431250 | 400523 | <p>CELULOSE OXIDADA regenerada, de alta densidade, MALHA ESPESSA. MEDIDAS DE 100 mm x 100 mm (+/- 5 mm de variação). Proteção bactericida, absorção rápida de no máximo 4 minutos e tempo de absorção completa de no máximo 14 dias. Estéril, uso único. Embalagem individual, resistente, com abertura em pétala e asséptica, contendo dimensões do produto, lote, validade. Apresentar procedência e registro, conforme a legislação vigente.</p>                                                                                                                             | UNIDADE  | 600   |
| 86 | EBS08837 487364 |        | <p>Fio de SUTURA, tipo ÁCIDO POLIGLICÓLICO 2-0, absorvível, cor VIOLETA. AGULHA DE 40 mm, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.</p>                 | UNIDADE  | 408   |
| 87 | EBS08849 487368 |        | <p>Fio de SUTURA, tipo ÁCIDO POLIGLICÓLICO 0, cor violeta. AGULHA DE 26 mm, CURVATURA DE 1/2 CÍRCULO, CILÍNDRICO. COMPRIMENTO DO FIO DE 70 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.</p>                               | UNIDADE  | 1.000 |
| 88 | EBS11588 487401 | 400695 | <p>Fio de SUTURA, tipo NYLON 8-0, monofilamento, não absorvível, cor PRETO. DUAS (02) AGULHAS ESPATULADAS DE 6,5 mm e CURVATURA 3/8 DE CÍRCULO. COMPRIMENTO DO FIO DE 30 cm. Estéril, uso único. Envelope individual, apropriado ao método de esterilização, que possibilite abertura e transferência asséptica, mantendo a integridade do produto e sua esterilização até o momento de uso. A embalagem externa deve trazer os dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo e validade da esterilização, número do lote, registro no Ministério da Saúde.</p> | ENVELOPE | 2.000 |
| 89 | EBS13594 437272 | 402452 | <p>Fio PARA CERCLAGEM, material TITÂNIO, tipo descartável, DIÂMETRO CERCA 1,5 mm. ESTÉRIL. Uso único. Embalagem individual, segura, com informações da identificação do produto, data de fabricação, validade e lote e Registro Anvisa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDADE  | 30    |
| 90 | EBS14407 459068 | NOVO   | <p>ADESIVO CIRÚRGICO de POLIETILENO GLICOL (Peg) E POLIETILENIMINA (Pei), pó liofilizado tópico + diluente, com aplicador. Para procedimentos de neurocirurgia. Deve ser biocompatível, ESTÉRIL. Embalagem individual</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE  | 10    |

|    |                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |       |
|----|-----------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
|    |                 |        | com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |       |
| 91 | EBS14415 443994 | NOVO   | CLIQUE uso cirúrgico, material POLÍMERO, tipo com SISTEMA DE TRAVA, tamanho MÉDIO-GRANDE, cor VERDE, envelope com 06 cliques. ESTÉRIL, descartável. Embalagem em papel grau cirúrgico com abertura em pétala, contendo externamente dados de identificação, procedência, tipo de esterilização, número do lote, data de fabricação, validade do produto e registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Etiqueta de rastreabilidade para identificação em prontuário do paciente. Material deve ser compatível com clipador utilizado na instituição e/ou especificado em edital.                             | UNIDADE | 32    |
| 92 | EBS00482 279726 | 293801 | Algodão HIDRÓFILO - EMBALAGEM ROLO com 500 gramas. COM FIBRAS 100% ALGODÃO, macio e absorvente, não estéril, em camada em forma de rolo com espessura uniforme mínima de 1,5 cm regularmente compacto com capacidade de retração de aspecto homogêneo, o rolo deverá receber um segundo envoltório que ofereça completa proteção contra poeira e outras sujidades. O algodão deverá apresentar: boa absorvência, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, cor BRANCA. Embalagem individual. Dados de identificação e procedência, lote, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. | UNIDADE | 1.000 |

## 8. Estimativa do Valor da Contratação

[Conteúdo Sigiloso | Justificativa: Valor estimado sigiloso em atendimento ao art. 7º do RLCE]

## 9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

O parcelamento do objeto foi considerado viável técnica e economicamente por ser composto de itens de natureza divisível, uma vez que cada item possui aplicação individual, de maneira que tanto aquisição quanto a utilização independe dos demais. Ademais, podem ser fornecidos por empresas distintas e, desse modo, amplia-se a competição.

Desta forma, a licitação será dividida em itens, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse, buscando ampliar a competição e evitar a concentração de mercado, conforme o art. 125, do Regulamento de Licitações e Contratos da EBSEH 2.0, e tendo em vista que não se vislumbrou objeções técnicas ou econômicas que justifiquem restrições em seus fornecimentos.

Asseveramos que é conveniente para a Instituição a aquisição dos materiais em parcelas durante o ano, adequando à necessidade Institucional, racionalizando o espaço físico disponível, mantendo em uso produtos com fabricação recente, viabilizando o comprometimento orçamentário anual, reduzindo o custo de estoque e promovendo uma gestão eficiente.

## 10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

O presente processo independe de outras licitações.

## 11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

Considerando a missão da Ebserh, de ofertar uma assistência de excelência à população brasileira, de promover o ensino, a pesquisa e as atividades de extensão indissociados, através de estratégias interdisciplinares;

Considerando a visão de ser referência nacional pela qualidade no ensino, pesquisa e assistência, pela qualificação profissional dos professores e funcionários, pela incorporação de avançada tecnologia e por uma gestão idônea e competente;

Considerando os valores de ética, transparência e qualidade nas ações, responsabilidade institucional, compromisso com as pessoas, respeito às diversidades e comprometimento social e ambiental;

Considerando os serviços contratualizados pelas instituições sob gestão desta Ebserh; Considerando que, para que o HUGV possa manter a assistência médico-hospitalar qualificada e humanizada aos usuários do SUS associada à formação de profissionais de saúde com excelência, fomentando a pesquisa e a extensão, com o intuito de ser reconhecido como centro de excelência na assistência de saúde pública de alta e média complexidade e como modelo de ensino e pesquisa na área da saúde;

Considerando que a aquisição dos itens objetos desta solicitação de compra converge para a materialização desses objetivos, na medida em que efetiva a melhoria na estrutura/ambiente em que se dá a prestação do atendimento aos usuários do SUS;

Considerado que o cumprimento da missão e visão, está vinculado ao bom desempenho das atividades vinculadas a todas as unidades que compõe a estrutura organizacional do hospital, incluindo setores não apenas assistenciais, mas também administrativos;

Considerando que a contratação está alinhada aos planos instituídos pela Ebserh como Planejamento Estratégico com o objetivo de manter e promover assistência humanizada e de excelência aos usuários do HUGV;

Considerando que a aquisição constitui atividade de suporte ao atingimento de resultados nas políticas públicas e à finalidade institucional da EBSEH, previstas no PAC (Plano de Aplicação 2023) disponibilizado no processo nº 23477.014435/2022-54 e no Calendário de Contratações Anual do Hospital Universitário Getúlio Vargas disponibilizado no processo nº 23531.000198/2025-95;

A presente contratação alinha-se com o planejamento institucional e é a forma mais adequada de atender às reais necessidades da Ebserh, uma vez que possibilita a reposição de insumos quando necessários para o mantimento das atividades assistenciais e de ensino.

## 12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A presente aquisição visa garantir o atendimento assistencial realizado no HUGV, dentro dos padrões de qualidade almejados e das normas de segurança pertinentes aos pacientes, evitando o desabastecimento e ocasionando interrupção aos atendimentos dos serviços.

## 13. Providências a serem Adotadas

A presente aquisição não requer providências prévias.

O HUGV dispõe de equipe técnica e administrativa própria capacitada para recebimento e utilização do objeto da pretensa aquisição.

Possui local apropriado para guarda e conservação do objeto da pretensa aquisição, não se fazendo necessária quaisquer adequações. Todavia, para otimização do espaço físico disponível, a aquisição deverá ser realizada através de Sistema de Registro de Preços.

## 14. Possíveis Impactos Ambientais

Eventuais descartes de materiais médico-hospitalares e acessórios vencidos ou danificados serão feitos de acordo com a legislação vigente, por empresa especializada.

Em observância da Instrução Normativa N° 01 de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no seu artigo 5°, faz-se necessário, sempre que possível que:

"I – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

II – que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

III – que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e

IV – que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

§ 1º A comprovação do disposto neste artigo poderá ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital.

§ 2º O edital poderá estabelecer que, selecionada a proposta, antes da assinatura do contrato, em caso de inexistência de certificação que ateste a adequação, o órgão ou entidade contratante poderá realizar diligências para verificar a adequação do produto às exigências do ato convocatório, correndo as despesas por conta da licitante selecionada. O edital ainda deve prever que, caso não se confirme a adequação do produto, a proposta selecionada será desclassificada."

Devem ser observadas, ainda, as previsões do Decreto nº. 7.746/2012:

"Art. 2º Na aquisição de bens e na contratação de serviços e obras, a administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as empresas estatais dependentes adotarão critérios e práticas sustentáveis nos instrumentos convocatórios, observado o disposto neste Decreto.

Parágrafo único. A adequação da especificação do objeto da contratação e das obrigações da contratada aos critérios e às práticas de sustentabilidade será justificada nos autos, resguardado o caráter competitivo do certame.

(...) Art. 4º Para os fins do disposto no art. 2º, são considerados critérios e práticas sustentáveis, entre outras:

I - baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;

II – preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

III – maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;

IV – maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;

V – maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;

VI - uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais;

VII - origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e nas obras; e

VIII - utilização de produtos florestais madeireiros e não madeireiros originários de manejo florestal sustentável ou de reflorestamento.

Art. 5º A administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as empresas estatais dependentes poderão exigir no instrumento convocatório para a aquisição de bens que estes sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou biodegradável, entre outros critérios de sustentabilidade.

(...)

Art. 8º A comprovação das exigências apresentadas no instrumento convocatório poderá ser feita por meio de certificação emitida ou reconhecida por instituição pública oficial ou instituição credenciada ou por outro meio definido no instrumento convocatório.

§ 1º Em caso de inexistência da certificação referida no caput, o instrumento convocatório estabelecerá que, após a seleção da proposta e antes da adjudicação do objeto, o contratante poderá realizar diligências para verificar a adequação do bem ou serviço às exigências do instrumento convocatório.

§ 2º Caso o bem ou serviço seja considerado inadequado em relação às exigências do instrumento convocatório, o contratante deverá apresentar razões técnicas, assegurado o direito de manifestação do licitante vencedor."

Por vezes, a exigência de determinado requisito ambiental deriva de imposição normativa editada por órgãos de proteção ao meio ambiente (Conselho Nacional do Meio Ambiente, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Ministério do Meio Ambiente, entre outros). Nesses casos, a especificação técnica do objeto deve ser definida de acordo com as determinações da norma vigente.

A comprovação dos critérios de sustentabilidade exigidos nas contratações dar-se-á, no que couber, por intermédio de:

- Inscrição nos rótulos ou nas embalagens;
- Informações disponíveis no site do fabricante ou dos órgãos competentes;
- Apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou credenciada;
- Observância de normas do INMETRO, através de requisitos ambientais exigidos para a certificação ou de laudos de laboratórios acreditados pelo referido Instituto, no caso de produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares, bem como de projeto básico ou executivo para contratação de obras e serviços de engenharia;
- Atendimento às normas da ABNT nos seguintes casos: de materiais utilizados, com o objetivo de aferir e garantir a aplicação dos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança; de descarte e destinação de resíduos sólidos.

No que tange às práticas de sustentabilidade, o inciso XI do art. 7º da Lei nº 12.305/2010 estabelece que nas aquisições e contratações governamentais deve ser dada prioridade aos produtos reciclados e recicláveis, bem como devem ser utilizados critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis.

## 15. Classificação do ETP

De acordo com o § 2º, e inciso XIV, do art. 28 do Regulamento de Licitações e Contratos da Ebsrh é obrigatória a avaliação da necessidade de classificação do ETP como sigiloso, nos termos da Lei nº 12.527/ 2011, que regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências.

Considerando o disposto nos incisos I ao V do art. 3º da referida Lei, que apresenta as diretrizes a serem observadas a fim de assegurar o direito fundamental de acesso à informação, com destaque para a observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção, entendemos que não se trata de documento sigiloso, não havendo assim impedimento para a PUBLICIDADE do presente instrumento denominado Estudo Técnico Preliminar.

## 16. Consulta às IRPs em andamento

Em consulta às IRP's abertas, considerou-se inviável a participação do HUGV-Ufam pelos seguintes motivos:

- Não há IRP divulgada que contemple todos os itens da solicitação de compra, tornando-se inviável a participação.
- Considerando-se ainda particularidades regionais logísticas que inviabilizam a adesão às IRP's de outras regiões, devido às grandes distâncias e alterações nos modais de transportes de cargas.

Assim, consideramos dispensados os itens para a participação nas IRP's.

## 17. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

### 17.1. Justificativa da Viabilidade

Das verificações efetuadas por esta equipe de planejamento relativamente à melhor solução a ser contratada para o alcance do objeto do presente processo, detectamos que o modelo adotado se demonstra uma forma eficiente, adequada e alinhada com as diretrizes gerenciais, capaz de promover o fornecimento dos produtos, dentro dos princípios da economicidade, transparência e eficiência, buscados nas contratações públicas. Trata-se portanto de solução passível de ser adotada no HUGV, com expectativa de que produza efeitos positivos na contratação do objeto pretendido, sendo por isso, considerada por esta equipe de planejamento, uma contratação viável e imprescindível. A razoabilidade da aquisição fica demonstrada pelas justificativas apresentadas no presente estudo e de acordo com a necessidade apresentada.

## 18. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

**JESSICA LIMA DE SOUZA**

Coordenadora da EPC

**PABLO MAURICIO MARTINS DIAS**

Membro da EPC

**AUDRICLEA VIANA FROTA**

Membro da EPC