

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90015/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Agulha Biópsia Via Endoscópica

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via Endoscópica Material Agulha: Liga Metálica, Tipo: Aspirativa - Fna, Dimensão Agulha: Cerca De 19 G X 8 Cm, Compatibilidade: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 140 Cm, Material Cateter: Polímero, Peça De Mão: Manopla, Componente: Seringa E Torneirinha 2 Vias, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 20

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

2 - Agulha Biópsia Via Endoscópica

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via Endoscópica Material Agulha: Liga Metálica, Tipo: Cortante - Fnb, Dimensão Agulha: Cerca De 21 G X 8 Cm, Compatibilidade: P/ Canal Cerca De 2,0 Mm X 140 Cm, Material Cateter: Polímero, Peça De Mão: Manopla, Componente: Seringa E Torneirinha 2 Vias, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Quantidade Mínima Cotada: 15
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 30

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (15)

3 - Agulha biópsia via endoscópica

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via Endoscópica Material Agulha: Liga Metálica, Tipo: Cortante - Fnb, Dimensão Agulha: Cerca De 19 G X 8 Cm, Compatibilidade: P/ Canal Cerca De 3,7 Mm X 140 Cm, Material Cateter: Polímero, Peça De Mão: Manopla, Componente: Seringa E Torneirinha 2 Vias, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 10
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Quantidade Mínima Cotada: 10
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 20

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (10)

4 - Agulha Biópsia Via Endoscópica

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via Endoscópica Material Agulha: Liga Metálica, Tipo: Aspirativa - Fna, Dimensão Agulha: Cerca De 21 G X 5 Cm, Compatibilidade: P/ Canal Cerca De 2,0 Mm X 140 Cm, Material Cateter: Polímero, Peça De Mão: Manopla, Componente: Seringa E Torneirinha 2 Vias, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 15
Critério de Julgamento: Menor Preço
Unidade de Fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50
Quantidade Mínima Cotada: 15
Critério de Valor: Valor Estimado
Quantidade Máxima para Adesões: 30

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (15)

5 - Agulha Biópsia Via Endoscópica

Descrição Detalhada: Agulha Biópsia Via Endoscópica Material Agulha: Liga Metálica, Tipo: Aspirativa - Fna, Dimensão Agulha: Cerca De 25 G X 5 Cm, Compatibilidade: P/ Canal Cerca De 2,0 Mm X 140 Cm, Material Cateter: Polímero, Peça De Mão: Manopla, Componente: Seringa E Torneirinha 2 Vias, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (15)

6 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: Biliar, Material: Polímero, Dimensão Balão: 8 A 10 X 30MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 2,3MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 240CM, Adicionais: Dilatação Progressiva, Compatível: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (20)

7 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: Endoscópico, Material: Polímero, Dimensão Balão: 35 X 80MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 3,5 MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 90CM, Acessórios: Conector Luer Lock, Adicionais: C/ 2 Marcas Radiopacas Em Platina, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (15)

8 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: Endoscópico, Material: Polímero, Dimensão Balão: 30 X 80MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 3,5 MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 90CM, Acessórios: Conector Luer Lock, Adicionais: C/ 2 Marcas Radiopacas Em Platina, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (15)

9 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: Para Acalásia, Material: Polímero, Dimensão Balão: 30 A 40 X 80MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 5MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 100CM, Acessórios: Duplo Lúmen, Adicionais: C/ 3 Marcas Radiopacas, Compatível: Compatível C/ Fio Guia 0,047", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (15)

10 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: Esôfago E Píloro, Material: Polímero, Dimensão Balão: 12; 13,5 E 15 X 55MM, Diâmetro Do Cateter: Cerca De 2,3MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 240CM, Acessórios: Duplo Lúmen, Adicionais: Dilatação Progressiva, Compatível: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (40)

11 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: P/ Estenoses Do Esôfago, Píloro E Colón, Material: Polímero, Dimensão Balão: 12 X 55MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 240CM, Adicionais: P/ Canal Endoscópico De 2,8mm, Compatível: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (15)

12 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: P/ Estenoses Do Esôfago, Píloro E Colón, Material: Polímero, Dimensão Balão: 16 X 55MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 240CM, Adicionais: P/ Canal Endoscópico De 2,8mm, Compatível: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (40)

13 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: P/ Estenoses Do Esôfago, Píloro E Colón, Material: Polímero, Dimensão Balão: 20 X 55MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 240CM, Adicionais: P/ Canal Endoscópico De 2,8mm, Compatível: Compatível C/ Fio Guia 0,035", Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (15)

14 - Balão dilatação

Descrição Detalhada: Balão Dilatação Aplicação: P/ Estenoses Do Esôfago, Píloro E Colón, Material: Polímero, Dimensão Balão: 8 X 55MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 240CM, Compatível: Compatível C/ Canal Endoscópico De 2,8mm, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (15)

15 - Bocal

Descrição Detalhada: Bocal - Uso Médico Compatibilidade: Compatível C/ Endoscópio, Materia Prima: Plástico Resistente, Modelo: Tubular Reto, Tamanho: Adulto, Esterilidade: Descartável, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 375

Quantidade Mínima Cotada: 375

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 750

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (375)

16 - Bocal

Descrição Detalhada: Bocal - Uso Médico Compatibilidade: Compatível C/ Endoscópio, Materia Prima: Plástico Resistente, Modelo: Tubular Reto, Tamanho: Infantil, Esterilidade: Descartável, Apresentação: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (250)

17 - Agulha Escleroterapia Via Endoscópica

Descrição Detalhada: Agulha Escleroterapia Via Endoscópica Material Agulha: Aço Inoxidável, Dimensão Agulha: Cerca De 23 G X 5 Mm, Compatibilidade: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 180 Cm, Material Cateter: Cateter Em Ptf, Peça De Mão: Manopla, C/ Injetor Único, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (65)

18 - Agulha Escleroterapia Via Endoscópica

Descrição Detalhada: Agulha Escleroterapia Via Endoscópica Material Agulha: Aço Inoxidável, Dimensão Agulha: Cerca De 23 G X 5 Mm, Compatibilidade: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm, Material Cateter: Cateter Em Ptf, Peça De Mão: Manopla, C/ Injetor Único, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 125

Quantidade Mínima Cotada: 125

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 250

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (125)

19 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema Extrator Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cesta C/ 4 Fios, Dimensões: 2 X 4CM, Comprimento: Cerca De 200CM, Compatível: C/ Canal Endoscópico De 2,8mm, Aplicação: P/ Calculos, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (25)

20 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema Extrator Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cesta C/ 4 Fios, Dimensões: 2,5 X 5CM, Comprimento: Cerca De 200CM, Compatível: C/ Canal Endoscópico De 2,8mm, Aplicação: P/ Calculos, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (25)

21 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema Extrator Material: Aço Inoxidável, Tipo: Cesta C/ 4 Fios, Dimensões: 2 X 4CM, Comprimento: Cerca De 200CM, Compatível: C/ Canal Endoscópico De 2,8mm, Aplicação: P/ Calculos, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (20)

22 - Reservatório coletor - uso médico

Descrição Detalhada: Reservatório P/ Coleta De Amostra Biológica Modelo: Frasco, Aplicação: P/ Biópsia, Material: Polímero Rígido Transparente, Volume: C/ 4 Compartimentos, Fechamento: Tampa Plástica C/ 2 Vias E Extensão, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (25)

23 - Escova Limpeza - Cme

Descrição Detalhada: Escova Limpeza - Cme Aplicação: P/ Endoscópio, Material Cerdas: Cerdas De Nylon, Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades, Diâmetro Ponta: Cerca De 3MM, Haste: Haste Flexível, Comprimento Total: Cerca De 240CM, Tipo Uso: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 315

Quantidade Mínima Cotada: 315

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 630

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (315)

24 - Escova limpeza - cme

Descrição Detalhada: Escova Limpeza - Cme Aplicação: P/ Endoscópio, Material Cerdas: Cerdas De Nylon, Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades, Diâmetro Ponta: Cerca De 5MM, Haste: Haste Flexível, Comprimento Total: Cerca De 220CM, Tipo Uso: Reprocessável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 315

Quantidade Mínima Cotada: 315

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 630

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (315)

25 - Fio guia

Descrição Detalhada: Fio Guia Aplicação: Não Vascular, Material: Nitinol, Revestimento: Hidrofílico, Diâmetro: 0,025", Comprimento: Cerca De 400CM, Tipo Ponta: Ponta Reta, Características Adicionais: Radiopaco, Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (20)

26 - Agulha Escleroterapia Via Endoscópica

Descrição Detalhada: Agulha Escleroterapia Via Endoscópica Material Agulha: Aço Inoxidável, Dimensão Agulha: Cerca De 21 G X 5 Mm, Compatibilidade: P/ Canal Cerca De 2,0 Mm X 230 Cm, Material Cateter: Cateter Em Ptfе, Peça De Mão: Manopla, C/ Injetor Único, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (15)

27 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo: Nível De Pele, Material: Silicone, Calibre: 20FRENCH, Comprimento: Cerca 2,5CM, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (100)

28 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Material: Silicone, Calibre: Cerca De 24FRENCH, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal, Adicionais: Conjunto Completo P/ Via Endoscópica Percutânea, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (100)

29 - Ligadura elástica

Descrição Detalhada: Ligadura Elástica Aplicação: P/ Varizes Esôfago / Hemorroidas, Material: Látex Natural, Componente: Montada Em Cilindro C/ Cerca De 6 Unidades, Dimensões: Cerca De 4,0 X 1,5 X 2,0MM, Componente Adicional: C/ Conjunto Aplicador Completo, Tipo Uso*: Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 65

Quantidade Mínima Cotada: 65

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 130

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (65)

30 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo: Nível De Pele, Material: Silicone, Calibre: 16FRENCH, Comprimento: Cerca 2CM, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade):

Campo Grande/MS (15)

31 - Papilótomo

Descrição Detalhada: Papilótomo Lúmen: Triplo, Tipo Ponta: C/ Ponta Atraumática, Cerca De 5 Mm, Fio De Corte: Sem Isolamento, Comprimento Corte: Cerca De 20MM, Fio Guia: C/ Fio Guia, Compatibilidade: P/ Canal De Trabalho Cerca De 2,8 Mm X 200 Cm, Peça De Mão: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico, Aplicação: P/ Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade):

Campo Grande/MS (20)

32 - Papilótomo

Descrição Detalhada: Papilótomo Lúmen: Triplo, Tipo Ponta: C/ Ponta Atraumática, Cerca De 5 Mm, Fio De Corte: Sem Isolamento, Comprimento Corte: Cerca De 25MM, Fio Guia: C/ Fio Guia, Compatibilidade: P/ Canal De Trabalho Cerca De 2,8 Mm X 200 Cm, Peça De Mão: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico, Aplicação: P/ Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade):

Campo Grande/MS (40)

33 - Papilótomo

Descrição Detalhada: Papilótomo Lúmen: Triplo, Tipo Ponta: C/ Ponta Agulha, Comprimento Corte: Cerca De 5MM, Fio Guia: S/ Fio Guia, Compatibilidade: P/ Canal De Trabalho Cerca De 2,8 Mm X 200 Cm, Peça De Mão: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico, Aplicação: P/ Colangiopancreatografia Retrógrada Endoscópica, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade):

Campo Grande/MS (20)

34 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Alça Polipectomia, Tipo Ponta: Oval, Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, Monofilamentar, Diâmetro Ponta: Cerca De 10MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm, Haste: Haste Isolada, Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:

80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento:

Menor Preço

Critério de Valor:

Valor Estimado

Unidade de Fornecimento:

Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade):

Campo Grande/MS (80)

35 - Pinça P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Alça Polipectomia, Tipo Ponta: Assimétrica, Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, Monofilamentar, Diâmetro Ponta: Cerca De 25MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,0 Mm X 160 Cm, Haste: Haste Isolada, Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (80)

36 - Pinça P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Alça Polipectomia, Tipo Ponta: Oval, Tipo Fio: Fio Aço Inoxidável, Monofilamentar, Diâmetro Ponta: Cerca De 30MM, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm, Haste: Haste Isolada, Componente 2: Manopla C/ Conexão P/ Bisturi Elétrico, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 80

Quantidade Mínima Cotada: 80

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (80)

37 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Biópsia, Tipo Ponta: Concha Fenestrada C/ Espícula, Tipo Fio: Aço Inoxidável, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 160 Cm, Haste: Haste S/ Isolamento, Componente 1: Rotatória, Componente 2: Manopla, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (30)

38 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Biópsia, Tipo Ponta: Concha Fenestrada, Tipo Fio: Aço Inoxidável, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,0 Mm X 230 Cm, Haste: Haste S/ Isolamento, Componente 2: Manopla, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (30)

39 - Instrumental P/ Endoscópio

Descrição Detalhada: Instrumental P/ Endoscópio Tipo: Biópsia, Tipo Ponta: Concha, Tipo Fio: Aço Inoxidável, Dimensão: P/ Canal Cerca De 2,8 Mm X 230 Cm, Haste: Haste S/ Isolamento, Componente 2: Manopla, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (30)

40 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Biliar, Composição: Polímero, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor, Dimensões: Cerca De 10 Fr X 5 A 15CM, Componente I: Acoradores Externos Nas Extremidades, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (15)

41 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Biliar, Composição: Polímero, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor, Dimensões: Cerca De 8,5 Fr X 5 A 15CM, Componente I: Acoradores Externos Nas Extremidades, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (20)

42 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Biliar, Composição: Polímero, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor, Dimensões: Cerca De 8,5 Fr X 5 A 15CM, Componente I: Acoradores Externos Nas Extremidades, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (15)

43 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Biliar, Composição: Polímero, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor, Dimensões: Cerca De 7 Fr X 5 A 15CM, Componente I: Acoradores Externos Nas Extremidades, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (20)

44 - Endoprótese luminal

Descrição Detalhada: Endoprótese Luminal Tipo: Stent, Tipo Uso: Biliar, Composição: Polímero, Sistema De Implante: C/ Sistema Introdutor, Dimensões: Cerca De 10 Fr X 5 A 15CM, Componente I: Acoradores Externos Nas Extremidades, Componente Ii: C/ Marcas Radiopacas, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (20)

45 - Reagente para diagnóstico clínico§

Descrição Detalhada: Reagente Para Diagnóstico Clínico 4 Tipo: Conjunto Completo, Tipo De Análise: Qualitativo De Urease, Método: Colorimétrico, Apresentação: Teste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Teste

Quantidade Máxima para Adesões: 500

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (250)

46 - Material especial cardiovascular

Descrição Detalhada: Material Especial Cardiovascular Aplicação*: Uso Em Angioplastia, Para Cateter Balão, Componente 1: Seringa Insufladora C/ Manômetro, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (15)

47 - Sistema extrator

Descrição Detalhada: Sistema Extrator Material: Aço Inoxidável, Dimensões: 2 X 4CM, Comprimento: 240CM, Adicionais: Montado Em Cateter Triplo Lúmen, Compatível: Acoplável A Manopla De Litotritor, Aplicação: Cálculos Biliares, Esterilidade: Estéril, Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (6)

48 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo: De Troca, Material: Silicone, Calibre: 20FRENCH, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (40)

49 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo: De Troca, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40

Quantidade Mínima Cotada: 40

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 80

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,75

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (40)

50 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo: Nível De Pele, Material: Silicone, Calibre: 20FRENCH, Comprimento: Cerca 1,5CM, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (25)

51 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo: Nível De Pele, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Comprimento: Cerca 2,5CM, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (25)

52 - Sonda trato digestivo

Descrição Detalhada: Sonda Trato Digestivo Aplicação: P/ Gastrostomia, Modelo: Nível De Pele, Material: Silicone, Calibre: 24FRENCH, Comprimento: Cerca 2,5CM, Conector: Conector Padrão Em Y, Clamp E Tampa, Componentes: Sistema Para Fixação, Outros Componentes: Distal - Intra Gástrica E Periestomal, Esterilidade: Estéril, Descartável, Embalagem: Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25

Quantidade Mínima Cotada: 25

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 50

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,50

Local de Entrega (Quantidade): Campo Grande/MS (25)